

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código : 20563090805

Nombre o Razón social : BIOASSAY PERU S.A.C.

Fecha de envío : 23/06/2025

Hora de envío : 14:48:01

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Página 18.Capítulo II. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, 2.1.2. Documentación de presentación facultativa

En el apartado 2.1.2.3. que a la letra dice ¿En el caso del factor de evaluación ¿precio¿ para acreditarlo se presenta el formato de oferta económica (Anexo N° 7). En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, presentan adicionalmente una Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 13). Solicitamos aclarar dicho párrafo del apartado 2.1.2.3, ya qué en las bases, en el apartado de los ANEXOS, el Anexo N° 7, indica que es para AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS ¿ PROVEEDORES MYPES (DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) y no corresponde al Anexo N° 6 que es el precio de la oferta (página 53).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2      **Literal:** 2.1.2.3.      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que ese enunciado se suprime en las Bases Integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:38:06

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Página 29 .Capítulo IV. FACTORES DE EVALUACIÓN, 2.2. FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVA, F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ISO 37001:2027 CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO.

En el apartado F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ISO 37001:2027 CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO solicitan como factor de evaluación el ISO 37001:2017, observamos este punto basándonos en el Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato, esto generaría que los postores no puedan presentar su oferta. Asimismo se solicita la reorganización en los puntajes de FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVA.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** 2.2.F      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion porque la ISO 37001:2017, solo es para factor de puntaje la cual fue indicada en la estrategia de contratacion por lo cual al no presentarla no invalidaria su oferta solo es un factor de puntaje.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:39:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Página 22. Capítulo III. 6.2 Especificaciones técnicas de equipo en cesión de uso:

Para el ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES solicitan: ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO DE 30 A MÁS PARÁMETROS REPORTABLES Y 5 A MÁS PARÁMETROS DE INVESTIGACIÓN. Al ser considerado un analizador 5 estirpes, se debería considerar este como reporte de las SERIE ROJA, BLANCA Y PLAQUETARIA que nos da en 24 parámetros totales, un requerimiento que va en concordancia con las demás características solicitadas como OPCIONALES.

Se solicita al comité ACEPTAR un ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DE 24 PARÁMETROS REPORTABLES DIFERENCIAL 5 ESTIRPES, en concordancia con las demás características solicitadas como OPCIONALES.

Solicitar un analizador con tal cantidad de parámetros y características opcionales corresponde a un direccionamiento de las especificaciones técnicas, vulnerando el Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 6.2      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité no aceptan su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tener en cuenta que se ha realizado su estudio de mercado el cual refleja pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:39:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Página 22. Capítulo III. 6.2 Especificaciones técnicas de equipo en cesión de uso

Dentro de las características del analizador hematológico 5 estirpes, indican que tenga CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE LÍQUIDOS CORPORALES.

Se solicita al comité ACEPTAR esta capacidad de procesamiento como OPCIONAL al igual que la capacidad de reporte de reticulocitos, en atención al Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité no aceptan su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El procesamiento del líquidos corporales permite evaluar detección de infecciones y otras patologías.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el numeral 6.2 especificaciones técnicas del equipo cesión en uso solicitamos la siguiente opción para la pluralidad de postores

Tipo analizador hematológico automatizado de 30 parámetros a más reportables y 5 a más parámetros de investigación y diferencial de 5 estirpes. 2 diagramas de dispersión en 2D y 2 diagramas de dispersión en 3D(opcional), 2 histogramas como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los diagramas de dispersión serán de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD		
Nomenclatura :	LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"		

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:41

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas del equipo en el numeral 6.2 solicitamos puedan aceptar la siguiente opción:

E. Muestra  
sangre total con anticoagulante EDTA K3 y/o K2(entera y/o capilar)  
líquidos biológicos (LCR, pleural,ascítico,etc) (opcional)

Para permitir mayor pluralidad de postores considerar el procesamiento de líquidos biológicos como opcional.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6.2    **Literal:** E    **Página:** 22  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ceñirse a las bases. Que el area usuaria es la competente en formular su requerimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo Analizador hematológico en cesión de uso solicitan 1 equipo pero en el punto G. Los accesorios solicitan dos UPS uno para el equipo principal y otro para el back up. Entendemos que esto es un error de tipeo y que la entidad solo requiere un equipo cesión de uso. ¿Es correcto nuestro encender?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: G Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ceñirse a las bases. Es un solo equipo analizador hematológico, pero se está pidiendo como accesorio 2 UPS (un UPS principal y el otro de respaldo).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:41

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas del equipo en el numeral 6.2 en Características D.

Solicitan capacidad de almacenamiento 100,000 o más resultados con valores numéricos y gráficos. Solicitamos amablemente al comité que se acepte Almacenamiento de  $\geq 100,000$  resultados o más con valores numéricos y gráficos en computadora accesoria.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6.2    **Literal:** D    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité aceptan su consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se acepta el Almacenamiento de  $\geq 100,000$  resultados o más con valores numéricos y gráficos en computadora accesoria.



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del equipo Analizador equipo hematológico en cesión de uso, solicitan linealidad de Hemoglobina mayor o igual a 250 g/L. Solicitamos amablemente que se considere linealidad de Hemoglobina mayor o igual a 240 g/L para permitir la pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a las bases. Que el area usuaria es la competente en formular su requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la Experiencia del postor mencionan, Se consideran bienes similares a los siguientes: Insumos y Reactivos de laboratorio (pruebas de hematología) .

Muy amablemente sugerimos considerar, Se consideran bienes similares a los siguientes: Insumos y Reactivos de laboratorio en general para permitir mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.5      Literal: B      Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la sugerencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Es necesario que el postor tenga experiencia de las pruebas hematológicas, en el cuidado y manejo del mismo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:41

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En la capacidad técnica profesional experiencia de personal, solicitan atención inmediata de los Ingeniero Biomedico y/o electrónico y/o Sistemas y/o Tecnologo Médico. Al respecto solicitamos amablemente considerar lo siguiente : ¿atención inmediata de los Ingeniero Biomedico y/o electrónico y/o Sistemas y/o Tecnologo Médico acreditados por la SUNEDU con colegiatura de biólogos del Perú¿ para permitir mayor pluralidad de postores

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.2      **Literal:** I      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ceñirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se necesita profesional del rubro de patología clínica.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En factores de evaluación literal E, mencionan sostenibilidad ambiental, sin embargo las empresas de este rubro actualmente se encuentran en proceso de implementación de las prácticas de sostenibilidad ambiental, lo cual pone en una gran desventaja al asignar puntaje. Por lo cual solicitamos amablemente que se suprima este factor de calificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: E Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Consulta porque la ISO, solo es para factor de puntaje la cual fue indicada en la estrategia de contratacion por lo cual al no presentarla no invalidaria su oferta solo es un factor de puntaje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:41

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**  
En factores de evaluación literal E, no indican con qué documento se acreditará las prácticas de sostenibilidad ambiental. Consultamos amablemente al comité evaluador indicar con qué documento se acreditará.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2      **Literal:** E      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El ambito de aplicación es a los productos farmaceuticos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En factores de evaluación literal F, Integridad en la contratación pública solicitan certificado ISO 37001 sin embargo las empresas de este rubro actualmente se encuentran en proceso de implementación de la certificación ISO 37001, lo cual pone a las empresas en una gran desventaja al asignar puntaje. Por lo cual solicitamos amablemente que se suprima este factor de calificación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: F Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Consulta porque la ISO, solo es para factor de puntaje la cual fue indicada en la estrategia de contratación por lo cual al no presentarla no invalidaría su oferta solo es un factor de puntaje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el Capítulo III - Requerimientos, sección 6 de Características, en el apartado 6.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO DE CESION EN USO ítem A, solicitan equipo de 30 parámetros a más; teniendo en cuentan que los parámetros de diversos equipos tienen 29 parámetros básicos y 2 a 3 reportables de reticulocitos, se solicita al comité junto con el área usuaria puedan aceptar equipos desde 29 parámetros teniendo en cuenta que en sus especificaciones indican que el parámetro de reticulocitos es opcional con el fin de dar pluralidad a la postulación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité no acepta su propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La información de los distintos parámetros brindan mayor información para el diagnóstico.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	20:03:03

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Considerando que la performance y calidad del procesamiento de un análisis no esta vinculado a que la pantalla del computador en que se visualice los resultados sea táctil o no, solicitamos amablemente al Comité Especial considerar como características que la pantalla táctil sea opcional. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ceñirse a las bases.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20612262587	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	DELTALABO S.A.C.	Hora de envío :	20:03:03

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Teniendo en consideración la pluralidad de postores, solicitamos amablemente al Comité Especial considerar como característica que la capacidad de carga sea de 50 a más tubos. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.4      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité no acepta su propuesta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El autocargador será de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:11:15

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitan: 2 diagramas de dispersión en 2D y 2 diagramas de dispersión en 3D, 2 histogramas mínimo.  
Considerando la metodología de cada fabricante y los diferentes diagramas que brindan, solicitamos ACEPTAR diagramas de dispersión de acuerdo a cada fabricante. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aceptan su propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los diagramas de dispersión serán de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:11:15

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitan: Laser semiconductor

Considerando que el laser semiconductor es parte de la metodología de detección de las células sanguíneas, solicitamos ACEPTAR la característica de Láser semiconductor como OPCIONAL. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité acepta su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El laser semiconductor será opcional.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:11:15

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Solicitan: Capacidad de reporte de granulocitos inmaduros en % y numero.

Entendemos que la capacidad del reporte de granulocitos inmaduros debe ser parámetro reportable, solicitamos PRECISAR si es correcto nuestro entender.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité afirma que el reporte de granulocitos inmaduros es un parámetro reportable.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:11:15

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitan: Capacidad de reporte de Normoblastos en % y numero en todos los hemogramas y corrección automática del recuento de leucocitos.

Entendemos que la capacidad del reporte de normoblastos debe ser parámetro reportable, solicitamos PRECISAR si es correcto nuestro entender.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité afirma que el reporte de normoblastos es un parámetro reportable.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:11:15

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitan: No deberá presentar interferencias a particulas lipemicas y agregados o cúmulos plaquetarios. Considerando que cada analizador tiene distintas metodologías y en aras de una pluralidad de postores, solicitamos ACEPTAR como OPCIONAL ¿no deberá presentar inbterferencias a partículas lipidas y agregados o cúmulos plaquetarios¿. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta. Se considera opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se tomará como opcional "deberá presentar interferencias a particulas lipemicas y agregados o cúmulos plaquetarios."

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:11:15

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Solicitan: Que mantenga la relación hb/hto en congruencia constante, sin alteraciones, igualmente con las constantes corpusculares para lo cual se exige calibraciones cuando sea necesario.

Considerando que los parámetros del hemograma son medidos de acuerdo a sus propias metodologías, entendemos que el enunciado ¿que mantenga relación hb/hto en congruencia constante¿ se exige calibraciones cuando sea necesario¿ no es una característica del analizador, sino es un requerimiento de calibración cuando sea necesario ante algún correctivo, por lo cual es parte de los insumos requeridos, por tanto solicitamos eliminar este enunciado para evitar malinterpretaciones o incongruencias en el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta. Se eliminarán de las características para dar mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se eliminarán de las carracterísticas: " para dar mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:11:15

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitan: Plazo de entrega y ejecución de la prestación.

Considerando la importancia de las pruebas y la necesidad de brindar un resultado oportuno, y en aras de no detener el procesamiento de las muestras, solicitamos ACEPTAR la entrega en un plazo máximo de 10 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta por necesidad del area usuaria, se modificará el plazo de entrega hasta 10 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura :LP-ABR-7-2025-CS/HCH-SBS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CHANCAY Y SBS - "DR. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:11:15

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Solicitan: Plazo de entrega.

Considerando la importancia de las pruebas y la necesidad de no detener la atención a los pacientes, solicitamos que para el pazo de entrega de 2 a 4 días tenga un puntaje de 30 puntos, de 5 a 9 días tenga un puntaje de 20 puntos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modifica en las Bases Inegradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

[30 puntos]

PARA LA PRIMERA ENTREGA:

De [05] hasta [09] días calendario:

[20] puntos

De [02] hasta [04] días calendario:

[30] puntos