

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código : 20607109894

Fecha de envío : 24/08/2023

Nombre o Razón social : ANIMAL SPACE AND SOLUTIONS STORE S.A.C.

Hora de envío : 09:58:13

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Revisamos los requisitos de calificación estipulados en las Bases Administrativas, Sección Específica (III), literal 3.2 B "experiencia del postor en la especialidad"; donde se solicita acreditar una sola experiencia para el ITEM I.

Solicitamos desglosar y solicitar acreditaciones individuales de experiencia específica para cada uno de los 3 ítems del procedimiento.

De esta forma se permite que los postores puedan participar ofertando en ítems individuales, bajo una experiencia específica acorde a cada ítem.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Capítulo III, Artículo 26, Inciso a) que fomenta la mayor concurrencia y participación de postores.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica NO ACOGE LA OBSERVACION y se ratifica que la presente adquisicion sera en item paquete dado que los items que lo componen son afines entre si (atencion nutricional para los establecimientos de salud de la Diris Le).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20607109894	Fecha de envío :	24/08/2023
Nombre o Razón social :	ANIMAL SPACE AND SOLUTIONS STORE S.A.C.	Hora de envío :	10:11:13

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita que la experiencia requerida para alguno de los tres items del procedimiento esté relacionada a venta de todo tipo de Balanzas, porque estos equipos son de naturaleza similar a los productos que se solicitan. Actualmente se está solicitando experiencia muy genérica en productos que difieren de lo que se solicita, lo que pone en riesgo que participen postores que no cuenten con la experiencia adecuada para los productos que se solicitan.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Capítulo III, Artículo 26 y Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica NO ACOGE LA OBSERVACION e indica que los bienes similares que se solicitan en las bases guardan relacion con lo que se solicita adquirir pues son equipos no estrategicos de atencion nutricional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20493132416	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:40:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Requieren:

A04 CON SENSIBILIDAD DE MEDICION O DIVISION DE 100G/0.2 LBS COMO MAXIMO (literal)

Solicitamos al comité sírvase aclarar nuestra duda si la división de escala que requiere la entidad es de 100 g < 150 kg > 200 g?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA que la division o sensibilidad de escala es 100 g/0.2 Lbs como maximo para todo el rango de peso solicitado tal cual se solicita en las bases item: balanza de pie digital con el fin de obtener mayor precision en la medicion de los pacientes pediatricos y adultos de la DIRIS LE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20493132416	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:46:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

A05 PANTALLA DE 2.5¿, TIPO LCD U OLED, PARA CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES
Para una mayor pluralidad de postores, pudiese la entidad ampliar el rango del numeral A05 relacionado al tamaño de la pantalla, eliminando el tamaño específico de 2.5¿ y que en su lugar se considere pantallas LCD de gran tamaño.

Considerando que existen ambientes desnivelados, ¿considerará la entidad incluir en la especificación que la balanza cuente con patas niveladoras en la base de pesaje para garantizar una posición firme y segura durante el pesaje?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área técnica ACLARA, se indica que el tamaño mínimo requerido es de 2.5 pulgadas para garantizar la visibilidad de la medición. Así mismo, respecto a las patas niveladoras no se encuentran como requerimiento técnico mínimo por lo que si el postor quiere ofertarlas será aceptado siempre y cuando cumpla con las demás especificaciones técnicas mínimas requeridas a fin de propiciar la concurrencia y pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código : 20565935861

Fecha de envío : 25/08/2023

Nombre o Razón social : IMPORTACIONES VASMED S.A.C.

Hora de envío : 18:09:51

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Luego de revisar las bases administrativas del procedimiento de selección verificamos que solicitan lo siguiente:

CAPITULO 1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

EQUIPOS NO ESTRATÉGICOS PARA BRINDAR ATENCION NUTRICIONAL EQUIPOS: TALLÍMETRO ¿ PLICOMETRO ¿ BALANZA DE PIE DIGITAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LE.

En referencia a este capitulo vemos que la entidad solicita los tres (03) equipos como ITEM ÚNICO lo cual no permite la pluralidad de postores debido a que no todas las empresas comercializan todos los equipos señalados, por ello se sugiere al comité de selección pueda evaluar dar la opción de permitir que la licitación sea por ITEM permitiendo así que más proveedores puedan participar con los equipos de manera individual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I

Literal: 1.2

Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica NO ACOGE LA OBSERVACION y se ratifica que la presente adquisicion sera en item paquete dado que los items que lo componen son afines entre si (atencion nutricional para los establecimientos de salud de la Diris Le).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	18:09:51

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Luego de revisar las Especificaciones del tallímetro notamos que solicitan lo siguiente:

TALLÍMETROS

En la especificación de los tallímetros (A03, A04, A05 y A06) se solicita madera o material similar. De manera de garantizar pluralidad de postores en el proceso de licitación, ¿pudiese el comité ampliar las bases y permitir tallímetros de material ABS, siendo estos de menor peso más ergonómicos, fácil limpieza y con una mayor resistencia a limpiadores y desinfectantes que la madera.

En la Página 23 numeral A03 La entidad indica: DE CORRESPONDER, EL CONTRATISTA DEBERÁ REGIRSE SEGÚN LA "GUÍA TÉCNICA ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFANTÓMETROS Y TALLÍMETROS DE MADERA DEL CENAN" TOMANDO ADEMÁS REFERENCIA EL NUMERAL 2,3 TALLÍMETRO MÓVIL PARA NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, ANEXO 4 Y DIAGRAMAS 5 Y 6, siendo esta guía técnica del año 2007 y sin actualizaciones desde su publicación, se solicita al comité de selección pudiesen considerar Certificaciones Internacionales más actualizadas que aseguren la calidad del proceso de fabricación como la ISO 13485 Gestión de la calidad para la industria de dispositivos médicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A03A04A05 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica NO ACOGE LA OBSERVACION, se indica que el ITEM: Tallimetro solicitado en las bases cumple con o minimo requerido según la Normativa y/o reglamento actualizado N°976-2014/MINSA según lo solicitado por el MINSA y/o Centro Nacional de Alimentacion y Nutricion. Asimismo se aclara que el ISO 13485 o la directiva de productos sanitarios europea 93/42/EEC se detallan en el punto 2.2 CONTENIDOS DE LA OFERTA 2.2.1.1 Documentos para la Admision de la Oferta literal g).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	18:09:51

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

BALANZAS DE PIE DIGITAL

Luego de revisar las Especificaciones de la balanza de pie notamos que solicitan lo siguiente (A04)

A04 Con sensibilidad de medición o división de 100 G / 0,2 LBS como máximo

Con respecto a este punto en específico solicitamos al comité de selección ¿Puedan confirmar que la división de escala que requiere la entidad es de 100 g < 150 kg > 200 g?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A04 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA que la division o sensibilidad de escala es 100 g/0.2 Lbs como maximo para todo el rango de peso solicitado tal cual se solicita en las bases item: balanza de pie digital con el fin de obtener mayor precision en la medicion de los pacientes pediatricos y adultos de la DIRIS LE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	18:09:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

BALANZAS DE PIE DIGITAL

Luego de revisar las Especificaciones de la balanza de pie notamos que solicitan lo siguiente

A05 PANTALLA DE 2.5¿ TIPO LCD U OLED, PARA CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES

Para una mayor pluralidad de postores, pudiese la entidad ampliar el rango del numeral A05 relacionado al tamaño de la pantalla, eliminando el tamaño específico de 2.5" y que en su lugar se considere pantallas LCD de gran tamaño.

ADICIONAL: Considerando que existen ambientes desnivelados, ¿considerará la entidad incluir en la especificación que la balanza cuente con patas niveladoras en la base de pesaje para garantizar una posición firme y segura durante el pesaje?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A05 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área técnica ACLARA, e indica que el tamaño mínimo requerido es de 2.5 pulgadas para garantizar la visibilidad de la medición. Así mismo, respecto a las patas niveladoras no se encuentran como requerimiento técnico mínimo por lo que si el postor quiere ofertarlas será aceptado siempre y cuando cumpla con las demás especificaciones técnicas mínimas requeridas a fin de propiciar la concurrencia y pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	18:09:51

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a ITEM N°1 S/ 990,000.00 Novecientos noventa mil con 00/100 nuevos soles por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Estetoscopios, balanzas, negatoscopio, tensiómetro, cinta métrica antropométricas, linterna tipo lapicero, termómetro.

Para mayor pluralidad de postores solicitamos al comité de selección pueda considerar en la experiencia del postor en la especialidad lo siguiente:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Estetoscopios, balanzas, negatoscopio, tensiómetro, cinta métrica antropométricas, linterna tipo lapicero, termómetro y/o equipos médicos en general.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACOGE la observacion e indica que a fin de propiciar la concurrencia y pluralidad de postores se ampliara la experiencia del postor a equipos medicos o equipos biomedicos o equipamiento hospitalario en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas lo siguiente 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION bienes similares a los siguientes: Estetoscopios, balanzas, negatoscopio, tensiómetro, cinta métrica antropométricas, linterna tipo lapicero, termómetro, equipos medicos o equipos biomedicos o equipamiento hospitalario en general

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 22:12:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

están solicitando el ISO13485 indicando según corresponda, solicitamos nos indiquen si esto es para que items.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA la consulta y que el ISO 13485 o la directiva de productos sanitarios europea 93/42/EEC requerido es para el sub ítem: BALANZA DE PIE DIGITAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 22:12:57

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se visualiza en sus bases el punto f), el cual es un certificado de calibracion de pesos y masas, consultamos al comité si dicho certificado es para la balanza digital?.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA la consulta que dicho certificado es para el sub item: BALANZA DE PIE DIGITAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 22:13:29

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Observamos el punto g) ya que dicho requisito es solicitado en la etapa de recepcion. Por tanto solicitamos al comité considerarlo opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que lo solicitado ISO 13485 o la directiva de productos sanitarios europea 93/42/EEC es un requisito minimo y que ofrece y garantiza la calidad del producto por ese motivo se solicita como documento para la admision de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 22:14:01

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Consultamos al comité si en el punto f), en la carta de fabricante, deberá indicar los números de serie de los productos que brindara dicho certificado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área técnica ACLARA e indica que la carta será del fabricante indicando que en la entrega de los equipos se adjuntará los certificados indicando cada número de serie del equipo calibrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código : 20603346344

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 22:16:28

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

De la revision de las bases , observamos que en los documentos de admision de oferta no estan considerando la presentacion de una hoja de presentacion en la cual debera figurar la marca modelo procedencia y año de fabricacion . Asi mismo no se esta considerando el contar con el sustento tecnico de cada punto de las especificaciones tecnicas, con lo cual se demuestre el cumplimiento fehaciente segun su requerimiento. Por tanto solicitamos al digno comite sirvase solicitar la presentacion de una hoja de presentacion de producto con el respectivo sustento tecnico, el cual debera estar demostrado a travez de informacion tecnica del fabricante como catalogos, brochure, data sheet, planos o manuales del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que a fin de poder verificar el pleno cumplimiento de las especificaciones tecnicas, se solicitara una hoja de presentacion donde se detalle marca, modelo, procedencia y las especificaciones tecnicas de los productos, la cual debera estar sustentada por informacion tecnica del fabricante como catalogo, brochure, data sheet, planos o manuales del fabricante y formara parte de los Documentos Para la Admision de la Oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas lo siguiente: en Documentos para la Admision de la Oferta: l) Hoja de presentacion del producto ofertado, en el cual debera indicar marca, modelo, procedencia. Asi mismo se debe adjuntar el sustento tecnico de cada punto de las especificaciones tecnicas a traves de catalogos, data sheet, brochure,manuales u otro documentos del fabricante.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:23:06

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

El plazo requerido es 10 dias calendario, a fin de que obtengan en un menor plazo sus productos, observamos al comité que considere como puntaje adicional la entrega d ellos productos en menor tiempo posible

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 8 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que el plazo requerido es el maximo solicitado por el usuario para cubrir la finalidad publica, cabe indicar que siendo el plazo de entrega no muy extenso no es necesario considerar como factor de evaluacion el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:25:50

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Nuestra balanza de pie de procedencia americana, realiza el Hold , es decir la retencion del peso por aprox 10 segundos, lo cual es mas que suficiente para visualizar el peso y apuntarlo una vez que el paciente se baja de la balanza. Al respecto observamos al comite que existen diversos tipos de hold o autohold, por tanto solicitamos al comite sirvase ampliar dicho punto para brindar mayor pluralidad de postores, permitiendo que realice la retencion por un tiempo minimo de 10 segundos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 16 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito permitiendo tener autohold o hold de por lo menos 10 segundos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas lo siguiente: item Balanza de Pie Digital - CON FUNCIONES DE AUTOHOLD O HOLD, por lo menos por 10 segundos.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:27:13

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Nuestra balanza de pie de procedencia americana, realiza el Hold , es decir la retencion del peso por aprox 10 segundos, lo cual es mas que suficiente para visualizar el peso y apuntarlo una vez que el paciente se baja de la balanza. Al respecto observamos al comite que existen diversos tipos de hold o autohold, por tanto solicitamos al comite sirvase ampliar dicho punto para brindar mayor pluralidad de postores, permitiendo que realice la retencion por un tiempo minimo de 10 segundos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito permitiendo tener autohold o hold de por lo menos 10 segundos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas lo siguiente: item Balanza de Pie Digital - CON FUNCIONES DE AUTOHOLD O HOLD, por lo menos por 10 segundos.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:28:44

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

la experiencia de equipos similares limpia solo a ciertos equipos, para que promuevan la libre participacion solicitamos sirvase incluir como equipos similares a equipamiento hospitalario en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara la experiencia del postor a equipos medicos o equipos biomedicos o equipamiento hospitalario en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Estetoscopios, balanzas, negatoscopio, tensiómetro, cinta métrica antropométricas, linterna tipo lapicero, termómetro, equipos medicos o equipos biomedicos o equipamiento hospitalario en general

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:31:07

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Observamos la experiencia del postor por ser un limitante para nuestra participacion, nosotros contamos con los equipos requeridos en stock, con productos de fabricacion europea, al respecto solicitamos al comité ampliar el requisito de experiencia solicitado, considerando como equipos similares equipos biomedicos en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara la experiencia del postor a equipos medicos o equipos biomedicos o equipamiento hospitalario en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas lo siguiente 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION bienes similares a los siguientes: Estetoscopios, balanzas, negatoscopio, tensiómetro, cinta métrica antropométricas, linterna tipo lapicero, termómetro, equipos medicos o equipos biomedicos o equipamiento hospitalario en general

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606042044	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	22:31:33

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Observamos la experiencia del postor por ser un limitante para nuestra participacion, nosotros contamos con los equipos requeridos en stock, con productos de fabricacion europea, al respecto solicitamos al comité ampliar el requisito de experiencia solicitado, considerando como equipos similares equipos biomedicos en general.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores se ampliara la experiencia del postor a equipos medicos o equipos biomedicos o equipamiento hospitalario en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas lo siguiente 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION bienes similares a los siguientes: Estetoscopios, balanzas, negatoscopio, tensiómetro, cinta métrica antropométricas, linterna tipo lapicero, termómetro, equipos medicos o equipos biomedicos o equipamiento hospitalario en general

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:37:35

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SE LE PIDE A LA ENTIDAD CONFIRMAR SI EL TÉRMINO "SENSIBILIDAD DE MEDICIÓN" SE REFIERE AL PARÁMETRO RESOLUCIÓN. SE HACE LA CONSULTA A LA ENTIDAD PARA NO TENER PROBLEMAS AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que su apreciacion es correcta EI TÉRMINO "SENSIBILIDAD DE MEDICIÓN" SE REFIERE AL PARÁMETRO RESOLUCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:20

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

"SE OBSERVA QUE LA ESPECIFICACIÓN SOLICITA FUNCIONES PROPIAS DE ALGUNAS MARCAS LO CUAL RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DE OTROS POSTORES. SE SOLICITA A LA ENTIDAD CONSIDERAR LA AMPLIACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN A06 DEL SIGUIENTE MODO:
""CON DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA O AUTO OFF CÓMO MÍNIMO""
SE HACE LA SOLICITUD DEBIDO A QUE DE LAS 3 FUNCIONES SOLICITADAS, EL APAGADO AUTOMÁTICO ES LA FUNCIÓN QUE TIENE RELEVANCIA DURANTE EL USO DE LA BALANZA"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que las funciones requeridas son las minimas requeridad para garantizar el trabajo con los pacientes de la DIRIS LE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:52

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

"SE OBSERVA QUE LA ESPECIFICACIÓN A08 SOLICITA QUE LA BALANZA VENGA CON UN JUEGO DE PILAS ACREDITADO POR EL FABRICANTE. SIN EMBARGO, ESTA CARACTERISTICA RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DE MUCHOS POSTORES QUE OFERTAN BALANZA QUE FUNCIONAN CON PILAS. ES IMPORTANTE INDICAR QUE PARA EL CASO DE LOS FABRICANTE DE DISPOSITIVOS QUE FUNCIONAN CON PILAS, SON POCAS LAS MARCAS QUE RECOMIENDAN UN FABRICANTE ESPECÍFICO DE PILAS. POR TANTO, SE SOLICITA A LA ENTIDAD CONSIDERAR LA AMPLIACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN A08 DE LA SIGUIENTE MANERA:
""SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO BASADO EN UN ADAPTADOR PARA 220V/60 HZ O JUEGO DE PILAS RECARGABLES CON UN CARGADOR"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se ampliara dicho requisito permitiendo que se oferte un juego de pilas con su cargador o juego de baterias con su cargador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas lo siguiente: Item Balanza de Pie Digital A08 SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO BASADO EN UN (01) ADAPTADOR PARA 220V/60HZ O JUEGO DE BATERIAS CON CARGADOR O JUEGO DE PILAS RECARGABLES CON UN CARGADOR.

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:22

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

"SE PIDE A LA ENTIDAD ACLARAR SI EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SOLICITADO EN LA ESPECIFICACIÓN A09 SE REFIERE AL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR EL FABRICANTE.
SE HACE LA CONSULTA CON EL FIN DE OFRECER LA MEJOR OPCIÓN A LA ENTIDAD "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica QUE SE ACEPTARA CERTIFICACION DE CALIBRACION EMITIDO POR EL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas lo siguiente: A09 CERTIFICADO DE CALIBRACION EMITIDO POR EL FABRICANTE (SE ACREDITARA CON CARTA DE FABRICANTE)

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:54

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

"SE OBSERVA QUE LA ENTIDAD SOLICITA UN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN QUE ESTÉ BASADO EN LA ISO/IEC 17025. SIN EMBARGO, EXISTEN OTRAS MARCAS LOS CUALES CALIBRAN SUS BALANZAS CON OTRA NORMATIVA, ESTO NO SIGNIFICA QUE LAS BALANZAS NO CUMPLAN LOS ESTÁNDARES DE FUNCIONAMIENTO QUE ASEGUREN SU ÓPTIMO DESARROLLO.
POR TANTO, SE SOLICITA A LA ENTIDAD CONSIDERAR LA AMPLIACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN A09 DE LA SIGUIENTE MANERA:
""CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE MASAS VALIDADO POR ENTIDAD COMPETENTE""
ESTA AMPLIACIÓN PERMITIRÁ UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES LO CUAL ESTÁ AMPARADO POR LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que a fin de brindar mayor pluralidad de postores, se aceptara un certificado de calibracion emitido por el fabricante del producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas lo siguiente: A09 CERTIFICADO DE CALIBRACION EMITIDO POR EL FABRICANTE (SE ACREDITARA CON CARTA DE FABRICANTE)

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:41:30

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

"PARA QUE LA ENTIDAD CUENTE CON UNA BALANZA QUE LE PERMITA VISUALIZAR EL PESO DEL PACIENTE LUEGO DE QUE ESTE SE HAYA BAJADO DE LA BALANZA. SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD CONSIDERAR LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
""VISUALIZACIÓN DEL PESO DE PACIENTE POR AL MENOS 15 SEGUNDOS LUEGO DE QUE EL PACIENTE SE HAYA BAJADO DE LA BALANZA""
ESTA MEJORA SIGNIFICA UNA GRAN VENTAJA AL MOMENTO DE UTILIZAR SU EQUIPO YA QUE PERMITIRA AL USUARIO VISUALIZAR EL PESO DEL PACIENTE A PESAR DE QUE EL PACIENTE YA NO ESTÉ EN LA BALANZA."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que ya en las funciones se esta solicitando la funcion de autohol o hold de por lo menos 10 segundos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:41:55

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

"SE OBSERVA QUE LA ESPECIFICACIÓN A10 SOLICITA UN ACCESORIO QUE NO SIEMPRE SE MENCIONA EN LA FICHA TÉCNICA O MANUAL. SE PIDE A LA ENTIDAD ACLARAR SI SE PUEDE SUSTENTAR ESTE PUNTO PRESENTANDO UNA IMAGEN BAJADA DE LA PÁGINA WEB DEL FABRICANTE.

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area tecnica ACLARA e indica que el sustento permitido es todo documento emitido por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:42:28

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

"PARA QUE LA ENTIDAD ADQUIERA UN PLICÓMETRO QUE BRINDE LA FACILIDAD DE AJUSTAR A CERO EL RELOJ, SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN: ""CON SISTEMA MANUAL DE AJUSTE A CERO""

ESTA AMPLIACIÓN PERMITIRÁ QUE LA ENTIDAD ADQUIERA UN EQUIPO QUE PUEDE SER AJUSTADO A CERO EN CASO EL RELOJ SE DESAJUSTE"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se acoge, se indica que a fin de que en caso el equipo se desajuste con la perilla manual se podra volver a ajustar a cero para volver a usar en otro paciente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas lo siguiente: A09 CON SISTEMA MANUAL DE AJUSTE A CERO

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-DIRIS LE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Equipos No Estratégicos para Brindar Atención Nutricional Tallímetros ¿ Plicometro ¿ Balanza de Pie Digital para los Establecimientos de Salud de la Diris LE

Ruc/código :	20606008024	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:43:38

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

"EN EL MERCADO ACTUAL, A FIN DE GARANTIZAR LA DURABILIDAD DEL TALLÍMETRO, VARIOS FABRICANTES UTILIZAN MADERA DE MAYOR. POR TANTO, SE SOLICITA A LA ENTIDAD CONSIDERAR AMPLIAR LA ESPECIFICACIÓN A02 DE LA SIGUIENTE MANERA:
""PESO DEL TALLÍMETRO MOVIL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE""
ESTA AMPLIACIÓN PROMOVERÁ UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES LO CUAL ESTÁ AMPARADO POR LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, no se acoge, se indica que el tallímetro debe pesar como máximo lo indicado en A02 lo que garantizará un transporte en el uso en campañas médicas en los establecimientos de la Diris Le.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null