

ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO  
DE BUENA PRO

LICITACIÓN PÚBLICA N°01-2024-HMA-1  
ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES A VAPOR - AUTOCLAVE PARA EL SERVICIO  
DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA

En San Juan de Miraflores, a los 19 días del mes de julio de 2024, en las instalaciones de la Oficina de Logística, a las 12:30 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Administrativa N°34-2024-HMA-OEA de fecha 07 de mayo de 2024, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACIÓN PÚBLICA N°01-2024-HMA-1, cuyo objeto de convocatoria es la contratación para la ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES A VAPOR - AUTOCLAVE PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA, a fin de realizar la apertura, admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro.

I. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN:

ANA MARIA QUISPE HUAMAN	Presidente Titular
ALEX DANIEL PIZARRO CHOZO	Primer Miembro Titular
FISHER LELIS PALHUA HUAMAN	Segundo Miembro Titular

II. Registro de participantes: para el presente procedimiento de selección, se han identificado a los siguientes participantes registrados en el SEACE:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10410553746	GONZALES CCOYA PERCY YON	2024-05-21 11:16:47.0	Válido
2	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	2024-05-09 08:47:34.0	Válido
3	20100329205	H.W.KESSEL S.A.C.	2024-05-09 11:46:21.0	Válido
4	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	2024-05-10 14:46:03.0	Válido
5	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	2024-05-10 11:59:51.0	Válido
6	20472852753	INLEMED S.A.C.	2024-05-23 10:57:58.0	Válido
7	20501549801	FERCO MEDICAL S.A.C.	2024-05-09 13:13:16.0	Válido
8	20501645517	VITALTEC S.A.C.	2024-05-09 10:10:29.0	Válido
9	20503919908	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	2024-05-10 11:36:47.0	Válido
10	20507883266	MEDISPEC PERU S.A.C.	2024-05-09 15:28:14.0	Válido
11	20509873535	KENDAL IMPORT S.A.C	2024-05-09 10:28:11.0	Válido
12	20523412486	CESPI PERU S.A.C.	2024-05-10 08:01:13.0	Válido
13	20543424545	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.	2024-06-17 11:36:12.0	Válido
14	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	2024-05-15 09:31:27.0	Válido
15	20553285101	MEDSTEP PERU S.A.C	2024-05-20 17:13:20.0	Válido
16	20563131846	SERBIOMEDIC AROTINCO S.A.C.	2024-06-07 10:13:07.0	Válido
17	20565911920	ASECO PERU S.A.C	2024-05-09 08:49:20.0	Válido
18	20600811364	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	2024-05-09 08:49:06.0	Válido
19	20601785324	STBIOMEDICAL S.A.C.	2024-05-10 07:15:15.0	Válido
20	20602468748	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	2024-05-09 08:38:56.0	Válido
21	20602476449	AGROINDUSTRIAL ESTACIO S.A.C.	2024-06-12 12:26:22.0	Válido
22	20602551963	GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L.	2024-05-21 15:49:02.0	Válido
23	20602556175	INVERSIONES CECGIM E.I.R.L.	2024-05-21 16:24:01.0	Válido
24	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	2024-05-17 10:57:12.0	Válido
25	20603517343	UNICOMP PERU S.A.C.	2024-07-11 19:59:01.0	Válido

26	20606300477	PROVEEDORES INNOVADORES CON CONCIENCIA SOCIAL E.I.R.L.	2024-05-21 16:40:26.0	Válido
27	20607920363	MEGA-MED E.I.R.L.	2024-05-09 12:31:43.0	Válido

III. Presentación de ofertas. – Se verificó que, del total de participantes registrados, se presentó cuatro (4) postores, conforme al siguiente detalle:

N°	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE PRESENTACIÓN	HORA DE PRESENTACIÓN	ESTADO DE LA PROPUESTA	ESTADO	MOTIVO
1	20602468748	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	18/07/2024	23:01:51	Enviado	Valido	
2	20600811364	CONSORCIO IAI PERU	18/07/2024	22:13:54	Enviado	Valido	
3	20607920363	CONSORCIO GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L. - MEGA-MED E.I.R.L.	18/07/2024	20:04:04	Enviado	Valido	
4	20503919908	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	18/07/2024	20:31:08	Enviado	Valido	

IV. Acto seguido, el comité de selección procede con la apertura electrónica de la oferta, realizando la descarga de la oferta del postor según su presentación, a fin de verificar los documentos de presentación obligatoria establecidos en las Bases Integradas Definitivas; de no cumplir con lo requerido, la oferta será considerado como no admitida.

Por lo tanto, el resultado de la revisión de la oferta es el siguiente:

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4
2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	CONSORCIO IAI PERU	CONSORCIO GRUPO IMPORTADOR JUVAL E.I.R.L. - MEGA-MED E.I.R.L.	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2).	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).	Si cumple	No cumple <sup>(1)</sup>	No cumple <sup>(2)</sup>	No cumple <sup>(3)</sup>
e) Copia del Certificado de Seguridad Eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP 60601-1-2010.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
f) Copia simple del registro sanitario o certificado de registro sanitario de los bienes, componentes, accesorios, periféricos y aplicativos informáticos (Software) ofertados.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
g) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No aplica	Si cumple	Si cumple	No aplica
i) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
<b>ESTADO</b>	<b>ADMITIDA</b>	<b>NO ADMITIDA</b>	<b>NO ADMITIDA</b>	<b>NO ADMITIDA</b>

- (1) El postor no cumple con la característica A11: PROGRAMA DE TEST B&D Y DISPOSITIVO B&D ELECTRÓNICO INTEGRADO Y FIJO AL EQUIPO, pues con la documentación presentada no sustenta que tiene el DISPOSITIVO B&D ELECTRÓNICO INTEGRADO Y FIJO AL EQUIPO, esto en el folio 45. Por lo cual, no cumple con lo solicitado.
- (2) El postor no cumple con lo siguiente:
- Característica A12: EL PROVEEDOR DEBERÁ ACREDITAR LA CALIDAD DE LA FABRICACIÓN DE RECIPIENTES (CÁMARA, CHAQUETA O RECAMARÁ Y GENERADOR DE VAPOR) SOMETIDOS A PRESION Y CUMPLIR CON LAS NORMAS ASME Y/O PED MEDIANTE COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD O EQUIVALENTE. Según lo solicitado, la capacidad de la cámara de esterilización debe estar dentro del rango 700 a 800 litros. Por lo tanto, la certificación de la cámara debe ser según la capacidad solicitada. El postor en mención presentó la certificación de la cámara con una capacidad de 565 litros, esto en el folio 50 de su propuesta. Por lo tanto, no cumple con este ITEM.
  - Característica ITEM A13. EQUIPO DISEÑADO Y DISTRIBUIDO BAJO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES UNI EN ISO 285 Y EN ISO 13485, CERTIFICADOS POR ENTIDADES DE ACREDITACIÓN. Según lo solicitado y definido en la absolución de consultas y observaciones se indicó que se debe presentar copia del certificado ISO 13485. El postor no sustenta lo solicitado. Por lo tanto, no cumple con lo solicitado.
  - Característica E02. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL DIGITAL (TOUCH SCREEN) A COLOR TÁCTIL DE 7" COMO MÍNIMO EN AMBAS PUERTAS, EN IDIOMA ESPAÑOL, El postor no sustenta que su equipo tiene doble pantalla, es decir, que tenga pantalla táctil en la carga y descarga. Asimismo, el postor en mención en su catálogo indica que para la zona de carga tiene un panel táctil y para la zona de descarga una pantalla LCD de 4 líneas de caracteres, este en el folio 45 de su propuesta. Por lo tanto, no cumple con este ITEM.
- (3) El postor en mención no cumple con la Característica C04. APERTURA Y CIERRE DESLIZABLE VERTICALMENTE CONTROLADA DESDE LA MISMA PANTALLA TÁCTIL DE CONTROL DIGITAL DE AMBAS PUERTAS, El postor en mención no sustenta que la apertura y cierre de las puertas se realiza desde la misma pantalla táctil. Asimismo, se puede evidenciar en su oferta, que su equipo tiene botones externos a la pantalla táctil para el control de las puertas folio 19 Por lo cual, no cumple con lo solicitado.

**V. Acto seguido, los miembros del Comité de Selección aplican el Factor de Evaluación a las propuestas presentadas de acuerdo a lo establecido en las Bases Integradas Definitivas:**

VALOR ESTIMADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: S/ 3,347,200.00					
Nº	NOMBRE DEL POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA S/	PUNTAJE - PRECIO	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
01	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	S/ 3,250,000.00	100.00 ptos	100.00 ptos	1*

**VI. Verificación de cumplimiento de los requisitos de calificación:**

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		PG SCHLUMBOHM S.A.C.
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	<u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5,000,000.00 (Cinco millones con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos Biomédicos de Central de Esterilización en General.	Si cumple
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	<u>Requisitos:</u> 03 años como mínimo en instalación y/o implementación y/o mantenimiento de equipos biomédicos de central de esterilización del personal clave requerido como profesional encargado de la instalación, mantenimiento y/o soporte.	Si cumple
	ESTADO	CALIFICADA

## VII. Otorgamiento de buena pro:

Finalmente, el Comité de Selección, de conformidad al Artículo 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, por unanimidad procede a otorgar la Buena Pro del procedimiento de selección **LICITACIÓN PÚBLICA N°01-2024-HMA-1**, al postor **PG SCHLUMBOHM S.A.C.**, cuyo objeto de convocatoria es la contratación para la **ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES A VAPOR - AUTOCLAVE PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA**, se adjudica por el monto de **S/ 3,250,000.00** (Tres millones doscientos cincuenta mil con 00/100 Soles).

Siendo las 15:35 horas del día 25 de julio del 2024, el Comité de Selección da por finalizada la sesión, firmando en señal de conformidad.




---

ALEX DANIEL PIZARRO CHOZO  
Primer Miembro del Comité de Selección  
LP N°01-2024-HMA-1



---

ANA MARIA QUISPE HUAMAN  
Presidente del Comité de Selección  
LP N°01-2024-HMA-1



---

FISHER LELIS PALHUA HUAMAN  
Segundo Miembro del Comité de Selección  
LP N°01-2024-HMA-1