

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código :	20518325150	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA SG S.A.C. - CORPMED SG	Hora de envío :	11:17:24

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAMOS EL ENVIO DE ANEXOS EN WORD, ASI FACICILITA EL LLENADO DE DICHOS DOCUMENTOS.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 00    **Literal:** 00    **Página:** 00

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION LE ACLARA SU CONSULTA Y LE MANIFIESTA QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE REGISTRAN EN EL SEACE DEBEN SER EN FORMATO PDF. ASIMISMO SE INFORMA QUE EN EL PORTAL DE OSCE SE ENCUENTRAN LAS BASES ESTANDAR EN WORD LAS CUALES PUEDEN SER DESCARGADAS PARA SU

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	18:53:46

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

De la revisión de las especificaciones técnicas se advierte que para el bien: Placa Recta estrecha bloqueo para húmero diafisario con sistema para tornillos de bloqueo 4.5, solicitan como material titanio. Al respecto solicitamos al Comité de Selección también acepte como material el acero inoxidable, el cual por su resistencia a la corrosión y ductibilidad permite el contorno de la placa sin fractura; dando pie a una alternativa de igual calidad.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 5.1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literales a), e) y f) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria ACOGE su observación y ampliara la presentación de la siguiente manera: material de titanio o acero inoxidable

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

material de titanio o acero inoxidable

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	18:53:46

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Considerando que para cada cirugía de los bienes solicitados se hace entrega de un set del producto con todas sus alternativas como por ejemplo longitudes y cantidades de agujeros, lo cual se adecua a la necesidad de cada paciente, solicitamos al Comité de Selección incluir en las bases que al momento de la entrega de los bienes al almacén se acepten las alternativas mencionadas relacionadas a las dimensiones, por los motivos antes expuesto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.2      Literal: PAQUETE 2      Página: 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

esta área usuaria acepta su consulta y procederá a incluirá en las bases integradas el siguiente texto: "El contratista al momento de la entrega de los bienes al almacén aceptara alternativas"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"El contratista al momento de la entrega de los bienes al almacén aceptara alternativas"

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	18:53:46

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

De la revisión de las bases se advierte que solicitan una garantía comercial 12 meses contados a partir de la recepción formal del bien por parte del almacén de la entidad.

Al respecto, debemos indicar que la garantía comercial se encuentra dirigida a los bienes como equipos, los cuales requieren de un mantenimiento, dado que el presente procedimiento es por la adquisición de dispositivos médicos solicitamos al Comité de selección considerar en su lugar la presentación de una carta de compromiso de canje en caso de presentarse defectos o vicios ocultos no detectables al momento del ingreso de los bienes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 6    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literales a), e) y f) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria ACOGE su observación y modificara dicho requisito, según lo siguiente: El contratista presentara una carta de compromiso de canje por un tiempo no menor a un año, en caso de presentarse defectos o vicios ocultos no detectables al momento del ingreso de los bienes al almacén de la entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Carta de compromiso de canje por un tiempo no menor a un año, en caso de presentarse defectos o vicios ocultos no detectables al momento del ingreso de los bienes al almacén de la entidad.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 21:34:47

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Certificado de Buenas Practicas de manufactura . solicitamos a la entidad ampliar dicha solicitud y aceptar de manera opcional el certificado ISO 13485, ya que el ISO 13485 es un certificado que valida las mismas condiciones de calidad que el certificado BPM, el cual a su vez es un documento que acredita las buenas prácticas de manufactura en el país competente de fabricación y es validado por empresas acreditadas para la evaluación y certificación de las Buenas prácticas de acuerdo a la norma ISO 13485 que es específica para los laboratorios fabricantes de dispositivos médicos, esto para la acreditación durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 2.2

**Literal:** d

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria, aclara su consulta y le manifiesta que el Certificado de Practicas de Manufactura garantiza que los productos hayan pasado por un riguroso control en la higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento., etc. y siendo este un procedimiento de adquisición de insumos para la salud humana, tenemos que asegurar su correcto internamiento. No obstante aceptamos su consulta y procederemos ampliar dicho requisito de la siguiente manera: presentar el Certificado de Buenas Practicas de Manufactura o el Certificado ISO 13485.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

presentar el Certificado de Buenas Practicas de Manufactura o el Certificado ISO 13485.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 21:34:47

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Set de Ligamento cruzado anterior ,tornillo de interferencia super sutura endobutton. Solicitamos al comité de selección aclarar a cual diámetro, mediada o tamaño se refiere , Large o mini

Amparándonos en el literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia; y, en aras de incrementar la pluralidad de participación de postores solicitamos al Comité acceder a lo solicitado

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 5.1

**Literal:** 2

**Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria le aclara su consulta y modificara el sub ítem de la siguiente manera: SET DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR HOJA DE SIERRA: 01 TORNILLO DE INTERFERENCIA: 02 SUPERSUTURA: 02 sistema de botón ajustable mayor a 14 mm para fijación femoral extra cortical .

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

sistema de botón ajustable mayor a 14 mm para fijación femoral extra cortical .

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código :	20603164726	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.	Hora de envío :	21:34:47

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

PLACA 1/3 DE CAÑA O TUBO CONVENCIONAL: 01, TORNILLOS DE CORTICAL 3.5MM : 07, AGUJAS DE KIRSCHNER 1.6 MM: 03, BROCA 2.5MM : 01, Solicitamos al comité de selección en aras de incrementar la Pluralidad de postores. aceptar TORNILLOS DE CORTICAL 3.5MM A 4,0 , BROCA 2.5MM A 3,0 MM

Amparándonos en el literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia; y, en aras de incrementar la pluralidad de participación de postores solicitamos al Comité acceder a lo solicitado

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 5.1      Literal: 3      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria le aclara su consulta y modificara el sub ítem de la siguiente manera: PLACA 1/3 DE CAÑA O TUBO CONVENCIONAL: 01, TORNILLOS DE CORTICAL 3.5MM A 4.0MM: 07, AGUJAS DE KIRSCHNER 1.6 MM: 03, BROCA 2.5MM A 3.0MM: 01

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 21:34:47

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

PLACA DE RECONSTRUCCION CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE 3.5 MM X 8 AGUJEROS: 01, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5MM: 08, AGUJA KIRSCHNER 1.8 MM C/PUNTA TROCAR: 04, BROCA DE 2.5MM. Solicitamos al comité de selección para una mayor pluralidad de postores aceptar también , PLACA DE RECONSTRUCCION CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE 3.5 MMA A 4,0 X 8 AGUJEROS: 01, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5MM A 4.0 MM : 08, AGUJA KIRSCHNER 1.8 MM C/PUNTA TROCAR: 04, BROCA DE 2.5MM. A 3,0 MM  
Amparándonos en el literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia; y, en aras de incrementar la pluralidad de participación de postores solicitamos al Comité acceder a lo solicitado

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 5.1

**Literal:** 4

**Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria le aclara su consulta y modificara el sub ítem de la siguiente manera: PLACA DE RECONSTRUCCION CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE 3.5 MM A 4.0MM X 8 AGUJEROS: 01, TORNILLOS DE CORTICAL DE 3.5MM A 4.0MM: 08, AGUJA KIRSCHNER 1.8 MM C/PUNTA TROCAR: 04, BROCA DE 2.5MM A 3.0MM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 21:34:47

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL 3.5 MM BAJO PERFIL: 01, TORNILLOS DE CORTICAL 3.5MM : 03, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5MM : 06, AGUJA KIRSCHNER 1.6 MM:, BROCA DE 2.8MM 3,02 Y 3,0: 01, BROCA DE 2.5MM:

PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL 3.5 MM A 4,0 MM BAJO PERFIL: 01, TORNILLOS DE CORTICAL 3.5MM A 4,0 MM : 03, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5MM 4,0 MM : 06, AGUJA KIRSCHNER 1.6 MM: , BROCA DE 2.8MM A 3,02 Y/O 3,0: 01, BROCA DE 2.5MM:3,0 MM Y/O 3,0MM 01.

Amparándonos en el literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia; y, en aras de incrementar la pluralidad de participación de postores solicitamos al Comité acceder a lo solicitado

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 5.1

**Literal:** 5

**Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria manifiesta que la consulta del participante no es clara, porque no evidencia que es lo que solicita, que desea cambiar, quitar añadir. Por lo cual se debe exhortar a los participantes a realizar consultas u observaciones claras, precisas y concisas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código :	20603164726	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.	Hora de envío :	21:34:47

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

HOJA DE SHAVER 4.0 MM FULL RADIO 3.5MM

Solicitamos al comité de selección aceptar también HOJA DE SHAVER 4.0 MM 4,5mm FULL RADIO 3.5MM 4,5 mm , Amparándonos en el literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia; y, en aras de incrementar la pluralidad de participación de postores solicitamos al Comité acceder a lo solicitado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta área usuaria le indica que en las bases no se encuentra el articulo HOJA DE SHAVER 4.0 MM FULL RADIO 3.5MM, a la cual el participante hace la consulta.

Asimismo, se hace mención que el bien en las bases es HOJA DE SHAVER 4.0 MM O 3.5 MM AGRESIVE CUTTER que es un bien distinto al consultado.

En ese sentido, se debe exhortar a los participantes a realizar consultas u observaciones claras, precisas y concisas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código :	20603164726	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.	Hora de envío :	21:34:47

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL 3.5 MM BAJO PERFIL: 01, TORNILLOS DE CORTICAL 3.5MM : 03, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5MM : 06, AGUJA KIRSCHNER 1.6 MM:04, BROCA DE 2.8MM 01, BROCA DE 2.5MM Solicitamos al comité de selección para una mayor pluralidad de postores Aceptar

PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL 3.5 MM a 4,0mm BAJO PERFIL: 01, TORNILLOS DE CORTICAL 3.5MM a 4,0 mm: 03, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5MM a 4,0mm : 06, AGUJA KIRSCHNER 1.6 MM:04, BROCA DE 2.8MM 3,02 mm Y 3,0 mm : 01, BROCA DE 2.5MM: 3,0 mm 01

Amparándonos en el literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia; y, en aras de incrementar la pluralidad de participación de postores solicitamos al Comité acceder a lo solicitado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 7 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta área usuaria le aclara su consulta y modificara el sub ítem de la siguiente manera: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL 3.5MM a 4.0MM BAJO PERFIL: 01, TORNILLOS DE CORTICAL 3.5MM a 4.0MM: 03, TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3.5MM a 4.00MM: 06, AGUJA KIRSCHNER 1.6 MM:04, BROCA DE 2.8MM ó 3.02MM ó 3.0MM: 01, BROCA DE 2.5MM a 3.0MM: 01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 21:34:47

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

ANCLA DE SUTURA 2.5

Solicitamos al comité de selección aceptar ANCLA DE SUTURA 2.5 A 1,8

Amparándonos en el literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia; y, en aras de incrementar la pluralidad de participación de postores solicitamos al Comité acceder a lo solicitado

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 5.1

Literal: 8

Página: 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria le aclara su consulta y modificara el sub ítem de la siguiente manera: ANCLA DE SUTURA 2.5 a 1.8

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 21:34:47

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

PLACA RECTA ESTRECHA BLOQUEADA PARA HUMERO DIAFISIARIO CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO 4.5 : 01, TORNILLO DE BLOQUEO 4.5 1 MM: 08 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM: BROCA 3.2 MM

Solicitamos al comité de selección aceptar PLACA RECTA ESTRECHA BLOQUEADA PARA HUMERO DIAFISIARIO CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO 4.5 o 4,0 : 01, TORNILLO DE BLOQUEO 4.5 o 4,0 MM: 08 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM: 04 BROCA 3.2 MM a 3,0 : 01

Amparándonos en el literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia; y, en aras de incrementar la pluralidad de participación de postores solicitamos al Comité acceder a lo solicitado

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 5.1

**Literal:** 9

**Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria le aclara su consulta y modificara el sub ítem de la siguiente manera: PLACA RECTA ESTRECHA BLOQUEADA PARA HUMERO DIAFISIARIO CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO 4.5 o 4.0 : 01, TORNILLO DE BLOQUEO 4.5 ó 4.0MM: 08 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM: 04 BROCA 3.2 a .3.0 MM: 01

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 21:34:47

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

SUTURA MENISCAL TODO DENTRO POR UN PUNTO Solicitamos al comité de selección aceptar también SUTURA MENISCAL TODO DENTRO POR UN PUNTO CON DOS DISPAROS.

Amparándonos en el literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia; y, en aras de incrementar la pluralidad de participación de postores solicitamos al Comité acceder a lo solicitado

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 5.1

**Literal:** 10

**Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria le aclara su consulta y modificara el sub ítem de la siguiente manera: SUTURA MENISCAL TODO DENTRO POR UN PUNTO CON UNO o DOS DISPAROS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 21:34:47

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

SET DE ENDOBOTTON

solicitamos al comité de selección aclarar a que dimensión tamaño o medida se refiere MINI/LARGE

Amparándonos en el literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia; y, en aras de incrementar la pluralidad de participación de postores solicitamos al Comité acceder a lo solicitado

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 5.1

**Literal:** 11

**Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria le aclara su consulta y modificara el sub ítem de la siguiente manera: SISTEMA DE BOTON AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR MINI MENOR A 14 MM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 21:34:47

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

PUNTA DE RADIOFRECUENCIA

Solicitamos al comité de selección aceptar también de 50 , 70 o 90

Amparándonos en el literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia; y, en aras de incrementar la pluralidad de participación de postores solicitamos al Comité acceder a lo solicitado

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 5.1

**Literal:** 12

**Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria le aclara su consulta y modificara el sub ítem de la siguiente manera: PUNTA DE RADIOFRECUENCIA con Angulo de 50 , 70 o 90 GRADOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 21:34:47

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

PLACA DE HUMERO PROXIMAL 3.5MM: 01, TORNILLO DE CORTICAL 3.5MM : 02, TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM CON RECESO EN FORMA DE ESTRELLA O Hexagonal : 07 Solicitamos al comité de selección aceptar PLACA DE HUMERO PROXIMAL 3.5MM a 4.0 mm : 01, TORNILLO DE CORTICAL 3.5MM a 4.0 mm : 02, TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM 3.2mm o 3.0 mm CON RECESO EN FORMA DE ESTRELLA O Hexagonal : 07

**Acápites de las bases :** Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 13 Página: 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Esta área usuaria le aclara su consulta y modificara el sub ítem de la siguiente manera: PLACA DE HUMERO PROXIMAL 3.5MM a 4.0MM: 01, TORNILLO DE CORTICAL 3.5MM a 4.0MM: 02, TORNILLO DE BLOQUEO 3.5MM ó 3.2MM o 3.0MM CON RECESO EN FORMA DE ESTRELLA: 07

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null