

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINCO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código : 20100018625

Nombre o Razón social : MEDIFARMA S A

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 16:25:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el Item 1.1 Solución para hemodialisis acida sol 4L, solicitamos al comite indicar si la cantidad que solicitan de 8,320 son 8,320 litros o son 8,320 galoneras de 4 litros cada una

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 1 **Página: 14**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto precisar que la cantidad requerida es de 8320 unidades (galoneras x 4litros)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINCO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	16:25:58

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el Item 1.2 Solucion para hemodialisis con bicarbonato sol 4L solicitamos al comite si la cantidad solicitada de 8,320 son 8,320 litros o 8,320 galoneras con 4 litros cada una

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1.2 **Literal:** 1 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto precisar que la cantidad requerida es de 8320 unidades (galoneras x 4litros)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINCO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código : 20100018625

Nombre o Razón social : MEDIFARMA S A

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 16:25:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con relación a la entrega de dos muestras en el envase primario, solicitamos al comité de selección que al tratarse de un proceso electrónico suprima este requerimiento y lo sustituya con la presentación de fotografías y/o rotulados del envase primario, ya que es una exigencia costosa. En nuestro caso que tenemos que enviar las muestras desde Lima y depender de un courier corremos el riesgo de que estas no lleguen a tiempo en la fecha y hora indicada y nos descalifiquen impidiendo de esta manera la participación de postores que no se encuentran en la zona.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** e **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el presente proceso de selección no será necesaria la presentación de muestras, pero si la presentación de fotografías detalladas en alta resolución y/o rotulados del envase en la cual se verifique los datos relevantes del producto tales como registro sanitario, lote, fecha de vencimiento, etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINCO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	16:25:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con relación a la declaración jurada de garantía comercial que requieren solicitamos al comite indicar a que se refiere e incluir el formato en bases

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1 Literal: g Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto cabe señalar que la garantía comercial se encuentra referida a cubrir la reposición y/o canje por defectos de fábrica, defectos en el transporte o vicios ocultos. Por lo que su presentación tiene carácter obligatorio, asimismo señalar que el formato es de libre elección en la cual se tendrá que precisar necesariamente el periodo de garantía comercial el cual no debe ser menos a 12 meses contado a partir del otorgamiento de la conformidad por parte del área usuaria (Servicio de Nefrología y Hemodiálisis) y área técnica (Departamento de Farmacia); así también dicho formato deberá precisar los aspectos que cobertura dicha garantía. en las cuales se verificará como mínimo defectos de fabricación productos dañados por el transporte o vicios ocultos.

Por otro lado, señalar que en caso de verificarse cualquiera de estos aspectos la empresa adjudicada deberá de realizar el canje en un plazo no mayor a 72 horas de notificado por parte de la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINCO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código : 20100018625

Nombre o Razón social : MEDIFARMA S A

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 16:25:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con relación al ítem 1.1 SOLUCION PARA HEMODIALISIS ACIDA SOL 4 L
Solicitamos al comité aceptar la siguiente composición:
FORMULA X 100 mL

CLORURO DE SODIO 17,550 g
CLORURO DE POTASIO 0,5490 g
CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0,9475 g
CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO 0,3742 g
ACIDO ACETICO 0,8820 g
GLUCOSA ANHIDRA 3,6830 g
AGUA PARA INYECCION C.S.P 100mL

La dilución de uso es la siguiente:
UNA PARTE DE BICARDIAL A+ 1,83 PARTES DE BICARDIAL B+34 PARTES DE AGUA PURIFICADA

LA DILUCION 1:35,83 PROPORCIONA POR LITRO:

SODIO 81,0 mEq
POTASIO 2,0 mEq
CALCIO 3,5 mEq
MAGNESIO 1,0 mEq
CLORURO 87,5 mEq
ACIDO ACETICO 4,0 mmol
GLUCOSA 1,0 g

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular cabe precisar que nuestra entidad para el tratamiento de sesiones de hemodiálisis se realiza con equipos que se encuentran configurados en proporción de 1 a 1 por lo que no sería posible aceptar lo sugerido por la empresa MEDIFARMA SA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINCO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código : 20100018625

Nombre o Razón social : MEDIFARMA S A

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 16:25:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el Item 1.2 SOLUCION PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO SOL 4L.
Solicitamos al comite aceptar la siguiente composición:
FORMULA X 100mL

CLORURO DE SODIO 2,3560 g
BICARBONATO DE SODIO 6,5950 g
AGUA PARA INYECCION C.S.P 100mL

La dilución de uso es la siguiente:
UNA PARTE DE BICARDIAL A +1,83 PARTES DE BICARDIAL B + 34 PARTES DE AGUA PURIFICADA
LA DILUCION 1,83:35 PROPORCIONA POR LITRO:
SODIO 59,0 mEq
CLORURO 20,0 mEq
BICARBONATO 39,0 mEq

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular cabe precisar que nuestra entidad para el tratamiento de sesiones de hemodiálisis se realiza con equipos que se encuentran configurados en proporción de 1 a 1 por lo que no sería posible aceptar los sugerido por la empresa MEDIFARMA SA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINCO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20100018625	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	MEDIFARMA S A	Hora de envío :	16:25:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos al comite indicar cuantas muestras se deberan de presentar para el Sub Item 1.1 y para el Sub item 2.2

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se requerirá muestras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINCO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:22:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Sub Item 1.1 Características técnicas

Solicitamos al Comité, aceptar las características del producto según lo declarado en el protocolo de análisis.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. II Literal: 2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Su apreciación no es correcta, se aceptarán las características del producto de acuerdo a lo declarado en el protocolo de análisis.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINCO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 26/05/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 17:22:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Sub Item 1.1 Preparado de la mezcla

Solicitamos al Comité, aceptar la siguiente proporción.

Dialiflex AX - 3,0.....1,000 L

Dialiflex Basic 8,4 %....1,225 L

Agua purificada.....32,775 L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. II

Literal: 2.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Señalar que para el presente procedimiento de selección el área usuaria (Servicio de Nefrología y Hemodiálisis) a definido los límites de proporción de los componentes de las soluciones entre esta la solución acida en ese sentido de lo solicitado por el participante B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. se verifica que las proporciones solicitadas cumplen con las especificaciones técnicas del requerimiento no obstante no se hace referencia a ninguna marca. Por lo que mientras los componentes se encuentren dentro de los límites establecidos en el requerimiento se acreditara que cumple las especificaciones técnicas sin importar las marcas que las empresas oferten.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINCO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:22:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Sub Item 1.1

Vida Útil - 24 meses

Solicitamos al Comité para promover la mayor participación de postores aceptar vida util de 18 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. II Literal: 2.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisar sobre dicha solicitud que para la integración de bases se considerará que la vida útil del producto sea de 18 meses mínimo el cual se contabilizará a partir del otorgamiento de la conformidad del área usuaria (Servicio de Nefrología y Hemodiálisis) y área técnica (Departamento de Farmacia).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:22:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Sub Item 1.2 Características técnicas

Solicitamos al Comité, aceptar las características del producto según lo declarado en el protocolo de análisis.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. II Literal: 2.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Su apreciación no es correcta, se aceptarán las características del producto de acuerdo a lo declarado en el protocolo de análisis.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINCO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:22:34

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Sub Item 1.2 Preparado de la mezcla

Solicitamos al Comité, aceptar la siguiente proporción 1+34:

Dialiflex AX (1+34).....1,000 L
Dialiflex Basic 8,4 %....1,225 L
Agua purificada.....32,775 L

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. II Literal: 2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Señalar que para el presente procedimiento de selección el área usuaria (Servicio de Nefrología y Hemodiálisis) ha definido los límites de proporción de los componentes de las soluciones entre esta la solución básica en ese sentido de lo solicitado por el participante B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. se verifica que las proporciones solicitadas cumplen con las especificaciones técnicas del requerimiento no obstante no se hace referencia a ninguna marca. Por lo que mientras los componentes se encuentren dentro de los límites establecidos en el requerimiento se acreditara que cumple las especificaciones técnicas sin importar las marcas que las empresas oferten.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCIONES CONCENTRADAS PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINCO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	26/05/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	17:22:34

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Sub Item 1.2

Vida Útil - 24 meses

Solicitamos al Comité para promover la mayor participación de postores aceptar vida util de 18 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. II Literal: 2.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisar sobre dicha solicitud que para la integración de bases se considerará que la vida útil del producto sea de 18 meses mínimo el cual se contabilizará a partir del otorgamiento de la conformidad del área usuaria (Servicio de Nefrología y Hemodiálisis) y área técnica (Departamento de Farmacia).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null