

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-GRC-DIRESA-OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 03 PLANTAS DE GENERACION DE OXIGENO DE LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20601589738

Fecha de envío : 21/11/2023

Nombre o Razón social : MULTISERVICIOS GCC S.A.C.

Hora de envío : 20:16:31

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

SE SOLICITA QUE SE CONSIDERE COMO JEFE DEL SERVICIO UN ING. MECANICO ELECTRICO, POR SER MAS COMPLETO E IDONEO EN LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SERVICIO QUE SOLICITAN

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B.3      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA ACOGE LA CONSULTA Y ACLARA QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL CARGO DE JEFE DE SERVICIO: ING. MECÁNICO ELÉCTRICO, COLEGIADO Y HABILITADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-GRC-DIRESA-OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 03 PLANTAS DE GENERACION DE OXIGENO DE LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20601589738	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS GCC S.A.C.	Hora de envío :	20:16:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE PARA EL PERSONAL CLAVE: TECNICO ELECTRICISTA SE CONSIDERE, TITULO TECNICO Y/O TITULO DE ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD Y/O ELECTRICISTA INDUSTRIAL; A FIN DE TENER MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA ACOGE LA CONSULTA Y ACLARA QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL CARGO DE TÉCNICO ELECTRICISTA: TÉCNICO Y/O ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y/O ELECTRICIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-GRC-DIRESA-OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 03 PLANTAS DE GENERACION DE OXIGENO DE LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20601589738

Fecha de envío : 21/11/2023

Nombre o Razón social : MULTISERVICIOS GCC S.A.C.

Hora de envío : 20:16:31

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se solicita aclarar el cargo o nivel a acreditar por parte del plantel profesional, puesto que es confuso e inexacto, Por tanto, se solicita que se aclare la experiencia del jefe de servicio y se acepte considerar la experiencia a acreditar: experiencia mínima de cinco (05) años como jefe de servicio en mantenimientos de plantas de oxígeno.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** b.3    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA ACOGE LA CONSULTA Y ACLARA QUE SE ESTÁ SOLICITANDO PARA PERSONAL CLAVE: JEFE DE SERVICIO; CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE CINCO (05) AÑOS COMO JEFE DE SERVICIO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXÍGENO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-GRC-DIRESA-OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 03 PLANTAS DE GENERACION DE OXIGENO DE LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20601589738

Fecha de envío : 21/11/2023

Nombre o Razón social : MULTISERVICIOS GCC S.A.C.

Hora de envío : 20:16:31

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se pide aclarar el cargo o nivel a acreditar por parte del plantel profesional, puesto que es confuso e inexacto, Por tanto, se solicita que se aclare la experiencia del Técnico Electricista y se acepte la experiencia a acreditar: experiencia mínima de dos (02) años como Técnico y/o Especialista en electricidad y/o Eléctrico industrial en mantenimientos de plantas de oxígeno.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: b.3

Página: 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA ACOGE LA CONSULTA Y ACLARA QUE SE ESTÁ SOLICITANDO PARA PERSONAL CLAVE: TÉCNICO Y/O ESPECIALISTA ELECTRICISTA; CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (02) AÑOS COMO TÉCNICO Y/O ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXÍGENO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-GRC-DIRESA-OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 03 PLANTAS DE GENERACION DE OXIGENO DE LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20601589738	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS GCC S.A.C.	Hora de envío :	20:16:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se pide aclarar el cargo o nivel a acreditar por parte del plantel profesional, puesto que es confuso e inexacto, Por tanto, se solicita que se aclare la experiencia del Técnico Mecánico y se acepte la experiencia a acreditar: experiencia mínima de dos (02) años como Técnico mecánico en mantenimientos de plantas de oxígeno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.3 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA ACOGE LA CONSULTA Y ACLARA QUE SE ESTÁ SOLICITANDO PARA PERSONAL CLAVE: TÉCNICO MECÁNICO; CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (02) AÑOS COMO TÉCNICO Y/O ESPECIALISTA EN MECÁNICA EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXÍGENO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-GRC-DIRESA-OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 03 PLANTAS DE GENERACION DE OXIGENO DE LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20601589738	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS GCC S.A.C.	Hora de envío :	20:16:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como Factor de Evaluación la mejora de plazo de ejecución puesto que el servicio puede realizarse en un menor tiempo que el propuesto en los términos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA ACOGE LA CONSULTA Y MENCIONA QUE SE CONSIDERARÁ COMO FACTOR DE EVALUACIÓN: PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON LO CUAL SE EVALUARÁ EN FUNCIÓN AL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE MEJORAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.  
DE 16 HASTA 20 DÍAS CALENDARIO: 10 PUNTOS  
DE 11 HASTA 15 DÍAS CALENDARIO: 20 PUNTOS  
DE 05 HASTA 10 DÍAS CALENDARIO: 30 PUNTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-GRC-DIRESA-OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 03 PLANTAS DE GENERACION DE OXIGENO DE LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20601589738	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS GCC S.A.C.	Hora de envío :	20:16:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita que se considere capacitación por parte del personal clave solicitado en temas relacionados al servicio solicitado, por tanto solicitamos se considere acreditar para el jefe de servicio un curso y/o especialización y/o diplomado y/o taller y/o capacitación en Mantenimiento de planta de oxígeno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA Y MENCIONA QUE SE SOLICITARÁ QUE EL PERSONAL CLAVE: JEFE DEL SERVICIO, CUENTE CON COMO MÍNIMO 80 HORAS LECTIVAS EN CURSO Y/O CAPACITACIÓN Y/O DIPLOMADO EN INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE OXÍGENO Y/O EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE GASES MEDICINALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null