

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD DE SAN MIGUEL

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UERSSAMI/OEC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA HEMATOLOGIA (MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOBLOGINOMETRO HEMOCONTROL Y HEMOCUE HB 201) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UERSSAMI 2024.

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 21/06/2024

Hora de envío : 20:22:06

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Observación:

Según el numeral 1.9. - Plazo de Entrega, del Cap. I - Generalidades, se indica que:

"Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de diecisiete QUINCE (15) días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra (...)".

De lo indicado, alertamos un error material de redacción, ya que se indica primero que el plazo sera de 17 días, y luego 15 días, siendo así, es necesario confirmar el correcto plazo de entrega, con la finalidad de evitar aparentes vicios durante la ejecución de las prestaciones.

Por tal motivo, solicitamos al comité de selección que en coordinación con el área usuaria, confirme que el plazo de entrega sera de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra correspondiente. Esto con la finalidad de evitar inconvenientes innecesarios al momento de la ejecución contractual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación y se corregirá el error de tipeo de la observación señalada en las BASES INTEGRADAS.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD DE SAN MIGUEL

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UERSSAMI/OEC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA HEMATOLOGIA (MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOBLOGINOMETRO HEMOCONTROL Y HEMOCUE HB 201) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UERSSAMI 2024.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:22:06

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En las caratcteristicas tecnicas. Composicion de las microcubetas solicitan <300 ug / de ingredientes no reactivos, sin embargo queremos aclarar que según el fabrinante la composicion es distinta a la solicitada por la entidad, por lo que amablemente solicita al comite de seleccion modificar la caracteristica por: < 350 ug / de ingredientes no reactivo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** -    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación y se realizara la modificación en las BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Composicion de las microcubetas solicitan <350 ug / de ingredientes no reactivos,

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD DE SAN MIGUEL

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UERSSAMI/OEC-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA HEMATOLOGIA (MICROCUBETAS DESCARTABLES PARA HEMOBLOGINOMETRO HEMOCONTROL Y HEMOCUE HB 201) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UERSSAMI 2024.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:22:06

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En las caratcteristicas tecnicas. Solicitan que el llenado de las microcubetas se realizara por capilaridad con un volumen aproximado de 10 ul de sangre sin diluir, sin embargo mas abajo solicitan que el el tamaño de la muestra sea de 8 ul, al respecto queremos aclarar que el tamaño exacto de las microcubetas es de 10 ul por lo que solicitamos al comite de seleccion eliminar la característica donde piden un tamaño de muestra de 8 ul.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** -    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación y se suprimirá dicho el párrafo en las BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

tamaño adecuado para 10 ul de muestra.