

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO¿ CON CUI 2538790

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:00:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSERVADOR DE VACUNAS HORIZONTAL
B10. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA CAMARA PARA CONSERVACION DE VACUNAS DEBE SER MAYOR O IGUAL A 50 LITROS Y MENOR O IGUAL A 80 LITROS.
Al respecto, debemos mencionar que cada fabricante cuenta con sus propias dimensiones y capacidades, por lo que solicitamos al comité de selección ampliar la siguiente característica a:
B10. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA CAMARA PARA CONSERVACION DE VACUNAS DEBE SER MAYOR O IGUAL A 30 LITROS Y MENOR O IGUAL A 80 LITROS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, la CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA CAMARA PARA CONSERVACION DE VACUNAS DEBE SER MAYOR O IGUAL A 50 LITROS Y MENOR O IGUAL A 80 LITROS, por lo que no se realizará ninguna modificación a las características técnicas del punto B10, ya que no representa una mejora en la adquisición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CON CUI 2538790

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:01:21

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS
E. REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Al respecto, para la seguridad del área usuaria en cuanto al suministro eléctrico que requiere el equipo y con el fin de garantizar que el equipo trabaje con el voltaje y amperaje adecuado. Solicitamos al comité de selección, incorpore lo siguiente:
E05. Pantalla en la parte frontal del equipo donde se visualice el voltaje y amperaje de funcionamiento en tiempo real.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se ACLARA que, en el punto de REQUERIMIENTO DE ENERGÍA no se realizará ninguna incorporación a las características técnicas, ya que no representa una mejora en la adquisición.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CON CUI 2538790

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:01:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS

E. REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Al respecto, para la seguridad del área usuaria en cuanto al suministro eléctrico que requiere el equipo y con el fin de garantizar que el equipo trabaje con el voltaje y amperaje adecuado. Solicitamos al comité de selección, incorpore lo siguiente:

E09. Pantalla en la parte frontal del equipo donde se visualice el voltaje y amperaje de funcionamiento en tiempo real.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, en el punto de REQUERIMIENTO DE ENERGÍA no se realizará ninguna incorporación a las características técnicas, ya que no representa una mejora en la adquisición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CON CUI 2538790

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:02:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS

B08. Con puerta con empaquetadura de cierre hermético, con llave para seguridad.

Al respecto, para una mejor facilidad de manejo por parte del área usuaria y considerando que se estará en constante ingreso y salida de productos farmacéuticos del equipo. Solicitamos ampliar la presente característica a:

B08. Con puerta con empaquetadura de cierre hermético CON BLOQUEO EN 90 GRADOS, con llave para seguridad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, en el punto B08 de las características técnicas del equipo REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS, por lo que se mantiene tal como esta "con puerta con empaquetadura de cierre hermético, con llave para seguridad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CON CUI 2538790

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:03:20

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS

B23. Con puerta con empaquetadura de cierre hermético, ¿¿¿¿¿¿¿¿.. con llave para seguridad.
Al respecto, para una mejor facilidad de manejo por parte del área usuaria y considerando que se estará en constante ingreso y salida de productos farmacéuticos del equipo. Solicitamos ampliar la presente característica a:
B23. Con puerta con empaquetadura de cierre hermético CON BLOQUEO EN 90 GRADOS, ¿¿¿¿¿¿¿¿.. con llave para seguridad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se ACLARA que, en el punto B08 de las características técnicas del equipo REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS, por lo que se mantiene "con puerta con empaquetadura de cierre hermético, con llave para seguridad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CON CUI 2538790

Ruc/código :	20601972604	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES E INVERSIONES MEDICAS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SOLUMEDICA	Hora de envío :	23:50:13

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

PARA LA REFRIGERADORA DE MEDICAMENTOS D-288

B02 CONSTRUCCIÓN INTERNA Y EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 2B O SUPERIOR

CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITE DE SELECCIÓN CONSIDERAR CONSTRUCCIÓN EXTERNA EN PLANCHA DE ACERO LAF RECUBIERTO CON PINTURA ANTIBACTERIANA YA QUE EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE ES VARIADO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA.

B02 CONSTRUCCIÓN INTERNA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 2B O SUPERIOR, CONSTRUCCIÓN EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 2B O SUPERIOR Y/O PLANCHA DE ACERO LAF RECUBIERTA CON PINTURA ANTIBACTERIANA

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Arte 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que de acuerdo a la sugerencia del postor, se realizará la modificaciones del punto B02 (CONSTRUCCIÓN INTERNA Y EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 2B O SUPERIOR), el cual quedaría de la siguiente forma: B02 (CONSTRUCCIÓN INTERNA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 2B O SUPERIOR, CONSTRUCCIÓN EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 2B O SUPERIOR Y/O PLANCHA DE ACERO LAF RECUBIERTA CON PINTURA ANTIBACTERIANA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CON CUI 2538790

Ruc/código :	20601972604	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES E INVERSIONES MEDICAS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SOLUMEDICA	Hora de envío :	23:50:13

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

PARA LA REFRIGERADORA DE MEDICAMENTOS D-288A

B02 CONSTRUCCIÓN INTERNA Y EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 2B O SUPERIOR

CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITE DE SELECCIÓN CONSIDERAR CONSTRUCCIÓN EXTERNA EN PLANCHA DE ACERO LAF RECUBIERTO CON PINTURA ANTIBACTERIANA YA QUE EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE ES VARIADO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA.

B02 CONSTRUCCIÓN INTERNA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 2B O SUPERIOR,
CONSTRUCCIÓN EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 2B O SUPERIOR Y/O PLANCHA DE ACERO LAF RECUBIERTA CON PINTURA ANTIBACTERIANA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que de acuerdo a la sugerencia del postor, se realizará la modificaciones del punto B02 (CONSTRUCCIÓN INTERNA Y EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 2B O SUPERIOR), el cual quedaría de la siguiente forma: B02 (CONSTRUCCIÓN INTERNA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 2B O SUPERIOR, CONSTRUCCIÓN EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 2B O SUPERIOR Y/O PLANCHA DE ACERO LAF RECUBIERTA CON PINTURA ANTIBACTERIANA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura :AS-SM-11-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE CADENA DE FRIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO¿ CON CUI 2538790

Ruc/código :	20601972604	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES E INVERSIONES MEDICAS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SOLUMEDICA	Hora de envío :	23:50:13

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN AGREGAR COMO CARACTERÍSTICAS TECNICA QUE EL EQUIPO CONSERVADOR DE VACUNAS HORIZONTAL D-430 TENGA CODIGO PQS, YA QUE DICHO CODIGO GARANTIZA LA APROBACION DE LA OMS PARA EQUIPOS DE CONSERVACION DE VACUNAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se ACLARA que, de acuerdo a la sugerencia formulada por el postor, se adiciona a las características del equipo CONSERVADOR DE VACUNAS HORIZONTAL (D-430), el punto CÓDIGO PQS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null