

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:18:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consulta:

De acuerdo al requerimiento del Analizador de Tiras de Orina solicitan dentro de las Características: Reporte cuantitativo de resultados para densidad, pH proteínas, Glucosa y eritrocitos como mínimo. Entendemos que el analizador de tiras de orina que los postores debemos ofertar debe contar con la capacidad de identificar, reconocer y cuantificar eritrocitos. Consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación de acuerdo a las especiaciones técnicas de IETSI se requiere la cuantificación de eritrocitos que incluye su identificación y reconocimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:18:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 51

Consulta:
De acuerdo al requerimiento del Analizador de Tiras de Orina solicitan dentro de las Características: Reporte cuantitativo de resultados para densidad, pH proteínas, Glucosa y eritrocitos como mínimo. Teniendo en consideración que dentro de las características del analizador incluyen reporte cuantitativo de eritrocitos es necesario que el equipo cuente con la capacidad de reporte de elementos formes en orina. Consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación, al requerir reportes cuantitativos es indispensable que los equipos cuenten con reporte de elementos formes en orina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:18:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 51

Consulta:
De acuerdo al requerimiento del Analizador de Tiras de Orina solicitan dentro de las Características: Reporte cuantitativo de resultados para densidad, pH proteínas, Glucosa y eritrocitos como mínimo. De acuerdo a las características solicitadas, es necesario que se oferte un (01) sólo analizador con la capacidad de reportar todos los parámetros solicitados. Consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación se requiere que un solo analizador tenga la capacidad de reportar tanto la química como el sedimento de orina en el mismo equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:18:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

1. Numeral: 4

Literal: 4.1

Página: 64

Dentro del resumen ejecutivo del presente requerimiento se indica claramente que se considerará como mejora tecnológica:

- 25 o más parámetros para el reporte de elementos formes de orina y será acreditado con inserto, brochure y/o carta del fabricante.

Sin embargo, dentro del capítulo IV no se observa la mejora tecnológica citada, es por ello que consultamos amablemente al área usuaria incluya esta mejora tecnológica dentro del capítulo IV Factores de Evaluación de las bases y con el puntaje designado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la revisión del expediente se colocará la siguiente mejora tecnológica en el capítulo IV Factores de evaluación: - 25 o más parámetros para el reporte de elementos formes de orina como mínimo para 2 equipos del Laboratorio Central por la alta demanda de muestras y será acreditado únicamente mediante la presentación de inserto, brochure y/o carta del fabricante. (10 puntos) La cual se encontraba contemplada desde el Estudio de Mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Acreditación: MEJORA 1 mediante se acreditará únicamente mediante la presentación de inserto, brochure y/o carta del fabricante. (10 puntos)

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	16:04:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En cuanto a los items que deben ser sustentados con folletos o información técnica del fabricante se encuentra también el procesamiento de datos del analizador

En este apartado se describe el requerimiento de conexión del analizador y el sistema del EsSalud, por lo cual resulta complicado sustentar ello con documentación emitida por el fabricante del equipo

Solicitamos amablemente al usuario PERMITIR el sustento del item procesamiento de datos con la sola presentación del anexo 3 declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta con respecto a la conexión del analizador con el sistema de Essalud podrá ser sustentado con el Anexo 3 Declaración Jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	16:04:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se aprecia que el texto de las paginas 33 a la 46, y pagina 51 son ilegibles,
Solicitamos amablemente al comité se pueda colocar un formato las legible para evitar confusión

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El documento original si se lee claramente, se trata de un defecto informático. Se verificará y se realizarán las correcciones que correspondan en la base integrada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	16:04:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En cuanto al contenido del formato 7

Solicitamos amablemente al comite aclarar si nuestra apreciacion es correcta y lo solicitado es la cantidad de pruebas que seran consumidas por mes para 5 equipos en control y calibracion o la cantidad de kits que se entregaran por concepto de controles, calibradores y consumibles.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las cantidades de controles, calibradores y consumibles están en función de las características propias del reactivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	16:04:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En cuanto a la declaracion juada de compromiso de entrega de control externo
No se establece la frecuencia del mismo.
Solicitamos amablemente al comité ACLARE si nuestra apreciación es correcta y la frecuencia del control externo sera establecida por el postor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el material de control externo debe ser como mínimo de frecuencia bimensual de acuerdo a lo establecido por cada postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	16:04:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En cuanto a las características técnicas del analizador dice:
Analizador de tiras de orina
En el mercado existen equipos híbridos que son capaces de realizar la lectura de las tiras de orina y también del sedimento urinario
Solicitamos al comité de selección ACLARE si es correcta nuestra apreciación y también se aceptaran equipos que sean capaces de realizar la lectura de la tira y también del sedimento urinario

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere que un solo analizador tenga la capacidad de reportar tanto la química como el sedimento de orina en el mismo equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:05:45

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el numeral 1.5 - Sistema de Contratación de las Bases, se indica que el presente procedimiento de selección se convoca bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS.

Al respecto, el numeral 1) del artículo 14° del Reglamento, señala que el sistema de contratación a SUMA ALZADA corresponde cuando "(...) las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas ..."

El sistema de contratación de PRECIOS UNITARIOS se da en casos en que la naturaleza misma de la prestación, no permite determinar con exactitud su magnitud, calidad y cantidad (Opinión N° 115-2019-DTN)

En el presente caso se ha precisado las cantidades, calidades, magnitud de los bienes a contratar y periodicidad de la entrega, por lo que el sistema de contratación a aplicar debe ser a SUMA ALZADA.

En ese sentido, OBSERVAMOS las Bases y solicitamos al Comité de Selección consigne el sistema de contratación que corresponde (SUMA ALZADA).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.5 Literal: - Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su observación, se mantienen las condiciones consignadas durante el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1
1
Bien
ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:05:45

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las EETT del Analizador de acceso discreto y/o Continuo completamente automatizado, indican como Metodología: Reflectometría. De acuerdo a las características solicitadas, entendemos que el equipo solicitado debe tener como Metodología Reflectometría y Refractometría para medir los parámetros de las tiras reactivas para orina. Solicitamos al Comité especial en coordinación con el área usuaria indique si nuestro entender respecto a la metodología: Reflectometría es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el equipo debe contar con una Metodología como mínimo de Reflectometría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1
1
Bien
ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:05:45

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las EETT del Analizador de acceso discreto y/o Contínuo completamente automatizado, y como bien solicitan Tira reactiva para orina indican como Metodología: Reflectometría. De acuerdo a las características solicitadas, entendemos que el equipo solicitado SOLO debe tener como Metodología Reflectometría y Refractometría para medir los parámetros bioquímicos de las tiras reactivas para orina. Solicitamos al Comité especial en coordinación con el área usuraria indique si nuestro entender respecto a la metodología: Reflectometría y refractometría es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el equipo debe contar con una Metodología como mínimo de Reflectometría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1
1
Bien
ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:05:45

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las EETT del Analizador de acceso discreto y/o Continuo completamente automatizado, indican como Características : Reporte cuantitativo de resultados para Densidad, pH, Proteínas, Glucos y Eritrocitos como mínimo. De acuerdo a la descripción de éstas características, entendemos que el equipo solicitado debe REALIZAR solo el reporte cuantitativo de Densidad, pH, Proteínas, Glucosa y Eritrocitos como mínimo. Solicitamos al Comité especial en coordinación con el área usuaria indique si nuestro entender respecto a las características, específicamente la característica de reporte cuantitativo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los equipos solicitados deben realizar el reporte cuantitativo de Densidad, pH, Proteínas, Glucosa y Eritrocitos como mínimo.

Las especificaciones técnicas se encuentran establecidas por el IETSI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1
1
Bien
ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:05:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las EETT del Analizador de acceso discreto y/o Continuo completamente automatizado, indican como Características : Lectura Reflectométrica automatizada de tiras de Orina. .De acuerdo a la descripción de éstas carácteriscas y al Petitorio Nacional de Patología Clínica, entendemos que el equipo solicitado SOLO debe REALIZAR solo la lectura reflectométrica y refractométrica automatizada de Tiras de orina. Solicitamos al Comité especial en coordinación con el área usuraria infique si nuestro entender respecto a la metodología: Reflectometría y refractometría es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el equipo debe contar con una Metodología como mínimo de Reflectometría por ende debe realizar la Lectura reflectométrica automatizada de tiras de orina como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1
1
Bien
ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:05:45

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las EETT del Analizador de acceso discreto y/o Continuo completamente automatizado, indican como Características : Reporte cuantitativo de resultados para Densidad, pH, Proteínas, Glucos y Eritrocitos como mínimo. De acuerdo a la descripción de éstas características, entendemos que el equipo solicitado debe REALIZAR solo el reporte cuantitativo de Densidad, pH, Proteínas, Glucosa y Eritrocitos como mínimo. Solicitamos al Comité especial en coordinación con el área usuaria indique si nuestro entender respecto a las características, específicamente la característica de reporte cuantitativo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los equipos solicitados deben realizar el reporte cuantitativo de Densidad, pH, Proteínas, Glucosa y Eritrocitos como mínimo de acuerdo al petitorio establecido por IETSI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1
1
Bien
ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:05:45

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las EETT del Analizador de acceso discreto y/o Continuo completamente automatizado, indican como Características : Reporte cuantitativo de resultados para Densidad, pH, Proteínas, Glucos y Eritrocitos como mínimo. Considerando que NINGUNO de los parámetros se determina en forma CUANTITATIVA. . Solicitamos al Comité especial en coordinación con el área usuaria retiren el término cuantitativo y en su lugar añadan el texto cualitativo.

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: Especifico
Numeral: 3.1
Literal: -
Página: 51

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta, las especificaciones técnicas se encuentran establecidas de acuerdo al petitorio establecido por IETSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-44-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE URIANALISIS PARA EL SERVICIO DE INMUNOLOGIA Y BIOQUIMICA, CON EQUIPO EN CESION DE USO - HNERM

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:05:45

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la página 57 , formato 7 solicitan 4 microscopios y 4 centrífuga como consumibles, pero no se detalla ninguna característica, Solicitamos el comité especial en coordinación con el área Usuaria precisen las características mínimas par ambos consumibles (microscopio y centrífuga).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1) Se requiere un microscopio binocular que cuente como mínimo de 4 objetivos (4x, 10x, 40x, 100 x) capaz de diferenciar elementos formes urinarios.
- 2) Se requiere centrífuga de mesa con capacidad mínima de ocho (08) tubos de 16x100, con velocidad de rotor programable entre 500 a 2,000 RPM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null