



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Santa Rosa



HOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia a su servicio

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTA DE DECLARACION DE DESIERTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2024-HSR-1

"SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) UNIDAD DE MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO POR 12 MESES O HASTA QUE ENTRE EN VIGENCIA LA IOARR"

En, Pueblo Libre 13 de febrero del año 2025 en el local del HSR a las 12:00 horas, el Órgano Encargado de las Contrataciones - OEC encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°047-2024-HSR-1 cuyo objeto de convocatoria es el SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) UNIDAD DE MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO POR 12 MESES O HASTA QUE ENTRE EN VIGENCIA LA IOARR " con la finalidad de proceder con la admisión de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro, en concordancia con los Artículos 73°, 74°, 75° y 76° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificaciones, tal como a continuación se detallan:

ENCARGADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

- GIANCARLOS CHURANO NOREÑA, Representante del OEC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El representante del OEC da inicio a la sesión, manifestando que, dada la naturaleza del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada, este regirá su actuación sobre las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES:

Se verificó en la plataforma del SEACE del presente procedimiento de selección, el registro de los siguientes participantes:

Entidad convocante

Nomenclatura

Nro. de convocatoria

Objeto de contratación

Descripción del objeto

Número de Contratación

HOSPITAL SANTA ROSA

AS-SM-47-2024-HSR-1

1

Servicio

SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) UNIDAD DE MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO POR 12 MESES O HASTA QUE ENTRE EN VIGENCIA LA IOARR

HSR-2024-505

Búsqueda de participante

Estado de registro

[Seleccione]

Participante

[Seleccione]

Buscar

Limpiar

Registrar

Nro.	Proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el proveedor	Estado	Adscripción	Fecha de registro	Número de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20600349911	INVERSIONES Y COMUNICACIONES ARIEL S.A.C.	02/01/2025	Válido		02/01/2025	20600349911	
2	Proveedor con RUC	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	27/12/2024	Válido		27/12/2024	20603355289	

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1.

DEL REGISTRO DE OFERTAS PRESENTADAS:

De acuerdo a la revisión efectuada se puede evidenciar que se cuentan con una oferta registrada según detalle:



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Santa Rosa

HOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia a su servicio

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) UNIDAD DE MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO POR 12 MESES O HASTA QUE ENTRE EN VIGENCIA LA IOARR

Nro. Item	Descripción del Item				
RUC / Código	Nombre o Razón Social		Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	ALQUILER DE UNA (01) UNIDAD DE MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA				
20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.		22/01/2025	16:05:59	Electronico

EVALUACION DE OFERTAS PRESENTADAS

Mediante Memorando Multiple N° 000022-2025-OLOGISTICA/HSR de fecha 05 de febrero de 2025 órgano encargado del procedimiento de selección AS-SM-47-2024-HSR-1, destinado a la adecuada conducción del Procedimiento de Selección, para la contratación del "SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) UNIDAD DE MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO POR 12 MESES O HASTA QUE ENTRE EN VIGENCIA LA IOARR", solicito al Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico y a la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento – Unidad de Biomédica el apoyo con la evaluación técnica en calidad de área usuaria y técnica especializada.

Lo solicitado se encuentra enmarcado en el el Artículo 46° Numeral 46.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225 aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF, establece que: "Durante el desempeño de su encargo, el órgano encargado de las contrataciones está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad".

Mediante Memorando N° 000048-2025-DPTO-ANESTESIOLOGIA/HSR de fecha 11 de febrero de 2025 el jefe del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico, cumple con realizar la validación del sustento de cumplimiento de las características técnicas de la máquina de anestesia con monitoreo electrónico ofertado por el postor CPB MEDICAL S.A.C (equipo Hersill modelo Génesis), encontrando lo siguiente:

- Folio 66, 68 - N° A03. CONSOLA CON 02 GABETAS O MAS, Y CON SUPERFICIE DE TRABAJO.

El equipo solo cuenta con una (01) sola gaveta en la parte frontal, lo que resulta insuficiente para la práctica y comodidad de la especialidad. Las gavetas en el equipo son necesarias para la colocación de insumos para la maquina (corrugados o circuitos coaxiales, adulto y pediátrico, al igual que los resucitadores manuales, etc.). Por este motivo NO CUMPLE con lo solicitado.

- Folio 64, 68 - N° A04.PANTALLA A COLOR, TOUCHSCREEN 15 PULGADAS A MAS, PARA MONITORIZACION DE LOS PARAMETROS VENTILATORIOS Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES.

En la Paginas de la Referencia No se precisa la pantalla de 15" para Funciones Vitales.

- Folio 111 - N° B21, B22, B23, B24, B25, B25.

En las páginas de la referencia no se precisa que tenga Programación directa de los parámetros solicitados, solo indica que el ventilador tiene la capacidad o el rango de esos parámetros.

- Folio 79 - N° B36. CONCENTRACION DE OXIGENO INSPIRADO Y ESPIRADO.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Santa Rosa



HOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia a su servicio

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

En la página de la referencia No se precisa o se indica la medición de la concentración de O2 inspirado y espirado. Hace referencia solo a suministro de gases.

- Folio 67, 93, 79, 112 - N° B37. CONCENTRACION DEL AGENTE ANESTESICO INSPIRADO Y ESPIRADO CON CAPACIDAD DE MOSTRAR LA CONCENTRACION DE SEVOFLURANO COMO MINIMO, E IDENTIFICACION AUTOMATICA DE AGENTE ANESTESICO Y MEDICION DE CONSUMO ANESTESICO.

En las páginas de la referencia No se indica la concentración del Agente anestésico inspirado y espirado y la medición del consumo del Agente anestésico.

Luego de la Evaluación Técnica de parte del Área Usaria y Área Técnica solicitada por el OEC, se concluye que el equipo de máquina de anestesia Hersill modelo Génesis presentado, **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas solicitadas

BASE LEGAL:

Según Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 65 numeral 65.1. dice (...) *El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas (...)*


Conforme al numeral 65°.2 del 65°.2 del artículo 65° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dice (...) *Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, emite un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del expediente de contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente. Dicho informe es registrado en el SEACE (...).*

DECLARATORIA DE DESIERTO:

Por lo expuesto en los párrafos precedente, el representante del OEC del presente procedimiento de selección **ACUERDA** declarar **DESIERTO** el procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 047-2024-HSR-1 – Primera Convocatoria "SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) UNIDAD DE MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO POR 12 MESES O HASTA QUE ENTRE EN VIGENCIA LA IOARR", por no haber cumplido con las especificaciones técnicas del equipo solicitado en los términos de referencia.

Seguidamente no habiendo observación a la presente acta, el responsable del OEC procede a suscribir en señal de conformidad, y no teniendo más que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 13:00 horas del día 13 de febrero de 2025.

Atentamente,



PERÚ Ministerio de Salud Hospital Santa Rosa
LIC. ADM. GIANCARLOS CHURANO NOREÑA
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

GIANCARLOS CHURANO NOREÑA
Representante del OEC

SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) UNIDAD DE MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO POR 12 MESES O HASTA QUE ENTRE EN VIGENCIA LA TOARR

1	SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) UNIDAD DE MAQUINA DE ANESTESIA ELECTRONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO POR 12 MESES O HASTA QUE ENTRE EN VIGENCIA LA IOARR	1	SERVICIO	UN	POSTOR	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA								DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA		CAPITULO III REQUERIMIENTO - TERMINOS DE REFERENCIA - NUMERAL 7		RESULTADO DE LA ADMISIÓN		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		RESULTADO DEL PROCESO		PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES		FACTORES DE EVALUACION				PRECIO REDUCIDO		RESULTADO FINAL DE BUENA PRO		DESERTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	hg) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad	b)Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°11).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI</

SIN OBSERVACIONES

(*) De acuerdo a lo solicitado en el numeral 7 de los Términos de Referencia, se debiera presentar: Folletería y/o instructivos y/o catálogos o similares(original o copia) , se adjuntara para demostrar que los bienes ofertados cumplen con los requerimientos técnicos mínimos, también pueden presentar copia simple de la carta del fabricante., motivo por el cual el Organó Encargado de las Contrataciones solicito al Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico y a la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento – Unidad de Biomédica el apoyo con la evaluación técnica en calidad de área usuaria y técnica especializada, quien mediante MEMORANDO N° 000048-2025-DPTO-ANESTESIOLOGIA/HSR, el jefe del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico, cumple con realizar la validación del sustento de cumplimiento de las características técnicas de la máquina de anestesia con monitoreo electrónico ofertado por el postor CPB MEDICAL S.A.C (equipo Hersill modelo Génesis), encontrando lo siguiente:

Folio 66, 68 - N°A03. CONSOLA CON 02 GABETAS O MAS, Y CON SUPERFICIE DE TRABAJO.

El equipo solo cuenta con una (01) sola gaveta en la parte frontal, lo que resulta insuficiente para la práctica y comodidad de la especialidad. Las gavetas en el equipo son necesarias para la colocación de insumos para la máquina (corrugados o circuitos coaxiales, adulto y pediátrico, al igual que los resucitadores manuales, etc.). Por este motivo NO CUMPLE con lo solicitado.

Folio 64, 68 - N° A04.PANTALLA A COLOR, TOUCHSCREEN 15 PULGADAS A MAS, PARA MONITORIZACION DE LOS PARAMETROS VENTILATORIOS Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES.

En la Páginas de la Referencia No se precisa la pantalla de 15" para Funciones Vitales.

Folio 111 - N° B21,B22, B23, B24, B25, B25.

En las páginas de la referencia no se precisa que tenga Programación directa de los parámetros solicitados, solo indica que el ventilador tiene la capacidad o el rango de esos parámetros.

Folio 79 - N° B36. CONCENTRACION DE OXIGENO INSPIRADO Y ESPIRADO.

En la página de la referencia No se precisa o se indica la medición de la concentración de O2 inspirado y espirado. Hace referencia solo a suministro de gases.

Folio 67, 93, 79, 112 - N° B37. CONCENTRACION DEL AGENTE ANESTESICO INSPIRADO Y ESPIRADOCON CAPACIDAD DE MOSTRAR LA CONCENTRACION DE SEVOFLURANO COMO MINIMO, E IDENTIFICACION AUTOMATICA DE AGENTE ANESTESICO Y MEDICION DE CONSUMO ANESTESICO.

En las páginas de la referencia No se indica la concentración del Agente anestésico inspirado y espirado y la medición del consumo del Agente anestésico.

Luego de la Evaluación Técnica de parte del Área Usuaria y Área Técnica se concluye que el equipo de máquina de anestesia Hersill modelo Génesis presentado, NO CUMPLE con las especificaciones técnicas solicitadas en los términos de referencia.

LIC. ADM. GIANCARLOS CHURANO NORELA
RESPONSABLE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

LIC. ADM. GIANCARLOS CHURANO NORELA
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA