



ACTA N°004-CS-LP-009-2024-INSNSB-1

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

En la ciudad de Lima, siendo el 04 de octubre del 2024, se reunieron en las Oficina del Equipo de Logística del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, sito en Av. de la Rosa Toro N°1399 – Urbanización Jacarandá II – San Borja, los miembros del Comité de Selección conformados mediante Formato N° 04, para conducir el procedimiento de selección: **LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2024-INSNSB-1** para la **"CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVO MEDICO: FILTROS DE LEUCORREDUCCION PARA PLAQUETAS Y HEMATIES"**, cuya conformación se detalla de la siguiente manera:

Miembros:

HAROLD GHAMRIN SALVADOR BENDEZU PRESIDENTE
D'JANGGO CRUZ THOMMY KEENNETH PRIMER MIEMBRO
LUIS GUILLERMO QUISPE CANDIA SEGUNDO MIEMBRO

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

De acuerdo con el cronograma establecido en el portal del SEACE, se da cuenta del registro electrónico de participantes inscritos:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	01/08/2024	Válido		01/08/2024	20100162238
2	Proveedor con RUC	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	02/08/2024	Válido		02/08/2024	20155695901
3	Proveedor con RUC	20565911920	ASECO PERU S.A.C.	15/09/2024	Válido		15/09/2024	20565911920

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

De la lista de participantes conforme al cuadro anterior, los siguientes postores presentaron ofertas por medio de la plataforma SEACE:

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	FILTRO DE LEUCORREDUCCION PARA PLAQUETAS			
20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	24/09/2024	17:57:56	Electronico
20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	24/09/2024	19:44:53	Electronico
2	FILTRO DE LEUCORREDUCCION PARA HEMATIES			
20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	24/09/2024	17:57:56	Electronico
20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	24/09/2024	19:44:53	Electronico

III. ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido el Comité de Selección, procedió a determinar si las ofertas presentadas cumplen con la documentación **obligatoria** requerida en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la sección específica de las bases integradas definitivas del OSCE, obteniendo los siguientes resultados:



ÍTEMS 01 y 02:

ADMISION	SISTEMAS ANALITICOS S.R.L	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A		
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE		
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE		
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)	CUMPLE	CUMPLE		
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE		
e) Copia simple de brochures y/o Catálogos y/o folletos y/o instructivos y/o Manuales y/o Dosiers y/o Insertos y/o carta y/o documento, emitidos por el fabricante y/o fabricante real y/o dueño de la marca y/o distribuidor corporativo autorizado y/o quien encargó la fabricación, para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características sustanciales o esenciales del bien requerido, detalladas en el Anexo N° 5-RTM (FICHA DE ACREDITACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESENCIALES), de acuerdo con lo siguiente:	CUMPLE	CUMPLE		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESPECIFICACIONES TECNICAS A SER ACREDITADAS:</th> <th>Cumplimiento en: Folio, acápite, apéndice, literal, etc.:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> a) Para el caso del Dispositivo Médico: El área usuaria debe de detallar que características el postor deberá de acreditar. 1.1 FILTRO DE LEUCORREDUCCION PARA PLAQUETAS <ul style="list-style-type: none"> Capacidad de leucorreducción igual o menor de 1×10^6 leucocitos residuales por unidad. Recuperación promedio de plaquetas superior al 85 %. (*c) 1.2 FILTRO DE LEUCORREDUCCION PARA HEMATIES <ul style="list-style-type: none"> Capacidad de leucorreducción igual o menor de 1×10^6 leucocitos residuales por unidad. Recuperación promedio de hematies superior al 90 %. (*a) </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ESPECIFICACIONES TECNICAS A SER ACREDITADAS:	Cumplimiento en: Folio, acápite, apéndice, literal, etc.:
ESPECIFICACIONES TECNICAS A SER ACREDITADAS:	Cumplimiento en: Folio, acápite, apéndice, literal, etc.:			
a) Para el caso del Dispositivo Médico: El área usuaria debe de detallar que características el postor deberá de acreditar. 1.1 FILTRO DE LEUCORREDUCCION PARA PLAQUETAS <ul style="list-style-type: none"> Capacidad de leucorreducción igual o menor de 1×10^6 leucocitos residuales por unidad. Recuperación promedio de plaquetas superior al 85 %. (*c) 1.2 FILTRO DE LEUCORREDUCCION PARA HEMATIES <ul style="list-style-type: none"> Capacidad de leucorreducción igual o menor de 1×10^6 leucocitos residuales por unidad. Recuperación promedio de hematies superior al 90 %. (*a) 				
f) Copia de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario	CUMPLE	CUMPLE		
g) Copia de Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)	CUMPLE	CUMPLE		
h) Copia de Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)	CUMPLE	CUMPLE		
i) Copia de Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis)	CUMPLE	CUMPLE		
j) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE		
k) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No aplica	No aplica		
l) El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE (ÍTEM 01) CUMPLE (ÍTEM 02)	CUMPLE (ÍTEM 01) CUMPLE (ÍTEM 02)		
ADMITIDO / NO ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO		



IV. EVALUACIÓN DE OFERTAS

El Comité de Selección procede a determinar el puntaje y la prelación obtenida de acuerdo a los factores de evaluación:

ÍTEM 01:

ÍTEM	VALOR ESTIMADO	POSTOR	OFERTA	FACTOR	PUNTAJE	ORDEN DE PRELACIÓN
1	S/. 688,975.00	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	S/. 875,000.00	PRECIO	78.40	2
1	S/. 688,975.00	SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.	S/. 686,000.00	PRECIO	100.00	1

ÍTEM 02:

ÍTEM	VALOR ESTIMADO	POSTOR	OFERTA	FACTOR	PUNTAJE	ORDEN DE PRELACIÓN
2	S/. 210,180.00	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	S/. 283,200.00	PRECIO	74.21	2
2	S/. 210,180.00	SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.	S/. 210,168.00	PRECIO	100.00	1

V. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

El Comité de Selección procede a determinar la oferta en relación a los requisitos de calificación:

ÍTEM 01 y 02:

A.	CAPACIDAD LEGAL	SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.
	HABILITACIÓN		
	<p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico. Documento emitido por la ANM o por la Autoridad Regional de Salud (ARS), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17° del D.S. 014-2011-SA y su primera disposición Complementaria Transitoria; debiendo adjuntar las resoluciones de los cambios y/o modificaciones realizadas en el establecimiento Farmacéutico según corresponda. <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Copia simple de Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico. 	CUMPLE	CUMPLE



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Table with 4 columns: Item, Postor, Admisión, Evaluación, and Calificación. It details the experience requirements for a postor in a specialized field, including financial and accreditation criteria.

ACUERDOS:

El Comité de Selección en pleno acuerda lo siguiente:

- De acuerdo a la admisión, evaluación y calificación de ofertas del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA Nº 009-2024-INSNSB-1 para la "CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVO MEDICO: FILTROS DE LEUCORREDUCCION PARA PLAQUETAS Y HEMATIES", se obtiene los siguientes resultados:

ÍTEM Nº 01:

Summary table for Item 01 showing two postors: SISTEMAS ANALITICOS S.R.L. (Admitted, Score 100.00, Rank 1) and AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. (Admitted, Score 78.40, Rank 2).



ÍTEM N° 02:

ÍTEM	POSTOR	ADMISIÓN	EVALUACIÓN		CALIFICACIÓN
			PUNTAJE	ORDEN DE PRELACIÓN	
2	SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.	ADMITIDO	100.00	1	CALIFICA
2	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	ADMITIDO	74.21	2	CALIFICA

Acto seguido se aprobó el acta sin observación alguna, procediéndose a suscribir en señal de conformidad.

San Borja, 04 de octubre del 2024

D'JANGGO CRUZ TOMMY KEENNETH
Primer Miembro

HAROLD G. SALVADOR BENDEZU
Presidente

LUIS GUILLERMO QUISPE CANDIA
Segundo Miembro