

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y DECLARATORIA DESIERTO, DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-HRL-CS-1 CONVOCADO PARA LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXÍGENO DE 162 M3/H DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE”

DURANTE LOS DÍAS 02, 03 y 07 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, DURANTE EL HORARIO DE 10:30 HORAS A 12:30 PM, EN LOS AMBIENTES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SE REUNIÓ EL COMITÉ DE SELECCIÓN DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 000164-2024-GR.LAMB/GERESA/HRL-DE [255261304 - 13], A FIN DE LLEVAR A CABO LA APERTURA ELECTRÓNICA, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-HRL-CS-1 CONVOCADO PARA LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXÍGENO DE 162 M3/H DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE”.

PARA TAL EFECTO SE REÚNEN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, ENCARGADOS DE LA CONDUCCIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO, LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

MIEMBROS TITULARES

PRESIDENTE (T): LUIS ALBERTO VILLALOBOS MENDOZA

PRIMER MIEMBRO (T): JOSE LORENZO ROJAS CALDERON

SEGUNDO MIEMBRO (S): ELIZABETH BANDA CORONEL

LUEGO DE LAS ACCIONES PERTINENTES SE DETERMINA QUE LOS SIGUIENTES POSTORES PRESENTARON VÍA ELECTRÓNICA EN LA PLATAFORMA SEACE DEL OSCE SUS OFERTAS EN ARCHIVOS ADJUNTAS, LAS MISMAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

Presentación de ofertas/expressión de interés				
Entidad convocante:	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE			
Nomenclatura:	AS-SM-1-2024-HRL-OEC-1			
Nro. de convocatoria:	1			
Objeto de contratación:	Servicio			
Descripción del objeto:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXÍGENO DE 162 M3/H DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE			

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO DE 162 M3/H DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE			
20608908596	OXY ENERGY S.A.C.	29/04/2024	14:35:11	Electronico
20609925656	CONSORCIO SALUD	29/04/2024	20:52:44	Electronico
20606201975	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	29/04/2024	21:03:58	Electronico
20372156512	NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L	29/04/2024	22:32:16	Electronico

LUEGO EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN INFORMA, QUE SE PROCEDERÁ A LA APERTURA ELECTRÓNICA DE OFERTAS Y HACER LA DESCARGA RESPECTIVA.

POSTERIORMENTE EL COMITÉ DE SELECCIÓN, VERIFICA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA SELECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 73.2 DEL ARTÍCULO 73 DEL REGLAMENTO Y DETERMINA SI LAS OFERTAS RESPONDEN A LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES Y CONDICIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICADAS EN LAS BASES. DE NO CUMPLIR CON LO REQUERIDO, LA OFERTA SE CONSIDERA NO ADMITIDA

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTORES	2.2.1 DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								RESULTADO
					2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA								
					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)		
					Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribió la oferta	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 02)	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6		
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXÍGENO DE 162 M3/H DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	SERVICIO	1	OXY ENERGY S.A.C	sí	sí	sí	sí	sí	N/A	sí	ADMITIDA	
				CONSORCIO SALUD	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	ADMITIDA	
				SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	sí	sí	sí	sí	sí	N/A	sí	ADMITIDA	
				NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L	sí	sí	sí	sí	sí	N/A	sí	ADMITIDA	

EL RESULTADO DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS, SE DETALLAN EN EL ANEXO N° 01: CUADRO DE ADMISIÓN DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS, QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ESTABLECE QUE LUEGO DE HABERSE DETERMINADO LA ADMISIÓN DE LA OFERTA, SE PROCEDE A LA EVALUACIÓN SEGÚN FACTORES ESTABLECIDOS EN LAS BASES.

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTOR	VALOR ESTIMADO	FACTORES DE EVALUACIÓN				
						OFERTA	PRECIO PUNTAJE	BONIFICA(ION MYPE 5%	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPSS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	SERVICIO	1	OXY ENERGY S.A.C.	S/. 158,418.31	S/ 138,945.00	100.00	5.00	105 PUNTOS	1
				CONSORCIO SALUD		S/ 157,884.00	88.00	4.40	92.4 PUNTOS	2
				SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.		S/ 160,000.00	86.84		86.84 PUNTOS	4
				NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L.		S/ 158,418.31	87.71	4.39	92.1 PUNTOS	3

DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROCEDE DETERMINAR SI LA OFERTA SEGÚN ORDEN DE PRELACIÓN CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, PREVISTOS EN EL NUMERAL 3.2 DE LAS BASES.

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTOR	ORDEN DE PRELACIÓN	CALIFICACIÓN				RESULTADO
						CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
							EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	FORMACION ACADEMICA		
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPSS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	SERVICIO	1	OXY ENERGY S.A.C.	1	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	DESCALIFICADA
				CONSORCIO SALUD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
				SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
				NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L.	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA

- **OXY ENERGY S.A.C.**
NO ACREDITA EXPERIENCIA DEL SEGUNDO PERSONAL TÉCNICO EN CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE, REQUERIDA EN BASES INTEGRADAS
- **CONSORCIO SALUD**
LA EXPERIENCIA DEL POSTOR CORRESPONDE A CONTRATACIONES DE OBRAS; NO SIENDO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS

- **SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT SAC**
NO CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD POR EL MONTO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS
- **NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L.**
NO CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD POR EL MONTO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS

EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, SE DETALLAN EN EL **ANEXO N° 02: CUADRO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS**, QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA.

ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS EN LA CUAL SE DETERMINA QUE NO SE CUENTA CON NINGUNA OFERTA CALIFICADA, EN TAL SENTIDO EL COMITÉ DE SELECCIÓN PROCEDE A **DECLARAR DESIERTO** EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-HRL-CS-1 CONVOCADO PARA LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXÍGENO DE 162 M3/H DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE”**.


PROCEDIÉNDOSE A LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, QUE LUEGO DE SER REVISADO ES SUSCRITA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE SUS EXTREMOS POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN SIENDO LAS 12:45 PM HORAS, DE LA FECHA 07 DE MAYO DEL 2024.



LUIS ALBERTO VILLALOBOS MENDOZA
PRESIDENTE COMITE DE
SELECCIÓN (T)




JOSE LORENZO ROJAS CALDERON
PRIMER MIEMBRO DE COMITE DE
SELECCIÓN (T)



ELIZABETH BANDA CORONEL
SEGUNDO MIEMBRO DE COMITE DE
SELECCIÓN (S)

ANEXO N° 01:CUADRO DE ADMISIÓN DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS

ITEM N°	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024 HRL-CS-1	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTORES	2.2.1 DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA							RESULTADO	
							2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA								
							a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)		
							Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 02)	Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6		
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXÍGENO DE 162 M3/H DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	SERVICIO	1		OXY ENERGY S.A.C CONSORCIO SALUD SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TÉCNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C. NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	N/A	SÍ	ADMITIDA	
							SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	ADMITIDA
							SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	N/A	SÍ	ADMITIDA
							SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	N/A	SÍ	ADMITIDA



JOSE LORENZO ROJAS CALDERON PRIMER
MIEMBRO DE COMITÉ DE SELECCIÓN (T)


LUIS ALBERTO VILLALOBOS MENDOZA
PRESIDENTE COMITÉ DE
SELECCIÓN (T)



ELIZABETH BANDA CORONEL
SEGUNDO MIEMBRO DE COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

ANEXO N° 02 :CUADRO DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 1-2024-HRL-CS-1 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXÍGENO DE 162 M3/H DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE															
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTOR	VALOR ESTIMADO	FACTORES DE EVALUACIÓN					CALIFICACIÓN				RESULTADO
						OFERTA	PRECIO PUNTAJE	BONIFICACION MYPE 5%	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
												FORMACION ACADEMICA	CAPACITACION		
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPSS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	SERVICIO	1	OXY ENERGY S.A.C.	S/. 158,418.31	S/ 138,945.00	100.00	5.00	105 PUNTOS	1	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	DESCALIFICADA
				CONSORCIO SALUD		S/ 157,884.00	88.00	4.40	92.4 PUNTOS	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
				SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TÉCNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.		S/ 160,000.00	86.84		86.84 PUNTOS	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
				NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L.		S/ 158,418.31	87.71	4.39	92.1 PUNTOS	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
OXY ENERGY S.A.C.															
NO ACREDITA EXPERIENCIA DEL SEGUNDO PERSONAL TÉCNICO EN CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE, REQUERIDA EN BASES INTEGRADAS															
CONSORCIO SALUD															
LA EXPERIENCIA DEL POSTOR CORRESPONDE A CONTRATACIONES DE OBRAS; NO SIENDO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS															
SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TÉCNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT SAC															
NO CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD POR EL MONTO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS															
NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L.															
NO CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD POR EL MONTO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS															


JOSE LORENZO ROJAS CALDERON PRIMER MIEMBRO
DE COMITÉ DE SELECCIÓN (T)


LUIS ALBERTO VILLALOBOS MENDOZA
PRESIDENTE COMITÉ DE
SELECCIÓN (T)


ELIZABETH BANDA CORONEL
SEGUNDO MIEMBRO DE COMITE DE
SELECCIÓN (S)