

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 18/10/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 09:54:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que las características a acreditar sean:

REACTIVO: Presentación, tiempo de expiración, metodología y muestra.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 2.2.1.1.

Literal: II

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada esta no se da por aceptada, se debera regir a las EETT solicitadas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 18/10/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 09:54:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aceptar documentos emitidos por el fabricante (carta) para la acreditación de especificaciones técnicas del reactivo.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 2.2.1.1.

Literal: II

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada se da por aceptada, aceptando la carta del fabricante donde acredite las especificaciones técnicas del reactivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 18/10/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 09:54:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aceptar como bienes similares para la acreditación de la experiencia del postor a: INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada se acepta, ampliando los bienes comunes a insumos y reactivos de laboratorio en general. Bienes similares: Suministros medicos, productos farmaceuticos, insumos medicos, insumos y reactivos de laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 18/10/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 09:54:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité las EE.TT. del equipo en cesión de uso.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: -

Literal: -

Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada se acepta, incluyendo las especificaciones del equipo en cesion de uso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUIMTIA S.A.

Fecha de envío : 18/10/2023

Hora de envío : 17:56:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la página 20, de las características técnicas solicitan, equipamiento, analizador de inmunoensayo de luminiscencia automático, se entiende que el requerimiento del área usuario es contar con un analizador de inmunoensayo con metodología quimioluminiscencia totalmente automatizado. Se solicita al comité si es correcto nuestro entender.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es correcta la apreciacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONSULTA ACLARADA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUIMTIA S.A.

Fecha de envío : 18/10/2023

Hora de envío : 17:56:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la página 21, de las características técnicas solicitan reactivos sin sellar en posición vertical dentro del analizador de 2°C ¿ 10°C, durante máximo de 28 días. Se entiende que la temperatura solicitada tiene que estar dentro del rango de 2 a 10 °C lo cual tener una temperatura de 4°C ¿ 10°C estaría dentro del requerimiento solicitado. Se solicita al comité si es correcto nuestro entender.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es correcta la apreciacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONSULTA ACLARADA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUIMTIA S.A.

Fecha de envío : 18/10/2023

Hora de envío : 17:56:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la página 21, de las características técnicas solicitan reactivos sin sellar en posición vertical dentro del analizador de 2°C ¿ 10°C, durante máximo de 28 días. Se entiende que el tiempo de 28 días dentro de analizador es el tiempo de estabilidad. Se solicita al comité si es correcto nuestro entender.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es correcta la apreciacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONSULTA ACLARADA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20110200201	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	QUIMTIA S.A.	Hora de envío :	17:56:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con respecto al Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario, (página 23/51 de las presentes bases respectivamente), indican que en caso algún producto no requiera de Registro Sanitario, solicitamos amablemente que para aquellos productos no sujetos a Registro Sanitario se acepte el documento emitido por DIGEMID a través del cual sustenta el producto no se encuentra sujeto a otorgamiento de Registro Sanitario o el listado de la página web de DIGEMID de aquellos productos que no requieren Registro Sanitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONSULTA ACLARADA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUIMTIA S.A.

Fecha de envío : 18/10/2023

Hora de envío : 17:56:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con respecto al Protocolo de análisis, (página 23/51 de las presentes bases respectivamente), solicitamos amablemente que acepte este documento emitido en el formato propio de cada fabricante en todos sus extremos suscrito por el área correspondiente del fabricante y refrendado por el químico farmacéutico de la empresa postora, teniendo en cuenta que los certificados de análisis (protocolos de análisis) son emitidos por los fabricantes de acuerdo a los resultados de su propia metodología y en un formato propio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta esta no es aceptada, quedando como se indica en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUINTIA S.A.

Fecha de envío : 18/10/2023

Hora de envío : 17:56:31

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con respecto al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), (página 23/51 de las presentes bases respectivamente), solicitamos amablemente que como documento equivalente al CBPM acepten el certificado ISO 13485:2016, conforme lo dispone el DS 016-2011 SA y sus modificatorias.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando como CBPM o ISO 13485:2016

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20110200201	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	QUIMTIA S.A.	Hora de envío :	18:44:31

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 de la pagina 15 de bases se establece que el plazo para la primera entrega debe realizarse a los diez (10) días calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación; al respecto, debemos señalar que considerando los tiempos de importación, desaduanaje, transporte, los factores climáticos y/o ambientales y la propia coyuntura de los rebrotes de COVID-19; entre otros factores más, esto puede superar los días mencionados en el presente requerimiento; lo cual limita la participación de potenciales postores y lo reduce a solo aquellos que tienen los bienes y/o equipos ya en stock; o por lo contrario, que se tenga que importar los bienes con anterioridad sin tener la certeza de ser adjudicados con la buena pro, todo esto en aras de cumplir el requerimiento de entrega señalado; por lo cual, solicitamos gentilmente se amplíe este plazo de la primera entrega a 30 (treinta) días calendarios como máximo, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que es ENTREGA UNICA en un plazo de diez (10) dias calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, por lo que no se acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUIMTIA S.A.

Fecha de envío : 18/10/2023

Hora de envío : 18:44:31

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En esta sección de las bases se solicita única y exclusivamente la presentación del ANEXO 03 para la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas; es decir, la sola presentación de dicho anexo acreditará de todas y cada una de las EETT solicitadas en las presentes bases, ¿Podría el comité confirmar si es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1 **Literal:** d **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es correcta la apreciacion en la pag 22 y 23 se especifica los documentos de adminisbilidad, donde se solicita la ficha tecnica que indica las características del bien solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONSULTA ACLARADA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUINTIA S.A.

Fecha de envío : 18/10/2023

Hora de envío : 18:44:31

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En esta sección de las bases se considera como bienes similares la VENTA DE SUMINISTROS MEDICOS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, INSUMOS MEDICOS. Sin embargo, se debe considerar que el término similares es muy amplio, pudiendo caber mas opciones en aras de fomentar la más amplia participacion de potenciales; en ese sentido, solicitamos de la manera mas atenta que para acredita la experiencia del postor se considere como bienes similares la VENTA DE SUMINISTROS MEDICOS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, INSUMOS MEDICOS Y/O REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se da por aceptada la consulta quedando como bienes similares: Suministros medicos, productos farmaceuticos, insumos medicos, insumos y reactivos de laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE X 100 DETERMINACIONES PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 18/10/2023

Hora de envío : 20:52:17

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Presentación: Cien (100) determinación por caja

La presentación de un reactivo es muy importante para garantizar la estabilidad. La mayoría de las casas comerciales trabajan en mejorar en sus presentaciones del kit a 2 x 50 Determinaciones ya que es una buena opción para preservar la estabilidad de la otra mitad mientras no se usa.

Solicitamos amablemente al comité y en coordinación con el área usuaria a considerar e INCLUIR como característica en el kit de 100 determinaciones por caja y pueda tener su ¿presentación física con 2x50 Determinaciones¿, esto con la finalidad de cuidar la estabilidad del reactivo una vez abordo en el analizador.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada esta es aceptada, presentacion de kit x 100 determinaciones ó kit 2 x 50 determinaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADMITIDA