

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FRESA PARA CRANEOTOMO DE ACERO PARA PERFORACION Y DESBASTE REDONDA DE 5.0 MM X 7 CM

Ruc/código : 20101281702

Nombre o Razón social : BASCAT Y CIA S.A.C.

Fecha de envío : 22/12/2023

Hora de envío : 09:48:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Descripción de la característica del bien:

- ¿ Fresa esférica diamantada
- ¿ Diámetro 5.00 x 7cm

Solicitamos al comité confirmar el diámetro del bien solicitado: Diámetro: 5.00 mm x 7.00cm

¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organo Encargado de las Contrataciones remite al Area Usuaria, Departamento de Neurocirugia, el pliego de consultas y observaciones. El cual se ACLARA:

*Las características son:

*Diámetro 5.00 mm x 7 cm aproximadamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por integración de bases se modifica:

*Las características son:

*Diámetro 5.00 mm x 7 cm aproximadamente

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FRESA PARA CRANEOTOMO DE ACERO PARA PERFORACION Y DESBASTE REDONDA DE 5.0 MM X 7 CM

Ruc/código : 20101281702

Nombre o Razón social : BASCAT Y CIA S.A.C.

Fecha de envío : 22/12/2023

Hora de envío : 09:48:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Descripción de la característica del bien:

¿ Fresa esférica diamantada

¿ Diámetro 5.00 x 7cm

Diámetro: 5.00 x 7 cm. La medida de 5.00 de diámetro de desbaste, es una medida estándar para esmerilado de hueso, El vástago de 7 cm depende de la marca, accesorios y el equipo a usar.

¿El comité aceptara vástago de 7 cm aproximadamente?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organo Encargado de las Contrataciones remite al Area Usuaría, Departamento de Neurocirugía, el pliego de consultas y observaciones. El cual ACOGE la observación y se modifica en las Bases Integradas, quedando lo siguiente:

*Las características son:

*Diámetro 5.00 mm x 7 cm aproximadamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por integración de bases se modifica:

*Las características son:

*Diámetro 5.00 mm x 7 cm aproximadamente

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-33-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FRESA PARA CRANEOTOMO DE ACERO PARA PERFORACION Y DESBASTE REDONDA DE 5.0 MM X 7 CM

Ruc/código : 20101281702

Nombre o Razón social : BASCAT Y CIA S.A.C.

Fecha de envío : 22/12/2023

Hora de envío : 09:48:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Aceptará el Comité como parte de una mejora técnica, para el uso de las Fresas para Craneotomo, el internamiento de un equipo en sesión de uso, el cual permanecerá en la Institución por el tiempo establecido en el cronograma de entrega.

¿Se aceptará un equipo en sesión de uso?

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organo Encargado de las Contrataciones remite al Area Usuaría, Departamento de Neurocirugía, el pliego de consultas y observaciones. El cual ACOGE la observación y se modifica en las Bases Integradas, quedando lo siguiente:

Se aceptará el internamiento de un equipo en sesión de uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por integración de bases se modifica:

Se aceptará el internamiento de un equipo en sesión de uso.