

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:58:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

dice: Ruido : <58 dB(A)
Solicitamos al distinguido comite seleccionador aceptar Nivel de ruido <60 dB para una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA ACEPTAR EL NIVEL DE RUIDO < 65 dB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:58:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dice:El plazo de entrega del bien: menor a 45 días calendario, a partir del día siguiente de notificado o recepcionada la O/C.

Solicitamos al distinguido comite seleccionador aceptar 60 días calendario de entrega para una mayor pluralidad de postores ya que el equipo es de importación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el plazo de entrega de la presente adquisición de las centrifugas, debido a que solo tiene este año fiscal para utilizar el presupuesto y no contamos con mas tiempo para el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:58:40

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice: Tapa: Con cierre de seguridad, sistema de desequilibrio. Apertura automática.
Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar Seguridad; protección de tapa de puerta abierta, protección contra desequilibrio y dispositivo para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: El Comité de Selección establece modificar la especificación técnica de TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DESEQUILIBRIO, APERTURA AUTOMATICA Y/O MANUAL a SEGURIDAD, PROTECCION DE TAPA DE PUERTA ABIERTA, PROTECCION CONTRA DESEQUILIBRIO Y DISPOSITIVO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	12:09:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Solicitamos al comité evaluador ampliar el tiempo de entrega debido a que el tiempo de fabricación, importación, nacionalización y distribución supera los 30 días calendarios solicitados, condicionando la participación a solo aquellos proveedores que cuenten con el stock en su almacén, solicitamos esto para fomentar la pluralidad de postores y marcas. Sugerimos que el tiempo de entrega sea de 60 días calendarios para fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: i Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el plazo de entrega de la presente adquisición de las centrifugas, debido a que solo tiene este año fiscal para utilizar el presupuesto y no contamos con mas tiempo para el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	12:09:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO

PAGINA 20

Nivel de ruido < 58 DB (A)

Solicitamos al comité evaluador aceptar equipos con nivel de ruido < 65 DB ya que esto no afecta al funcionamiento del equipo y así se podrá fomentar la pluralidad de marcas y postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: b Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA ACEPTAR EL NIVEL DE RUIDO < 65 dB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:09:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases solicitan para el ítem 1.9 ENTREGA DE LAS CENTRIFUGAS se den en 30 días CONSULTA , solicitamos al comité que para el ítem, la entrega pueda ser de 45 días , ya que son equipos de importación y año 2024,A LA VEZ EN PAGINA 20 DE LAS ESPECIFICACIONES SE INDICA ENTREGA EN 45 DIAS , solicitamos al comité pueda considerar nuestro pedido para una mejor disposición y cumplimiento en la entrega y pluralidad de postores y se de puntaje en la entrega de la siguiente manera de 35 a 40 días 20 puntos, de 41 a 45 días 10 puntos .

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. I Literal: 9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el plazo de entrega de la presente adquisición de las centrifugas, debido a que solo tiene este año fiscal para utilizar el presupuesto y no contamos con más tiempo para el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:09:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases solicitan para el ítem que la centrifuga DE 24 TUBOS tenga < 6000RPM / < 4226 RCF CONSULTA , solicitamos al comité QUE NOS PUEDA ACLARAR QUE LA CENTRIFUGA DE 24 TUBOS SU VELOCIDAD DE RPM Y RCF SEA MENOR DE 6000 RPM Y 4226 RCF, entendiendo que su limite máximo son las indicados en la especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: El Comité de Selección establece modificar y aclarar la especificación de: RPM
max /velocidad) / RCF : <6000 / <4226 RCF a: RPM max /velocidad) / RCF :
<6000 / <4226 g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:09:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases solicitan para el item que la centrifuga de 24 TUBOS tenga nivel de ruido < 58dB CONSULTA , solicitamos al comite que para el item, PUEDAN CONSIDERAR QUE EL NIVEL DE RUIDO SEA MENOR O IGUAL DE 68 dB o de acuerdo a cada Fabricante, en haras de mayor pluralidad de marcas y postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA ACEPTAR EL NIVEL DE RUIDO < 65 dB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	15:32:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

DICE:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar una ampliación en el plazo de entrega de los bienes dado que son NUEVE (09) CENTRIFUGAS, que deben pasar por un proceso logístico desde el país de origen hasta el país de destino, además de que los bienes tienen que ser internacionalizados, y teniendo que pasar por inspecciones en aduanas para que estos puedan salir de ahí y ser llevados hasta el almacén de la Red de Pacifico Sur, por ello un plazo de 30 días calendario podría favorecer a proveedores que tengan los productos en stock además de que solo esos puedan cumplir con el factor de evaluación de 20 hasta 24 días calendario, lo que perjudica la libre competencia y transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado, por ende, a fin de fomentar la libre competencia y pluralidad de proveedores un plazo de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO.

DEBE DECIR:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el plazo de entrega de la presente adquisición de las centrifugas, debido a que solo tiene este año fiscal para utilizar el presupuesto y no contamos con mas tiempo para el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	15:32:49

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

DICE:

B. PLAZO DE ENTREGA

Evaluación:

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)

De 20 hasta 24 días calendario: 20 puntos

De 25 hasta 28 días calendario: 10 puntos

Se solicita al Comité de Selección, que de aceptar nuestra consulta previa con respecto a la ampliación de plazo se requerirán cambios en el factor de evaluación que corresponden al plazo de entrega, con un plazo de entrega de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, el requerimiento para alcanzar los puntajes mediante la acreditación de la declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4) quedaría de la siguiente manera:

B. PLAZO DE ENTREGA

Evaluación:

Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)

De 71 hasta 80 días calendario: 20 puntos

De 81 hasta 89 días calendario: 10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el plazo de entrega de la presente adquisición de las centrifugas, debido a que solo tiene este año fiscal para utilizar el presupuesto y no contamos con mas tiempo para el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	15:32:49

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

DICE:

Nivel de ruido: <58 dB (A)

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar un nivel de ruido desde 65 dB o menor, esto con la finalidad de fomentar la pluralidad de proveedores que cumplan con el requerimiento técnico o con mejoras técnicas en lo solicitado, por ende, a fin de poder garantizar la pluralidad en el requerimiento técnico debe quedar de la siguiente manera:

Nivel de ruido: <65 dB(A) o menor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA ACEPTAR EL NIVEL DE RUIDO < 65 dB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:16:23

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

"En el presente proceso requieren se cumpla con el siguiente requerimiento:.

Alimentación: 220 voltios.

Deseamos indicar que existen equipos en el mercado de origen extranjero cuyo voltaje de trabajo es de 230 V, los cuales poseen una tolerancia de +/- 10%. Esto sin afectar el correcto funcionamiento del equipo. Por lo que, consultamos al comité especial en consulta con el área usuaria si aceptaría alternativamente la característica ""Alimentación: 230 V (+/- 10%) "" , permitiendo mayor pluralidad de postores."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar la alimentación de 220 voltios por ser el parámetro usado en los EESS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:16:23

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

"En Capítulo I, numeral 1.9 solicitan que el Plazo de entrega será en el plazo de treinta (30) días calendario. Por lo que manifestamos que de acuerdo a que nos encontramos finalizando el año y al ser temporada de mayor tránsito de importaciones, solicitamos al comité especial que en el numeral 1.9 ampliar el plazo de entrega a 60 días calendarios a fin de generar mayor pluralidad de postores."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPI Literal: 1.9 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el plazo de entrega de la presente adquisición de las centrifugas, debido a que solo tiene este año fiscal para utilizar el presupuesto y no contamos con mas tiempo para el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	17:16:23

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

"En la presente licitación solicitan una CENTRÍFUGA DE 24 TUBOS, indicando en el ANEXO N° 01: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: 7.b) Descripción de las características del bien: Nivel de ruido: < 58 dB (A).

Consultamos al comité seleccionador en concordancia con el área usuaria si aceptarían una alternativa que presente un nivel de ruido ¿60 db, considerando que la diferencia de 2 dB es mínima y se mantiene un ambiente de trabajo confortable y con la garantía de la fábrica para el producto ofrecido y permitiría cumplir con las expectativas del proceso con relación a la reducción de ruido."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA ACEPTAR EL NIVEL DE RUIDO < 65 dB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	17:41:45

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Dice:

Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.

De 20 hasta 24 días calendario: 20 puntos

De 25 hasta 28 días calendario: 10 puntos

Solicitamos al digno comité que se considere:

Este equipo se fabrica a pedido y requiere de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje, internamiento, control de calidad y envío al lugar solicitado.

El envío del equipo implica una logística considerable, especialmente teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la programación de envíos. Un plazo extendido permitirá una planificación más efectiva y evitará posibles retrasos logísticos.

Por ello, se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 50 días calendarios, para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

Considerando la evaluación de la siguiente manera:

De 40 hasta 45 días calendario: 20 puntos

De 46 hasta 50 días calendario: 10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el plazo de entrega de la presente adquisición de las centrifugas, debido a que solo tiene este año fiscal para utilizar el presupuesto y no contamos con mas tiempo para el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:02:07

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 se establece que el plazo de entrega será de 30 días calendario.

No obstante; en la página 20 de las bases administrativas, establece un plazo de 45 días calendario.

En ese sentido; se solicita con ocasión de las bases integradas; se DEFINA el plazo de entrega a 30 DIAS CALENDARIO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ESTABLECE EL PLAZO DE ENTREGA EN 30 DIAS CALENDARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:02:07

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 se establece un plazo de entrega; PERO NO SE ESTABLECE la condición a partir de cuando ha de computarse dicho plazo.

En ese sentido; cuando el objeto de la contratación son bienes que deben ser ingresados por el almacén; debido que, el responsable para recibir los bienes requiere la orden de compra que permita ejecutar las acciones de manera correcta en cuanto a la administración del contrato, asimismo, asegura el pago de cada una de las entregas de manera oportuna, por ello, no debería considerarse como opción que el cómputo del plazo se pueda llevar a cabo desde la suscripción del contrato, sino que para la contratación de bienes, el cómputo del plazo de entrega debería ser siempre contabilizado A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que ESTABLEZCA (a fin de no generar ambigüedades entre los postores que acarree posteriormente en vicio de nulidad) que el plazo de entrega será contabilizado A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN ESTABLECE CONTABILIZAR EL PLAZO DE ENTREGA AL DIA SIGUIENTE DE HABER SIDO NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:02:07

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Considerando que el plazo de entrega establecido en el CAPITULO I se precisa que es de 30 días calendarios. Y comprendiendo que los factores de evaluación tienen como criterio OTORGAR puntaje aquella condición que supere a las mínimas establecidas en las bases administrativas.

Consideramos; por tanto que en la página 24 de las bases administrativas, en el factor PLAZO DE ENTREGA se está consignando puntaje de 25 a 28 días calendarios (10 puntos); sin embargo NO SE ESTÁ CONSIDERANDO otorgar puntaje al plazo de 29 días calendarios.

Por tanto; solicitamos modificar las metodologías de puntaje propuesta:

De:

20 hasta 24 días calendario: 20 puntos
25 hasta 28 días calendario: 10 puntos

A:

20 hasta 24 días calendario: 20 puntos
25 hasta 29 DÍAS CALENDARIO: 10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA NO MODIFICAR EL PUNTAJE DEL PLAZO DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:02:07

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

4 IV D 25 x Considerando que la GARANTIA COMERCIAL según página 20 de las bases administrativas es de 02 años, según lo establecido en el CAPITULO III. Y comprendiendo que los factores de evaluación tienen como criterio OTORGAR puntaje aquella condición que supere a las mínimas establecidas en las bases administrativas.

Consideramos; por tanto que en la página 25 de las bases administrativas, en el factor GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR se está consignando de forma desproporcionada, sin considerar que hay un mínimo establecido (24 meses) y que debería otorgarse puntaje aquello que supere esa garantía mínima requerida.

Por tanto; solicitamos modificar las metodologías de puntaje propuesta:

De:

Mas de 22 hasta 24 meses: 10 puntos

Mas de 19 hasta 21 meses: 05 puntos

A:

Más de 24 meses hasta 30 meses: 05 puntos

De 31 meses hasta 36 meses: 10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: D Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar la metodología de puntaje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:33:18

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Observación:

Considerando que el bien objeto de la presente convocatoria no es de fabricación nacional y debe importarse del extranjero las 09 unidades, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien ampliar el plazo de entrega a 60 días calendario, a efectos de contar con el tiempo suficiente para el proceso de importación, desaduanaje y remisión al almacén de destino de la entidad convocante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9. **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el plazo de entrega de la presente adquisición de las centrifugas, debido a que solo tiene este año fiscal para utilizar el presupuesto y no contamos con mas tiempo para el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:33:18

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES de la RED DE SALUD PACIFICO SUR MZA D LOTE 8 URB. MARISCAL LUZURIAGA ¿ NUEVO CHIMBOTE ¿ SANTA ¿ ANCASH

Observación:

Solicitamos al Comité de Selección tenga a bien precisar a qué oficina/unidad/área se debe poner en atención los documentos para la suscripción del contrato, a efectos de que mesa de partes pueda derivar dichos documentos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.5. Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA PONER PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO: MESA DE PARTES DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR, con ATENCIÓN A LA UNIDAD DE LOGISTICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:33:18

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2. FINALIDAD PÚBLICA:

Comprar equipos para fortalecer el diagnóstico en los Laboratorios del ámbito de la Red de Salud Pacífico Sur.

Consulta:

¿Podría el Comité de Selección precisar si la Red de Salud Pacífico Sur será la responsable del traslado de las 09 unidades del bien al(los) laboratorio(s) de la jurisdicción/ámbito de la entidad?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA PRECISAR QUE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR SERA LA RESPONSABLE DEL TRASLADO DE LAS 09 UNIDADES DEL BIEN A LOS LABORATORIOS DE LA JURISDICCION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA EN LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:33:18

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Antecedentes:
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
5. PRESTACIONES ACCESORIAS:
No corresponde.

Consulta:
Según se indica, no corresponde prestaciones accesorias para la presente adquisición, por lo que la responsabilidad del contratista culminaría con la entrega de las 09 unidades del bien en el Almacén de la Red de Salud Pacífico Sur, no requiriéndose instalación ni capacitación en el(los) laboratorio(s), ¿podría el Comité de Selección precisar si es correcta nuestra observación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CULMINA CON LA ENTREGA DE LAS 09 UNIDADES DEL BIEN EN EL ALMACEN DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR PREVIO FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA, POR LO QUE NO REQUIERE SERVICIO DE INSTALACION NI CAPACITACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACLARA EN LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:33:18

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. DE LAS CONSIDERACIONES DEL OBJETO DEL BIEN:

b) Descripción de las características del bien:

RPM máx. (Velocidad) / RCF: < 6000 rpm / < 4.226 RCF

Consulta:

El equipo con el cual estamos evaluando nuestra participación, de reconocida marca internacional, cuenta con la siguiente característica:

RPM máx. (Velocidad) / RCF: 4400 rpm / 3030-3310 RCF

El cual cumple con la característica solicitada. ¿Aceptaría el Comité de Selección y el área usuaria nuestro equipo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar las especificaciones técnicas del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:33:18

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. DE LAS CONSIDERACIONES DEL OBJETO DEL BIEN:

b) Descripción de las características del bien:

Pantalla: Pantalla LCD

Consulta:

El equipo con el cual estamos evaluando nuestra participación, de reconocida marca internacional, cuenta con la siguientes característica:

Pantalla: Pantalla LED

Y que representa una mejora a la característica solicitada. ¿Aceptaría el Comité de Selección y el área usuaria nuestro equipo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA INCORPORAR LA PANTALLA LED.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:33:18

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. DE LAS CONSIDERACIONES DEL OBJETO DEL BIEN:

b) Descripción de las características del bien:

Nivel de ruido: < 58 dB (A)

Consulta:

El equipo con el cual estamos evaluando nuestra participación, de reconocida marca internacional, cuenta con la siguiente característica:

Nivel de ruido: < 61 dB (A)

¿Aceptaría el Comité de Selección y el área usuaria nuestro equipo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1.

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA ACEPTAR EL NIVEL DE RUIDO < 65 dB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:33:18

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. DE LAS CONSIDERACIONES DEL OBJETO DEL BIEN:

b) Descripción de las características del bien:

Capacidad de los tubos: 24 tubos x 15 mL

Consulta:

¿Podría el Comité de Selección precisar las características de material, medidas y tipo de fondo (cónico o redondo/circular) del tubo con que trabaja el(los) laboratorio(s) de la red?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA INCORPORAR EN LA ESPECIFICACION TECNICA, " PARA TUBOS CONICOS Y CONCAVOS DE POLIPROPILENO Y VIDRIO"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:33:18

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. DE LAS CONSIDERACIONES DEL OBJETO DEL BIEN:

b) Descripción de las características del bien:

Capacidad de los tubos: 24 tubos x 15 mL

Consulta:

El equipo con el cual estamos evaluando nuestra participación, de reconocida marca internacional, cuenta con la siguiente característica:

Capacidad de los tubos: 21 tubos x 15 mL

¿Aceptaría el Comité de Selección y el área usuaria nuestro equipo?

Acápiteme de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1.

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el número de 24 tubos x 15 ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:33:18

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. DE LAS CONSIDERACIONES DEL OBJETO DEL BIEN:

b) Descripción de las características del bien:

Capacidad de los tubos: 24 tubos x 15 mL

Consulta:

¿Aceptaría el Comité de Selección y el área usuaria nuestro equipo que el equipo tenga una mayor capacidad de tubos a la solicitada?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el número de 24 tubos x 15 ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20501262260	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	GEN LAB DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:33:18

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Antecedentes:

CAPÍTULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

B. PLAZO DE ENTREGA

De 20 hasta 24 días calendario: 20 puntos

De 25 hasta 28 días calendario: 10 puntos

Observación:

Considerando que el bien objeto de la presente convocatoria no es de fabricación nacional y debe importarse del extranjero las 09 unidades, solicitamos al Comité de Selección tenga a bien ampliar el plazo de entrega a 60 días calendario y modificar su factor de evaluación de la siguiente manera:

De 55 hasta 59 días calendario: 20 puntos

De 50 hasta 54 días calendario: 10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225 ARTICULOS 2 Y 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el plazo de entrega de la presente adquisición de las centrifugas, debido a que solo tiene este año fiscal para utilizar el presupuesto y no contamos con mas tiempo para el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:01:04

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 Plazo de entrega se indica que se entregaran en un plazo de 30 dias calendario.

En la pagina 20, numeral 7, literal C se indica un plazo de entrega menor a 45 dias calendario.

Consulta: Solicitamos al comite aclarar cual sera el plazo de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ESTABLECE EL PLAZO DE ENTREGA EN 30 DIAS CALENDARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ACLARACION DEL PLAZO DE ENTREGA EN LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:01:04

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se solicita como plazo de entrega del bien 45 días calendario.

Considerando que los bienes convocados son fabricados en el extranjero, y que luego viene al Peru, este tramite puede durar de 50 a 60 días, desde el envío de la orden de compra al fabricante hasta la llegada del bien al Peru.

Conssulta:

Solicitamos al comite que se amplie el plazo de entrega a 60 días calendario para asi fomentar una mayor pluralidad de postores y de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: c Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el plazo de entrega de la presente adquisición de las centrifugas, debido a que solo tiene este año fiscal para utilizar el presupuesto y no contamos con mas tiempo para el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:01:04

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se solicita:

RPM max /velocidad) / RCF : <6000 / <4226 RCF

- Entendemos que la centrifuga debe de tener una velocidad maxima de 6000RPM o menor y que la fuera RCF debe de ser de 4226g o menor.
- El RCF se mide en gravedades (g) por lo que consideramos que por un error involuntario de digitacion se a colocado <4226RCF cuiando deberia decir <4226g.
- Teniendo en cuenta que el RCF depende de la velocidad como del radio del rotor, pedir que exactamente el RCF sea <4226 restringe la pluralidad de postores y de marcas, por lo que solicitamos que se solicite que la velocidad como indican <6000rpm y que el RCF sea acorde al diseño del fabricante. Adicionalmente el RCF puede ajustarse al ajustar la velocidad ya que al seleccionar la velocidad automaticamente la centrifuga te calcula el valor del RCF acorde a la velocidad RPM seleccionada.

Consulta:

Solicitamos al comite especial indique si nuestra interpretacion es adecuada.
Solicitamos al comite que amplie las especificaciones tecnicas y que el RCF sea acorde al diseño del fabricante y a la velocidad RPM que se seleccione.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: b Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: El Comité de Selección establece modificar la especificación de: RPM max
/velocidad) / RCF : <6000 / <4226 RCF a: RPM max /velocidad) / RCF :
<6000 / <4226 g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:01:04

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se solicita un nivel de ruido <58db.

Existen modelos de centrifuga de similares características a las solicitadas, con un nivel de ruido <62db.

Solicitamos al comite que se amplie la especificacion tecnica y que se acepten centrifugas con un nivel de ruid <62db con el fin de fomentar una mayor pluralidad de postores y de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: b Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA ACEPTAR EL NIVEL DE RUIDO < 65 dB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	22:01:04

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se solicita como característica:

Tapa: Con cierre de seguridad, sistema de desequilibrio, apertura automática.

Cuando nombran el sistema de desequilibrio están haciendo referencia al sistema de protección contra el desequilibrio del rotor

Cuando nombran al cierre de seguridad, están haciendo referencia al cierre electrónico de la tapa de la centrifuga

Consulta: Solicitamos al comité indicar si nuestra interpretación es la correcta.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 7 Literal: b Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección establece que esta interpretación es la correcta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARÁ LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20606507250	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSATEK MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:17:59

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

considerando que un minimo peso total de 9 centrifugas no importando la marca impide una importación aerea por tratarse de costos muy altos, entonces obliga a los proveedores usar la via maritima como alternativa de envío, y éso toma entre preparativos de mercadería, travesía, retiro en el puerto, unos 60 días en total, porlo tanto se solicita extender el tiempo de entrega a un plazo de 70 días, para que a todos les sea factible la entrega".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar el plazo de entrega de la presente adquisición de las centrifugas, debido a que solo tiene este año fiscal para utilizar el presupuesto y no contamos con mas tiempo para el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:42:13

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Solicitan: " tapa | apertura automática"; teniendo en cuenta que las centrífugas que cuentan con certificaciones cumplen normativa internacional de calidad tienen diseños y funcionalidades validadas y la apertura de la puerta no representa mayor dificultad mas que presionar un botón directamente además que asegura la correcta conservación de la muestra y evita contaminación, por lo que solicitamos amablemente al comité aceptar: "Tapa | con cierre de seguridad, sistema de desequilibrio, apertura automática y/o manual"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 - B Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: El Comité de Selección establece modificar la especificación técnica de TAPA CON CIERRE DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DESEQUILIBRIO, APERTURA AUTOMATICA Y/O MANUAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:42:13

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Solicitan: "Nivel de ruido | <58 dB (A)". Establecer un rango de valores muy exactos en el nivel de ruido induciría a no permitir la participación de diferentes postores cuyos equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y su nivel de ruido varié mínimamente respecto a lo solicitado, cuyas diferencias no serian significativas. Solicitamos amablemente al comité aceptar: "Nivel de ruido | <=60 dB (A)"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 - b Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA ACEPTAR EL NIVEL DE RUIDO < 65 dB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20612094625	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LAB STORE S.A.C.	Hora de envío :	23:57:59

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se solicita al honorable comité confirmar si el plazo de entrega es de 30 días calendario como se consigna en el numeral 1.9 PLAZO DE ENTREGA, pagina 14 o 45 días calendario como se consigna en el numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS 7. DE LAS CONSIDERACIONES DEL OBJETO DEL BIEN, literal c), pagina 20.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** . **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ESTABLECE EL PLAZO DE ENTREGA EN 30 DIAS CALENDARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20612094625	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LAB STORE S.A.C.	Hora de envío :	23:57:59

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

En las presentes bases se solicita:

RPM max (Velocidad) RCF <6000 / 4226 RCF

Se estan considerando especificaciones tecnicas de una marca en especifica en tal sentido se esta vulnerando varios principios de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo No. 1017) como por ejemplo el Principio de Libre concurrencia y Competencia, Principio de Transparencia, Principio de Trato Justo e Igualitario, Principio de Equidad en tal sentido se solicita considerar especificaciones que permitan tener pluralidad de postores. Se solicita considerar:

Velocidad de 100 ¿ 6000 rpm (incremento de 10 rpm)

RCF 5350 x g (incremento de 10 x g)

Es importante tener dichos incremento ya que asi el usuario podra regular la velocidad o RCF de acuerdo a lo que quiera centrifugar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libre concurrencia y Competencia Principio de Transparencia Principio de Trato Justo e

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección establece no modificar dicha especificación técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20612094625	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LAB STORE S.A.C.	Hora de envío :	23:57:59

Observación: Nro. 41
Consulta/Observación:
En las presentas bases se solicita:

Nivel de ruido <58 DB (A)

Se estan considerando especificaciones tecnicas de una marca en especifica en tal sentido se esta vulnerando varios principios de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo No. 1017) como por ejemplo el Principio de Libre concurrencia y Competencia, Principio de Transparencia, Principio de Trato Justo e Igualitario, Principio de Equidad.

Se solicita Considerar:

Ruido a Velocidad Maxima ¿65 dB(A)

Indicado nivel de ruido cumple las siguientes normas internacionales y nacionales
Norma OSHA 29 CFR 1910.95 sobre Exposición a ruidos
Decreto Supremo N.º 024-2016-EM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . **Página: 20**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGERA: EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERA ACEPTAR EL NIVEL DE RUIDO < 65 dB
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE MODIFICARA LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS

Ruc/código :	20612094625	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	LAB STORE S.A.C.	Hora de envío :	23:57:59

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Con la finalidad de tener mas concurrencia de postores se solicita al honorable comité, Se consideren bienes similares a los siguientes : VENTA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO EN GENERAL, ya que muchas postores no solo comercializan centrifugas sino tambien equipos de laboratorio diversos, como microscopios, termocicladores, microtomos, etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGERA: El Comité de Selección solicita su requerimiento de acuerdo a la necesidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICARA LAS BASES.