

ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2407L00011


ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA BANCO DE ÓRGANOS - HISTOCOMPATIBILIDAD (ANTICUERPOS ANTI-HLA) PARA EL HNERM


N° de ITEM	N° Postor	POSTOR	DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA														RESULTADO (ADMITIDA / NO ADMITIDA)
			a) Declaración jurada de datos del postor.(Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N°2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N°3)	e) Declaración Jurada de Plazo de Entrega (Anexo N°4)	f) Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes. (Anexo N° 5).	g) El precio de la oferta ensolos. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6	h) Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA).	i) Registro Sanitario ó Certificado de Registro Sanitario (Copia simple).	j) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).	k) Ficha Técnica del producto (Copia simple) [1].	l) Catálogos o folletería o Manual de Instrucciones de Uso o Inserto.	m) Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDT).		
1	1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO	
	2	LAB DEPOT S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple(*)	No Cumple(*)2	Cumple	Cumple	NO ADMITIDO	


(*1) El Postor LAB DEPOT S.A., No Cumple en la Ficha Técnica del producto (Copia simple). En el Folio N° 0046 (Ficha técnica) existe incongruencias con lo descrito en el Folio 0037 (Registro Sanitario) de la Oferta.

(*2) El Postor LAB DEPOT S.A., No Cumple en los Catálogos o folletería o Manual de Instrucciones de Uso o Inserto. En el Folio N° 0056 (inserto del producto) no demuestra claramente que esta validado para ser usado en el equipo principal ofertado, según folio N° 0100-0178 (Manual de usuario del equipo) de la Oferta.

Siendo las 10:40 hrs del día 18.04.2024, en señal de conformidad firman el presente documento los siguientes miembros del comité de selección:


JORGE CHÁVEZ PECHO
Primer Miembro de Comité


ABRAHAM BERNABE DÍAZ CHÁVEZ
Presidente Titular de Comité
LP-1-2024-ESSALUD-RPR-1


GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN
Segundo Miembro de Comité Titular



ANEXO 2

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 2407L00011

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA BANCO DE ÓRGANOS - HISTOCOMPATIBILIDAD (ANTICUERPOS ANTI-HLA) PARA EL HNERM

N° de ITEM	N° Postor	POSTOR	VALOR ESTIMADO	PRECIO OFERTADO (S)	FACTORES DE EVALUACIÓN			Orden de Prelación
					Precio (Puntaje máximo 90 puntos)	Mejoras a las Especificaciones Técnicas (Puntaje máximo 10 puntos)	Puntaje Total	
1	1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	S/ 2,964,000.00	S/ 2,352,000.00	90.00	10.00	100.00	1°

Siendo las 10:40 hrs del día 18.04.2024, en señal de conformidad firman el presente documento los siguientes miembros del comité de selección:

JORGE CHÁVEZ PECHO
Primer Miembro de Comité

ABRAHAM BERNABE DÍAZ CHÁVEZ
Presidente Titular de Comité
LP-1-2024-ESSALUD-RPR-1

GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN
Segundo Miembro de Comité Titular



ANEXO 3

ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 2407L00011

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA BANCO DE ÓRGANOS - HISTOCOMPATIBILIDAD (ANTICUERPOS ANTI-HLA) PARA EL
HNERM

N° de ITEM	Orden de Prelación	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		Resultado de la Etapa de Calificación (Califica / No Califica)
			A. CAPACIDAD LEGAL "HABILITACIÓN"	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Cumple	Cumple	CALIFICA

Siendo las 10:40 hrs del día 18.04.2024, en señal de conformidad firman el presente documento los siguientes miembros del comité de selección:

JORGE CHÁVEZ PECHO
Primer Miembro de Comité

ABRAHAM BERNABE DÍAZ CHÁVEZ
Presidente Titular de Comité
LP-1-2024-ESSALUD-RPR-1

GERARDO LUIS MERINO FLORIÁN
Segundo Miembro de Comité Titular