

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código : 20601895103

Nombre o Razón social : FERTA MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 14/05/2024

Hora de envío : 10:57:00

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

#### 1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Como es de conocimiento público la crisis en el transporte de contenedores a nivel mundial y las fluctuaciones en los precios de las materias primas están teniendo un impacto directo en la fabricación y el tiempo de entrega de los equipos que importamos desde Alemania, como lo son los monitores y centrales de monitoreo de la marca DRÄGER.

Además, la solicitud de plazos de entrega extremadamente cortos no solo perjudica la capacidad de adquirir equipos de marcas prestigiosas y de alta calidad, sino que también afecta negativamente el nivel y la calidad del equipamiento hospitalario. Esto se debe a la necesidad de recurrir a equipos de fabricación local o regional, que son de menor consumo y no están sujetos a la presión de la demanda global en medio de la pandemia.

Nosotros garantizamos que el equipo se entregara lo más rápido posible. Por lo tanto, amablemente solicitamos al comité de selección que considere la posibilidad de ampliar los plazos de entrega actuales, de acuerdo con la situación actual, de la siguiente manera:

#### 1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1 Entrega del equipo en el almacén del Hospital Honorio Delgado 50 días calendarios

2. Puesta en funcionamiento Instalación 05 días calendarios

Capacitación 05 días calendarios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 14

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2° literales a, b, c, e, f, DE LA LCE

### Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE,

se indica que en la etapa de actos preparatorios garantizan la disponibilidad del equipo con las condiciones de las bases estandar.no obstante con la finalidad de tener mayor pluralidad de postores, se indica que:

PLAZO DE ENTREGA: EL PLAZO DEL BIEN , INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERÁ DE 55 DÍAS CALENDARIO SEGÚN LO SIGUIENTE:

ENTREGA DEL EQUIPO EN EL ALMACÉN DEL HRHDE:45 DÍAS CALENDARIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

INSTALACIÓN: 05 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA ENTREGA DEL EQUIPO EN EL ALMACÉN DEL HRHDE

CAPACITACIÓN: 05 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA: EL PLAZO DEL BIEN , INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERÁ DE 55 DÍAS CALENDARIO SEGÚN LO SIGUIENTE:

ENTREGA DEL EQUIPO EN EL ALMACÉN DEL HRHDE:45 DÍAS CALENDARIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

INSTALACIÓN: 05 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA ENTREGA DEL EQUIPO EN EL ALMACÉN DEL HRHDE

CAPACITACIÓN: 05 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:00

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

B04 CON TENDENCIAS GRAFICAS HASTA 72 HORAS O MAS

Se entiende que al solicitar la especificación técnica B04, la central de monitorización muestre las tendencias recabadas de las respuestas fisiológicas de los parámetros vitales incluyendo los parámetros respiratorios y anestésicos cuando el paciente se encuentre con ambas tecnologías interconectadas. ¿Solicitamos respetosamente al comité que nos pueda responder si es correcta nuestra apreciación?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B04    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA, LA CENTRAL DE MONITORIZACIÓN MUESTRE LAS TENDENCIAS RECABADAS DE LAS RESPUESTAS FISIOLÓGICAS DE LOS PARÁMETROS VITALES SOLICITADOS EN LA FICHA TÉCNICA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:00

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

B06 COMPUESTA POR 01 MONITOR CENTRAL CON PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN QUE VISUALICEN SIMULTANEAMENTE LAS ONDAS Y PARAMETROS DE LOS MONITORES DE FUNCIONES VITALES COBERTURADOS Y CON CAPACIDAD DE EXPANSION.

Si bien es cierto, existen diversos diseños de tecnología de pantallas para sistemas de monitorización utilizadas en entornos hospitalarios como áreas críticas, emergencia, etc. la tendencia basada en la evidencia de diversos artículos; coinciden señalando muchas ventajas de aplicación de pantalla no táctil versus la pantalla táctil:

Durabilidad: Las pantallas estándar suelen ser más duraderas y resistentes que las pantallas táctiles, ya que no están expuestas al desgaste constante de los toques y gestos de los usuarios.

Menor riesgo de errores: Con una pantalla estándar, se reduce el riesgo de errores causados por toques accidentales o imprecisos en la pantalla táctil. Esto puede ser especialmente importante en entornos críticos donde la precisión y la exactitud son fundamentales.

Facilidad de limpieza: Las pantallas estándar son más fáciles de limpiar y desinfectar que las pantallas táctiles, ya que no tienen sensores sensibles que puedan dañarse con los productos de limpieza o la humedad.

Compatibilidad con guantes: En entornos médicos, donde el personal a menudo usa guantes para la higiene y la seguridad, las pantallas estándar son más compatibles ya que no requieren contacto directo con la piel para su funcionamiento.

Costo: Las pantallas estándar suelen ser más económicas que las pantallas táctiles, lo que puede ayudar a reducir los costos de implementación y mantenimiento de la central de monitorización.

En resumen, optar por una pantalla no táctil operada con mouse o teclado en la central de monitorización puede ofrecer ventajas en términos de durabilidad, precisión, facilidad de limpieza, compatibilidad con guantes y costo, lo que puede ser especialmente beneficioso en entornos médicos, de cuidados críticos y garantizar su funcionamiento 24/7 para la vigilancia continua de sus pacientes.

Adicionalmente, la innovación en el diseño de monitores centrales para entornos clínicos está siendo reemplazada por diseño completamente cerrado ordenador -PC ¿All in One¿ compuesto por PC, pantalla y fuente de alimentación compacta y sin ventilador, la cual proporciona ventajas adicionales en cuanto a flexibilidad de uso, visualización de datos, personalización y capacidad de integración con otros sistemas en el entorno de atención médica. Esto puede contribuir a mejorar la eficiencia y la efectividad de la central de monitorización en entornos críticos de atención médica.es por ello que solicitamos la modificación de la especificación:

B06 COMPUESTA POR 01 MONITOR CENTRAL CON PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN O PANTALLA - ORDENADOR INTEGRADOS EN UN DISEÑO COMPACTO, QUE VISUALICEN SIMULTANEAMENTE LAS ONDAS Y PARAMETROS DE LOS MONITORES DE FUNCIONES VITALES COBERTURADOS Y CON CAPACIDAD DE EXPANSION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B06 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2º literales a, b, c, e, f, DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, POR TEMAS DE BIOSEGURIDAD EL USO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS LIMITA LA ADECUADA ASEPSIA MAS LA LIMPIEZA DE UN MONITOR TOUCHSCREEN ES MAS EFICIENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:00

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

C04 CAPACIDAD DE OPERAR CON UN SISTEMA DE COMPUTO ORIGINAL DEL FABRICANTE O VALIDADO DE ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

Se entiende que al solicitar Sistema de cómputo original se refiere a que el Software y Hardware (todo los componentes de la central de monitoreo) sean provenientes e importados por el mismo fabricante, es decir que el fabricante garantice las funcionalidades físicas, eléctricas, electrónicas y de software de los mismos para asegurar el cumplimiento de calidad y aseguramiento la normativa Iso 13485 relacionada a la fabricación de dispositivos médicos , es decir no deberá ser ensamblado localmente por piezas que no cumplan con la calidad del mismo fabricante y riesgo de perder la trazabilidad de la Estación de diagnóstico ( Sistema Centralizado de Monitoreo de signos vitales)

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOLICITAMOS RESPETOSAMENTE AL COMITÉ INDICARLO DE LA SIGUIENTE MANERA:

C04 CAPACIDAD DE OPERAR CON UN SISTEMA DE COMPUTO ORIGINAL DEL FABRICANTE O VALIDADO DE ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE CON NORMATIVA 13485 (NO ENSAMBLADO LOCALMENTE)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C04 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2° literales a, b, c, e, f

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, APLICAR LA NORMATIVA DE LA ISO 13485 LIMITARÍA LA PLURALIDAD DE LOS POSTORES. AL SER VALIDADO POR EL FABRICANTE SE GARANTIZA LA CALIDAD DEL EQUIPO A SER USADO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:00

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

**C09 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS**

Siguiendo los alcances de la tecnología y desarrollo basado en evidencia para la aplicación en entornos clínicos para la monitorización centralizada, se encuentra que Windows 10 o posterior es considerado uno de los más beneficioso para estos sistemas de monitorización clínica. Los más resaltantes son: Compatibilidad: esto facilita la integración de los sistemas con los dispositivos, proporcionan un entorno de trabajo seguro, estable, y eficiente para el personal y los sistemas de monitoreo; Interfaz familiar y fácil de usar, facilitando la navegación y reduce la curva de aprendizaje para el personal; Rendimiento y estabilidad, entre otras.

Por lo expuesto, se entiende que buscando garantizar un entorno de trabajo seguro, estable y eficiente para el personal y los sistemas de monitoreo; lo solicitado hace referencia al sistema operativo Windows 10 o superior, por lo que solicitamos precisar como sigue:

C09 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 O SUPERIOR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** C09    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2° literales a, b, c, e, f

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, LAS VERISIONES ANTERIORES A WINDOWS 10 NO TIENEN SOPORTE TECNICO POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL SOFTWARE LIMITANDO EL MANTENIMIENTO DEL MISMO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C09 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 O SUPERIOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:00

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

C12 CONFIGURACION DE HARDWARE: AL MENOS DEBE CUMPLIR CON TENER CPU CORE i7, MEMORIA RAM 1GB COMO MINIMO

Al respecto quisiéramos precisar sobre ampliar el requerimiento a procesadores Intel Core i5, son una opción sólida y rentable para las centrales de monitoreo, ofreciendo un equilibrio adecuado entre rendimiento (capaces de manejar tareas de monitoreo como la visualización de datos en tiempo real, ejecución de aplicaciones, etc) y eficiencia energética (generan menos calor y menos ruido). Si bien los procesadores Intel Core i7 pueden ofrecer un rendimiento ligeramente superior, es probable que esta diferencia no sea necesaria para la mayoría de las aplicaciones exclusivas para su uso clínico de monitoreo y no justifique el costo adicional y el consumo de energía.

Adicionalmente, respecto a la memoria RAM 1GB solicitada, considerando que el sistema de monitorización centralizada recabara 24/7 continuamente la información de los todos los monitores conectados a la red, se requiere ampliar su capacidad de memoria y almacenamiento, para ello proponemos sea un mínimo de 8GB.

Por lo expuesto, solicitamos se modifique la especificación:

C12 CONFIGURACION DE HARDWARE: AL MENOS DEBE CUMPLIR CON TENER CPU CORE i5 COMO MINIMO, MEMORIA RAM 8GB COMO MINIMO

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C12 Página: 31**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2° literales a, b, c, e, f, DE LA LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE, SE MANTIENE EL PROCESADOR CORE I7 Y SE AUMENTA LA MEMORIA A 8 GB COMO MINIMO DEBIDO WINDOWS 10 REQUIERE 2 GB DE MEMORIA RAM PARA SU FUNCIONAMIENTO Y MEMORIA ADICIONAL PARA EL SOFTWARE DE APLICACIÓN QUE VARIA EN FUNCION AL FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C12 CONFIGURACION DE HARDWARE: AL MENOS DEBE CUMPLIR CON TENER CPU CORE i7 COMO MINIMO, MEMORIA RAM 8GB COMO MINIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:00

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTAS DE MONITOR DE FUNICONES VITALES:  
C07 SELECCIÓN ENTRE 12 DERIVADAS: I,II,III,Avr,Avf,V1,V2,V3,V4,V5,V6  
Para la monitorización de la actividad cardíaca: ECG en los monitores fisiológicos cada tecnología cuenta con su propio algoritmo y estándar de captación de la señales como en nuestro caso, a través de la técnica EASI basadas en el uso de solo 5 electrodos, para la obtención del EKG de 12 derivaciones EASI, donde el 5ª electrodo (V+) es el de tierra y se coloca preferentemente en hipocondrio derecho; y alternando en la posición de las derivaciones precordiales V1, V2, V3, V4, V5, V6, por lo que matemáticamente se construye las 12 derivaciones EASI del EKG que es una alternativa de monitorización de 12 derivaciones ECG estándar con menos electrodos.  
En base a la necesidad de área usuaria ante este requerimiento, se entiende que la especificación debe ser clara y objetiva sin alterar el principio de libre concurrencia, por lo tanto, solicitamos al COMITÉ DE SELECCIÓN en coordinación con el área especializada ampliar modificarla:  
C07 MONITORIZACIÓN ENTRE 12 DERIVADAS (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V+ O MÁS AMPLIO)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C07 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2º literales a, b, c, e, f, de LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, POR LA NECESIDAD DE EVALUAR LAS 12 DERIVACIONES ECG ESTÁNDAR DE EKG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:00

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

C04 GRAFICA DE 10 ONDAS SIMULTANEAS COMO MINIMO.

Al tener la capacidad de visualizar todas las curvas de los parámetros monitorizados incluyendo los ventilatorios se entiende que también se pueda revisar las ondas de los eventos programables en 8s, 16s y 32 s como mínimo; para poder evaluar la clínica en una situación crítica de alerta y evitar complicaciones en el paciente.

¿Solicitamos respetosamente al comité de selección aclare si es correcta nuestra apreciación?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: C04      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA, LA VISUALIZACIÓN DE LAS CURVAS MONITORIZADAS DEBEN CORRESPONDER AL MONITOR DE FUNCIONES VITALES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:00

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

PRESION SANGUINEA NO INVASIVA (NIBP)

C19 DISPLAY DIGITAL DE VALOR MEDIDO EN PANTALLA: SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA.

Se entiende que el valor censado de la presión no invasiva se monitorizara 24 horas de manera continua, entonces la vigilancia y el almacenamiento de los valores de las presiones sistólicas, diastólicas y media que captura de cada uno de los pacientes, debe ser suficiente para que el equipo los muestre de manera simultánea y por ende el profesional usuario pueda detectar problemas tanto de hipo tensión, como hiper tensión arterial que ponen en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, solicitamos al comité aclare si es correcta nuestra apreciación y mejorar la especificación como sigue:

C19 DISPLAY DIGITAL DE VALOR MEDIDO EN PANTALLA: SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA, CON 1200 MEDICIONES ALMACENADAS COMO MINIMO

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: C19      Página: 32**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2° literales a, b, c, e, f, DE LA LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, COLOCAR UN VALOR EXACTO DE MEDICINES ALMACENADAS LIMITARÍA LA PLURALIDAD DE POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:00

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

PRESION SANGUINEA NO INVASIVA (NIBP)  
C22 MEDICION PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATALES.

Entendemos que el monitor debe contar con la capacidad de realizar mediciones de presión no invasiva precisas y que cuando se mide en simultánea con spo2 no se produzcan lecturas erróneas, ni falsas alarmas fisiológicas para garantizar que los valores medidos sean precisos en ambos parámetros.

¿Solicitamos al comité aclare si es correcta nuestra apreciación?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: C22      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA, EL PARÁMETRO INDICADO EN DICHA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SE RELACIONA A PRESIÓN SANGUÍNEA NO INVASIVA NO RELACIONADA A SP02

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:00

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

GASTO CARDIACO

C39 SELECCIÓN DE ALARMAS CON LIMITES AJUSTABLES

Se entiende que se solicita la selección de alarmas ajustables en el valor de temperatura sanguínea (TB) puesto que es la que permite el cálculo hemodinámico de la obtención del valor de Gasto cardiaco.

¿Solicitamos al comité aclare si es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C39 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, QUE LA RELACIONADA ESTA DIRIGIDA A GASTO CARDIACO Y NO A TEMPERATURA SAGUINEA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	10:57:00

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

D16: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA QUE SE REQUIERA PARA LA INTERCONEXION DE LOS MONITORES CON LA CENTRAL DE MONITOREO CADA AMBIENTE (DE SER NECESARIO) ASIMISMO, DEBEN REALIZAR TODOS LOS RESANES Y ACABADOS QUE DEMANDE HASTA COMPLETA INSTALACION DE LOS MONITORES Y CENTRAL

Considerando que estos bienes requeridos para la remodelación de edificación construcción de Emergencia de Hospital Honorio Delgado, consultamos al comité de selección lo siguiente:

1.- ¿Los ambientes en cuestión están constituidos por paredes de concreto solamente o es que están constituidos por paredes de concreto y drywall?

2.- ¿Los ambientes en cuestión presentan un falso techo? De ser así, ¿se cuenta con registro para acceso y mantenimiento? (para posicionamiento del switch)

3.- ¿Los ambientes en cuestión presentan algún trabajo de comunicación a nivel de red previa? (cámaras de seguridad, llamado de enfermeras, cableado interno por bandeja o tubería)

4.- ¿Los ambientes en cuestión serán recientemente usados o ya vienen usándose? (para conocer la disponibilidad de los ambientes)

5.- ¿El cableado estructurado puede ser adosado? ¿O debe ser interno por bandeja y tubo Conduit?

6.- ¿Los ambientes en cuestión presentan planos o dimensionamiento para un estudio más eficiente del costeo?

7.- ¿Qué limitaciones existen para las labores de obra civil y resanes en el ambiente? (control de ruido, material particulado, riesgo biológico, etc.)

De no tener alguna información de lo antes mencionado generara retrasos y complicaciones para la instalación y puesta en marcha de la central, POR LO CUAL SOLICITAMOS PUEDAN BRINDAR INFORMACIÓN DETALLADA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE BIEN A CONTRATAR, DE SER POSIBLE ADMITIR VISITA TÉCNICA ESPECIALIZADA POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, PREVIA COORDINACIÓN VÍA EMAIL. ESTO SERVIRÁ PARA REALIZAR UNA OFERTA MÁS BENEFICIOSA PARA LA ENTIDAD.

Acápite de las bases :Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: D16      Página: 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2° literales a, b, c, e, f, DE LA LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA, QUE EL AMBIENTE DONDE SE INSTALARA ES DE:

1: EL AMBIENTE DONDE SE INSTALARA ESTA CONSTITUIDO POR PAREDES DE CONCRETO

2: EL AMBIENTE DONDE SE INSTALARA NO TIENE FALSO TECHO, EL TECHO ES DE CONCRETO, SIN EMBARGO EL AMBIENTE PRESENTA COMO PUESTO DE ACCESO

3: EL AMBIENTE DONDE SE INSTALARA, PRESENTAN REDES PREVIAMENTE INSTALADAS

4: EL AMBIENTE DONDE SE INSTALARA, SE ENCUENTRA EN USO, SIN EMBARGO PARA EFECTOS DE INSTALACIÓN SE BRINDA LAS FACILIDADES

5: EL AMBIENTE DONDE SE INSTALARA, DEBERÁN SER ADOSADAS CON ESTRUCTURAS ESTABLES Y PREFABRICADAS (INCLUYE ACCESORIOS) PARA USO HOSPITALARIO

6: EL AMBIENTE DONDE SE INSTALARA, NO PRESENTA PLANOS PUESTO QUE LOS AMBIENTES NO PRESENTAN COMPLEJIDAD EN SU INSTALACIÓN

7: EL AMBIENTE DONDE SE INSTALARA, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA TRABAJO ENVIADO (CON ANTICIPACION DE 10 DIAS CALENDARIOS MEDIANTE DOCUMENTO) DEL PROVEEDOR SE BRINDARA LOS AMBIENTES PARA SU EJECUCIÓN DEL SERVICIO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	12:42:58

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

B05: EQUIPO HABILITADO PARA FUNCIONAMIENTO CON PROTOCOLO TCP/IP Y HL7 CON CAPACIDAD PARA CENTRAL DE MONITOREO A TRAVES DE CONEXIÓN ALÁMBRICA Y WIFI O CAPACIDAD PARA CENTRAL DE MONITOREO A TRAVES DE CONEXIÓN ALÁMBRICA O INALAMBRICA

CENTRAL DE MONITOREO (06 MONITORES DE 08PARAMETROS)  
C01: COMPUESTA POR: UMA CENTRAL DE MONITOREO APTA PARA CONECTARSE COM 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES UBICADOS EM EL AREA QUE INTEGRARA LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE ESTOS, CONECTADOS A LA CENTRAL MEDIANTE CABLE O TELEMETRIA (EL EQUIPO FUNCIONARA EN UNO DE LOS MODOS, PERO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE FUNCIONAR EN EL OTRO MODO TAMBIEN).

Se solicita al comité de selección, el aclarar lo siguiente:  
En la especificación técnica B05, se menciona que la conexión del monitor a la central puede ser alámbrica (con cable) o inalámbrica; sin embargo, en la especificación técnica C01, existe una contradicción con lo antes mencionado, ya que se requiere conexión entre central y monitores con cable y telemetría.  
De acuerdo a ello, solicitamos al comité de selección tenga a bien considerar la especificación del B05, para que con ello exista pluralidad de postores considerándose ¿CONEXIÓN ALAMBRICA¿ entre central y monitoreo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, LA CONEXIÓN DEBE SER ALÁMBRICA Y/O INALÁMBRICA SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE UNA CONEXIÓN ESTABLE A LA CENTRAL QUE NO PERJUDIQUE LA MONITORIZACIÓN DE LOS PACIENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	12:42:58

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

C. COMPONENTES

PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (NIBP)

C20: MEDICIÓN AUTOMATICA CUANDO AUMENTA O DISMINUYE EL TIEMPO DE LA ONDA DE PULSO.

En base a dicha especificación técnica hace mención a PWTT, siendo esta característica exclusiva de la marca NIHON KOHDEN,

En tal sentido, con la finalidad de fomentar la mayor concurrencia y participación de postores y no limitar esta característica a una marca en especifica se solicita al Comité considerar que dicha característica técnica sea opcional o en su defecto eliminada, ello con la finalidad de que no se vulnere el Principio de Libertad de concurrencia de postores regulado por la Ley de Contrataciones con el Estado.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA MAYOR CONCURRENCIA Y PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y NO LIMITAR ESTA CARACTERÍSTICA A UNA MARCA EN ESPECIFICA SE SOLICITA AL COMITÉ CONSIDERAR QUE DICHA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SEA OPCIONAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C20: MEDICIÓN AUTOMÁTICA CUANDO AUMENTA O DISMINUYE EL TIEMPO DE LA ONDA DE PULSO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	12:42:58

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (PROFESIONAL)

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (TECNICO)

La actual licitación solicita dos tipos de perfiles como personal clave, Profesional y/o Técnico el cual debe ser estar debidamente capacitado en el uso y mantenimiento del equipo objeto de la convocatoria.

Consultamos al comité de selección si se podría considerar a una sola persona para que realice el servicio de instalación y sea responsable del mantenimiento, ello con la finalidad de que exista mayor acceso de participantes a este proceso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, PARA GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN ES DE NECESIDAD LA PRESENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	12:42:58

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL TECNICO

Se solicita al comité de selección, el poder indicarnos en cuantos días se le dará la capacitación al área usuaria y técnica. Dado que solo mencionan la cantidad de horas que son para el personal usuaria ocho (08) horas, personal técnico doce (12) horas y a cargo de mínimo de 2 personas, pero no indican cuantos días serán.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, QUE PARA LA ETAPA DE CAPACITACIÓN DEL USUARIO Y TÉCNICO SE TIENEN 05 DÍAS CALENDARIOS COMO PLAZO MÁXIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	12:42:58

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

ENTREGA DE MANUALES DIGITALES EN FORMATO CD O DVD

Se solicita cordialmente al comité de selección, en poder indicarnos cuantas unidades de manuales digitales en formato cd o dvd se va a requerir para cada equipo, ya que no mencionan la cantidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA, QUE EN EL LITERAL 14.2 CONTENIDO MÍNIMO DE LA CAPACITACIÓN LA CANTIDAD SOLICITADA DE MANUAL ES DE (04) CUATRO MANUALES IMPRESOS, DOS (02) DE USUARIO Y DOS (02) DE SERVICIO TÉCNICO ¿ DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN LA PAGINA 24

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	12:42:20

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN SERÁ DE 30 DÍAS CALENDARIO.

ENTREGA DEL EQUIPO EN EL ALMACEN ¿ 20 DÍAS CALENDARIO

CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO ¿ 05 DÍAS CALENDARIO

CAPACITACIÓN ¿ 05 DÍAS CALENDARIO

AMPARADOS EN EL PRINCIPIO QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DE ¿LIBERTAD DE CONCURRENCIA¿ PERMITIENDO ASI LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES:

SOLICITAMOS POR FAVOR PUEDAN AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS CALENDARIO.

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ENTREGA DEL EQUIPO EN EL ALMACEN ¿ 50 DÍAS CALENDARIO

INSTALACIÓN ¿ 05 DÍAS CALENDARIO

CAPACITACIÓN ¿ 05 DÍAS CALENDARIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE RESPONDIÓ EN LA OBSERVACIÓN 01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	12:42:20

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

CONDICIONES DE EJECUCION

6.1 CONDICIONES GENERALES:

EL AÑO DE FABRICACION DEL (S) EQUIPO(S) DEBERAN SER DE O IGUAL A DOCE (12) MESES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA(S) PORPUESTA(S).

SEGÚN LA LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

ARTICULO. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

G) VIGENCIA TECNOLÓGICA. LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEBEN REUNIR LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y MODERNIDAD TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON EFECTIVIDAD LA FINALIDAD PÚBLICA PARA LOS QUE SON REQUERIDOS, POR UN DETERMINADO Y PREVISIBLE TIEMPO DE DURACIÓN, CON POSIBILIDAD DE ADECUARSE, INTEGRARSE Y REPOTENCIARSE SI FUERA EL CASO, CON LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS.

CONSIDERAMOS QUE SEGÚN FECHA DE FABRICACIÓN SOLICITADA, EL PRESENTE PROCESO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES YA QUE NO NECESARIAMENTE EQUIPOS CON FECHA DE FABRICACIÓN ACTUAL (2024), GARANTIZAN LA MEJOR TECNOLOGÍA; DEBEMOS DE CONSIDERAR TAMBIÉN LOS ACCESORIOS, PIEZAS Y MATERIALES CON LOS QUE ESTOS FUERON FABRICADOS, PRUEBA DE ESTO LA QUE NUESTROS EQUIPOS EN LA ACTUALIDAD VENGAN FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL Y CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL USUARIO ASISTENCIAL.

CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, AMPARADOS EN EL PRINCIPIO QUE RIGE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO "LIBERTAD DE CONCURRENCIA"

MENCIONAR TAMBIÉN QUE NUESTROS EQUIPOS PRESENTAN LA ACTUALIZACIÓN DE VIGENCIA TECNOLÓGICA.

¿ACEPTARÁ EL COMITÉ LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES, QUE CUENTEN CON EQUIPOS DE FECHA DE FABRICACIÓN 2021, YA QUE NUESTROS EQUIPOS SI CUENTAN CON LA VIGENCIA TECNOLÓGICA Y SOPORTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 6 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, PUESTO QUE LOS EQUIPOS SON PARA USO HOSPITALARIO DE EMERGENCIA SE REQUIERE EL MAYOR PLAZO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA, POR TAL MOTIVO SE PIDE QUE EL EQUIPO Y ACCESORIOS CON FECHA DE FABRICACIÓN A LA ENTREGA DEL BIEN PRINCIPAL Y ACCESORIO COMO MÁXIMO 12 MESES DE ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	12:42:20

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

13. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL

13.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SE REALIZARA CADA SEIS (06) MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA OFERTADO Y SEGÚN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

SOLICITAMOS QUE EL PLAZO EFECTUADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES SEAN ANUALMENTE, CONSIDERANDO QUE ESTA ES UN INDICACION DEL FABRICANTE LA CUAL DEBERIA SER TOMADA EN CUENTA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y ASI EVITAR PARALIZACIONES INNECESARIAS EN EL SERVICIO LA CUAL SEA INSTALADO EL EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 13 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, LAS PRESTACIONES ACCESORIAS MÍNIMAS PROPUESTAS ES DE 06 MESES SIN EMBARGO EN 13.1 SE INDICA:

SE REALIZARA CADA SEIS (06) MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA OFERTADO Y SEGÚN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¿ LAS ACTIVIDADES SE EFECTUARAN SEGÚN LO INDICADO EN EL MANUAL DE SERVICIO TÉCNICO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO (SE INDICA QUE ESTE PLAZO PUEDE VARIAR)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	12:42:20

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

C. COMPONENTE

C10 TAMAÑO DE LA PANTALLA DE CADA MONITOR LED O LCD: 24¿ DIAGONAL O MAS; RESOLUCION 1920X1200 PÍXELES O MAS.

INDICAN EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA C10 QUE CADA MONITOR LED DE 24¿ O MAS. ACLARAR CUANTAS PANTALLAS SE ENTREGARÁN, CABE MENCIONAR QUE EN B06 SE INDICA 01 MONITOR CENTRAL

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 3.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA, EN EL PUNTO C10 LA OBSERVACION ES REFERIDA A 01 UN MONITOR PRINCIPAL DE MANERA OPCIONAL EL PROVEEDOR PUEDE OFRECER PANTALLAS ADICIONALES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	12:42:20

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

C20 MEDICION AUTOMATICA CUANDO AUMENTA O DISMINUYE EL TIEMPO DE LA ONDA DE PULSO

SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL.  
Y QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:  
C20 MEDICION AUTOMATICA CUANDO AUMENTA O DISMINUYE EL TIEMPO DE LA ONDA DE PULSO, OPCIONAL

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 3.1    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE RESPONDIÓ EN OBSERVACIÓN 14

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	12:42:20

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**  
D10 GASTO CARDIACO: DIEZ (10) DESCARTABLES EN CASO EL SISTEMA DE MEDICION PROPUESTO LO REQUIERA.

SOLICITAMOS SE PUEDA ENTREGAR SOLO EL CABLE TRONCAL PARA EL MONITOREO DE GASTO CARDIACO POR MÉTODO DE TERMODILUCION.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 3.1    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE PRECISA, QUE EL CABLE TRONCAL PARA EL MONITOREO DE GASTO CARDIACO POR MÉTODO DE TERMODILUCION. DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA ADQUISICION DE 10 LOS DESCARTABLES DE LA ESPECIFICACION D10 PUESTO QUE ES LA CONEXIÓN ENTRE EL CATETER DESCARTABLE Y EL MONITOR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20545804795	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	Hora de envío :	16:13:02

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS

D06 TEMPERATURA: 02 SENSORES REUSABLES DE SUPERFICIE TIPO DISCO O SIMILAR PARA PIEL (01 ADULTO Y 01 PEDIATRICO) CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO.

Solicitamos al comité lo siguiente: Pueda considerad sensores de temperatura con cable integrado ya que hay pocas marcas que ofrecen este tipo de cables, viéndose limitado en participación de otras empresas, también considerado que el precio no tiene una variación significativa como para no considerar solo con cable conector.

Quedando de la siguiente manera: D06 TEMPERATURA: 02 SENSORES REUSABLES DE SUPERFICIE TIPO DISCO O SIMILAR PARA PIEL (01 ADULTO Y 01 PEDIATRICO) CON UN CABLE-CONECTOR O CABLE INTEGRADO AL EQUIPO.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA, ES NECESARIO DE QUE EL CABLE NO SEA INTEGRADO AL EQUIPO POR POSIBLE DETERIORO EN EL TIEMPO POR EL USO CONTINUO EN LOS PACIENTES MONITORIZADOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20545804795	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	Hora de envío :	16:13:02

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Podemos apreciar en las Bases que en REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, no se solicita el documento Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, siendo el objeto de la convocatoria, la adquisición de equipos médicos, resulta importante la exigencia del cumplimiento de esta certificación así como sus clasificaciones, es decir que el postor acredite la autorización para Dispositivos Médicos Clase I, Clase II, Clase III y Clase IV.

Por ello, observamos el presente acápite y solicitamos que se incorpore en las Bases Integradas, debiendo quedar de la siguiente manera:

Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento BPA, vigente autorizado por DIGEMID.

Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por DIGEMID, vigente, a nombre del postor, indicando la autorización para Dispositivos Médicos Clase I, Clase II, Clase II y Clase IV.

Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: III      Literal: 3.2      Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, LOS CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO SERÁN PRESENTADOS POR LOS PROVEEDORES DE MANERA OPCIONAL, PUESTO QUE LOS BIENES SERÁN VERIFICADOS Y PUESTAS EN FUNCIONAMIENTO EN EL PLAZO DE LA ADQUISICIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20545804795	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	Hora de envío :	16:13:02

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Observamos las presentes bases, que no se está considerando como Requisitos de calificación, un documento importante para todo rubro de negocio, más aún para empresas del rubro médico, como es la Licencia de Funcionamiento, la cual permite realizar actividades económicas, legalmente y acredita la formalidad de un negocio. Así mismo debido a que el objeto de la convocatoria es equipos medicos, sería necesario y muy importante. Por lo antes expuesto, solicitamos al Comité Especial considerar y agregar en las bases en los Requisitos de calificación, capacidad legal lo siguiente: Licencia de Funcionamiento emitida por autoridad competente en la actividad económica Venta de Dispositivos Médico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, SERA OPCIONAL, POR NO SER UN DOCUMENTO QUE AFECTE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	16:14:58

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas solicitan:

**1.9 Plazo de entrega**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregará en el plazo de 30 DÍAS CALENDARIOS según el detalle indicado, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación:

**Actividad 1**

20 días calendarios de la Firma de contrato la Entrega del equipo en el almacén del Hospital Honorio Delgado Espinoza:

**Actividad 2**

05 días calendarios de la Entrega del equipo en el almacén del Hospital Honorio Delgado Espinoza, se efectúa la configuración y puesta en operación del equipo:

**Actividad 3**

05 días calendarios de la Entrega del equipo en el almacén del Hospital Honorio Delgado Espinoza se efectúa la Capacitación (para técnicos y usuarios):

OBSERVAMOS lo establecido en las bases administrativas, debido a que los procesos de importación en este tipo de equipos al ser fabricados con la más alta tecnología existentes en el mercado, tal como su componente, son configurados y fabricados de acuerdo a la necesidad del cliente (Según especificación técnica)

Se debe considerar que los tiempos deben ser razonables y proporcionales a la naturaleza y complejidad al momento de entregar el equipo a importarse para el presente proceso de 01 equipo médico sobre todo del Central de sistema de monitores para 06 monitores de funciones vitales de 08 parámetros más el incluir la instalación y operatividad del bien antes señalado, es fabricado una vez suscrito el contrato, por lo que considerar 30 días como máximo en el plazo de entrega del bien, limitaría la participación de postores en el proceso de selección, afectando la pluralidad.

Ello representa una DESPROPORCIONALIDAD, afectando la igualdad de trato de los proveedores pues es una exigencia ventajosa para algún proveedor en específico.

En ese contexto, de conformidad con el literal a) b), c) f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la indicación del plazo de reparación debe guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación, sino se estaría trasgrediendo el principio de libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Por lo antes expuesto y con la finalidad de permitir la pluralidad de marcas y postores, solicitamos al comité de selección la modificación de las bases ampliando el plazo de entrega, modificando de esta forma que se detalla:

**.9 Plazo de entrega**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregará en el plazo de 60 DÍAS CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

**Actividad 1**

50 días calendarios de la Firma de contrato la Entrega del equipo en el almacén del Hospital Honorio Delgado Espinoza:

**Actividad 2**

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	LP-SM-6-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

05 días calendarios de la Entrega del equipo en el almacén del Hospital Honorio Delgado Espinoza, se realiza la configuración y puesta en operación del equipo:

Actividad 3  
05 días calendarios de la Entrega del equipo en el almacén del Hospital Honorio Delgado Espinoza se realiza la Capacitación (para técnicos y usuarios).

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico            Numeral: 1.9                            Literal:                            Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) b), c) f) del artículo 2 del RLCCE - Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE RESPONDIÓ OBSERVACIÓN 01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	16:14:58

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

\* Copia simple de la Resolución de autorización de registro sanitario o certificado de registro sanitario del bien ofertado, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y Productos Sanitarios)

Consultamos al comité nos aclare: ¿si al solicitar el registro sanitario el bien ofertado, hace referencia al registro del bien principal ¿Monitor¿?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SE REFIERE AL BIEN PRINCIPAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	16:14:58

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

Solicitan en las bases administrativas del capítulo III del Requerimiento:

\* Certificado de seguridad eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 60601-1:2010: Equipos médicos eléctricos

Cualquiera de los certificados emitido por la institución competente.

Hacemos de conocimiento que el Certificado de seguridad eléctrica, es un documento que acredita el estándar de la utilización de la energía, por corresponder a una norma internacional de gestión de calidad, por lo tanto, para mayor concurrencia y pluralidad de postores, se solicita se acepte la presentación del documento fehacientemente tales como los catálogos, manuales de usuario u operación y/o datasheet del fabricante donde se cumple a detalle la utilización eléctrica, de NO aceptar la presentación se estaría vulnerando lo establecido en el artículo 2°, literales b) y f), los cuales detallan lo siguiente:

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Es así que solicitamos a vuestro comité acoger la observación formulada, ello ampliaría la libre concurrencia de postores, por lo que se requiere se adicione de esta manera:

\* Certificado de seguridad eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 60601-1:2010: Equipos médicos eléctricos

Cualquiera de los certificados emitido por la institución competente y/o la presentación fehaciente de catálogos, manuales de usuario u operación y/o datasheet del fabricante donde se demuestre fehacientemente la utilización de energía eléctrica.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico            Numeral: Cap. III            Literal:            Página: 29**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal b) y f) del artículo 2 del RLCCE - Ley 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA, LOS EQUIPOS DEBE PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN SOLICITADA O EN SU DEFECTO MEDIANTE UN DOCUMENTO ORIGINAL (FIRMADO ), FIRMA DIGITAL DEL FABRICANTE AVALANDO Y ADJUNTANDO CERTIFICADOS SOLICITADOS, NO SE ACEPTARA CERTIFICACIÓN EN CATÁLOGOS O MANUALES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	16:14:58

**Observación: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO solicitan:

C11 CON ANALISIS DE DESNIVEL ST, EN TRES (03) DERIVADAS COMO MINIMO

C12 CON ANALISIS DE DESNIVEL ST, TRES (03) DERIVADAS COMO MINIMO

La importancia del análisis ST es realizarlo en todas las derivaciones, mientras más derivaciones brinde el monitor, más segmentos cardiacos se podrán analizar obteniendo información de una mayor cantidad de patologías cardiacas. Adicionalmente hacerlo de 3 en 3 (derivadas) o de 2 en 2 (derivadas) o de 1 en 1 (derivada) todas logran el cometido, ya que, se analizan siempre las 12 derivaciones en total, por lo que, condicionar a que sea de 3 en 3 (derivadas) beneficia a una marca en específico, restringiendo la participación de los demás postores.

Por lo expuesto, solicitamos al comité de selección se acepte ampliar esta característica:

C11 CON ANALISIS DE DESNIVEL ST, TRES (03) O DOS (02) DERIVADAS COMO MINIMO.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: C11 Página: 32**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) c) y f) del artículo 2 del RLCCE - Ley 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE, PARA IDENTIFICAR UNA ANORMALIDAD EN LA ELEVACION DEL SEGMENTO ST SE REQUIERE COMO MINIMO ALTERACION EN DOS DERIVADAS EN EL ELECTROCARDIOGRAMA Y CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE CONSIDERA DOS DERIVADAS COMO MINIMO LA CARACTERISTICA C11 Y C12 REFIEREN A UNA MISMA ESPECIFICACION, LA CARACTERISTICA C12 SE SUPRIME DE LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C11 CON ANÁLISIS DE DESNIVEL ST, DOS (02) DERIVADAS COMO MÍNIMO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	16:14:58

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En las bases administrativas CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO solicitan:

C11 CON ANALISIS DE DESNIVEL ST, EN TRES (03) DERIVADAS COMO MINIMO

C12 CON ANALISIS DE DESNIVEL ST, TRES (03) DERIVADAS COMO MINIMO

Vemos en la especificación técnica de cada característica una duplicidad a lo requerido detalladas en línea anterior.

Consultamos al comité de selección NOS ACLARE si corresponde a una sola característica, debiendo señalar de esta forma:

C11 CON ANALISIS DE DESNIVEL ST, EN TRES (03) O DOS (02) DERIVADAS COMO MINIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: C11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 32

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE RESPONDIÓ EN OBSERVACIÓN 30

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	16:14:58

**Observación: Nro. 32**  
**Consulta/Observación:**  
En las bases administrativas CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO solicitan:

D03 DOS CABLES TRONCAL DE ECG (05 RAMALES), CON DOS JUEGOS DE 05 CABLES-RAMALES POR CADA UNO  
En el mercado global existen distintas configuraciones según cada fabricante, todas logran el cometido de monitorizar 7 derivadas o mas utilizando cables troncal y cables ramal de 5 o 6 ramales, en nuestro caso que, representamos a la marca Nihon Kohden nuestra configuración es de 6 ramales obteniendo un mejor resultado en la monitorización requerida en la especificación técnica.

Por lo expuesto, para mayor concurrencia y pluralidad de postores solicitamos al comité de selección aceptar también:  
D03 DOS CABLES TRONCAL DE ECG (05 o 06 RAMALES), CON DOS JUEGOS DE 05 o 06 CABLES-RAMALES POR CADA UNO

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** Cap. III      **Literal:** D03      **Página:** 32  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) c) y f) del artículo 2 del RLCCE - Ley 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACOGE, CONSIDERANDO QUE LOS 05 RAMALES SON NECESARIOS PARA EL MONITOREO DE LOS PACIENTES, LA ADICION DE UN RAMAL MEJORARIA SU MONITOREO, SIN LIMITAR A LOS POSTORES QUE OFRECEN UNA MEJORA, TENIENDO EN CUENTA QUE DICHA MODIFICACION NO PERJUDICARIA LA FINALIDAD REQUERIMIENTO INICIAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
D03 DOS CABLES TRONCAL DE ECG (05 o 06 RAMALES), CON DOS JUEGOS DE 05 o 06 CABLES-RAMALES POR CADA UNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	16:14:58

**Observación: Nro. 33**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO solicitan:

D02 DOS (02) CABLES TRONCAL DE ECG (03 RAMALES)

D03 DOS (02) CABLES TRONCAL DE ECG (05 RAMALES)

Es importante mencionar referente a los accesorios que se señala como el cable troncal de 03 ramales brinda monitorización en 5 derivaciones y el cable troncal de 5 0 6 ramales brinda monitorización en 7 u 8 derivaciones, por lo que, para monitorizar 12 y 18 derivaciones, como es solicitado en el punto C07 se deberá incluir el cable troncal de 10 ramales ya que con ello se cumpliría la funcionalidad del bien; ya que al no acoger ante este punto NO se cumpliría el componente C07 donde mencionan de las 12 derivadas del buen funcionamiento del electrocardiograma ECG del Monitor de funcionales vitales de 08 parámetros (06 unidades).

Por lo expuesto, solicitamos al comité de selección en solicitar como mejora tecnológica lo siguiente:

Para la monitorización de 12 y 18 derivaciones utilizar:

\* DOS (02) CABLES TRONCAL DE ECG (10 RAMALES)

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: D02 Página: 34**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) c) y f) del artículo 2 del RLCCE - Ley 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE, YA QUE NO ES IMPRESCINDIBLE LA MONITORIZACIÓN SIMULTANEA DE LAS 12 DERIVADAS, ADEMÁS QUE LIMITARÍA LA PLURALIDAD DE POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:23:17

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

OBSERVAMOS QUE EN EL PUNTO B05 INDICAN QUE LA CONECTIVIDAD A LA CENTRAL DE MONITOREO DEBE SER ALAMBRINCA O INALAMBRICA Y EN CEL C01 INDICAN CONECTADOS MEDIANTE CABLE O TELEMETRIA.

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTAR QUE LA CONEXIÓN A LA CENTRAL DE MONITOREO SEA DE LA SIGUIENTE MANERA:

C01 COMPUESTA POR UNA CENTRAL DE MONITOREO APTA PARA CONECTARSE CON 6 MONITORES DE FUNCIONES VITALES UBICADOS EN EL AREA QUE INTEGRARA LA INFORMACION PROVINIENTE DE ESTOS, CONECTADOS A LA CENTRAL MEDIANTE ALAMBRICO O INALAMBRICO O WIFI O TELEMETRIA ( EL EQUIPO FUNCIONARA EN UNO DE LOS MODOS, PERO DEBE TENER CAPACIDAD DE FUNCIONAR EN EL OTRO MODO TAMBIEN).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** cap. 3      **Literal:** C.1      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE RESPONDIÓ EN LA CONSULTA 13

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:23:17

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS QUE ESTAN SOLICITANDO UN CPU CORE I7 MEMORIA RAM 1GB COMO MINIMO; CADA FABRICANTE TIENE DETERMINADAS CARACTERISTICAS TECNICAS EN EL HARDWARE DEL CPU DE LA CENTRAL DE MONITOREO.  
POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR:

C12 CONFIGURACION DE HARDWARE: AL MENOS DEBE CUMPLIR CON TENER CPU CORE I7 O DE DOBLE NUCLEO CON MEMORIA RAM 1GB COMO MINIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. 3 Literal: C.12 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE RESPONDIÓ EN LA OBSERVACIÓN 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	17:23:17

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS QUE ESTAN SOLICITANDO UN DISCO DURO INCORPORADO DE 480GB; CADA FABRICANTE DETERMINA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CPU DE SU CENTRAL DE MONITOREO, EN NUESTRO EQUIPO TIENE UN DISCO DURO DE 256GB. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTAR:

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. 3 Literal: C.13 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, AL SER USADO EN SALA DE CUIDADOS INTENSIVO SE REQUIERE EL ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LARGA DATA POR LO QUE LA NECESIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 480GB ES NECESARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20454256141	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	MEGATECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:36

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**

C08 CAPACIDAD OPCIONAL DE VISUALIZACION REMOTA

A lo cual solicitamos al comité, considerar:

C08 CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN REMOTA (ESTACIÓN MÓVIL) ALARMA EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES: iOS O ANDROID.

Solicitamos al comité tomar en cuenta ya que permiten un monitoreo continuo y en tiempo real de los signos vitales y otros parámetros médicos del paciente, ya que cada médico podrá visualizar los parámetros desde su celular mucho más rápido lo que facilita la detección temprana de problemas y la intervención rápida.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 08      Literal: C      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA, QUE LA CAPACIDAD OPCIONAL DE VISUALIZACION REMOTA INCLUYE LA ALARMA EN TIEMPO REAL A TRAVES DE OTROS DISPOSITOVS MOVILES, ENTRE OTROS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20454256141	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	MEGATECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:36

**Consulta:** Nro. 38

**Consulta/Observación:**

C10 TAMANÑO DE LA PANTALLA DE CADA MONITOR LED O LCD: 24¿ DIAGONAL O MAS: RESOLUCION 1920X1200 PÍXELES O MAS

A lo cual solicitamos al comité, considerar:

C10 TAMANÑO DE LA PANTALLA DE CADA MONITOR LED O LCD: 24¿ DIAGONAL O MAS: RESOLUCION 1920X1080 PÍXELES O MAS

Solicitamos al honorable comité tomar en cuenta esta consulta ya que va a permitir que la pantalla de cada monitor LED o LCD pueda ser de 23,8¿ diagonal. Esto ampliará las opciones de modelos disponibles y puede ofrecer una relación costo-beneficio más favorable.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 31      **Literal:** C      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA AL SER UNA CENTRAL DE MONITOREO SE REQUIERE UN MONITOR CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS YA QUE AYUDA A MEJOR VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20454256141	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	MEGATECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:36

**Consulta:** Nro. 39

**Consulta/Observación:**

C01 MONITOR A COLOR LCD (TT) O TOUCH SCREEN TAMAÑO 15¿ DIAGONAL O MAYOR

A lo cual solicitamos al comité, considerar:

C01 MONITOR TOUCH SCREEN TAMAÑO 17¿ DIAGONAL O MAYOR

Solicitamos al comité tomar en cuenta ya que este cambio responde a la necesidad de una mejora técnica, la visibilidad y el área de trabajo en aplicaciones complejas, proporcionando una mejor experiencia de usuario y facilitando la interacción con múltiples datos y gráficos en pantallas más grandes, adicionalmente la pantalla TOUCH SCREEN sean más fáciles de usar para una amplia gama de usuarios, mejorando la atención al paciente al permitir una entrada de datos más rápida y precisa

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 01      **Literal:** C      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA NO ES INDISPENSABLE UN MONITOR DE MAYOR DIMENSION PARA MONITORIZAR LOS PARAMETROS DEL PACIENTE, ASI MISMO PARA MANTENER LA PLURALIDAD DE POSTORES SE MIENTENE UN TAMAÑO DE 15" O MAYOR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20454256141	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	MEGATECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:41:36

**Consulta:** Nro. 40

**Consulta/Observación:**

C03 RESOLUCION: 800 X 600 PÍXELES O MAS

A lo cual solicitamos al comité, considerar:

C03 RESOLUCION: 1280 X 1024 PÍXELES O MAS

Solicitamos al comité tomar en cuenta ya que una mejora técnica que la resolución del monitor sea de 1280 x 1024 píxeles o más. Esto permitirá una mayor claridad y detalle en la visualización de contenido, mejorando la experiencia del usuario y manteniendo el equipo alineado con los estándares actuales de resolución de pantalla. Adicionalmente facilita la visualización de una distancia mas largas al usuario sin necesidad que entrar a un área controlada para observar el estado del paciente

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 03      **Literal:** C      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA NO ES INDISPENSABLE UN MONITOR DE MAYOR RESOLUCION DE PÍXELES PARA VISUALIZAR LOS PARAMETROS DEL PACIENTE, Y AMPLIAR LA RESOLUCION REDUCIRIA LA PLURALIDAD DE POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601903637	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	TECHMED IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	18:47:50

**Consulta:** Nro. 41

**Consulta/Observación:**

C04 GRAFICA DE 10 ONDAS SIMULTANEAS COMO MINIMO

A lo cual solicitamos al comité, considerar:

C04 GRAFICA DE 13 ONDAS SIMULTANEAS COMO MINIMO

Como una mejora técnica que el monitor requiera mostrar 13 ondas simultáneas como mínimo. Esto permite una representación más detallada de datos y mejora la capacidad de análisis sin aumentar significativamente la carga de procesamiento del sistema.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 04      **Literal:** C      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA NO ES INDISPENSABLE LA VISTA SIMULTANEA DE 13 ONDAS YA QUE LAS ONDAS PUEDEN CONFIGURARSE DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL USUARIO POR LO QUE NO SE REQUIERE UN INCREMENTO DE ESTA GRAFICA EN FORMA SIMULTANEA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601903637	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	TECHMED IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	18:47:50

**Consulta:** Nro. 42

**Consulta/Observación:**  
C09 PROTECCION ELECTROQUIRURUGICA  
A lo cual solicitamos al comité, considerar:  
Que se pueda aclarar si es protección Electroquirúrgica.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 09      **Literal:** C      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE PRECISA, QUE EL TERMINO CORRECTO ES C09 PROTECCIÓN ELECTROQUIRÚRGICA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20601903637	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	TECHMED IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	18:47:50

**Consulta:** Nro. 43

**Consulta/Observación:**

C10 DETECCION DE DOCE (12) TIPOS DE ARRITMIAS

A lo cual solicitamos al comité, considerar:

C10 DETECCION DE DOCE (30) TIPOS DE ARRITMIAS

Esta mejora técnica amplía significativamente la capacidad de monitoreo del dispositivo, proporcionando a los profesionales de la salud una herramienta aún más poderosa para la evaluación y el tratamiento de pacientes con problemas cardíacos. Con esta nueva capacidad, el monitor no solo ofrece una vigilancia exhaustiva de los signos vitales, sino que también ayuda a detectar y abordar una variedad más amplia de irregularidades cardíacas, mejorando así la calidad de la atención médica."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 10      **Literal:** C      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA PARA LA CENTRAL DE EMERGENCIA ES NECESARIA LA SOLO DETECCION DE 12 TIPOS DE ARRITMIAS PUESTO QUE PARA EL DIAGNOSTICO DE OTROS TIPOS DE ARRITMIAS ES NECESARIO EL USO DE OTROS EQUIPOS, SIN EMBARGO EL PROVEEDOR DE MANERA OPCIONAL PODRA OFRECER EL DIAGNOSTICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20610994629	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	WAYRA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	18:53:14

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité puedan agregar en cuenta como mejora técnica:

El Proveedor debe presentar carta firmada por el fabricante donde acredite ser fabricante, distribuidor o representante del Fabricante, dirigida al Hospital Honorio Delgado Espinoza ¿ Arequipa.

Importante

De conformidad con la Opinión N 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.

Acreditación

Copia simple

importante

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutarlas obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito

Mejora 3 : 5 puntos

Mejora a las especificaciones técnicas:

Precio: 90 puntos

Mejora 1: 2 puntos

Mejora 2: 3 puntos

Mejora 3: 5 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01 Literal: B Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LA FICHA TÉCNICA FUE REVISADA Y ACTUALIZADA EN SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, POR LO QUE DE LAS MEJORAS TÉCNICAS SON OPCIONAL SIN PERJUICIO A LOS POSTORES, NO SE CONSIDERA PUNTAJE ADICIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20610994629	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	WAYRA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	18:53:14

**Consulta:** Nro. 45

**Consulta/Observación:**

B01 DE PARAMETROS PRECONFIGURADOS O MODULARES (MONITOR) Y MODULOS DE LA MISMA MARCA).

A lo cual solicitamos al comité, considerar:

B01 DE PARAMETROS MODULARES (MONITOR) Y MODULOS DE LA MISMA MARCA).

Solicitamos al comité redefinir como modular, y no "preconfigurados" ya que no tienen la posibilidad de aumentar parámetros adicionales, si en un futuro el área lo requiere, adicionalmente, la reparación de un monitor modular es mucho más fácil y económico

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1      Literal: B      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA, NO ES INDISPENSABLE QUE EÑ IEQUIPO SOLO SEA DE PARAMETROS MODULARES, EXISTIENDO EN EL MERCADO EQUIPOS CON PARAMETROS PRECONFIGURANDOS, CUMPLIENDO LA MISMA FUNCION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20610994629	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	WAYRA MED E.I.R.L.	Hora de envío :	18:53:14

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

B04 CON TENDENCIAS GRAFICAS HASTA 72 HORAS O MAS

A lo cual solicitamos al comité, considerar:

B04 CON TENDENCIAS GRAFICAS HASTA 120 HORAS O MAS

Solicitamos al comité pueda considerar una extensión de las tendencias gráficas de 72 a 120 horas es una mejora técnica porque permite un análisis más completo y detallado de datos a largo plazo, mejorando la capacidad de monitoreo y diagnóstico. Creando una base de datos por si llegara a surgir algún imprevisto con el paciente

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4      **Literal:** B      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA, NO ES INDISPENSABLE LA TENDENCIAS GRAFICAS DE MAS DE 72 HORAS, PUESTO QUE LOS PACIENTES QUE REQUIEREN MAYOR TIEMPO ES NECESARIO LA UTILIZACION DE REGISTROS TALES COMO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:41:51

**Observación: Nro. 47**  
**Consulta/Observación:**  
En las bases administrativas CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO solicitan:

D02 DOS (02) CABLES TRONCAL DE ECG (03 RAMALES)¿  
D03 DOS (02) CABLES TRONCAL DE ECG (05 RAMALES) ¿

En referencia a los cables de ECG, estos guardan relación con la cantidad de derivadas; por ejemplo:  
- Cable troncal de ECG de 3 ramales: Monitoriza 5 derivadas  
- Cable troncal de ECG de 5 o 6 ramales: Monitoriza 7 u 8 derivadas  
- Cable troncal de ECG de 10 ramales: Monitoriza 12 y 18 derivadas

En referencia a esto observación que en item C07 (SELECCIÓN ENTRE 12 DERIVADAS: I,II,II,aVR,aVL,aVF, V1,V2,V3,V4,V5,V6) se necesita un cable ramal de 10 ramales; el cual NO ha sido SOLICITADO en presente requerimiento.

Por lo que a fin de garantizar el optimo funcionamiento de la monitorización de ECG sugerimos incluirlo como una mejora tecnológica en virtud de no afectar el estudio de mercado considerando lo siguiente:

MEJORA TECNOLOGICA  
DOS (02) CABLES TRONCAL DE ECG (DE 10 RAMALES) CON UN JUEGO DE 10 CABLES RAMALES PARA MEDICION DE 12 Y 18 DERIVACIONES¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...¿...5 PUNTOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: D02 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) c) y f) del artículo 2 del RLCCE - Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE RESPONDIÓ EN LA OBSERVACIÓN 33

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:41:51

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

CAPITULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

B. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Mejora 1: el bien (marca) ofertado cuenta con ISO 9001¿¿¿.. 2 puntos

Mejora 2: el bien (marca) ofertado cuenta con ISO 13485¿¿¿.3 puntos

Observamos las mejoras descritas (ISO 13485) debido a que ya se encuentra contemplado en el requerimiento de las especificaciones técnicas (pág. 29) por lo que se estaría brindando un puntaje a todos los participantes; asimismo el requerimiento del ISO 9001 no guarda relación directa con la calidad, beneficio técnico y/o clínica del bien requerido toda vez que este hace referencia a los procesos administrativos.

Por lo anterior expuesto las mejoras tecnológicas hacen referencia a aquello que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la entidad. Ante lo expuesto solicitamos reconsiderar el puntaje de mejora por lo siguiente:

MEJORA TECNOLOGICA

PRESENTA DOS (02) CABLES TRONCAL DE ECG (DE 10 RAMALES) CON UN JUEGO DE 10 CABLES RAMALES PARA MEDICION DE 12 Y 18 DERIVACIONES¿¿¿¿¿..¿..5 PUNTOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. IV Literal: B. Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) c) y f) del artículo 2 del RLCCE - Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, SE RETIRA DEL FACTOR DE EVALUACION DE LOS ISOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:41:51

**Observación: Nro. 49**  
**Consulta/Observación:**  
En las bases administrativas CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO solicitan:

CENTRAL DE MONITOREO  
C. COMPONENTES:  
C01 COMPUESTA POR: UNA CENTRAL DE MONITOREO APTA PARA CONECTARSE CON 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES UBICADOS EN EL AREA QUE INTEGRARÁ LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE ESTOS, CONECTADOS A LA CENTRAL MEDIANTE CABLE O TELEMETRIA (EL EQUIPO FUNCIONARÁ EN UNO DE LOS MODOS, PERO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE FUNCIONAR EN EL OTRO MODO TAMBIEN.

La especificación técnica describe una INCONGRUENCIA, ya que citan ¿¿..CONECTADOS ¿¿.MEDIANTE CABLE O TELEMETRIA¿; sin embargo entre paréntesis describen capacidad de funcionar en el otro modo también infiriendo que deben cumplirse ambos modos.

En aras de precisar el requerimiento y evitar posibles vicios de nulidad y/o direccionamiento solicitamos corregir el requerimiento de la siguiente manera:  
C01 COMPUESTA POR: UNA CENTRAL DE MONITOREO APTA PARA CONECTARSE CON 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES UBICADOS EN EL AREA QUE INTEGRARÁ LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE ESTOS, CONECTADOS A LA CENTRAL MEDIANTE CABLE O TELEMETRIA

Acápite de las bases :Sección: Especifico      Numeral: Cap.III      Literal: C01      Página: 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
Literal a) c) y f) del artículo 2 del RLCCE - Ley 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE RESPONDIÓ EN LA CONSULTA 13

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES PARA 06 MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS, PARA LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA ¿ AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100) DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:48:01

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

CAPACITACIÓN:

Servicio Técnico especializado en mantenimiento del equipo ofertado por 30 horas lectivas mínimas.

Solicitamos amablemente al comité considerar capacitación en horas lectivas y/o lo equivalente en días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. 3 Literal: C.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, LA CAPACITACIÓN DE 30 HORAS LECTIVAS MÍNIMAS NO TIENE EQUIVALENCIA EN DÍAS; SE CONTABILIZARA EN HORAS LECTIVAS LA CAPACITACIÓN POR LO QUE, SE DEBERÁ ESPECIFICAR EN EL CERTIFICAD CLARAMENTE LAS HORAS DETALLADAS O TOTAL POR DÍAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null