

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:56:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consulta 1

Pagina 35
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
3.1.1.17 SOPORTE TECNICO
Profesional encargado de la instalación y/o mantenimiento
Experiencia de tres (03) años o más en instalación y/o implementación y/o mantenimiento de TOMÓGRAFOS.

Sin embargo en la página 52 en el numeral
C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Dice MÍNIMO 24 (VEINTICUATRO) MESES en instalación y/o mantenimiento

Solicitamos aclarar si es tres años o 24 meses la experiencia del personal encargado de la instalación y/o mantenimiento

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1.1.17 Página: 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara que el tiempo mínimo de experiencia para el personal clave requerido como ESPECIALISTA EN INSTALACION, será de 24 meses, conforme lo a lo establecido en el requisito de calificación C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE. Por tanto, se modificará el numeral 3.1.1.17. SOPORTE TÉCNICO por el texto siguiente: ""(...) Profesional encargado de la instalación y/o mantenimiento
Experiencia de dos (02) años o más en instalación y/o implementación y/o mantenimiento de TOMÓGRAFOS. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará el numeral 3.1.1.17. SOPORTE TÉCNICO, de la siguiente manera: (¿.) Profesional encargado de la instalación y/o mantenimiento
Experiencia de dos (02) años o más en instalación y/o implementación y/o mantenimiento de TOMÓGRAFOS. "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:56:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consulta 2

Pagina 38

CAPÍTULO III

3.1.1.19.1. Plazo de entrega, instalación y prueba operativa de los bienes:

La entrega del ambiente donde será instalado el Tomógrafo a suministrarse, será entregada al Contratista por el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, mediante Acta, el mismo día de la firma del contrato.

Solicitamos confirmar que el(los) ambiente(s) se entregará(n) completamente desocupados y/o vacíos para que se pueda comenzar de inmediato con la adecuación

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1.1.19.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma la consulta, los ambientes se entregarán completamente desocupados para que se pueda comenzar de inmediato con la adecuación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:56:07

Consulta: Nro. 3
Consulta/Observación:
CONSULTA 3

PAGINA 29
CAPÍTULO III
3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN:

C01 220 VAC O 380VAC / 60HZ TRIFASICO O CON TRANSFORMADOR SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR SI EL VOLTAJE ES DIFERENTE

Solicitamos informar cual es la potencia disponible para el funcionamiento del equipo (KVA) así como cual es la distancia que hay de la subestación al tablero del tomógrafo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1.1.11 Página: 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que el punto de suministro electrico actual es de 380 VAC. La Entidad realizó los trámites ante Hidrandina para la obtención de la disponibilidad de la potencia correspondiente para el correcto funcionamiento del equipo. Por tanto, se aclara que la potencia disponible es de 200 kva, equivalentes a 160KW. Asimismo, la distancia desde la sub-estación al tablero del tomógrafo es de 160 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:56:07

Consulta: Nro. 4
Consulta/Observación:
CONSULTA 4

Pagina 51
CAPITULO III
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes VENTA DE TOMÓGRAFOS EN GENERAL.

Solicitamos aceptar bienes similares adicionalmente equipos de rayos x en general, mamógrafos y tomógrafos en general

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 51
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En relación a su consulta, se precisa que conforme ha indicado el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado en diversas opiniones, tales como las Opiniones N° 105-2015/DTN, 032-2014/DTN, 082-2012/DTN, 068-2011/DTN: la ¿experiencia¿ es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado. Así, en las Bases Estándar objeto de presente contratación se establece que, corresponde a la Entidad definir aquellos bienes similares al objeto de la contratación que los postores deben tener en cuenta a fin de acreditar el requisito de calificación ¿Experiencia del postor en la especialidad¿. Aunado a ello, cabe indicar que, la Dirección Técnica Normativa mediante la Opinión N° 001-2017/DTN, establece que ¿(...) se entenderá como bienes ¿similares¿ a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta (...)¿. Conforme a ello, el área usuaria ha dispuesto no acoger la solicitud en ejercicio de sus funciones, toda vez que el bien a adquirirse por su alto grado de sofisticación requiere de proveedores con experiencia netamente en la venta de tomógrafos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:03:08

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Los puntajes establecidos para el factor de evaluación F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR, son lo siguientes: Más de 36 hasta 47 MESES: 3 puntos
Más de 47 hasta 59 AÑOS: 6 puntos
Más de 59 hasta 72 MESES: 10 puntos
Se ha consignado para obtener el puntaje de 6 puntos, un periodo hasta de 59 años, lo cual resulta desmedido. Se solicita la corrección de ser el caso por tratarse de 59 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: F Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a su consulta, se aclara que efectivamente se trató de un error material la consignación de "59 AÑOS" en el puntaje asignado para el factor de evaluación F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR. El término correcto es "59 MESES".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará la asignación del puntaje para el factor de evaluación F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR de la siguiente manera: Más de 36 hasta 47 MESES: 3 puntos
Más de 47 hasta 59 MESES 6 puntos
Más de 59 hasta 72 MESES: 10 puntos"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:03:08

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a lo señalado en el numeral 3.1.1.12.1. del requerimiento: Los proveedores deben obligatoriamente realizar una visita técnica para evaluar las condiciones de Pre-Instalación del equipo incluyendo blindajes, luces de seguridad, condiciones eléctricas, estructurales y otras condiciones que exija las normas nacionales." Se solicita aclarar en qué oportunidad será la visita técnica, dado que según se ha precisado es de condición obligatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.12.1 Literal: III Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que la visita técnica puede ser realizada durante el desarrollo del procedimiento hasta la fecha de presentación de ofertas a fin de que se evalúen las condiciones de Pre-Instalación del equipo. Asimismo, se precisa que dicha visita no resulta obligatoria para los participantes por lo que su participación como postor no se sujeta a la condición de que haya visitado el ambiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el tercer párrafo del numeral 3.1.1.12. CONDICIONES DE OPERACIÓN por lo siguiente: "Los proveedores deben preferentemente realizar una visita técnica para evaluar las condiciones de Pre-Instalación del equipo incluyendo blindajes, luces de seguridad, condiciones eléctricas, estructurales y otras condiciones que exija las normas nacionales."

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:03:08

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El numeral 3.1.1.12.6 del requerimiento señala: "Se precisa que, el Proveedor es responsable del correcto funcionamiento del equipo durante el periodo de garantía total ofertado, las fallas y/o paradas de inoperatividad del equipo, será de responsabilidad del contratista y serán asumidos por éste, salvo que demuestre que la inoperatividad del equipo fuese causada por el usuario o un tercero. Debiendo considerar el Proveedor un tiempo de garantía adicional por esta inoperatividad." Se solicita aclarar si es necesario que el postor presente alguna declración jurada o compromiso que señale el tiempo de garantía adicional por la inoperatividad, y en qué oportunidad debe presentarse, de ser el caso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.12.6 Literal: III Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el FORMATO N°15 - DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE GARANTÍA DEL EQUIPO Y SUS COMPONENTES requerido para la admisión de la oferta contiene tal condición. Este formato precisa en su contenido que "La presente garantía se extenderá como consecuencia de los periodos de inoperatividad de los equipos por causas atribuibles a nuestra representada. El periodo de extensión de la garantía será el mismo que el periodo que estuvo inoperativo el equipo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:05:24

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

El numeral 3.1.1.12.7 del requerimiento señala: "El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por el plazo que dure el período de garantía total ofertado contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recepción del Tomógrafo, La RECEPCION será otorgada por un comité técnico designado por la Entidad. " Se consulta si el "acta de recepción del tomógrafo" es el FORMATO 02: ACTA DE RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA OPERATIVA DE EQUIPOS; de ser el caso, modificar en el numeral citado.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3.1.1.12.7

Literal: III

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, a fin de evitar confusión entre los participantes se modificará el numeral 3.1.1.12.7 por lo siguiente: "El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por el plazo que dure el período de garantía total ofertado contados a partir de la fecha de suscripción del FORMATO 02: ACTA DE RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA OPERATIVA DE EQUIPOS", La RECEPCION será otorgada por un comité técnico designado por la Entidad."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el numeral 3.1.1.12.7 del requerimiento por lo siguiente: "El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por el plazo que dure el período de garantía total ofertado contados a partir de la fecha de suscripción del FORMATO 02: ACTA DE RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA OPERATIVA DE EQUIPOS", La RECEPCION será otorgada por un comité técnico designado por la Entidad.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:05:24

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto al Formato 02: ACTA DE RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA OPERATIVA DE EQUIPOS, en el numeral 10) señala: Los bienes adquiridos tienen gravado en bajo relieve (o colocada una placa de metal, de preferencia remachada) el logotipo de la entidad, el nombre del equipo, la razón social y el teléfono del contratista y fecha de instalación y garantía (mes y año) de acuerdo a lo indicado 7.9 y 11 de las especificaciones técnicas. Según los numerales del requerimiento, no existen los numerales 7.9 y 11; en donde se detalle lo requerido. Se solicita incorporar en el requerimiento el detalle de cómo se realizará el gravado y/o remachado de lo mencionado en el numeral 10).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** FORMATO 2 **Literal:** III **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. En el requerimiento se incorporará el detalle del gravado y/o remachado (debiendo aclararse que el remachado será obligatorio en caso se coloque el gravado en la placa de metal a fin de conservar el detalle en el equipo), la imagen referencial con las medidas de la placa, así como el detalle del contenido de la placa metálica, en la cual debe contener lo siguiente: logotipo de la Institución, logotipo del contratista, nombre de equipo, marca, modelo, serie, voltaje, potencia, año de fabricación, teléfono y dirección del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el requerimiento se incorporará el siguiente numeral: 3.1.1.12.8. El tomógrafo adquirido tiene gravado en bajo relieve (o colocada una placa de metal remachada) lo siguiente: el logotipo de la Institución, logotipo del contratista, nombre de equipo, marca, modelo, serie, voltaje, potencia, año de fabricación, teléfono y dirección del contratista. Las medidas de la placa metálica están detalladas a continuación tal como figura en la imagen referencial.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:05:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se consulta si el programa de mantenimiento preventivo del equipo y su procedimiento (FORMATOS 12 Y 13) serán presentados para la etapa de presentación de ofertas en el procedimiento de selección o en que oportunidad serán presentados, puesto que no se ha considerado en los documentos para la admisión de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: FORMATOS Literal: III Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los formatos 12 y 13 corresponden al programa de mantenimiento preventivo y el procedimiento del mantenimiento, respectivamente, por lo que no resultan necesario ser acreditados en la etapa de presentación de ofertas. Estos documentos deberán ser presentados al suscribir el ¿Acta de Recepción, Instalación y Prueba Operativa de Equipos¿ (Formato N° 02), conforme lo establece el numeral 3.1.1.16.1. del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:05:58

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

el numeral 3.1.1.15.1 GARANTIA COMERCIAL contenido en el requerimiento, indica: "El contratista deberá presentar como parte de los requisitos para la suscripción del contrato, un correo electrónico y número telefónico para que la institución efectué los requerimientos de atención de emergencia; será responsabilidad del contratista mantener activo dicho correo electrónico durante el periodo de garantía." Del numeral 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, no se ha colocado dicho requisito, por lo que se solicita su incorporación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.15.1 Literal: III Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación planteada. El detalle del correo electrónico y número telefónico será incorporado como requisito para el perfeccionamiento del contrato, por lo que se modificará el literal g) por lo siguiente: g) Domicilio, correo eletrónico y número telefónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el literal g) del numeral 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO del capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas por lo siguiente: "g) Domicilio, correo eletrónico y número telefónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato."

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:07:05

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

el numeral 3.1.1.15.1 GARANTIA COMERCIAL contenido en el requerimiento, indica: "Los equipos tendrán una garantía (36 meses mínimo) según el ítem que se detalla en el ANEXO II: Garantía de los Equipos y Cantidad de Mantenimientos Preventivos (36 meses), el inicio del cómputo del período de la garantía será contabilizado a partir de la suscripción del ¿Acta de Recepción, Instalación y Prueba Operativa de Equipos¿ elaborado por el comité de recepción. (Formato N° 02), pudiendo el postor ofrecer garantías adicionales según el Formato N° 15." Se solicita aclarar que al señalar "equipos" se refiere únicamente al tomógrafo computarizado y sus componentes; dado que no se ha consignado ningún otro equipo dentro de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.15.1 Literal: III Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el término "equipos" hace referencia al tomógrafo coputarizado y sus componentes detallados en el numeral 3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:07:05

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se consulta si para la prestación accesoria : mantenimiento preventivo se requerirá la acreditación de otro personal clave para la presentación de la oferta, y de ser el caso detallar, toda vez que no se ha considerado en los requisitos de calificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: iii Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que tal como se ha establecido en los requisitos de calificación, no se ha requerido la acreditación de otro personal clave más que el ESPECIALISTA EN INSTALACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La entidad señala que Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios

complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor.

Al respecto observamos que en las características técnicas del bien listadas en el numeral 3.1.1.11, sólo me muestran hasta el numeral B43 y C01, no observando los numerales C, D, F, G, H. Por tal motivo solicitamos al comité de selección confirmar que estos numerales no serán motivo de cumplimiento ya que no formarían parte de las especificaciones técnicas.

Es importante mencionar que bajo la Normativa de Contrataciones se señala que las entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libre concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: 3.1.1.27. Página: 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) y e) del art 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación planteada, se confirma que únicamente deberán acreditarse los requerimientos técnicos mínimos del TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO 128 CORTES establecidos en el numeral 3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN, según lo dispuesto en el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta contenidos en la pág. 19 de las Bases. Asimismo, a fin de evitar confusión entre los participantes se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Observación: Nro. 15
Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

En las presentes bases administrativas la entidad indica que los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en un plazo máximo de ciento (120) días calendarios, los cuales:

1. El plazo de ejecución del componente I menciona que es de 109 días calendarios; y
2. El plazo de ejecución del componente II mencionan que será de 120 días calendarios.

respecto a cuándo se empezará a contabilizar el plazo de entrega, en el cual mencionan que los bienes (equipos) materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de noventa (110) días calendarios contados desde el día siguiente de perfeccionado el contrato, solicitamos se considere que el plazo máximo de entrega se empiece a contabilizar a partir del día siguiente de suscrita el Acta de la entrega del ambiente por parte del área usuaria, para lo cual es necesario cumplir con las condiciones señaladas y comunicadas por el fabricante y/o contratista.

OBSERVACION:

Asimismo, solicitamos al comité de selección amplie el plazo de entrega conforme el siguiente plazo:

Los bienes materia de la presente convocatoria (la entrega, su instalación y puesta en funcionamiento) se entregarán en el plazo de hasta 150 días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrita el Acta de la entrega del ambiente, para lo cual es necesario cumplir con las condiciones señaladas y comunicadas por el fabricante y/o contratista, de los cuales:

1. El plazo de ejecución del componente I, será de ciento nueve (109) días calendarios; y
2. El plazo máximo de ejecución del componente II, el plazo máximo de la recepción, instalación y prueba operativa del tomógrafo, de los componentes y/o accesorios y puesta en operación es de ciento cincuenta (150) días calendarios. (110 días para la entrega del bien + 40 días para la instalación y puesta en funcionamiento)

Es necesario precisar que el no realizar la modificación solicitada se estaría vulnerando el principio de competencia y concurrencia, por incluir entre lo solicitado términos que restringen nuestra participación, así como, se estaría evitando a la entidad obtener una oferta ventajosa y de alta tecnología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: NA Página: 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) y e) del art 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación del participante vista la totalidad de observaciones realizadas al plazo de ejecución de la prestación, determinándose los siguientes plazos a fin de promover la pluralidad de postores en virtud de los principios de la Ley N°30225: 1. El plazo de ejecución del componente I es de 109 días calendarios contados a partir de la suscripción del acta de la entrega del ambiente; y 2. El plazo de ejecución del componente II será de 130 días calendarios (110 días para la entrega del bien computados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente y 20 días calendario para la instalación y puesta en funcionamiento a partir del día siguiente de la entrega del bien).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará el plazo de entrega contenido en el numeral 1.9 del capítulo I de la sección específica de las Bases, así como también el numeral 3.1.1.10 del requerimiento, detallándose lo siguiente: El plazo de

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

ejecución del Componente I y Componente II es de CIENTO TREINTA (130) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y expediente técnico de la prestación de servicio de acuerdo al siguiente detalle:

El plazo de ejecución del COMPONENTE I (INFRAESTRUCTURA): ADECUACIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, es de 109 (CIENTO NUEVE) días calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente.

El plazo de ejecución del COMPONENTE II (EQUIPAMIENTO): ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL (L

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

1.9.2.1 Mantenimiento preventivo:
Respecto al mantenimiento preventivo, en el cual se señala en las bases que, El mantenimiento preventivo a los equipos se realizará durante el periodo establecido (36 meses) dentro del periodo de garantía, cada seis (6) meses; el mismo que se computa desde la recepción conforme del bien.

Al respecto solicitamos al Comité de Selección considerar que la frecuencia de los mantenimiento sea acorde a lo que indique el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1.9.2.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, puesto que la frecuencia establecida para los mantenimientos (cada 6 meses) resulta necesario para el correcto funcionamiento del equipo y su perduración en el tiempo, debido a la frecuencia de uso que se le dará al equipo; por el contrario, considerar intervalos de frecuencia distintos (menores o mayores) no garantizaría que los equipos puedan ser duraderos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Sobre el precio de la Oferta señalado en el numeral m) de los documentos para la admisión de la oferta, al ser un Procedimiento de selección convocado por el objeto de la contratación ítem paquete, sabemos que en caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, el postor debe detallar en el precio de la oferta el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias. Al respecto, solicitamos al Comité de selección, confirmar que, por tratarse de una contratación ítem paquete, en el mismo documento se consignará los siguientes precios:

- 1. Precio del componente I
- 2. Precio del componente II (prestación principal + prestación accesoría)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1. **Literal:** 2.2.1.1. **Página:** 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma su consulta, en el Anexo 6 - Precio de la oferta, según el formato establecido en la página 90, el último párrafo señala: "El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias. Por tanto, deberá detallar: 1. el monto ofertado por la prestación principal (la cual involucra la ejecución del componente I y el componente II), y también 2. el monto ofertado por la prestación accesoría (mantenimiento del componente II).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS:

De acuerdo a lo mencionado sobre la forma de presentación de ofertas, respecto a la presentación de documentos para acreditar el cumplimiento de las EETT, la entidad indica que, el postor adjuntará copia de catálogos ilustrativos, manual de uso y operación, Manuel de servicio técnico, data sheets o brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelos de las partes correspondiente al cumplimiento de las EETT establecidas y suscritos por el representante legal.

CONSULTA

En el caso en dicha documentación no se mencione exactamente lo que indica en una característica técnica establecida en las Bases, a pesar de que nuestro equipo si cumple con lo solicitado, solicitamos al Comité de Selección incluir dentro de los documentos, cartas de cumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el fabricante y/o cartas emitidas por el dueño de la marca o declaraciones suscritas por el postor, para dar cumplimiento a dichas características técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** 3.1.1.27 **Página:** 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta planteada, se requiere acreditar TODAS las características del bien mediante documentos tales como: autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos, brouchure o similares, conforme estable el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas. Por tanto, se aclara, que no se aceptará cartas de cumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el fabricante y/o cartas emitidas por el dueño de la marca o declaraciones suscritas por el postor, para dar cumplimiento a dichas características técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

3.1.1.15.1. GARANTÍA COMERCIAL

Según lo indicado en OTRAS CONSIDERACIONES DE LA GARANTIA, señalan que cuando La Entidad requiera una atención de emergencia requerirá mediante correo electrónico al contratista para que este realice la revisión y/o reparación del equipo, debiendo el contratista brindar respuesta (atención remota) después de haberse enviado el correo electrónico o llamada telefónica por parte de la institución. Atención presencial dentro de las 48 horas de haberse notificado la falla

CONSULTA:

Por tratarse ésta, una contratación donde la ejecución será en una provincia del Departamento de Ancash, tomando en cuenta la lejanía de ésta y que el transporte para dirigirse al hospital es vía terrestre, solicitamos al comité de Selección, considerar que sean 48 horas hábiles de reportada la falla.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.15 Literal: 3.1.1.15.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que por tratarse de atenciones de emergencia se requiere la más pronta atención para la reparación del bien. Asimismo, se hace de conocimiento al participante que en la actualidad existen vuelos diarios a la ciudad de Huaraz por lo que el medio terrestre no es la única vía de transporte, reduciendo así el plazo de llegada al lugar para la prestación del servicio dentro del plazo establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

3.1.1.15.1. GARANTÍA COMERCIAL

Según lo indicado en OTRAS CONSIDERACIONES DE LA GARANTIA, señalan que, Una vez que se haya presentado el técnico y/o personal responsable de la reparación, en el lugar donde se encuentra ubicado el equipo, deberá realizar la corrección del mismo (cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles, lo que corresponda), sin costo, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la presencia del personal del contratista, y si producto del diagnóstico deba realizarse el cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles que corresponda y este requiera su importación, el contratista tendrá un plazo no mayor a diez (10) días calendarios de comunicado el incidente de la entidad.

OBSERVACION:

De lo expuesto con la finalidad de guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad con los tiempos de reparación solicitamos al Comité de Selección incluir los siguientes tiempos de reparación:

Se otorgue 10 días calendarios como máximo si la reparación requiere repuesto y este repuesto (o parte) no requiere importación y 20 días calendarios como máximo si la reparación requiere repuesto y este se necesita importar, este plazo será contado a partir de la recepción de la notificación (correo electrónico o carta, donde se pueda constatar la recepción del proveedor) para la reparación del equipo, sin necesidad de reemplazo, back up o contratación de tercero (...). [Recomendación razonable y ajustada a la realidad considerando la demora en la importación de partes y repuestos]

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.15 Literal: 3.1.1.15.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal c) e i) del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, considerando que los tiempos propuestos resultan razonables. Por tanto, si producto del diagnóstico deba realizarse el cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles que corresponda y este requiera su importación, el contratista tendrá un plazo no mayor a veinte (20) días calendarios de comunicado el incidente de la entidad. Se aclara que el plazo será computado una vez se notifique el incidente al contratista a través de correo electrónico o vía telefónica, puesto que según lo detallado en el numeral 3.1.1.15.1. GARANTÍA COMERCIAL será responsabilidad del contratista mantener activo dicho correo electrónico durante el periodo de garantía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el numeral 3.1.1.15.1 del requerimiento de la siguiente manera: (¿) - Si producto del diagnóstico deba realizarse el cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles que corresponda y este requiera su importación, el contratista tendrá un plazo no mayor a veinte (20) días calendarios de comunicado el incidente de la entidad.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

3.1.1.15.1. GARANTÍA COMERCIAL

EN Otras condiciones de la garantía, también se señala que, los equipos componentes o periféricos del bien principal, tendrán una garantía contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal, durante el tiempo que dure la garantía del bien principal, en las condiciones imperantes en las instalaciones designadas.

Al respecto solicitamos al Comité de selección eliminar de estas condiciones a los periféricos ya que en las especificaciones técnicas no se detallan la inclusión de periféricos o aditamentos del bien principal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.15 Literal: 3.1.1.15.1 Página: 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se modificará el texto citado por lo siguiente: "Los componentes del TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO 128 CORTES detallados en el numeral 3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN , tendrán una garantía contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal, durante el tiempo que dure la garantía del bien principal, en las condiciones imperantes en las instalaciones designadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el texto citado por lo siguiente: "Los componentes del TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO 128 CORTES detallados en el numeral 3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN , tendrán una garantía contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal, durante el tiempo que dure la garantía del bien principal, en las condiciones imperantes en las instalaciones designadas.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 22
Consulta/Observación:
3.1.1.16. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL

3.1.1.16.1. Mantenimiento Preventivo:
En relación al presente numeral sobre el mantenimiento preventivo, se menciona que dentro de las actividades básicas para este mantenimiento es la de incluir el tubo de rayos X, al respecto aclaramos al Comité de selección que corresponde cambio de tubo de Rayos X en el mantenimiento correctivo de ser el caso, mientras se encuentra vigente del periodo de garantía, mas no se procederá a algún cambio en el mantenimiento preventivo del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.1.15 **Literal:** 3.1.1.15.1 **Página:** 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al participante, que durante el periodo de ejecución de las prestaciones accesorias (el cual concuerda con el tiempo de garantía comercial) considerando la totalidad de consultas u observaciones presentadas se deberá realizar el reemplazo del tubo de rayos X por uno nuevo cada 18 meses en el plazo de vigencia de la garantía comercial ofertada; ello previendo la vida útil de este componente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"Se modificará el numeral 3.1.1.16.1. del requerimiento , se suprimirá la viñeta *Otras que demande el mantenimiento preventivo, el cual deberá incluir el tubo de ¿rayos x¿. Asimismo, se suprimirá de los requisitos para el pago la siguiente condición: ""Presentación mínima de una (01) acta de conformidad de cambio de tubo de rayos x.""
"

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 23
Consulta/Observación:
3.1.1.17. SOPORTE TÉCNICO

Respecto al Soporte Técnico, la entidad señala que, al ocurrir un evento, la Entidad y/o Establecimiento de Salud comunica a la empresa contratista quien deberá asistir dentro de las 24 horas para el soporte respectivo.

Al respecto solicitamos al Comité de selección confirmar que la asistencia dentro de las 24 horas será remota conforme se indica en el ¿Otras condiciones de la garantía¿ Pag. 32 de las bases, que a su letra dice ¿Las atenciones del equipo serán dentro de las 8 a 24 horas de reportada la falla, vía remota¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** 3.1.1.17. **Página:** 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara su consulta, la asistencia vía remota dentro de las 24 horas serán conforme a lo establecido en "otras condiciones de la garantía"; es decir, serán dentro de las 8 a 24 horas de notificada la falla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 24
Consulta/Observación:
3.1.1.17. SOPORTE TÉCNICO

En relación al Personal clave del contratista, la entidad señala que, la experiencia del personal encargado de la instalación y/o mantenimiento será de tres (03) años o más en instalación y/o implementación y/o mantenimiento de TOMÓGRAFOS, sin embargo en el numeral 3.1.1.12.5 y NUMERAL C) capacidad técnica y profesional, señalan que el personal clave que realizará la instalación deberá contar con experiencia mínima de 24 meses o mayor en instalación y/o mantenimiento en tomógrafos en general.

Al respecto solicitamos al Comité de Selección aclarar el tiempo de experiencia mínima que deberá contar el profesional

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** 3.1.1.17. **Página:** 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
"Se aclara que el tiempo mínimo de experiencia para el personal clave requerido como ESPECIALISTA EN INSTALACION, será de 24 meses, conforme lo a lo establecido en el requisito de calificación C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE. Por tanto, se modificará el numeral 3.1.1.17. SOPORTE TÉCNICO por el texto siguiente: ""(...) Profesional encargado de la instalación y/o mantenimiento
Experiencia de dos (02) años o más en instalación y/o implementación y/o mantenimiento de TOMÓGRAFOS. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"Se modificará el numeral 3.1.1.17. SOPORTE TÉCNICO, de la siguiente manera: (¿.) Profesional encargado de la instalación y/o mantenimiento
Experiencia de dos (02) años o más en instalación y/o implementación y/o mantenimiento de TOMÓGRAFOS. "

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

3.1.1.17. SOPORTE TÉCNICO

En relación al Personal clave del contratista, la entidad señala que, Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de soporte del Contratista, deberán acreditar la experiencia necesaria para realizar el trabajo de soporte técnico

Al respecto solicitamos al Comité de Selección confirmar que el profesional para el personal clave también incluirá técnicos profesionales como se indica en el párrafo precedente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: 3.1.1.17. Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que puede incluirse técnicos profesionales para la instalación del bien, toda vez que conforme establecen las Bases Estándar para la adquisición de bienes bajo la modalidad de llave en mano, no contempla la consignación de la formación académica del personal, por lo que únicamente deberá cumplir con la acreditación de la experiencia correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 26
Consulta/Observación:
3.1.1.18. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

En referencia a la Capacitación técnica del equipo, la entidad menciona que El proveedor brindará capacitación al personal que indique el Servicio de mantenimiento del equipo, en el mantenimiento del equipo. Número de personas ocho (08) como mínimo. Con 20 horas cronológicas como mínimo. Observamos este tiempo ya que este tiempo (20 HORAS) no es un tiempo razonable, debido a que las capacitaciones que están dirigidas al personal técnico son capacitaciones técnicas básicas vale decir, apagado, encendido del equipo, paradas de emergencia, identificar los componentes principales, limpieza, etc, por ello, solicitamos al Comité de Selección reducir este tiempo a 8 horas como máximo ya que estas horas son suficientes para brindar este tipo de capacitaciones para el personal técnico y profesional de ingeniería.

Acápíte de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** 3.1.1.18 **Página:** 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Considerando las actividades detalladas en el numeral 3.1.1.18. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO para el personal técnico, se modificará el tiempo de capacitación a dieciséis (16) horas cronológicas como mínimo, considerando que el temario mínimo para la capacitación técnica incluye la detección de fallas y código de errores de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modificará el segundo párrafo del numeral 3.1.1.18. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO del requerimiento de la siguiente manera: "El proveedor brindará capacitación al personal que indique el Servicio de mantenimiento del equipo, en el mantenimiento del equipo. Número de personas ocho (08) como mínimo, con 16 horas cronológicas como mínimo. "

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

3.1.1.19. PLAZO DE ENTREGA

Respecto al plazo de entrega, se indica que este plazo incluye la entrega, recepción instalación y prueba operativa del Tomógrafo. Por lo tanto solicitamos al Comité de selección confirmar que las capacitaciones al usuario y técnico no están incluidas dentro del plazo de entrega del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: 3.1.1.19 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara el plazo para las capacitaciones está incluido en el plazo de entrega del tomógrafo conforme a lo establecido en el numeral 3.1.1.18. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO y el numeral 3.1.1.19.1. Plazo de entrega, instalación y prueba operativa de los bienes del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

3.1.1.12. CONDICIONES DE OPERACIÓN

En el numeral 3.1.1.12.4, la entidad señala que, el Proveedor deberá dejar el equipo instalado y en funcionamiento, para ello suministrará todos los elementos, accesorios y/o partes necesarios para cumplir con dejar operativo y en funcionamiento en el Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz. Si en las Especificaciones Técnicas, no se hubiese contemplado, algún accesorio y/o parte necesario, para que el equipo se instale y funcione adecuadamente, el Proveedor deberá de proporcionarlo sin costo alguno para la Entidad. Al respecto solicitamos al Comité de selección detallar cuales son los accesorios necesarios para la puesta en marcha del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** 3.1.1.12 **Página:** 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En relación a su consulta, se detalla los accesorios necesarios para el adecuado funcionamiento del equipo: a) Se debe de contar con un (1) inyector automatico de contraste con selección para aplicación de contraste y solución salina con doble cabezal y/o bomba de rodillos, se debe incluir un set de 200 unidades como mínimo para aplicación de contraste .
b) Un (1) Procesador de peliculas radiograficas con capacidad minima de 100 peliculas horas o mayor para peliculas de 14"x17' como mínimo, capacidad de bandeja mayor igual a 100 películas, se debe incluir mínimo 500 películas.
c) Una (1) UPS como mínimo para la estacion de trabajo y la consola, que asegure un mínimo de 10 minutos de autonomia a plena carga. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se añadirá al numeral 3.1.1.12.4. del requerimiento el siguiente detalle: ""Los accesorios necesarios para la puesta en marcha del equipo son los siguientes: a) Se debe de contar con un (1) inyector automatico de contraste con selección para aplicación de contraste y solución salina con doble cabezal y/o bomba de rodillos, se debe incluir un set de 200 unidades como mínimo para aplicación de contraste .
b) Un (1) Procesador de peliculas radiograficas con capacidad minima de 100 peliculas horas o mayor para peliculas de 14"x17' como mínimo, capacidad de bandeja mayor igual a 100 películas, se debe incluir mínimo 500 películas.
c) Una (1) UPS como mínimo para la estacion de trabajo y la consola, que asegure un mínimo de 10 minutos de autonomia a plena carga."" "

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:09:39

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:
Del link, consignado en el numeral 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO: https://drive.google.com/drive/folders/1zOaBtD8UHPfnHtTCJEXr7XiayNx9aY09?usp=drive_link , se ha identificado en la memoria descriptiva del equipamiento, que el ACTA DE CONFORMIDAD TÉCNICA, ACTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASISTENCIAL, ACTA DE CAPACITACION AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, ACTA DE CONFORMIDAD TECNICA Y LA OTM - APLICADO EN LA POST VENTA, no se han considerado en el requerimiento. Se solicita confirmar que no será necesario su presentación en el procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.8 Literal: | Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma lo consultado, la presentación de los formatos para la admisión de la oferta serán únicamente los establecidos en el numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, contenidos en el capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La entidad señala que Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios

complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor.

Al respecto observamos que en las características técnicas del bien listadas en el numeral 3.1.1.11, sólo me muestran hasta el numeral B43 y C01, no observando los numerales C, D, F, G, H. Por tal motivo solicitamos al comité de selección confirmar que estos numerales no serán motivo de cumplimiento ya que no formarían parte de las especificaciones técnicas.

Es importante mencionar que bajo la Normativa de Contrataciones se señala que las entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libre concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: 3.1.1.27 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) y e) del art 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación planteada, se confirma que únicamente deberán acreditarse los requerimientos técnicos mínimos del TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO 128 CORTES establecidos en el numeral 3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN, según lo dispuesto en el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta contenidos en la pág. 19 de las Bases. Asimismo, a fin de evitar confusión entre los participantes se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:09:39

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

El formato N°15 de la página 69 de las bases cumple la misma función que el Anexo N°11 de la página 72, por lo que solicita suprimir uno de ellos. Asimismo, según el Anexo N°11 se indica que el tiempo de la garantía comercial incia desde la fecha de suscripción del ACTA DE CONFORMIDAD TÉCNICA, la cual no se ha podido identificar en ninguna parte del requerimiento ni en que oportunidad será suscrita.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** FORMATO 15 **Literal:** ANEXO **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, se suprimirá el Anexo N°11 - DECLARACIÓN JURADA DE GARANTÍA DE LOS BIENES a fin de evitar confusión entre los participantes. Por tanto, únicamente se deberá presentar el Formato N°15 para la admisión de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá el Anexo N°11 - DECLARACIÓN JURADA DE GARANTÍA DE LOS BIENES y se incorporará el Formato N°15 en los documentos para la admisión de la oferta.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20548739641	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	GE HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Realizar una correcta preinstalación brinda a la entidad la oportunidad de comprobar que el entorno se encuentra en optimas condiciones para la incorporación de nuevo equipo como es en este caso un equipo de Tomografia. Lo anterior hace referencia al desarrollo de un procedimiento que requiere una rigurosa evaluación técnica previa para validar que las instalaciones están aptas para la preinstalación, instalación y puesta en marcha de estos equipos. Al respecto, es preciso mencionar que bajo la Normativa de Contrataciones se señala que las entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libre concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Por tanto, se evidencia que la entidad no ha cumplido con brindar información clara y precisa respecto a los alcances de infraestructura, ante ello solicitamos al Comité de selección, precise la siguiente información según se lista:

- 1- Como nuestro equipo no requiere de sala técnica exclusiva se puede tomar el espacio informado en las bases para incorporarlo a la sala de examen o de comando, conforme se lo mas adecuado?
- 2- Favor compartir los planos estructurales de los sectores/muros y losas a intervenir.
- 3- Favor aclarar cuales recintos deberán recibir piso en porcelanato y cuales deberán recibir piso en vinílico?
- 4- Favor detallar el alcance indicado como ¿cambio de comunicaciones completa¿, hasta donde el proveedor del equipo debe considerar sus alcances?
- 5- Favor compartir el ¿Expediente Técnico de la IOARR aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 00087-2024-GRA/GRI de fecha 29/05/2024¿.
- 6- Se requiere intervenir, suministrar o adecuar rede de gases medicinales?
- 7- Se requiere intervenir en redes hidráulicas existentes?
- 8- Se requiere intervenir en sistemas de seguridad existentes (control accesos, CCTV, detección o extinción de incendios etc¿)
- 9- Se requiere intervenir en fachadas para permitir el ingreso del equipo?
- 10- Se requiere intervenir en pasillos para permitir el ingreso del equipo?
- 11- En caso de no concluirse las adecuaciones en tiempo, el hospital contaría con espacio para almacenamiento temporal del equipo?
- 12- El Hospital se hará cargo de los equipos requeridos para la conectividad del equipo ¿(switch, patchpanel, rack etc¿)
- 13- El hospital se hará cargo de los pagos y tramites ante la MUNICIPALIDAD para obtener el permiso de operación de las instalaciones?
- 14- El hospital cuenta con energía eléctrica para alimentación del nuevo equipo ¿Cuál es la capacidad disponible?
- 15- El recinto por remodelarse cuenta con alguna protección radiológica ¿en caso de respuesta positiva, es posible compartir la respectiva Memora Analítica o mismo un Informe de Levantamiento de Niveles?
- 16- El hospital entregará el recinto libre y sin materiales, accesorios, equipos o documentos por retirar?
- 17- En caso de requerirse, el hospital de hará cargo de las gestiones y pagos para obtener aumento de capacidad eléctrica instaladas?
- 18- ¿El hospital entregará el ramal alimentador del equipo en sala de examen? O de contrario tendremos que considerar estos alcances ¿y en esto caso, cuantos metros deben considerarse para el ramal alimentador?
- 19- El hospital se encargará de suministrar los equipos/sistema de clima?
- 20- El Hospital se encargará de suministrar la malla tierra?
- 21- Se puede conocer el valor de resistividad la malla tierra actual?
- 22- Habrá que considerar el suministro de muebles ¿en caso que sea afirmativo?, detallar

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** 3.1.1.27 **Página:** 43
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

1. La norma técnica NTS N°119-MINSA/DGIEM-V01, requiere que los espacios deben cumplir con ciertas áreas: area de tomografía, area de preparacion del paciente, area tecnica y sala de comando, los cuales cada uno esta señalado en el plano de arquitectura. Por tanto, no será posible 2.los planos se anexaran para la visualizacion de lo requerido 3. En el plano de arquitectura se señala los detalles arquitectonicos, todo lo que se usara en el piso (VOLUMEN V- pag, 13-21). 4.Deberá realizar el cambio de comunicaciones conforme al expediente técnico, el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1zOaBtD8UHPfnHtTCJEXr7XiayNx9aY09?usp=drive_link 5.El expediente Técnico se encuentra detallado en el numeral 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO: "El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. El expediente del acondicionamiento (infraestructura), se encuentra detallada en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1zOaBtD8UHPfnHtTCJEXr7XiayNx9aY09?usp=drive_link - VOLUMEN V - pag. 32 .6 no se requiere.7. No se requiere. 8. No se requiere. 9. Se ha realizado la intervencion de las fachadas dentro del plano arquitectonico, por lo que no se requiere. 10. La medida de los pasillos es suficiente como para que el tomografo pueda ingresar sin inconvenientes. 11. No se ha designado un almacenamiento. 12. los equipos requeridos para la conectividad del equipo serán provistos por el contratista, según el expediente técnico. 13. Los permisos necesarios ya fueron tramitados y anexados, junto al Expediente Técnico, los documentos que no competen al Expediente Técnico los deberá tramitar el hospital. Asimismo, se aclara que para el funcionamiento del ambiente, el proveedor deberá tramitar la AUTORIZACIÓN DE OPERACION DEL AMBIENTE ante el IPEN. 14. Si, se especifica en el Expediente Técnico. 15. Si, se ha especificado en el Expediente Técnico. 16. Si, es competencia del hospital entregar el ambiente en condiciones para poder implementar el equipo correspondiente. 17. No se requerirá aumento de capacidad eléctrica, como se ha mencionado en el presente pliego, la capacidad eléctrica instalada es suficiente para el correcto funcionamiento del equipo. 18. No, el postor deberá proveer el cableado desde la sub estación hasta el tablero general, la distancia a considerar será de 160 metros. Se detalla en los planos del expediente técnico del VOLUMEN V. 19. Se ha previsto en el contenido del Expediente Técnico un sistema de climatizacion. 20. No, será provista por el contratista. 21. Los sistemas de aterramiento requieren mantenimiento, el estado actual supera lo establecido en el Código Nacional Eléctrico 060-712, en tal sentido, se requiere que la resistencia de la malla deba ser menor a 5,0 ohmios. 22. Si, la presente contratación implica la adquisición del tomógrafo computarizado y sus componentes detallados en el numeral 3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN del requerimiento y el mobiliario contenido en la pagina 49 del VOLUMEN V (planos) del expediente tecnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:09:39

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:
Se consulta si la capacitación del equipamiento detallado en el numeral 3.1.1.18.1 se encuentra referida al tomógrafo y sus componentes o qué se refiere con equipamiento?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.18.1 Literal: III Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:
En relación a su consulta, se aclara que los componentes a los que esta referido el numeral son los que se encuentran detallados en el numeral 3.1.1.11 CARATERÍSTICAS TÉCNIAS DEL BIEN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:10:58

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se consulta si será aplicable lo detallado en la página 43: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." Debe entenderse que de acuerdo a ello, la presentación de la carta del fabricante del equipo ofertado demostrará las características de la ficha técnica requerida, de tal manera que supla a los folletos, brochures, manuales entre otros. De no ser el caso, confirmar que será necesaria la acreditación de todas las características establecidas en la ficha técnica mediante lo señalado en el literal e) de los documentos para la admisión de la oferta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.27. **Literal:** III **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta planteada, se requiere acreditar TODAS las características del bien mediante documentos tales como: autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos, brouchure o similares, conforme estable el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas. Por tanto, se aclara, que no se aceptará cartas de cumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el fabricante y/o cartas emitidas por el dueño de la marca o declaraciones suscritas por el postor, para dar cumplimiento a dichas características técnicas. Asimismo, a fin de evitar confusión entre los participantes se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:10:58

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo descrito en la página 43: "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LAMARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." Solicito aclarar a que se refiere con accesorios e instalaciones especiales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.27. Literal: III Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se suprimirá el texto citado a fin de no generar confusión entre los participantes, toda vez que como se ha precisado en el presente pliego, las características técnicas que debe acreditar el postor serán las detalladas en el numeral 3.1.1.11. "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN", del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá el párrafo: "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LAMARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas.", contenido en el numeral 3.1.1.27 del requerimiento.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:12:42

Observación: Nro. 36
Consulta/Observación:
"Según lo señalado en el numeral 3.1.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS a) DE LA HABILITACION DEL PROVEEDOR, se ha establecido: Requisito:
El postor debe contar con REGISTRO SANITARIO o CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO para el equipo requerido.
Acreditación:
Se acreditará mediante copia simple del certificado de registro sanitario, emitido por DIGEMID.
De acuerdo a los requisitos de calificación establecidos, no se ha requerido como requisito de habilitación el registro sanitario, por lo que se solicita suprimir dicha condición."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.1. Página: 44
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART 2 DE LA LEY 30225
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge su observación, se suprimirá lo establecido en el literal a) DE LA HABILITACION DEL PROVEEDOR. Sin perjuicio a ello, se aclara que tal requisito se encuentra contemplado como documento para la admisión de la oferta conforme lo establece el literal g) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se suprimirá el literal a) DE LA HABILITACION DEL PROVEEDOR del numeral 3.1.1. del requerimiento.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:19:32

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se ha consignado en el último párrafo del numeral 3.1.1.27, lo siguiente: Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor."

Se solicita suprimir lo citado, ya que en ningún extremo de la ficha técnica contenida en el numeral 3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN, se han consignado los equipos periféricos, o los literales D, F, G, H.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.27. **Literal:** III **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación planteada, se confirma que únicamente deberán acreditarse los requerimientos técnicos mínimos del TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO 128 CORTES establecidos en el numeral 3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN, según lo dispuesto en el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta contenidos en la pág. 19 de las Bases. Asimismo, a fin de evitar confusión entre los participantes se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VÍCTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 38
Consulta/Observación:
En las bases administrativas solicitan:

1.9 PLAZO DE ENTREGA (Pág. 16)
1.9.1 PRESTACIÓN PRINCIPAL
El plazo de ejecución del COMPONENTE II (Equipamiento): Adquisición de Tomógrafo computarizado multicorte y construcción de ambiente complementario; en el (la) EESS Víctor Ramos Guardia ¿ Huaraz ¿ Huaraz, Distrito Huaraz, Provincia Huaraz, Departamento Ancash, es de 120 (CIENTO VEINTE) días calendarios.

3.1.1.10 PLAZO DE PRESTACIÓN (Pág. 26)
El plazo de ejecución del COMPONENTE II (Equipamiento): Adquisición de Tomógrafo computarizado multicorte y construcción de ambiente complementario; en el (la) EESS Víctor Ramos Guardia ¿ Huaraz ¿ Huaraz, Distrito Huaraz, Provincia Huaraz, Departamento Ancash, es de 120 (CIENTO VEINTE) días calendarios.

Actualmente, a nivel global se viene experimentando algunas crisis que impactan directamente en los tiempos de fabricación, embarque y transporte de los equipos, extendiendo los tiempos de entrega para todos los fabricantes. Una de las más resaltantes es la disponibilidad logística en cuanto a la disponibilidad de contenedores que permita importar el equipamiento en menor tiempo, lo cual afecta los tiempos de tránsito de cargamento.

Por lo que se debe considerar que los tiempos deben ser razonables y proporcionales a la naturaleza y complejidad al momento de entregar el bien requerido; siendo fabricado una vez suscrito el contrato, y que considerar 120 días calendarios como TOTAL en el plazo de entrega, limitaría la participación y/o libertad de concurrencia al presente proceso de selección, afectando la pluralidad, asimismo, afectando la igualdad de trato de los proveedores; el cual conllevaría una exigencia ventajosa para algún proveedor en específico.

En ese contexto, de conformidad con el literal a), b), c) y f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la indicación del plazo de entrega debe guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación, sino se estaría trasgrediendo el principio de libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Por lo que solicitamos al comité de selección en ampliar el plazo en base a lo indicado en las especificaciones técnicas; precisándose de la siguiente manera en ambos numerales:

1.9.1 PRESTACIÓN PRINCIPAL
El plazo de ejecución del COMPONENTE II (Equipamiento): Adquisición de Tomógrafo computarizado multicorte y construcción de ambiente complementario; en el (la) EESS Víctor Ramos Guardia ¿ Huaraz ¿ Huaraz, Distrito Huaraz, Provincia Huaraz, Departamento Ancash, es de 140 (CIENTO CUARENTA) días calendarios.

3.1.1.10 PLAZO DE PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del COMPONENTE II (Equipamiento): Adquisición de Tomógrafo computarizado multicorte y construcción de ambiente complementario; en el (la) EESS Víctor Ramos Guardia ¿ Huaraz ¿ Huaraz, Distrito Huaraz, Provincia Huaraz, Departamento Ancash, es de 140 (CIENTO CUARENTA) días calendarios.
Distribuido de esta forma:
DEL COMPONENTE II
Entrega del Bien: Plazo a 120 días calendarios el día siguiente de perfeccionado el contrato
Instalación y puesta en funcionamiento: Plazo a 20 días calendarios el día siguiente de la entrega del bien

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: 1.9	Literal:	Página: 16
------------------------	---------------------	--------------	----------	------------

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b), c) y f) del artículo 2 - Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación del participante considerando la totalidad de observaciones realizadas al plazo de ejecución de la prestación, determinándose los siguientes plazos a fin de promover la pluralidad de postores en virtud de los principios de la Ley N°30225:1. El plazo de ejecución del componente I es de 109 días calendarios; y 2. El plazo de ejecución del componente II será de 130 días calendarios (110 días para la entrega del bien computados a partir del día siguiente de perfeccionado el contrato y 20 días calendario para la instalación y puesta en funcionamiento a partir del día siguiente de la entrega del bien).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará el plazo de entrega contenido en el numeral 1.9 del capítulo I de la sección específica de las Bases, así como también el numeral 3.1.1.10 del requerimiento, detallándose lo siguiente: El plazo de ejecución del Componente I y Componente II es de CIENTO TREINTA (130) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y expediente técnico de la prestación de servicio de acuerdo al siguiente detalle:

El plazo de ejecución del COMPONENTE I (INFRAESTRUCTURA): ADECUACIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, es de 109 (CIENTO NUEVE) días calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente.

El plazo de ejecución del COMPONENTE II (EQUIPAMIENTO): ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL (L

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 39
Consulta/Observación:
En las bases administrativas solicitan:

CAPÍTULO IV: FACTORES DE EVALUACIÓN
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Evaluación:
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno

Acreditación:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.
PRESENTA CERTIFICADO ISO 37001 2 puntos
NO PRESENTA CERTIFICADO ISO 37001 0 puntos

Formulamos la presente observación a fin que en el proceso de selección convocado vuestro comité de selección excluya este factor denominado FACTORES DE EVALUACIÓN DEL LITERAL E, a las bases administrativas. Consideramos que esta incorporación es una exigencia ventajosa para algún proveedor en específico; asimismo este tipo de requisito resulta innecesario y desproporcionado para futura comercialización del bien a requerir por su distinguida entidad.

De acuerdo con la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, en su Artículo 44 sobre las Especificaciones Técnicas, se establece que estas deben ser "claras, precisas y suficientes, y deben permitir que el objeto de la contratación sea definido sin ambigüedades, de modo que se garantice la idoneidad del bien o servicio contratado". Además, el artículo subraya que éstos factores no deben incluir condiciones que no estén justificadas o que limiten la libre competencia.

Vulneración de Principios:
Principio de Competencia (Artículo 2, literal e): Esta solicitud no guarda relación con la naturaleza del bien a contratar (un tomógrafo) y representa una exigencia desproporcionada, ya que impone un requisito que no añade valor al proceso de adquisición ni a la calidad del producto final.

Principio de Eficacia y Eficiencia (Artículo 2, literal f): La inclusión de este requisito innecesario podría retrasar el proceso de contratación y generar costos adicionales injustificados, afectando la eficiencia del proceso de contratación pública.

Principio de Transparencia (Artículo 2, literal c): Al incluir una condición que no aplica al tipo de equipo a adquirir, se podría estar generando una barrera artificial para algunos postores, lo que podría interpretarse como una falta de transparencia en el proceso.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que retire o elimine esta condición llamada ¿factor de evaluación ¿ integridad en la contratación pública¿ a las bases administrativas. Esto permitirá que el proceso de selección se ajuste a los principios de proporcionalidad, eficiencia y transparencia establecidos en la Ley N°30225 y su reglamento, facilitando una contratación más justa y adecuada a las necesidades reales de la Entidad. Por lo que se solicite se determine al puntaje 90 únicamente

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

al factor de evaluación A. PRECIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.IV Literal: E. Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal e) y f) del artículo 2 - Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se indica al participante que las bases han sido elaboradas teniendo en consideración la Directiva N°001-2024-OSCE/CD, BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, que en el capítulo IV FACTORES DE EVALUACIÓN establece que, la sección específica contiene los factores de evaluación a determinar, la forma de acreditación, así como la metodología de asignación de puntaje. La determinación de cada uno de los factores de evaluación que serán aplicados en el procedimiento de selección es de exclusiva responsabilidad del comité de selección, debiendo tener en cuenta que los factores deben permitir la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

Cabe indicar que, el Comité de Selección tiene la prerrogativa de determinar los Factores de Evaluación, considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar. Los cuales, tienen por objetivo, permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor; por lo que el factor INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA no discrimina la participación de postores, por lo contrario busca premiar a aquellos postores que cuenten con procedimientos implementados en sus empresas que denotan valores de integridad, por lo que la implementación de la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017), supone documentar e implantar políticas, evaluaciones, procedimientos, planes, y controles que permiten proteger a la organización de los riesgos de incumplimiento legal por prácticas de soborno y corrupción, razón por la cual el Comité de Selección decide no acoger lo observado, manteniendo el criterio de evaluación establecido en las bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo II: Del procedimiento de selección que se indica:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta (Pág. 19)

f) ¿Hoja de Presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas¿ (Formato N°01)

3.1.1.27. Forma de presentación de ofertas (Pág. 42)

El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la Entidad, para los cual deberá presentar el Formato N°01 ¿Hoja de Presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas¿

En caso, que, en los catálogos o brochures o folletos no se pueda acreditar algunas de las EE.TT, el postor pueda acreditar el cumplimiento de las EETT mediante la presentación de carta de fabricante ya que esta información a presentar es verdadera y verificable quedando bajo responsabilidad del postor.

Por lo que solicitamos al comité de selección se determine cumpliendo en acreditar el sustento técnico a los literales A01 al A03; y B01 al B43.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: f) Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° del literal f) de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su observación, puesto que se requiere acreditar TODAS las características del bien mediante documentos tales como: autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos, brochure o similares, conforme estable el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas. Por tanto, se aclara, que no se aceptará cartas de cumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el fabricante y/o cartas emitidas por el dueño de la marca o declaraciones suscritas por el postor, para dar cumplimiento a dichas características técnicas. Asimismo, a fin de evitar confusión entre los participantes se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentados mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará el plazo de entrega contenido en el numeral 1.9 del capítulo I de la sección específica de las Bases, así como también el numeral 3.1.1.10 del requerimiento, detallándose lo siguiente: El plazo de ejecución del Componente I y Componente II es de CIENTO TREINTA (130) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y expediente técnico de la prestación de servicio de acuerdo al siguiente detalle:

El plazo de ejecución del COMPONENTE I (INFRAESTRUCTURA): ADECUACIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, es de 109 (CIENTO NUEVE) días calendario computados a partir del día siguiente de

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

la suscripción del acta de la entrega del ambiente.

El plazo de ejecución del COMPONENTE II (EQUIPAMIENTO): ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL (L

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo II: Del procedimiento de selección que se indica:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta (Pág. 19)

f) ¿Hoja de Presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas¿ (Formato N°01)

3.1.1.27. Forma de presentación de ofertas (Pág. 42)

El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la Entidad, para los cual deberá presentar el Formato N°01 ¿Hoja de Presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas¿

Observamos a este punto e indicamos se considere como mínima dos (02) características que se precise a ser demostrada tan solo en una (01) carta del fabricante del equipo ofertado junto al catálogo a considerarse; y que además en la carta deba figurar el sello y la firma del propio fabricante; más NO señalar la sucursal de la ciudad, por lo que debe ser de fábrica de origen, y que la información sea verdadera y verificable bajo responsabilidad del postor.

Por lo antes señalado, requerimos se modifique a lo señalado en líneas anterior, porque, al no considerarlo se estaría vulnerando a lo establecido en el artículo 2° del literal f) de la Ley 30225, los cuales detallan lo siguiente:

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Por lo manifestado solicitamos al comité de selección acoger la OBSERVACION formulada, que se amplie y/o modifique, la cual se detalle de esta manera:

* El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la Entidad, para los cual deberá presentar el Formato N°01 ¿Hoja de Presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas¿; mínimo dos (02) características que se precise a ser demostrada tan solo en una (01) carta del fabricante del equipo ofertado junto al catálogo y/o manual y/o datasheet a considerarse; y que además en la carta deba figurar el sello y la firma del propio fabricante; debiendo ser de fábrica de origen más NO señalando la sucursal, y que la información sea verdadera y verificable bajo responsabilidad del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: f) Página: 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° del literal f) de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su observación, puesto que se requiere acreditar TODAS las características del bien mediante documentos tales como: autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos, brouchure o similares, conforme estable el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas. Por tanto, se aclara, que no se aceptará cartas de cumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el fabricante y/o cartas emitidas por el dueño de la marca o declaraciones suscritas por el postor, para dar cumplimiento a dichas características técnicas. Asimismo, a fin de evitar confusión entre los participantes se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

	Específico	2.2.1.1.	f)	19
--	------------	----------	----	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° del literal f) de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará el plazo de entrega contenido en el numeral 1.9 del capítulo I de la sección específica de las Bases, así como también el numeral 3.1.1.10 del requerimiento, detallándose lo siguiente: El plazo de ejecución del Componente I y Componente II es de CIENTO TREINTA (130) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y expediente técnico de la prestación de servicio de acuerdo al siguiente detalle:

El plazo de ejecución del COMPONENTE I (INFRAESTRUCTURA): ADECUACIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, es de 109 (CIENTO NUEVE) días calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente.

El plazo de ejecución del COMPONENTE II (EQUIPAMIENTO): ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL (L

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo II: Del procedimiento de selección que se indica:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta (Pág. 19)

f) ¿Hoja de Presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas¿ (Formato N°01).

3.1.1.27. Forma de presentación de ofertas (Pág. 42)

El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la Entidad, para los cual deberá presentar el Formato N°01 ¿Hoja de Presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas¿

En relación a la documentación para la admisión de la oferta referente a la información técnica señalada en el numeral 3.1.1.11. Características técnicas del Bien; SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR que para dar cumplimiento de las características técnicas referidas tales como requerimiento de energía, se pueda sustentar con una Declaración Jurada firmada por el postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** f) **Página:** 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a su consulta no se acepta su solicitud, toda vez que se requiere acreditar TODAS las características del bien mediante documentos tales como: autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos, brochure o similares, conforme estable el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas. Por tanto, se aclara, que no se aceptará cartas de cumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el fabricante y/o cartas emitidas por el dueño de la marca o declaraciones suscritas por el postor, para dar cumplimiento a dichas características técnicas. Asimismo, a fin de evitar confusión entre los participantes se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará el plazo de entrega contenido en el numeral 1.9 del capítulo I de la sección específica de las Bases, así como también el numeral 3.1.1.10 del requerimiento, detallándose lo siguiente: El plazo de ejecución del Componente I y Componente II es de CIENTO TREINTA (130) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y expediente técnico de la prestación de servicio de acuerdo al siguiente detalle:

El plazo de ejecución del COMPONENTE I (INFRAESTRUCTURA): ADECUACIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, es de 109 (CIENTO NUEVE) días calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente.

El plazo de ejecución del COMPONENTE II (EQUIPAMIENTO): ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL (L

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo II: Procedimiento de Selección que se indica:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta (Pág. 19)

f) ¿Hoja de Presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas¿ (Formato N°01).

3.1.1.27. Forma de presentación de ofertas (Pág. 42)

El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con todas las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la Entidad, para los cual deberá presentar el Formato N°01 ¿Hoja de Presentación del Equipo/Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas¿

Observamos a este punto e indicamos al comité de selección CONSIDERAR se acredite la presentación de una Declaración Jurada del postor a las características que no puedan ser demostradas tales como el requerimiento de energía; por NO requerir sustento técnico de fábrica, más sin embargo el postor deberá cumplirlas a presentar la oferta al presente procedimiento de selección.

Por lo antes señalado, requerimos se ACEPTE considerar a lo señalado en líneas anterior, porque, al no considerarlo se estaría vulnerando a lo establecido en el artículo 2° del literal f) de la Ley 30225, los cuales detallan lo siguiente:

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** f) **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° del literal f) de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su observación, puesto que se requiere acreditar TODAS las características del bien mediante documentos tales como: autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos, brouchure o similares, conforme estable el literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas. Por tanto, se aclara, que no se aceptará cartas de cumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el fabricante y/o cartas emitidas por el dueño de la marca o declaraciones suscritas por el postor, para dar cumplimiento a dichas características técnicas. Asimismo, a fin de evitar confusión entre los participantes se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

"Se modificará el plazo de entrega contenido en el numeral 1.9 del capítulo I de la sección específica de las Bases, así como también el numeral 3.1.1.10 del requerimiento, detallándose lo siguiente: El plazo de ejecución del Componente I y Componente II es de CIENTO TREINTA (130) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y expediente técnico de la prestación de servicio de acuerdo al siguiente detalle:

El plazo de ejecución del COMPONENTE I (INFRAESTRUCTURA): ADECUACIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, es de 109 (CIENTO NUEVE) días calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente.

El plazo de ejecución del COMPONENTE II (EQUIPAMIENTO): ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL (L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III Requerimiento indica:

* Copia simple del registro sanitario o certificado de registro sanitario de los bienes ofertados (Sólo para equipamiento médico que lo requiera).

Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor o de terceros, que describa el producto ofertado.

El registro sanitario es un documento emitido por DIGEMID para la comercialización y/o importación de equipos médicos. Las bases hacen referencia señalando que el registro sanitario sea expedido a nombre del postor o de un tercero describiendo el producto ofertado, por lo que al señalarlo a este contexto: DE UN TERCERO, ello estaría incurriendo en vulnerar el principio de la eficacia y eficiencia de la Ley 30225; por lo que deberá requerirse a nombre del POSTOR ya al solicitarlo de esa manera el postor le corresponderá ser responsable únicamente del bien a ofertar y/o entregar el bien de acuerdo a su presentación sea en componentes y/o accesorios, más sin embargo al PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO DE UN TERCERO, pueda darse un error al registro mismo, se tendría que solicitar la información correcta a ese tercero y ello se tendría una demora ya que al solicitárselo ellos también tendría que solicitársela a su fábrica la corrección y ello incurriría en otorgarnos la información a destiempo y se vería afectada el incumplimiento de la misma; es por ello que a la presente solicitud que realiza en referencia al registro sanitario debiera solicitarse sea a NOMBRE DEL POSTOR DEL BIEN PRINCIPAL que vendría ser del equipo TOMÓGRAFO, cumpliéndose al artículo 2°, literal b) y f) de la Ley 30225, los cuales detallan lo siguiente

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Por lo que observamos y solicitamos al comité de selección SE REQUIERA REGISTRO SANITARIO A NOMBRE DEL POSTOR al equipo ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: 3.1.1.14 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal b), y f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a su observación, conforme a lo absuelto en el presente pliego, la contratación involucra la adquisición del tomógrafo y de sus componentes detallados en el numeral 3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN del requerimiento. En ese sentido, se aclara que el registro sanitario del TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO 128 CORTES y sus componentes deberán figurar a nombre del POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el numeral 3.1.1.14. por lo siguiente: "(¿) * COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES OFERTADOS. (Solo para el equipamiento médico que lo requiera). Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor, que describa el producto ofertado."

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III indica:

Otras consideraciones de la Garantía

Una vez que se haya presentado el técnico y/o personal responsable de la reparación en el lugar donde se encuentra ubicado el equipo, deberá realizar la corrección del mismo (cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles, lo que corresponda), sin costo, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la presencia del personal del contratista

Observamos que el plazo de 48 horas estipulado en las bases administrativas es un plazo excesivamente corto para que el personal designado pueda atender lo solicitado de manera efectiva. Este plazo no solo resulta difícil de cumplir para los contratistas, sino que también podría afectar la calidad del servicio, lo cual va en contra del interés de la entidad contratante.

Vulneración del Principio de Razonabilidad:

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley N°30225 (Ley de Contrataciones del Estado), el principio de competencia obliga a las entidades a establecer condiciones que sean proporcionales y adecuadas a las necesidades del objeto contractual. El plazo de 48 horas para brindar soporte técnico presencial no respeta este principio, ya que en muchos casos, dependiendo de la naturaleza del bien o servicio, el tiempo necesario para una adecuada atención deba ser mayor, especialmente si la ubicación geográfica o la complejidad del soporte lo requieren. Extender el plazo a 48 horas no compromete la operatividad del servicio y permite un margen de acción más razonable para el contratista.

El principio de eficacia y eficiencia, también recogido en el artículo 2 de la Ley N°30225, implica que los procedimientos de contratación deben llevarse a cabo optimizando el uso de los recursos disponibles, tanto para la entidad como para los proveedores. Al establecer un plazo muy corto, como el de 48 horas, se podría generar una sobrecarga para el proveedor, afectando su capacidad de respuesta y comprometiendo la calidad del servicio. En este sentido, ampliar el plazo a 48 horas permitiría cumplir con el soporte técnico de manera adecuada, sin afectar la calidad del servicio.

Sustento en el Reglamento de la Ley N°30225 (Decreto Supremo N° 344-2018-EF):

El artículo 47 del Reglamento establece que las especificaciones técnicas y condiciones del contrato deben ser proporcionales a la magnitud y complejidad de lo requerido. En este caso, el plazo de 48 horas podría considerarse desproporcionado frente a las posibles necesidades logísticas y técnicas del contratista para brindar un servicio de calidad, especialmente en áreas donde los recursos humanos o técnicos no se encuentren disponibles de inmediato.

Opiniones del OSCE y el Tribunal de Contrataciones del Estado:

En diversas resoluciones, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado la importancia de establecer plazos y requisitos que respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad en los procedimientos de contratación. Por ejemplo, en la Resolución N° 0616-2019-TCE-S1, el Tribunal precisó que las entidades deben evitar imponer condiciones que no sean razonables o que limiten innecesariamente la participación de los proveedores, afectando la libre competencia.

Además, el OSCE, en su rol de órgano supervisor, ha indicado que las condiciones establecidas en las bases deben ajustarse a la realidad del mercado y a las posibilidades logísticas de los proveedores. En su Guía de Elaboración de Especificaciones Técnicas, el OSCE menciona que los plazos deben ser coherentes con la capacidad operativa de los postores y que la entidad debe considerar posibles contingencias, como la ubicación geográfica o la disponibilidad de recursos del proveedor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Por lo tanto, en virtud de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE SE AMPLIE EL PLAZO para la atención del soporte técnico presencial por 05 días hábiles, a fin de garantizar que el proveedor pueda cumplir con las condiciones establecidas sin comprometer la calidad del servicio. Esto permitirá una mejor operatividad y optimización de los recursos tanto para el contratista como para la entidad, alineándose con lo dispuesto en la Ley N°30225 y su Reglamento, así como con los criterios establecidos por el OSCE y el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.15.1 Literal: Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal e) y f) en el artículo 2 de la Ley N°30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación en aras de promover la participación de postores, por lo que se ampliará el plazo para la atención del soporte técnico presencial a 72 horas de haberse notificado la falla. Entendiéndose que la notificación podrá ser realizada vía correo electrónico o llamada telefónica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el numeral 3.1.1.15.1. GARANTÍA COMERCIAL: del requerimiento de la siguiente manera: "(...) - Una vez que se haya presentado el técnico y/o personal responsable de la reparación, en el lugar donde se encuentra ubicado el equipo, deberá realizar la corrección del mismo (cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles, lo que corresponda), sin costo, en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas de efectuada la presencia del personal del contratista."

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 46
Consulta/Observación:
En las bases administrativas solicitan:

Condiciones de la Garantía (Pág. 33)
Personal del Hospital comunicaran por escrito al Contratista cualquier reclamo con cargo a esta garantía; al recibir la notificación, el Contratista reemplazará los bienes y equipos o componentes defectuosos con uno nuevo.
Asimismo, si el Tomógrafo Computarizado suministrado sufre desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual, haciendo que quede inoperativo mínimamente por 60 días calendarios, el contratista deberá sustituir en forma total por un Tomógrafo computarizado nuevo de iguales o mayores características técnicas.

OBSERVAMOS a lo requerido por el comité de selección, toda vez que, señale este punto de la condición de la Garantía de un reclamo con cargo a esta garantía, al ser recibida la notificación EN CUANTO AL REEMPLAZO, ésta deba señalar las partes consumibles, y/o componentes y/o accesorios y/o piezas al bien ofertado; ya que al solicitar que el contratista deba asumir en forma total el reemplazo del equipo o bien sea iguales o mayores características técnicas; sería de manera excesiva onerosidad y generaría un desequilibrio económico al proveedor; y ante ello se estaría vulnerando a lo establecido en el artículo 2°, literal i), los cuales detallan lo siguiente:
i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalente y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.

Por lo antes expuesto solicitamos al comité de selección se acepte modificar; quedando de esta manera que se detalla:
Condiciones de la Garantía
Personal del Hospital comunicaran por escrito al Contratista cualquier reclamo con cargo a esta garantía; al recibir la notificación, el Contratista reemplazará las partes consumibles, y/o componentes y/o accesorios y/o piezas defectuosos con uno nuevo.
Asimismo, si el Tomógrafo Computarizado suministrado sufre desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual, haciendo que quede inoperativo mínimamente por 60 días calendarios, el contratista deberá sustituir LAS PARTES Y/O COMPONENTES Y/O ACCESORIOS Y/O PIEZAS del Tomógrafo computarizado siendo éstos nuevos de iguales o mayores características técnicas o la cobertura de atención a los pacientes a un establecimiento de Salud hasta retornar la operatividad del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.15.1 Literal: Página: 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Literales i) del artículo 2 del RLCCE - Ley 30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, en aplicación de los principios que rigen las contrataciones del estado. Se modificará el primer y segundo párrafo de las condiciones de la garantía por condiciones más adecuadas, estableciéndose lo siguiente: "Personal del Hospital comunicaran por escrito al Contratista cualquier reclamo con cargo a esta garantía; al recibir la notificación, el Contratista reemplazará las partes consumibles, y/o componentes y/o accesorios y/o piezas defectuosos con uno nuevo. Asimismo, si el Tomógrafo Computarizado suministrado sufre desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual, haciendo que quede inoperativo mínimamente por cuarenta (40) días calendarios, el contratista deberá sustituir LAS PARTES Y/O COMPONENTES Y/O ACCESORIOS Y/O PIEZAS del Tomógrafo computarizado siendo éstos nuevos de iguales o mayores características técnicas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modificará el primer y segundo párrafo de las condiciones de la garantía como sigue: "Personal del Hospital comunicaran por escrito al Contratista cualquier reclamo con cargo a esta garantía; al recibir la notificación, el Contratista reemplazará las partes consumibles, y/o componentes y/o accesorios y/o piezas defectuosos con

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

uno nuevo. Asimismo, si el Tomógrafo Computarizado suministrado sufre desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual, haciendo que quede inoperativo mínimamente por cuarenta (40) días calendarios, el contratista deberá sustituir LAS PARTES Y/O COMPONENTES Y/O ACCESORIOS Y/O PIEZAS del Tomógrafo computarizado siendo éstos nuevos de iguales o mayores características técnicas."

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

Otras consideraciones de la Garantía.

Si el producto del diagnóstico deba realizarse el cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles, que corresponda y éste requiera su importación, el contratista tendrá un plazo no mayor a diez (10) días calendarios de comunicado el incidente de la Entidad

OBSERVAMOS lo establecido en las bases administrativas, debido a que los procesos de importación en este tipo de repuesto, accesorios, insumos, consumibles de importación, al ser fabricado con la más alta tecnología existentes en el mercado, tal como su componente, son configurados y fabricados de acuerdo a la necesidad del cliente (Según especificación técnica)

Se debe considerar que los tiempos DEBAN SER RAZONABLES Y PROPORCIONALES a la naturaleza y complejidad al momento de entregar el repuesto a importarse para el presente proceso, por lo que considerar 10 días como máximo en el plazo de reparación del bien, se estaría limitando la participación de postores en el proceso de selección, afectando la pluralidad.

Ello representa una DESPROPORCIONALIDAD, afectando la igualdad de trato de los proveedores pues es una exigencia ventajosa para algún proveedor en específico.

En ese contexto, de conformidad con el literal a) b), c) y f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (Ley 30225), la indicación del plazo de reparación debe guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación, sino se estaría trasgrediendo el principio de libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Por lo antes expuesto y con la finalidad de permitir la pluralidad de marcas y postores, solicitamos al comité de selección la modificación de las bases ampliando el plazo de reparación, modificando de esta forma que se detalla:

Si el producto del diagnóstico deba realizarse el cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles, que corresponda y éste requiera su importación, el contratista tendrá un plazo no mayor a VEINTE (20) días calendarios de comunicado el incidente de la Entidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.15.1 **Literal:** **Página:** 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) b), c) y f) del artículo 2 - Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, considerando que los tiempos propuestos resultan razonables. Por tanto, si producto del diagnóstico deba realizarse el cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles que corresponda y este requiera su importación, el contratista tendrá un plazo no mayor a veinte (20) días calendarios de comunicado el incidente de la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el numeral 3.1.1.15.1 del requerimiento de la siguiente manera: (¿) - Si producto del diagnóstico deba realizarse el cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles que corresponda y este requiera su importación, el contratista tendrá un plazo no mayor a veinte (20) días calendarios de comunicado el incidente de la entidad.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III: Del Requerimiento, se indica:

3.1.1.23. FORMA DE PAGO

Segundo Pago 5%: Prestación Accesorias; Mantenimiento Preventivo y cambio de tubo de rayos X

* Presentación mínima de una (01) acta de conformidad de cambio de tubo de rayos X.

Consultamos al comité de selección nos aclare; ¿si requieren de manera adicional se entregue un tubo de rayos X?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.23 Literal: Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante, que considerando la vida útil de este componente a fin de garantizar la perduración y correcto funcionamiento del equipo adquirido; durante el periodo de ejecución de las prestaciones accesorias (mantenimiento) se debe realizar el reemplazo del "tubo de rayos X" por uno nuevo cada 18 meses contados a partir de la fecha de inicio de las prestaciones accesorias. Conforme a lo descrito, se adecuará el numeral que contiene la FORMA DE PAGO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará a segunda condición de los requisitos para el pago por lo siguiente: ""Presentación mínima de una (01) acta de conformidad de cambio de tubo de rayos x (documento a presentar una vez cada 3 mantenimientos (18 meses)""

"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III: Del Requerimiento, se indica:

3.1.1.23. FORMA DE PAGO

Segundo Pago 5%: Prestación Accesorias; Mantenimiento Preventivo y cambio de tubo de rayos X

* Presentación mínima de una (01) acta de conformidad de cambio de tubo de rayos X.

Consultamos al comité de selección nos aclare ¿si se determina por única vez una (01) unidad de tubo de rayos X durante el período establecido dentro del período de garantía?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.23 Literal: Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante, que considerando la vida útil de este componente a fin de garantizar la perduración y correcto funcionamiento del equipo adquirido; durante el periodo de ejecución de las prestaciones accesorias (mantenimiento) se debe realizar el reemplazo del "tubo de rayos X" por uno nuevo cada 18 meses contados a partir de la fecha de inicio de las prestaciones accesorias. Conforme a lo descrito, se adecuará el numeral que contiene la FORMA DE PAGO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará a segunda condición de los requisitos para el pago por lo siguiente: ""Presentación mínima de una (01) acta de conformidad de cambio de tubo de rayos x (documento a presentar una vez cada 3 mantenimientos (18 meses))""

"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III: Del Requerimiento, se indica:

3.1.1.12. CONDICIONES DE OPERACIÓN

Que el tomógrafo y sus accesorios deberán funcionar normalmente a más de 3020 msnm.

Consultamos al comité de selección nos aclare ¿si al solicitar esta condición del tomógrafo se deberá presentar el manual del fabricante como sustento técnico?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.12. Literal: Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta, no será necesario la presentación de algún documento para acreditar el funcionamiento normal del tomógrafo a más de 3020 msnm. No obstante, el correcto funcionamiento del equipo será comprobado por el personal designado mediante la suscripción del FORMATO N°02 - ACTA DE RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA OPERATIVA DE EQUIPOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III: Del Requerimiento, se indica:

F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR

Más de 36 meses hasta 47 meses	3 puntos
Más de 47 meses hasta 59 AÑOS	6 puntos
Más de 59 meses hasta 72 meses	10 puntos

Se aprecia con respecto al tiempo de garantía de que hay un error de tipeo, por lo que consultamos al comité de selección nos aclare; si al error indicado 59 AÑOS ¿corresponde a 59 meses donde se señala al puntaje de 6 puntos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.IV Literal: F. Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a su consulta, se aclara que efectivamente se trató de un error material la consignación de "59 AÑOS" en el puntaje asignado para el factor de evaluación F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR. El término correcto es "59 MESES".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará la asignación del puntaje para el factor de evaluación F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR de la siguiente manera: Más de 36 hasta 47 MESES: 3 puntos

Más de 47 hasta 59 MESES 6 puntos

Más de 59 hasta 72 MESES: 10 puntos"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III: Del Requerimiento, se indica:

3.1.1.15.1. GARANTÍA COMERCIAL

Consultamos si la garantía comercial requerida es para los componentes I y II?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.15.1 Literal: Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la garantía comercial ofertada corresponde al componente II: EQUIPAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III: Del Requerimiento, se indica:

3.2.2 ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

En referencia a las bases administrativas del presente procedimiento de selección del bien a participar, no se han adjuntado los planos perimétricos de ubicación del equipo, siendo de vital importancia y necesaria el ambiente donde se instale el equipo tomógrafo.

Por lo tanto, se requiere se adjunten los planos perimétricos a las bases administrativas para cumplirse y realizar los trabajos de preinstalación e instalación del equipo antes señalado que deberá efectuar el contratista, de no efectuarlo a lo requerido; se estaría vulnerando a lo establecido en el artículo 2°, literales b) y f), los cuales detallan lo siguiente:

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Solicitamos al comité de selección se adjunte los planos perimétricos de ubicación del equipo, ya que no figura en las bases administrativas del presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.2. Literal: Página: 46
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2°, literales c), b) y f) - Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge la observación del participante. En el link contenido en el numeral 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO del capítulo I de la sección general de las Bases, se han publicado los planos que reflejan la ubicación del ambiente donde será instalado el tomógrafo.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III: Del Requerimiento, se indica:

3.1.1.21.2.4. Del Acta de Recepción, Instalación y Pruebas Operativas de los bienes suministrados
* El responsable de dar la conformidad de recepción del bien deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días de ser éstos recibidos

Consultamos al comité de selección nos aclare; ¿si al dar la conformidad en esos plazos señalados quince (15) días; se respetará el mismo día del ingreso del bien tanto en la guía de remisión y del Acta de conformidad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.21.2 Literal: Página: 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo consultado, la guía de remisión deberá ser emitida con la fecha en que se suscriba el FORMATO 2 - "Acta de Recepción, Instalación y Pruebas Operativas de equipos". Se aclara también que el "acta de conformidad" que menciona es la entendida como el "Acta de Recepción, Instalación y Pruebas Operativas de equipos".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III: Del Requerimiento, se indica:

3.1.1.21.2. Acta de Recepción, Conformidad, Instalación, Prueba Operativa, Capacitación:

3.1.1.21.2.1. De la Preinstalación e instalación

El contratista deberá de presentar un cronograma de trabajos detallando los posibles trabajos a realizar en el Hospital. Al contratista le corresponden hasta quince (15) días calendarios posteriores a la entrega del equipo en el Almacén, para la instalación configuración, puesta en operación de los equipos y capacitación. Según el artículo 168 del Reglamento de la LCE.

OBSERVAMOS a lo establecido a las bases administrativas en la que se señala error de señalar en los plazos de la descripción; por lo que mencionamos que con respecto a los tiempos establecidos en presentar el cronograma de trabajos que requiere el Hospital, NO SE ADECUA o no se ajustaría a las condiciones; ello es debido a que al solicitarlo en esos tiempos se estaría sobrepasando al tiempo de entrega total del bien a ofertar incurriendo de esta forma la aplicación de una penalidad y/o sanción al contratista.

De acuerdo a lo que se observa es que DEBA SEÑALAR DE MANERA CORRECTA mencionando que el contratista deba de entregar el cronograma de trabajos dentro de los 15 días calendarios posteriores a la firma y/o suscripción del contrato.

Por lo antes señalado; cabe indicar que existe incongruencia al señalar en las acciones al tiempo señalado de la entrega del cronograma de trabajos, por lo que se solicita se efectúe la corrección y/o modificación, ya que incurriría en una información errada al bien requerido; creando confusión al momento de presentar la documentación misma.

Para la entrega del cronograma de trabajos detallando las actividades a realizar en el Hospital:

Dice: Quince (15) días calendarios posteriores a la entrega del equipo en el Almacén, para la instalación configuración, puesta en operación de los equipos y capacitación

Debe decir: Quince (15) días calendarios posteriores a la firma y/o suscripción del contrato.

Y al no efectuar la corrección y/o modificación, se estaría vulnerando a lo establecido en el artículo 2°, literal c), los cuales detallan lo siguiente:

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

Por lo cual solicitamos a vuestro comité de selección en efectuar la corrección y se señale la correcta acción del tiempo señalado; el cual debiera detallarse de esta forma:

El contratista deberá de presentar un cronograma de trabajos detallando los posibles trabajos a realizar en el Hospital. Al contratista le corresponden hasta quince (15) días calendarios POSTERIORES A LA FIRMA Y/O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. Según el artículo 168 del Reglamento de la LCE.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.1.1.21.2 **Literal:** **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2°, literal c), Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación planteada. Debiendo aclararse que el texto citado corresponde al periodo para la instalación y puesta en funcionamiento del tomógrafo, y que en ningún extremo se ha precisado que dicho plazo corresponda al plazo para la entrega del cronograma de trabajos. Aclarado ello, se modificará el

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

	Específico	3.1.1.21.2	39
--	------------	------------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2°, literal c), Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

numeral 3.1.1.21.2.1. De la pre-instalación e instalación del requerimiento, consignándose lo siguiente: "Al Contratista le corresponden hasta quince (15) días calendarios posteriores a la suscripción del contrato para la presentación del cronograma de trabajo en el que se detallen los posibles trabajos a realizarse en el hospital".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el primer párrafo del numeral 3.1.1.21.2.1. De la pre-instalación e instalación del requerimiento, consignándose lo siguiente: "Al Contratista le corresponden hasta quince (15) días calendarios posteriores a la suscripción del contrato para la presentación del cronograma de trabajo en el que se detallen los posibles trabajos a realizarse en el hospital".

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III: Del Requerimiento, se indica:

3.1.1.18. Capacitación y/o Entrenamiento

Las capacitaciones deben darse dentro del plazo de entrega del tomógrafo.

Consultamos al comité de selección nos aclare ¿si las capacitaciones es posterior a la puesta y funcionamiento del bien ofertado al presente procedimiento de selección?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.18. Literal: Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las capacitaciones deberán darse dentro del plazo propuesto para la entrega del TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO 128 CORTES, la oportunidad para el desarrollo de la capacitación será la que el considere el postor, recomendando se realice posterior la etapa de instalación y puesta en funcionamiento, considerando que para ésta se ha ampliado el tiempo a 20 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

En referencia a las bases administrativas del presente procedimiento de selección del bien a participar, del Capítulo I: Generalidades se solicita:

1.9 Plazo de entrega

1.9.1 Prestación Principal

Los bienes de la materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 120 días calendarios el cual comprende:

El plazo de ejecución del componente I (INFRAESTRUCTURA): Construcción de Ambiente complementario en el (la) EESS Víctor Ramos Guardia ¿ Huaraz, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Departamento Ancash, es de 109 días calendarios.

El plazo de ejecución del componente II (EQUIPAMIENTO): Adquisición de tomógrafo computarizado multicorte y construcción de ambiente complementario; en el (la) EESS Víctor Ramos Guardia ¿ Huaraz, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Departamento Ancash, es de 120 días calendarios.

Plazo de entrega máximo para la entrega del tomógrafo será de CIENTO DIEZ (110) DÍAS CALENDARIOS y para la instalación y la puesta en funcionamiento diez (10) días calendario

Los plazos serán computados de esta manera

Componente I

Ejecución del servicio a 109 días calendarios partir del día siguiente de perfeccionado del contrato

Componente II

Entrega del bien: 110 días calendarios ¿ El día siguiente de perfeccionado el contrato

Instalación y puesta en funcionamiento 10 días calendarios ¿ el día siguiente de la entrega del bien

Consultamos al comité de selección; referente al cuadro detallado ¿el proveedor podrá modificar las actividades detalladas en el cuadro conforme a las necesidades de su equipo, siendo el total de plazo de entrega del componente II a 140 (CIENTO CUARENTA) días calendarios?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que no se podrá modificar el plazo propuesto por cada actividad, no obstante, debe aclararse que durante la etapa de ejecución contractual, el contratista podrá realizar las actividades propuestas en el plazo que considere siempre que no superen el plazo máximo establecido para cada una de ellas en el numeral 3.1.1.10. PLAZO DE PRESTACIÓN contenido en el requerimiento: 1. El plazo de ejecución del componente I es de 109 días calendarios contados a partir de la suscripción del acta de la entrega del ambiente; y 2. El plazo de ejecución del componente II será de 130 días calendarios (110 días para la entrega del bien computados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente y 20 días calendario para la instalación y puesta en funcionamiento a partir del día siguiente de la entrega del bien).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

En referencia a las bases administrativas del presente procedimiento de selección del bien a participar, del Capítulo I: Generalidades se solicita:

1.9 Plazo de entrega

1.9.1 Prestación Principal

Los bienes de la materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 120 días calendarios el cual comprende:

El plazo de ejecución del componente I (INFRAESTRUCTURA): Construcción de Ambiente complementario en el (la) EESS Víctor Ramos Guardia ¿ Huaraz, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Departamento Ancash, es de 109 días calendarios.

El plazo de ejecución del componente II (EQUIPAMIENTO): Adquisición de tomógrafo computarizado multicorte y construcción de ambiente complementario; en el (la) EESS Víctor Ramos Guardia ¿ Huaraz, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Departamento Ancash, es de 120 días calendarios.

Plazo de entrega máximo para la entrega del tomógrafo será de CIENTO DIEZ (110) DÍAS CALENDARIOS y para la instalación y la puesta en funcionamiento diez (10) días calendario

Los plazos serán computados de esta manera

Componente I

Ejecución del servicio a 109 días calendarios partir del día siguiente de perfeccionado del contrato

Componente II

Entrega del bien: 110 días calendarios ¿ El día siguiente de perfeccionado el contrato

Instalación y puesta en funcionamiento 10 días calendarios ¿ el día siguiente de la entrega del bien

De la página 87; se señala el formato del Anexo 4 de la Declaración Jurada del Plazo de Entrega; que indica:

Consignar el plazo ofertado, en caso de la modalidad de llave en mano detallar el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento, desagregando el plazo de mantenimiento

Existe incongruencia al solicitar el desagregado del plazo de mantenimiento, cuando ello corresponde ciertamente al BIEN PRINCIPAL que se requiere detallar; y debiendo señalar de esta forma:

Plazo de entrega del Bien

Plazo de instalación

Plazo de puesta de funcionamiento

Observamos al comité de selección; referente al Anexo 4 se acepte ampliar este detalle al plazo de entrega de entrega del bien que se señala:

Plazo de entrega del Bien¿¿¿¿¿.. 120

Plazo de instalación ¿¿¿¿¿¿¿¿ 10

Plazo de puesta de funcionamiento¿ 10

Debiendo señalar el total de plazo de entrega del componente II siendo de 140 (CIENTO CUARENTA) días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.9 Literal: Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal b), c) y f) Artículo 2 - Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante, que el MANTENIMIENTO corresponde a las prestaciones accesorias a la prestación principal conforme establece el numeral 3.1.1.16. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL del

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

	Específico	1.9	16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			
Literal b), c) y f) Artículo 2 - Ley 30225			
Análisis respecto de la consulta u observación:			
requerimiento. Por tanto, no se acoge la observación. El postor deberá presentar el Anexo N° 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA, conforme al formato establecido y concordante con las Bases Estándar aprobadas por el OSCE mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD donde se requiere detallar el plazo correspondiente a la prestación principal ("CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO"), así como también se debe consignar el plazo correspondiente para las prestaciones accesorias (MANTENIMIENTO).			
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:			
NINGUNO			

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

En referencia a las bases administrativas del presente procedimiento de selección del bien a participar, se señala:

De la página 87; se señala el formato del Anexo 4 de la Declaración Jurada del Plazo de Entrega; que indica: Consignar el plazo ofertado, en caso de la modalidad de llave en mano detallar el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento, desagregando el plazo de mantenimiento

Existe incongruencia al solicitar el desagregado del plazo de mantenimiento, cuando ello corresponde ciertamente al BIEN PRINCIPAL

Observamos al comité de selección; referente al Anexo 4, se elimine el texto: desagregando el plazo de mantenimiento, por no corresponder al plazo del Bien principal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO N°4 Literal: Página: 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal b), c) y f) Artículo 2 - Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante, que el MANTENIMIENTO corresponde a las prestaciones accesorias a la prestación principal conforme establece el numeral 3.1.1.16. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL del requerimiento. Por tanto, no se acoge la observación. El postor deberá presentar el Anexo N° 4 - DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA, conforme al formato establecido y concordante con las Bases Estándar aprobadas por el OSCE mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD donde se requiere detallar el plazo correspondiente a la prestación principal ("CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO"), así como también se debe consignar el plazo correspondiente para las prestaciones accesorias (MANTENIMIENTO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

3.1.1.11 Características técnicas del bien:

B03 PANEL DE CONTROL PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE A AMBOS LADOS DEL GANTRY (IZQUIERDO Y DERECHO) O PANEL DE CONTROL MÓVIL CAPAZ DE POSICIONARSE A AMBOS LADOS DEL GANTRY (IZQUIERDO Y DERECHO).

El panel de control en ambos lados del equipo permite que el tecnólogo pueda posicionar al paciente desde cualquier lado, ya que en muchas ocasiones este viene en una camilla o con periféricos de soporte de vida conectados que el tecnólogo debe posicionarle por la zona más cómoda del paciente.

En virtud de ello solicitamos ACLARAR que en caso se refiera a un CONTROL MOVIL, éste debe ofertarse en cantidad de 2 unidades para posicionarse a cada lado del gantry.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.11. Literal: B03 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el caso del panel de mando movil para el posicionamiento del paciente, se aclara que debe ser a ambos lados del Gantry, es decir, debe contemplar dos (02) paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:
3.1.1.11 Características técnicas del bien:
A03 INTERFACE DICOM (DICOM PRINT, DICOM STORAGE, DICOM STORAGE COMMITMENT, DICOM QUERY/RETRIEVE, DICOM MODALITY WORKLIST, DICOM MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP)
EL Sistema DICOM PRINT permite enviar imágenes desde el equipo de tomografía hacia una impresora de conectada en la red para que estas sean entregadas al médico especialista y realice el diagnostico respectivo.
En la pág. 29, literal 3.1.1.12.4 de las bases (pág. 29) hace referencia¿. ¿Si en las Especificaciones Técnicas, no se hubiese contemplado, algún accesorio y/o parte necesario, para que el equipo se instale y funcione adecuadamente, el Proveedor deberá de proporcionarlo sin costo alguno para la Entidad¿.
Por lo que en virtud de garantizar la información clara y precisa solicitamos PRECISAR que para dar cumplimiento a este requerimiento el postor debe contemplar el suministro de una IMPRESORA LASER DE PLACAS PARA IMÁGENES DE 14X17 COMO MINIMO, precisando la especificación técnica de la siguiente manera:
A03 INTERFACE DICOM (DICOM PRINT, DICOM STORAGE, DICOM STORAGE COMMITMENT, DICOM QUERY/RETRIEVE, DICOM MODALITY WORKLIST, DICOM MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP), CON IMPRESORA LASER PARA PLACAS DE 14X17 COMO MINIMO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.11. **Literal:** A03 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal b), c) y f) del artículo 2 Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la observación del participante. Se precisa que en la absolución a la consulta N°28, se ha detallado los accesorios necesarios para la instalación y correcto funcionamiento del equipo, los cuales son: a) Se debe de contar con un (1) inyector automatico de contraste con selección para aplicación de contraste y solución salina con doble cabezal y/o bomba de rodillos, se debe incluir un set de 200 unidades como mínimo para aplicación de contraste .
b) Un (1) Procesador de películas radiograficas con capacidad minima de 100 películas horas o mayor para películas de 14"x17' como mínimo, capacidad de bandeja mayor igual a 100 películas, se debe incluir mínimo 500 películas.
c) Una (1) UPS como mínimo para la estacion de trabajo y la consola, que asegure un mínimo de 10 minutos de autonomia a plena carga.
En tal sentido, el equipo al que hace referencia es el descrito en el literal b) del presente; el cual será proporcionado por el contratista sin costo alguno para la Entidad. Asimismo, considerando que dicho componente no se ha detallado en el numeral 3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN, no se acoge su observación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 62
Consulta/Observación:
En las bases administrativas señala:
3.1.1.11 Características técnicas del bien:
B38 CON SOFTWARE DE ESTUDIOS VASCULARES (AUTOMAPEO DE VASOS SANGUINEOS Y ANALISIS) VASOS SANGUINEOS (CO CARDIACOS)
Los estudios vasculares por tomografía computarizada (TC) son procedimientos que utilizan rayos X e inyección de sustancia de contraste; para crear imágenes detalladas de los vasos sanguíneos y el flujo de sangre en el cuerpo. Estos permiten diagnosticar patologías de los vasos sanguíneos, como aneurismas, malformaciones vasculares, sangrado, vasculitis, y claudicación. Estos exámenes requieren MEDIOS DE CONTRASTE DE ALTA CONCENTRACIÓN E INYECTOR AUTOMÁTICO, esto debido a que se requiere un alto flujo y presión constante de inyección de medio de contraste para así llegar a observar adecuadamente los vasos arteriales y venosos de acuerdo al protocolo seleccionado. En la pág. 29 , literal 3.1.1.12.4 de las bases (pág. 29) hace referencia¿. ¿Si en las Especificaciones Técnicas, no se hubiese contemplado, algún accesorio y/o parte necesario, para que el equipo se instale y funcione adecuadamente, el Proveedor deberá de proporcionarlo sin costo alguno para la Entidad¿.
Por lo que en virtud de garantizar la información clara y precisa solicitamos PRECISAR que para dar cumplimiento a este requerimiento el postor debe contemplar el suministro de un INYECTOR DE CONTRASTE y SUS CONSUMIBLES, precisando la especificación técnica de la siguiente manera:
B38 CON SOFTWARE DE ESTUDIOS VASCULARES (AUTOMAPEO DE VASOS SANGUINEOS Y ANALISIS) VASOS SANGUINEOS (CARDIACOS) Y HARDWARE PARA INYECCION DE CONTRASTE CON 100 CONUMIBLES COMO MINIMO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.11. **Literal:** B38 **Página:** 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Literal b), c) y f) del artículo 2 - Ley 30225
Análisis respecto de la consulta u observación:
"Respecto a la observación del participante. Se precisa que en la absolución a la consulta N°28, se ha detallado los accesorios necesarios para la instalación y correcto funcionamiento del equipo, los cuales son: a) Se debe de contar con un (1) inyector automatico de contraste con selección para aplicación de contraste y solución salina con doble cabezal y/o bomba de rodillos, se debe incluir un set de 200 unidades como mínimo para aplicación de contraste .
b) Un (1) Procesador de peliculas radiograficas con capacidad minima de 100 peliculas horas o mayor para peliculas de 14""x17' como mínimo, capacidad de bandeja mayor igual a 100 películas, se debe incluir mínimo 500 películas.
c) Una (1) UPS como mínimo para la estacion de trabajo y la consola, que asegure un mínimo de 10 minutos de autonomia a plena carga.
En tal sentido, el equipo al que hace referencia es el descrito en el literal a) del presente; el cual será proporcionado por el contratista sin costo alguno para la Entidad. Asimismo, considerando que dicho componente no se ha detallado en el numeral 3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN, no se acoge su observación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

3.1.1.11 Características técnicas del bien:

B30 CON DOS MONITORES DE 19¿ O MAYOR

La estación de trabajo es una herramienta que utiliza el medico radiólogo para realizar la evaluación e interpretación de las imágenes adquiridas por el tomógrafo y en base a ello realizar el diagnostico respectivo. Hoy en día esto se realiza en monitores de grado medico en virtud de cumplir con las normativas ya que garantiza una mayor resolución espacial de la imagen lo que permite tener mayor precisión en el diagnóstico médico.

Por lo que solicitamos ACLARAR si el requerimiento hace referencia a MONITORES DE GRADO MEDICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.11. Literal: B30 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

En respuesta a la consulta, no se requiere que los monitores necesariamente sean de grado medico. Sin embargo, se aclara que deben ser compatibles con el equipo y recomendadas por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:
3.1.1.11 Características técnicas del bien:
B40 PERFUSIÓN CEREBRAL

Según lo solicitado, la perfusión cerebral es un estudio especial para evaluar la perfusión de los tejidos y así determinar su correcta irrigación y comportamiento, por ello se necesita realizar con inyector automático, esto debido a que se requiere un flujo y presión constante de inyección de medio de contraste para así obtener datos precisos acerca de los parámetros de perfusión cerebral.

Por lo que solicitamos aclarar si dentro del requerimiento el postor deberá contemplar el suministro de UN INYECTOR DE CONTRASTE y SUS CONSUMIBLES, los cuales deben ser sustentados con catalogo o brochure del fabricante junto a los literales que lo requieran.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.11. **Literal:** B40 **Página:** 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal b), y f) del artículo 2 - Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a la observación del participante. Se precisa que en la absolución a la consulta N°28, se ha detallado los accesorios necesarios para la instalación y correcto funcionamiento del equipo, los cuales son: a) Se debe de contar con un (1) inyector automatico de contraste con selección para aplicación de contraste y solución salina con doble cabezal y/o bomba de rodillos, se debe incluir un set de 200 unidades como mínimo para aplicación de contraste .

b) Un (1) Procesador de películas radiograficas con capacidad minima de 100 películas horas o mayor para películas de 14"x17' como mínimo, capacidad de bandeja mayor igual a 100 películas, se debe incluir mínimo 500 películas.

c) Una (1) UPS como mínimo para la estación de trabajo y la consola, que asegure un mínimo de 10 minutos de autonomía a plena carga.

En tal sentido, el componente al que hace referencia es el descrito en el literal a) del presente; el cual será proporcionado por el contratista sin costo alguno para la Entidad. Asimismo, considerando que dicho componente no se ha detallado en el numeral 3.1.1.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN, no se acoge su observación. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

3.1.1.11 Características técnicas del bien:

C: Requerimiento de energía

C01 220 VAC O 380 VAC/60HZ TRIFÁSICO O CON TRANSFORMADOR SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR SI EL VOLTAJE ES DIFERENTE

En la subestación que cuenta con 380VAC, consultamos al comité de selección: ¿Cuál es la capacidad actual del suministro en ese punto?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.11. Literal: C01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el punto de suministro electrico actual es de 380 VAC. La Entidad realizó los trámites ante Hidrandina para la obtención de la disponibilidad de la potencia correspondiente para el correcto funcionamiento del equipo. Por tanto, se aclara que la potencia disponible es de 200 kva, equivalentes a 160KW. Asimismo, la distancia desde la sub-estación al tablero del tomógrafo es de 160 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

3.1.1.11 Características técnicas del bien:

C01 220 VAC O 380 VAC/60HZ TRIFÁSICO O CON TRANSFORMADOR SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR SI EL VOLTAJE ES DIFERENTE

En caso de no contar con la capacidad, consultamos al comité de selección nos aclare:

¿Cuál será el punto de suministro energético?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.11. Literal: C01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el punto de suministro electrico actual es de 380 VAC. La Entidad realizó los trámites ante Hidrandina para la obtención de la disponibilidad de la potencia correspondiente para el correcto funcionamiento del equipo. Por tanto, se aclara que la potencia disponible es de 200 kva, equivalentes a 160KW. Asimismo, la distancia desde la sub-estación al tablero del tomógrafo es de 160 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Referido a los planos del expediente:

Nuestro equipo no requiere de una sala técnica, consultamos al comité de selección nos aclare, si ¿Es necesario mantener esta distribución?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun la norma técnica NTS N°119-MINSA/DGIEM-V01, el ambiente para sala de tomografia debe contar con una sala de preparacion del paciente, sala tecnica, sala de comando y sala de tomografia, por lo tanto según la citada norma SI es necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Referido a los planos del expediente:

Consultamos al comité de selección lo siguiente:

¿Se puede realizar un replanteo de los ambientes a fin de favorecer con la distribución de espacios a los usuarios?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la distribución de los espacios conforme establecen los planos cumplen con los requisitos necesarios para el funcionamiento e implementación del tomógrafo. Por tanto, no se aceptará el replanteo de los ambientes ya establecidos en los planos del expediente técnico aprobado por Resolución Gerencial Regional N°0087-2024-GRA/GRI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Referido a los planos del expediente:

La sala de comando no cuenta con una puerta de ingreso desde el corredor exterior, de acuerdo a norma es necesario que el personal a cargo de la operatividad del equipo cuente con un acceso independiente a la sala de tomografía, por lo que consultamos al comité de selección:

¿Se puede replantear el acceso para la sala de comando?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

La NORMA TÉCNICA NTS N°119-MINSA/DGIEM-V01 no especifica que en la sala de comando deba operar una puerta adicional a la de acceso a la sala de tomografía, ya que posee conectividad con los ambientes. De acuerdo a ello, no es necesario hacer un replanteo de esta area ya que esta cumple con lo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Referido a los planos del expediente:

Con respecto a los acabados, el punto que indica el acabado en muros no es muy claro, por lo que consultamos al comité nos aclare o puntualice lo siguiente:
¿El vinílico en muros será instalado solo en sala de exámenes y sala de comando?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el vinílico será instalado en la sala de exámenes, sala de comando y sala de preparación, conforme al Expediente Técnico aprobado por Resolución Gerencial Regional N°0087-2024-GRA/GRI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 71
Consulta/Observación:
Referido a los planos del expediente:

En referencia a las bases administrativas del presente procedimiento de selección del bien a participar, en el expediente técnico no solicita equipos de aire acondicionado, siendo de vital importancia y necesaria el ambiente donde se instale el equipo tomógrafo.

Por lo tanto, se requiere se solicite los equipos de aire acondicionado a las bases administrativas para cumplirse y realizar los trabajos de preinstalación e instalación del equipo antes señalado que deberá efectuar el contratista, de no efectuarlo a lo requerido; se estaría vulnerando a lo establecido en el artículo 2°, literales b) y f), los cuales detallan lo siguiente:

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Solicitamos al comité de selección se solicite los equipos de aire acondicionado, ya que no figura en las bases administrativas del presente procedimiento de selección.

Acápíte de las bases :	Sección: Especifico	Numeral:	Literal:	Página:
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Artículo 2°, literales b) y f), Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el presente procedimiento de selección que involucra la adquisición del TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO y la adecuación del ambiente donde será instalado. Por su parte, el componente II: comprende la adquisición de equipos de aire acondicionado; conforme se detalla en el expediente técnico, al cual puede dirigirse mediante el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1zOaBtD8UHPfnHtTCJEXr7XiayNx9aY09?usp=drive_link. Los planos de la instalaciones electromecánicas (las cuales comprenden a la instalación del aire acondicionado), se encuentran en el numeral 05.07 (pag. 45 y pag. 46 del VOLUMEN V). Las partidas que comprenden las instalaciones del aire acondicionado es el ítem 06 (página 30 y 31 del VOLUMEN III). Asimismo el detalle de la forma de instalación están ubicados en las especificaciones técnicas contenidas en el VOLUMEN I.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

3.1.1.6. Objetivo de la contratación:

Es objetivo es la contratación es el ÍTEM PAQUETE: ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA ¿ HUARAZ ¿ HUARAZ ¿ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790, conforme se describe a continuación:

Componente: I

Descripción: Construcción de ambiente complementario; adquisición de tomógrafo computarizado o multicorte y construcción

Unidad de Medida: Servicio

Cantidad: 1

Referido al Ítem 1 del punto 3.1.1.6: la descripción de la partida figura como ¿CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO¿, en la visita realizada se corroboró que los trabajos para la habilitación del ambiente serán de REMODELACIÓN INTERNA DE LOS AMBIENTES YA EXISTENTES, por lo antes señalado se solicita al comité de selección aclarar este punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.6. Literal: Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que efectivamente los trabajos del COMPONENTE I corresponden a una adecuación o remodelación interna de los ambientes existentes. Preciado ello, se reemplazará el término "construcción" por "adecuación".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará la denominación de la contratación en las Bases Integradas

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

Componente: I

Descripción: Construcción de ambiente complementario; adquisición de tomógrafo computarizado o multicorte y construcción

Unidad de Medida: Servicio

Cantidad: 1

Referido a la instalación de falso cielo raso, en los planos se indica la instalación de falso cielo raso de drywall, para las instalaciones de ducteria y especialidades se requiere el fácil acceso al techo técnico sobre el cielo raso. Por lo antes señalado, consultamos al comité de selección; si, ¿Se puede replantear esta instalación de cielo raso por cielo raso con perfilería y baldosas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.6. Literal: Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con relación a su consulta, se precisa que no se aceptará el replanteo solicitado. La instalación del falso cielo raso deberá ser conforme a los planos del expediente técnico aprobado al cual puede dirigirse a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1zOaBtD8UHPfnHtTCJEXr7XiayNx9aY09?usp=drive_link

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 74
Consulta/Observación:
En las bases administrativas señala:

3.1.1.6 OBJETIVO DE LA CONTRATACION
En referencia al COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, según Expediente Técnico.

Indica que hacen referencia a una construcción de ambiente, sin embargo, las bases corresponden a la contratación de bienes y en la visita técnica realizada se puede identificar que lo que se requiere es una ADECUACION y/o REMODELACION DE AMBIENTE, para garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento de un equipo de tomografía. Por lo que en virtud de precisar los ambientes y brindar una información clara y precisa a los postores solicitamos al comité de selección:
Incluir los planos estructurales y eléctricos de los ambientes (sala de tomografía, sala de preparación, sala de mando, sala técnica, otros que la entidad considere).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.6. **Literal:** **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal b), c) y f) Artículo 2 - Ley 30225
Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge la observación, puesto que todos los planos que corresponden a los ambientes donde se realizará la adecuación se encuentran en el siguiente enlace : https://drive.google.com/drive/folders/1zOaBtD8UHPfnHtTCJEXr7XiayNx9aY09?usp=drive_link , consignado en el numeral 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO. Los planos estructurales se encuentran en el numeral 05.05 (pag.22 a pag.31 del VOLUMEN V). Los planos de Instalaciones eléctricas se encuentran en el numeral 05.06 (pag. 32 a pag. 44 del VOLUMEN V).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 75
Consulta/Observación:
En las bases administrativas señala:

3.1.1.6 OBJETIVO DE LA CONTRATACION

En referencia al COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, según Expediente Técnico.

Indica que hacen referencia a una construcción de ambiente, sin embargo, las bases corresponden a la contratación de bienes y en la visita técnica realizada se puede identificar que lo que se requiere es una ADECUACION y/o REMODELACION DE AMBIENTE, para garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento de un equipo de tomografía. Por lo que en virtud de precisar los ambientes y brindar una información clara y precisa a los postores.

Por lo antes señalado; solicitamos al comité de selección en PRECISAR DE QUE SE CORREGIRÁ EL TERMINO CONSTRUCCION POR ADECUACION DE AMBIENTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.6. **Literal:** **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Literal b), c) y f) Artículo 2 - Ley 30225
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que efectivamente los trabajos del COMPONENTE I corresponden a una adecuación o remodelación interna de los ambientes existentes, teniendo en consideración la antigüedad de la edificación. De acuerdo a ello, se reemplazará el término "construcción" por "adecuación".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modificará la denominación de la contratación en las Bases Integradas

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Observación: Nro. 76
Consulta/Observación:
En las bases administrativas señala:

3.1.1.12 CONDICIONES DE OPERACION

¿ Los proveedores deben obligatoriamente realizar una visita técnica para evaluar las condiciones de Pre-Instalación del equipo incluyendo blindajes, luces de seguridad, condiciones eléctricas, estructurales y otras condiciones que exija las normas nacionales¿

En virtud de garantizar una información clara y coherente para garantizar el principio de transparencia solicitamos aclarar lo siguiente: ¿El blindaje hace referencia a el baritinado de la sala de exámenes?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.12. **Literal:** **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Se aclara que el blindaje se refiere efectivamente al baritinado que se usara para la protección radiológica dentro de la sala de tomografía, que dentro del expediente técnico, se explica el modo de uso. El expediente técnico en el siguiente enlace : https://drive.google.com/drive/folders/1zOaBtD8UHPfnHtTCJEXr7XiayNx9aY09?usp=drive_link

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

3.1.1.12 CONDICIONES DE OPERACION

¿ Los proveedores deben obligatoriamente realizar una visita técnica para evaluar las condiciones de Pre-Instalación del equipo incluyendo blindajes, luces de seguridad, condiciones eléctricas, estructurales y otras condiciones que exija las normas nacionales¿

En virtud de garantizar una información clara y coherente para garantizar el principio de transparencia solicitamos aclarar lo siguiente: ¿Las luces de seguridad mencionadas hacen referencia a los indicadores de radiación que se posicionan afuera de la sala de exámenes?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.12. **Literal:** **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que efectivamente, las luces que se observan en los planos ubicados en la parte exterior de las puertas, son para advertir tanto al personal de servicio, como a los usuarios, cuando se está haciendo el uso del tomógrafo, es decir, cuando hay exposición radiológica, los focos se prenden.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 78
Consulta/Observación:
En las bases administrativas señala:

3.1.1.12 CONDICIONES DE OPERACION

¿ Los proveedores deben obligatoriamente realizar una visita técnica para evaluar las condiciones de Pre-Instalación del equipo incluyendo blindajes, luces de seguridad, condiciones eléctricas, estructurales y otras condiciones que exija las normas nacionales¿

En virtud de garantizar una información clara y coherente para garantizar el principio de transparencia solicitamos aclarar se detalle ¿a qué otras consideraciones de preinstalación requieren?.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.12. **Literal:** **Página:** 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:
Como actividades que comprenden la preinstalación de los equipos, se ha considerado lo siguiente: 1. Instalación del piso conductivo 2. Tener la capa de baritina colocada ya en los muros, para que este contrarreste los rayos que emana.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se detallará las actividades que implican la pre-instalación en el numeral 3.1.1.12.1. , siendo lo siguiente: "Las actividades que comprenden la preinstalación de los equipos son las siguientes: 1. Instalación del piso conductivo 2. Tener la capa de baritina colocada ya en los muros, para que este contrarreste los rayos que emana."

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

En cuanto a las condiciones de climatización

Solicitamos al comité de selección aclarar ¿si requieren un sistema de aire acondicionado con control de temperatura y humedad (Split ducto) y de requerirse donde serán posicionador?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral:

Literal:

Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que si requiere el sistema de aire acondicionado, el cual debe estar ubicado en la sala de tomografía y la instalación deberá ser conforme al plano de instalaciones electromecánicas (página 46 del VOLUMEN V).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:
¿La preinstalación contempla modificación de infraestructura (paredes, etc), instalación de puertas emplomadas, luna emplomada, otros?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que la modificación de Infraestructura, instalación de puertas emplomadas, luna emplomada y otros están contemplados dentro de la pre-instalación y este se puede visualizar en el plano de infraestructura del Volumen V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

3.1.1.11 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

C01. 220 VAC O 380VAC / 60 HZ TRIFASICO O CON TRANSFORMADOR SUMINISTRADO POR EL PROVEDOR SI EL VOLTAJE ES DIFERENTE

Nuestro equipo trabaja con un voltaje trifásico de 380VAC y requiere una potencia aproximada de 110KVA, por ello pedimos al comité de selección ACLARAR: Si ¿El transformador de 380 VAC trifásico de la subestación del hospital cuenta con la potencia requerida?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.11. Literal: C01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el punto de suministro electrico actual es de 380 VAC. La Entidad realizó los trámites ante Hidrandina para la obtención de la disponibilidad de la potencia correspondiente para el correcto funcionamiento del equipo. Por tanto, se aclara que la potencia disponible es de 200 kva, equivalentes a 160KW. Asimismo, la distancia desde la sub-estación al tablero del tomógrafo es de 160 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

3.1.1.11 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

C01. 220 VAC O 380VAC / 60 HZ TRIFASICO O CON TRANSFORMADOR SUMINISTRADO POR EL PROVEDOR SI EL VOLTAJE ES DIFERENTE

Nuestro equipo trabaja con un voltaje trifásico de 380VAC y requiere una potencia aproximada de 110KVA, por ello pedimos ACLARAR:

¿En caso de no contar con la potencia requerida, precisar cuál será el punto de partida y la distancia del suministro energético hasta la sala de exámenes?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.11. Literal: C01

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 29

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el punto de suministro eléctrico actual es de 380 VAC. La Entidad realizó los trámites ante Hidrandina para la obtención de la disponibilidad de la potencia correspondiente para el correcto funcionamiento del equipo. Por tanto, se aclara que la potencia disponible es de 200 kva, equivalentes a 160KW. Asimismo, la distancia desde la sub-estación al tablero del tomógrafo es de 160 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

3.1.1.30 DESCRICIÓN DE PARTIDAS Y CANTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AMBIENTE COMPLEMENTARIO

En la descripción de los trabajos a realizar en el ambiente de tomografía NO se está mencionando:
La instalación de equipos de AACC ni de una luna emplomada. Siendo estos entregables necesarios para una correcta adecuación del ambiente que garantice el correcto funcionamiento del tomógrafo.

Solicitamos AL COMITÉ DE SELECCIÓN precisar y/o aclarar:
¿si éstos puntos mencionados será provisto por la institución o por el postor?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.30. Literal: Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisa que tales puntos sí requieren ser provistos por el postor. Las partidas que comprenden la instalación de los equipos de aire acondicionado y de luna emplomada se encuentran comprendidas en la adecuación del ambiente ""1).- Sala de Tomografía de 4.20x5.95 m""", tal como se ha detallado en el expediente técnico publicado en el numeral 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO:

""El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. El expediente del acondicionamiento (infraestructura), se encuentra detallada en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1zOaBtD8UHPfnHtTCJEXr7XiayNx9aY09?usp=drive_link". Las partidas que comprenden las instalaciones del aire acondicionado es el ítem 06 (página 30 y 31 del VOLUMEN III) y las partidas que comprenden la instalación de la luna emplomada se encuentran en el ítem 03.07 (pagina 12 del VOLUMEN III). Asimismo el detalle de la forma de instalación están ubicados en las especificaciones técnicas contenidas en el VOLUMEN I."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	19:25:00

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

3.1.1.30 DESCRICIÓN DE PARTIDAS Y CANTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AMBIENTE COMPLEMENTARIO

La ¿Sala Técnica¿, en la visita realizada a su institución el usuario nos corrobora el planteamiento de esta sala como un ambiente destinado para la instalación de componentes del tomógrafo. Los planos de sitio de nuestro tomógrafo no requieren de una sala técnica por lo su construcción llevaría a perdidas de espacio en la obra. Por lo que solicitamos CONFIRMAR que se permitirá el REPLANTEO por parte del postor, utilizando los ambientes destinados a fin de favorecer la correcta distribución en los espacios destinados para la construcción.

En referencia al piso porcelanato y vinílico solicitamos al comité de selección, aclarar ¿si estos serán para la sala de tomografía y sala de mando?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.30. Literal: Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la distribución de los espacios conforme establecen los planos cumplen con los requisitos necesarios para el funcionamiento e implementación del tomógrafo. Por tanto, no se aceptará el replanteo de los ambientes ya establecidos en los planos del expediente técnico aprobado por Resolución Gerencial Regional N°0087-2024-GRA/GRI. En relación al material de los pisos, se encuentran detallados en el Expediente Técnico, en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1zOaBtD8UHPfnHtTCJEXr7XiayNx9aY09?usp=drive_link. ACLARAR SI O NO .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	19:30:04

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI LA DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIO POST-VENTA (ANEXO N°12), SERÁ REQUERIDO COMO DOCUMENTO OBLIGATORIO PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, YA QUE EN NINGUNA PARTE DEL REQUERIMIENTO SE HA CONSIGNADO SU PRESENTACIÓN, DE SER EL CASO SUPRIMIR DICHO ANEXO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 12 Literal: ANEXO 12 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se suprimirá el Anexo N°12 - Declaración Jurada de Servicio Post-Venta, puesto que lo señalado en su contenido ya se encuentra indicado en el Formato 16 a presentarse para la admisión de la oferta y el mantenimiento comprende la prestación accesoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá el Anexo N°12 - Declaración Jurada de Servicio Post-Venta .

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 86

Consulta/Observación:

Respecto al Plazo de Entrega se especifica que El plazo de ejecución del COMPONENTE I (INFRAESTRUCTURA): CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, es de 109 (CIENTO NUEVE) días calendario.

El plazo de ejecución del COMPONENTE II (EQUIPAMIENTO): ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, es de 120 (CIENTO VEINTE) días calendario.

Plazo de entrega máximo para la ENTREGA DEL TOMÓGRAFO será de CIENTO DIEZ (110) DÍAS CALENDARIO, y para la instalación y la puesta en funcionamiento diez (10) días calendario. Con lo cual el proveedor tendria solo 10 dias calendarios para relizar las instalacion, puesta en marcha y capacitaciones depues de la entrega fisica, lo cual es un tiempo que no se podria cumplir, solicitamos que dentro de los 120 dias calendarios computados desde el dia siguiente de la firma del contrato, se incluya la instalación, puesta en funcionamiento y capacitaciones y evitar estar parametrado a que esto tome 10 dias calendarios. Esta precision tamabien debe abarcar lo indicado en el texto 3.1.1.10) PLAZO DE PRESTACION (pagina 26)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.9.1 **Literal:** -- **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación del participante, toda vez que conforme han previsto las BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, respecto al PLAZO DE ENTREGA, en el caso de la modalidad de llave en mano se debe indicar el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento. Asimismo, conforme a lo detallado en el numeral 3.1.1.10. PLAZO DE PRESTACIÓN contenido en el requerimiento: El plazo de ejecución del componente I es de 109 dias calendarios contados a partir de la suscripción del acta de la entrega del ambiente; y 2. El plazo de ejecución del componente II será de 130 dias calendarios (110 días para la entrega del bien computados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente y 20 días calendario para la instalación y puesta en funcionamiento a partir del día siguiente de la entrega del bien).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

En las bases se indica que El año de fabricación del (los) equipo(s) deberá ser de una antigüedad máxima de DOCE (12) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE ENTREGA, sin embargo, esta fecha no es fija y puede retrasarse debido a diferentes factores como demora en la firma del contrato, demora en la orden de compra, demora en la culminacion de la pre instalacion, etc, por lo que solicitamos se realice la correccion indicando que la antigüedad máxima de DOCE (12) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS, tal como lo indican todas las Bases de los procesos de compra de estos equipos que se publican en el seace. Esta precision tambien debe abarcar lo indicado en el texto 3.1.1.21.2.4. Del Acta de Recepción, Instalación y Pruebas Operativas de los bienes suministrados (pagina 39)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.12.1 **Literal:** -- **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, puesto que en relación a su cuestionamiento, el Reglamento de la Ley N°30225 ha previsto los plazos para la suscripción del contrato una vez consentido el procedimiento de selección por lo que La Entidad cumplirá con los plazos previstos en la normativa para la suscripción del contrato, no incurriendo en demora. Asimismo, los plazos ofertados por los postores en el procedimiento de selección, así como las bases del procedimiento forman parte del contrato suscrito, por lo que el CONTRATISTA deberá cumplir con los plazos ofertados (incluída la pre-instalación).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 88

Consulta/Observación:
Respecto a la Experiencia del Postor en la Especialidad, en las Bases se indica que los Bienes Similares son los Tomografos en General, por lo que solicitamos respetuosamente al Comite de Selecccion confirmar que tambien se aceptara experiencia en Tomografo Computarizado (PET-CT). Esta precision tambien debe abarcar lo indicado en el texto B) DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD (pagina 44)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma al participante que un "Tomógrafo Computarizado (PET-CT)" está comprendido en la definición de Tomógrafos en general, por tanto servirá para acreditar el requisito de calificación B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. Se acoge su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 89

Consulta/Observación:

En el factor de Evaluación Garantía Comercial del Postor, consideramos que existe un error de tipeo, ya que en una de las escalas de tiempo, se esta considerando AÑOS cuando debería ser MESES, solicitamos la revision y correccion respectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: F Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, efectivamente se trató de un error material la consignación de "59 AÑOS" en el puntaje asignado para el factor de evaluación F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR. El término correcto es "59 MESES".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará la asignación del puntaje para el factor de evaluación F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR de la siguiente manera: Más de 36 hasta 47 MESES: 3 puntos

Más de 47 hasta 59 MESES 6 puntos

Más de 59 hasta 72 MESES: 10 puntos"

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

Para la rerealizacion del mantenimiento, se solicita que el contratista deberá contar con autorización de servicios de IPEN, para instalación, mantenimiento y/o reparación de fuentes de radiación ionizante, se aceptará una D.J Declaración Jurada de cumplimiento, hasta la instalación, una vez concluida la instalación y puesta en marcha, hasta la ejecución del primer mantenimiento preventivo el proveedor deberá haber CUMPLIDO con la entrega de la copia del certificado de seguridad Radiológica emitida por el IPEN. Solicitamos al Comite realizar la precision que la Autorizacion para instalación, mantenimiento y/o reparación de fuentes de radiación ionizante es un documento ineludible segun las leyes peruanas, por lo que solicitamos se corrija y se precise que la empresa proveedora debere contar con Autorizacion vigente para instalación, mantenimiento y/o reparación de fuentes de radiación ionizante: Equipos de Rayos X de uso medico durante la instalacion y durante el mantenimiento del Tomografo Computarizado: asimismo solicitamos nos aclare a que se refiere el documento "la copia del certificado de seguridad Radiológica emitida por el IPEN" al que se hace referencia en esta parte de las Bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.1.16.1 **Literal:** ---- **Página:** 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, se ha consignado de manera errónea el término "certificado de seguridad radiológica emitida por el IPEN", debiendo ser "AUTORIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE: EQUIPOS DE RAYOS X DE USO MÉDICO". Por otra parte, se precisa que no se aceptará la presentación de una declaración jurada para la instalación del equipo; por lo que se exigirá la entrega de la copia de la "AUTORIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE: EQUIPOS DE RAYOS X DE USO MÉDICO" previa a la instalación del equipo a fin de garantizar su correcta instalación y funcionamiento. El área usuaria precisa además, que a fin de garantizar las condiciones de funcionamiento del ambiente de uso radiológico, el contratista presentará el CERTIFICADO DE OPERACIÓN del ambiente emitido por el IPEN el cual será presentado al momento de suscribir el ¿Acta de Recepción, Instalación y Prueba Operativa de Equipos¿ (Formato N° 02), debiéndose él de encargarse de la tramitación del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el primer párrafo del numeral 3.1.1.16.1. Mantenimiento Preventivo de la siguiente manera: "El contratista deberá contar con"AUTORIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE: EQUIPOS DE RAYOS X DE USO MÉDICO". Deberá entregar la copia de "AUTORIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE: EQUIPOS DE RAYOS X DE USO MÉDICO" previa a la instalación del equipo. Asimismo, el contratista presentará el CERTIFICADO DE OPERACIÓN del ambiente emitido por el IPEN el cual será presentado al momento de suscribir el ¿Acta de Recepción, Instalación y Prueba Operativa de Equipos¿ (Formato N° 02), debiéndose él encargarse de la tramitación del mismo."

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 91
Consulta/Observación:
En la especificación técnica B06 solicitan:
POTENCIA MÁXIMA 72 KW O MAYOR

La potencia máxima de un tomógrafo computarizado está directamente relacionada con su capacidad para realizar estudios complejos en pacientes de diferentes características. Un tomógrafo con una potencia de 72 kW puede ser suficiente para aplicaciones básicas, pero limita significativamente su desempeño en procedimientos avanzados, como tomografía cardíaca o estudios con altas resoluciones temporales, que requieren exposiciones rápidas y uniformes en pacientes con alta densidad o movilidad. Además, equipos de marcas reconocidas y de última tecnología generalmente ofrecen una potencia de 100 kW o mayor, lo que les permite manejar protocolos de adquisición exigentes en tiempos cortos, reduciendo el riesgo de artefactos por movimiento y mejorando la calidad diagnóstica.

Desde el punto de vista clínico, una potencia menor puede dificultar la adquisición de imágenes en pacientes con obesidad, donde es fundamental que el tubo de rayos X pueda proporcionar suficiente energía para penetrar tejidos densos sin comprometer la calidad de la imagen. Esto no solo impacta la eficacia diagnóstica, sino también la seguridad del paciente, ya que un equipo con baja potencia podría requerir tiempos de exposición prolongados, incrementando la dosis de radiación. Por lo tanto, establecer como mínimo una potencia máxima de 100 kW asegura que el equipo pueda cubrir un espectro amplio de procedimientos, incluyendo estudios de alta demanda técnica, alineándose con los estándares actuales del mercado.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la adquisición de un equipo altamente competente acorde al principio de vigencia tecnológica, sin afectar la pluralidad de postores, y por todo lo expuesto, solicitamos modificar la especificación e integrar en las bases de la siguiente forma:
B06 POTENCIA MÁXIMA 100 KW O MAYOR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.11 **Literal:** B06 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación del participante, puesto que para el generador la potencia máxima de 72KW resulta suficiente para el correcto funcionamiento y desempeño del tomógrafo requerido en función a la necesidad que se busca satisfacer en virtud del principio de Vigencia Tecnológica. Por el contrario, requerir una potencia máxima de "100 KW O MAYOR" como mínimo para el generador, se limitaría la participación de postores, vulnerando los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia. Asimismo, debe entenderse que el postor al ofertar un equipo con un generador de "potencia máxima de 100KW o mayor", se encuentra dentro del parámetro que establece la especificación B06, lo cual cumple con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 92

Consulta/Observación:

En la especificación técnica B09 solicitan:
RANGO DE CORRIENTE: MENOR O IGUAL A 15MA HASTA MAYOR O IGUAL A 560MA, CON INCREMENTO DE MENOR O IGUAL A 20MA

El rango de corriente de un tomógrafo computarizado es crítico para garantizar flexibilidad en las técnicas de adquisición de imágenes, especialmente en estudios pediátricos, oncológicos y cardiovasculares. Un rango de corriente que comienza en 15 mA y se extiende hasta 560 mA es insuficiente para adaptarse a las necesidades clínicas modernas. Por ejemplo, en estudios pediátricos, la corriente mínima debe ser suficientemente baja (alrededor de 20 mA) para minimizar la dosis de radiación, mientras que en estudios de tórax o abdomen en pacientes con alta densidad corporal, una corriente máxima de 560 mA podría ser insuficiente para obtener imágenes de calidad diagnóstica aceptable. Los equipos de última generación suelen ofrecer rangos extendidos de corriente, alcanzando hasta 800 mA o más, lo que permite abordar casos clínicos desafiantes con confianza.

Desde el punto de vista técnico, un rango de corriente más amplio proporciona mayor versatilidad en la configuración de protocolos, permitiendo ajustes precisos de la dosis en función de las características específicas del paciente. Además, un rango máximo de corriente superior facilita el uso de técnicas avanzadas como iteración múltiple en la reconstrucción de imágenes o protocolos de baja dosis en estudios seriados, optimizando tanto la calidad de imagen como la seguridad del paciente. Por ello, establecer un rango de corriente que se extienda desde ¿20 mA hasta ¿800 mA, con incrementos precisos de ¿20 mA, garantiza que el equipo sea competitivo, versátil y adecuado para las necesidades clínicas actuales y futuras.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la adquisición de un equipo altamente competente acorde al principio de vigencia tecnológica, sin afectar la pluralidad de postores, y por todo lo expuesto, solicitamos modificar la especificación e integrar en las bases de la siguiente forma:
B09 RANGO DE CORRIENTE: MENOR O IGUAL A 20 MA HASTA MAYOR O IGUAL A 800MA, CON INCREMENTO DE MENOR O IGUAL A 20MA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.11 **Literal:** B09 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación del participante, puesto que para el "TUBO DE RAYOS X" el rango de corriente establecido resulta suficiente para el correcto funcionamiento y desempeño del tomógrafo requerido en función a la necesidad que se busca satisfacer en virtud del principio de Vigencia Tecnológica. Por el contrario, requerir un "RANGO DE CORRIENTE MENOR O IGUAL A 20 MA HASTA MAYOR O IGUAL A 800MA" para el TUBO DE RAYOS X, limitaría la participación de postores, vulnerando los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia. Asimismo, debe entenderse que el postor al ofertar un equipo con un rango de corriente menor o igual a 20MA hasta mayor o igual a 800MA, se encuentra dentro del parámetro que establece la especificación B09, lo cual cumple con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 93
Consulta/Observación:
En la especificación técnica B11 solicitan:
PUNTO FOCAL FINO: MENOR O IGUAL 0.8 MM X 0.9 MM O DE MENOR ÁREA; PUNTO FOCAL GRUESO: MENOR O IGUAL 1.4 MM X 1.6 MM

La especificación actual que establece un punto focal fino de ¿0.8 mm x 0.9 mm y un punto focal grueso de ¿1.4 mm x 1.6 mm podría limitar el rendimiento diagnóstico del equipo frente a las tecnologías disponibles en el mercado. Proponer una reducción de estas dimensiones a ¿0.7 mm x 0.7 mm para el punto focal fino y a ¿1.0 mm x 1.0 mm para el punto focal grueso responde a las exigencias clínicas actuales, que demandan mayor resolución espacial y mejor calidad de imagen, especialmente en estudios que requieren alto nivel de detalle.

Un punto focal fino más pequeño mejora la capacidad del tomógrafo para resolver estructuras anatómicas pequeñas y bordes definidos, lo cual es crucial en estudios neurovasculares, musculoesqueléticos y detección de lesiones pulmonares de pequeño tamaño. Por otro lado, un punto focal grueso reducido mejora la uniformidad del haz de rayos X, optimizando la calidad de imagen en exploraciones de pacientes con mayor densidad corporal o en protocolos de adquisición rápida.

Desde un enfoque técnico, estos ajustes permiten que el equipo aproveche mejor las tecnologías avanzadas de reconstrucción iterativa y algoritmos tridimensionales, además de incrementar la eficiencia térmica del tubo de rayos X. Esto asegura un desempeño óptimo en escenarios clínicos de alta demanda, garantizando que el equipo esté alineado con los estándares actuales y sea competitivo frente a las opciones más avanzadas del mercado. Por lo tanto, este cambio no solo mejora la precisión diagnóstica, sino que también optimiza la versatilidad y el rendimiento del equipo en diversos entornos clínicos.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la adquisición de un equipo altamente competente acorde al principio de vigencia tecnológica, sin afectar la pluralidad de postores, y por todo lo expuesto, solicitamos modificar la especificación e integrar en las bases de la siguiente forma:
B11 PUNTO FOCAL FINO: MENOR O IGUAL 0.7 MM X 0.7 MM O DE MENOR ÁREA; PUNTO FOCAL GRUESO: MENOR O IGUAL 1.0 MM X 1.0 MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.11 Literal: B11 Página: 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación del participante, puesto que las características solicitadas para los puntos focales del TUBO DE RAYOS X, resultan suficientes para el correcto funcionamiento y desempeño del tomógrafo requerido en función a la necesidad que se busca satisfacer en virtud del principio de Vigencia Tecnológica. Por el contrario, requerir un "PUNTO FOCAL FINO: MENOR O IGUAL 0.7 MM X 0.7 MM O DE MENOR ÁREA; PUNTO FOCAL GRUESO: MENOR O IGUAL 1.0 MM X 1.0 MM" para el TUBO DE RAYOS X, limitaría la participación de postores, vulnerando los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia. Asimismo, debe entenderse que el postor al ofertar un equipo con las características que detalla para los puntos focales, cual cumple con lo solicitado en la especificación B11.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 94
Consulta/Observación:
En la especificación técnica B13 solicitan:
CARGA MÁXIMA DEL TABLERO: 220KG O MAYOR

La especificación actual que establece una carga máxima del tablero de 220 kg o mayor puede restringir la participación de equipos en el mercado que, aunque cumplen con los estándares clínicos y de seguridad, están diseñados con capacidades ligeramente inferiores. Proponer un ajuste a 205 kg o mayor permite ampliar el rango de opciones disponibles sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad del equipo.

Técnicamente, un tablero con capacidad de 205 kg o mayor es suficiente para cubrir la mayoría de los casos clínicos, incluyendo pacientes con obesidad. Además, muchos fabricantes reconocidos ofrecen tableros en este rango de carga máxima, diseñados para distribuir uniformemente el peso y mantener la estabilidad durante los procedimientos. Este cambio también permite considerar equipos que pueden tener otras ventajas competitivas, como menor peso del tablero, mayor rango de movimiento o tecnologías más avanzadas.

Desde un punto de vista práctico, reducir la especificación a 205 kg o mayor asegura que el equipo cumpla con las necesidades clínicas actuales y fomenta una mayor participación en el proceso de adquisición, lo que puede derivar en una mejor relación costo-beneficio. Por ello, este ajuste equilibra los requerimientos técnicos y clínicos con la realidad del mercado, asegurando opciones adecuadas para el entorno de atención.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la adquisición de un equipo altamente competente acorde al principio de vigencia tecnológica, sin afectar la pluralidad de postores, y por todo lo expuesto, solicitamos modificar la especificación e integrar en las bases de la siguiente forma:
B13 CARGA MÁXIMA DEL TABLERO: 205 KG O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.11 Literal: B13 Página: 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

La característica solicitada en la especificación B13 referida a la carga máxima del tablero, establece la condición requerida para el adecuado y eficiente funcionamiento del TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO, los mismos que cumplen con los estándares clínicos y de seguridad en concordancia con el principio de vigencia tecnológica; por lo que requerir un equipo con la característica que su representada propone limitaría la atención a los pacientes con sobrepeso. En tal sentido, el área usuaria, considerando que la característica establecida en el literal B13 no afecta o restringe la participación de potenciales postores, no acoge la observación planteada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 95
Consulta/Observación:
En la especificación técnica B19 solicitan:
RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES (DE 512 X 512): 23 O MÁS IMÁGENES POR SEGUNDO POR MÉTODO CONVENCIONAL

La especificación actual que define la capacidad de reconstrucción de imágenes en 23 o más imágenes por segundo mediante método convencional resulta adecuada para equipos básicos, pero no contempla las capacidades avanzadas de los sistemas modernos. Proponer el cambio a: "Reconstrucción de imágenes (de 512 x 512): 23 o más imágenes por segundo por método convencional o reconstrucción de hasta 60 imágenes por segundo según tecnología del sistema de reconstrucción", amplía las posibilidades para incluir tecnologías de última generación que mejoran el rendimiento clínico.

Las tecnologías modernas de reconstrucción, como las basadas en algoritmos iterativos avanzados o inteligencia artificial, pueden alcanzar velocidades de hasta 60 imágenes por segundo o más. Esto es especialmente relevante para estudios de alta complejidad, como exploraciones dinámicas, estudios cardíacos o volumétricos, donde es necesario procesar grandes volúmenes de datos en el menor tiempo posible. Estas capacidades reducen los tiempos de espera del paciente, optimizan los flujos de trabajo y mejoran la experiencia del usuario.

Desde el punto de vista técnico, este ajuste asegura que se consideren equipos que no solo cumplen con el estándar convencional, sino que también integran tecnologías avanzadas para satisfacer las demandas clínicas actuales. Al permitir una mayor velocidad de reconstrucción, se garantiza una mejor calidad diagnóstica en estudios dinámicos, favoreciendo diagnósticos más precisos y oportunos. Este cambio refleja una alineación con las tendencias del mercado y las necesidades clínicas en evolución.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la adquisición de un equipo altamente competente acorde al principio de vigencia tecnológica, sin afectar la pluralidad de postores, y por todo lo expuesto, solicitamos modificar la especificación e integrar en las bases de la siguiente forma:
B19 RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES (DE 512 X 512): 23 O MÁS IMÁGENES POR SEGUNDO POR MÉTODO CONVENCIONAL O RECONSTRUCCIÓN DE HASTA 60 IMÁGENES POR SEGUNDO SEGÚN TECNOLOGÍA DEL SISTEMA DE RECONSTRUCCIÓN

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.11 **Literal:** B19 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:
"No se acoge la observación del participante, puesto que las características solicitada en el ítem B19: ""RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES (DE 512 X 512): 23 O MÁS IMÁGENES POR SEGUNDO POR MÉTODO CONVENCIONAL"", resultan suficientes para el correcto funcionamiento y desempeño del tomógrafo requerido en función a la necesidad que se busca satisfacer en virtud del principio de Vigencia Tecnológica. Por el contrario, requerir como característica ""RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES (DE 512 X 512): 23 O MÁS IMÁGENES POR SEGUNDO POR MÉTODO CONVENCIONAL O RECONSTRUCCIÓN DE HASTA 60 IMÁGENES POR SEGUNDO SEGÚN TECNOLOGÍA DEL SISTEMA DE RECONSTRUCCIÓN"", limitaría la participación de postores, vulnerando los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia. Asimismo, debe entenderse que el postor al ofertar un equipo con las características que detalla para los puntos focales, cual cumple con lo solicitado en la especificación B19."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 96
Consulta/Observación:
En la especificación técnica B38 solicitan:
CON SOFTWARE DE ESTUDIOS VASCULARES (AUTO MAPEO DE VASOS SANGUÍNEOS Y ANÁLISIS) VASOS SANGUÍNEOS (CO CARDIACOS)

La especificación actual: "Con software de estudios vasculares (auto mapeo de vasos sanguíneos y análisis) vasos sanguíneos (co cardíacos)" presenta posibles errores tipográficos que dificultan su interpretación. Proponer el cambio a: "Con software de estudios vasculares (análisis automático de vasos sanguíneos y evaluación vascular)" corrige estas inconsistencias y describe de manera más clara y precisa las capacidades que el equipo debe ofrecer.

El análisis automático de vasos sanguíneos y la evaluación vascular son funciones esenciales en equipos avanzados, ya que permiten identificar, mapear y analizar estructuras vasculares de manera rápida y precisa. Estas herramientas son críticas en estudios de angiografía por tomografía computarizada (CTA), donde la visualización y caracterización de arterias y venas son fundamentales para detectar patologías como aneurismas, estenosis o malformaciones vasculares.

Además, esta redacción refleja de manera más general las capacidades del software, sin limitarse a términos específicos que podrían excluir tecnologías avanzadas o más completas. Esto asegura que la especificación sea lo suficientemente inclusiva para considerar soluciones modernas y adaptadas a diversas aplicaciones clínicas, garantizando la alineación con estándares internacionales y las necesidades actuales en diagnóstico por imágenes.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la adquisición de un equipo altamente competente acorde al principio de vigencia tecnológica, sin afectar la pluralidad de postores, y por todo lo expuesto, solicitamos modificar la especificación e integrar en las bases de la siguiente forma:
B38 CON SOFTWARE DE ESTUDIOS VASCULARES (ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE VASOS SANGUÍNEOS Y EVALUACIÓN VASCULAR)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.11 **Literal:** B38 **Página:** 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
Respecto a su observación, se aclara que la modificación que propone es equivalente a la requerida en el ítem B038, por lo que de ofertar tal característica del componente "SOFTWARE ESPECIALIZADOS", se aceptará como acreditada la especificación. Aclarado ello, no se acoge la observación del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 97

Consulta/Observación:

De acuerdo con la modalidad de ejecución, que es LLAVE EN MANO, y bajo la Normativa de Contrataciones que señala a las entidades proporcionar información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de contratación sean comprendidas por los proveedores, se observa que la entidad no ha brindado información clara y precisa respecto a los alcances de infraestructura del proyecto.

En este sentido, solicitamos al Comité de Selección que precise la siguiente información:

- Plano de arquitectura
- Planos de instalación eléctrica
- Plano de estructura

Cada plano deberá incluir al ambiente donde se instalará el tomógrafo como también a los pisos aledaños (piso superior e inferior). Asimismo, cada plano deberá incluir el recorrido eléctrico de la acometida desde la subestación eléctrica.

La información solicitada es fundamental para que los postores puedan elaborar sus propuestas de manera precisa y competitiva. La falta de claridad en la información puede generar confusiones y errores en las ofertas, lo que podría afectar la transparencia y la equidad del proceso de selección.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.9 **Literal:** -- **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los planos requeridos por el participante se encuentran publicados en el expediente tecnico, al cual puede dirigirse mediante el siguiente enlace :
https://drive.google.com/drive/folders/1zOaBtD8UHPfnHtTCJEXr7XiayNx9aY09?usp=drive_link.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 98

Consulta/Observación:

Las bases administrativas señalan lo siguiente:
Asimismo, se aclara de que la Hoja de Presentación de Producto es el medio que permite estructurar el sustento del cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos [¿] En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor.

No obstante, dentro de los Requerimientos Técnicos Mínimos, contenidos en el punto 3.1.1.11 Características Técnicas del bien, no se menciona ningún literal D, F, G, H.
Solicitamos aclarar si se trata de un error de redacción o especificar a qué características se refiere en dicho párrafo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.27 **Literal:** -- **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

A fin de evitar confusión entre los participantes se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, los cuales detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets yo catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor." Se trató de un error material.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets yo catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20608638106	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES METALICAS GIRALDO S.R.L.	Hora de envío :	23:05:50

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:
SE CONSULTA SI NO SE REQUERIRÁ ACREDITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE PARA LAS PRESTACIONES ACCESORIAS: MANTENIMIENTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART 2 DE LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se requiere la acreditación de personal clave para las prestaciones accesorias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

Estimada entidad contratante, en el numeral 3.1.1.23 Forma de Pago, se indica lo siguiente:

- *prestación principal: corresponde al 95%
- *prestación accesoría: corresponde al 5%

Sin embargo, en el numeral 2.6.1 página 21, se indica que la forma de pago será:

- *prestación principal: pago único
- *prestación accesoría: pagos semestrales

A fin de evitar confusiones y malos entendidos en la interpretación, solicitamos aclarar y explicar cómo será la forma de pago.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.1.1.23 **Literal:** - **Página:** 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El numeral 3.1.1.23 Forma de pago; precisa que el pago de la prestación principal se realizará en un único pago, el cual comprende el 95% del monto contratado total. Por otra parte, el pago que corresponde a las prestaciones accesorias comprende el 5% del monto contratado total , y será cancelado en pagos semestrales iguales, durante el periodo de la garantía ofertada. Se aclara que estos porcentajes han sido consignados únicamente de manera refencial teniendo en consideración los montos aprobados para la ejecución de la IOARR, por lo que se suprimirán dichos porcentajes. La forma de pago será según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: LA ENTIDAD efectuará el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente para la prestación principal. Para la prestación accesoría que comprende mantenimientos periódicos, se realizaran en el plazo establecido en el numeral 171 del Reglamento por cada mantenimiento, debiendo presentar los documentos requeridos en el numeral 2.6 del capítulo II de la sección específica de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las Bases Integradas.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Observación: Nro. 101

Consulta/Observación:

Estimada entidad contratante, en el capítulo IV, letra f) Garantía Comercial del Postor , del pliego de bases específicas, se indica que la metodología de evaluación será:

Más de 47 hasta 59 AÑOS

Solicitamos amablemente clarificar este punto, ya que debería decir ""MESES"", notamos que hay un error de tipeo, con el objetivo de evitar confusión entre los oferentes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: F Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a su consulta, se aclara que efectivamente se trató de un error material la consignación de "59 AÑOS" en el puntaje asignado para el factor de evaluación F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR. El término correcto es "59 MESES".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará la asignación del puntaje para el factor de evaluación F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR de la siguiente manera: Más de 36 hasta 47 MESES: 3 puntos

Más de 47 hasta 59 MESES 6 puntos

Más de 59 hasta 72 MESES: 10 puntos"

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

En la sección 3.1.1.27. Forma de Presentación de Ofertas, se indica lo siguiente:
(...) Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor.

Solicitamos amablemente clarificar este punto, ya que en las bases figuran los literales hasta la parte C. Confirmar por favor para evitar confusión entre los postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.27. **Literal:** - **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A fin de evitar confusión entre los participantes se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, los cuales detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser sustentados con una Declaración Jurada firmada por el Postor. En consecuencia, los requerimientos establecidos en la parte C, D, F, G, H y & del numeral 3.1 deberán ser sustentadas mediante una Declaración Jurada de cumplimiento por parte del Postor." Se trató de un error material.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá los siguientes párrafos del numeral 3.1.1.27. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, que detallan: "Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características." "Cabe precisar que, para el caso de los accesorios e instalaciones especiales, el postor deberá presentar CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DUEÑO DE LA MARCA, en el cual debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas." (...) "Debe quedar claro que en el caso de los equipos periféricos esta Declaración Jurada debe expresar el cumplimiento de las características del requerimiento técnico y consignar la Marca y Modelo del bien propuesto. Para los casos de características técnicas referidas a las condiciones de preinstalación y accesorios complementarios podrán ser

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

Estimada entidad, dado la naturaleza del equipamiento y su complejidad, solicitamos ampliar el plazo de instalación y puesta en funcionamiento a 20 días calendario y reducir el plazo de entrega del tomógrafo para que no se afecte el plazo total

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.10 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo en consideración la totalidad de observaciones realizadas al plazo de ejecución de la prestación, se ha determinado los siguientes plazos a fin de promover la pluralidad de postores en virtud de los principios de la Ley N°30225: 1. El plazo de ejecución del componente I es de 109 días calendarios contados a partir de la suscripción del acta de la entrega del ambiente; y 2. El plazo de ejecución del componente II será de 130 días calendarios (110 días para la entrega del bien computados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente y 20 días calendario para la instalación y puesta en funcionamiento a partir del día siguiente de la entrega del bien).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará el plazo de entrega contenido en el numeral 1.9 del capítulo I de la sección específica de las Bases, así como también el numeral 3.1.1.10 del requerimiento, detallándose lo siguiente: El plazo de ejecución del Componente I y Componente II es de CIENTO TREINTA (130) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y expediente técnico de la prestación de servicio de acuerdo al siguiente detalle:

El plazo de ejecución del COMPONENTE I (INFRAESTRUCTURA): ADECUACIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, es de 109 (CIENTO NUEVE) días calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de la entrega del ambiente.

El plazo de ejecución del COMPONENTE II (EQUIPAMIENTO): ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL (L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

En el Anexo 6 Precio de la Oferta, figura lo siguiente:

- Concepto
- Total
- Precio Total

No figura el desglose de Prestación Principal , Prestación Accesoría y Precio Total por ambas prestaciones. Solicitamos amablemente a la entidad considerar si se deberá disgregar el precio o solo será necesario el precio total.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: 90

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma su consulta, en el Anexo 6 - Precio de la oferta, según el formato establecido en la página 90, el último párrafo señala: "El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias. Por tanto, deberá detallar: 1. el monto ofertado por la prestación principal (la cual involucra la ejecución del componente I y el componente II), y también 2. el monto ofertado por la prestación accesoría (mantenimiento del componente II).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

En folio 41 - Forma de Pago: se indica los siguiente: acta de conformidad de cambio de tubo de rayos x. Es importante aclarar que el cambio del tubo de rayos X se llevará a cabo únicamente si, tras un diagnóstico realizado por el contratista, se confirma una falla del componente. Cabe señalar que el tubo de rayos X es uno de los componentes más críticos del equipo, y su reemplazo involucra una maniobra compleja que debe ser cuidadosamente evaluada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.23 Literal: - Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante, que durante el periodo de ejecución de las prestaciones accesorias (el cual concuerda con el tiempo de garantía comercial) considerando la totalidad de consultas u observaciones presentadas se deberá realizar el reemplazo del tubo de rayos X por uno nuevo cada 18 meses en el plazo de vigencia de la garantía comercial ofertada; ello previendo la vida útil de este componente.Por tanto, se adecuará el numeral 3.1.1.23. FORMA DE PAGO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se modificará a segunda condición de los requisitos para el pago por lo siguiente: ""Presentación mínima de una (01) acta de conformidad de cambio de tubo de rayos x (documento a presentar una vez cada 3 mantenimientos (18 meses))""

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

En el folio 33 seccion Mantenimiento Preventivo se indica lo siguiente:Otras que demande el mantenimiento preventivo, el cual deberá incluir el tubo de ¿rayos" - x¿. Es importante aclarar que el reemplazo de este componente se realizara en caso de falla o recomendación del contratista Esta medida garantiza la correcta valoración del estado del equipo y asegura que el cambio solo se realice cuando sea absolutamente necesario para el buen funcionamiento del sistema.

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.16 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante, que durante el periodo de ejecución de las prestaciones accesorias (el cual concuerda con el tiempo de garantía comercial) considerando la totalidad de consultas u observaciones presentadas se deberá realizar el reemplazo del tubo de rayos X por uno nuevo cada 18 meses en el plazo de vigencia de la garantía comercial ofertada; ello previendo la vida útil de este componente. Por tanto, se adecuará el numeral 3.1.1.16.1. Mantenimiento Preventivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añadirá al numeral 3.1.1.16 .1. lo siguiente: "El contratista deberá realizar el reemplazo del tubo de rayos X por uno nuevo cada 18 meses en el plazo de vigencia de la garantía comercial ofertada; contados a partir de la fecha de inicio de las prestaciones accesorias".

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

En el folio 33 seccion Garantia comercial se indica lo siguiente:El Contratista queda obligado a extender el plazo de vigencia de la garantía de los bienes o equipos y sus componentes, cuantas veces sea necesario, por un plazo similar al que el equipo se encuentre inoperativo por causas atribuibles a él.Solicitamos a la entidad que considere la extensión de la garantía en los casos que la reparación de piezas supere el plazo de 15 días calendarios.

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.15 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado. La extensión de la garantía será por el mismo plazo que estuvo inoperativo el equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

En el folio 33 seccion Garantia comercial se indica lo siguiente: Asimismo, si el Tomógrafo Computarizado suministrado sufre desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual, haciendo que quede inoperativo mínimamente por 60 días calendario, el contratista deberá sustituir en forma total, por un Tomógrafo Computarizado nuevo de iguales o mayores características técnicas. Es importante aclarar que el contratista debe cumplir con todos sus proceso de clarificación local y adicionalmente con el proceso de clarificación de la fábrica. Solo si, se identifica una falla de origen del equipo y que previamente haya sido validado por fábrica se considera el cambio del equipo de manera integral.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.15 **Literal:** - **Página:** 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a su consulta, en aplicación de los principios que rigen las contrataciones del estado, se modificará el primer y segundo párrafo de las condiciones de la garantía por condiciones más adecuadas, estableciéndose lo siguiente: " Asimismo, si el Tomógrafo Computarizado suministrado sufre desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual, haciendo que quede inoperativo mínimamente por cuarenta (40) días calendarios, el contratista deberá sustituir LAS PARTES Y/O COMPONENTES Y/O ACCESORIOS Y/O PIEZAS del Tomógrafo computarizado siendo éstos nuevos de iguales o mayores características técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el numeral 3.1.1.15.1 del requerimiento de la siguiente manera: (¿) - Si producto del diagnóstico deba realizarse el cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles que corresponda y este requiera su importación, el contratista tendrá un plazo no mayor a veinte (20) días calendarios de comunicado el incidente de la entidad.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 109

Consulta/Observación:

En el folio 32 seccion Garantia comercial se indica lo siguiente : cuando La Entidad requiera una atención de emergencia requerirá mediante correo electrónico al contratista para que este realice la revisión y/o reparación del equipo, debiendo el contratista brindar respuesta (atención remota) después de haberse enviado el correo electrónico o llamada telefónica por parte de la institución. Atención presencial dentro de las 48 horas de haberse notificado la falla. Solicitamos ala entidad considerar que la respuesta en el sitio se lleve a cabo dentro de un plazo no mayor a 72 horas. Consideramos que este tiempo es crucial para garantizar una respuesta eficiente y adecuada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.15 **Literal:** - **Página:** 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación del participante considerando las totalidad de observaciones del presente pliego referidas al plazo de reparación del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el numeral 3.1.1.15.1. GARANTÍA COMERCIAL: del requerimiento de la siguiente manera: "(...) - Una vez que se haya presentado el técnico y/o personal responsable de la reparación, en el lugar donde se encuentra ubicado el equipo, deberá realizar la corrección del mismo (cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles, lo que corresponda), sin costo, en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas de efectuada la presencia del personal del contratista."

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:

En el folio 32 sección Garantía Comercial se indica lo siguiente: Una vez que se haya presentado el técnico y/o personal responsable de la reparación, en el lugar donde se encuentra ubicado el equipo, deberá realizar la corrección del mismo (cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles, lo que corresponda), sin costo, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la presencia del personal del contratista.
- Si producto del diagnóstico deba realizarse el cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles que corresponda y este requiera su importación, el contratista tendrá un plazo no mayor a diez (10) días calendarios de comunicado el incidente de la entidad.

Consideramos que el plazo de 10 días otorgado por la entidad no es razonable, considerando que para un diagnóstico y reparación adecuada de los equipos se requiere desmontarlos, montarlos e instalarlos nuevamente, sin contar que muchos casos se requerirá la importación de repuestos, actividades que superan el plazo de reparación otorgada. Por lo anterior antes expuesto, solicitamos a la entidad considerar que en el caso el equipo presente fallas, el proveedor deberá de atender la solicitud efectuada por la entidad (cualquier medio) dentro de las 48 horas hábiles procediendo a repararlo dentro de un plazo máximo de (15) quince días calendarios si la reparación requiere repuesto que sí necesita ser importado.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.15 **Literal:** - **Página:** 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, considerando que los tiempos propuestos resultan razonables. Por tanto, si producto del diagnóstico deba realizarse el cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles que corresponda y este requiera su importación, el contratista tendrá un plazo no mayor a veinte (20) días calendarios de comunicado el incidente de la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el numeral 3.1.1.15.1 del requerimiento de la siguiente manera: (¿) - Si producto del diagnóstico deba realizarse el cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles que corresponda y este requiera su importación, el contratista tendrá un plazo no mayor a veinte (20) días calendarios de comunicado el incidente de la entidad.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

En la sección 3.1.1.15.1. Garantía Comercial, se menciona lo siguiente:

(...) Si producto del diagnóstico deba realizarse el cambio de repuestos, accesorios, insumos, consumibles que corresponda y este requiera su importación, el contratista tendrá un plazo no mayor a diez (10) días calendarios de comunicado el incidente de la entidad.

Se solicita a la entidad CONFIRMAR que en el caso que surja una actividad correctiva que implique el cambio de repuestos, este cambio se realizará bajo la modalidad de RECAMBIO, es decir, la entidad entrega el repuesto, pieza, componente, accesorio y/o consumible malogrado al postor adjudicado y este, entrega la nueva pieza ,posterior al debido proceso de importación del mismo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1.15.1 **Literal:** - **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma su consulta. El cambio del repuesto será realizado bajo la modalidad de recambio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:

En la sección 3.2 Requisitos de Calificación, en el literal b) se indica lo siguiente:

b)Experiencia del Postor en la Especialidad

Se consideran bienes similares a los siguientes: Tomógrafos en general

Teniendo en cuenta que el bien a adquirir es TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES, siendo este un método de diagnóstico por imágenes que trabajan con la emisión de rayos X; bajo esa premisa también se puede considerar como bienes similares EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN TODAS SUS MODALIDADES Y/O EQUIPOS BIOMÉDICOS EN GENERAL y Tomógrafos en general. Por lo antes expuesto, se solicita al comite, para no vulnerar los principios de libertad de concurrencia, competencia e igualdad de trato establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aceptar lo mencionado en aras de permitir mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 51
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a su consulta, se precisa que conforme ha indicado el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado en diversas opiniones, tales como las Opiniones N° 105-2015/DTN, 032-2014/DTN, 082-2012/DTN, 068-2011/DTN: la ¿experiencia¿ es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado. Así, en las Bases Estándar objeto de presente contratación se establece que, corresponde a la Entidad definir aquellos bienes similares al objeto de la contratación que los postores deben tener en cuenta a fin de acreditar el requisito de calificación ¿Experiencia del postor en la especialidad¿. Aunado a ello, cabe indicar que, la Dirección Técnica Normativa mediante la Opinión N° 001-2017/DTN, establece que ¿(...) se entenderá como bienes ¿similares¿ a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta (...)¿. Conforme a ello, el área usuaria ha dispuesto no acoger la solicitud en ejercicio de sus funciones, toda vez que el bien a adquirirse por su alto grado de sofisticación requiere de proveedores con experiencia netamente en la venta de tomógrafos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GRA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790		

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	23:32:10

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:

Preliminares:
El área designada para tomografía actualmente funciona como un almacén, ¿El hospital se hará cargo de desocupar los ambientes?
En el ambiente designado para sala de exámenes hay un equipos Rayos X instalado, ¿El hospital se hará cargo del desmontaje y retiro del equipo? ¿El equipo se reutilizará?

Arquitectura:
En la visita se indicó que el alcance en infraestructura sería: Sala de exámenes, sala de comando, baño (el cual se desmontaría y anularía para que la sala de comando pueda crecer), sala de preparación (actualmente ambiente de toma de muestras). Confirmar que los 03 ambientes mencionados Indicar cuál es la distribución definitiva y cuál es el alcance a nivel de infraestructura
Las dimensiones actuales para la sala de exámenes son 4.21m x 5.86m altura hacia el falso cielo raso es 2.82m, estas medidas pueden albergar el tomógrafo es necesario que estas medidas no se reduzcan
Detallar que acabados van a utilizarse en pisos, muros, zócalos, falso cielo raso, en cada ambiente
En visita se indicó que el ambiente está parcialmente baritinado, ¿Se requiere un nuevo baritinado en la sala? ¿será necesario realizar las pruebas de control de calidad de protección radiológica a la sala de examen?
¿Se modificará el vano de la ventana plomada?, de ser el caso, ¿se considerará la ventana plomada de 0.80m x 1.20m y sino cuáles serían las medidas requeridas?
Indicar cuántas puertas plomadas deben considerarse y ¿Cuáles serán sus dimensiones y ubicaciones? ¿Cuál será el acabado?

Eléctricas:
¿Debe retirarse la acometida eléctrica del equipo existente en la sala?
¿Se requerirá independizar la red de iluminación y tomacorrientes para el área de tomografía?, de ser el caso ¿se puede colocar un ITM en los espacios de reserva del tablero 220V ubicado en el pasillo al costado del ambiente de ""toma de muestras""?
Especificar cuántos puntos de tomacorrientes se requieren y en qué salas estarán ubicados.
El tomógrafo requiere 120KVA en 380V y el aire acondicionado 45KVA en 220V, ¿El hospital cuenta con la potencia disponible indicada?
¿Cuál será la ruta para la acometida eléctrica del equipo y del aire acondicionado?, en caso de ser aérea ¿esta será en tubería conduit EMT?
En visita se revisó un tablero 380V en subestación, la potencia disponible vendrá desde ese tablero, caso contrario indicar la distancia hacia el área de tomografía
¿El hospital otorgará 220V para el aire acondicionado o será necesario suministrar e instalar un transformador de cambio de voltaje/aislamiento?, de ser el caso, ¿Cuál sería la ubicación de ese transformador, indicar si necesitara una caseta, un poyo, etc?
¿El pozo a tierra puede ser instalado en el patio posterior a la sala de tomografía?, ¿puede utilizarse el sistema de pozo a tierra Faragauss?
El tomógrafo requiere 03 puntos de data, confirmar si el hospital dejará un punto de red en la sala de comando, para la conexión del switch para los 03 puntos mencionados. ¿El hospital cuenta con estándar de switch y cable UTP?
¿Se requerira un transformador de aislamiento para el tomógrafo?
¿Se requerira un estabilizador de voltage para el CT?
¿Se requerira UPS para el tomógrafo completo y/o solo para al etapa de control?

Aire acondicionado:
El tomógrafo requiere control de temperatura y humedad para la sala de exámenes, ¿Se colocará un equipo de aire acondicionado tipo split ducto? ¿Puede colocarse en la sala de comando un split decorativo?, ¿Se considerará aire acondicionado en la sala de preparación?
¿Los equipos de aire acondicionado pueden colocarse en el techo plano del bloque contiguo revisado en la visita?, ¿Se requiere que estos equipos lleven una cubierta?, de ser el caso indicar la materialidad de la misma.
¿Será necesario un sistema de backup de aires acondicionados? ¿Este backup tambien seria para la sala de preparación?

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL (LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, CUI Nro. 2501790

¿Qué requerimientos de sistemas de aires acondicionados se requieran, como por ejemplo números de renovaciones por hora, tipo de filtros, etc?

Gases medicinales:

¿Requieran de tomas de gases médicos ? ¿Cuáles? En caso de requerirlas detallar el nivel de alcance de ello, como por ejemplo si se conectara a una red ya existente o sera necesario incluir las fuentes que provean estos gases medicinales.

Circuito cerrado de TV:

¿Se requiera sistema de circuito de TV ? Si es asi ¿Cuál sería el alcance?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1.6

Literal: -

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

*El hospital, a través de su personal se ocupará de las gestiones para el traslado de los mobiliarios que se encuentran dentro del establecimiento para desocupar los ambientes. *Los equipos que se encuentren dentro del espacio de intervencion, serán retirados para dar inicio al acondicionamiento de la sala de tomografía. La distribución de los ambientes y el alcance a nivel de infraestructura están detallados en los planos contenidos en el VOLUMEN V del expediente técnico ubicado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1zOaBtD8UHPfnHtTCJEXr7XiayNx9aY09?usp=drive_link. *Para el uso de la baritina, se ha hecho la especificacion en los planos de arquitectura, revisar el enlace. *El detalle de la ventana emplomada se encuentre en la lamina D-04, ágina 18 volumen V, en el enlace, en el cual las medidas son unicas.* La cantidad y detalle de puertas plomadas se encuentra en la lamina D-03 de la pagina 17, del volumen V. *Si se requiere independizar la red de iluminación y tomacorrientes para el área de tomografía, tal como se detallan en los planos de las instalaciones eléctricas. Los puntos se detallan en los planos de instalaciones lectricas en la lamina IE-02, de la pagina 32 del volumen V, se aclara que sí Debe retirarse la acometida eléctrica del equipo existente en la sala. *El hospital cuenta con la aprobacion de suministro de energia de 200kva, equivalente a 160KW disponible. *Los planos de las instalaciones electromecanicas (aire acondicionado), se encuentran en el enlace, en la pagina 37, volumen V, lamina IE-05. *El plano de la ruta de la alimentación electrica del equipo y aire acondicionado se encuentra dentro del expediente técnico, las instalaciones serán aéreas con tubería conduit EMT *La alimentación se realizará desde el tablero principal existente de 380V *En caso de requerirse un transformador adicional se deberá ubicar en la él área de tableros del hospital y/o en el área técnica de la zona del tomógrafo según evaluación *- El pozo a tierra si se podría instalar en la zona posterior a la sala de tomografía, el tipo de sistema a instalarse deberá ser evaluado de acuerdo al requerimiento del equipo e instalaciones.*el punto de salida para la dara podría ser ubicado en la sala técnica. Se deberá considerar un estándar de switch y cable utp según normativa segun el tipo de proyecto. *Si se deberá considerar un estabilizador de voltaje para el CT o según evaluación *Se tiene que considerar un transformador para el tomógrafo. *- Se podrá compartir UPS para el tomógrafo y otros áreas.*- Se requiere todo un sistema de aire acondicionado para todas las áreas del tomógrafo, con slip ducto con uso de filtros HEPA como minimo. *Los equipos de aire acondicionado si se pueden colocar en el techo del ambiente contiguo. La estructura techada será metálica. Se encuentra adjunto en el ET *El tipo de sistema de aire acondicionado a instalarse deberá ser para el tipo de UPS según requerimiento del equipo y áreas complementarias *Se requerirá la instalación de sistema de circuito de TV para todo él área de tomografía. Con relación a las consultas formuladas, se debe tener presente que todas las consultas han sido absueltas en concordancia con los planos contenidos en el expediente técnico ubicado en siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1zOaBtD8UHPfnHtTCJEXr7XiayNx9aY09?usp=drive_link, el mismo que fue publicado en el numeral 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO del capítulo I de la sección general de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO