

ANEXO 3
ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTASLICITACION PUBLICA 12-2023-CEABE/ESSALUD-1
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL 2 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD DE ESSALUD-52 ITEMS

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cantidad	Orden de Prelación	RUC	Nombre de Razon Social	3.2 Requisitos de Calificación		ESTADO DE LA OFERTA
						A. CAPACIDAD LEGAL HABILITACION DE AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICO)	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
5 - ITEM	Catéter de drenaje percutáneo 10.0 fr	532	1	20601541034	INCARMED S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
6 - ITEM	Catéter de drenaje percutáneo 12.0 fr	136	1	20601541034	INCARMED S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
7 - ITEM	Catéter de drenaje percutáneo 14.0 fr	572	1	20601541034	INCARMED S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
			2	20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
12 - ITEM	Catéter diagnostico coronario curva judkins JR4 de 5 o 6 French	2,732	1	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
13 - ITEM	Catéter diagnóstico coronario curva judkins JL4 de 5 o 6 French	2,472	1	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
19 - ITEM	Catéter venoso central 12 fr x 15 cm doble lumen	6,851	1	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
20 - ITEM	Catéter venoso central 12 fr x 16 cm doble lumen	1,122	El Comité de Selección recomienda se realice las gestiones correspondientes de conformidad al numeral 68.3 del artículo 68° de RLCE; En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta económica, y proceda a otorgar la buena pro.					
24 - ITEM	Catéter venoso central 7 fr x 20 cm doble lumen	18,445	1	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
25 - ITEM	Catéter venoso central de triple lumen de 7 fr x 20 cm	53,249	1	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
26 - ITEM	Catéter venoso central de triple lumen 12 fr x 16 cm	1,757	1	20377339461	B BRAUN MEDICAL PERU S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
27 - ITEM	Guía metálica hidrofilica curva 0.035" - 140 - 180 cm	3,091	1	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
			2	20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
			3	20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
			4	20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
28 - ITEM	Guía metálica hidrofilica curva 0.035" - 260 - 300 cm	1,112	1	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
			2	20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
			3	20504312403	CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
			4	20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
29 - ITEM	Guía metálica hidrofilica recta 0.035" - 260 - 300 cm	4,025	1	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
			2	20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
			3	20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
30 - ITEM	Guía metálica hidrofilica recta 0.035" - 140 - 180 cm	3,465	El Comité de Selección recomienda se realice las gestiones correspondientes de conformidad al numeral 68.3 del artículo 68° de RLCE; En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta económica, y proceda a otorgar la buena pro.					
33 - ITEM	Introdutor 5 fr, de 11 a 13 cm.	4,005	1	20547961456	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
34 - ITEM	Introdutor 6 fr, de 11 a 13 cm.	4,451	1	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
			2	20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
35 - ITEM	Catéter venoso central-acceso periférico 1.9 fr a 2 fr x 15 a 30 cm	1,324	El Comité de Selección recomienda se realice las gestiones correspondientes de conformidad al numeral 68.3 del artículo 68° de RLCE; En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta económica, y proceda a otorgar la buena pro.					
39 - ITEM	Catéter venoso central-acceso periférico 3 fr x 20 a 60 cm	347	1	20380274095	MACATT MEDICA PERUANA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
49 - ITEM	Guía para angioplastia coronaria simple de intermedio soporte	890	1	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA
51 - ITEM	Guía teflonada punta curva 1.5 mm - 3.0 mm - 140 - 180 cm	3,792	1	20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA

Lima, 24 de junio de 2024





ANEXO 2
ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA 12-2023-CEABE/ESSALUD-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL 2 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD-52 ITEMS

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	Valor Estimado (S/)	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación			Orden de Prelación
							Precio (Puntaje máximo 100 puntos)	Puntaje adicional por Mype	Puntaje Final Incluyendo bonificación MYPE	
5	Catéter de drenaje percutáneo 10.0 fr	532	20601541034	INCARMED S.A.C.	177,049.60	130,340.00	100.00	5.00	105.00	1
6	Catéter de drenaje percutáneo 12.0 fr	136	20601541034	INCARMED S.A.C.	45,260.80	33,320.00	100.00	5.00	105.00	1
7	Catéter de drenaje percutáneo 14.0 fr	572	20601541034	INCARMED S.A.C.	190,361.60	154,440.00	100.00	5.00	105.00	1
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	256,770.80	60.15	NO	60.15	2	
12	Catéter diagnóstico coronario curva judkins JR4 de 5 o 6 French	2,732	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	218,560.00	89,609.60	100.00	5.00	105.00	1
13	Catéter diagnóstico coronario curva judkins JL4 de 5 o 6 French	2,472	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	197,760.00	81,081.60	100.00	5.00	105.00	1
19	Catéter venoso central 12 fr x 15 cm doble lumen	6,851	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	959,140.00	518,552.19	100.00	NO	100.00	1
20	Catéter venoso central 12 fr x 16 cm doble lumen	1,122	20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	El Comité de Selección recomienda se realice las gestiones correspondientes de conformidad al numeral 68.3 del artículo 68° de RLCE. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta económica, y proceda a otorgar la buena pro.					
24	Catéter venoso central 7 fr x 20 cm doble lumen	18,445	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	1,438,710.00	861,197.05	100.00	NO	100.00	1
25	Catéter venoso central de triple lumen de 7 fr x 20 cm	53,249	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	3,993,675.00	2,523,470.11	100.00	NO	100.00	1
26	Catéter venoso central de triple lumen 12 fr x 16 cm	1,757	20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	450,073.12	391,565.02	100.00	NO	100.00	1
27	Guía metálica hidrofilica curva 0.035" - 140 - 180 cm	3,091	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	401,830.00	241,098.00	100.00	5.00	105.00	1
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.		268,917.00	89.66	4.48	94.14	2
			20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU		478,465.89	50.39	NO	50.39	3
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA		772,750.00	31.20	NO	31.20	4
28	Guía metálica hidrofilica curva 0.035" - 260 - 300 cm	1,112	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	166,800.00	95,298.40	100.00	5.00	105.00	1
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.		96,744.00	98.51	4.93	103.43	2
			20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU		238,879.84	39.89	NO	39.89	3
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA		278,000.00	34.28	NO	34.28	4
29	Guía metálica hidrofilica recta 0.035" - 260 - 300 cm	4,025	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	563,500.00	344,942.50	100.00	5.00	105.00	1
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.		350,175.00	98.51	4.93	103.43	2
			20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU		878,053.75	39.28	NO	39.28	3
30	Guía metálica hidrofilica recta 0.035" - 140 - 180 cm	3,465	20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	El Comité de Selección recomienda se realice las gestiones correspondientes de conformidad al numeral 68.3 del artículo 68° de RLCE. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta económica, y proceda a otorgar la buena pro.					
33	Introductor 5 fr, de 11 a 13 cm.	4,005	20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	360,450.00	360,450.00	100.00	NO	100.00	1
34	Introductor 6 fr, de 11 a 13 cm.	4,451	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	400,590.00	266,169.80	100.00	5.00	105.00	1
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA		400,590.00	66.44	NO	66.44	2
35	Catéter venoso central- acceso periférico 1.9 fr a 2 fr x 15 a 30 cm	1,324	20380274095	MACATT MEDICA PERUANA S.A.C.	El Comité de Selección recomienda se realice las gestiones correspondientes de conformidad al numeral 68.3 del artículo 68° de RLCE. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta económica, y proceda a otorgar la buena pro.					
39	Catéter venoso central- acceso periférico 3 fr x 20 a 60 cm	347	20380274095	MACATT MEDICA PERUANA S.A.C.	134,636.00	117,980.00	100.00	NO	100.00	1
49	Guía para angioplastia coronaria simple de intermedio soporte	890	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	284,800.00	156,017.00	100.00	5.00	105.00	1
51	Guía telefonada punta curva 1.5 mm - 3.0 mm - 140 - 180 cm	3,792	20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	303,360.00	175,683.36	100.00	5.00	105.00	1



ANEXO 1
ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA 12-2023-CEABE/ESSALUD-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL 2 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD-52 ITEMS

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	ADMISIÓN DE LA OFERTA Documentación de presentación obligatoria																		Resultado (Admitida / No admitida)
					a)Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b)Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c)Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d)Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	4.1 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	4.5 Metodologia Analitica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediato e inmediato	Fotografía del Producto Ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	f)Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g)Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (Anexo N° 5)	h)El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente e el Anexo N° 6.	a)Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°10).		
1	Aguja de anestesia epidural 18 x 3 1/4 descartable	13,969.00	20330625679	TECNOLOGIA Y MATERIALES SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
2	Aguja de anestesia espinal 26 x 3 1/2 descartable	63,968.00	20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
3	Aguja de punción lumbar descartable 20 × 3 1/2"	11,323.00	20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
4	Catéter arterial capilar pulmonar con termodilución 7.5 fr 5 lúmen x 110 cm con manga protectora con dilatador 8.5 fr y guía	886.00	20600047478	ALC MEDICAL E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
5	Catéter de drenaje percutáneo 10.0 fr	532.00	20601541034	INCARMED S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
6	Catéter de drenaje percutáneo 12.0 fr	136.00	20601541034	INCARMED S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
7	Catéter de drenaje percutáneo 14.0 fr	572.00	20601541034	INCARMED S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO	
8	Catéter endovenoso periférico N.14 x 1 1/2" - 2"	32,174.00	20330625679	TECNOLOGIA Y MATERIALES SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
			20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
9	Catéter endovenoso periférico N.16 x 1 1/2" - 2"	56,046.00	20330625679	TECNOLOGIA Y MATERIALES SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
			20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
10	Catéter guía para angioplastia coronaria tipo amplatz izquierdo AL2	400.00	20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
11	Catéter guía para angioplastia coronaria tipo judkins derecha JR4 de 6 French	622.00	20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
12	Catéter diagnostico coronario curva judkins JR4 de 5 o 6	2,732.00	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	
13	Catéter diagnóstico coronario curva judkins JL4 de 5 o 6	2,472.00	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
14	Catéter de marcapaso temporal de 5 french	504.00	20604925682	SECOND MEDICAL S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
			20459316842	MULTI MED PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
15	Catéter ureteral stent N.05 fr x 24 cm	1,586.00	DESIERTO																				
16	Catéter ureteral stent N.06 fr x 16 cm	278.00	DESIERTO																				
17	Catéter ureteral stent N.06 fr x 30 cm	223.00	DESIERTO																				
18	Catéter ureteral stent N.07 fr x 26 cm	314.00	DESIERTO																				
19	Catéter venoso central 12 fr x 15 cm doble lúmen	6,851.00	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO	
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
20	Catéter venoso central 12 fr x 16 cm doble lúmen	1,122.00	20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
			20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO	
21	Catéter venoso central 4 fr x 8 cm doble lúmen pediátrico	1,880.00	20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		NO HAY EXPEDIENTE	NO HAY EXPEDIENTE	NO HAY EXPEDIENTE	NO HAY EXPEDIENTE		CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
22	Catéter venoso central 4 fr x 13 cm doble lúmen pediátrico	1,223.00	20600047478	ALC MEDICAL E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	

[Handwritten signature]



ANEXO 1
ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA 12-2023-CEABE/ESSALUD-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL 2 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD-52 ITEMS

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	ADMISIÓN DE LA OFERTA Documentación de presentación obligatoria																	Resultado (Admitida / No admitida)
					a)Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b)Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c)Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d)Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	4.1 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	4.5 Metodología Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatos e inmediato	Fotografía del Producto Ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	f)Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g)Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (Anexo N° 5)	h)El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	a)Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°10).	
23	Catéter venoso central 5.5 fr x 13 cm doble lumen pediátrico	1,089.00			DESIERTO																	
24	Catéter venoso central 7 fr x 20 cm doble lumen	18,445.00	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
			20600047478	ALC MEDICAL E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO
25	Catéter venoso central de triple lumen de 7 fr x 20 cm	53,249.00	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
26	Catéter venoso central de triple lumen 12 fr x 16 cm	1,757.00	20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO
27	Guía metálica hidrofílica curva 0.035" - 140 - 180 cm	3,091.00	20552997906	AVALON PHARMACEUTICAL PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
			20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
			20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO
			20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO
			20604661740	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
28	Guía metálica hidrofílica curva 0.035" - 260 - 300 cm	1,112.00	20552997906	AVALON PHARMACEUTICAL PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
			20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
			20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO
			20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO
			20604661740	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
29	Guía metálica hidrofílica recta 0.035" - 260 - 300 cm	4,025.00	20552997906	AVALON PHARMACEUTICAL PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
			20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO
			20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO
			20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO
			20604661740	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
30	Guía metálica hidrofílica recta 0.035" - 140 - 180 cm	3,465.00	20552997906	AVALON PHARMACEUTICAL PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
			20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO
			20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO
			20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
			20604661740	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO

Handwritten signatures and initials.



ANEXO 1
ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA 12-2023-CEABE/ESSALUD-1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL 2 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD-52 ITEMS

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	ADMISIÓN DE LA OFERTA Documentación de presentación obligatoria																		Resultado (Admitida / No admitida)
					a)Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b)Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c)Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d)Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	4.1 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	4.5 Metodología Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos	Fotografía del Producto Ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	f)Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g)Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	h)El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	a)Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°10).		
31	Guía para angioplastia coronaria compleja de leve soporte	758.00	20459316842	MULTI MED PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
			20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO
32	Guía para angioplastia simple de leve soporte	1,058.00	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO
			20459316842	MULTI MED PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
33	Introdutor 5 fr, de 11 a 13 cm.	4,005.00	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO	
34	Introdutor 6 fr, de 11 a 13 cm.	4,451.00	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO	
35	Catéter venoso central-acceso periférico 1.9 fr a 2 fr x 15 a 30 cm	1,324.00	20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
			20380274095	MACATT MEDICA PERUANA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO	
36	Catéter Guía para Angioplastia Coronaria Extra back Up (XB) 3.5 de 6 French	1,284.00	20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
37	Catéter Guía para Angioplastia Coronaria tipo Curva Radial Braquial 6 French	841.00	DESIERTO																				
38	Cateter venoso central de triple lumen de 5.5 fr x 13 cm	711.00	20600047478	ALC MEDICAL E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
			20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
39	Catéter venoso central-acceso periférico 3 fr x 20 a 60 cm	347.00	20380274095	MACATT MEDICA PERUANA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO	
40	Kit de catéter permanente doble lumen para hemodiálisis adulto 14 a 15 fr x 28 cm (±2)	3,107.00	20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
41	Kit de catéter permanente doble lumen para hemodiálisis adulto 14 a 15 fr x 40 cm (±2)	901.00	20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R. LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
42	Kit de catéter permanente doble lumen para hemodiálisis adulto 14 a 15 fr x 55 cm (±2)	91.00	DESIERTO																				
43	Microcatéter compatible con sustancia embolizante	277.00	20600047478	ALC MEDICAL E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
44	Aguja espinal para anestesia combinada 27 Ga x 120 mm (±1 mm)	16,586.00	20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
45	Catéter venoso central-acceso periférico doble lumen 2 fr, longitud 30 cm ±5 cm	2,140.00	20330625679	TECNOLOGIA Y MATERIALES SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
			20380274095	MACATT MEDICA PERUANA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
46	Catéter venoso central de triple lumen de 4.5 fr x 12 cm	322.00	20380274095	MACATT MEDICA PERUANA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
47	Catéter venoso central-acceso periférico 1 fr x 15 a 20 cm	292.00	20380274095	MACATT MEDICA PERUANA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	



ANEXO 1
ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA 12-2023-CEABE/ESSALUD-1


CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL 2 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD-52 ITEMS

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	ADMISIÓN DE LA OFERTA Documentación de presentación obligatoria																		Resultado (Admitida / No admitida)
					a)Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b)Documento to que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c)Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d)Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	4.1 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	4.5 Metodologia Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediato e inmediato	Fotografía del Producto Ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	f)Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g)Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (Anexo N° 5)	h)El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente e el Anexo N° 6.	a)Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°10).		
48	Catéter venoso central de triple lumen de 4 fr x 8 cm	336.00	20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
49	Guía para angioplastia coronaria simple de intermedio soporte	890.00	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	
			20604661740	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
			20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
			20459316842	MULTI MED PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
50	Catéter guía para angioplastia coronaria tipo extra back up (XB) 4 de 6 French	385.00	20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	
51	Guía teflonada punta curva 1.5 mm - 3.0 mm - 140 - 180 cm	3,792.00	20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO
			20604661740	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDO

NOTA: SE ADJUNTA CUADRO DE EVALUACION REALIZADO POR PARTE DEL AREA TECNICA CON EL SUSTENTO DE LA NO ADMISION

Lima, 24 de junio del 2024


N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	4.5 Metodología Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos	Fotografía del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
1	Aguja de anestesia epidural 18 x 3 1/4 descartable	13,969.00	20330625679	TECNOLOGIA Y MATERIALES SRL	C	C	C	N/C	C	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	CERTIFICADO DE ANALISIS: Señala el largo del tubo (mm) 80(+0.01), sin embargo la entidad requiere 18 G x 3 1/4" = 82.55 mm, de otro lado, no hace mención el tipo de material "Acero inoxidable de grado médico", así como tampoco adjunta documento para acreditar dicha característica, por lo tanto no cumple según lo solicitado en las Bases del presente procedimiento. FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO: No presentó, por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente
2	Aguja de anestesia espinal 26 x 3 1/2 descartable	63,968.00	20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	C	C	C	C	N/A	C	C	N/P	C	NO ADMITIDO	FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO: No presentó, por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente proceso.
3	Aguja de punción lumbar descartable 20 x 3 1/2"	11,323.00	20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	C	C	C	C	N/A	C	C	N/P	C	NO ADMITIDO	FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO: No presentó, por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente proceso.
4	Catéter arterial capilar pulmonar con termodilución 7.5 fr 5 lumen x 110 cm con manga protectora con dilatador 8.5 fr y guía	886.00	20600047478	ALC MEDICAL E.I.R.L.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	N/P	C	NO ADMITIDO	CERTIFICADO DE ANALISIS: No señala las normas nacionales, internacionales ni metodología analítica propia a la que se acoge el fabricante para acreditar los análisis realizados al producto. Fotografía del producto ofertado: la fotografía presentada no es legible, no se visualiza el N° de registro sanitario, toda vez que no se puede contrastar con lo señalado en el registro sanitario.
5	Catéter de drenaje percutáneo 10.0 fr	532.00	20601541034	INCARMED S.A.C.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	C	C	N/C	C	N/A	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	REGISTRO SANITARIO: en la forma de presentación señala, Blister PE de baja densidad con papel grado médico contenido un set, sin embargo la ficha técnica (de la presentación) del producto señala entre otros; caja de cartón u otro material distinto que contenga en su interior una o más unidades del dispositivo médico en su envase inmediato. De otro lado, el participante presenta Carta de Fabricante en donde señala que el envase mediatos es caja de cartón, conteniendo en su interior cinco unidades del dispositivo médico, lo cual difiere de señalado en el Registro Sanitario. Por tanto, no cumple con lo solicitado en las Bases del presente proceso. FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO: la información contenida en el envase inmediato, mediatos no se puede trazar con la documentación presentada por el participante, toda vez que, no es legible.
6	Catéter de drenaje percutáneo 12.0 fr	136.00	20601541034	INCARMED S.A.C.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	C	C	N/C	C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	REGISTRO SANITARIO: en la forma de presentación señala, Blister PE de baja densidad con papel grado médico contenido un set, sin embargo la ficha técnica (de la presentación) del producto requiere entre otros; caja de cartón u otro material distinto que contenga en su interior una o más unidades del dispositivo médico en su envase inmediato. De otro lado, el participante presenta Carta de Fabricante en donde señala que el envase mediatos es caja de cartón, conteniendo en su interior cinco unidades del dispositivo médico, lo cual difiere de señalado en el Registro Sanitario. Por tanto, no cumple con lo solicitado en las Bases del presente proceso.
7	Catéter de drenaje percutáneo 14.0 fr	572.00	20601541034	INCARMED S.A.C.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	C	C	N/C	C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	REGISTRO SANITARIO: en la forma de presentación señala, Blister PE de baja densidad con papel grado médico contenido un set, sin embargo la ficha técnica IETSI (de la presentación) del producto requiere entre otros; caja de cartón u otro material distinto que contenga en su interior una o más unidades del dispositivo médico en su envase inmediato. De otro lado, el participante presenta Carta de Fabricante en donde señala que el envase mediatos es caja de cartón, conteniendo en su interior cinco unidades del dispositivo médico en su envase inmediato, lo cual difiere de señalado en el Registro Sanitario. Por tanto, no cumple con lo solicitado en las Bases del presente proceso.
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	


<div><div></div><div>EsSalud</div></div>															
N° de ítem	Descripción del Ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	4.5 Metodologia Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos	Fotografia del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
8	Catéter endovenoso periférico N.14 x 1 1/2" - 2"	32,174.00	20330625679	TECNOLOGIA Y MATERIALES SRL	C	C	C	N/C	N/C	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: No acredita la característica tecnica "Material": poliuretano y/o derivados, teflon (opcional) biocompatible al 100% de uso clinico hospitalario...". de otro lado, en la prueba de esterilidad considera solo para bacteria y hongos mas no esporas. Por lo tanto, no cumple con acreditar la condicion biologica Esteril. Metodologia Analítica: no adjunta, solo adjunta la copia de la ISO 10555-5 FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO: No presentó, por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente proceso.
			20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	C	C	C	C	N/A	N/A	C	N/P	C	NO ADMITIDO	FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO: No presentó, por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente proceso.No presentó
9	Catéter endovenoso periférico N.16 x 1 1/2" - 2"	56,046.00	20330625679	TECNOLOGIA Y MATERIALES SRL	C	C	C	C	C	C	N/C	N/P	C	NO ADMITIDO	Rotulado: presenta proyecto de rotulo mediatos con N° de REF: 10236 (22,0.9"25mm(1")), sin embargo en el protocolo de analisis señala N° código/modelo 10231, de lo que se observa incongruencia con lo señalado en el protocolo de analisis, por tanto, no cumple. FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO: No presentó, por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente proceso.
			20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	C	C	C	C	C	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO: No presentó, por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente proceso.
10	Catéter guía para angioplastia coronaria tipo amplatz izquierdo AL2	400.00	20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	C	C	C	N/C	N/C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: No señala el metodo de esterilizacion, no señala la norma de prueba de esterilidad, asi como tampoco adjunta otro documento que acredite lo observado, por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases. Metodologia Analítica: no cumple con la Característica "Longitud" toda vez que, señala 1000±5% mm (es decir podria ser entre 950 mm a 1050 mm) lo cual, convertido en cm, seria de 95cm a 105 cm. Sin embargo, la Entidad requiere "Longitud minimo 100cm" por lo tanto, no cumple con lo solicitado en las Bases.
11	Catéter guía para angioplastia coronaria tipo judkins derecha JR4 de 6 French	622.00	20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	C	C	C	N/C	N/C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: No señala el metodo de esterilizacion, no señala la norma de prueba de esterilidad, asi como tampoco adjunta otro documento que acredite la condicion biologica "esteril", por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases. Metodologia Analítica: no cumple con la Característica "Longitud" toda vez que, señala 1000±5% mm (es decir podria ser entre 950 mm a 1050 mm) lo cual, convertido en cm, seria de 95cm a 105 cm. Sin embargo, la Entidad requiere "Longitud minimo 100cm" por lo tanto, no cumple con lo solicitado en las Bases.
12	Catéter diagnostico coronario curva judkins JR4 de 5 o 6 French	2,732.00	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	N/C	N/A	C	N/C	C	C	NO ADMITIDO	CERTIFICADO DE ANALISIS DEL DISPOSITIVO MEDICO: No cumple de acuerdo con lo solicitado en las Bases, toda vez que, no señala la fecha de vencimiento, no consigna la prueba de esterilidad, asi como tampoco adjunta un certificado de esterilidad. Asimismo, se observa que dentro de las pruebas desarrolladas del presente documento solo hace referencia a metodologia de esterilizacion. De otro lado, no acredita la característica requerida en la ficha del IETSI capa media con malla metálica. ROTULADO DE LOS ENVASES MEDIATO E INMEDIATO: No presentó

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	4.5 Metodologia Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatO e inmediato	Fotografía del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
13	Catéter diagnóstico coronario curva judkins JL4 de 5 o 6 French	2,472.00	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	N/C	N/A	C	N/C	C	C	NO ADMITIDO	CERTIFICADO DE ANALISIS DEL DISPOSITIVO MEDICO: No cumple de acuerdo con lo solicitado en las Bases, toda vez que, no señala la fecha de vencimiento, no consigna la prueba de esterilidad, así como tampoco adjunta un certificado de esterilidad. Asimismo, se observa que dentro de las pruebas desarrolladas del presente documento solo hace referencia a metodología de esterilización. De otro lado, no acredita la característica requerida en la ficha del IETSI capa media con malla metálica. ROTULADO DE LOS ENVASES MEDIATO E INMEDIATO: No presentó
14	Catéter de marcapaso temporal de 5 french	504.00	20604925682	SECOND MEDICAL S.A.C.	C	N/C	C	C	N/A	N/C	N/C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento: No presenta el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento de la empresa que presta servicio de almacenamiento brindado por a empresa KEIA S.A.C., así como tampoco presenta el documento que acredite el vinculo contractual entre ambas partes. Manual de Instrucciones de uso de Inserto: No presenta Rotulado de los Envases mediatO e inmediato: No presenta
			20459316842	MULTI MED PERU S.A.C.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: verificación de tamaño y longitud del cateter: Tamaño: 5 FR (±0.1 FR) Y Longitud: 110 cm (±1.0 cm). Sin embargo, la Entidad requiere diametro de 5 French y Longitud de 100 cm por lo tanto, no cumple, de acuerdo a lo solicitado en la ficha tecnica homologada por el IETSI. Fotografía del producto ofertado: No presenta
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	C	N/A	C	N/C	C	C	NO ADMITIDO	ROTULADO DE LOS ENVASES MEDIATO E INMEDIATO: No presentó, por lo tanto no cumple según lo solicitado en las Bases del presente proceso.
15	Catéter ureteral stent N.05 fr x 24 cm	1,586.00	DESIERTO												
16	Catéter ureteral stent N.06 fr x 16 cm	278.00	DESIERTO												
17	Catéter ureteral stent N.06 fr x 30 cm	223.00	DESIERTO												
18	Catéter ureteral stent N.07 fr x 26 cm	314.00	DESIERTO												
			20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	





N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.10	Fotografía del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
					Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	Metodologia Analitica.	Manual de Instrucciones de uso de Inserto	Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos				
19	Catéter venoso central 12 fr x 15 cm doble lumen	6,851.00	20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	C	C	C	N/C	N/C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	<p>Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: de acuerdo a lo solicitado en las Bases, "para las características técnicas que no acrediten en el certificado de analisis" el postor podrá acreditar con documentos técnicos emitidos por el fabricante, los mismos que se detallan en dichas bases, en tal sentido, para acreditar la característica: Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cateter de poliuretano o de silicona de grado medico - guia de acero inoxidable, flexible - atraumatico - radiopaco <p>aguja introductora de acero inoxidable de grado medico con funda protectora, el postor no adjunta documentacion segun lo solicitado en las Bases del presente procedimiento.</p> <p>De otro lado, para acreditar la condicion biologica "Esteril" señala la ISO 11135 - la misma que, son los requisitos para el desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilizacion de dispositivos medicos y no es una norma de comprobacion de esterilidad.</p> <p>Metodologia Analitica: adjunta documentacion (metodos de prueba) que no son emitidos por el fabricante. Por lo tanto no cumple segun lo solicitado en las bases.</p>
20	Catéter venoso central 12 fr x 16 cm doble lumen	1,122.00	20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	C	C	C	N/C	N/C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	<p>Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: de acuerdo a lo solicitado en las Bases, "para las características técnicas que no acrediten en el certificado de analisis" el postor podrá acreditar con documentos técnicos emitidos por el fabricante, los mismos que se detallan en dichas bases, en tal sentido, para acreditar la característica: Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cateter de poliuretano o de silicona de grado medico - guia de acero inoxidable, flexible - atraumatico - radiopaco <p>aguja introductora de acero inoxidable de grado medico con funda protectora, el postor no adjunta documentacion segun lo solicitado en las Bases del presente procedimiento.</p> <p>De otro lado, para acreditar la condicion biologica "Esteril" señala la ISO 11135 - la misma que, son los requisitos para el desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilizacion de dispositivos medicos y no es una norma de comprobacion de esterilidad.</p> <p>Metodologia Analitica: adjunta documentacion (metodos de prueba) que no son emitidos por el fabricante. Por lo tanto no cumple segun lo solicitado en las bases.</p>
			20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	
21	Catéter venoso central 4 fr x 8 cm doble lumen pediátrico	1,880.00	20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	C	C		NO HAY EXPEDIENTE	NO HAY EXPEDIENTE	NO HAY EXPEDIENTE	NO HAY EXPEDIENTE		C		
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	C	C	C	N/C	N/C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	<p>Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: para acreditar la condicion biologica "Esteril" señala la ISO 11135 - la misma que, son los requisitos para el desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilizacion de dispositivos medicos y no es una norma de comprobacion de esterilidad. Por lo tanto, no cumple con lo requerido en las Bases.</p> <p>Metodologia Analitica: adjunta documentacion (metodos de prueba) que no son emitidos por el fabricante. Por lo tanto no cumple segun lo solicitado en las bases.</p>
22	Catéter venoso central 4 fr x 13 cm doble lumen pediátrico	1,223.00	20600047478	ALC MEDICAL E.I.R.L.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	<p>CERTIFICADO DE ANALISIS: No señala las normas nacionales, internacionales ni metodologia analitica propia a la que se acoje el fabricante para acreditar los analisis realizados al producto.</p>
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	C	C	C	N/C	N/C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	<p>Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: para acreditar la condicion biologica "Esteril" señala la ISO 11135 - la misma que, son los requisitos para el desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilizacion de dispositivos medicos y no es una norma de comprobacion de esterilidad. Por lo tanto, no cumple con lo requerido en las Bases.</p> <p>Metodologia Analitica: adjunta documentacion (metodos de prueba) que no son emitidos por el fabricante. Por lo tanto no cumple segun lo solicitado en las bases.</p>

															
N° de ítem	Descripción del Ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	4.5 Metodologia Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatos e inmediato	Fotografía del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
23	Catéter venoso central 5.5 fr x 13 cm doble lumen pediátrico	1,089.00	DESIERTO												
24	Catéter venoso central 7 fr x 20 cm doble lumen	18,445.00	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	C	C	C	N/C	N/C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: para acreditar la condicion biologica "Esteril" señala la ISO 11135 - la misma que, son los requisitos para el desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilizacion de dispositivos medicos y no es una norma de comprobacion de esterilidad. Por lo tanto, no cumple con lo requerido en las Bases. Metodologia Analítica: adjunta documentacion (metodos de prueba) que no son emitidos por el fabricante. Por lo tanto no cumple segun lo solicitado en las bases.
			20600047478	ALC MEDICAL E.I.R.L.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	CERTIFICADO DE ANALISIS: No señala las normas nacionales , internacionales ni metodologia analítica propia a la que se acoge el fabricante para acreditar los analisis realizados al producto.
25	Catéter venoso central de triple lumen de 7 fr x 20 cm	53,249.00	20471476898	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	C	C	C	N/C	N/C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: de acuerdo a lo solicitado en las Bases, "para las características tecnicas que no acrediten en el certificado de analisis" el postor podra acredita con documentos tecnicos emitidos por el fabricante, los mismos que se detallan en dichas bases, en tal sentido, para acreditar la característica: Material: - cateter de poliuretano o de silicona de grado medico - guia de acero inoxidable, flexible - atraumatico - radiopaco - aguja introductora de acero inoxidable de grado medico con funda protectora, el postor no adjunta documentacion segun lo solicitado en las Bases del presente procedimiento. De otro lado, para acreditar la condicion biologica "Esteril" señala la ISO 11135 - la misma que, son los requisitos para el desarrollo, validacion y conbtrol de rutina de un proceso de esterilizacion de dispositivos medicos y no es una norma de comprobacion de esterilidad. Metodologia Analítica: adjunta documentacion (metodos de prueba) que no son emitidos por el fabricante. Por lo tanto no cumple segun lo solicitado en las bases.
26	Catéter venoso central de triple lumen 12 fr x 16 cm	1,757.00	20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20552997906	AVALON PHARMACEUTICAL PERU S.A.C.	C	C	C	N/C	C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: No señala la norma con el cual acredite la esterilidad, solo hace mencion a la ISO 11135 "requisitos para el desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilizacion para dispositivos medicos". Asimismo, señalar que no adjunta, el certificado de esterilidad. Por lo tanto, no cumple, con lo solicitado en las Bases del presente proceso.
			20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	

															
N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	4.5 Metodología Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediano e inmediato	Fotografía del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
27	Guía metálica hidrofílica curva 0.035" - 140 - 180 cm	3,091.00	20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	C	C	C	N/C	C	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico: No señala el método de esterilización, no señala la norma de prueba de esterilidad, así como tampoco adjunta otro documento que acredite la condición biológica "esteril", por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases. De otro lado, en las Bases se especifica que "para las características técnicas que no acrediten en el certificado de análisis, el postor podrá acreditar con otros documentos según se detalla en las bases" en tal sentido, la empresa postora no presenta documentación que acredite las siguientes características técnicas: punta atraumática, no trombogénico, material Nitinol o acero inoxidable. Condición biológica: apirogenu. Fotografía del producto ofertado: presenta fotografía del envase inmediato con información incompleta, no presenta fotografía del envase mediano.
			20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.L.TDA	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20604661740	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico: En las bases señala entre otros que, para las características técnicas que no se acrediten en el certificado de análisis, para el presente caso característica técnica "material" el postor podrá acreditar con documentos técnicos emitidos por el fabricante, tales como declaración o carta o informe técnico del fabricante, sin embargo la empresa postora para acreditar el material: nitinol o acero inoxidable con recubrimiento hidrofílico de uso clínico hospitalario presenta un informe técnico que no está emitido por el fabricante, por lo tanto no cumple con lo solicitado en las bases. Fotografía del producto ofertado: no es nítida, la información es información ilegible, entre otros no se visualiza en N° de registro sanitario.
28	Guía metálica hidrofílica curva 0.035" - 260 - 300 cm	1,112.00	20552997906	AVALON PHARMACEUTICAL PERU S.A.C.	C	C	C	N/C	C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico: No señala la norma con la cual acredite la esterilidad, solo hace mención a la ISO 11135 "requisitos para el desarrollo, validación y control de rutina de un proceso de esterilización para dispositivos médicos". Asimismo, señalar que no adjunta, el certificado de esterilidad. Por lo tanto, no cumple, con lo solicitado en las Bases del presente proceso.
			20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	C	C	C	N/C	C	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico: No señala el método de esterilización, no señala la norma de prueba de esterilidad, así como tampoco adjunta otro documento que acredite la condición biológica "esteril", por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases. De otro lado, en las bases señala que, "para las características técnicas que no acrediten en el certificado de análisis, el postor podrá acreditar con otros documentos según se detalla en las bases" en tal sentido, la empresa postora presenta un informe técnico con las especificaciones técnicas y medicas del producto que no fue emitido por el fabricante, según lo solicitado en las bases, por último señalar que, no presenta documentación que acredite las características técnicas: punta atraumática, no trombogénico, material Nitinol o acero inoxidable. Condición biológica: apirogenu. Fotografía del producto ofertado: presenta fotografía del envase inmediato con información incompleta, no presenta fotografía del envase mediano.


N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	4.5 Metodología Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos	Fotografía del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
29	Guía metálica hidrofílica recta 0.035" - 260 - 300 cm	4,025.00	20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20604661740	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico: En las bases señala entre otros que, para las características técnicas que no se acrediten en el certificado de análisis, para el presente caso característica técnica "material" el postor podrá acreditar con documentos técnicos emitidos por el fabricante, tales como declaración o carta o informe técnico del fabricante, sin embargo la empresa postora para acreditar el material: nitinol o acero inoxidable con recubrimiento hidrofílico de uso clínico hospitalario presenta un informe técnico que no está emitido por el fabricante, por lo tanto no cumple con lo solicitado en las bases.
			8:9768:9968:101P	AVALON PHARMACEUTICAL PERU S.A.C.	C	C	C	N/C	C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico: No señala la norma con el cual acredite la esterilidad, solo hace mención a la ISO 11135 "requisitos para el desarrollo, validación y control de rutina de un proceso de esterilización para dispositivos médicos". Asimismo, señalar que no adjunta, el certificado de esterilidad. Por lo tanto, no cumple, con lo solicitado en las Bases del presente proceso.
			20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	C	C	C	N/C	C	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico: No señala el método de esterilización, no señala la norma de prueba de esterilidad, así como tampoco adjunta otro documento que acredite la condición biológica "esteril", por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases. de otro lado, de acuerdo a lo solicitado en las Bases en donde señala que, "para las características técnicas que no acrediten en el certificado de análisis, el postor podrá acreditar con otros documentos según se detalla en las bases" en tal sentido, la empresa postora presenta un informe técnico con las especificaciones técnicas y médicas del producto que no fue emitido por el fabricante, según lo solicitado en las bases, por último señalar que, no presenta documentación que acredite las características técnicas: punta atraumática, no trombogénico, material Nitinol o acero inoxidable. Condición biológica: apirogénico. Fotografía del producto ofertado: presenta fotografía del envase inmediato con información incompleta, no presenta fotografía del envase mediatos.
			20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20604661740	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico: En las bases señala entre otros que, para las características técnicas que no se acrediten en el certificado de análisis, para el presente caso característica técnica "material" el postor podrá acreditar con documentos técnicos emitidos por el fabricante, tales como declaración o carta o informe técnico del fabricante, sin embargo la empresa postora para acreditar el material: nitinol o acero inoxidable con recubrimiento hidrofílico de uso clínico hospitalario presenta un informe técnico que no está emitido por el fabricante, por lo tanto no cumple con lo solicitado en las bases. Fotografía del producto ofertado: no es nítida, la información es información ilegible, entre otros no se visualiza en N° de registro sanitario.

																
N° de ítem	Descripción del Ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	4.5 Metodologia Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatos e inmediato	Fotografia del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION	
30	Guía metálica hidrofílica recta 0.035" - 140 - 180 cm	3,465.00	20552997906	AVALON PHARMACEUTICAL PERU S.A.C.	C	C	C	N/C	C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: No señala la norma con el cual acredite la esterilidad, solo hace mencion a la ISO 11135 "requisitos para el desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilizacion para dispositivos medicos". Asimismo, señalar que no adjunta, el certificado de esterilidad. Por lo tanto, no cumple, con lo solicitado en las Bases del presente proceso.	
			20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	C	C	C	C	N/A	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Fotografia del producto ofertado: La fotografia presentada no es nitida e ilegible, lo que dificulta realizar la trazabilidad de informacion entre otros el N° de registro sanitario. Por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases del presente proceso.	
			20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: No señala la norma con el cual acredite la esterilidad, solo hace mencion a la ISO 11135 "requisitos para el desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilizacion para dispositivos medicos". Asimismo, señalar que no adjunta, el certificado de esterilidad. Por lo tanto, no cumple, con lo solicitado en las Bases del presente proceso.	
			20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	C	C	C	N/C	C	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: No señala el metodo de esterilizacion, no señala la norma de prueba de esterilidad, asi como tampoco adjunta otro documento que acredite la condicion biologica "esteril", por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases. de otro lado. las bases señalan que, "para las características tecnicas que no acrediten en el certificado de analisis, el postor podra acreditar con otros documentos segun se detalla en las bases" en tal sentido, la empresa postora no presenta documentacion que acredite las siguientes características tecnicas: punta atraumatica, no trombogenico, material Nitinol o acero inoxidable. Condicion biologica: apirogeno. Fotografia del producto ofertado: presenta fotografia del envase inmediato, no presenta fotografia del envase mediatos.	
			20504312403	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO		
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO		
			20604661740	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: En las bases señala entre otros que, para las características tecnicas que no se acrediten en el certificado de analisis, para el presente caso característica tecnica "material" el postor podra acreditar con documentos tecnicos emitidos por el fabricante, tales como declaracion o carta o informe tecnico del fabricante, sin embargo las empresa postora para acreditar el material: nitinol o acero inoxidable con recubrimiento hidrofílico de uso clinicom hospitalario presenta un informe tecnico que no esta emitido por el fabricante, por lo tanto no cumple con lo solicitado en las bases.	
			20459316842	MULTI MED PERU S.A.C.	N/C	C	C	N/C	N/A	C	N/C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM): presenta 02 CBPM distintos uno al otro, lo cual genera confusion, toda vez que, oferta dos tipos de productos al mismo tiempo, cuando la Entidad solicita 01 ítem. Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: presenta 02 Certificados de analisis de distintos lotes y modelo,en tal sentido, no cumple con lo solicitado por la entidad, toda vez que, genera confusion ya que, no se sabe cual de los productos esta ofertando. Rotulado de los Envases mediatos e inmediato: presenta 02 tipos de rotulado de distintos productos, por lo tanto no cumple, toda vez que, no se sabe cual es el producto que oferta la empresa postora. Rotulado de los Envases mediatos e inmediato y Fotografia del producto ofertado: presenta 02 fotografías y rotulado del producto de distintos modelos, por lo tanto, no cumple, toda vez que, no se sabe cual es el producto que oferta el producto, generanddo confusion,	

															
N° de ítem	Descripción del Ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	4.5 Metodologia Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatos e inmediato	Fotografía del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
31	Guía para angioplastia coronaria compleja de leve soporte	758.00	20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	N/C	N/C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: No acredita la característica dimension "gramaje", así como tampoco adjunto documentos tecnicos para acreditar dicha especificacion tecnica, tal como se solicita en las Bases. Metodologia Analítica: respecto a la prueba de Esterilidad presenta en otro idioma y no adjunta la traduccion.
			20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	C	C	C	N/C	C	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: No señala la norma de comprobacion de la esterilidad, así como tampoco adjunta otro documento que acredite la condicion biologica "esteril", por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases, de otro lado, las Bases señalan que, "...para las características tecnicas que no acrediten en el certificado de analisis, el postor podra acreditar con otros documentos segun se detalla en las bases" en tal sentido, la empresa postora no presenta documentacion que acredite las siguientes características tecnicas: Nucleo de una pieza acero inoxidable, con punta radiopaca. Fotografía del producto ofertado: presenta fotografia del envase inmediato, no presenta fotografia del envase mediatos.
32	Guía para angioplastia simple de leve soporte	1,058.00	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	C	C	C	C	N/A	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Fotografía del producto ofertado: La fotografia presentada no es nitida e ilegible, lo que dificulta realizar la trazabilidad de informacion entre otros el N° de registro sanitario. Por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases del presente proceso.
			20459316842	MULTI MED PERU S.A.C.	N/C	C	C	N/C	N/A	C	N/C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM): presenta 02 CBPM distintos uno al otro, lo cual genera confusion, toda vez que, oferta dos tipos de productos al mismo tiempo, cuando la Entidad solicita 01 ítem. Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: presenta 02 Certificados de analisis de distintos lotes y modelo, en tal sentido, no cumple con lo solicitado por la entidad, toda vez que, genera confusion ya que, no se sabe cual de los productos esta ofertando. Rotulado de los Envases mediatos e inmediato: presenta 02 tipos de rotulado de distintos productos, por lo tanto no cumple, toda vez que, no se sabe cual es el producto que oferta la empresa postora. Rotulado de los Envases mediatos e inmediato y Fotografía del producto ofertado: presenta 02 fotografias y rotulado del producto de distintos modelos, por lo tanto, no cumple, toda vez que, no se sabe cual es el producto que oferta el producto, generando confusion,
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	N/C	N/C	C	N/C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: señala lo siguiente: Longitud total del producto 193 cm, sin embargo, la entidad requiere de 175 cm a 190 cm. Diametro 0.0135", sin embargo, la entidad solicita: Diametro de 0.014" Asimismo, no acredita con ningun documento la Especificacion Tecnica "gramaje" Metodologia Analítica; respecto de la prueba de esterilidad presenta en otro idioma y no adjunta la traduccion. Rotulado y fotografía de los envases mediatos e inmediato: no presentó.
33	Introduccion 5 fr, de 11 a 13 cm.	4,005.00	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	C	C	C	C	N/A	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Fotografía del producto ofertado: La fotografia presentada no es nitida e ilegible, lo que dificulta realizar la trazabilidad de informacion entre otros el N° de registro sanitario. Por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases del presente proceso.
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	4.5 Metodología Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos	Fotografía del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
34	Introducción 6 fr, de 11 a 13 cm.	4,451.00	20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.L.TDA	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	
35	Catéter venoso central-acceso periférico 1.9 fr a 2 fr x 15 a 30 cm	1,324.00	20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	N/P	C	NO ADMITIDO	PROTOCOLO DE ANALISIS: Para la característica "Material" indica polipropileno y la entidad requiere poliuretano o silicona, por lo tanto, no cumple con lo solicitado en las bases del presente proceso. Asimismo, señalar que difiere de lo señalado en la carta de información técnica del fabricante, toda vez que, en dicho documento indica "silicona biocompatible de uso clínico hospitalario". FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO: No presentó
			20380274095	MACATT MEDICA PERUANA A.S.C.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	
36	Catéter Guía para Angioplastia Coronaria Extra back Up (XB) 3.5 de 6 French	1,284.00	20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	C	C	C	N/C	C	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico: No señala el método de esterilización, no señala la norma de prueba de esterilidad, así como tampoco adjunta otro documento que acredite la condición biológica "esteril", por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases. de otro lado, de acuerdo a lo solicitado en las Bases en donde señala que, "para las características técnicas que no acrediten en el certificado de análisis, el postor podrá acreditar con otros documentos según se detalla en las bases" en tal sentido, la empresa postora presenta un informe técnico "especificaciones técnicas y médicas del producto" que no fue emitido por el fabricante, por lo que no cumple con lo señalado en las bases. Fotografía del producto ofertado: presenta fotografías con información incompleta, entre otros no se visualiza el N° de registro sanitario.
37	Catéter Guía para Angioplastia Coronaria tipo Curva Radial Braquial 6 French	841.00		DESIERTO											
38	Catéter venoso central de triple lumen de 5.5 tr x 13 cm	711.00	20600047478	ALC MEDICAL E.I.R.L.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	CERTIFICADO DE ANALISIS: No señala las normas nacionales, internacionales ni metodología analítica propia a la que se acoge el fabricante para acreditar los análisis realizados al producto.
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	C	C	C	N/C	N/C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico: para acreditar la condición biológica "Esteril" señala la ISO 11135 - la misma que, son los requisitos para el desarrollo, validación y control de rutina de un proceso de esterilización de dispositivos médicos y no es una norma de comprobación de esterilidad. Por lo tanto, no cumple con lo requerido en las Bases. Metodología Analítica: adjunta documentación (métodos de prueba) que no son emitidos por el fabricante. Por lo tanto no cumple según lo solicitado en las bases.
			20606062860	GEOMEDIC PERU E.I.R.L.	C	C	C	C	N/A	C	C	N/P	C	NO ADMITIDO	PROTOCOLO DE ANALISIS: Para la característica "Material" indica polipropileno y la entidad requiere catéter de poliuretano o silicona, por lo tanto, no cumple con lo solicitado en las bases del presente proceso. Asimismo, señalar que difiere de lo señalado en la carta de información técnica del fabricante, toda vez que, en dicho documento indica "catéter de silicona de grado médico". FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO: No presentó




															
N° de ítem	Descripción del Ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	4.5 Metodologia Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos	Fotografía del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
39	Catéter venoso central-acceso periférico 3 fr x 20 a 60 cm	347	20380274095	MACATT MEDICA PERUANA A.S.C.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ADMITIDO	
40	Kit de catéter permanente doble lumen para hemodiálisis adulto 14 a 15 fr x 28 cm (±2)	3107	20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	N/C	N/A	C	N/C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: en las Bases señala que las características que no acrediten con el certificado de analisis, para material: podra acreditar con documento tecnicos emitidos por el fabricante, tales como: declaracion o carta o un forme tecnico del fabricante. Sin embargo, la empresa postora no adjunta ningun documneto antes mencionados para acreditar la Caracterisitica tecnica: Cateter de poliuretano o silicona, por tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente proceso. Asimismo, no cuenta con la firma del director tecnico de la empresa postora. Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos: No presenta Fotografía del producto ofertado: no presenta el envase mediatos.
41	Kit de catéter permanente doble lumen para hemodiálisis adulto 14 a 15 fr x 40 cm (±2)	901	20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	N/C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: en las Bases señala que las características que no acrediten con el certificado de analisis, para material: podra acreditar con documento tecnicos emitidos por el fabricante, tales como: declaracion o carta o un forme tecnico del fabricante. Sin embargo, la empresa postora no adjunta ningun documneto antes mencionados para acreditar la Caracterisitica tecnica: Cateter de poliuretano o silicona, asimismo, no acredita la caracterisitca Radiopaco, por tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente proceso. Asimismo, no cuenta con la firma del director tecnico de la empresa postora.
42	Kit de catéter permanente doble lumen para hemodiálisis adulto 14 a 15 fr x 55 cm (±2)	91		DESIERTO											
43	Microcatéter compatible con sustancia embolizante	277	20600047478	ALC MEDICAL E.I.R.L.	C	C	C	C	N/A	C	N/C	N/P	C	NO ADMITIDO	ROTULADO: N° de lote señala B621024 el mismo que no es congruente con el N° de lote señalado en el protocolo de analisis B484221 FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO: No presentó, por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente proceso.
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	N/C	N/A	C	N/C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: en las Bases señala que las características que no acrediten con el certificado de analisis, para material: podra acreditar con documento tecnicos emitidos por el fabricante, tales como: declaracion o carta o un forme tecnico del fabricante. En tal sentido, la empresa postora acredita la caracteritica tecnica "Longitud" concarta del fabricante, señalando que, la longitud del material ofertado es de 167 cm. sin embargo, la entidad requiere que la lomgitud sea de 170 cm, en tal sentido, no cumple con lo solicitado en las bases del presente proceso. Asimismo, no cuenta con la firma del director tecnico de la empresa postora. Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos y fptografía del producto ofertado: señala para dimension de 167 cm y la entidad reuiere dimension de 170 cm.
44	Aguja espinal para anestesia combinada 27 Ga x 120 mm (±1 mm)	16,586.00	20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	C	C	C	C	C	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Fotografía del producto ofertado: presenta fotos ilegibles, no se visualiza la informacion contenida, entre otros el N° de Registro Sanitario.
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: no consigna la prueba de esterilidad, asi como tampoco adjunta el certificado de esterilidad. Por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases. De otro lado, no adjunta documentacion para acreditar "material" la característica: acero inoxidable de uso hospitalario.

<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>EsSalud</div></div></div>															
N° de ítem	Descripción del Ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	4.5 Metodologia Analitica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos	Fotografia del producto ofertado	Requisito de Calificacion: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
45	Catéter venoso central-acceso periférico doble lumen 2 fr, longitud 30 cm ±5 cm	2,140.00	20330625679	TECNOLOGIA Y MATERIALES SRL	C	C	C	N/C	C	C	C	N/P	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico; para acreditar la condicion biologica "Esteril" señala la Farmacopea Coreana, el mismo que no esta oficializado en la normativa sanitaria del Pais, por lo tanto, no cumple con acreditar la condicion biologica "esteril". FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO OFERTADO: No presentó, por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente proceso.
			20380274095	MACATT MEDICA PERUANA A.S.C.	C	C	C	N/C	C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis): no señala la prueba de esterilidad, adjunta certificado de esterilizacion, el mismo no indica la la Norma para la prueba de esterilidad, solo hace mencion a la ISO 11135-1 part. 1 requisitos para el desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilidad para dispositivos medicos., Por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente procedimiento.
			20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: la descripcion del producto no coincide con la descripcion señalada en el Registro Sanitario, no consigna la prueba de esterilidad, asi como tampoco adjunta el certificado de esterilidad. Por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases.
46	Catéter venoso central de triple lumen de 4.5 fr x 12 cm	322	20380274095	MACATT MEDICA PERUANA A.S.C.	C	C	C	N/C	C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis): no señala la prueba de esterilidad, adjunta certificado de esterilizacion, el mismo no indica la la Norma para la prueba de esterilidad, solo hace mencion a la ISO 11135-1 part. 1 requisitos para el desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilidad para dispositivos medicos., Por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente procedimiento.
47	Catéter venoso central-acceso periférico 1 fr x 15 a 20 cm	292	20380274095	MACATT MEDICA PERUANA A.S.C.	C	C	C	N/C	C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis): no señala la prueba de esterilidad, adjunta certificado de esterilizacion, el mismo no indica la la Norma para la prueba de esterilidad, solo hace mencion a la ISO 11135-1 part. 1 requisitos para el desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilidad para dispositivos medicos., Por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases del presente procedimiento.
48	Catéter venoso central de triple lumen de 4 fr x 8 cm	336	20465722119	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: la descripción del producto no coincide con la descripción señalada en el Registro Sanitario, no consigna la prueba de esterilidad, adjunta certificado de esterilidad, en el mismo no señala la norma de comprobacion de esterilidad, solo hace mencion a la ISO ISO 11135 - la misma que son los requisitos para el desarrollo, validacion y control de rutina de un proceso de esterilizacion de dispositivos medicos. por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases.
			20547961456	JOSSON MEDICAL EIRL	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	ADMITIDO	
			20604661740	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: En las bases señala entre otros que, para las características tecnicas que no se acrediten en el certificado de analisis, para el presente caso característica tecnica "material" el postor podra acreditar con documentos tecnicos emitidos por el fabricante, tales como declaracion o carta o informe tecnico del fabricante, sin embargo las empresa postora para acreditar el material: acero inoxidable y/o nitinol con punta radiopaca, con recubrimiento hidrofílico o hibrido presenta un informe tecnico que no esta emitido por el fabricante, por lo tanto no cumple con lo solicitado en las bases.

AD

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	4.5 Metodología Analítica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos	Fotografía del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
49	Guía para angioplastia coronaria simple de intermedio soporte	890.00	20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	C	C	C	N/C	C	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: No señala la norma de comprobación de la prueba de esterilidad, así como tampoco adjunta otro documento que acredite la condición biológica "esteril", por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases. de otro lado, de acuerdo a lo solicitado en las Bases en donde señala que, "para las características técnicas que no acrediten en el certificado de analisis, el postor podrá acreditar con otros documentos según se detalla en las bases" en tal sentido, la empresa postora presenta un informe técnico "especificaciones técnicas y medicas del producto" para acreditar las características técnicas: material "nitino y/o acero inoxidable" que no fue emitido por el fabricante, por lo que no cumple con lo señalado en las bases. Fotografía del producto ofertado: presenta fotografías con información incompleta, entre otros no se visualiza el N° de registro sanitario.
			20459316842	MULTI MED PERU S.A.C.		C	C	N/C	N/A	C	N/C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM): presenta 02 CBPM distintos uno al otro, lo cual genera confusión, toda vez que, oferta dos tipos de productos al mismo tiempo, cuando la Entidad solicita 01 ítem. Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: presenta 02 Certificados de analisis de distintos lotes y modelo, en tal sentido, no cumple con lo solicitado por la entidad, toda vez que, genera confusión ya que, no se sabe cual de los productos esta ofertando. Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos: presenta 02 tipos de rotulado de distintos productos, por lo tanto no cumple, toda vez que, no se sabe cual es el producto que oferta la empresa postora. Rotulado de los Envases mediatos e inmediatos y Fotografía del producto ofertado: presenta 02 fotografías y rotulado del producto de distintos modelos, por lo tanto, no cumple, toda vez que, no se sabe cual es el producto que oferta el producto, generando confusión,
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	N/C	N/C	C	C	C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: para acreditar la condición biológica Esteril señala una metodología propia (Abbott Method - DOP472) y revisado dicho documento se observa que se encuentra en idioma inglés, del mismo que no adjunta la traducción. Por lo tanto, el postor no acredita la característica técnica "esteril y metodo de esterilización" de acuerdo a lo solicitado en las bases. Asimismo, no cumple con la característica técnica "Longitud" toda vez que señala longitud total - 190cm - 195 cm y la entidad solicita, longitud de 175 cm a 190 cm. Por último, señalar que no acredita "gramaje". Metodología Analítica: para la Técnica "metodo Abobott DOP472" presenta en idioma inglés y no adjunta la traducción respectiva.
50	Catéter guía para angioplastia coronaria tipo extra back up (XB) 4 de 6 French	385	20607042498	CONSORCIO MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.C. GENERAL CONTROL GROUP	C	C	C	N/C	C	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: No señala la norma de comprobación de la esterilidad, así como tampoco adjunta otro documento que acredite la condición biológica "esteril", por lo tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las Bases, de otro lado, las bases señalan que, "...para las características técnicas que no acrediten en el certificado de analisis, el postor podrá acreditar con otros documentos según se detalla en las bases" en tal sentido, la empresa postora no presenta documentación que acredite las siguientes características técnicas: material: acero inoxidable y/o nitinol con punta radiopaca, con recubrimiento hidrofílico o híbrido, gramaje. Fotografía del producto ofertado: presenta fotografías con información incompleta, entre otros no se visualiza el N° de registro sanitario.



															
N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	RUC	Nombre o Razón Social	4.1 Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM)	4.2 Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (CBPA)	4.3 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente	4.4 Certificado de Analisis del Dispositivo Medico (Protocolo de Analisis)	4.5 Metodologia Analitica.	4.7 Manual de Instrucciones de uso de Inserto	4.10 Rotulado de los Envases mediató e inmediato	Fotografía del producto ofertado	Requisito de Calificación: CAPACIDAD LEGAL - Habilitación: - Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.	Resultado (Admitida / No admitida)	OBSERVACION
51	Guía teflonada punta curva 1.5 mm - 3.0 mm - 140 - 180 cm	3,792.00	20524786266	AMERICAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.A.C.	C	C	C	C		C	C	C	C	ADMITIDO	
			20108629909	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	C	C	C	N/C	N/A	N/C	C	C	C	NO ADMITIDO	<p>Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: el numero de parte señalado (codigo) no coincide con lo señalado en el resgistro sanitario, toda vez que, en el Registro Sanitario señala: IQ35F150J3 y en el Certificado de Analisis señala IQ35F150J3/B, asimismo, no acredita la característica tecnica " Esteril " tampoco, adjunta el certificado de esterilidad, solo señala el metodo de esterilizacion, por tanto, no cumple de acuerdo a lo solicitado en las bases.</p> <p>Manual de Instrucciones de uso de Inserto: No presenta</p>
			20604661740	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	C	C	C	N/C	N/A	C	C	N/C	C	NO ADMITIDO	<p>Certificado de Analisis del Dispositivo Medico: En las bases señala entre otros que, para las características tecnicas que no se acrediten en el certificado de analisis, para el presente caso característica tecnica "material" el postor podrá acreditar con documentos tecnicos emitidos por el fabricante, tales como declaracion o carta o informe tecnico del fabricante, sin embargo las empresa postora para acreditar el material: nitinol o acero inoxidable con recubrimiento hidrofílico de uso clinicom hospitalario presenta un informe tecnico que no esta emitido por el fabricante, por lo tanto no cumple con lo solicitado en las bases.</p> <p>Fotografía del producto ofertado: no es nitida, la informacion es informacion ilegible, entre otros no se visualiza en N° de registro sanitario.</p>

