

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAUC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO JERINGAS PERFUSORAS DE 200 CC. PARA LA RED ASISTENCIAL UCAYALI, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20562940821	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	SALUMED S.A. SUCURSAL LIMA - PERU	Hora de envío :	16:59:42

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

El bien a adquirir son jeringas perfurosar y Ya que este bien esta destinado a un inyector de contraste, se solicita retirar el bien similar descrito en la experiencia del postor y colocar como bien similar: Jeringas perfusoras de 200cc y/o Inyector de contraste

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 a) Libertad de concurrencia b) igualdad de trato C) transparencia e) Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria NO ACOGE su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité en coordinación con el área usuaria NO ACOGE su consulta

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-9-2024-ESSALUD/RAUC-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO JERINGAS PERFUSORAS DE 200 CC. PARA LA RED ASISTENCIAL UCAYALI,
POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20503307961	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	TAROSO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	13:09:34

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Segun las EETT adjuntas, no aclaran el contenido del KIT, ya que al mencionar que tiene un Inyector modelo Sino Power - D asumimos que requieren de dos jeringas de 200ml y no de una. Agradeceremos encarecidamente al Comite de Selección detallar el contenido del kit de la jeringa, y si es posible un apoyo visual del mismo adjunto.

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: Especifico
Numeral: III
Literal: Anexo C
Página: 32

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria ACOGE su consulta, aclara y detalla que se requieren de dos jeringas y el contenido del Kit es el siguiente:

2 jeringas de 200cc.
conector en T

1 tubo de paciente de 60 pulgadas con
2 tubos de llenado rápido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité en coordinación con el área usuaria ACOGE su consulta, aclara y detalla que se requieren de dos jeringas y el contenido del Kit es el siguiente:

2 jeringas de 200cc.
conector en T

1 tubo de paciente de 60 pulgadas con
2 tubos de llenado rápido