

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Balón de oxígeno fijo:

Prueba hidrostática y presión de servicio grabada en el lomo del balón de oxígeno, en bajo relieve

Al respecto, consideramos que lo requerido limita la libre participación de postores y se estaría direccionando a un postor. Con el fin de lograr mayor competencia que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Prueba hidrostática y presión de servicio grabada en el lomo del balón de oxígeno, en bajo relieve (opcional)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B12 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

al Artículo N° 2 de la Ley del Osce

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que el balón debe contener los certificados mínimos de calidad para su uso, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Balón de oxígeno portátil:

Prueba hidrostática y presión de servicio grabada en el lomo del balón de oxígeno, en bajo relieve

Al respecto, consideramos que lo requerido limita la libre participación de postores y se estaría direccionando a un postor. Con el fin de lograr mayor competencia que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Prueba hidrostática y presión de servicio grabada en el lomo del balón de oxígeno, en bajo relieve (opcional)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B24 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 de la Ley del Osce

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que el balón debe contener los certificados mínimos de calidad para su uso, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Balón de oxígeno portátil:

Certificado de prueba hidrostática para cada balón de oxígeno

Al respecto, consideramos que lo requerido limita la libre participación de postores por lo que, con el fin de lograr mayor competencia que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Certificado de prueba hidrostática para cada balón de oxígeno (opcional)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C01 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 de la Ley del Osce

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que el balón debe contener los certificados mínimos de calidad para su uso, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Camilla telescópica:

De incluir un sistema de freno en las cuatro ruedas

Debemos indicar que, existen en el mercado marcas de camillas para ambulancia con 02 frenos como mínimo, esto se debe a que con dos frenos brinda seguridad a la camilla y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

DEBE INCLUIR UN SISTEMA DE FRENO EN LAS 02 RUEDAS COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B06 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que la camilla requiere freno en las cuatro ruedas para el uso en vías no asfaltadas o en terrenos a desnivel por seguridad del paciente, en tal sentido ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Camilla telescópica:

El sistema de anclaje y camilla deberá cumplir con los estándares UNE EN 1865:2015, UNE EN 1789:2014 O SAE J3027. Para verificar el cumplimiento el oferente deberá aportar el certificado de conformidad indicando el cumplimiento, método del test con su respectivo número de reporte.

Debemos manifestar que al solicitar dicha documentación estaría direccionado a un postor que cumpla dicho requisito y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia, solicitamos al comité ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

El sistema de anclaje tipo 10G y camilla deberá cumplir con los estándares UNE EN 1865:2015, UNE EN 1789:2014 O SAE J3027 (OPCIONAL). Para verificar el cumplimiento el ofertante deberá aportar el certificado de conformidad indicando el cumplimiento, método del test con su respectivo número de reporte Y/O mediante sustento fotográfico del sistema de fijación.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** B16 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 de la Ley del Osce

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. El comité de selección derivó la observación al área usuaria, lo cual indica que los requerimientos mínimos se basan en estándares internacionales los cuales deben ser acreditados mediante el reporte del test con su respectivo número de reporte, en ese sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Camilla telescópica:

Colchón con un grosor no menor a 9cm sin costuras (no se aceptaran colchones con cierre mediante cremallera (zipper) o costuras, para evitar la contaminación cruzada).

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Colchón con un grosor no menor a 6 cm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B18 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual indica que son requisitos mínimos que el grosor del colchón no debe ser de menor espesor a 9 cm para el confort y por el tipo de uso rural que se requiere, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Chaleco de extricación:

Material polivinilo lavable, reforzado y reusable

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Material PVC o recubierto con vinilo o polivinilo lavable, reforzado y reusable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B05 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación(¿), en ese sentido se agregara lo siguiente: Material PVC o recubierto con vinilo o polivinilo lavable, reforzado y reusable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: Material PVC o recubierto con vinilo o polivinilo lavable, reforzado y reusable.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Maletín de soporte básico de vida:

Cuatro (04) tubos endotraqueales para pacientes pediátricos, Cuatro (04) tubos endotraqueales para pacientes adultos, dos (02) guías reusables

Al respecto, manifestamos que las guías solicitadas se encuentran fuera del mercado por lo que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Cuatro (04) tubos endotraqueales para pacientes pediátricos, Cuatro (04) tubos endotraqueales para pacientes adultos, dos (02) guías reusables o dos (02) guías descartables

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B11 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación(¿), en ese sentido el área usuaria ha determinado agregar lo siguiente: Cuatro (04) tubos endotraqueales para pacientes pediátricos, Cuatro (04) tubos endotraqueales para pacientes adultos, dos (02) guías reusables o dos (02) guías descartables

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas: Cuatro (04) tubos endotraqueales para pacientes pediátricos, Cuatro (04) tubos endotraqueales para pacientes adultos, dos (02) guías reusables o dos (02) guías descartables

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Tensiómetro aneroide adulto

Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmhg. Con exactitud de 5mm hg, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.

En las bases requieren que los valores del tensiómetro sean con exactitud de 5 mmhg, con el fin de lograr mayor pluralidad y participación de postores y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comite ampliar los valores, quedando de la siguiente manera. ¿

Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmHg, con exactitud de 5 mmHg o menor, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B01 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmHg, con exactitud de 5 mmHg o menor valor, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmHg, con exactitud de 5 mmHg o menor valor, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Tensiómetro aneroide pediátrico:

Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmhg. Con exactitud de 5mm hg, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.

En las bases requieren que los valores del tensiómetro sean con exactitud de 5 mmhg, con el fin de lograr mayor pluralidad y participación de postores y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos a la comisión ampliar los valores, quedando de la siguiente manera. ¿

Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmHg, con exactitud de 5 mmHg o menor, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B01 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmHg, con exactitud de 5 mmHg o menor valor, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas: Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmHg, con exactitud de 5 mmHg o menor valor, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Oxímetro de pulso

Sistema de alimentación de 12VDC con conexión a la toma en la cabina medica de la ambulancia.

Al respecto debemos mencionar que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores y no este direccionado a una marca especifica y que permita establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar dicho requerimiento quedando de la siguiente manera:

Sistema de alimentación de 5v a 12VDC con conexión a la toma en la cabina medica de la ambulancia.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C01 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que las tomas solicitadas en la ambulancia son de 12v y 220v, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Oxímetro de pulso

Sistema de alimentación de 12VDC con conexión a la toma en la cabina medica de la ambulancia.

Al respecto debemos mencionar que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores y no este direccionado a una marca especifica y que permita establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar dicho requerimiento quedando de la siguiente manera:

Sistema de alimentación de 5v a 12VDC con conexión a la toma en la cabina medica de la ambulancia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D01 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que las tomas solicitadas en la ambulancia son de 12v y 220v, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Monitor Desfibrilador Portátil

CON PROTOCOLO DE RCP PRE CONFIGURADOS, MINIMO CONTARA CON TECNOLOGIA DE DETECCION DE FRECUENCIA

Cabe señalar que solicitado estarían direccionando el equipo a una marca especifica y con el fin de lograr mayor pluralidad y participación de postores que permita establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar dicho requerimiento quedando de la siguiente manera:

CON PROTOCOLO DE RCP PRE CONFIGURADOS, MINIMO CONTARA CON TECNOLOGIA DE DETECCION DE FRECUENCIA (opcional)

Consulta

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B12 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son funciones primordiales que se requiere, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Monitor Desfibrilador Portátil

VELOCIDAD: 3 VELOCIDADES COMO MINIMO (Velocidad Referencial 12.5, 25, 50 MM/SEG)

Cabe señalar que solicitado estarían direccionando el equipo a una marca especifica y con el fin de lograr mayor pluralidad y participación de postores que permita establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar dicho requerimiento quedando de la siguiente manera:

Velocidad: 3 velocidades como mínimo (Velocidad Referencial 12.5, 25, 50 MM/SEG) opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C09 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación VHF

Equipo de radiocomunicación vhf con tecnología DMR (Digital Mobile Radio), para ser utilizado como medio de comunicación entre los establecimientos de salud y equipo itinerante.

Al respecto debemos mencionar que al solicitar con ¿tecnología DMR (Digital Mobile Radio)¿ estarían direccionando el equipo a una marca específica y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores y no este direccionado a una marca específica y que permita establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar dicho requerimiento quedando de la siguiente manera:

Equipo de radiocomunicación VHF con tecnología DMR (Digital Mobile Radio) (opcional), para ser utilizado como medio de comunicación entre los establecimientos de salud y equipo itinerante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B01 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: Equipo de radiocomunicación VHF con tecnología DMR (Digital Mobile Radio) (opcional), para ser utilizado como medio de comunicación entre los establecimientos de salud y equipo itinerante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: Equipo de radiocomunicación VHF con tecnología DMR (Digital Mobile Radio) (opcional), para ser utilizado como medio de comunicación entre los establecimientos de salud y equipo itinerante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación VHF

Estándar militar (referido a polvo, ruido y humedad en sistemas de radiocomunicación)

Al respecto debemos mencionar que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores y que permita establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar dicho requerimiento quedando de la siguiente manera:

Estándar militar (referido a polvo, vibración, humedad y/o ruido en sistemas de radiocomunicación)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B09 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: Estándar militar (referido a polvo, vibración, humedad y/o ruido en sistemas de radiocomunicación).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: Estándar militar (referido a polvo, vibración, humedad y/o ruido en sistemas de radiocomunicación)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación VHF

Llamada selectiva

Al respecto debemos mencionar que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores y no este direccionado a una marca específica y que permita establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar dicho requerimiento quedando de la siguiente manera:

Llamada selectiva (opcional)

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B10 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación portátil Handy

Dos (02) handy de frecuencia vhf con tecnología DMR (Digital Mobile Radio) de la misma marca del equipo de radiocomunicación móvil.

Al respecto debemos mencionar que al solicitar con ¿tecnología DMR (Digital Mobile Radio)¿ estarían direccionando el equipo a una marca específica y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores y no este direccionado a una marca específica y que permita establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, c) Transparencia, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité ampliar dicho requerimiento quedando de la siguiente manera:

Dos (02) handy de frecuencia vhf con tecnología DMR (Digital Mobile Radio) (opcional) de la misma marca del equipo de radiocomunicación móvil.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** B01 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: Dos (02) handy de frecuencia vhf con tecnología DMR (Digital Mobile Radio) (opcional) de la misma marca del equipo de radiocomunicación móvil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas: Dos (02) handy de frecuencia vhf con tecnología DMR (Digital Mobile Radio) (opcional) de la misma marca del equipo de radiocomunicación móvil.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación portátil Handy

Con Codificador de DTMF

Al respecto y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público, y en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos B, E y F. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Codificador de DTMF o Codificador/decodificador CTCSS y DTCS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B07 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: Codificador de DTMF o Codificador/decodificador CTCSS y DTCS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas: Con Codificador de DTMF o Codificador/decodificador CTCSS y DTCS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación HF

TIPO DE EMISIÓN i) AIA (CW); J3E (LSB/USB); A3E (AM); J2B (USB/LSB) O ii) A1A, J3E, A3E

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares del equipo se estaría direccionando a una marca y modelo que ya no se encuentra en el mercado, por lo que, en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

TIPO DE EMISIÓN i) AIA (CW); J3E (LSB/USB); A3E (AM); J2B (USB/LSB) O ii) A1A, J3E, A3E O de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B03 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: TIPO DE EMISIÓN i) AIA (CW); J3E (LSB/USB); A3E (AM); J2B (USB/LSB) O ii) A1A, J3E, A3E O de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas: TIPO DE EMISIÓN i) AIA (CW); J3E (LSB/USB); A3E (AM); J2B (USB/LSB) O ii) A1A, J3E, A3E O de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación HF

Peso: 4.3 Kg aproximado

Consultamos al comité que el peso solicitado sea considerado como máximo. Quedando de la siguiente manera:

Peso: 4.3 Kg como máximo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B06 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas en tal sentido ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación HF

IMPEDANCIA DE AUDIO: 4-16 OHMS (OHMS NOMINALES)

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares del equipo se estaría direccionando a una marca y modelo que ya no se encuentra en el mercado, por lo que, en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

IMPEDANCIA DE AUDIO: 4-16 OHMS (OHMS NOMINALES) y/o de acuerdo al fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C04 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: IMPEDANCIA DE AUDIO: 4-16 OHMS (OHMS NOMINALES) y/o de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: IMPEDANCIA DE AUDIO: 4-16 OHMS (OHMS NOMINALES) y/o de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación HF

RADIACIÓN CONDUCTIDA: MENOS DE 4000 UW

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares del equipo se estaría direccionando a una marca y modelo que ya no se encuentra en el mercado, por lo que, en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

RADIACIÓN CONDUCTIDA: MENOS DE 4000 UW (opcional)

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C05 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: RADIACIÓN CONDUCTIDA: MENOS DE 4000 UW (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: RADIACIÓN CONDUCTIDA: MENOS DE 4000 UW (opcional)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación HF

CICLO DE TRABAJO: RX: TX = 4MIN: 1 MIN.

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares del equipo se estaría direccionando a una marca y modelo que ya no se encuentra en el mercado, por lo que, en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

CICLO DE TRABAJO: RX: TX = 4MIN: 1 MIN. (opcional)

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C06 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: CICLO DE TRABAJO: RX: TX = 4MIN: 1 MIN. (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: CICLO DE TRABAJO: RX: TX = 4MIN: 1 MIN. (opcional)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación HF

MODULACIÓN: J3E: MODULADOR TIPO PSN ¿ A3E: NIVEL BAJO (ETAPA TEMPRANA)

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares del equipo se estaría direccionando a una marca y modelo que ya no se encuentra en el mercado, por lo que, en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

MODULACIÓN: J3E: MODULADOR TIPO PSN ¿ A3E: NIVEL BAJO (ETAPA TEMPRANA) y/o de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C07 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: MODULACIÓN: J3E: MODULADOR TIPO PSN ¿ A3E: NIVEL BAJO (ETAPA TEMPRANA) y/o de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: MODULACIÓN: J3E: MODULADOR TIPO PSN ¿ A3E: NIVEL BAJO (ETAPA TEMPRANA) y/o de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación HF

RADIACIÓN DE ESPURIAS: MINIMO A 46 DB (ARMÓNICOS)

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares del equipo se estaría direccionando a una marca y modelo que ya no se encuentra en el mercado, por lo que, en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

RADIACIÓN DE ESPURIAS: MINIMO A 46 DB (ARMÓNICOS) opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C08 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: RADIACIÓN DE ESPURIAS: MINIMO A 46 DB (ARMÓNICOS) opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: RADIACIÓN DE ESPURIAS: MINIMO A 46 DB (ARMÓNICOS) opcional

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación HF

SUPRESIÓN DE PORTADORA J3E: MINIMO A 40 DB POR DEBAJO DE SALIDA PICO

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares del equipo se estaría direccionando a una marca y modelo que ya no se encuentra en el mercado, por lo que, en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

SUPRESIÓN DE PORTADORA J3E: MINIMO A 40 DB POR DEBAJO DE SALIDA PICO y/o de acuerdo al fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C09 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: SUPRESIÓN DE PORTADORA J3E: MINIMO A 40 DB POR DEBAJO DE SALIDA PICO y/o de acuerdo al fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: SUPRESIÓN DE PORTADORA J3E: MINIMO A 40 DB POR DEBAJO DE SALIDA PICO y/o de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación HF

SUPRESIÓN DE BANDA LATERAL INDESEADA: MINIMO A 50DB POR DEBAJO DE SALIDA PICO

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares del equipo se estaría direccionando a una marca y modelo que ya no se encuentra en el mercado, por lo que, en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

SUPRESIÓN DE BANDA LATERAL INDESEADA: MINIMO A 50DB POR DEBAJO DE SALIDA PICO y/o de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C10 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: SUPRESIÓN DE BANDA LATERAL INDESEADA: MINIMO A 50DB POR DEBAJO DE SALIDA PICO y/o de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: SUPRESIÓN DE BANDA LATERAL INDESEADA: MINIMO A 50DB POR DEBAJO DE SALIDA PICO y/o de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación HF

IMPEDANCIA DEL MICRÓFONO: 200 Ω 10 K OHMS. (600 OMHS NOMINAL)

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares del equipo se estaría direccionando a una marca y modelo que ya no se encuentra en el mercado, por lo que, en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

IMPEDANCIA DEL MICRÓFONO: 200 Ω 10 K OHMS. (600 OMHS NOMINAL) y/o de acuerdo al fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C12 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: IMPEDANCIA DEL MICRÓFONO: 200 Ω 10 K OHMS. (600 OMHS NOMINAL) y/o de acuerdo al fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas: IMPEDANCIA DEL MICRÓFONO: 200 Ω 10 K OHMS. (600 OMHS NOMINAL) y/o de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Equipo de radio comunicación HF

ANCHO DE BANDA OCUPADO: AIA: MENOS DE 0.5 KHZ; J3E: MENOS DE 3.0 KHZ; A3E: MENOS DE 6.0 KHZ.

Al respecto, consideramos que, al solicitar características singulares del equipo se estaría direccionando a una marca y modelo que ya no se encuentra en el mercado, por lo que, en base al Artículo N° 2 de la Ley del Osce, en sus incisos b) Igualdad de trato, e) Competencia, f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnológica. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

ANCHO DE BANDA OCUPADO: AIA: MENOS DE 0.5 KHZ; J3E: MENOS DE 3.0 KHZ; A3E: MENOS DE 6.0 KHZ. (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C13 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: ANCHO DE BANDA OCUPADO: AIA: MENOS DE 0.5 KHZ; J3E: MENOS DE 3.0 KHZ; A3E: MENOS DE 6.0 KHZ. (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: ANCHO DE BANDA OCUPADO: AIA: MENOS DE 0.5 KHZ; J3E: MENOS DE 3.0 KHZ; A3E: MENOS DE 6.0 KHZ. (OPCIONAL)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Revisando las bases solicitan:

A. Capacidad legal

Habilitación

Requisitos:

D) deberá contar con resolución directoral del ministerio de producción Y autorización de planta de fabricación de carrocerías y/o licencia de Funcionamiento a nombre del postor en fabricación de carrocerías, Modificación, ensamblaje, mantenimiento y venta de vehículos Especiales

Solicitamos al comité aclarar, debido que en Acreditación el numeral D) solicitan Copia de Resolucion directorial pero no han considerado la copia de la Licencia de funcionamiento a nombre del postor en fabricación de carrocerías, Modificación, ensamblaje, mantenimiento y venta de vehículos Especiales

Por lo que, consideramos ampliar requerimiento quedando de la siguiente manera:

d) Copia de resolución directorial y/o copia de la licencia de funcionamiento a nombre del postor en fabricación de carrocerías, Modificación, ensamblaje, mantenimiento y venta de vehículos Especiales

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: d) Copia de resolución directorial y/o copia de la licencia de funcionamiento a nombre del postor en fabricación de carrocerías, Modificación, ensamblaje, mantenimiento y venta de vehículos Especiales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas: d) Copia de resolución directorial y/o copia de la licencia de funcionamiento a nombre del postor en fabricación de carrocerías, Modificación, ensamblaje, mantenimiento y venta de vehículos Especiales

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Año Modelo: como mínimo 2024

Al respecto, debemos indicar que los vehículos comerciales con los cuales se fabrican las ambulancias en nuestro medio nacional se encuentran en una baja de importación debido al efecto post pandemia que afecto mundialmente en la producción de unidades. Por lo cual, en base a los siguientes artículos de la Ley de Contrataciones con el Estado Art. 2 Principio que rigen las contrataciones: inciso (a) Libre de concurrencia, (b) igualdad de trato, (c) Transparencia, (e) Competencia, (f) Eficacia y Eficiencia, solicitamos considerar unidades año de modelo como mínimo 2023, para brindar un mayor rango y participación de postores, quedando de la siguiente manera:

Año Modelo: como mínimo 2023

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B01 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Motor: Turbo Diésel enfriado por agua o turbo intercooler o Bi turbo intercooler.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Motor: Turbo Diésel enfriado por agua o turbo intercooler o Bi turbo intercooler o 2GD Turbo Diesel Intercooler

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B04 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: Motor: Turbo Diésel enfriado por agua o turbo intercooler o Bi turbo intercooler o 2GD Turbo Diesel Intercooler.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: Motor: Turbo Diésel enfriado por agua o turbo intercooler o Bi turbo intercooler o 2GD Turbo Diesel Intercooler.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Transmisión: Mecánica, 5 velocidades hacia delante como mínimo, más un retroceso.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Transmisión: Mecánica o manual, 5 velocidades hacia delante como mínimo, más un retroceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C04 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Cinturones de seguridad: originales de uso automotriz de tres puntos.
Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:
Cinturones de seguridad: originales de uso automotriz de tres puntos Y/O originales de uso automotriz dos de tres puntos con ELR más uno de dos puntos, con pretensores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D03 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: Cinturones de seguridad: originales de uso automotriz de tres puntos Y/O originales de uso automotriz dos de tres puntos con ELR más uno de dos puntos, con pretensores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: Cinturones de seguridad: originales de uso automotriz de tres puntos Y/O originales de uso automotriz dos de tres puntos con ELR más uno de dos puntos, con pretensores.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

La cabina deberá contar con adecuada calidad en sus acabados y contara con un espacio para alojar como mínimo a un (01) paciente en camilla y al personal de atención (02) sentados, con la suficiente libertad para realizar maniobras que se requieren para la atención del paciente. Debe ser hermética al ingreso de líquidos y ruidos, con dimensiones internas (R.M. N° 953- 2006/MINSA), siendo las dimensiones internas:
Largo: No menor de 190 cm.
Ancho: No menor de 130 cm.
Alto: No menor de 120 cm.

El postor deberá indicar de manera precisa las medidas de la cabina de atención médica ofertada, incluir un gráfico, planos, fotografías u otros con un gráfico de las dimensiones.
Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:
La cabina deberá contar con adecuada calidad en sus acabados y contara con un espacio para alojar como mínimo a un (01) paciente en camilla y al personal de atención (02) sentados, con la suficiente libertad para realizar maniobras que se requieren para la atención del paciente. Debe ser hermética al ingreso de líquidos y ruidos, con dimensiones internas (R.M. N° 953- 2006/MINSA), siendo las dimensiones internas:
Largo: No menor de 190 cm.
Ancho: No menor de 130 cm.
Alto: No menor de 120 cm.
El postor deberá indicar de manera precisa las medidas de la cabina de atención médica ofertada, incluir un gráfico Y/O planos Y/O fotografías u otros con un gráfico de las dimensiones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: E01 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Equipos instalados de manera segura, con dispositivos anti vibratorios de fácil acceso y manipulación; que permitan un bloqueo y desbloqueo inmediato para ser retirados del vehículo en caso de necesidad de uso fuera de él, de preferencia diseñado especialmente para cada equipo. Indicar y precisar mediante diagramas y fotografías.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Equipos instalados de manera segura, con dispositivos anti vibratorios de fácil acceso y manipulación; que permitan un bloqueo y desbloqueo inmediato para ser retirados del vehículo en caso de necesidad de uso fuera de él, de preferencia diseñado especialmente para cada equipo. Indicar y precisar mediante diagramas Y/O fotografías.

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: E08 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: Equipos instalados de manera segura, con dispositivos anti vibratorios de fácil acceso y manipulación; que permitan un bloqueo y desbloqueo inmediato para ser retirados del vehículo en caso de necesidad de uso fuera de él, de preferencia diseñado especialmente para cada equipo. Indicar y precisar mediante diagramas Y/O fotografías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: Equipos instalados de manera segura, con dispositivos anti vibratorios de fácil acceso y manipulación; que permitan un bloqueo y desbloqueo inmediato para ser retirados del vehículo en caso de necesidad de uso fuera de él, de preferencia diseñado especialmente para cada equipo. Indicar y precisar mediante diagramas Y/O fotografías.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Sistemas de protección: que garantice la integridad de los pasajeros en caso de vuelco. Indicar y precisar mediante diagramas y fotografías la estructura de la cabina médica.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Sistemas de protección: que garantice la integridad de los pasajeros en caso de vuelco. Indicar y precisar mediante diagramas Y/O fotografías la estructura de la cabina médica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: E09 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Balón de Oxígeno Medicinal de aluminio tipo M150 como mínimo, sin pérdida de suministro con sus accesorios de uso medicinal (trasegador con manómetro, manifold, regulador, fluxómetros, válvulas, conectores y mangueras) debidamente normalizados. Incluye balón de oxígeno. Presentar un diagrama del sistema de oxígeno medicinal.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Balón de Oxígeno Medicinal de aluminio tipo M150 como mínimo, sin pérdida de suministro con sus accesorios de uso medicinal (trasegador con manómetro, manifold, regulador, fluxómetros, válvulas, conectores y mangueras) debidamente normalizados. Incluye balón de oxígeno. Presentar un diagrama del sistema de oxígeno medicinal Y/O fotografías u otros.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: E11 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

A nivel del techo, tendrá instalado un pasamano (material: acero inoxidable o aluminio) y dispositivo porta suero (material: acero inoxidable) con desplazamiento paralelo respecto a la camilla portátil y soporte para la bomba de infusión. Mostrar evidencia de lo solicitado mediante fotografías u otros.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

A nivel del techo, tendrá instalado un pasamano (material: acero inoxidable o aluminio) y dispositivo porta suero (material: acero inoxidable) con desplazamiento y/o fijo paralelo respecto a la camilla portátil y soporte para la bomba de infusión. Mostrar evidencia de lo solicitado mediante fotografías u otros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: E12 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Sistema eléctrico: Totalmente independiente del vehículo base con batería de 100 Amp-Hr. Como mínimo, dedicada conectada al sistema de carga de la unidad móvil. Tablero de fusibles de fácil acceso. Cada circuito debe ser independiente, tener su propia protección y código de identificación (leyenda). Presentar diagrama o plano del sistema eléctrico solicitado.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Sistema eléctrico: Totalmente independiente del vehículo base con batería de 65 Amp-Hr. Como mínimo, dedicada conectada al sistema de carga de la unidad móvil. Tablero de fusibles de fácil acceso. Cada circuito debe ser independiente, tener su propia protección y código de identificación (leyenda). Presentar diagrama Y/O plano del sistema eléctrico solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: E16 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Cable de alimentación de 12 VDC, canalizado, protegido y con aislamiento eléctrico que evite la filtración de agua, resistente a la ignición y libre de halógenos. Un convertidor de onda senoidal pura 12VDC/220VAC, potencia 2000 WATTS de fábrica mínimo. Tomacorrientes de 12 VDC y 220 VAC (4 unidades VAC y 3 unidades VDC) para los equipos instalados, Los tomacorrientes de diferentes tensiones no deben ser intercambiables. Un tomacorriente con conexión externa que permita la carga de los equipos y del convertidor desde una fuente. Especificar características técnicas del inversor.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Cable de alimentación de 12 VDC, canalizado, protegido y con aislamiento eléctrico que evite la filtración de agua, resistente a la ignición y libre de halógenos. Un convertidor de onda senoidal pura 12VDC/220VAC, potencia 2000 WATTS de fábrica mínimo. Tomacorrientes de 12 VDC y 220 VAC (2 unidades VAC y 2 unidades VDC) para los equipos instalados, Los tomacorrientes de diferentes tensiones no deben ser intercambiables. Un tomacorriente con conexión externa que permita la carga de los equipos y del convertidor desde una fuente. Especificar características técnicas del inversor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: E17 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que se requiere la cantidad mínima solicitada por la cantidad de equipos médicos que se encuentra en la cabina de atención, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Un (01) gabinete empotrado y sujeto al interior del vehículo colocada de extremo a extremo en lado izquierdo de la unidad con estantería en material sintético o aluminio con recubrimiento sintético, de alto impacto, completamente liso, sin porosidades, rígido, impermeable de fácil lavado y desinfección, no mayor 0.30 m. de ancho, para guardar ordenadamente equipos médicos, medicamentos e insumos. Con puertas transparentes, resistente a los golpes. Presentar fotografías, diagramas y planos según lo ofertado.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Un (01) gabinete empotrado y sujeto al interior del vehículo colocada de extremo a extremo en lado izquierdo de la unidad con estantería en material sintético o aluminio con recubrimiento sintético, de alto impacto, completamente liso, sin porosidades, rígido, impermeable de fácil lavado y desinfección, no mayor 0.30 m. de ancho, para guardar ordenadamente equipos médicos, medicamentos e insumos. Con puertas transparentes, resistente a los golpes. Presentar fotografías Y/O diagramas Y/O planos según lo ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: E22 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Un (01) gabinete-asiento, longitudinal tipo cajón, ubicado al lado opuesto de la camilla, (lado derecho) con colchoneta con capacidad para transportar un paciente acostado o tres sentados con cinturones de seguridad, tapiz impermeable de fácil lavado y desinfección, tapa rebatible, y capacidad de alojamiento de material y equipos varios, con bordes exteriores romos o redondeados. (La tabla de inmovilización estará ubicada de acuerdo al diseño de cada fabricante). Presentar fotografías, diagramas y planos según lo ofertado.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Un (01) gabinete-asiento, longitudinal tipo cajón, ubicado al lado opuesto de la camilla, (lado derecho) con colchoneta con capacidad para transportar un paciente acostado o tres sentados con cinturones de seguridad, tapiz impermeable de fácil lavado y desinfección, tapa rebatible, y capacidad de alojamiento de material y equipos varios, con bordes exteriores romos o redondeados. (La tabla de inmovilización estará ubicada de acuerdo al diseño de cada fabricante). Presentar fotografías Y/O diagramas Y/O planos según lo ofertado.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: E23 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Asiento giratorio y/o fijo tipo automotriz con cabezal para personal asistencial (01) Ubicado en cabecera de la ubicación de la camilla o al lado izquierdo de esta. Cinturón de seguridad de tres puntos, apoyo de cabeza. Acolchado, tapiz lavable, ergonómico. Especificar características de la oferta con fotografías y diagramas.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Asiento giratorio y/o fijo tipo automotriz con cabezal para personal asistencial (01) Ubicado en cabecera de la ubicación de la camilla o al lado izquierdo de esta. Cinturón de seguridad de tres puntos, apoyo de cabeza. Acolchado, tapiz lavable, ergonómico. Especificar características de la oferta con fotografías Y/O diagramas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: E24 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Una (01) lámpara clínica de techo movable y graduable de luz blanca, Led o Dicroico para examen del paciente. Especificar características de la oferta con fotografías y diagramas.

Al respecto, consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público. Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Una (01) lámpara clínica de techo movable y graduable de luz blanca, Led o Dicroico para examen del paciente. Especificar características de la oferta con fotografías Y/O diagramas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: E25 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: Una (01) lámpara clínica de techo movable y graduable de luz blanca, Led o Dicroico para examen del paciente. Especificar características de la oferta con fotografías Y/O diagramas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: Una (01) lámpara clínica de techo movable y graduable de luz blanca, Led o Dicroico para examen del paciente. Especificar características de la oferta con fotografías Y/O diagramas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20379331042	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:13:58

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En las bases de las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

Intercomunicador entre la cabina de conducción y cabina médica. Especificar características de la oferta.
Al respecto, sugerimos al comité suprimir el requerimiento, ya que también es mencionada en la D01, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: F06 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20562673955	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MEGAESTRUCTURAS LENNON S.R.L.	Hora de envío :	19:42:25

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

B12.- Set de tubos nasofaríngeos preformados de diferentes tamaños desde el N° 2.5 al N°6.

Observamos que el requerimiento de las medidas solicitadas no son comerciales por lo tanto solicitamos respetuosamente al Comité de Selección colocar el requerimiento de la siguiente manera:

B12.- Set de tubos nasofaríngeos preformados de diferentes tamaños desde el N° 3.5 al N°6.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.4 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20562673955	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MEGAESTRUCTURAS LENNON S.R.L.	Hora de envío :	19:42:25

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

B13.- Set de tubos orotraqueales de diferentes tamaños desde el N° 2.5 al N°9.

Observamos que el requerimiento de las medidas solicitadas no son comerciales por lo tanto solicitamos respetuosamente al Comité de Selección colocar el requerimiento de la siguiente manera:

B13.- Set de tubos orotraqueales de diferentes tamaños desde el N° 2.5 al N°9.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.4 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA.

Ruc/código :	20562673955	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MEGAESTRUCTURAS LENNON S.R.L.	Hora de envío :	19:42:25

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Observamos que en la Características Técnicas
H.- Documentación a entregar y otros
H06.- Protocolo de pruebas e inspección técnica de ambulancia rural Tipo II.

Se debería presentar por medio de una Declaración Jurada debido a que el mismo se realiza posterior a la fabricación de las ambulancias. Por lo tanto le solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que se entregue una Declaración Jurada al momento de la entrega de la propuesta.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.4 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: Declaración Jurada SE ENTREGARÁ AL MOMENTO DE LA RECEPCION DE LA AMBULANCIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas: Declaración Jurada SE ENTREGARA AL MOMENTO DE LA RECEPCION DE LA AMBULANCIA.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20482344969	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:25:31

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN 01-

En las Bases Administrativas en la página 17 refiere:

e) Hoja de presentación del bien ofertado, según modelo del (Formato N° 01) acompañado de la documentación técnica que sustente el cumplimiento de las especificaciones técnicas de todos los componentes descritos en el Capítulo III, sección específica de las bases. Dicha documentación deberá ser: fichas técnicas, folletos u otro documento equivalente, en caso de que alguna característica no se encuentre en dichos documentos se aceptará carta del fabricante indicando la mencionada característica para su validación por parte de la entidad, toda documentación debe ser en idioma español, en caso que el idioma original fuera diferente al español, deberá acompañar la traducción simple realizada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

FUNDAMENTO:

Al solicitar cartas del fabricante, resulta innecesario y limitante para la oferta de los postores, debido a que son terceros que no participan en esta clase de procesos.

Además de ello, el postor ganador está en la obligación de ofrecer la garantía por ese periodo de tiempo, exigir este requisito por parte de un tercero ajeno al proceso; vulnera el principio de razonabilidad de la ley de contrataciones que como entidad deben respetar, puesto que el que obtenga buena pro, es el único legalmente responsable de responder por cualquier desperfecto del equipamiento de la ambulancia como del vehículo, por ello, este requisito no debe ser exigido a un tercero ajeno a la convocatoria.

Por ello, al acogerse nuestra observación, las bases integradas deberán redactarse de la siguiente manera:

e) Hoja de presentación del bien ofertado, según modelo del (Formato N° 01) acompañado de la documentación técnica que sustente el cumplimiento de las especificaciones técnicas de todos los componentes descritos en el Capítulo III, sección específica de las bases. Dicha documentación deberá ser: fichas técnicas, folletos u otro documento equivalente, en caso de que alguna característica no se encuentre en dichos documentos se aceptará declaración jurada o carta del concesionario de la marca indicando la mencionada característica para su validación por parte de la entidad, toda documentación debe ser en idioma español, en caso que el idioma original fuera diferente al español

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20482344969	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:25:31

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 01-

En las Bases Administrativas en la página 22 refiere:

B01- AÑO MODELO: COMO MÍNIMO 2024

FUNDAMENTO:

Es sabido que hasta la fecha (agosto 2024) existe a nivel nacional una gran demanda de vehículos cabina simple 4x4 para ser carrozados, por lo que hay stock muy limitado de vehículos del año, por ello, a fin de garantizar la mayor pluralidad y participación de postores, y existiendo razones comprobadas de desabastecimiento de este tipo de vehículos, hacemos la siguiente consulta:

¿Podemos presentar un vehículo de marca reconocida mundialmente y en el Perú de condición nueva del año 2023?

De acogerse nuestra consulta, las bases integradas deberán referir:

A02- AÑO DE MODELO: MÍNIMO 2023

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01 Literal: B Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20482344969	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:25:31

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 02-

En las Bases Administrativas en la página 24 refiere:

C23- Peso Neto: Peso neto del vehículo de 1975 KG y/o determinado por el fabricante.

FUNDAMENTO:

Para mayor pluralidad y participación de postores ¿Podemos presentar un vehículo de marca reconocida mundialmente y en el Perú con un Peso Neto: no menor de 1,780 ? , quedando de la siguiente manera :

C23- Peso Neto: Peso neto del vehículo no menor de 1780 KG y/o determinado por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 23 Literal: C Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20482344969	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:25:31

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 03-

En las Bases Administrativas en la página 24 refiere:

D01- Diseño: Cabina simple de fábrica, compartimiento separado con la cabina de atención médica, comunicadas entre sí por ventanas fijas herméticas. La ambulancia tendrá instalado un intercomunicador de manos libres que permite la comunicación (auditiva y visual) entre la cabina de conducción y la cabina médica. Especificar intercomunicador a instalar.

FUNDAMENTO:

las ventanas fijas herméticas no cumplen con la función de comunicación entre los ocupantes de la cabina con el personal médico por ello como fabricantes, recomendamos que las ventanas sean corredizas para una mejor visión y comunicación.

Quedando en las bases integradas redactado de la siguiente manera:

D01- Diseño: Cabina simple de fábrica, compartimiento separado con la cabina de atención médica, comunicadas entre sí por ventanas corredizas herméticas. La ambulancia tendrá instalado un intercomunicador de manos libres que permite la comunicación (auditiva y visual) entre la cabina de conducción y la cabina médica. Especificar intercomunicador a instalar.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 01 Literal: D Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20482344969	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:25:31

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 02-

En las Bases Administrativas en la página 26 refiere:

E16- Sistema eléctrico: Totalmente independiente del vehículo base con batería de 100 Amp-Hr. Como mínimo, dedicada conectada al sistema de carga de la unidad móvil. Tablero de fusibles de fácil acceso. Cada circuito debe ser independiente, tener su propia protección y código de identificación (leyenda). Presentar diagrama o plano del sistema eléctrico solicitado.

FUNDAMENTO:

Como mejora técnica podemos instalar una segunda batería totalmente independiente a la batería original del vehículo .(una funcionará con el vehículo base y la otra con la carrocería y equipos médicos) ambas son dedicadas al sistema de carga de la unidad móvil con una capacidad de almacenamiento de la batería original del vehículo de 65 AH y la segunda con capacidad de 70 a 80 AH ,Teniendo en total una capacidad mínima de 135 AH para el funcionamiento y operatividad de toda la ambulancia, quedando de la siguiente manera :

E16- Sistema eléctrico: Totalmente independiente del vehículo base con batería original de 65 Amp-Hr (para la unidad móvil) y de 70 a 80 AH (para la carrocería y equipos médicos) , dedicada conectada al sistema de carga de la unidad móvil. Tablero de fusibles de fácil acceso. Cada circuito debe ser independiente, tener su propia protección y código de identificación (leyenda). Presentar diagrama o plano del sistema eléctrico solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 16 Literal: E Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20482344969	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:25:31

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 02-

En las Bases Administrativas en la página 26 refiere:

SISTEMA ELECTRICO:

E17- Cable de alimentación de 12 VDC canalizado , protegido y con aislamiento eléctrico que evite la filtración de agua resistente a la ignición y libre de halógenos . Un convertidor de onda senoidal pura para 12VDC/220 VAC , potencia 2000 watts , de fabrica mínimo .Tomacorrientes 12VDC Y 220 VAC (4 Unidades VAC y 4 Unidades VDC) para los equipos instalados .Los tomacorrientes de diferentes tensiones no deben ser intercambiables .Un tomacorriente con conexión externa que permita la carga de los equipos y del convertidor desde una fuente.

FUNDAMENTO :

Por pluralidad de postores Podemos presentar un conversor de corriente de 1500 WATTS, el mismo que resulta más que suficiente para alimentar de energía a los equipos médicos de una ambulancia Tipo II que requieran corriente, (aspirador de secreciones y monitor desfibrilador) debiendo las bases integradas, redactarse de la siguiente manera:

E17- Cable de alimentación de 12 VDC canalizado, protegido y con aislamiento eléctrico que evite la filtración de agua resistente a la ignición y libre de halógenos. Un convertidor de onda senoidal pura para 12VDC/220 VAC, potencia 1500 watts, de fabrica mínimo .Tomacorrientes 12VDC Y 220 VAC (4 Unidades VAC y 4 Unidades VDC) para los equipos instalados .Los tomacorrientes de diferentes tensiones no deben ser intercambiables .Un tomacorriente con conexión externa que permita la carga de los equipos y del convertidor desde una fuente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: E Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20482344969	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:25:31

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN N° 02:

En las Bases Administrativas en la página 17 refiere:

i) CARTA DE COMPROMISO mediante el cual el contratista se compromete a que, durante el periodo de GARANTÍA OFERTADO, deberá brindar el mantenimiento preventivo y sus componentes periféricos con mano de obra calificada, proporcionando los insumos y accesorios necesarios para mantener los equipos en condiciones de operatividad conforme indiquen los manuales e información técnica del fabricante.

FUNDAMENTO:

SOLICITAR MANTENIMIENTOS GRATUITOS HASTA QUE DURE LA GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN ES INCREMENTAR EXCESIVAMENTE EL COSTO DE LA AMBULANCIA, GENERANDO SU SOBREVALORACIÓN Y POSIBLE CUESTIONAMIENTO DE CONTRALORIA, POR LO QUE LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE LOS POSTORES ESTARÁN POR ENCIMA DEL COSTO DEL MERCADO ENCARECIENDO SU PRODUCTO MÁS DE LA CUENTA.

POR ELLO, A FIN DE EVITAR SOBREVALORACION Y CUMPLIMIENTO A FUTURO DE LOS MANTENIMIENTOS, SOLICITAMOS QUE SOLO SE REQUIERA DOS MANTENIMIENTOS GRATUITOS A CARGO DEL POSTOR, Y EL RESTO DEBE SER A CUENTA DE LA UNIDAD USUARIA COMO LO HACEN EL RESTO DE ENTIDADES PÚBLICAS EN COORDINACIÓN CON SU ÁREA DE TRANSPORTES.

RESPECTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS, DE IGUAL MANERA, SOLICITAMOS CONSIDERAR DOS MANTENIMIENTOS GRATUITOS PUESTO QUE SON DE USO CONSTANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: i Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20482344969	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:25:31

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN N° 03-

En las Bases Administrativas en la página 27 refiere:

H02- Declaración Jurada del año modelo del vehículo y año de fabricación del equipamiento médico, donde el postor se compromete a presentar copia de la Declaración Única de ADUANA (DUA) al momento de la entrega de la ambulancia.

FUNDAMENTO:

EXIGIR DECLARACION UNICA DE ADUANA IMPLICA QUE EL POSTOR A SU VEZ ES IMPORTADOR TANTO DEL VEHICULO COMO DE LOS EQUIPOS, SI LO QUE SE PRETENDE ES CONOCER EL AÑO DEL VEHICULO, BASTARÁ CON LA DECLARACION JURADA DEL AÑO-MODELO QUE A SU VEZ APARECERÁ EN LA TARJETA DE PROPIEDAD DE LA AMBULANCIA. POR LO QUE EL DUA ES UN DOCUMENTO QUE ESTA EN PODER DEL CONCESIONARIO DEL VEHICULO.

SUCEDE LO MISMO CON LOS EQUIPOS MÉDICOS, POR LO QUE SOLICITAMOS SE SUPRIMA LA EXIGENCIA DEL DUA Y SE EXIJA LA DEBIDA GARANTÍA TANTO DEL VEHICULO COMO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL POSTOR POR MEDIO DE UNA DECLARACION JURADA Y CARTA DE GARANTÍA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02 Literal: H Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20482344969	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:25:31

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN N° 04-

En las Bases Administrativas en la página 41 refiere:

b) DE LA HABILITACIÓN DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá encontrarse inscrito como proveedor de bienes en el Registro Nacional de Proveedores; asimismo, deberá contar con Resolución de Directoral del Ministerio de Producción para autorización de planta de fabricación de carrocerías Y/O Licencia de Funcionamiento a nombre del postor en Fabricación de Carrocerías, Modificación, Ensamblaje, Mantenimiento y Venta de Vehículos Especiales.

FUNDAMENTO:

A fin de no direccionar el proceso a un postor en especial y promover la pluralidad de participantes en la convocatoria, solicitamos que además de lo requerido se incluya también como documento para acreditar la habilitación del postor: licencia de funcionamiento cuya actividad sea la FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS, entiéndase que debe ser concordante con el objeto social de la empresa del postor, es decir, se exija adicionalmente el documento la constitución de la empresa y esté facultada para fabricar ambulancias de forma expresa.

Esto tiene fundamento legal, ya que, al ser un postor formal, su constitución empresarial debe ser la fabricación de vehículos automotores debiendo expresarse literalmente la fabricación de ambulancias.

De acogerse nuestra observación, las bases integradas deberán redactarse de la siguiente manera:

b- DE LA HABILITACIÓN DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá encontrarse inscrito como proveedor de bienes en el Registro Nacional de Proveedores; asimismo, deberá contar con Resolución de Directoral del Ministerio de Producción para autorización de planta de fabricación de carrocerías Y/O Licencia de Funcionamiento a nombre del Postor en la actividad de Fabricación de Carrocerías, Modificación, Ensamblaje, Mantenimiento y Venta de Vehículos Especiales, o fabricación de productos elaborados y se adicionará como documento la constitución de la empresa donde se aprecie que este facultada para fabricar ambulancias literalmente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20482344969	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:25:31

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN N° 05

En las Bases Administrativas en la página 41 refiere:

b) EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

REQUISITOS:

¿ UN (01) ESPECIALIASTA EN INSTALACION, MONTAJE DE HABITÁCULO SANITARIO O CABINA DE ATENCION MEDICA, con formación profesional como Ingeniero Mecánico, con colegiatura vigente y deberá contar con una experiencia mínima de 03 (tres) años en la instalación, montaje de habitáculo sanitario o cabina de atención médica y en carrocerías en general

Observación:

Solicitar un personal clave con ese grado de especialidad es evidente que están direccionando este proceso a un determinado postor, por ello a fin de no vulnerar el derecho de los demás postores en beneficio de uno en particular, solicitamos que el personal clave sea un Ingeniero Mecánico, con colegiatura vigente y deberá contar con una experiencia mínima de 03 (tres) ensamble de ambulancias o en carrocerías en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: b Literal: B Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que el personal clave debe estar calificado en la instalación, montaje de habitáculo sanitario o cabina de atención médica, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20482344969	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:25:31

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN N° 06-

En las Bases Administrativas en la página 45 refiere:

A- CAPACIDAD LEGAL
HABILITACIÓN
Requisitos:

D) DEBERÁ CONTAR CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PLANTA DE FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS Y/O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL POSTOR EN FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS, MODIFICACIÓN, ENSAMBLAJE, MANTENIMIENTO Y VENTA DE VEHICULOS ESPECIALES.

Acreditación:

D) COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL

FUNDAMENTO:

A fin de no direccionar el proceso a un postor en especial y promover la pluralidad de participantes en la convocatoria, solicitamos que además de lo requerido se incluya también como documento para acreditar la capacidad legal: licencia de funcionamiento cuya actividad sea la FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS, entiéndase que debe ser concordante con el objeto social de la empresa del postor, es decir, se exija adicionalmente el documento la constitución de la empresa y esté facultada para fabricar ambulancias de forma expresa.

Esto tiene fundamento legal, ya que, al ser un postor formal, su constitución empresarial debe ser la fabricación de vehículos automotores debiendo expresarse literalmente la fabricación de ambulancias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: D Literal: A Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20482344969	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LEOVEN PERU S.A.C. - LEOVEN PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:25:31

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN N° 07-

En las Bases Administrativas en la página 46 refiere:

c.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

REQUISITOS:

¿ UN (01) ESPECIALIASTA EN INSTALACION, MONTAJE DE HABITÁCULO SANITARIO O CABINA DE ATENCION MEDICA, con formación profesional como Ingeniero Mecánico, con colegiatura vigente y deberá contar con una experiencia mínima de 03 (tres) años en la instalación, montaje de habitáculo sanitario o cabina de atención médica y en carrocerías en general

Observación:

Solicitar un personal clave con ese grado de especialidad es evidente que están direccionando este proceso a un determinado postor, por ello a fin de no vulnerar el derecho de los demas postores en beneficio de uno en particular, solicitamos que el personal clave sea un Ingeniero Mecánico, con colegiatura vigente y deberá contar con una experiencia mínima de 03 (tres) ensamble de ambulancias o en carrocerías en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: C Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que el personal clave debe estar calificado en la instalación, montaje de habitáculo sanitario o cabina de atención médica, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

Indica:

(¿) en caso de que alguna característica no se encuentre en dichos documentos se aceptara carta del fabricante indicando la mencionada característica para su validación

Al solicitar cartas emitidas por el fabricante, ellos remiten las cartas en un periodo de 04 días hábiles posterior a lo solicitado. Según los plazos para la adjudicación simplifica, la presentación de propuesta se da en tres días hábiles contados desde la publicación del pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas según el art 89 inciso ¿d¿ del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Por lo mencionado, se solicita que las cartas sean emitidas por el Distribuidor de la marca además debe adjuntar Carta emitida por el fabricante donde precise la autorización.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

Indica:
F HERRAMIENTAS BASICAS

Al analizar el requerimiento, nos percatamos que las herramientas básicas que solicitan no cuentan con un compartimiento en específico, teniendo en cuenta que el habitáculo sanitario no debe tener contacto a bacterias u otro contaminante. Para evitar problemas a futuro, se recomienda considerar un compartimiento exclusivo para las herramientas con abertura de manera externa, donde los postores puedan sustentar mediante planos fotográficos. Quedando de la siguiente manera:
F HERRAMIENTAS BASICAS: Debe contar con un compartimiento con abertura externa para el alojamiento de las siguientes herramientas: (¿)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: F Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

Sistema de Camara de Retroceso: 01 Equipo de Video con Camara de retroceso el cual deberá ser instalado en el interior de la cabina de conducción.

Se debe considerar que la ambulancia es RURAL por ello la parte trasera es un habitáculo sanitario fabricado de material sintético, Al solicitar este requerimiento, se tendría que modificar las conexiones eléctricas internas y diseño del habitáculo, si la preocupación principal del área usuaria es la visualización de retroceso, se recomienda considerar que los espejos laterales permitan visualizar al retroceder. Se debe acreditar mediante Declaración Jurada de Cumplimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D12 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

Exteriores: Colores, diseños, distintivos, acorde a la Norma NTS 051- MINSA/OGDN-V.01 y a los solicitados por la institución, el diseño de logotipo institucional será proporcionado por la ENTIDAD oportunamente al proponente adjudicado. Deberá utilizar pintura sintética reflectiva para estos fines.

Se solicita al comité, considerar que el exterior (diseño) se debe realizar con ploteo con material sintético reflectivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: E10 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: Exteriores: Colores, diseños, distintivos, acorde a la Norma NTS 051- MINSA/OGDN-V.01 y a los solicitados por la institución, el diseño de logotipo institucional será proporcionado por la ENTIDAD oportunamente al proponente adjudicado. Deberá utilizar pintura sintetica reflectiva o con ploteo con material sintético reflectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: Exteriores: Colores, diseños, distintivos, acorde a la Norma NTS 051- MINSA/OGDN-V.01 y a los solicitados por la institución, el diseño de logotipo institucional será proporcionado por la ENTIDAD oportunamente al proponente adjudicado. Deberá utilizar pintura sintetica reflectiva o con ploteo con material sintético reflectivo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

Indica:

Programa de Mantenimiento Preventivo de acuerdo a recomendaciones del fabricante, sin costo adicional para la entidad.

Se consulta al comité de selección, si en la propuesta técnica se debe presentar Cronograma de mantenimiento preventivo del Chasis ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: H03 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. el comité de selección hace la aclaración que se refiere a la presentación del cronograma de mantenimiento preventivo del vehículo ofertado, sin costo adicional para la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

Persona Jurídica con experiencia mínima de cuatro años en la venta y/o comercialización de ambulancia equipadas con equipos biomédicos y carrocerías en general.

Según el art. 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones que establece ¿b) Igualdad de trato: Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. ESTE PRINCIPIO EXIGE QUE NO SE TRATEN DE MANERA DIFERENTE SITUACIONES QUE SON SIMILARES Y QUE SITUACIONES DIFERENTES NO SEAN TRATADAS DE MANERA IDENTICA¿¿

Para mayor pluralidad de postores se solicita al comité de selección considerar como experiencia mínima de tres años. Quedando de la siguiente manera:

Persona Jurídica con experiencia mínima de tres (03) años en la venta y/o comercialización de ambulancia equipadas con equipos biomédicos y carrocerías en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: a Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: Persona Jurídica con experiencia mínima de tres (03) años en la venta y/o comercialización de ambulancia equipadas con equipos biomédicos y/o carrocerías en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: Persona Jurídica con experiencia mínima de tres (03) años en la venta y/o comercialización de ambulancia equipadas con equipos biomédicos y/o carrocerías en general.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

Indica:

(¿) Deberá contar con resolución Directorial del Ministerio de Producción para autorización de planta de fabricación de carrocerías y/o Licencia de Funcionamiento a nombre del postor en Fabricación de Carrocerías, Modificación, Ensamblaje, Mantenimiento y Venta de Vehículos Especiales.

Según el art. 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones que establece ¿b) Igualdad de trato: Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. ESTE PRINCIPIO EXIGE QUE NO SE TRATEN DE MANERA DIFERENTE SITUACIONES QUE SON SIMILARES Y QUE SITUACIONES DIFERENTES NO SEAN TRATADAS DE MANERA IDENTICA¿¿

Se comenta que en el mercado peruano existe empresas de Ensamblaje, cuyo objetivo es certificar la modificación de ambulancia, además este certificado emitido es uno de los requisitos para ingresar la documentación a Registros Públicos para la emisión de Tarjetas de Propiedad y Placas.

Para mayor pluralidad de postores y con las razones antes descritas, se solicita al comité de selección considerar que esta Resolución sea a nombre del fabricante.

Quedando de la siguiente manera:

B (¿) Deberá contar con resolución Directorial del Ministerio de Producción para autorización de planta de fabricación de carrocerías a nombre de fabricante y/o Licencia de Funcionamiento a nombre del postor, en Fabricación de Carrocerías, Modificación, Ensamblaje, Mantenimiento y Venta de Vehículos Especiales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: b Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: d) Copia de resolución directorial y/o copia de la licencia de funcionamiento a nombre del postor en fabricación de carrocerías, Modificación, ensamblaje, mantenimiento y venta de vehículos Especiales, NO SE ACEPTARA RESOLUCION DE TERCEROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas: d) Copia de resolución directorial y/o copia de la licencia de funcionamiento a nombre del postor en fabricación de carrocerías, Modificación, ensamblaje, mantenimiento y venta de vehículos Especiales, NO SE ACEPTARA RESOLUCION DE TERCEROS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

Indica:

Especialista en instalación, montaje de habitáculo sanitario o cabina de atención medica, con formación profesional como ingeniero mecánico, con colegiatura vigente (..)

Para mayor pluralidad de postores se solicita al comité de selección considerar también como especialista a Ingeniero mecatrónico.

Quedando de la siguiente manera:

Especialista en instalación, montaje de habitáculo sanitario o cabina de atención medica, con formación profesional como ingeniero mecánico o Ingeniero Mecatrónico, con colegiatura vigente (..)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: c Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

Indica:

(¿) Deberá contar con resolución Directorial del Ministerio de Producción para autorización de planta de fabricación de carrocerías y/o Licencia de Funcionamiento a nombre del postor en Fabricación de Carrocerías, Modificación, Ensamblaje, Mantenimiento y Venta de Vehículos Especiales.

Según el art. 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones que establece ¿b) Igualdad de trato: Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. ESTE PRINCIPIO EXIGE QUE NO SE TRATEN DE MANERA DIFERENTE SITUACIONES QUE SON SIMILARES Y QUE SITUACIONES DIFERENTES NO SEAN TRATADAS DE MANERA IDENTICA¿¿

Se comenta que en el mercado peruano existe empresas de Ensamblaje, cuyo objetivo es certificar la modificación de ambulancia, además este certificado emitido es uno de los requisitos para ingresar la documentación a Registros Públicos para la emisión de Tarjetas de Propiedad y Placas.

Para mayor pluralidad de postores y con las razones antes descritas, se solicita al comité de selección considerar que esta Resolución sea a nombre del fabricante.

Quedando de la siguiente manera:

D (¿) Deberá contar con resolución Directorial del Ministerio de Producción para autorización de planta de fabricación de carrocerías a nombre de fabricante y/o Licencia de Funcionamiento a nombre del postor, en Fabricación de Carrocerías, Modificación, Ensamblaje, Mantenimiento y Venta de Vehículos Especiales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: d) Copia de resolución directorial y/o copia de la licencia de funcionamiento a nombre del postor en fabricación de carrocerías, Modificación, ensamblaje, mantenimiento y venta de vehículos Especiales, NO SE ACEPTARA RESOLUCION DE TERCEROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas: d) Copia de resolución directorial y/o copia de la licencia de funcionamiento a nombre del postor en fabricación de carrocerías, Modificación, ensamblaje, mantenimiento y venta de vehículos Especiales, NO SE ACEPTARA RESOLUCION DE TERCEROS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

Indica:

Especialista en instalación, montaje de habitáculo sanitario o cabina de atención medica, con formación profesional como ingeniero mecánico, con colegiatura vigente (..)

Para mayor pluralidad de postores se solicita al comité de selección considerar también como especialista a Ingeniero mecatrónico.

Quedando de la siguiente manera:

Especialista en instalación, montaje de habitáculo sanitario o cabina de atención medica, con formación profesional como ingeniero mecánico o Ingeniero Mecatrónico, con colegiatura vigente (..)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 73

Consulta/Observación:

Indica:
Con detección automática del procedimiento RCP, con avisos de voz en español que guie al usuario en protocolo de rescate.
Para mayor pluralidad de postores se solicita al comité de selección considerar opcional
Quedando de la siguiente manera:
Con detección automática del procedimiento RCP, con avisos de voz en español que guie al usuario en protocolo de rescate (OPCIONAL)

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** B07 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 74

Consulta/Observación:

Indica:

Con protocolo de RCP pre configurados, mínimo contara con tecnología de detección de frecuencia.

Para mayor pluralidad de postores se solicita al comité de selección considerar OPCIONAL

Quedando de la siguiente manera:

Con protocolo de RCP pre configurados, mínimo contara con tecnología de detección de frecuencia.

(OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B12 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 75

Consulta/Observación:

Indica:

Debe sustentar que el equipo pueda soportar caídas no menor de 0.70 m

Según el art. 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones que establece ¿b) Igualdad de trato: Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. ESTE PRINCIPIO EXIGE QUE NO SE TRATEN DE MANERA DIFERENTE SITUACIONES QUE SON SIMILARES Y QUE SITUACIONES DIFERENTES NO SEAN TRATADAS DE MANERA IDENTICA¿¿

Para mayor pluralidad de postores y no incumplir este artículo, se solicita al comité de selección suprimir este requerimiento.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: G01 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica el equipo médico en cuestión debe contar con la capacidad de soportar caídas, no menor de 0.70m debido a la naturaleza de su uso en emergencias, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	20:44:43

Observación: Nro. 76

Consulta/Observación:

Al analizar el requerimiento, nos percatamos que no solicitan Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento, requisito indispensable para proveedores que comercializan equipamiento medico, tengamos en consideración que dichos equipos deben estar en una area con Temperatura controlada para almacenar Equipos como Oximetro de Pulso, Sensores, Monitor Desfibrilador, Aspirador de secreción, entre otros (Equipos con Registros Sanitarios). Se solicita al comité de selección, adicionar como Requisito Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento ¿ CBPA a nombre del postor y vigente a la presentación. Además considerar también la presentación de Registros Sanitarios o Certificado de Registro Sanitario (copia simple) de los Equipos Medicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:01:19

Observación: Nro. 77

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES: B01 solicitan una presion regulable de 0 a 560 de MMHG (MSNM), cabe manifestar que los términos MMHG se refieren a Milímetros de Mercurio diferente a MSNM metros sobre el nivel de mar, solicitamos al comite la aclaración respectiva

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B01 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: SE SUPRIME (MSNM), PARA QUE NO HAYA CONFUCION DE LOS POSTORES y se indicara así: PRESION REGULABLE DE 0 A 550 O MAYOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: PRESION REGULABLE DE 0 A 550 O MAYOR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:01:19

Observación: Nro. 78

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES B01 solicitan un rango de presión regulable de 0 a 560 mmHg o mas; cabe expresar que los aspiradores fabricados para el USO EXCLUSIVO en AMBULANCIAS a nivel internacional cuentan con un rango maximo de 550 mmHg considerando el tipo de uso y calidad de aspiración para el paciente, no generando una descompensación por valores mayores; por lo cual solicitamos al comite manejar un rango regulable de 0 a 550 mmHg o mayor como mínimo, en haras de mayor participacion y pluralidad de marcas de producto con certificaciones para uso en ambulancias y en el cumplimiento del art. 2 de la Ley del OSCE en sus incisos A,B,C, D, E,F,G,H y J

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B01 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 de la Ley del OSCE en sus incisos A,B,C, D, E,F,G,H y J

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: SE SUPRIME (MSNM), PARA QUE NO HAYA CONFUCION DE LOS POSTORES y se indicara asi: PRESION REGULABLE DE 0 A 550 O MAYOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas: PRESION REGULABLE DE 0 A 550 O MAYOR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:01:19

Observación: Nro. 79

Consulta/Observación:

CAMILLA TELESCOPICA: B06 Debe incluir un sistema de frenos en las 04 ruedas; al expresar dicho requerimiento se expresa un direccionamiento especifico a un solo producto; lo cual limitaría la participacion de otros postores y pluralidad de marcas internacionales que cumplen y superan el TDR; por lo cual solicitamos al comite considerar al momento de integrar las bases, losiguiente: B06 B06 Debe incluir un sistema de frenos en minimo 02 ruedas o de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B06 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 de la Ley del OSCE en sus incisos A,B,C, D, E,F,G,H y J y el art 29.3

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que la camilla requiere freno en las cuatro ruedas para el uso en vías no asfaltadas o en terrenos a desnivel por seguridad del paciente, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:01:19

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

CHALECO DE EXTRICACION B05 MATERIAL POLIVINILO, dicho requerimiento es de amplias descripciones por los fabricantes a nivel internacional, los cuales utilizan otro termino como PVC, por lo cual solicitamos al comite ampliar el requerimiento de MATERIAL DE POLIVINILO O PVC de acuerdo a cada fabricante; para generar la pluralidad de postores y presentacion de equipos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B05 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: Material PVC o recubierto con vinilo o polivinilo lavable, reforzado y reusable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: Material PVC o recubierto con vinilo o polivinilo lavable, reforzado y reusable.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:01:19

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

MONITOR DESFIBRILADOR PORTATIL: B07 Expresamos al comite que dicho requerimiento se le ha omitido para su cumplimiento en general, el siguiente tenor: INDICANDOLE LA FRECUENCIA Y PROFUNDIDAD DE LA MANIOBRA DE RCP, generando asi la mayor pluralidad de postores y presentacion de varias marcas de equipos especificos en este punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B07 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Inciso A, B, C, D; E; F; G y J

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: CON DETECCION AUTOMATICA DEL PROCEDIMIENTO RCP, CON AVISOS DE VOZ EN ESPAÑOL QUE GUIA AL USUARIO EN EL PROTOCOLO DE RESCATE AHA (AMERICAN HEART ASSOCIATION Y ERC)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: CON DETECCION AUTOMATICA DEL PROCEDIMIENTO RCP, CON AVISOS DE VOZ EN ESPAÑOL QUE GUIA AL USUARIO EN EL PROTOCOLO DE RESCATE AHA (AMERICAN HEART ASSOCIATION Y ERC)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:01:19

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

MONITOR DESFIBRILADOR PORTATIL Solicitan: C08 Amplitud 3 ONDAS COMO MINIMO(AMPLITUD REFERENCIAL 5,10 40 MM/MV), expresamos que todos los fabricantes por normativa internacional describen la AMPLITUD con los siguientes rangos: 5, 10, 30, 40 MM/MV) o mas amplio de acuerdo a cada fabricante; por lo cual solicitamos ampliar la descripcion de la siguiente manera: RANGO; 5,10, 30, 40 MM/MV para generar el cumplimiento de lo solicitado de una forma especifica y correcta

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C08 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Inciso A, B, C, D; E; F; G y J

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:01:19

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

MONITOR DESFIBRILADOR PORTATIL solicitan C10: IMPEDANCIA DE ENTRADA MAYOR A 20 OHM, expresamos que dicho requerimiento debe ser descrito de acuerdo o segun la EN/EC60601-2-27; para que asi la entidad este seguro de que el desfibrilador podra trabajar en su entero cumplimiento en una ambulancia; y tener una efectividad ante al presencia de una emergencia cardiaca.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C10 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Inciso A, B, C, D; E; F; G y J

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:01:19

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

MONITOR DESFIBRILADOR PORTATIL D02 (05) PARCHES DE DESFIBRILACION ADULTO, expresamos al comité que podrían ampliar el requerimiento a D02 a (01) parche reusable con 10 LAMINAS DE DESFIBRILACION ADULTO, ya que en caso de una atención masiva tienen mayor probabilidad de atender a mas pacientes con una calidad de atención y de acuerdo a una vigencia tecnologica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D02 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Inciso A, B, C, D; E; F; G y J

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE LA CONSULTA. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20609172569	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	Hora de envío :	21:01:19

Observación: Nro. 85

Consulta/Observación:

CAPACIDAD LEGAL PUNTO D: COPIA DE RESOLUCION DIRECTORAL en dicho punto falta agregar el cumplimiento tambien con la LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO de acuerdo a lo solicitado; para tener de esta forma el sustento al momento de presentar la propuesta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Inciso A, B, C, D; E; F; G y J

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE para mayor pluralidad y participación de postores; se incorporara lo siguiente: d) Copia de resolución directorial y/o copia de la licencia de funcionamiento a nombre del postor en fabricación de carrocerías, Modificación, ensamblaje, mantenimiento y venta de vehículos Especiales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: d) Copia de resolución directorial y/o copia de la licencia de funcionamiento a nombre del postor en fabricación de carrocerías, Modificación, ensamblaje, mantenimiento y venta de vehículos Especiales

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	22:00:16

Observación: Nro. 86

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases solicitan:

Hoja de presentación del bien ofertado, según modelo del (Formato N° 01) acompañado de la documentación técnica que sustente el cumplimiento de las especificaciones técnicas de todos los componentes descritos en el Capítulo III, sección específica de las bases. Dicha documentación deberá ser: fichas técnicas, folletos u otro documento equivalente, en caso de que alguna característica no se encuentre en dichos documentos se aceptará carta del fabricante indicando la mencionada característica para su validación por parte de la entidad, toda documentación debe ser en idioma español, en caso que el idioma original fuera diferente al español, deberá acompañar la traducción simple realizada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

Al solicitar carta del fabricante, impide la participación de otros postores, ya que los postores somos empresas dedicadas a la fabricación de ambulancias mas no importamos equipos biomédicos por el cual no tenemos contacto directo con el fabricante, solo con los importadores y/o distribuidores por lo que solicitamos que sea una carta del importador y/o distribuidor de equipos. Al respecto consideramos que, con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público, y en base al Artículo N°2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b) igualdad de trato, e) Competencia, f) eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité de selección modifique lo solicitado quedando de la siguiente manera:

Hoja de presentación del bien ofertado, según modelo del (Formato N° 01) acompañado de la documentación técnica que sustente el cumplimiento de las especificaciones técnicas de todos los componentes descritos en el Capítulo III, sección específica de las bases. Dicha documentación deberá ser: fichas técnicas, folletos u otro documento equivalente, en caso de que alguna característica no se encuentre en dichos documentos se aceptará carta del fabricante y/o distribuidor de equipos. indicando la mencionada característica para su validación por parte de la entidad, toda documentación debe ser en idioma español, en caso que el idioma original fuera diferente al español, deberá acompañar la traducción simple realizada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b) igualdad de trato, e) Competencia, f) eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	22:00:16

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases solicitan:

Vehículo original de fábrica diseñado para el transporte o traslado seguro de pacientes, personas enfermas o heridas con aire acondicionado de alta potencia que vela el bienestar y condiciones que no pongan en riesgo potencial su vida y salud, asistido y atendido por personal calificado con equipos de auxilio médico apropiado para dicho fin.

Al comité con todo respeto piden un vehículo original de fábrica y se sobre entiende que la ambulancia es carrozada por lo que solicitamos en aras de mayor pluralidad de postores y en base al Artículo N°2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b) igualdad de trato, e) Competencia, f) eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité de selección modifique lo solicitado quedando de la siguiente manera:

Vehículo original y/o carrozado por el fabricante autorizado diseñado para el transporte o traslado seguro de pacientes, personas enfermas o heridas con aire acondicionado de alta potencia que vela el bienestar y condiciones que no pongan en riesgo potencial su vida y salud, asistido y atendido por personal calificado con equipos de auxilio médico apropiado para dicho fin.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: A01 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b) igualdad de trato, e) Competencia, f) eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	22:00:16

Observación: Nro. 88

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases solicitan:

B07 CON DETECCION AUTOMATICA DEL PROCEDIMIENTO RCP, CON AVISOS DE VOZ EN ESPAÑOL QUE GUIE AL USUARIO EN EL PROTOCOLO DE RESCATE.

En aras de mayor pluralidad de participación de postores y mayor competencia solicitamos que este punto sea OPCIONAL, En base al Artículo N°2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b) igualdad de trato, e) Competencia, f) eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité de selección modifique lo solicitado quedando de la siguiente manera:

B07 CON DETECCION AUTOMATICA DEL PROCEDIMIENTO RCP, CON AVISOS DE VOZ EN ESPAÑOL QUE GUIE AL USUARIO EN EL PROTOCOLO DE RESCATE. (OPCIONAL)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4 **Literal:** B07 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b) igualdad de trato, e) Competencia, f) eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	22:00:16

Observación: Nro. 89

Consulta/Observación:

B12 CON PROTOCOLO DE RCP PRE CONFIGURADOS, MINIMO CONTARA CON TECNOLOGIA DE DETECCION DE FRECUENCIA

En aras de mayor pluralidad de participación de postores y marcas solicitamos al comité que este punto sea de acuerdo a cada fabricante, Y En base al Artículo N°2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b) igualdad de trato, e) Competencia, f) eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité de selección modifique lo solicitado quedando de la siguiente manera:

B12 CON PROTOCOLO DE RCP PRE CONFIGURADOS, MINIMO CONTARA CON TECNOLOGIA DE DETECCION DE FRECUENCIA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4 **Literal:** B12 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Y En base al Artículo N°2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b) igualdad de trato, e) Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: CON PROTOCOLO DE RCP PRE CONFIGURADOS, MINIMO CONTARA CON TECNOLOGIA DE DETECCION DE FRECUENCIA de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: CON PROTOCOLO DE RCP PRE CONFIGURADOS, MINIMO CONTARA CON TECNOLOGIA DE DETECCION DE FRECUENCIA de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	22:00:16

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases solicitan:

C11 RECHAZO EN MODO COMUN (CMRR) MAYOR 90 ¿ 95 DB

En aras de mayor pluralidad de participación de postores y marcas solicitamos al comite que este punto sea de acuerdo a cada fabricante, Y En base al Artículo N°2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b) igualdad de trato, e) Competencia, f) eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité de selección modifique lo solicitado quedando de la siguiente manera:

C11 RECHAZO EN MODO COMUN (CMRR) MAYOR 90 ¿ 95 DB O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4 **Literal:** C11 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al Artículo N°2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b) igualdad de trato, e) Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica que son requisitos mínimos precisados en las especificaciones técnicas, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	22:00:16

Observación: Nro. 91

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases solicitan:

G01 DEBE SUSTENTAR QUE EL EQUIPO PUEDA SOPORTAR CAIDAS NO MENOR DE 0.70 M

En aras de mayor pluralidad de participación de postores y marcas solicitamos al comité que este punto sea OPCIONAL. En base al Artículo N°2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b) igualdad de trato, e) Competencia, f) eficacia y Eficiencia. Solicitamos al comité de selección modifique lo solicitado quedando de la siguiente manera:

G01 DEBE SUSTENTAR QUE EL EQUIPO PUEDA SOPORTAR CAIDAS NO MENOR DE 0.70 M (OPCIONAL)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4 **Literal:** G01 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b) igualdad de trato, e)Competencia, f) eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo cual el área usuaria indica el equipo médico en cuestión debe contar con la capacidad de soportar caídas, no menor de 0.70m debido a la naturaleza de su uso en emergencias, en tal sentido ceñirse a las bases estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	22:00:16

Observación: Nro. 92

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases solicitan:

B07 CON CODIFICADOR DTMF

Al respecto y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público, y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b (Igualdad de trato), e (Competencia) y f (Eficacia y Eficiencia), Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

Codificador de DTMF o Codificador/decodificador CTCSS y DTCS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4 **Literal:** B07 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b (Igualdad de trato), e (Competencia),f (Eficacia)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), que de acuerdo al Artículo N°2 de la Ley del OSCE. para mayor pluralidad y participación de postores, se incorporará lo siguiente: Codificador de DTMF o Codificador/decodificador CTCSS y DTCS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en la bases integradas: Codificador de DTMF o Codificador/decodificador CTCSS y DTCS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL (LA) SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20604158762	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CARROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S.A.C.	Hora de envío :	22:00:16

Observación: Nro. 93

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases solicitan:

DEBE INCLUIR UN SISTEMA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS

Al respecto y con el fin de lograr mayor competencia y participación de postores, que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para satisfacer el interés público, y en base al Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b (Igualdad de trato), e (Competencia) y f (Eficacia y Eficiencia), Solicitamos al comité ampliar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

DEBE INCLUIR UN SISTEMA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS O SISTEMA DE FRENO EN LAS DOS RUEDAS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4 **Literal:** B06 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 de la Ley del OSCE, en sus incisos b (Igualdad de trato), e (Competencia)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Cabe señalar que el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 establece que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación (¿), lo lo cual indica que la camilla requiere freno en las cuatro ruedas para el uso en vías no asfaltadas o en terrenos a desnivel por seguridad del paciente, en tal sentido ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno