

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20553715394

Fecha de envío : 27/10/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA LATINA MEDICA S.R.L.

Hora de envío : 12:44:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE LOS BIENES HASTA 15 DIAS CALENDARIOS.

SE SOLICITA AL DISTINGUIDO COMITE QUE SEA :

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE LOS BIENES HASTA 25 DIAS CALENDARIOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 1.5.3

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 10:01:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA 15 DÍAS CALENDARIO

Se solicita cordialmente permitir un mayor plazo de entrega, esto se debe a que el plazo no tiene en cuenta el plazo de fabricación, plazo de importación, plazo de desaduanaje, plazo de almacenaje, de distribución y de puesta en operación.

Motivo por el cual se solicita indicar:

PLAZO DE ENTREGA 60 DÍAS CALENDARIO

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	10:01:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES DE BASE RODABLE

A7 y B6 Se observa que en ambos puntos se hace mención al ruido generado, sin embargo las medidas solicitadas discrepan entre sí, por lo que se solicita indicar un único nivel de ruido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACLARA QUE SON <= A 45 DB COMO CARACTERISTICA GENERAL DEL EQUIPO, Y COMO NIVEL DE RUIDO DEL MOTOR <= 50 DB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	10:01:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

COCHE DE PARO

A2 CON CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECCIONALES DE DIÁMETRO NO MENOR DE 125 MM Y NO MAYOR DE 150 MM, CON FRENOS EN DOS (02) RUEDAS Y DOS (02) ANTIESTÁTICAS.

Se solicita cordialmente que las ruedas omnidireccionales puedan tener un diámetro menor, dado a que ello favorecería la pluralidad de postores sin perjudicar el producto. Por ello, se solicita indicar:

A2 CON CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECCIONALES DE DIÁMETRO NO MENOR DE 100 MM Y NO MAYOR DE 150 MM, CON FRENOS EN DOS (02) RUEDAS Y DOS (02) ANTIESTÁTICAS.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	10:01:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

COCHE DE PARO

A18 DIMENSIONES APROXIMADAS: PROFUNDIDAD: 63 CM (+/-7 CM)
Se indica que las dimensiones de cada coche dependen de cada fabricante. Por ello para facilitar una mayor pluralidad de postores se solicita indicar:

DIMENSIONES APROXIMADAS: PROFUNDIDAD: 63 CM (+/-10 CM)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	10:01:50

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa que no se detalla el lugar de entrega de los bienes, por lo que se solicita amablemente al comité de selección, indicar el lugar de entrega o los lugares de entrega.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE EL LUGAR DE ENTREGA SERA COMO SE ESTABLECIO EN EL NUMERAL 1.5.1 "LA RECEPCION SERA EFECTUADA POR EL ALMACEN CENTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MADRE DE DIOS"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

A4 ESTRUCTURA DEL CUERPO HECHA EN ALEACION DE ALUMINIO O MATERIAL SIMILAR

Existen en el mercado diferentes fabricantes de aspirador de secreciones y cada uno diseñan sus equipos de acuerdo a criterios particulares y/o patentes registradas que no comparten con los demás fabricantes, pero que al final tienen la misma funcionalidad o mejor. Por lo general los equipos biomédicos están diseñados de material no corrosivo como PVC o POLIETILENO de industria medica que tiene como característica ser resistente al impacto y que garantice una correcta limpieza a pesar de tener contacto con soluciones químicas o sustancias orgánicas.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de la vigencia tecnológicas aceptará el Comité de selección en coordinación con la parte usuaria , como requerimiento Técnico Mínimo lo siguiente:

A4 ESTRUCTURA DEL CUERPO HECHA DE MATERIAL RESISTENTE AL IMPACTO, LIBRE DE CORROSION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

A7 FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, RUIDO MENOR O IGUAL A 45 DB

Es de conocimiento que los aspiradores de secreciones de última tecnología cuentan con un nivel de ruido aceptable para la comodidad de los usuarios y pacientes. Esto es importante en un nosocomio puesto que permite que el personal de salud y paciente no sientan molestias de sonido generado por el compresor del equipo médico. Los aspiradores de alta tecnología son diseñados con componentes que hacen posible que el ruido sea cada vez menor los rangos aceptables por distintas entidades reguladoras, recomiendan que no sea mayor a 42dB, esto garantiza la tranquilidad de toda persona que está en el ambiente donde se utiliza el equipo médico sin ningún problema, dicha característica colocada en algún proceso de licitación limita la participación de varios postores, no permitiendo la libre competencia de postores. Por lo expuesto líneas arriba y en aras de la vigencia tecnológicas aceptará el Comité de selección en coordinación con la parte usuaria , como requerimiento Técnico Mínimo lo siguiente:

A7: NFUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, RUIDO MENOR O IGUAL A 42 DB

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

B5 RANGO DE VACIO DE 0 A 680 MMHG O MAS AMPLIO

Por lo general los aspiradores de secreciones de ultima tecnología tienen la capacidad de poder obtener una presión negativa mayor puesto que es mejor según distintas entidades regulatorias y usuarios a nivel nacional e internacional, debido a que el dispositivo medico se puede utilizar en distintas especialidades gracias a su amplio rango de presión negativa y perilla reguladora. Así mismo, mencionar que en alguna ocasiones suelen utilizar mangueras un poco mas larga o frascos recolectores de mayor capacidad generando que el rango de presión negativa disminuya respecto a su valor inicial.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de la vigencia tecnológicas aceptará el Comité de selección en coordinación con la parte usuaria , como requerimiento Técnico Mínimo lo siguiente:

B5 RANGO DE VACIO DE 0 A 705 MMHG O MAS AMPLIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

B6 NIVEL DE RUIDO DEL MOTOR MENOR O IGUAL A 50 DB A 1M DE DISTANCIA

En la actualidad existen aspiradores de secreciones que cuentan con un nivel de ruido menor al solicitado, la comodidad de los usuarios y pacientes es importante en un nosocomio puesto que permite que el personal de salud y paciente no sientan molestias de sonido generado por el compresor del equipo médico. Los apiradores de alta tecnología son diseñados con componentes que hacen posible que el ruido sea cada vez menor, esto garantiza la tranquilidad de toda persona que está en el ambiente donde se utiliza el equipo médico.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de la vigencia tecnológicas aceptará el Comité de selección en coordinación con la parte usuaria, como requerimiento Técnico Mínimo lo siguiente:

B6 NIVEL DE RUIDO DEL MOTOR MENOR O IGUAL A 42 DB A 1M DE DISTANCIA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

C3 DOSCIENTAS (200) BOLSAS DE ASPIRACIÓN DESCARTABLES DE CAPACIDAD NO MENOR A 02 LITROS, PRESENTACIÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL, EXENTO DE PARTICULAS EXTRAÑAS, REBABAS Y ARISTAS CORTANTES, DE SELLADO HERMETICO Y MECANISMO ANTI REFLUJO (FILTRO ANTIBACTERIANO DE 99.5% DE EFICACIA DE FILTRACIÓN O VALVULA DE SELLADO AUTOMÁTICO)

Es de conocimiento que las bolsas de secreciones de un solo uso son diseñadas con el propósito de tener un ambiente libre de contaminación cruzada .Por ejemplo ,en una sala de operaciones si se llena las bolsas de secreciones lo cambian por uno nuevo rápidamente, pero el que está lleno puede tener el riesgo de que los fluidos aspirados tenga contacto con el personal asistencial y generar una contaminación en el ambiente blanco, mi representada cuenta con bolsas de un solo uso que no solo recepciona las secreciones o fluidos , sino que también tiene la capacidad de poder eliminar las bacterias después de unas horas, gracias a los componentes por lo que están diseñadas, ello garantiza que el ambiente esté libre de contaminación cruzada a pesar de cualquier accidente que puede haber en el aérea de trabajo.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de la vigencia tecnológicas aceptará el Comité de selección en coordinación con la parte usuaria , como requerimiento Técnico Mínimo lo siguiente:

C3 DOSCIENTAS (200) BOLSAS DE ASPIRACION DESCARTABLES CON PROTECCION ANTIMICROBIANA NO ORGANICA, CON CAPACIDAD NO MENOR A 02 LITROS, EXRENTA DE PARTICULAS EXTRAÑAS, REBABAS Y ARISTAS CORTANTES.DE SELLADO HERMETICO, MECANISMO ANTI REFLUJO Y SISTEMA QUE PERMITA REDUCIR O ELIMINAR EL 80% O MAS DE BACTERIAS EN LA SUPERFICIE DESPUES DE 15 MINUTOS O MENOS. (FILTRO ANTIBACTERIAMO DE 99.9% DE EFICACIA DE FILTRACION O VALVULA DE SELLADO AUTOMATICO)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

A2 CON CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECCIONALES DE DIAMETRO NO MENOR DE 125 MM Y NO MAYOR DE 150 MM, CON FRENOS EN DOS (02) RUEDAS Y DOS (02) ANTIESTATICAS

Lo solicitado en las especificaciones técnicas limitan la participación de marcas y postores no permitiendo la libre competencia. El promedio del tamaño de ruedas ideal para para un coche de paro está entre 100 mm a 125 mm, estas medidas brindan y garantizan la estabilidad coche de paro durante el transporte y maniobrabilidad, ruedas de mayor diámetro a lo mencionado son inestable e inseguras, también se le informa al comité que todas las ruedas tienen que se antiestáticas para seguridad eléctrica y dobles para mejorar su movilidad.

Por lo mencionado en líneas anteriores y en aras de vigencia tecnológica, solicitamos al comité especializado y al área usuaria pueda analizar las características y pueda considerar el siguiente requerimiento técnico mínimo.

A2CON CUATRO (04) RUEDAS DOBLES OMNIDIRECCIONALES DE DIAMETRO NO MENOR DE 100 MM Y NO MAYOR DE 125 MM, CON FRENOS EN DOS (02) RUEDAS Y ANTIESTATICAS EN TODAS LAS RUEDAS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

A5 SUPERFICIE SUPERIOR DE ABS TERMOMOLDEADO, ANTIGOLPE Y ANTIRAYADO DE COLOR GRIS
Solicitar un color en particular limita la participación de marcas y postores, para una mejor participación, libre concurrencia e igualdad de trato, solicitamos se considere lo siguiente.
A05: SUPERFICIE SUPERIOR DE ABS TERMOMOLDEADO, ANTIGOLPE Y ANTIRAYADO DE COLOR GRIS O SUPERFICIE DEACUERDO A CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

A6 ASA ERGONOMICA INCORPORADA EN TRES LADOS QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR

Los coches de paro están equipados con asas o manubrios ubicados en ambos lados, estos con la finalidad de facilitar la movimentacion. Solicitar mayor cantidad de asas impide la libre concurrencia y participación de marcas y postores.

Así mismo en aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en sus incisos a) libertad de concurrencia y participación b) igualdad de trato y oportunidades, solicitamos se considere el siguiente requerimiento técnico mínimo.

A06: ASA ERGONOMICA INCORPORADA EN DOS LADOS COMO MINIMO, QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

A9 GAVETAS O CAJONES COMPLETAMENTE EXTRAIBLES CON BANDEJAS Y/O SEPARADORES AJUSTABLE Y CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD CENTRALIZADO CON LLAVE Y/O PRECINTOS

En la actualidad los coches de paro ya vienen preparados para asegurar sus cojones con cerradura centralizada y sistema de precintos de seguridad, esto con la finalidad de tener un mejor control de los medicamentos y equipamiento que se puedan almacenar en los coches de paro.

En aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en sus incisos a) Libertad de concurrencia y participación y g) Vigencia tecnológica solicitamos al comité de selección considerar el siguiente requerimiento técnico mínimo.

A09: GAVETAS O CAJONES COMPLETAMENTE EXTRAIBLES CON BANDEJAS Y/O SEPARADORES AJUSTABLE Y CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD CENTRALIZADO CON LLAVE Y SISTEMA DE PRECINTOS DE SEGURIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

A.13 EN EL LADO IZQUIERDO O DERECHO COMO MÍNIMO DOS (02) CAJONES RECLINABLES TRASLUCIDOS CON ABERTURA DE 30° O MAYOR EN EL LADO IZQUIERO O DERECHO UN (01) PORTA ASPIRADOR ABATIBLE O RECLINABLE O AJUSTABLE, Y EN EL LADO DERECHO UN CONTENEDOR PARA DESECHOS CON CAPACIDAD DE OCHO (08) LITROS O MAYOR, CON SISTEMA DE APERTURA CON LA RODILLA.

Existen en el mercado diferentes fabricantes de coches de paro, cada uno diseñan sus equipos de acuerdo a criterios particulares y/o patentes registradas que no comparten con los demás fabricantes, pero que al final tienen la misma funcionalidad, solicitar una característica que es propio de un fabricante se estaría dando indicios que sea orientando la compra para una sola empresa y no permitiendo la libre competencia de marcas y postores que pueden ofrecer tecnologías iguales o superiores a lo solicitado, además cabe mencionar que están solicitando a los lados tachos para desechos y porta aspirador, para que se puedan usar los cajones reclinables se tendría que retirar el tacho para desechos o el porta aspirador, deben considerar la funcionabilidad del equipo médico.

Por lo antes expuesto y en aras de cumplir con el reglamento de contrataciones con el estado que en su artículo 4° inciso c de la ley de contrataciones con el estado, hace mención al principio de libre concurrencia y competencia en los procesos de contrataciones donde se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. ¿aceptara el comité especial en coordinación con la parte usuaria como requerimiento técnico mínimo lo siguiente:

A.13 EN EL LADO IZQUIERDO O DERECHO COMO MÍNIMO UN CAJON RECLINABLE TRASLUCIDO CON ABERTURA DE 30° Y/O EN EL LADO IZQUIERO O DERECHO COMO MINIMO UN CESTO DESMONTABLE PARA COLOCACION DE ACCESORIOS O DOCUMENTOS CON DIVISION INTERNA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

solicitar dimensiones aproximadas o exactas limita la libre concurrencia y participación.
Por lo expuesto líneas y los principios que rigen las contrataciones con el estado en su inciso a) libertad de concurrencia, b) igualdad de trato, e) competencias, solicitamos al comité de selección considerar lo siguiente:

A18: DIMENSIONES APROXIMADAS
ANCHO: 85 CM (+/- 5 CM)
PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 7 CM)
ALTO: 105 CM (+/- 5 CM) O MEDIDAS DEACUERDO A CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

C06 ILUMINACION: FIBRA OPTICA CON LUZ LED

En la actualidad todos los laringoscopios transportan la luz desde el mango hacia las hojas a través de fibra óptica, la importancia está en la calidad de la fibra óptica y la cantidad de luz que esta puede transportar, cuanto mayor aporte de luz mejor será la visualización para los médicos.

En aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en sus incisos a) Libertad de concurrencia y participación y g) Vigencia tecnológica solicitamos al comité de selección considerar el siguiente requerimiento técnico mínimo.

C06: ILUMINACION: FIBRA OPTICA DE VIDRIO, LUZ LED CON 14,000 LUX COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

C08 CON PALAS (HOJAS) DE TIPO MACINTOSH O CURVO DE TAMAÑO 0, 1, 2, 3, 4 y 5; DE ACERO INOXIDABLE Y AUTOCLAVABLES

En la actualidad existen tecnologías que superan lo solicitado, dando con esto un beneficio importante para el usuario final contar con una vida útil de la fuente de luz led de 100,000 horas o más, con más 8,000 fibras ópticas integradas en las hojas y esterilizable en autoclavable con un mínimo de 4000 ciclos en las fibras ópticas aseguran un equipo duradero, confiable y de calidad. por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, en su inciso g) vigencia tecnológica aceptara el comité de selección como requerimiento técnico mínimo agregue lo siguiente:

C08 CON PALAS (HOJAS) DE TIPO MACINTOSH O CURVO DE TAMAÑO 0,1,2,3,4 Y 5 DE ACERO INOXIDABLE Y AUTOCLAVABLES CON UNA VIDA UTIL DE LA FUENTE DE LUZ LED DE 100,000 HORAS, CON 8,000 FIBRAS OPTICAS ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVABLE HASTA 4000 CICLOS COMO MINIMO.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

C09 CON PALAS (HOJAS) DE TIPO MILLER O RECTAS DE TAMAÑO 00, 0, 1, 2, 3 y 4; DE ACERO INOXIDABLE Y AUTOCLAVABLES

En la actualidad existen tecnologías que superan lo solicitado, dando con esto un beneficio importante para el usuario final contar con una vida útil de la fuente de luz led de 100,000 horas, con más 8,000 fibras ópticas integradas en las hojas y esterilizable en autoclavable con un mínimo de 4000 ciclos en las fibras ópticas aseguran un equipo duradero, confiable y de calidad. por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, en su inciso g) vigencia tecnológica aceptara el comité de selección como requerimiento técnico mínimo agregue lo siguiente:

C09 CON PALAS (HOJAS) DE TIPO MILLER O RECTA DE TAMAÑO 00,0,1,2,3 Y 4 DE ACERO INOXIDABLE Y AUTOCLAVABLES CON UNA VIDA UTIL DE LA FUENTE DE LUZ LED DE 100,000 HORAS, CON 8,000 FIBRAS OPTICAS ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVABLE HASTA 4000 CICLOS COMO MINIMO.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

C12 UN (01) JUEGO DE BATERIAS RECARGABLES SEGÚN DISEÑO DEL EQUIPO

C12 UN (01) JUEGO DE BATERIAS RECARGABLES SEGÚN DISEÑO DEL EQUIPO

Existen distintos tipos de baterías que con los años han mejorado su tecnología, en la actualidad las baterías de iones de litio con de mejor calidad y durabilidad y se vienen implementando en casi todos los dispositivos médicos, ya que tienen mayor capacidad de carga, con mayor autonomía, reducen el tiempo de carga además que son más pequeñas y menos pesadas.

Por lo expuesto líneas arriba y En aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en sus incisos a) Libertad de concurrencia y participación y g) Vigencia tecnológica solicitamos al comité de selección considerar el siguiente requerimiento técnico mínimo.

C12: UN (01) JUEGO DE BATERIA RECARGABLE DE ION DE LITIO 3.7V, CON CARGA A TRAVES DE PUERTO USB. ORIGINALES DE FABRICA DE LA MISMA MARCA

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

D01 BOLSA DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 1200 ML

Lo solicitado en las especificaciones técnicas limita la libre concurrencia y participación de marcas y postores, solo una marca cumple con el D01.

Por lo expuesto líneas arriba solicitamos al comité de selección ampliar a lo siguiente:

D01: BOLSA DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 1200 ML Y/O BOLSA DE SILICONA AUTOCLAVABLE A 134°C CON CAPACIDAD DE 1600 ML O MAS.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

D04 LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
Lo solicitado en las especificaciones técnicas limita la libre concurrencia y participación de marcas y postores, solo una marca cumple con el D01.

Por lo expuesto líneas arriba solicitamos al comité de selección ampliar a lo siguiente:

D04: LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

E01 BOLSA DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 300 ML

Lo solicitado en las especificaciones técnicas limita la libre concurrencia y participación de marcas y postores, solo una marca cumple con el D01.

por lo expuesto líneas arriba solicitamos al comité de selección ampliar a lo siguiente:

E01: BOLSA DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 300 ML Y/O BOLSA DE SILICONA AUTOCLAVABLE A 134°C CON CAPACIDAD DE 500 ML O MAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

E02 SISTEMA DE VÁLVULA CON OBTURADOR SIMPLE MEJORA LA VISIÓN Y EL MANEJO DEL CAUDAL DE AIRE AL PACIENTE

Lo solicitado en las especificaciones técnicas es exclusivo de una sola marca, esto limita la libre concurrencia y participación de postores y marcas.

Por lo expuesto líneas y los principios que rigen las contrataciones con el estado en su inciso a) libertad de concurrencia, b) igualdad de trato, e) competencia, solicitamos al comité de selección considerar lo siguiente:

E02: SISTEMA DE VÁLVULA CON OBTURADOR SIMPLE MEJORA LA VISIÓN Y EL MANEJO DEL CAUDAL DE AIRE AL PACIENTE Y/O VALVULA O SALIDA DE OXIGENO PARA PACIENTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	11:42:12

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

E04 LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
Lo solicitado en las especificaciones técnicas limita la libre concurrencia y participación de marcas y postores, solo una marca cumple con el D01.

Por lo expuesto líneas arriba solicitamos al comité de selección ampliar a lo siguiente:

E04: LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	16:34:05

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Luego de revisar las especificaciones del aspirador de secreciones de base rodable, observamos lo siguiente:

A04: Estructura del cuerpo hecha en aleación de aluminio o material similar.

En el mercado actual, hay una gran cantidad de fabricantes de aspirador de secreciones que utilizan un material de ABS para la estructura del cuerpo. El material ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) es ampliamente conocido por su durabilidad y resistencia a los impactos. Su robustez garantiza que el aspirador de secreciones pueda soportar el uso intensivo en un entorno hospitalario sin comprometer su integridad estructural. Esta durabilidad reduce la necesidad de reparaciones frecuentes y costosas, lo que a la larga puede resultar en un ahorro significativo para el hospital. En segundo lugar, el material ABS es más liviano en comparación con una aleación de aluminio, lo que facilita la movilidad y el transporte de los aspiradores de secreciones rodables en las instalaciones del hospital. Esto es especialmente importante en situaciones de emergencia o cuando se necesita trasladar el equipo rápidamente de una habitación a otra. Por lo anteriormente explicado, y para garantizar mayor pluralidad de postores en las diferentes marcas existentes en el mercado solicitamos amablemente modificar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

A04: Estructura del cuerpo hecha en aleación de aluminio o ABS o material similar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A04 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	16:34:05

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Luego de revisar las especificaciones del aspirador de secreciones, observamos lo siguiente:

A07: Funcionamiento silencioso, ruido menor o igual a 45 dB.

La restricción de 45 dB o menos podría limitar la disponibilidad de opciones y la pluralidad de postores en el proceso de licitación. Excluir aspiradores de secreciones que superen este límite restringiría innecesariamente las opciones disponibles para el hospital, lo que podría resultar en la selección de equipos menos adecuados en función de otros criterios importantes, como la capacidad de succión, la durabilidad y la facilidad de mantenimiento. Además, un cambio ligero en el ruido es viable siempre y cuando esté dentro del rango permitido de equipo médicos con exposición. Por lo anteriormente explicado, y para garantizar mayor pluralidad de postores en las diferentes marcas existentes en el mercado solicitamos amablemente modificar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

A07: Funcionamiento silencioso, ruido menor o igual a 51.7 dB.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A07 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	16:34:05

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Luego de revisar las especificaciones del aspirador de secreciones, observamos lo siguiente:

B02: Circuito de aspiración de PVC con válvula de cierre.

En el mercado actual, el material para el circuito de aspiración más usado es la silicona. Puesto que es un material ampliamente utilizado en la industria médica debido a sus propiedades superiores de biocompatibilidad y durabilidad en comparación con el PVC. Los circuitos de aspiración de silicona son conocidos por ser más flexibles y resistentes al desgaste, lo que los hace menos propensos a daños, grietas o fugas durante el uso prolongado. Esta durabilidad puede reducir la necesidad de reemplazar los circuitos con frecuencia, lo que a su vez disminuiría los costos de mantenimiento y aseguraría un funcionamiento más confiable del aspirador de secreciones.

Además, la silicona es un material más resistente a la acumulación de residuos y es más fácil de limpiar y esterilizar, lo que es crucial en un entorno hospitalario donde la higiene y la prevención de infecciones son de suma importancia. Por lo anteriormente explicado, y para garantizar mayor pluralidad de postores en las diferentes marcas existentes en el mercado solicitamos amablemente modificar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

B02: Circuito de aspiración de PVC o silicona con válvula de cierre.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B02 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	16:34:05

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Luego de revisar las especificaciones del aspirador de secreciones, observamos lo siguiente:

B03: Soporte rodable sobre 04 ruedas con frenos de seguridad incluidos.

Queremos señalar que como el aspirador de secreciones rodable se utiliza en entornos controlados, como hospitales, donde no es necesario moverlo constantemente o donde la velocidad de desplazamiento no es una prioridad. En estos casos, los frenos en 2 ruedas son mas que suficientes para garantizar la estabilidad durante el uso de estos. Por lo anteriormente explicado, y para garantizar mayor pluralidad de postores en las diferentes marcas existentes en el mercado solicitamos amablemente modificar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

B03: Soporte rodable sobre 04 ruedas con frenos de seguridad incluidos EN AL MENOS 2 RUEDAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B03 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20565935861	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	Hora de envío :	16:34:05

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Luego de revisar las especificaciones del aspirador de secreciones, observamos lo siguiente:

B05: Rango de vacío de 0 a 680 mmHg o más amplio.

Creemos que un rango de vacío de hasta 675 mmHg es más que aceptable, además dicho rango de vacío máximo es ligeramente inferior al solicitado, representa menos del 1%.
Por lo anteriormente explicado, y para garantizar mayor pluralidad de postores en las diferentes marcas existentes en el mercado solicitamos amablemente modificar el requerimiento, quedando de la siguiente manera:

B05: Rango de vacío de 0 a 675 mmHg o más amplio.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: B Literal: B05 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE ESTA EXPLICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	16:35:21

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 1.4.2., Página 21, Literal B3, refiere:

'B3 Soporte rodable sobre 04 ruedas con frenos de seguridad incluidos.'

- OBSERVACIÓN:

La cantidad de ruedas con freno del equipo difiere según el diseño de cada fabricante, y resulta innecesario que las 4 ruedas tengan freno ya que está demostrado que para asegurar la estaticidad del equipo solo se requieren dos de ellas con freno. En ese sentido, se solicita modificar este párrafo, debiendo decir:

'B3 Soporte rodable sobre 04 ruedas con frenos de seguridad en al menos dos de ellas.'

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4.2. **Literal:** B3

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	16:35:21

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 1.4.2., Página 21, Literal B4, refiere:

'B4 Capacidad de aspiración no menor de 35 litros/minuto.'

- OBSERVACIÓN:

Considerando el principio de vigencia tecnológica, no se debería solicitar una succión menor a 80 L/min en un equipo aspirador de secreciones rodable, ya que este valor de 35 L/min es más cercano al caudal máximo que presentan los aspiradores de secreciones portátiles montados en un carro. En ese sentido, solicitamos modificar el párrafo, debiendo decir:

'B4 Capacidad de aspiración no menor de 80 litros/minuto.'

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 1.4.2. **Literal:** B4 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	16:35:21

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 1.4.2., Página 21, Literal B5, refiere:

'B5 Rango de vacío de 0 a 680 mmHg o más amplio.'

- OBSERVACIÓN:

Considerando una tolerancia de menos del 1%, se le solicita al comité que acepte un rango de vacío de 0 a 675 mmHg. Por lo que se debería modificar el párrafo, debiendo decir:

'B5 Rango de vacío de 0 a 675 mmHg o más amplio.'

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4.2. **Literal:** 21 **Página:** B5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	16:35:21

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 1.4.2., Página 21, Literal B6, refiere:

'B6 Nivel de ruido del motor menor o igual a 50 DB a 1 m de distancia.'

- OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'B6 Nivel de ruido del motor menor o igual a 45 DB a 1 m de distancia.'

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4.2. **Literal:** B6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20391026336	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INTERSERVICE PERU HOSPITAL S.R.L.	Hora de envío :	16:50:28

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Señores del comité de selección, La fabricación de los equipos europeos al cual corresponde la marca que represento tienen tiempos de entrega de 2 a 3 semana, debido a los protocolos de fabricación y ensamblaje. Es por ello que solicitamos que ustedes amplíen el plazo de entrega de la siguiente manera:

1.5.3 Plazo de entrega

El plazo máximo de entrega de los bienes es hasta treinta (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato o de la notificación de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.5.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:09:26

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 1.4.2., Página 23, Literal A6, refiere:

'B6 Asa ergonómica incorporada en tres lados que permiten una gran maniobrabilidad reduciendo el esfuerzo del operador.'

- OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'B6 Una o más asas ergonómicas incorporadas que permitan una gran maniobrabilidad reduciendo el esfuerzo del operador.'

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4.2. Literal: A6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ITEM CONSULTADO NO CORRESPONDE A LA PREGUNTA FORMULADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:09:26

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 1.4.2., Página 24, Literal A11, refiere:

'A11 Con soporte para desfibrilador con movilidad de 360° y correas de sujeción.'

- OBSERVACIÓN:

Un soporte para desfibrilador con movilidad de 180° permite el acceso constante al desfibrilador. En ese sentido, a fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'A11 Con soporte para desfibrilador con movilidad de 180° o más y correas de sujeción.'

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 1.4.2. **Literal:** A11 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:09:26

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 1.4.2., Página 24, Literal A18, refiere:

'A18 Dimensiones aproximadas
Ancho: 85 cm (+/- 5 cm)
...'

- OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta requerimos se acepte una tolerancia de +/- 6 cm. En ese sentido, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'A18 Dimensiones aproximadas
Ancho: 85 cm (+/- 6 cm)
...'

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4.2. **Literal:** 24 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:09:26

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral 1.4.2., Página 24, Literal B2, refiere:

'B2 Un (01) soporte para desfibrilador con movilidad de 360° y correas de sujeción'

- OBSERVACIÓN:

Un soporte para desfibrilador con movilidad de 180° permite el acceso constante al desfibrilador. En ese sentido, a fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'B2 Un (01) soporte para desfibrilador con movilidad de al menos 180° y correas de sujeción'

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 1.4.2. **Literal:** B2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	18:55:38

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

ITEM 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

A4 ESTRUCTURA DEL CUERPO HECHA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL SIMILAR

Las propiedades de seguridad del ABS incluyen la no permeabilidad, la resistencia química/al calor, la dureza y, lo que es más importante, la biocompatibilidad. Al ser impermeables, estos polímeros plásticos no favorecen el crecimiento de organismos causantes de enfermedades, por lo que son mucho mas higiénicos que los metálicos. Por lo que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

A4 ESTRUCTURA DEL CUERPO ABS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** A4 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	18:55:38

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

ITEM 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE
B2 CIRCUITO DE ASPIRACIÓN DE PVC CON VÁLVULA DE CIERRE

Podemos observar que no solicitan una perilla de selección de frasco. Durante una cirugía, se generan diferentes tipos de fluidos, como sangre, líquidos corporales y otros residuos. Cada tipo de fluido puede requerir una manipulación o eliminación específica. La perilla de selección de frasco permite al cirujano o al personal médico direccionar los fluidos aspirados hacia el frasco adecuado, facilitando su posterior gestión y disposición. Por lo que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

B2 PERILLA PARA SELECCIONAR FRASCO

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** B2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	18:55:38

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

ITEM 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE
C3 DOSCIENTOS (200) BOLSAS DE ASPIRACIÓN DESCARTABLES DE CAPACIDAD NO MENOR A 02 LITROS, PRESENTACIÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL, EXENTO DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, REBABAS Y ARISTAS CORTANTES, DE SELLADO HERMÉTICO Y MECANISMO ANTI REFLUJO (FILTRO ANTIBACTERIANO DE 99.5% DE EFICACIA DE FILTRACIÓN O VÁLVULA DE SELLADO AUTOMÁTICO)
Debemos señalar que hay diversos fabricantes de bolsas de aspiración descartables que no son compatibles con el equipo de succión (aspirador) por lo que tienen que realizar modificaciones (perforaciones) a la carcasa del equipo, lo que representaría una pérdida de la garantía proporcionada por el fabricante, para evitar este inconveniente es mejor solicitar bolsas de la misma marca que el equipo. Por lo que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:
C3 DOSCIENTOS (200) BOLSAS DE ASPIRACIÓN DESCARTABLES DE CAPACIDAD NO MENOR A 02 LITROS DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO, PRESENTACIÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL, EXENTO DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, REBABAS Y ARISTAS CORTANTES, DE SELLADO HERMÉTICO Y MECANISMO ANTI REFLUJO (FILTRO ANTIBACTERIANO DE 99.5% DE EFICACIA DE FILTRACIÓN O VÁLVULA DE SELLADO AUTOMÁTICO)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: C3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE LAS BOLSAS DE ASPIRADOR DESCARTABLE TIENEN QUE SER COMPATIBLES CON EL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:35:23

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En características técnicas indica "A4-Estructura del cuerpo hecha en aleación de aluminio o material similar". Consultamos al comité de selección en considerar tipo de material "POLIMERO RESISTENTE O ABS" para una mayor participación de participantes, considerando que son materiales también de grado médico y avalados internacionalmente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.4.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:35:23

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En características técnicas indica en "A7-Funcionamiento silencioso, ruido menor o igual a 45dB".
Solicitamos al comité para mayor participación de postores en considerar RUIDO MENOR O IGUAL A 51.7dB.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.4.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:35:23

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En características técnicas indica en "B6-Nivel de ruido de motor menor o igual a 50dB a 1M de distancia"

Se solicita al comité en considerar Nivel de ruido de motor menor o igual 51.7 dB a 1m de distancia" para una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.4.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:35:23

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En características técnicas indica en "B3-Soporte rodable sobre 04 ruedas con frenos de seguridad incluido". Solicitamos al comité de selección para una mayor participación de postores en considerar de las cuatros ruedas como mínimo dos con frenos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.4.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:35:23

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En características técnicas indica en "B5-Rango de vacío de 0 a 680 mmHg o más amplio".
Solicitamos al comité de selección para una mayor participación de postores en considerar Rango de vacío de 0 a 675 mmhg o más amplio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.4.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:35:23

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

En plazo de entrega indica "El plazo máximo de entrega de los bienes es hasta 15 días calendarios".
Se solicita al comité en selección en considerar "El plazo máximo de entrega de los bienes en 45 días calendarios".

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.5.3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 23. Solicitan: A3 Fabricada con estructura de aluminio estruded y/o acero inoxidable con cubierta de ABS resistente al impacto.
Se solicita al comité de selección aclarar si la cubierta de ABS incluye la totalidad de los cuatro lados del coche o si solo es la base y mesa superior de trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN; ACLARA QUE LA CUBIERTA ES DE ABS Y PODRÁ SER EN SU TOTALIDAD (CUBIERTA), MANTENIENDO LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA CARACTERÍSTICA A5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 23. Solicitan: A5 Superficie superior de ABS termomoldeado, antigolpes y anti rayado de color gris.

Nuestro producto es un coche de paro de buena procedencia (ALEMANIA), cuyas características son similares y competitivas. Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que en aras de fomentar la pluralidad de postores y marcas aceptar que el color sea de acuerdo a cada fabricante, dado a que ello no implicaría una perdida en la calidad del equipo.

Por lo que el punto en mención quede de la siguiente manera:

A5 Superficie de ABS termomoldeado, antigolpes y anti rayado de color gris o del color de cada fabricante.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.4.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 24. Solicitan: A7 Cajonera con cinco (05) gavetas o cajones de PC/ABS de color gris y asas ergonómicas en la parte frontal para el agarre.

Nuestro producto es un coche de paro de buena procedencia (ALEMANIA), cuyas características son similares y competitivas. Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que en aras de fomentar la pluralidad de postores y marcas aceptar que el color sea de acuerdo a cada fabricante, dado a que ello no implicaría una perdida en la calidad del equipo.

Por lo que el punto en mención quede de la siguiente manera:

A7 Cajonera con cinco (05) gavetas o cajones de PC/ABS de color gris o color se cada fabricante y asas ergonómicas en la parte frontal para el agarre.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 24. Solicitan: A10 Gavetas o Cajones: Dos (02) de 07 cm de altura (+/- 3 cm), Dos (02) de 14 cm de altura (+/- 3 cm) y Un (01) de 22 cm de altura (+/- 3 cm).
Nuestro producto es un coche de paro de buena procedencia (ALEMANIA), cuyas características son similares y competitivas. Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que en aras de fomentar la pluralidad de postores y marcas aceptar mejoras que uno de los cajones pequeño pueda ser del tamaño de uno de los cajones medianos, dado a que ello no implicaría una perdida en la calidad del equipo.

Por lo que el punto en mención quede de la siguiente manera:
A10 Gavetas o Cajones: Dos (02) de 07 cm de altura (+/- 3 cm), Dos (02) de 14 cm de altura (+/- 3 cm) y Un (01) de 22 cm de altura (+/- 3 cm) o Un (01) de 07 cm de altura (+/- 3 cm), Tres (03) de 14 cm de altura (+/- 3 cm) y Un (01) de 22 cm de altura (+/- 3 cm).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 24. Solicitan: A13 En el lado izquierdo mínimo dos (02) cajones reclinables translucidos con abertura de 30° o mayor, en el lado izquierdo o derecho un (01) porta aspirador abatible o reclinable o ajustable, y en el lado derecho un contenedor para desechos con capacidad de ocho (08) litros o mayor, con sistema de apertura con la rodilla.

Las características de 02 cajones reclinables y contenedor de desechos de apertura con la rodilla, son especificaciones de una marca con un representante exclusivo en el Perú

<https://olimpexperu.com/equipos/coche-de-paro-persolife/#1598224941085-a61e7660-c395>

Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que en aras de fomentar la pluralidad de postores y marcas aceptar 02 cestas desmontables y contenedor de desechos con apertura según fabricante.

Por lo que el punto en mención quede de la siguiente manera:

A13 En el lado izquierdo mínimo dos (02) cajones reclinables translucidos con abertura de 30° o mayor o dos (02) cestas desmontables, en el lado izquierdo o derecho un (01) porta aspirador abatible o reclinable o ajustable, y en el lado derecho un contenedor para desechos con capacidad de ocho (08) litros o mayor, con sistema de apertura con la rodilla o según cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.4.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO; A13 EN EL LADO IZQUIERDO MINIMO 2 CAJONES RECLINABLES TRANSLUCIDOS CON ABERTURA DE 30° O MAYOR O DOS (2) CESTAS DESMONTABLES, EN EL LADO IZQUIERDO O DERECHO UN (1) PORTA ASPIRADOR ABATIBLE O RECLINABLE O AJUSTABLE, Y EN EL OTRO LADO DERECHO UN CONTENEDOR PARA DESECHOS CON CAPACIDAD DE 8 LITROS O MAYOR CON SISTEMA DE APERTURA DE RODILLA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 24. Solicitan: A19 Peso aproximado 65 kg (+/- 3 kg)

Actualmente los fabricantes desarrollan sus productos con innovaciones tecnológías donde mejoran la calidad del producto para facilitar su uso. Teniendo en cuenta que el coche de paro es un producto que se usa para almacenar productos medicos y por lo tanto aumentaría su peso siendo más difícil de mover para algunas enfermeras. Debido a eso, varios fabricantes diseñan sus coches de paro de polímero ABS siendo más ligeros para que sumado el peso de los productos se fácil de mover por el usuario. Es por eso que solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que en aras de fomentar la pluralidad de postores y marcas aceptar un rango de peso del coche, dado a que ello no implicaría una perdida en la calidad del equipo.

Por lo que el punto en mención quede de la siguiente manera:
A19 Peso aproximado 50 a 68 kg.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 24. Solicitan: B7 Doscientos (200) precintos de seguridad desechables con codificación.
En A9 Solicitan con llave y/o precintos. Es por eso que solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que en aras de fomentar la pluralidad de postores y marcas aceptar dos (02) llaves metálicas.
Por lo que el punto en mención quede de la siguiente manera:
B7 Doscientos (200) precintos de seguridad desechables con codificación y/o dos (02) llaves metálicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20601906938

Fecha de envío : 30/10/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES ZENCO S.A.C.

Hora de envío : 20:37:17

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 24. Solicitan: C1 Laringoscopio con palas de fibra óptica integrada (fibra óptica no desmontable)

La fibra óptica no desmontable es un artículo que no está presente el mercado frecuentemente. Además, al momento de limpiar o reparar es mas complicado debido a que no se puede separar. En cambio, los laringoscopios de fibra óptica desmontables son mejores para limpiar y desinfectar y ya que la fibra se puede desmontar, es posible su reparación. Es por eso que solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que pueda aceptar Laringoscopio de fibra óptica desmontable

Por lo que en mención quede de la siguiente manera:

C1 Laringoscopio con palas de fibra óptica integrada (fibra óptica no desmontable) o de fibra óptica desmontable.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1

Literal: 1.4.2

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 25. Solicitan: D1 Bolsa doble para limitar la presión para mayor seguridad, esterilizable en autoclave y con capacidad mayor de 1200 ml.

Esta característica limita la pluralidad de postores ya que la doble pared es de la marca AMBU. Así mismo el registro sanitario de este modelo no esta vigente lo que lo hace no comercializable y eso originaria que el proceso quede desierto. Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que pueda aceptar bolsa de una pared.

Por lo que el punto en mención quede de la siguiente manera:

D1 Bolsa doble o de una pared para limitar la presión para mayor seguridad, esterilizable en autoclave y con capacidad mayor de 1200 ml.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.4.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 25. Solicitan: D4 La elasticidad de la funda exterior de la bolsa limita la presión de las vías respiratorias.

Esta característica limita la pluralidad de postores ya que la funda exterior (doble pared) es de la marca AMBU. Así mismo el registro sanitario de este modelo no está vigente lo que lo hace no comercializable y eso originaria que el proceso quede desierto.

Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que pueda aceptar valvula Relief que limita la presión de las vías respiratorias.

Por lo que el punto en mención quede de la siguiente manera:

D4 La elasticidad de la funda exterior de la bolsa o valvula relief, limita la presión de las vías respiratorias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.4.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20601906938

Fecha de envío : 30/10/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES ZENCO S.A.C.

Hora de envío : 20:37:17

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 25. Solicitan: D5 Volumen aproximado de la bolsa de reservorio 1500 ml. Esta característica limita la pluralidad de postores ya que la funda exterior (doble pared) es de la marca AMBU. Así mismo el registro sanitario de este modelo no está vigente lo que lo hace no comercializable y eso originaria que el proceso quede desierto.

Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que pueda aceptar valvula Relief que limita la presión de las vías respiratorias.

Por lo que el punto en mención quede de la siguiente manera:

D5 Volumen aproximado de la bolsa de reservorio 1500 ml o según diseño del fabricante para pacientes adultos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.4.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO; D5 VOLUMEN APROXIMADO DE RESERVORIO 1500 ML CON UN RANGO DE +- (MAS MENOS) 150 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 25. Solicitan: E1 Bolsa doble para limitar la presión para mayor seguridad, esterilizable en autoclave y con capacidad mayor de 300 ml.

Esta característica limita la pluralidad de postores ya que la doble pared es de la marca AMBU. Así mismo el registro sanitario de este modelo no esta vigente lo que lo hace no comercializable y eso originaria que el proceso quede desierto. Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que pueda aceptar bolsa de una pared.

Por lo que el punto en mención quede de la siguiente manera:

E1 Bolsa doble o de una pared para limitar la presión para mayor seguridad, esterilizable en autoclave y con capacidad mayor de 300 ml.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.4.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 25. Solicitan: E4 La elasticidad de la funda exterior de la bolsa limita la presión de las vías respiratorias.

Esta característica limita la pluralidad de postores ya que la funda exterior (doble pared) es de la marca AMBU. Así mismo el registro sanitario de este modelo no está vigente lo que lo hace no comercializable y eso originaria que el proceso quede desierto.

Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que pueda aceptar valvula Relief que limita la presión de las vías respiratorias.

Por lo que el punto en mención quede de la siguiente manera:

E4 La elasticidad de la funda exterior de la bolsa o valvula relief, limita la presión de las vías respiratorias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.4.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO; D4 LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA O INCLUIR VALCULA, LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

En el numeral 1.4.2, pagina 25. Solicitan: E5 Volumen aproximado de la bolsa de reservorio 1500 ml. Esta característica limita la pluralidad de postores ya que la funda exterior (doble pared) es de la marca AMBU. Así mismo el registro sanitario de este modelo no está vigente lo que lo hace no comercializable y eso originaria que el proceso quede desierto.

Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección que pueda aceptar valvula Relief que limita la presión de las vías respiratorias.

Por lo que el punto en mención quede de la siguiente manera:

E5 Volumen aproximado de la bolsa de reservorio 1500 ml o según diseño del fabricante para pacientes pediátricos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.4.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO; D5 VOLUMEN APROXIMADO DE RESERVORIO 1500 ML CON UN RANGO DE +- (MAS MENOS) 150 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20601906938

Fecha de envío : 30/10/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES ZENCO S.A.C.

Hora de envío : 20:37:17

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Buenas tardes estimado comité,

Nos podrían aclarar en que dirección se deja los 04 aspiradores y los 04 coches de paro?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE EN EL NUMERAL 1.5.1 CONFORMIDAD DEL BIEN, ESTA CLARO DONDE SE DEBE DEJAR LOS BIENES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20601906938	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ZENCO S.A.C.	Hora de envío :	20:37:17

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Buenas tardes estimado comité

El proceso es de suma alzada pero son dos ítems, eso quiere decir que debemos presentar dos ofertas (anexo 6) separadas por cada ítem o en un solo anexo colocamos la suma de ambos productos.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: Anexo 6 Literal: Anexo 6 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE SE PUEDE PRESENTAR EN DOS (02) FORMATOS O EN UNO SOLO ESPECIFICANDO EL ÍTEM AL QUE POSTULA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20524232104

Nombre o Razón social : OPEN MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 20:43:52

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Aspirador de Secreciones de base rodable

En las especificaciones técnicas solicitan:

A04: Estructura de cuerpo hecha en aleación de aluminio o material similar

En el mercado existen diferentes fabricantes de equipos médicos, cada uno diseña sus equipos basados en sus propios criterios de investigación, nuestra representante con un aspirador con un flujo de 45 lts/min y una potencia de aspiración 682 mmHg características muy superiores a las solicitadas, también cuenta con una carcasa fabricada en poliestireno mediante un proceso de moldeo de espuma estructura lo que lo vuelve un equipo robusto resistente a golpes. Por lo tanto con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores solicitamos al Comité Especial aceptar como requerimiento técnico mínimo:

A04: Sistema rodable, carcasa robusta hecha en PS (poliestireno) o aluminio o material similar resistente a golpes

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:43:52

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Aspirador de Secreciones de base rodable

En las especificaciones tecnicas solicitan:
A07: Funcionamiento silencioso, rudio menor o igual a 45 dB

Nuestra representada cuenta con nivel de radio menor igual a 48 dB a 1m de distancia, lo que ofrece un trabajo silencioso sin afectar la concentración del médico ni la tranquilidad del paciente. Por lo tanto con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores sin afectar el correcto funcionamiento del equipo solicitamos al comité especial aceptar como requerimiento técnico mínimo:

A07: Funcionamiento silencioso, ruido menor o igual a 48 dB a 1m

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:43:52

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Aspirador de Secreciones de base rodable

En las especificaciones tecnicas solicitan:
B01: Volumen mínimo de aspiración de 04 litros a través de dos (02) frascos de policarbonato de 02 litros cada uno para ser usado como bolsas descartables o sin ellas

Las bolsas de aspiración desechables están diseñadas para trabajar con sus propios frascos (FRASCO Y BOLSA DE LA MISMA MARCA) esto para lograr un cierre hermético y permitir el proceso de aspiración, mas no son aptas para usarlas sin ellas (bolsas) dado que al usar una tapa externa no se lograra la hermeticidad requerida (LAS BOLSAS ACTUAN COMO TAPA PARA EL FRASCO). Por lo tanto, por lo indicado líneas arriba solicitamos al comité especial aceptar como requerimiento técnico mínimo:

B01: Volumen mínimo de aspiración de 04 litros a través de dos (02) frascos de policarbonato de 02 litros cada uno para ser usado como bolsas descartables

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:43:52

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Aspirador de Secreciones de base rodable

En las especificaciones tecnicas solicitan:

C01: Dos (02) frascos de aspiración reutilizables de policarbonato de 02 litros de capacidad cada uno como mínimo, transparentes, con indicador de capacidad de volumen para ser usado con bolsas descartables. o sin ellas

Las bolsas de aspiración desechables están diseñadas para trabajar con sus propios frascos (FRASCO Y BOLSA DE LA MISMA MARCA) esto para lograr un cierre hermético y permitir el proceso de aspiración, mas no son aptas para usarlas sin ellas (bolsas) dado que al usar una tapa externa no se lograra la hermeticidad requerida (LAS BOLSAS ACTUAN COMO TAPA PARA EL FRASCO). Por lo tanto, por lo indicado líneas arriba solicitamos al comité especial aceptar como requerimiento técnico mínimo:

C01: Dos (02) frascos de aspiración reutilizables de policarbonato de 02 litros de capacidad cada uno como mínimo, transparentes, con indicador de capacidad de volumen para ser usado con bolsas descartables.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20524232104

Nombre o Razón social : OPEN MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 20:43:52

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Aspirador de Secreciones de base rodable

En las especificaciones técnicas solicitan:

D01: Funcionamiento con red eléctrica de 100-240 vac 50/60 Hz, con cable de poder de grado médico con toma a tierra

Nuestra representada cuneta con clase de protección tipo II (según norma IEC 60601-1) motivo por el cual cuenta con un sistema de doble aislamiento o reforzado por lo que evita el contacto con partes con tensión (voltaje). Por lo tanto no requiere una conexión a tierra.

Por lo expuesto líneas arriba solicitamos al comité especial modificar la presente especificaron técnica como sigue:

D01: Funcionamiento con red eléctrica de 100-240 vac 50/60 Hz, con cable de poder de grado médico con toma a tierra o equipo de clases II (según norma IEC 60601-1) con sistema de doble aislamiento

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 11:53:26

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

EN RELACION A LOS MATERIALES DESCARTABLES, QUEREMOS VALIDAR CON EL DISTINGUIDO COMITÉ SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION EN ACEPTAR MATERIAL DESCARTABLE CON VIGENCIA MINIMA DE 02 AÑOS, ES DECIR FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO EN EL 2025, DE SER CORRECTA NUESTRA APRECIACION, POR FAVOR CONSIDERARLO INCLUIRLO EN LAS BASES INTEGRADAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.4.2 **Literal:** F **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE PARCIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 11:53:26

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

ASA ERGONOMICA INCORPORADA EN TRES LADOS QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR

SOLICITAMOS AL COMITÉ ACLARAR SI NUESTRA APRECIACION ES CORRECTA:

SOLICITAN ASA ERGONOMICA EN TRES LADOS YA QUE FACILITA LA MANIOBRABILIDAD DEL OPERADOR, REDUCIENDO SU ESFUERZO JUSTAMENTE PORQUE EN CIRCUNSTANCIAS DE DESASTRES Y EMERGENCIAS, LO QUE SE BUSCA ES ATENDER LO MÁS RAPIDO POSIBLE AL PACIENTE Y ELLO SE LOGRA BRINDANDOLE FACILIDADES Y RAPIDEZ A LOS USUARIOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4.2

Literal: A6

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE ES CORRECTA LA AFIRMACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 11:53:26

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

GAVETAS O CAJONES COMPLETAMENTE EXTRAIBLES CON BANDEJAS Y/O SEPARADORES AJUSTABLES Y CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD CENTRALIZADO CON LLAVE Y/O PRECINTOS.

Nos dirigimos al distinguido comité para que tenga en cuenta que considerar la opción de tener cierre centralizado a través de LLAVE en un COCHE DE PARO no es la mejor opción, ya que se trata de un coche de EMERGENCIAS y es limitante para el usuario contar con LLAVE para su apertura, existe el riesgo de pérdida de llave y de no atención oportuna al paciente. Por ello solicitamos que se considere sólo la opción de cierre centralizado con precintos, porque existen marcas que cuentan con un cortador de precintos interno para rápida apertura del coche.

Pudiendo quedad la característica de la siguiente manera:

GAVETAS O CAJONES COMPLETAMENTE EXTRAIBLES CON BANDEJAS Y/O SEPARADORES AJUSTABLES Y CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD CENTRALIZADO CON PRECINTOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4.2

Literal: A9

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 11:53:26

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

LARINGOSCOPIO CON PALAS DE FIBRA OPTICA INTEGRADA (FIBRA OPTICA NO DESMONTABLE)

Solicitamos al Comité considerar que las palas de fibra óptica desmontable, son la mejor opción para la limpieza, desinfección y esterilización de la pala completa, por lo que se trata de una mejora para el usuario contar con pala de fibra óptica desmontable

Sugerimos considerar:

LARINGOSCOPIO CON PALAS DE FIBRA OPTICA INTEGRADA O DESMONTABLE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4.2 Literal: C1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 11:53:26

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

UN (01) SISTEMA CARGADOR DE BATERIA 220V +/-5% A 60hz PARA BATERIAS RECARGABLES DEL EQUIPO

Solicitamos al distinguido jurado, en aras de mantener la eficiencia y una vida util extendida del laringoscopio, incluir en la solicitud que el cargador sea de la misma marca del laringoscopio, lo que garantiza y brinda la confianza de un correcto funcionamiento, así se evitan adaptaciones burdas e indolentes, que buscan cumplir en papel y bajar los costos sin importar el correcto desempeño del equipo a mediano o largo plazo, afectando directamente al usuario final y principalmente a la población .los invitamos a considerar el ítem de la siguiente manera:

UN (01) SISTEMA CARGADOR DE BATERIA 220V +/-5% A 60hz PARA BATERIAS RECARGABLES
(CARGADOR ORIGINAL DE LA MISMA MARCA DEL LARINGOSCOPIO)

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.4.2 **Literal:** C11 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE SON COMPATIBLES CON EL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:53:26

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

BOLSA DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 300 ML

Estas especificaciones estan dirigidas a la Marca AMBU, la cual puede tener Pluradidad de postores, pero es importante destacar al distinguido Comité que este producto tiene un registro Sanitario (DM0877E) Vencido desde el año 2022, y a la fecha no hay empresa que este renovando el mismo, en aras de que el proceso no pase a desierto por falta de documentación veraz y feaciente, además de evitar cualquier penalización que pueda aplicar DIGEMID a cualquier postor que incurra en suministrar equipamiento con Registro sanitario vencido, recomendamos tomar en cuenta los principios que rigen las contrataciones públicas y por ello considerar la eett de la siguiente manera:

02 BOLSAS DE SILICONA REUSABLE Y RESISTENTE AL USO FRECUENTE PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD (01 BOLSA MAYOR DE 300ML PARA PACIENTE PEDIATRICO Y 01 BOLSA NO MAYOR DE 280ML PARA PACIENTE NEONATAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4.2 Literal: E1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:53:26

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

BOLSA DOBLE PARA LIMITAR LA PRESION PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 1200ML

Estas especificaciones estan dirigidas a la Marca AMBU, la cual puede tener Pluradidad de postores, pero es importante destacar al distinguido Comite que este producto tiene un registro Sanitario (DM0877E) Vencido desde el año 2022, y a la fecha no hay empresa que este renovando el mismo, en aras de que el proceso no pase a desierto por falta de documentacion veraz y feaciente, ademas de evitar cualquier penalizacion que pueda aplicar DIGEMID a cualquier postor que incurra en suministrar equipamiento con Registro sanitario vencido, recomendamos ampliar las especificaciones de la siguiente manera:

BOLSA DE SILICONA DE PARED SIMPLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 1200ML O SEGUN FABRICANTE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4.2 Literal: D1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 11:53:26

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

SISTEMA DE VÁLVULA CON OBTURADOR SIMPLE MEJORA LA VISIÓN Y EL MANEJO DEL CAUDAL DE AIRE AL PACIENTE

Estas especificaciones estan dirigidas a la Marca AMBU, la cual puede tener Pluradidad de postores, pero es importante destacar al distinguido Comite que este producto tiene un registro Sanitario (DM0877E) Vencido desde el año 2022, y a la fecha no hay empresa que este renovando el mismo, en haras de que el proceso no pase a desierto por falta de documentacion veraz y feaciente, ademas de evitar cualquier penalizacion que pueda aplicar DIGEMID a cualquier postor que incurra en suministrar equipamiento con Registro sanitario vencido, recomendamos ampliar las especificaciones de la siguiente manera:

SISTEMA DE VÁLVULA CON OBTURADOR SIMPLE MEJORA LA VISIÓN O VALVULA DE ALIVIO DE PRESION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4.2

Literal: D2

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE PARCIALMENTE; SISTEMA DE VALVULA CON OBTURADOR SIMPLE O VALVULA DE ALIVIO DE PRESION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:53:26

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Estas especificaciones estan dirigidas a la Marca AMBU, la cual puede tener Pluradidad de postores, pero es importante destacar al distinguido Comite que este producto tiene un registro Sanitario (DM0877E) Vencido desde el año 2022, y a la fecha no hay empresa que este renovando el mismo, en haras de que el proceso no pase a desierto por falta de documentacion veraz y feaciente, ademas de evitar cualquier penalizacion que pueda aplicar DIGEMID a cualquier postor que incurra en suministrar equipamiento con Registro sanitario vencido, recomendamos tomar en cuenta los principios que rigen las contrataciones públicas y por ello considerar la eett de la siguiente manera:

LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS (OPCIONAL)

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4.2 **Literal:** D4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:53:26

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

B2 CIRCUITO DE ASPIRACION DE PVC CON VALVULA DE CIERRE

Solicitamos al comité que pueda considerar :

CIRCUITO DE ASPIRACION DE PVC CON VALVULA DE CIERRE O CIRCUITO DE SILICONA CON CONECTORES

Lo cual garantizará la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4.2 **Literal:** B2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:53:26

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

RANGO DE VACIO DE 0 A 680 MMHG O MAS AMPLIO

Indicamos al Comité que esta característica no es comercial ni común en los aspiradores de secreciones del mercado peruano, que los rangos que podemos encontrar en el mercado son hasta -675mmHg. En aras de garantizar la pluralidad de postores, solicitamos considerar:

RANGO DE VACIO HASTA -675mmHg o más amplio

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4.2 **Literal:** B5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 11:53:26

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

A7 FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, RUIDO MENOR O IGUAL A 45DB

B6 NIVEL DE RUIDO DEL MOTOR MENOR O IGUAL A 50DB A 1 METRO DE DISTANCIA

Solicitamos al comité, defina cuál de los 2 incisos señalados será el que tomará en cuenta, ya que ambos se contraponen. Además que los límites señalados limitan la pluralidad de postores, ya que en la mayoría de marcas trabajan con ruidos de 51.7 db

Por ello, invitamos a considerar:

NIVEL DE RUIDO DEL MOTOR MENOR O IGUAL A 51.7DB A 1 METRO DE DISTANCIA

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.4.2

Literal: B6

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	11:53:26

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

CON CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECCIONALES DE DIAMETRO NO MENOR DE 125MM Y NO MAYOR DE 150MM, CON FRENOS EN DOS (02) RUEDAS DOS (02) ANTIESTATICAS

AL REQUERIR RUEDAS OMNIDIRECCIONALES DE DIAMETRO NO MENOR DE 125 Y NO MAYOR DE 150MM, ENTENDEMOS QUE ES PORQUE SE TRATA DE COCHES DE PARO QUE SERÁN DESTINADOS A LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES, PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RPTA DE LOS EESS, MEDIANTE INFRAESTRUCTURA movil, LAS CUALES ESTARÁN UBICADAS EN LUGARES DIVERSOS, CON SUELOS COMO PASTO, TIERRA/TROCHA, PISTAS, Y QUE ES POR ESO LA NECESIDAD DE RUEDAS GRANDES PARA SU MOVILIDAD SIN PROBLEMAS EN CUALQUIER DE ESTOS CASOS, TENIENDO EN CUENTA QUE SI SE SOLICITAN RUEDAS DE MENOR TAMAÑO, ESTO DIFICULTARIA LA MOVILIDAD DEL COCHE EN SUELOS NO LISOS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4.2 Literal: A2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE SE UTILIZARA EN MODULO PREFABRICADO DE METAL CON PISO PLAZO Y LISO.

Y NO EN PASTO, TIERRA, PISTAS, ETC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 11:53:26

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Estas especificaciones estan dirigidas a la Marca AMBU, la cual puede tener Pluradidad de postores, pero es importante destacar al distinguido Comite que este producto tiene un registro Sanitario (DM0877E) Vencido desde el año 2022, y a la fecha no hay empresa que este renovando el mismo, en haras de que el proceso no pase a desierto por falta de documentacion veraz y feaciente, ademas de evitar cualquier penalizacion que pueda aplicar DIGEMID a cualquier postor que incurra en suministrar equipamiento con Registro sanitario vencido, recomendamos tomar en cuenta los principios que rigen las contrataciones públicas y por ello considerar la eett de la siguiente manera:

LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4.2

Literal: E4

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 11:53:26

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

SISTEMA DE VÁLVULA CON OBTURADOR SIMPLE MEJORA LA VISIÓN Y EL MANEJO DEL CAUDAL DE AIRE AL PACIENTE

Estas especificaciones estan dirigidas a la Marca AMBU, la cual puede tener Pluradidad de postores, pero es importante destacar al distinguido Comité que este producto tiene un registro Sanitario (DM0877E) Vencido desde el año 2022, y a la fecha no hay empresa que este renovando el mismo, en aras de que el proceso no pase a desierto por falta de documentación veraz y feaciente, además de evitar cualquier penalización que pueda aplicar DIGEMID a cualquier postor que incurra en suministrar equipamiento con Registro sanitario vencido, recomendamos tomar en cuenta los principios que rigen las contrataciones públicas y por ello considerar la eett de la siguiente manera:

SISTEMA DE VÁLVULA CON OBTURADOR SIMPLE MEJORA LA VISIÓN O VALVULA DE ALIVIO DE PRESION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4.2

Literal: E2

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE PARCIALMENTE LO SOLICITADO; SE INCORPORARA EN EL TDR "VALVULA DE ALIVIO DE PRESION"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GOREMAD-DRS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO EQUIPADO PARA CONDUCIR Y EJECUTAR COORDINADAMENTE CON LOS ÓRGANOS COMPETENTES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 30/10/2023

Hora de envío : 11:53:26

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

A7 FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, RUIDO MENOR O IGUAL A 45DB

B6 NIVEL DE RUIDO DEL MOTOR MENOR O IGUAL A 50DB A 1 METRO DE DISTANCIA

Solicitamos al comité, defina cuál de los 2 incisos señalados será el que tomará en cuenta, ya que ambos se contraponen. Además que los límites señalados limitan la pluralidad de postores, ya que en la mayoría de marcas trabajan con ruidos de 51.7 db

Por ello, invitamos a considerar:

NIVEL DE RUIDO DEL MOTOR MENOR O IGUAL A 51.7DB A 1 METRO DE DISTANCIA

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.4.2

Literal: A7 B6

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null