

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO PARA PRUEBAS INMUNOSEROLÓGICOS AUTOMATIZADAS (PAQUETE) CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (PIP-1) Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AFÉRESIS PARA PLAQUETAFÉRESIS (ANTICOAGULANTE Y PACX DE AFÉRESIS), CON UN (01) EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP "LUIS N. SÁENZ" (PIP-1)

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:29:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

"En la pagina 49 en la quinta viñeta indican: ""Si, el equipo presenta cuatro (04) fallas (como maximo) durante un periodo de UN (01) MES, la empresa proveedora de dicho bien deberá reemplazar el equipo asumiendo todos los costos que involcre el reemplazo del equipo (EQUIPO DE IGUALES CARACTERISTICAS). Entendemos que este punto esta dando mayor detalle de lo descrito en el numeral 4.5.1. DEL EQUIPO EN CESION DE USO en la quinta viñeta ""... De presentarse fallas en la operatividad del equipo debe sustituirlo de forma inmediata (menos de 24 horas), a fin de no alterar el normal funcionamiento del area usuaria...."", Entendemos que las fallas a las que hace referencia la entidad, son fallas relacionadas con vicios ocultos del equipo o del kit, desperfectos de fabrica y no de una manipulación o negligencia, en estos casos el postor que resulte ganador debe asumir todos lo solicitado, sin embargo, un mal uso del equipo o kit incluyendo algun accidente fortuito que pudiera tener el equipo como sufrir algun golpe, no son responsabilidad del postor que resultara ganador. Consultamos si nuestro entender es correcto.

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: . **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE(DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): su entender no es el correcto, toda vez que si el equipo presenta cuatro (04) fallas (como máximo) durante un periodo de UN (01) MES, el contratista debe reemplazarlo con otro equipo de igual característica o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, INDICANDO QUE(DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): su entender no es el correcto, toda vez que si el equipo presenta cuatro (04) fallas (como máximo) durante un periodo de UN (01) MES, el contratista debe reemplazarlo con otro equipo de igual característica o superior.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO PARA PRUEBAS INMUNOSEROLÓGICOS AUTOMATIZADAS (PAQUETE) CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (PIP-1) Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AFÉRESIS PARA PLAQUETAFÉRESIS (ANTICOAGULANTE Y PACX DE AFÉRESIS), CON UN (01) EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP "LUIS N. SÁENZ" (PIP-1)

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:44:21

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

1. El Comité de Selección:
- 4.5 Condiciones de Operación:
- 4.5.1 Del equipo en cesión de uso
- El Comité especial solicita que la antigüedad del equipo deberá tener una antigüedad de 2 años de fabricación a menor.
- El Comité de Selección aceptara la propuesta técnicas con un equipo de aféresis con una antigüedad menor o igual a 3 años?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 4.5.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE (DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): también aceptará que el equipo en cesión de uso tenga una antigüedad menor o igual a TRES (03) AÑOS de fabricación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, INDICANDO QUE (DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): también aceptará que el equipo en cesión de uso tenga una antigüedad menor o igual a TRES (03) AÑOS de fabricación.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO PARA PRUEBAS INMUNOSEROLÓGICOS AUTOMATIZADAS (PAQUETE) CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (PIP-1) Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AFÉRESIS PARA PLAQUETAFÉRESIS (ANTICOAGULANTE Y PACX DE AFÉRESIS), CON UN (01) EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP "LUIS N. SÁENZ" (PIP-1)

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:44:21

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El comite de seleccion solicita: Sistema de Aferesis para Plaquetaferesis:

Características:

*Con sistema de separación (Cinturón de PVC) ensamblado al equipo de tubuladuras en el cual se producirá la separación de los hemocomponentes en la centrífuga del equipo.

Solicitamos amablemente al comite de seleccion considerar lo siguiente:

Con sistema de separación ensamblado al equipo de tubuladuras en el cual se producirá la separación de los hemocomponentes en la centrífuga del equipo.

Ya que al incluir CINTURÓN DE PVC estarían vulnerando la pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: ANEXO A Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE (CARACTERISTICAS SISTEMA DE AFERESIS PARA PLAQUETAFERESIS): también aceptará: "Con sistema de separación ensamblado al equipo de tubuladuras en el cual se producirá la separación de los hemocomponentes en la centrífuga del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, INDICANDO QUE (CARACTERISTICAS SISTEMA DE AFERESIS PARA PLAQUETAFERESIS): también aceptará: "Con sistema de separación ensamblado al equipo de tubuladuras en el cual se producirá la separación de los hemocomponentes en la centrífuga del equipo.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO PARA PRUEBAS INMUNOSEROLÓGICOS AUTOMATIZADAS (PAQUETE) CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (PIP-1) Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AFÉRESIS PARA PLAQUETAFÉRESIS (ANTICOAGULANTE Y PACX DE AFÉRESIS), CON UN (01) EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP "LUIS N. SÁENZ" (PIP-1)

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:44:21

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Características Técnicas Mínimas del Equipo automatizado (Cesión de uso)
El Comité de Selección solicita: Equipo automatizado de Aferesis con Sistema:"FLUJO CONTINUO". Solicitamos al Comité de selección para que haya mayor pluralidad de postores si podrían considerar: "Sistema de Flujo Continuo o Discontinuo"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, INDICANDO QUE(DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): hacer de conocimiento que la necesidad de un equipo automatizado de Aféresis con Sistema de "FLUJO CONTINUO", permite que los procesos de extracción, procesamiento y retorno sean simultáneos y se realice en menor tiempo, además, se utiliza menor volumen extracorpóreo y disminuye la necesidad de anticoagulante, lo que conlleva, a menor riesgo de reacciones adversas en el donante, por lo mencionado se sugiere al participante adecuarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas, considerando que, las EETT señaladas, es la necesidad del área usuaria para alcanzar la finalidad pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO PARA PRUEBAS INMUNOSEROLÓGICOS AUTOMATIZADAS (PAQUETE) CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (PIP-1) Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AFÉRESIS PARA PLAQUETAFÉRESIS (ANTICOAGULANTE Y PACX DE AFÉRESIS), CON UN (01) EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP "LUIS N. SÁENZ" (PIP-1)

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:44:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Características Técnicas Mínimas del Equipo automatizado (Cesión de uso)

El Comité de Selección solicita: Pantalla táctil (en idioma español)

Solicitamos al Comité de selección aceptar un equipo automatizado con pantalla digital y con teclado tipo membrana para mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE(DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): Hacer de conocimiento que es correcta su apreciación y a fin de promover la mayor participación de postores en el proceso de contratación, precisa que también aceptará la característica: "Con pantalla digital y con teclado tipo membrana

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, INDICANDO QUE(DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): Hacer de conocimiento que es correcta su apreciación y a fin de promover la mayor participación de postores en el proceso de contratación, precisa que también aceptará la característica: "Con pantalla digital y con teclado tipo membrana.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO PARA PRUEBAS INMUNOSEROLÓGICOS AUTOMATIZADAS (PAQUETE) CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (PIP-1) Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AFÉRESIS PARA PLAQUETAFÉRESIS (ANTICOAGULANTE Y PACX DE AFÉRESIS), CON UN (01) EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP "LUIS N. SÁENZ" (PIP-1)

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:44:21

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Características Técnicas Mínimas del Equipo automatizado (Cesión de uso)
Procesamiento de Datos
El Comité de Selección solicita: Capacidad de archivamiento de datos en el equipo: de 30 días a mas

Solicitamos al Comité de selección aceptar: Capacidad de archivamiento de datos en el equipo de 10 a más días y así hay mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE(DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): hacer de conocimiento que es correcta su apreciación y a fin de promover la mayor participación de postores en el proceso de contratación, precisa que también aceptara: "Capacidad de archivamiento de datos en el equipo de 10 a más días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, INDICANDO QUE(DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): hacer de conocimiento que es correcta su apreciación y a fin de promover la mayor participación de postores en el proceso de contratación, precisa que también aceptara: "Capacidad de archivamiento de datos en el equipo de 10 a más días.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO PARA PRUEBAS INMUNOSEROLÓGICOS AUTOMATIZADAS (PAQUETE) CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (PIP-1) Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AFÉRESIS PARA PLAQUETAFÉRESIS (ANTICOAGULANTE Y PACX DE AFÉRESIS), CON UN (01) EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP "LUIS N. SÁENZ" (PIP-1)

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:44:21

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Características Técnicas Mínimas del Equipo automatizado (Cesión de uso)

Procesamiento de Datos

Externo: El equipo automatizado (en cesión en uso) deberá tener conectividad mediante INTERFACE al SOFTWARE de gestión de Banco de Sangre. El costo de la Interfaz al software de gestión de Banco de Sangre estará a cargo del postor.

Esta característica resulta incongruente por varios motivos, como el equipo de aféresis no recibe solicitudes, tampoco realiza control de calidad, tampoco realiza estadística, tampoco almacena resultados históricos y lo más importante que se hace referencia al laboratorio cuando el equipo de aféresis se usa en Banco de Sangre y este servicio no tiene el software institucional, por lo tanto se debería eliminar.

El Comité de Selección eliminará de este proceso la necesidad del software con interfaz e interconexión por ser incongruente con el equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, INDICANDO QUE(DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): El área usuaria hace de conocimiento que se está solicitando que el equipo automatizado (en cesión en uso) tenga conectividad mediante una INTERFACE al Software de Gestión del Banco de Sangre, con la finalidad de: Acceder en tiempo real al número de unidades de plaquetas obtenidas; Visualizar y relacionar directamente cada unidad donada con el paciente correspondiente; Obtener un balance actualizado de las donaciones por paciente e Intercambiar información entre diferentes servicios, lo que permitirá ahorrar tiempo y reducir errores de transcripción. Por lo mencionado se solicita al participante adecuarse a lo indicado en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO PARA PRUEBAS INMUNOSEROLÓGICOS AUTOMATIZADAS (PAQUETE) CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (PIP-1) Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AFÉRESIS PARA PLAQUETAFÉRESIS (ANTICOAGULANTE Y PACX DE AFÉRESIS), CON UN (01) EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP "LUIS N. SÁENZ" (PIP-1)

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	20:44:21

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

9. Instalación del Equipos

El comité de selección solicita que el equipo en cesión de uso deberá ser entregado e instalado en un plazo no mayor a 30 días.

Solicitamos al comité de selección puedan ampliar el plazo de entrega ya que el tiempo que toma en importar un equipo tomando en cuenta desaduanaje y demás sería de 60 días.

Solicitamos al comité de selección acepte un plazo de entrega de 60 días.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, INDICANDO QUE(DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): El área usuaria hace de conocimiento que el bien solicitado es requerido con el carácter de MUY URGENTE, por lo que el equipo en cesión de uso deberá ser instalado y entregado en un plazo no mayor a los 30 días calendarios después de suscrito el contrato; por lo que se solicita a la empresa participante adecuarse a lo solicitado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-DIRSAPOL-UE 020-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO PARA PRUEBAS INMUNOSEROLÓGICOS AUTOMATIZADAS (PAQUETE) CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (PIP-1) Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AFÉRESIS PARA PLAQUETAFÉRESIS (ANTICOAGULANTE Y PACX DE AFÉRESIS), CON UN (01) EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO, PARA EL DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL PNP "LUIS N. SÁENZ" (PIP-1)

Ruc/código :	20469936164	Fecha de envío :	20/03/2025
Nombre o Razón social :	TERUMO BCT PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:38:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dice: Los equipos en cesión en uso por el proveedor deberán tener una antigüedad de 02 años de fabricación a menor antigüedad.

Solicitamos amablemente considerar una antigüedad no mayor a 06 años por lo siguiente:

a.- Al tener todos los mantenimientos al día

b.- Se dispone de carta del fabricante que certifica que la vida útil del equipo es mucho mayor por lo menos de 10 años

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.5.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, INDICANDO QUE(DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): El área usuaria hace de conocimiento que es correcta su apreciación y a fin de promover la mayor participación de postores en el proceso de contratación precisa que también aceptara que el equipo en cesión de uso tenga una antigüedad no mayor a SEIS (06) AÑOS de fabricación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, INDICANDO QUE(DEL EQUIPO CESIÓN DE USO): El área usuaria hace de conocimiento que es correcta su apreciación y a fin de promover la mayor participación de postores en el proceso de contratación precisa que también aceptara que el equipo en cesión de uso tenga una antigüedad no mayor a SEIS (06) AÑOS de fabricación.