

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTATIL PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código : 20516225964

Nombre o Razón social : GIARDINO DEL PERU SRL

Fecha de envío : 24/07/2024

Hora de envío : 14:01:26

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Compatibilidad de cubetas: 25mm x 60 mm redonda (vidrio borosilicato con tapa roscada)

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado puede igualar. Adicionalmente, en el Perú existen únicamente no más de 2 importadores autorizados por HACH, mientras que los demás somos revendedores. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados y también limita la posibilidad de ofrecer un equipo alternativo que cumpla exactamente con todas las especificaciones técnicas. lo cual afecta directamente el principio de pluralidad de marcas y postores, restringiendo significativamente la participación de empresas que no cuentan con la capacidad para importar equipos de la marca HACH.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo así una mayor apertura y la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que se considere también:

- Cubetas adecuadas: Cubetas redondas 24 mm con tapa rosca

Nota: las cubetas no necesitan ser de vidrio borosilicato ya que no estarán expuestas al fuego ni a una autoclave.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

El vidrio borosilicato, entre sus cualidades, tiene bajo coeficiente de expansión (en temp.) pero en sus cualidades también resaltantes, es un vidrio fuerte y duro proporciona una claridad óptica y calidad visual excelente.

Ofrece una resistencia significativa, mayor a los rayones y abrasión (detalles necesarios para uso de las cubetas al que van a ser expuestas).

Por lo que debe considerarse el vidrio borosilicato en las cubetas y/o celdas en el equipo turbidimetro digital.

Cubetas redondas de 24mm y/o 25mm x 60mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	14:02:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Condiciones de almacenamiento: -40° - 60°C

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado puede igualar. Adicionalmente, en el Perú existen únicamente no más de 2 importadores autorizados por HACH, mientras que los demás somos revendedores. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados y también limita la posibilidad de ofrecer un equipo alternativo que cumpla exactamente con todas las especificaciones técnicas. los cual afecta directamente el principio de pluralidad de marcas y postores, restringiendo significativamente la participación de empresas que no cuentan con la capacidad para importar equipos de la marca HACH.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo así una mayor apertura y la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente se elimine esta característica que es EXCLUSIVA de la marca HACH.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se refiere el contratista con respecto a las cubetas y/o celdas estas pueden tener las condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente °C, (no necesariamente a las temperaturas indicadas en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:14:31

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Conexión de red: 100 ¿ 240 VAC, 50/60 Hz (con módulos opcionales de alimentación o USB + alimentación)

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo así una mayor apertura y la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que se considere también:

- Alimentación eléctrica: 90 - 240 VAC, mediante fuente de alimentación externa, 7 pilas NiMH (AA)

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo recomendable para la alimentación eléctrica es 240 V. AC 50 Hz. Para el uso del equipo, no es necesario una alimentación eléctrica de 90-100V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:16:39

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Contenido de la caja: instrumento, juego de maletín, 4 pilas alcalinas AA, 6 cubetas de muestras, kit de ampollas STABLCAL, aceite de silicona, paño lubricante y manual

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo así la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que se considere también:

- Equipo en maletín de plástico, 1 juego de estándares de turbidez T-CAL, 7 pilas (AA), 1 pila de litio, Fuente de alimentación 100 - 240 V, Cable de conexión al PC, 4 cubetas (ø 24 mm) con tapa, Certificado de conformidad, Instrucciones de operación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe considerar para el equipo el que tenga un protector de material fuerte y seguro.

Cable de conexión al PC.; los estándares de calibración para turbidez; cubetas de repuestos, pilas (AA) y/o pilas de litio.

En cuanto a la alimentación eléctrica es 240 V. AC 50 Hz

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:17:49

Observación: Nro. 5
Consulta/Observación:
SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Exactitud: +/- 2% de la lectura más luz difusa

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que se considere también:

- Precisión: $\pm 2\%$ de la lectura, o ± 0.01 NTU; $\pm 5\%$ del valor medido en el rango de 500 - 1000 NTU

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se considere precisión $\pm 2\%$ de la lectura o ± 0.01 NTU, $\pm 5\%$ del valor medido en el rango de 500 ¿ 1000 NTU.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:18:58

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Fuente de Luz: Lampara de tungsteno

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que se considere también:

- Fuente de luz infrarroja (permite la medición de muestras tanto incoloras como coloreadas)

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

La lampara de tungteno tiene mayor exactitud para intervalos bajos debido a su rango de longitud de onda. Se da las siguientes alternativas: Norma EPA ¿ lampara de Tungteno si es; ISO ¿ Led.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:20:15

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Idiomas del manual: Ingles, Frances, alemán, Italiano, Español, Portugués (BR), portugués (PT), Búlgaro, Chino, Checo, Danés, Holandés, Finés, Griego, Húngaro, Japonés, Coreano, Polaco, Rumano, Ruso, Esloveno, Sueco, Turco

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que:

- Se considere un manual con idiomas que estén dentro de los 23 mencionados y no necesariamente que tenga los 23 solicitados. Teniendo en cuenta que no todos los turbidímetros tienen manuales en 23 idiomas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debe tomarse en cuenta un manual de traducción en español. No es necesario solicitar 23 idiomas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:21:17

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Método de medida: Determinación turbidimétrica en RATIO entre la señal de luz dispersa nefelométrica (90°) y la señal de luz dispersa transmitida

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrence e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que se considere también:

- Método de Medición: luz emitida por el LED dispersada por las partículas sólidas y determinada por una fotocelda, colocada en un ángulo de 90° con respecto a la fuente luminosa

(tener en cuenta que el método de medición solicitado es EXCLUSIVO de HACH.)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera las 02 alternativas para el método de medida

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:22:32

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Modos de medición: normal (presionar para obtener el resultado), promedio Señal, muestras de rápida sedimentación

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente eliminar esta DESCRIPCIÓN ya que esta fue creada para un turbidímetro HACH.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se puede eliminar esta especificación técnica del modo de medición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:23:36

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Normativa: Método EPE 180.1

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que se considere también:

- Óptica: conformidad con EN ISO 7027

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATTACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se puede considerar las 2 alternativas de normativas de EPA 180.1 y de ISO 7027.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:31:49

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Pilas/baterías requeridas: 4 AA

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que se considere también:

- 7 pilas de Níquel-MH (tipo AA)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considere pilas/baterías AA como pilas de níquel ¿ MH (tipo AA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:32:51

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Promedio de la señal: Seleccionable ON/OFF

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente eliminar esta DESCRIPCIÓN ya que esta fue creada para un turbidímetro HACH.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se puede eliminar esta descripción debido a que debe existir un promedio de señal seleccionada On/OFF. Para el caso también se consideraría por membrana.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:34:42

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Promedio de la señal: Seleccionable ON/OFF

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente eliminar esta DESCRIPCIÓN ya que esta fue creada para un turbidímetro HACH.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se puede eliminar esta descripción debido a que debe existir un promedio de señal seleccionada On/OFF. Para el caso también se consideraría por membrana.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:35:39

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Rango de temperatura de operación: 0 ¿ 50°C

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que se considere también:

- Condiciones ambientales: 5 - 40 °C, humedad ambiente relativa de 30 - 90 % (sin condensación)

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerarse las condiciones ambientales de 5-40 °C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:36:29

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Repetibilidad: +/- 0,003 FNU +/- 0,5% de la lectura (0 a 2 FNU)

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que se considere también:

- Repetibilidad: ± 1% del valor analizado / ± 0,01 NTU

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerarse la repetibilidad +/- 0,003

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:37:30

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Tamaño de pantalla: 240 x 160 pixeles

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que se considere también:

- Pantalla LCD: Display gráfico (7 líneas, 21 dígitos)

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se incluye considerar las 02 alternativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20516225964	Fecha de envío :	24/07/2024
Nombre o Razón social :	GIARDINO DEL PERU SRL	Hora de envío :	15:38:13

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

SOLICITAN: TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Volumen de muestra: 15ml

OBSERVACIÓN: Todas las características técnicas mencionadas en el cuadro de especificaciones están DIRECTAMENTE alineadas con la marca HACH, la marca HACH ofrece características técnicas UNICAS y EXCLUSIVAS que ninguna otra marca en el mercado las tiene. Adicionalmente, le informamos también que en el Perú existen importadores exclusivos de la marca HACH. Esta situación dificulta considerablemente la capacidad de ofrecer el mismo equipo a precios competitivos frente a los importadores autorizados. Además, esta condición podría ir en contra de la economía de la institución solicitante considerando que en el mercado existen otras marcas con mejores características y con precios más accesibles.

En este contexto, en aras de evitar un evidente direccionamiento del presente proceso a una marca en particular y a su vez garantizar los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato que deben regir las contrataciones del Estado permitiendo la participación de un número más amplio de potenciales postores en el proceso de licitación, solicitamos respetuosamente que se considere también:

- Capacidad Cubeta: 10 ml

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerarse 15 ml y 10 ml de acuerdo al equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	16:46:41

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En la referencia al ítem 1.9. PLAZO DE ENTREGA, de las especificaciones técnicas AS N° 018-2024-EPS-EMAPICA S.A. - 1, se indica:

"1.9. PLAZO DE ENTREGA:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo máximo de 30 días calendarios [...]

Al respecto, se debe tener en cuenta que los equipos solicitados, por ser de tecnología extranjera deben ser importados y el trámite regular de importación considerando los plazos de transporte, nacionalización de los bienes y despacho hasta sus almacenes pueden durar hasta 60 días calendario.

Por lo expuesto, solicitamos al Comité considerar un plazo de entrega de 60 DÍAS CALENDARIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera un plazo de 60 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	16:46:41

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En la referencia al ítem 5.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES, de las especificaciones técnicas AS N° 018-2024-EPS-EMAPICA S.A. - 1, se indica:

[...]

b) Multiparámetro digital portátil [...]

[...]

Contenido de la caja:

- LEV015.98.2200A [...]

Al respecto, la ficha técnica del producto ofertado indica como contenido de la caja el código LEV015.97.2200A

Por lo expuesto, con el objetivo de tener mayor pluralidad de postores y/o marcas, solicitamos cordialmente al Comité considerar lo siguiente:

" Contenido de la caja:

- LEV015.97.2200A "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el contenido de la caja no se puede indicar, algún tipo de código y/o especificación que guarde relación con un equipo específico, se modifica en los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	16:46:41

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la referencia al ítem 5.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES, de las especificaciones técnicas AS N° 018-2024-EPS-EMAPICA S.A. - 1, se indica:

[...]
b) Multiparámetro digital portátil [...]

[...]
Garantía: 24 meses [...]

Solicitamos al distinguido Comité de Selección se sirvan ACLARAR si lo que están solicitando es GARANTÍA por 24 meses o por (01) año, tal como lo indican en la página. 26. Esta ACLARACIÓN es con la finalidad de ofertar el equipo más adecuado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera un año (01) de garantía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	16:46:41

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En la referencia al ítem 5.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES, de las especificaciones técnicas AS N° 018-2024-EPS-EMAPICA S.A. - 1, se indica:

[...]
c) Balanza analítica con mesa anti vibratoria [...]

Al respecto, con el fin de garantizar una mayor pluralidad de marcas y/o postores solicitamos cordialmente al Comité considerar también las especificaciones:

Capacidad: 220g
Legibilidad: 0.0001g
Repetibilidad (S.D.): 0.0002g
Linealidad (+/-) 0.0003g
Peso Mínimo: 10mg
Tamaño del plato: 80mm ø
Unidades de medida mg, g, ct, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, Unidad personalizada
Tiempo de estabilización: 4 seg
Interfaz: RS-232 / USB
Calibración: Calibración Interna Automática
Pantalla: Gráfica con dígitos 15mm de alto
Alimentación de corriente: Adaptador 24V 50/60Hz 500mA
Temperatura de operación: 10° a 30°C
Carcasa: Plástico ABS
Cabina Cámara: 192x195x230mm
Dimensiones totales: 192x374x338mm (axpxa)
Peso Neto: 7kg

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que en los ítems 3,5,10,12 se ha indicado la amplitud en las especificaciones técnicas para los equipos (El contratista esta indicando se acepte aprox. 17 especificaciones técnicas para un equipo)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:18:44

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:
TURBIDIMETRO PORTATIL:
PARA PLULARIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA SOLO A LA MARCA Y/O MODELO ¿HACH 2100Q¿, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
-Cubetas: Dimensiones aproximadas.
-Contenido de la caja: Kit Ampollas ¿StablCal¿ sea equivalente en otro kit de verificación de turbidez.
-Fuente de luz: Lampara de Tungsteno o Led Blanca de acuerdo a equipos más modernos.
-Normativa: Epa 180.1 o Equivalente o aprobado por EPA (Alternativa a la EPA 180.1).
-Registro de datos: 500 datos o aproximado. o equivalente en memoria de calibraciones.
-Repetibilidad: 0.003 FNU hasta 0.01 FNU o aproximado.
-Tamaño de pantalla: Equivalente en mm y dimensiones aproximadas.
-Tiempo de respuesta: 6 a 7 segundos.
-Volumen de muestra: 15 o 10 mL. (ya que la cantidad de muestra no afecta la medición).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Aunque se ha indicado la amplitud en las especificaciones técnicas
Sin embargo se indica mantenerse en la fuente de luz seria el caso lampara tungteno o led blanca de acuerdo a equipos mas modernos.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:18:44

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Multiparámetro portátil digital:
PARA PLULARIDAD DE POSTORES EN RAZON QUE LA PRESENTE ESTA DIRIGIDA SOLO A LA MARCA Y/O MODELO ¿HACH INTELICAL HD¿, SE SOLICITA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES RANGOS APROXIMADOS O EQUIVALENTES LO QUE PERMITE OFRECER PRODUCTOS DE MAYOR CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
-Certificaciones: CE, FCC, ISED, etc., o equivalentes.
-Contenido de la caja:
Se pide eliminar marca y código de producto en todos los artículos que contiene el ítem con fines de la pluralidad de postores y/o colocar en su defecto ¿o equivalente¿ a cada uno de ellos.
Se solicita en el contenido del ítem poder incluir Tampones de pH y conductividad en solución de acuerdo a los rango solicitados.
-Dimensiones: Aproximadas.
-Fuente de alimentación: Pilas de litio o equivalentes.
-Modelo: Se solicita agregar ¿o equivalente¿.
-Peso: Aproximado.
-Sensores y sondas: Sin marca y código de producto y/o colocar ¿o equivalente¿.
-Tipo de pantalla: TFT o LED con dimensiones aproximadas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.2 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta con respecto a los 8 puntos indicados, en la consulta 23.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:18:44

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se observa que en base a lo expuesto en el punto 5.11. la garantía de todos los equipos es de un (1) año. Se Solicita cambiar garantía de 24 a 12 meses.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera un año (01) de garantía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:18:44

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA DE DIEZ (30) DÍAS A 45 DÍAS DEBIDO A QUE EL TIPO DE EQUIPOS SOLICITADOS REQUIERE DE UNA IMPORTACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.13 Literal: 5.13.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera 60 dias calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:58:13

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

El area usuaria esta de acuerdo con una balanza analítica con las mismas características y con calibración externa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: C Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista debe incluir tambien pesas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-EPS EMAPICA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOD PORTATILES PARA CAMPO Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS POZOS RESEVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION ADMINISTRADOS POR LA EPS EMAPICA S.A.

Ruc/código :	20145038384	Fecha de envío :	25/07/2024
Nombre o Razón social :	AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:58:13

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA:

Se debe tener en cuenta que los equipos solicitados,deben ser importados y el trámite regular de importación considerando los plazos de transporte, nacionalización de los bienes y despacho hasta sus almacenes pueden durar hasta 80 días calendario.

Por lo expuesto, solicitamos al Comité considerar un plazo de entrega de 80 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera 60 dias calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null