

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 17/03/2025

Hora de envío : 15:39:42

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitan: 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

De acuerdo a este apartado se especifica solo una declaración jurada para acreditar que el equipo cumple con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección III. Sin embargo, es importante que se pueda permitir aceptar fichas, catálogos, folletos y declaraciones juradas del fabricante del equipo para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Por ello, se OBSERVA este requerimiento y se solicita adicionar a las bases lo siguiente: Adjuntar folleto y/o brochure y/o catálogo y/o declaración jurada del fabricante del producto emitido por la marca o fabricante en la que se evidencie de manera fehaciente el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien a contratar en el presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 3.1

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, adicional al anexo N° 3, el postor debe presentar autorizaciones del producto o folletos o instructivos o catálogos o ficha técnica para acreditar, las siguientes características técnicas:

- a) Dimensiones externas de la campana y Dimensiones internas de la vitrina.
- b) Material y Construcción: cuerpo y estructura.
- c) Todo el panel de Control

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Adicional al anexo N° 3, los postores deben presentar autorizaciones del producto o folletos o instructivos o catálogos o ficha técnica para acreditar, las siguientes características técnicas:

- a) Dimensiones externas de la campana y Dimensiones internas de la vitrina.
- b) Material y Construcción: cuerpo y estructura.
- c) Todo el panel de Control

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:39:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan: Normas Cumplidas: EN-14175/Parte 1-2-3-6, ASHRAE-110, SEFA-1, OSHA, AMCA
CONSULTAMOS al comité si por cumplir con lo solicitado y por ser una denominación sinónima aceptará la alternativa:
Normativas y Cumplimientos: Cumplen y exceden las normas de seguridad OSHA, SEFA, ASHRAE 110, y AMCA, y sus equivalentes Europeas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, conforme a las especificaciones técnicas, el Cumplimiento de Normas y Certificaciones son: Normas Cumplidas: EN-14175/Parte 1-2-3-6, ASHRAE-110, SEFA-1, OSHA, AMCA, a fin de garantizar la alineación exacta con los estándares especificados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:39:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan: Dimensiones:

- Externas:

Ancho (G/W): 180 cm (Vitrina), 150 cm (Campana)

Profundidad (D/D): 93 cm (Vitrina), 87 cm (Campana)

Altura (Y/H): 240-275 cm (Vitrina), 152 cm (Campana)

- Internas:

Ancho (G/W): 160 cm (Vitrina)

Profundidad (D/D): 75 cm (Vitrina)

Altura (Y/H): 115-150 cm (Vitrina)

- Área de Trabajo (Campana):

Ancho: 140-160 cm

Fondo: 62 - 75cm

Alto: 115-125 cm

- Gabinete Incluido (Campana):

o Altura del Gabinete: 75- 88 cm

Las dimensiones del equipo dependen de los criterios de diseño de fabricante, por lo que solicitar en algunos casos medidas exactas sin rangos, solo restringe la participación dirigiendo las bases hacia un postor en específico, adicionalmente el solicitar medidas exactas tanto de vitrina-campana-área de trabajo y gabinete restringe aún más la participación ya que la mayoría de las marcas en el mercado solo especifican las dimensiones externas e internas de la cabina; que sería lo más importante o adecuado para que se pueda estimar el acople o instalación en el espacio disponible en el laboratorio; por ello, CONSULTAMOS al comité si aceptará:

DIMENSIONES EXTERNAS DE LA CABINA:

Ancho(cm): 150 -180

Fondo(cm): 60 - 87

Alto(cm): 152 (máximo 242 cm con gabinete incluido)

DIMENSIONES INTERNAS DE LA CABINA

Ancho(cm): 170

Fondo(cm): 62

Alto(cm): 125

Gabinete Incluido (Campana):

Altura del Gabinete: 75- 88 cm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta se aclara que se realizara modificación a las especificaciones técnicas, en los siguientes extremos:

(¿)

Dimensiones:

¿ Externas de la campana

Ancho x Fondo x Alto: 1150-180x800-950x220-280(cm)

¿ Internas de la vitrina

Ancho x Fondo x Alto: 130-170x600-750x120-150

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿)

Dimensiones:

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

¿ Externas de la campana

Ancho x Fondo x Alto: 1150-180x800-950x220-280(cm)

¿ Internas de la vitrina

Ancho x Fondo x Alto: 130-170x600-750x120-150

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:39:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan: Materiales y Construcción:

-Cuerpo:

Material: Acero galvanizado recubierto con pintura en polvo electrostática de base epoxi, espesor de 1mm (Vitrina)

-Estructura:

Material: Aluminio recubierto con pintura en polvo electrostática de base epoxi (Vitrina)

o Vidrio: Doble pieza de 6 mm, vidrio templado (Vitrina)

OBSERVAMOS este requerimiento ya que el cuerpo y la estructura tienen el mismo significado ya que hacen referencia a la construcción exterior; por lo tanto, CONSULTAMOS al comité de selección si aceptará como especificación equivalente para hacer referencia tanto al cuerpo como a la estructura exterior lo siguiente: Materiales de fabricación: Construcción exterior en lámina de acero galvanizado con recubrimiento epóxico electrostática, guillotina con 6mm de espesor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que los materiales sugeridos por el participante no cumplen con los requisitos técnicos establecidos, consideramos que, para garantizar una mayor resistencia a los ácidos utilizados en nuestro entorno de trabajo, es necesario emplear una estructura de aluminio y un cuerpo de acero galvanizado, esta configuración asegura un mejor desempeño y durabilidad en las condiciones específicas que utilizamos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:39:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan: Opción de control de la hoja (vitrina).
Barrera de seguridad laser y control de impacto
CONSULTAMOS al comité de selección si para una mayor participación de postores ante este proceso pudiese aceptar o incluir dentro de sus especificaciones lo siguiente: Opción de control de la hoja (vitrina-guillotina): Barrera de seguridad laser y control de impacto ó guillotina manual.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que a raíz de la consta se modificara las especificaciones técnicas en el siguiente extremo:

Materiales y Construcción
¿ Opción de Control de la Hoja (Vitrina):
(¿)
- Barrera de seguridad láser y sensor de impacto y/o control de impacto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Materiales y Construcción
¿ Opción de Control de la Hoja (Vitrina):
(¿)
- Barrera de seguridad láser y sensor de impacto y/o control de impacto

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:39:42

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan: Gabinetes:

- Gabinete para equipos
- Gabinete de almacenamiento de químicos estándar
- Gabinete de almacenamiento de ácidos y bases
- Opciones de gabinetes de almacenamiento de productos químicos resistentes al fuego debajo del mostrador (Vitrina).

Se solicita al comité aclarar si; los tipos de gabinetes antes mencionados son referenciales y de acuerdo a ellos el postor elegirá cual de ellos se podrá incluir en la oferta; ya que incluirlos todos no resultaría posible, tomando en cuenta que el gabinete se ubicaría en la parte debajo de la cabina (especie de empotrado).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se realizará modificaciones en el siguiente extremo de las especificaciones técnicas:

- ¿ Gabinetes:
- o Gabinete de almacenamiento de ácidos y bases
- o Opciones de gabinetes de almacenamiento de productos químicos resistentes al fuego debajo del mostrador (Vitrina)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Equipamiento Adicional:

(¿)

- ¿ Gabinetes:
- Gabinete de almacenamiento de ácidos y bases
- Opciones de gabinetes de almacenamiento de productos químicos resistentes al fuego debajo del mostrador (Vitrina)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:39:42

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Tipo: Digital táctil en color (Vitrina y campana).
CONSULTAMOS al comité de selección si pudiese aceptar lo siguiente como alternativa: Controlador con pantalla LCD para monitoreo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para una mayor concurrencia de postores se precisa que se incorporara la condición panel de control no necesariamente táctil o con controlador con pantalla LCD, quedando se la siguiente manera:

(¿)
Panel de Control:
¿ Tipo: Digital táctil en color (Vitrina y Campana) o panel de control no necesariamente táctil o con controlador con pantalla LCD
(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿)
Panel de Control:
¿ Tipo: Digital táctil en color (Vitrina y Campana) o panel de control no necesariamente táctil o con controlador con pantalla LCD
(¿)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:39:42

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan: Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (Vitrina).
CONSULTAMOS al comité de selección si pudiese aceptar lo siguiente como alternativa a lo solicitado: Velocidad de aire con lectura en pantalla LCD para monitoreo permanente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para mayor concurrencia de postores se modificará las especificaciones técnicas en el siguiente extremo:
¿ Opciones de Visualización:
(¿)
- Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (Vitrina) o velocidad de aire con lectura en pantalla LCD para monitoreo permanente.
(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Opciones de Visualización:
(¿)
- Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (Vitrina) o velocidad de aire con lectura en pantalla LCD para monitoreo permanente.
(¿)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:39:42

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan: Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (Vitrina).
CONSULTAMOS al comité de selección si pudiese aceptar lo siguiente como alternativa a lo solicitado: Velocidad de aire con lectura en pantalla LCD para monitoreo permanente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para mayor concurrencia de postores se modificará las especificaciones técnicas en el siguiente extremo:
¿ Opciones de Visualización:
(¿)
- Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (Vitrina) o velocidad de aire con lectura en pantalla LCD para monitoreo permanente.
(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Opciones de Visualización:
(¿)
- Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (Vitrina) o velocidad de aire con lectura en pantalla LCD para monitoreo permanente.
(¿)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:39:42

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan: Control de gestión (Vitrina)

OBSERVAMOS este requerimiento; tomando en consideración que los parámetros más importantes a monitorear o controlar dentro de una cabina son el flujo de aire y la velocidad del motor; no se entiende cuáles serían los controles de gestión que tendrían que incorporarse al panel de control. Por lo tanto; para no limitar la participación de postores en este proceso solicitamos amablemente al comité de selección sea tomada esta especificación como OPCIONAL.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, se modificará dicha condición de la siguiente manera:

Panel de Control:

¿ Opciones de Visualización:

(¿)

-Control de gestión (Vitrina) (opcional)

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Panel de Control:

¿ Opciones de Visualización:

(¿)

-Control de gestión (Vitrina) (opcional)

(¿)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:10

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité:

En referencia a las especificaciones DIMENSIONALES incluidas en la convocatoria, quisiera proponer, respetuosamente, la posibilidad de adoptar medidas de referencia con rangos más flexibles, sugiriendo un margen de tolerancia del 6 al 10% respecto a las dimensiones solicitadas. Asimismo, considerar la especificación separada y más precisa solo de las dimensiones internas y externas del equipo, dado que estas suelen ser los estándares de referencia comunes en el mercado.

Esta recomendación tiene como propósito facilitar la participación de proveedores con productos ya existentes que cumplen con los estándares más altos de calidad y funcionalidad, evitando exclusiones innecesarias por diferencias mínimas. Este enfoque no solo fomentaría una mayor competitividad y variedad de propuestas, sino que también optimizaría los recursos y el tiempo de evaluación del comité, beneficiando el proceso de adjudicación en su totalidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: S/N Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta se aclara que se realizara modificación a las especificaciones técnicas, en los siguientes extremos:

(¿)

Dimensiones:

¿ Externas de la campana

Ancho x Fondo x Alto: 1150-180x800-950x220-280(cm)

¿ Internas de la vitrina

Ancho x Fondo x Alto: 130-170x600-750x120-150

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿)

Dimensiones:

¿ Externas de la campana

Ancho x Fondo x Alto: 1150-180x800-950x220-280(cm)

¿ Internas de la vitrina

Ancho x Fondo x Alto: 130-170x600-750x120-150

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:10

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité:

En virtud de la revisión de los requisitos establecidos para la experiencia del personal clave, hemos observado que no se menciona específicamente al personal clave encargado de la capacitación y puesta en funcionamiento del equipo.

Con el fin de asegurar que los procesos de instalación y puesta en funcionamiento del equipo se realice con la calidad y precisión requeridas, consideramos que el personal adecuado para llevar a cabo dicha capacitación debe ser un ingeniero electrónico y/o ingeniero mecánico o ingeniero electromecánico, ya que estos profesionales poseen la formación técnica adecuada para garantizar una capacitación eficaz, alineada con las especificaciones del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: S/N Literal: C.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en los términos de referencia el área usuaria no ha considerado a personal clave, por cuanto la capacitación es responsabilidad del contratista, por lo que deberá tomar todas las previsiones para que la capacitación se desarrolle sin contratiempos y con su personal conocedor del tema

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:10

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité:

En virtud de la revisión de los requisitos establecidos para la experiencia del personal clave, hemos observado que no se menciona de manera específica al personal clave encargado de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento adecuado de los requisitos y garantizar que se cuente con profesionales altamente capacitados, proponemos que la experiencia mínima requerida sea extendida a dos (02) años en todo equipo de laboratorio y bioquímico, específicamente en instalación y puesta en funcionamiento, para asegurar que el personal tenga la formación y experiencia necesarias para llevar a cabo las tareas de manera eficiente y conforme a los estándares exigidos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: S/N Literal: C.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en los términos de referencia el área usuaria no ha considerado a personal clave para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, por cuanto dichas actividades es responsabilidad del contratista, deberá tomar todas las previsiones para que la instalación y puesta en funcionamiento se desarrolle sin contratiempos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	16:53:10

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una aclaración respecto a los requisitos establecidos para la presentación de la oferta, en particular, sobre el año de fabricación de los bienes ofertados.

Entendemos que es fundamental garantizar que los productos sean de reciente fabricación y cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. En este sentido, solicitamos que se haga mención explícita de este aspecto en los términos de la licitación, para que pueda ser debidamente considerado al momento de evaluar las ofertas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: S/N Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en las especificaciones técnicas, no se ha requerido año de fabricación, sin perjuicio a ello podría ser de reciente fabricación, que necesariamente debe ser un bien de primer uso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604584176	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 5. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, se solicita que el equipo cumpla con las normas EN-14175 Parte 1-2-3-6, ASHRAE-110, SEFA-1, OSHA, AMCA. No obstante, el cumplimiento de normativas puede variar entre fabricantes, manteniendo estándares de calidad y seguridad equivalentes. ¿El comité aceptaría equipos que cumplan con normativas que certifican el desempeño de contención de gases bajo los mismos principios de seguridad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: 5 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, conforme a las especificaciones técnicas, el Cumplimiento de Normas y Certificaciones son: Normas Cumplidas: EN-14175/Parte 1-2-3-6, ASHRAE-110, SEFA-1, OSHA, AMCA, a fin de garantizar la alineación exacta con los estándares especificados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604584176	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se mencionan dimensiones externas para vitrina y campana, sin embargo los fabricantes tienen diferentes formas de especificar las medidas, tal que algunos consideran dimensiones externas como todo el equipo incluyendo gabinete ¿el comité consideraría colocar un rango estimado de dimensiones externas del equipo en total para que así se incluya la participación de más postores o colocar según fabricante?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: 5 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta se aclara que se realizara modificación a las especificaciones técnicas, en los siguientes extremos:

(¿)
Dimensiones:
¿ Externas de la campana
Ancho x Fondo x Alto: 1150-180x800-950x220-280(cm)

¿ Internas de la vitrina
Ancho x Fondo x Alto: 130-170x600-750x120-150

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿)
Dimensiones:
¿ Externas de la campana
Ancho x Fondo x Alto: 1150-180x800-950x220-280(cm)

¿ Internas de la vitrina
Ancho x Fondo x Alto: 130-170x600-750x120-150

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604584176	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las EETT se separan las dimensiones externas, internas y del área de trabajo. Dado que las dimensiones internas no afectan la funcionalidad del equipo y cada fabricante especifica las medidas de diferente manera, ¿el comité aceptaría considerar las dimensiones del área de trabajo como equivalentes a las dimensiones internas solicitadas y con un rango más amplio de +/- 15 cm para fomentar la participación de postores?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: 5 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta se aclara que se realizara modificación a las especificaciones técnicas, en los siguientes extremos:

(¿)
Dimensiones:
¿ Externas de la campana
Ancho x Fondo x Alto: 1150-180x800-950x220-280(cm)

¿ Internas de la vitrina
Ancho x Fondo x Alto: 130-170x600-750x120-150

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿)
Dimensiones:
¿ Externas de la campana
Ancho x Fondo x Alto: 1150-180x800-950x220-280(cm)

¿ Internas de la vitrina
Ancho x Fondo x Alto: 130-170x600-750x120-150

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604584176	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las EETT se considera un rango de altura para el gabinete, mas cada fabricante especifica las medidas de diferente manera y el gabinete se puede incluir en las medidas de dimensiones externas ¿el comité aceptaría considerar las dimensiones del gabinete siempre y cuando todo el equipo no pase de las dimensiones externas solicitadas o según fabricante ?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: 5 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta se aclara que se realizara modificación a las especificaciones técnicas, en los siguientes extremos:

(¿)

Dimensiones:

¿ Externas de la campana

Ancho x Fondo x Alto: 1150-180x800-950x220-280(cm)

¿ Internas de la vitrina

Ancho x Fondo x Alto: 130-170x600-750x120-150

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿)

Dimensiones:

¿ Externas de la campana

Ancho x Fondo x Alto: 1150-180x800-950x220-280(cm)

¿ Internas de la vitrina

Ancho x Fondo x Alto: 130-170x600-750x120-150

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604584176	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Considerando que el material es lo más relevante, ¿el comité consideraría espesor de la vitrina según fabricante?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: 5 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que es importante el espesor de la vitrina, por ser la zona de mayor flujo de acciones y recarga de trabajo por lo tanto debe tener un espesor resistente que soporte las actividades que se realiza en la zona de trabajo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604584176	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Considerando que el acero galvanizado con recubrimiento de pintura epoxi ofrece una mayor resistencia mecánica, protección superior contra la corrosión y estabilidad estructural en comparación con el aluminio recubierto con pintura en polvo electrostática de base epoxi, consultamos si ¿el comité podría aceptar esta alternativa para garantizar una mayor durabilidad y desempeño del equipo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: 5 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los materiales sugeridos no cumplen con los requisitos técnicos establecidos, en las especificaciones técnicas, consideramos que, para garantizar una mayor resistencia a los ácidos utilizados en nuestro entorno de trabajo, es necesario emplear una estructura de aluminio y un cuerpo de acero galvanizado, esta configuración asegura un mejor desempeño y durabilidad en las condiciones específicas que manejamos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604584176	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:56:04

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Respecto al equipamiento adicional. No se especifica si se solicita solo uno de los tipos de gabinetes mencionados. Agradeceríamos al comité aclarar ese punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** EETT **Literal:** 5 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se realizará modificaciones en el siguiente extremo de las especificaciones técnicas:

- ¿ Gabinetes:
- o Gabinete de almacenamiento de ácidos y bases
- o Opciones de gabinetes de almacenamiento de productos químicos resistentes al fuego debajo del mostrador (Vitrina)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Equipamiento Adicional:

(¿)

¿ Gabinetes:

- Gabinete de almacenamiento de ácidos y bases
- Opciones de gabinetes de almacenamiento de productos químicos resistentes al fuego debajo del mostrador (Vitrina)

(¿)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604584176	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Respecto al panel de control, se solicita un tipo digital táctil, sin embargo la forma de acceder al panel de control no afecta la funcionalidad del equipo y además, considerando que una pantalla táctil es más difícil de manipular al utilizar guantes u otro material de protección personal, ¿el comité aceptaría equipos con panel de control que cumplan con las especificaciones mencionadas de visualización y control, y que cuente con una pantalla gráfica no necesariamente táctil?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: 5 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para mayor concurrencia de postores se modificará las especificaciones técnicas en el siguiente extremo:

¿ Opciones de Visualización:

(¿)

- Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (Vitrina) o velocidad de aire con lectura en pantalla LCD para monitoreo permanente.

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Opciones de Visualización:

(¿)

- Velocidad del motor del ventilador o unidad VAV (automática y manual) (Vitrina) o velocidad de aire con lectura en pantalla LCD para monitoreo permanente.

(¿)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604584176	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las EETT se menciona ¿control de motor de las cuchillas a través del panel de control¿. Nuestro equipo incorpora un sensor infrarrojo para apertura automática de la ventana, además de un sistema de regulación del caudal volumétrico de aire y velocidad del ventilador, lo que permite un control eficiente del flujo de aire. ¿El comité aceptaría considerar funcionalidades que cumplan el propósito de optimización del caudal de aire y seguridad en la extracción de gases pese a no mencionarse explícitamente un control de motor de cuchillas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: 5 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El equipo incluye un sistema de apertura automática de la ventana mediante un sensor infrarrojo, lo cual asegura un control eficiente en el manejo del flujo de aire.

Con respecto al flujo de aire regulado, es importante indicar que los laboratorios donde se instalará este equipo cuentan con ambientes cerrados y sistemas de ventilación estándar que cumplen con los requerimientos de seguridad y calidad del aire. Debido a estas condiciones controladas, no es necesario un sistema adicional de regulación de caudal de aire, ya que los flujos se gestionan mediante los sistemas convencionales de ventilación que ya se encuentran instalados en dichos ambientes.

Este enfoque asegura que, a pesar de no contar con un sistema adicional de regulación, el equipo cumple con los estándares de seguridad para la extracción de gases y optimización del flujo de aire, de acuerdo con las condiciones específicas del laboratorio.

En ese sentido, para una mayor concurrencia de postores se modificará la siguiente condición:

Panel de Control:

¿ Opciones de Visualización:

(¿)

Control del motor de las cuchillas (opcional) y/o con sistema automático con sensor para apertura (opcional) a través del panel de control (Vitrina).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(¿)

Panel de Control:

¿ Opciones de Visualización:

(¿)

Control del motor de las cuchillas (opcional) y/o con sistema automático con sensor para apertura (opcional) a través del panel de control (Vitrina).

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20604584176	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:56:04

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Estimado comité en el apartado de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. B. EXPERIENCIA DEL POSTOR, se señala ¿se considera bienes similares a campana extractora de gases, cabina extractora de gases sin gabinete, cabina de flujo laminar¿ ¿Podría considerar dentro de esta lista a la venta e instalación de equipos de biotecnología?. Nuestra empresa cuenta con amplia experiencia en la venta e instalación de equipos de biotecnología, los cuales operan con principios de control de temperatura, humedad, flujos de aire, condiciones ambientales seguras, ventilación y/o otros parámetros ambientales

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Req.Califi Literal: B)EXP.POST Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no será modificado los bienes similares para acreditar los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. B. EXPERIENCIA DEL POSTOR, los equipos de biotecnología propuesto son genérico, subjetivo, no se puede considerar como similares para acreditar la EXPERIENCIA DEL POSTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:40:50

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Dimensiones:

* Externas:
Ancho (G/W): 180 cm (Vitrina), 150 cm (Campana)
Profundidad (D/D): 93 cm (Vitrina), 87 cm (Campana)
Altura (Y/H): 240-275 cm (Vitrina), 152 cm (Campana)

Solicitamos a la Entidad que confirme el espacio de ancho y altura en donde se instalará la vitrina de gases.

- 1. El espacio libre en ancho debe ser mínimo de 1.85m a más para la instalación de la vitrina de gases.
- 2. El espacio libre en altura debe ser mínimo de 2.90m a más, para la instalación de la vitrina de gases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el ambiente donde va ser instalado el equipo es de 2 X 3 metros de área y una altura superior a los 2.90 metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:40:50

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Equipamiento adicional:

* Boquilla de servicio:
Boquilla para agua y gas.

Solicitamos a la Entidad que confirmen si los servicios existentes como salida de agua, salida de desagüe y salida de gas estén en el espacio donde se instalara la vitrina de gases. El proveedor se adecuará a los servicios existentes siempre y cuando dentro del ambiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el proveedor se adecuará a los servicios existentes los cuales están dentro del ambiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:40:50

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Especificaciones eléctricas:

- Voltaje 220v
- Frecuencia 60hz
- Fase monofásica.

Solicitamos a la Entidad que confirmen si el servicio existente de electricidad está en el espacio en donde se instalará la vitrina de gases. El proveedor se adecuará a los servicios existentes siempre y cuando dentro del ambiente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el proveedor se adecuará para la toma de energía el cual se encuentra dentro del ambiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:40:50

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Plazo de entrega:

Solicitamos a la entidad una ampliación del plazo de entrega de la vitrina de gases solicitada, a 120 días, debido al tiempo que requiere el transporte marítimo para el envío de productos del extranjero. Es importante destacar que la vitrina solicitada y sus componentes son de alta calidad, lo cual requiere tiempo para su fabricación y traslado desde las instalaciones del proveedor. La calidad del producto es nuestra prioridad, y estamos seguros de que el producto final será excelente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de contar con pluralidad de postores, se modificará el plazo de entrega a 120 días calendario instalado y puesto en operatividad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capítulo III Requerimiento

(...)

8. PLAZO DE ENTREGA

La entrega se realizará en un plazo máximo de hasta ciento veinte (120) días calendario después de suscrito el contrato.

(...)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:40:50

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Lugar de entrega de los bienes

Solicitamos a la Entidad que confirme la medida de la puerta de ingreso del laboratorio, la medida de la puerta principal de la instalación mínimo 1.10m por 2.10m de alto, los pasillos de ancho para el traslado de las vitrinas de gases mínimo 1.50m. Ya que estas vienen en tres partes, base de 1.80m (soporte), cabina superior de 1.80m y un motor de extracción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la puerta de acceso al ambiente es de 1.15 m y una altura de 2.2 metros de alto, los pasillos son superiores a los 1.5 metros de ancho.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:40:50

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Lugar de entrega de los bienes

Solicitamos a la Entidad que confirme a qué distancia del laboratorio se instalará el motor de extracción y su ubicación. Estos deberán estar lo mas cercano al laboratorio. Así también indicar si la superficie para la ubicación del motor es material concreto o metálico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El motor de extracción se instalará a una distancia de 3 metros del laboratorio. La superficie donde se ubicará el motor es de material de concreto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2487112

Ruc/código :	20111864595	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	J.S. INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	17:40:50

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Lugar de entrega de los bienes

Solicitamos a la Entidad que confirmen si los almacenes del laboratorio cuentan con techo y piso, ya que estos bultos deben estar bajo cubierta y en piso plano para la descargar los tres bultos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los almacenes del laboratorio cuentan con techo y piso el cual garantizara la protección del equipo y accesorios, así como piso plano para la descarga de los bultos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null