

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN
Nomenclatura :	LP-SM-10-2024-HGJ-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:03:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega para los DISPOSITIVOS MEDICOS y para los EQUIPOS EN CESION DE USO (primera entrega) se establece que el plazo de los VEINTE DIAS CALENDARIO sean contados a partir del día siguiente de la SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

Al respecto, es importante señalar que contabilizar el plazo de entrega a partir del día siguiente de la firma del contrato no resulta lo más adecuado. Esto genera que, en la práctica, el área de Almacén y su personal siempre dependan de la orden de compra para poder realizar el ingreso de los bienes, lo cual es el procedimiento formal establecido para la recepción de productos en una entidad pública. Además, desde la perspectiva de los proveedores, contar con la orden de compra facilita el seguimiento de los pagos a través del MEF, ya que incluye el código SIAF, el cual es necesario para visualizar el estado de los pagos.

Por tanto; SOLICITAMOS al Comité de Selección que se establezca que el CÓMPUTO DEL PLAZO OFERTADO SEA CONTABILIZADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA para la primera entrega (el cual incluye a los dispositivos médicos y para los equipos en cesión de uso).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Que en el numeral 1.9, se encuentra establecido que el plazo contractual es de 365 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Asimismo, se indica que el computo del plazo para la primera entrega de los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo máximo de veinte (20) días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:03:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS al comité de selección sirva INCORPORAR tanto en el literal k) como en el literal l) con ocasión de las bases integradas con el fin de acreditar las especificaciones y/o características sustanciales ADEMÁS de los documentos permitidos que estos sean emitidos por: matriz o filial o sucursal o subsidiaria de manera indistinta, considerando los diversos acuerdos comerciales con los fabricantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Que, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, para acreditar las especificaciones técnicas y/o características sustanciales de los literales k) y l), se realizarán con catálogos y/o folletos y/o manuales y/o cartas aclaratorias u otros documentos técnicos emitidos por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o matriz o filial o sucursal o subsidiaria de manera indistinta, considerando los diversos acuerdos comerciales con los fabricantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

o matriz o filial o sucursal o subsidiaria de manera indistinta, considerando los diversos acuerdos comerciales con los fabricantes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:03:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del reactivo GLUCOSA mencionan: ¿Linealidad: según proveedor y/o fabricante¿

Solicitamos amablemente al comité de selección precisar la ¿Linealidad mayor o igual a 700 mg/dL¿ teniendo un estándar de calidad para detectar concentraciones altas sin necesidad de realizar diluciones adicionales, evitando gastos dobles de muestras, gastos dobles de reactivos y demoras en la entrega de resultados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

El requerimiento ha sido establecido por el área usuaria, asimismo a fin de fomentar la mayor participación de postores, se aceptará una linealidad según cada proveedor y/o fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:03:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el subtítulo PARA TODOS LOS REACTIVOS SOLICITADOS SE DEBERÁ CUMPLIR LO SIGUIENTE, en el literal C) CONTROL DE CALIDAD menciona:

¿ Todo los reactivos, controles y calibradores deberán ser de la misma marca, pudiendo ser el equipo ofertado de otra marca siempre que sean compatibles¿

Tener en cuenta que los controles internos son de primera opinión o de tercera opinión, este último tiene mejores beneficios porque:

- ¿ Ser auditado por una marca dedicada al control de calidad.
- ¿ Podrá escalar y contar con el control de calidad Interlaboratorial.
- ¿ El grupo de comparación es mayor con datos estadísticos robustos.

Por lo tanto, solicitamos al comité de selección precise de siguiente modo: ¿ Los reactivos y calibradores deberán ser de la misma marca o fabricante del equipo. Los controles de calidad interno serán de tercera opinión o de primera opinión¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Lo requerido es que los reactivos, controles y calibradores sean de la misma marca, pudiendo ser el equipo de otra marca siempre y cuando sean compatibles, por tanto no se acepta la consulta que los reactivos y calibradores sean de la misma marca o fabricante del equipo ya que no es exigencia pero si una posibilidad, por tanto se podrá aceptar que los reactivos y calibradores sean de la misma marca o fabricante del equipo; asimismo se aclara que para una mayor participación y pluralidad de postores en base al principio de libertad de concurrencia de la Ley de Contrataciones del Estado, los controles de calidad interno podrán ser tanto de primera opinión como de tercera opinión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:03:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo, en el literal A12 mencionan: ¿Bandeja de muestras: 120 o más posiciones para muestras¿

Solicitamos amablemente al comité de selección contemplar ¿Bandeja de muestras: 80 o más posiciones para muestras¿ en aras de una mayor Pluralidad de postores y Libre concurrencia según el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
El requerimiento ha sido establecido en base a la necesidad del área usuaria, por lo tanto, no se acepta su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:03:54

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo, en el literal A19 mencionan: ¿Transmitancia 0 a 100%¿

Solicitamos amablemente al comité de selección contemplar la ¿Transmitancia 0 a 100% o según fabricante¿ en aras de una mayor Pluralidad de postores y Libre concurrencia según el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
El requerimiento ha sido establecido por el área usuaria, sin embargo, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, se aceptará Transmitancia de 0 a 100% o según fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
TRANSMITANCIA 0 A 100% O SEGÚN FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:03:54

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo, en el literal B02 mencionan: ¿Capacidad de almacenamiento de resultados de pacientes incluyendo gráficas, alarmas y mensajes, y controles de calidad mínimo 10,000 resultados¿

Solicitamos amablemente al comité de selección AMPLIAR el requerimiento a ¿Capacidad de almacenamiento de resultados de pacientes incluyendo gráficas, alarmas y mensajes, y controles de calidad mínimo 60,000 o más resultados¿ en aras del Principio de Vigencia tecnológica según el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
Que lo solicitado es como mínimo, sin embargo, se aceptará capacidad de almacenamiento mayor a 10000 resultados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:03:54

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo, en el literal E mencionan: ¿NORMATIVO (FACULTATIVO)¿
Solicitamos amablemente al comité de selección que puedan presentarse estos documentos durante la ejecución contractual del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
No se acoge su consulta. El requerimiento ha sido establecido por el área usuaria, además, al indicarse como facultativo, ello no es de carácter obligatorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En este literal se requiere el Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) y de su lectura no se ha precisado aquellos casos en los que el postor contrate a un tercero para el almacenamiento de sus productos.

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, a efecto de evitar interpretaciones erradas, precisará que, en aquellos casos en los que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, deberá de adjuntar el BPA del tercero y el contrato de arrendamiento que lo vincule, debiendo necesariamente también presentar el BPA a su nombre de acuerdo a lo dispuesto por DIGEMID.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

En coordinación con el área usuaria se acoge la consulta.

A fin de uniformizar los criterios se incluirá. Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, además deberá presentar el Certificado BPA de la empresa que presta el servicio de almacenamiento, acompañado de la documentación que acredite el vínculo contractual entre ambas partes (documento de arrendamiento que garantice que está haciendo uso de los almacenes).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el caso de postores que contraten el servicio de Almacenamiento con un tercero, podrá estar a nombre de este, acompañado para este caso de la documentación que acredite el vínculo contractual entre ambas partes. Es preciso señalar que se deberá presentar CBPA vigente y en caso que requiera almacenamiento de terceros, también deberá presentar CBPA de la empresa que está haciendo uso de dichos almacenes.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con relación al Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis, se entiende que se aceptará la presentación de un Lote que se haya importado previamente, no siendo necesario que este lote sea el que se entregaría en caso el postor sea adjudicado, por lo que la fecha de expiración o vigencia mínima, se considerará o verificará al momento de la entrega que realice el contratista durante la ejecución contractual, siendo así se entiende que los Certificados de Análisis a ser incluidos en la oferta se considerarán como certificados de análisis de lotes referenciales.

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, podría indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: i Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Que su entender no es correcto, toda vez que lo requerido en el literal i) del numeral 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, es copia simple del certificado o protocolo de análisis de los bienes ofertados que conforman el ítem paquete, es decir que se evaluara el certificado o protocolo de análisis de los bienes ofertados y posteriormente entregados, no siendo estos de índole referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En este literal se requiere Copia simple de los rotulados de envase inmediato, mediato e inserto, folletería de acuerdo a lo autorizado en el registro sanitario de los bienes ofertados que conforman el Ítem Paquete. Al respecto se debe señalar que el extremo referido a la "Folletería" esta no es requerida para el trámite de obtención del registro sanitario, por tanto, no puede requerirse como "folletería de acuerdo a lo autorizado en el registro sanitario".

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, a efecto de evitar interpretaciones erradas, y requerimientos no sujetos a lo establecido en la normativa legal vigente, suprimirá de este literal el extremo referido a "Folletería" la misma que no es requerida para el trámite de la obtención del registro sanitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: j Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Al respecto debemos indicar que de acuerdo al artículo 138° del DS N° 016-2011-SA y modificatorias así como del principio de libertad de concurrencia establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, que indica que las entidades deben de promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias, encontrándose prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores, por lo tanto NO CORRESPONDE INCLUIR "FOLLETERIA", por lo que esta exigencia se suprimirá.

Asimismo, se aclara que el rotulado de los bienes, debe encontrarse conforme a lo requerido en la Normativa Sanitaria vigente y sus modificatorias para productos con registro sanitario, y para productos que no cuenten con registro sanitario deberá estar conforme a lo establecido por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con relación al Anexo B - HOJA PRESENTACION DEL EQUIPO, se observa que se está solicitando la acreditación de los puntos A01 al A27, y de la revisión de las Especificaciones Técnicas del equipo incluido en el requerimiento, se desprende que, los puntos A01 al A27 se constituiría en la Totalidad de los requerimientos técnicos, lo cual transgrede lo señalado en las Bases Estandarizadas vigentes donde se menciona de forma clara que, La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida, siendo que no puede solicitarse la acreditación de la totalidad, hecho que es concordante con lo establecido por el Tribunal de Contrataciones del Estado a través de la Resolución N° 01827-2022-TCE-S2, la cual señala de forma expresa lo siguiente:

"..., no se requiera la acreditación de todas las especificaciones técnicas con aquellos documentos adicionales al Anexo N° 3, en la medida que ello supone un requerimiento excesivo, contrario al principio de competencia;

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, tendría la amabilidad de solicitar los puntos a ser acreditados con la documentación requerida sin que se trate de la totalidad y de esa forma cumplir con lo señalado en las Bases Estandarizadas y lo dispuesto por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), considerando que, aquellos puntos que no serán acreditados con la documentación solicitada, se entenderán acreditados a través del Anexo N° 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: I Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEA ACLARA:

De acuerdo a lo establecido en las bases estándar para suministro de bienes aprobados por Directiva N°001-2019-OSCE/CD, se aclara que los puntos de las especificaciones técnicas a ser acreditados con la documentación requerida son: A04, A05, A06, A07, A10, A11, A12, A13, A14, A22, A23.

Asimismo, se suprimirá del literal I) el requerimiento de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas: A01, A02, A03, A08, A09, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A24, A25, A26, A27.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el acápite 5.7 referido a la "Responsabilidad por vicios ocultos" se señala lo siguiente:
"¿ El Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos (02) años contabilizado a partir de la emisión de la conformidad"
Al respecto se debe señalar que, los bienes requeridos se entregarán de forma calendarizada, la cual cuenta con una conformidad por cada entrega, adicional a ello, los bienes requeridos cuentan con un plazo contractual de doce meses (01 año) y la vigencia de los mismos no supera los doce meses.
En esa línea, queda claro que, señalar una responsabilidad del contratista de dos (02) años es un exceso contrario al Principio de Equidad señalado en el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, máxime si el bien tendría una vigencia de un año y su consumo desde su entrega sería dentro de dicho año.

El comité de selección, tomando en cuenta lo señalado, en virtud del Principio de Equidad, aceptará adecuar este extremo del requerimiento y establecer en este punto que la responsabilidad del contratista sea de un (01) año.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
El plazo máximo de responsabilidad por vicios ocultos del contratista será de un (01) año contabilizado a partir de la emisión de la conformidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
un (01) año

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el cuadro N° 3 se encuentran las Especificaciones Técnicas de los Reactivos, donde se puede observar que, para el caso de la Bilirrubina Total se ha señalado una linealidad expresada en "mg/dl", sin embargo, existen fabricantes que en su literatura, incluido el inserto, no emplean esta misma unidad de medida, con lo cual, podría generarse alguna supuesta falta de cumplimiento.

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aceptará productos que empleen en su literatura, incluido el inserto, otras unidades de medida siempre que, se pueda evidenciar que el valor de la linealidad sea igual o mayor a lo solicitado, o en su defecto, aceptará que la linealidad sea según proveedor y/o fabricante, tal cual es solicitado en los demás productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
Para una mayor pluralidad de postores y un mejor entendimiento, se suprimirá linealidad mínima de hasta 30 mg/dl a más, quedando de la siguiente manera: LINEALIDAD: según proveedor y/o fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
según proveedor y/o fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el cuadro N° 3 se encuentran las Especificaciones Técnicas de los Reactivos, donde se puede observar que, para el caso de la Bilirrubina Total se ha señalado una linealidad expresada en "mg/dl", al respecto, nuestro producto en su inserto emplea la unidad de medida umol/l, para lo cual consigna el respectivo Factor de Conversión para llevarlo a la unidad de medida requerida (mg/dl).

En esa línea, por ejemplo, se solicita una linealidad de 30 mg/dl, que en unidades de umol/l sería equivalente a 513 umol/l (factor de conversión = 17.1), con lo cual, nuestro producto al contar con una linealidad de 600 umol/l, supera lo mínimo solicitado.

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aceptará nuestro producto que tiene una linealidad de 600 umol/l, el cual supera los 30 mg/dl solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Para una mayor pluralidad de postores y un mejor entendimiento, se suprimirá linealidad mínima de hasta 30 mg/dl a más, quedando de la siguiente manera: LINEALIDAD: según proveedor y/o fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

según proveedor y/o fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el literal a) del acápite 15.1 del requerimiento, se menciona lo siguiente:
"El proveedor deberá de presentar documentación otorgada por la casa matriz que indique fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie ¿"
Al respecto se observa que, de la lectura completa del requerimiento y de las Bases, esta documentación sería presentada por el contratista al momento de la entrega e instalación del equipo.

El comité de selección podría indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
Se aclara que su apreciación es correcta y que lo indicado de presentar documentación otorgada por la casa matriz que indique fecha de fabricación, marca, modelo y numero de serie del equipamiento ofertado deberá presentarse al momento de la entrega e instalación del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el literal e) del acápite 15.1 del requerimiento se señala las especificaciones técnicas del equipo, las mismas que se consignan en un cuadro que lo acompaña, el cual, en el punto A08 se solicita lo siguiente:
"Que realice pruebas de los siguientes perfiles: ..."
De la lectura se entiende que, la pretensión del área usuaria es que el software del equipo pueda contar con un espacio para generar estos perfiles, los cuales son también denominados por los fabricantes como Paneles.

El comité de selección en coordinación con el área usuaria podría indicar si nuestra apreciación es correcta y lo que se acreditaría en este punto es que el software del equipo cuente con un espacio dedicado a formular los perfiles o paneles de acuerdo a lo establecido por cada usuario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
Es correcto su entender, el software propio del equipo debe tener la capacidad para realizar las pruebas de los perfiles requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el literal e) del acápite 15.1 del requerimiento se señala las especificaciones técnicas del equipo, las mismas que se consignan en un cuadro que lo acompaña, el cual, en el punto A22 se solicita lo siguiente:

"Volumen de muestra en un rango de 1 a 45 ul con incremento de 0.1 ul"

Luego señala:

"Se aceptará volumen de muestra ¿ 45 ul"

De la lectura se entiende que, al aceptar volumen menor o igual a 45 ul, implica que se aceptará rangos que lleguen como máximo a 45 ul, como por ejemplo: de 1 a 45 ul, o de 1.5 a 45 ul, o de 2 a 45 ul, etc.

El comité de selección en coordinación con el área usuaria podría indicar si nuestra apreciación es correcta y por tanto, se aceptará rangos de 1 a 45 ul, o de 1.5 a 45 ul, o de 2 a 45 ul, u otros, siempre que tengan un incremento de 0.1 ul.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

No se acoge su consulta, sin embargo a fin de fomentar la mayor participación de postores, se aceptarán volúmenes de muestra en rangos que tenga el valor mínimo de 1 ul, hasta el valor máximo de 70 ul, sin embargo se podrán aceptar valores menores a 70 ul. Este valor actualizado, es concordante con la absolución de la observación 25.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A22: VOLUMEN DE MUESTRA EN UN RANGO DE 1-70 uL CON INCREMENTO DE 0.1 uL (SE ACEPTARA VOLUMEN DE MUESTRA <= 70 uL)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el literal e) del acápite 15.1 del requerimiento se señala las especificaciones técnicas del equipo, las mismas que se consignan en un cuadro que lo acompaña, el cual, en el punto A23 se solicita lo siguiente:

"Volumen del reactivo (entre el rango de 10 a 500 ul"

Luego señala:

"Se aceptará volumen de reactivo ¿ 500 ul"

De la lectura se entiende que, al aceptar volumen menor o igual a 500 ul, implica que se aceptará rangos que lleguen como máximo a 500 ul, como por ejemplo: de 10 a 200 ul, o de 10 a 250 ul, o de 10 a 500 ul, etc.

El comité de selección en coordinación con el área usuaria podría indicar si nuestra apreciación es correcta y por tanto, se aceptará rangos de 10 a 200 ul, o de 10 a 250 ul, o de 10 a 500 ul, u otros, siempre que no supere el máximo de 500 ul.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Es correcto su entender, se aceptarán volúmenes del reactivo en rangos que tenga el valor mínimo de 10 ul, hasta el valor máximo de 500 ul, sin embargo se podrán aceptar valores menores a 500 ul.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En el literal e) del acápite 15.1 del requerimiento se señala las especificaciones técnicas del equipo, las mismas que se consignan en un cuadro que lo acompaña, el cual, en el punto F01 se solicita lo siguiente:

"... presentar Programa de Mantenimiento"

De la lectura se entiende que, la presentación de estos documentos lo realizará el contratista cuando realice la entrega e instalación del equipo, por lo que no será requerido para la presentación de oferta.

El comité de selección en coordinación con el área usuaria podría indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Es correcto su entender. La presentación del Programa de Mantenimiento se realizará a la entrega e instalación del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el literal e) del acápite 15.1 del requerimiento se señala las especificaciones técnicas del equipo, las mismas que se consignan en un cuadro que lo acompaña, el cual, en el punto G01 se solicita lo siguiente:

"... cuya acreditación será a través de copia simple del título profesional"

De la lectura se entiende que, la presentación de este documento lo realizará el contratista cuando realice la capacitación del equipo, por lo que no será requerido para la presentación de oferta.

El comité de selección en coordinación con el área usuaria podría indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

El profesional requerido en el literal G01 de las especificaciones técnicas se acreditará al área usuaria para su verificación previo a la capacitación, por lo que no es obligatorio en la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En el Anexo A se consignaría las especificaciones técnicas que son materia de acreditación, como es el caso de: DESCRIPCION Y USO Y METODOLOGIA, tal cual es señalado en el literal k) del numeral 2.2.1.1 de las Bases.

El comité de selección en coordinación con el área usuaria podría indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Que, las especificaciones técnicas que son materia de acreditación para todos los bienes que conforman el Ítem Paquete, es decir DESCRIPCION Y USO Y METODOLOGIA podrán ser presentadas en el Anexo A o en formato libre

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el Anexo A se encuentra incluido lo siguiente: "Límites de Aceptación o Niveles y Criterios de Aceptabilidad" y "Normas Nacionales y/o Internacionales y/o propias, de comprobación para control de calidad", sin embargo, estos aspectos están referidos a Productos Farmacéuticos (medicinas) y dispositivos médicos implantables, por lo que no aplica para los Dispositivos Médicos de Diagnóstico In Vitro como es el caso de los bienes requeridos (reactivos).

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, a efecto de no generar impedimentos para la presentación de ofertas, aceptará modificar estas columnas y requerir en ellas lo siguiente: "Documento que acredita la Especificación Técnica" y "Número de folio", lo que le permite incluso poder evaluar las ofertas de una manera más práctica sin generar limitaciones en la participación de potenciales postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
Que se podrá modificar columnas del Anexo A, pudiendo consignar "documento que acredita la especificación técnica" y "número de folio", aclarando además que de no hacer uso del Anexo A, los postores podrán hacer uso de un FORMATO LIBRE para la acreditación de las especificaciones técnicas requeridas (DESCRIPCION Y USO Y METODOLOGIA) de todos los bienes que conforman el Ítem Paquete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:21:49

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Según los literales k) y l) del numeral 2.2.1 que hacen referencia a la Documentación de presentación obligatoria señalan lo siguiente:

"K) ANEXO A- HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO CONOFRME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O EN FORMATO LIBRE, para todos los bienes que conforman el Ítem Paquete los postores deberán presentar el ANEXO - HOJA DE PRESNETACIÓN DEL PRODCUTO CONFORME A LAS ESPEFICIACIONES TECNICAS O EN FORMATO LIBRE (...)

l) ANEXO B -HOJA PRESENTACIÓN DEL EQUIPO

Para la verificación ya acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo un (01) Analizador de Bioquímica automatizado, los postores deberán presentar el ANEXO B- HOJA DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO (...)"

Es necesario precisar que los documentos solicitados tienen calidad de documentación meramente referencial, que tienen una función netamente "informativa" ya que no acreditan alguna característica o especificación técnica, mas aun cuando, en otro apartado se exigen documentos netamente técnicos que tienen finalidad de acreditación, haciendo que su presentación sea una exigencia exagerada y sin propósito alguno.

En la misma linea, mantener requerimientos exagerados iría en contra de lo establecido por la propia Ley de Contrataciones del Estado, en lo referido al principio de de Eficiencia y Eficacia (2.e de la Ley), por tal motivo, es necesario suprimir dichas exigencias ya que la acreditación de EE.TT se realiza con documentación distinta, la misma que esta siendo requerida según las bases en cuestión.

En ese sentido, se solicita al Comité de Selección, que en coordinación con el área usuaria, tenga a bien en suprimir las exigencias referidas a los Anexos A y B) ya que no tienen ninguna finalidad, por el contrario es una exigencia exagerada ya que hay otros documentos que cumplen la función esperada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: k Página: 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Sin embargo, se aclara que para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos de los literales k) y l) de los documentos para la admisión de la oferta, son los Anexos A y B o en FORMATO LIBRE, asimismo para el Anexo A se esta exigiendo el cumplimiento de DESCRIPCION Y USO Y METODOLOGIA para todos los bienes que conforman el ítem paquete y para el Anexo B los ítems A04, A05, A06, A07, A10, A11, A12, A13, A14, A22, A23 del equipo en cesión en uso, es decir para ambos casos son requerimientos mínimos exigibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:06:37

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Capitulo III, en las especificaciones técnicas del Analizador de Bioquímica Automatizado, descritas en la página 48, solicitan:

A22 Volumen de Muestra en un rango de 1 45 ul con Incremento de 0.1 ul (se aceptará Volumen de Muestra ¿ 45 ul)
Al amparo del Principio de Transparencia a fin de que el proceso de contratación sea comprendido por todos los postores, SOLICITAMOS cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria, que nos ACLAREN si el volumen de Muestra 1 ¿ 70 ul, está dentro del intervalo solicitado, de lo contrario requerimos amablemente considerar volumen de Muestra 1 ¿ 70 ul, para fomentar mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2) de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, se aceptarán volúmenes de muestra en rangos que tenga el valor mínimo de 1 ul, hasta el valor máximo de 70 ul, sin embargo, se podrán aceptar valores menores a 70 ul.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A22: VOLUMEN DE MUESTRA EN UN RANGO DE 1-70 uL CON INCREMENTO DE 0.1 uL (SE ACEPTARA VOLUMEN DE MUESTRA <= 70 uL)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:06:37

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

El objetivo específico del presente procedimiento de selección, es contribuir al diagnóstico, pronóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes que requieren la realización de estas pruebas.

Para el logro pleno de este objetivo, es necesario que TODOS los reactivos, controles y calibradores que se oferten sean de la MISMA MARCA MATRIZ, puesto que sería una ventaja favorable para el usuario, al eludir errores de trazabilidad durante el proceso de análisis clínico, ya que su desenvolvimiento estaría parametrizado bajo un mismo mecanismo de trabajo, siguiendo procedimientos y/o protocolos estandarizados bajo las mismas condiciones, generando un funcionamiento sincrónico y asegurando una mejor certeza y trazabilidad en los resultados de los análisis de laboratorio, mejorando la calidad de las pruebas, garantizando la fiabilidad en los resultados de los análisis que brinden al médico para el tratamiento del paciente.

Por lo expuesto, y en virtud al principio de competencia, establecido el art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, que indican que los procesos incluyen disposiciones para obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público, SOLICITAMOS gentilmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria precisar que los todos los reactivos, controles y calibradores deben ser de una misma marca para asegurar la fiabilidad de los resultados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2) literal e) de la ley de contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

Se aclara y se precisa que lo requerido es que los reactivos, controles y calibradores sean de la misma marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	23:06:37

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Capitulo III, en las especificaciones técnicas del Analizador de Bioquímica Automatizado, descritas en la página 48, solicitan:

A23 Volumen del Reactivo (entre el Rango de): 10 ¿ 500 ul (se aceptará volumen de Reactivo ¿ 500 ul)

Al respecto, invocamos los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato, para SOLICITAR cordialmente al comité de selección en coordinación con el área usuaria que amplíe esta característica a): 10 ¿ 350 ul (se aceptará volumen de Reactivo ¿ 350 ul), para fomentar la participación de la pequeña empresa y así obtener mayor participación y pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2) de la Ley de contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Sin embargo, se aclara que su solicitud está dentro del rango requerido, es decir se aceptará volumen del reactivo entre el rango de 10 ul a 500 ul., pudiendo aceptarse valores del volumen del reactivo menores o iguales a 500 ul.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	23:09:24

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

En las bases solicitan determinadas características para el equipo y para los reactivos, entendemos que en mérito de la ley de contrataciones del estado la etapa de consultas. Y observaciones es. Para aclarar o corregir algun. Extremo dr de las bases que no son claras y que por tanto no se puede agregar nuevas especificaciones técnicas pues llevaría a un vicio de nulidad de las bases, es correcto nuestro entender?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** K **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
Se aclara que su entender es corrector, indicando que el pliego de absolución de consultas y observaciones, obedece a brindar un mayor entendimiento a las dudas de los participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	23:09:24

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

En las bases solicitan que se presente el certificado de análisis de los reactivos, entendemos que esto también tiene alcance para controles y calibradores según sea necesario bajo la metodología del fabricante? Es correcto nuestro entender?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: j Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Se aclara que su entender no es correcto, toda vez que lo solicitado es una copia simple del certificado de análisis o protocolo de análisis de los bienes ofertados que conforman el ítem paquete; vale decir de todos los reactivos ofertados mas no para controles ni calibradores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null