

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL DISPOSITIVO MEDICO DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 28/08/2023

Hora de envío : 11:15:39

Consulta: Nro. 1
Consulta/Observación:

6.1.5 MUESTRA

De presentación obligatoria

Se solicita al Comité de Selección de precisar la cantidad de muestras, de corresponder de acuerdo a lo autorizado en el Registro Sanitario con su respectivo envase mediato e inmediato, se sirva considerar que la presentación de la muestra en caso que su forma de presentación autorizada contenga dos (02) o más envases inmediatos, entonces bastara con presentar 01 muestra en envase mediato conteniendo mínimamente un envase inmediato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1.5 **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA,La muestra a presentar es en una Unidad y podran ser enviadas de acuerdo a su presentacion segun su registro sanitario .

La muestra a presentar debe ser en envase mediato y contener mínimamente un envase inmediato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL DISPOSITIVO MEDICO DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	14:03:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PRESENTACION DE MUESTRA, el día de la presentación de ofertas, por mesa de partes del Hospital Regional de Ica, Ubicado en la Av. Prolongación Ayabaca S/N Camino a Huacachina Ica-Ica-Ica., tiene que venir adjunto con un documento donde mencione el numero y denominación del procedimiento de selección y la empresa remitente.

Se solicita al Comité de Selección se sirva precisar el horario de entrega de la muestra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, PRESENTACION DE MUESTRA, el mismo día de la presentación de ofertas, según cronograma de la plataforma del SEACE, dentro del horario de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm, por mesa de partes del Hospital Regional de Ica, Ubicado en la Av. Prolongación Ayabaca S/N Camino a Huacachina Ica-Ica-Ica., tiene que venir adjunto con un documento, dirigido al Hospital Regional de Ica, atención oficina de logística, donde mencione el numero y denominación del procedimiento de selección y la empresa remitente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL DISPOSITIVO MEDICO DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20504312403	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	14:46:27

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se requiere la presentación de muestra; sin embargo, no se consigna mayor detalle sobre las condiciones de la misma.

¿Podría aclarar la cantidad de muestras?

¿Podría contemplar que si el envase mediato incluye más de 10 unidades del producto solo debe presentarse el envase mediato conteniendo 2 unidades del producto?

¿Podría confirmar si la muestra solo es de la LÍNEA objeto de la convocatoria?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: D **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

N-A

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA,La muestra a presentar es en una Unidad y podran ser enviadas de acuerdo a su presentacion segun su registro sanitario . La muestra a presentar debe ser en envase mediato y contener mínimamente un envase inmediato Asimismo la muestra es solo del objeto de la convocatoria :LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL DISPOSITIVO MEDICO DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20504312403	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	14:46:27

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El objeto de la convocatoria implica la venta de LINEAS para bomba infusora con volutrol; asimismo, contempla la cesión en uso de 30-50 equipos CON VOLUTROL.

Ahora bien, nuestras bombas infusoras utilizan líneas con volutrol que vienen en empaques individuales (como se requiere en las bases), es decir, las líneas vienen en un empaque y el volutrol en otro, y al momento de usarlas deben acoplarse mediante un procedimiento sencillo.

Ahora bien, esta forma de presentación no tiene incidencia alguna en las funciones del producto pues corresponde la empleada por el fabricante de las líneas aptas para el uso de los equipos que comercializamos.

En ese sentido, ¿podría confirmar que las LINEAS y el VOLUTROL pueden estar contenidas en empaques individuales?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** -- **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

N-A

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que las Lineas para la bomba Infusora y el Volutrol pueden estar contenidas en empaques Individuales , pero deben cumplir con el objeto final de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL DISPOSITIVO MEDICO DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 31/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 14:53:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 1 LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL - Características Generales /Cantidad de Bombas en cesión de uso, según lo mencionado el consumo mensual aproximado es de 350 unidades como consumo un promedio de 7 a 8 líneas para bomba de infusión con Volutrol, solicitamos reducir el rango inicial aproximado a 48 unidades de Bombas de Infusión.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara ,La entrega de las bombas inicial será de 30 a 48 unidades y de acuerdo al consumo el proveedor tendrá que entregar más equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL DISPOSITIVO MEDICO DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 31/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 14:53:58

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Muestra - De presentación obligatoria, se hace la consulta puesto que las bases de este proceso no especifican las unidades de muestras a presentar, a su vez tampoco señalan la fecha, hora , ni el contacto a quien va dirigida la muestras si es al área usuaria o logística para su revisión, se solicita especificar. Máxime cuando en la página 16 de las bases se hace referencia de manera general a la presentación de las muestras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1.5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S.089-2019-EF: ART. 2 INC. C)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE,La muestra a presentar es en una Unidad y podran ser enviadas de acuerdo a su presentacion segun su registro sanitario . La muestra a presentar debe ser en envase mediato y contener mínimamente un envase inmediato PRESENTACION DE MUESTRA, el mismo día de la presentación de ofertas, segun cronograma de la plataforma del SEACE, dentro del horario de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm, por mesa de partes del Hospital Regional de Ica, Ubicado en la Av. Prolongación Ayabaca S/N Camino a Huacachina Ica-Ica-Ica., tiene que venir adjunto con un documento, dirigido al Hospital Regional de Ica, atencion oficina de logistica, donde mencione el numero y denominación del procedimiento de selección y la empresa remitente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL DISPOSITIVO MEDICO DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 31/08/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 14:53:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a la cesión en uso de los equipos: Solicitamos se precise el área/unidad/jefatura que será responsable de recepcionar los equipos entregados al inicio de la ejecución del contrato. Toda vez, que las bases hacen referencia al ingreso al almacén de los dispositivos médicos, los cuales según la Ficha Técnica lo constituyen las Líneas para Bombas Infusora con Volutrol.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** 8.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA ,Que la Jefatura del Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios sera la responsable de recepcionar los equipos de Cesion en Uso que se seran entregados al inicio de la ejecucion del Contrato .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL DISPOSITIVO MEDICO DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20537758377	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	ICU MEDICAL PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:40:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

PRESENTACION DE MUESTRA, el día de la presentación de ofertas, por mesa de partes del Hospital Regional de Ica, Ubicado en la Av. Prolongación Ayabaca S/N Camino a Huacachina Ica-Ica-Ica., tiene que venir adjunto con un documento donde mencione el número y denominación del procedimiento de selección y la empresa remitente

Se solicita al comité de selección especificar la cantidad de muestras y el horario de recepción de las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.D Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE,La muestra a presentar es en una Unidad y podran ser enviadas de acuerdo a su presentacion segun su registro sanitario . La muestra a presentar debe ser en envase mediato y contener mínimamente un envase inmediato PRESENTACION DE MUESTRA, el mismo día de la presentación de ofertas, segun cronograma de la plataforma del SEACE, dentro del horario de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm, por mesa de partes del Hospital Regional de Ica, Ubicado en la Av. Prolongación Ayabaca S/N Camino a Huacachina Ica-Ica-Ica., tiene que venir adjunto con un documento, dirigido al Hospital Regional de Ica, atencion oficina de logistica, donde mencione el numero y denominación del procedimiento de selección y la empresa remitente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-CS-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL DISPOSITIVO MEDICO DE LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20537758377	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	ICU MEDICAL PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:40:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Sobre la cantidad de bombas en cesión de uso y el consumo mensual de líneas.

Se solicita al comité de selección indicar el periodo de ejecución contractual del proceso, a fin de definir el tiempo que debe permanecer las bombas de infusión entregadas en calidad de comodato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La cantidad de bombas a entregar serán de acuerdo al consumo mensual.
El consumo mensual aproximado es de 350 unidades.
El consumible por una bomba será de 7 a 8 unidades de LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL
La entrega de las bombas inicial será de 30 a 48 unidades y de acuerdo al consumo el proveedor tendrá que entregar más equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null