

FORMATO N° 11
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

1 NÚMERO DE ACTA

001-2023-CS- AS N° 36-2023-GERESA/LL

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los tres (03) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 02:00 pm horas, se reunieron los integrantes del comite designados mediante formato N° 004 AS N° 36-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS N° 36-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA PARA TUBOS PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL BOLIVAR II, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
		Suplente		
Primer Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente		
Segundo Miembro	ING. CHRISTIAN RICARDO KETIN VASQUEZ ROJAS	Titular X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente		

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	10104942330
2	GUEVARA SAMANAMUD JULIO MICHAEL	10416420501
3	CIMATEC SAC	20100042500
4	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205
5	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	20100511348
6	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
7	BIOIMAGEN S.A.C	20392644556
8	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	20438551825
9	DBG SOLUCIONES S.A.C	20451829913
10	BAIRES S.A.C.	20464408623
11	RICAF MEDICAL E.I.R.L	20477671561
12	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	20505110651
13	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED	20516809524
14	CESPI PERU S.A.C.	20523412486
15	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	20524800510
16	MEDICAL ISVIL S.A.C.	20544150104
17	GRUPO TOVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TOVAL S.A.C.	20553377308
18	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	20553512019
19	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
20	ALYTECH MEDIC S.A.C.	20556662887
21	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	20557788841
22	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20600930801
23	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	20600989988
24	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153
25	STBIOMEDICAL S.A.C.	20601785324
26	NATGEN S.A.C.	20601908761
27	INDUSTRIA TECNOLOGICA PERU E.I.R.L.	20603344341
28	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
29	CF DISMED S.A.C.	20603460554
30	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490
31	MEDIGETS CORPORATION E.I.R.L.	20604156476
32	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944
33	TAMI SERVICIOS Y VENTAS E.I.R.L.	20604822964
34	ROBERT LEDLEY S.A.C.	20604946531
35	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	20605046127
36	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024
37	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044
38	JAR SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.	20606158671
39	SCIENTIFIC SUPPLIES LAB E.I.R.L.	20606296992
40	INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20608415247
41	PROVEMED S.A.C.	20608422499
42	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	20609607123

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :

Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	BAIRES S.A.C.	20/10/2023	17:16:40
2	INDUSTRIA TECNOLOGICA PERU E.I.R.L.	20/10/2023	21:06:44
3	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20/10/2023	21:27:34
4	CESPI PERU S.A.C.	20/10/2023	14:46:19
5	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/10/2023	23:31:22
6	MEDICAL ISVIL S.A.C	20/10/2023	19:33:48

6	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.
---	---

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	
1	BAIRES S.A.C.	No cumple según lo señalado en las EE.TT, según anexo del informe N° 01-2023-DLG/AS36 No cumple según evaluación de anexo 01	
2	INDUSTRIA TECNOLOGICA PERU E.I.R.L.	No cumple según lo señalado en las EE.TT, según anexo del informe N° 01-2023-DLG/AS36 No cumple según evaluación de anexo 01	
3	CESPI PERU S.A.C.	No cumple según lo señalado en las EE.TT, según anexo del informe N° 01-2023-DLG/AS36 No cumple según evaluación de anexo 01	
4	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	No cumple según lo señalado en las EE.TT, según anexo del informe N° 01-2023-DLG/AS36 No cumple según evaluación de anexo 01	
5	MEDICAL ISVIL S.A.C	No cumple según lo señalado en las EE.TT, según anexo del informe N° 01-2023-DLG/AS36 No cumple según evaluación de anexo 01	

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula	
1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	ITEM 1	

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	S/ 53, 500.00	99.43%
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.		

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SAINT INDUSTRY EIRL	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		100
		BONIFICACION MYPE		5
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		105 PUNTOS

11	CALIFICACIÓN				
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación detallados en las bases:				
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SAINT INDUSTRY EIRL		
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR	X	
		A.2	FATURACION	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CUMPLE		

12	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:			
----	---	--	--	--

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
1	SAINT INDUSTRY EIRL	
DE SER EL CASO INCLUIR:		
Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:		
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	xxxxxxx	xxxxxxxx

18	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.
----	--

19	 Eeon. Angel Daniel Tejada Nuñez TITULAR PRESIDENTE	 Ing. David Luna Grande TITULAR MIEMBRO 1	 Ing. Christian Ricardo Ketin Vasquez Rojas TITULAR MIEMBRO 2
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

AS36-2023-GERESALL

ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA PARA TUBOS PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL BOLIVAR II, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

2 unid

MONTO DISPONIBLE

S/ 53, 806.67

POSTORES	BATRES S.A.C	SAINT INDUSTRY E.I.R.L	INDUSTRIA TECNOLÓGICA E.I.R.L	CESPI PERU S.A.C	MASTER WORLD MEDICAL S.A.C	MEDICAL ISVIL SAC
RUC	20464408623	20603346344	20603344341	20523412486	20600950801	20544150104
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 01						
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA ANEXO 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACREDITACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS	NO CUMPLE, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL INFORME N° 01-2023-DLG/AS36	CUMPLE	NO CUMPLE, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL INFORME N° 01-2023-DLG/AS36	NO CUMPLE, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL INFORME N° 01-2023-DLG/AS36	NO CUMPLE, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL INFORME N° 01-2023-DLG/AS36	NO CUMPLE, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL INFORME N° 01-2023-DLG/AS36
REGISTRO SANITARIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (NO PRESENTA ANEXO 11)	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA DE POST VENTA ITEM 01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE/DISPONIBILIDAD DE ACCESORIOS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA ANEXO 4	NO CUMPLE (NO DESGLOSA PLAZO DE ENTREGA (i. ENTREGA, ii. Instalación y iii. Puesta en funcionamiento) - RTCE N° 701-2021-TCE-S2	CUMPLE	NO CUMPLE (NO DESGLOSA PLAZO DE ENTREGA (i. ENTREGA, ii. Instalación y iii. Puesta en funcionamiento) - RTCE N° 701-2021-TCE-S2	NO CUMPLE (NO DESGLOSA PLAZO DE ENTREGA (i. ENTREGA, ii. Instalación y iii. Puesta en funcionamiento) - RTCE N° 701-2021-TCE-S2	CUMPLE	CUMPLE
PROMESA DE CONSORCIO	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES ANEXO 06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA						
BONIFICACION DE MYPE	NO APLICA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
PUNTAJES						
VALOR OFERTA	S/ 70, 000.00	S/ 53, 500.00	S/ 60, 000.00	S/ 51, 790.00	S/ 77, 000.00	S/ 44, 980.00
% DEL VALOR DE OFERTA		99.43%				
PUNTAJE DE LA OFERTA		100.00				
TOTAL POR FACTORES DE EVALUACION		100.00				
BONIFICACION DE MYPE		5				
PUNTAJE TOTAL		105				
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE EXPERIENCIA DEL POSTOR ITEM 01						
		CUMPLE				

INFORME N° 01-2023-DLG/AS36

A: ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ
Presidente comité AS-SM-36-2023-GERESA/LL-1

Asunto: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, AS-SM- 36-2023-GERESA/LL-1, ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA PARA TUBOS PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL BOLIVAR II, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI 2551958

Referencia: a) Correo electrónico: dcherom@diresalalibertad.gob.pe de fecha: 23/10/2023

Fecha: Trujillo 31 de octubre del 2023.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informarle que, siendo parte del Comité del Procedimiento de Selección, se ha realizado la Evaluación de las ofertas presentadas por las empresas postoras, de la **AS-SM-36-2023-GERESA/LL-1, ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA PARA TUBOS PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL BOLIVAR II, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CUI 2551958**, teniendo en consideración las bases integradas y pliego de absolucón de consultas y observaciones, según el siguiente detalle:

1. EMPRESAS PARTICIPANTES:

Las empresas postoras son las siguientes:

- 1.1. RUC: 20464408623 – BAIRES SAC
- 1.2. RUC: 20523412486 – CESPI PERU SAC
- 1.3. RUC: 20603344341 – INDUSTRIA TECNOLÓGICA PERÚ EIRL
- 1.4. RUC: 20600930801 – MASTER WORLD MEDICAL SAC
- 1.5. RUC: 20544150104 – MEDICAL ISVIL SAC
- 1.6. RUC: 20603346344 – SAINT INDUSTRY E.I.R.L


Como Resultado de la Evaluación, la Empresa **SAINT INDUSTRY E.I.R.L.**, a cumplido con todo lo solicitado en las bases integradas y pliego de absolucón de consultas y observaciones del Procedimiento de Selección **AS-SM- 36-2023-GERESA/LL-1** (Ver Anexo de Evaluación).

N° DE ITEM	POSTOR	PRECIO DE OFERTA	ESPECIFICACIONES TECNICAS
UNICO	SAINT INDUSTRY EIRL CON RUC: 20603346344	S/. 53,500.00	CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA ADMISIÓN OFERTA, ADEMAS CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIÓN TECNICAS

Según lo estipula el Artículo 64, numeral 64.6, se recomienda realizar la verificación de la oferta presentada por el postor ganador, en pleno del colegiado (Comité de Selección), a fin de realizar la comprobación de la documentación presentada en el presente procedimientos de selección.

Es todo en cuanto puedo informarle, para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


David Luna Grandez
Miembro Comité de Selección
AS-SM- 36-2023-GERESA/LL-1

EVALUACIÓN DE OFERTAS AS-SM- 36-2023-GERESA/LL-1

A.	ADmisIÓN DE OFERTA	BAIRES SAC	CIESPI PERU SAC	INDUSTRIA TECNOLÓGICA PERU EIRL	MASTER WORLD MEDICAL SAC	MEDICAL ISVIL SAC	SAINT INDUSTRY EIRL
	Documentación de presentación obligatoria						
	Documentos para la admisión de la oferta						
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento Anexo N° 01	Presento Anexo N° 01	Presento Anexo N° 01	Presento Anexo N° 01	Presento Anexo N° 01	Presento Anexo N° 01
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presento Sustento	Presento Sustento	Presento Sustento	Presento Sustento	Presento Sustento	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento Anexo N° 02	Presento Anexo N° 02	Presento Anexo N° 02	Presento Anexo N° 02	Presento Anexo N° 02	Presento Anexo N° 02
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento Anexo N° 03	Presento Anexo N° 03	Presento Anexo N° 03	Presento Anexo N° 03	Presento Anexo N° 03	Presento Anexo N° 03
e)	SUTENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
1.00	CARACTERÍSTICAS GENERALES:						
1.01	CENTRIFUGA DE MESA DE 24 TUBOS CÓMO MÍNIMO	CENTRIFUGA DE SOBREMESA PARA 24 TUBOS	CENTRIFUGA DE LABORATORIO DE MESA UNIVERSAL	24 x 5 ml	24x45 ML	CENTRIFUGAS DE MESA ROTOR ANGULAR DE 30X15 ML CON OPCIÓN DE DIFERENTES ADAPTADORES	CENTRIFUGAS DE MESA ROTOR ANGULAR DE 30X15 ML CON OPCIÓN DE DIFERENTES ADAPTADORES
1.02	CARCASA METÁLICA CON RECUBRIMIENTO EPÓXIDO O DE ACERO INOXIDABLE.	CARCASA METÁLICA Y TAPA METÁLICA	CARCASA METÁLICA Y TAPA METÁLICA CON PROTECTOR ABS	NO ACREDITA	EL CUERPO DE LA CENTRIFUGA ESTÁ HECHO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD	ACERO CON RECUBRIMIENTO EN POLVO DE EPOXI-POLIÉSTER	ACERO CON RECUBRIMIENTO EN POLVO DE EPOXI-POLIÉSTER
1.03	CENTRIFUGA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR	SISTEMA PARA CONTROL DE MICROPROCESADOR CUENTA CON SISTEMA DE CONTROL POR MICROPROCESADOR	NO ACREDITA	CONTROLADOR POR MICROPROCESADOR	CONTROL DE MICROPROCESADOR PROGRAMABLE N-PRIMETM	CONTROL DE MICROPROCESADOR PROGRAMABLE N-PRIMETM
1.04	SEGURO ELECTRÓNICO PARA APERTURA DE TAPA.	CIERRE DE TAPA MOTORIZADO	SEGURO DE CIERRE DE TAPA DE CENTRO/UGADE CENTRIFUGA BLOQUEO DE LA TAPA DURANTE LA CENTRIFUGACIÓN BLOQUEO DEL INICIO CON LA TAPA ABIERTA.	NO ACREDITA	SEGURO ELECTRÓNICO DE APERTURA DE TAPA	SI EL ENGRANAJE DE LA TAPA PERMITE QUE ESTA NO PUEDA ABRIRSE MIENTRAS LA CENTRIFUGA ESTE ENCENDIDA Y NO PUEDE INICIARSE NINGÚN PROCEDIMIENTO SI LA TAPA NO ESTÁ CERRADA CORRECTAMENTE	EL BLOQUEO DE LA TAPA GARANTIZA QUE LA TAPA NO SE PUEDA ABRIR SI LA CENTRIFUGA ESTÁ FUNCIONANDO Y QUE NO SE PUEDA INICIAR UN PROCESO SI LA TAPA NO ESTÁ CERRADA CORRECTAMENTE.
1.05	MOTOR PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS O LIBRE DE MANTENIMIENTO	MOTOR DE INDUCCIÓN (SIN CARBONES), LIBRE DE MANTENIMIENTO	MOTOR DE INDUCCIÓN SIN MANTENIMIENTO	NO ACREDITA	MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO	MOTOR DE INDUCCIÓN POTENTE, SILENCIOSO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.	MOTOR DE INDUCCIÓN POTENTE SILENCIOSO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.
1.06	DISPLAY DIGITAL QUE MUESTRA LA VELOCIDAD Y TIEMPO PROGRAMADO	PANTALLA DIGITAL VISUALIZACIÓN LA VELOCIDAD Y TIEMPO SE SUSTENTA CON IMAGEN	DISPLAY TIPO LCD GRÁFICO PANTALLA DIGITAL LCD DE ALTO CONTRASTE	NO ACREDITA	LA PANTALLA LCD TACTIL 5.6" QLED DE USAR PROPORCIONA PASAJEROS DE VELOCIDAD, TIEMPO Y TEMPERATURA	VISUALIZACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS PROGRAMABLES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO	VISUALIZACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS PROGRAMABLES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
1.07	HASTA 10 PROGRAMAS PREDETERMINADOS COMO MÍNIMO.	10 POSICIONES DE MEMORIA PARA PROGRAMA	PROGRAMAS DE OPERACIÓN: 100	NO ACREDITA	CON 100 PROGRAMAS PARA SU ELECCIÓN	DIEZ MEMORIAS DE PROGRAMAS PARA APLICACIONES FRECUENTES	DIEZ MEMORIAS DE PROGRAMAS PARA APLICACIONES FRECUENTES

EVALUACIÓN DE OFERTAS AS-SM-36-2023-GERESA/LL-1

1.08	RANGO DE VELOCIDAD: 500 RPM O MENOS, HASTA 14000 O MAS RPM, CON PASOS DE 10 RPM O MENOS.	500 RPM HASTA 16000 RPM EN PASOS DE 10 RPM	90 A 18000 RPM CADA 1 RPM	6400 RPM RANGO FUERA DE LO SOLICITADO	0-18500 RPM CON PASOS DE 10 RPM	500-14.000 RPM 10 RPM	500-14.000 RPM 10 RPM
1.09	PRESSELECCIÓN 10 O MAS PASOS DE ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN.	10 PASOS DE ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN	10 / 10 PASOS	NO ACREDITA	10 TIPOS DE ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN	RANGO DE ACCELERACIÓN / DESACELERACIÓN: 10/10	RANGO DE ACCELERACIÓN / DESACELERACIÓN: 10/10
1.1	PRESSELECCIÓN DE TIEMPO DESDE 1 MIN O MENOS, HASTA 99 MINUTOS O MÁS.	1 SEG A 99 MINUTOS, 99 SEGUNDOS	01 SEGUNDOS HASTA 99 HORAS 99 MINUTOS 99 SEG	99 MINUTOS	0"-99MIN	1-99 MINUTOS Y MANTENER LA POSICIÓN	1-99 MINUTOS Y MANTENER LA POSICIÓN
1.11	INDICACIÓN AUTOMÁTICA DE DESBALANCE O SOBRECARGAMIENTO DEL ROTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE DETECCIÓN O APAGADO.	MONITOREO DE DESBALANCEO Y DESCONEXIÓN	SENSOR DE DESDEQUILIBRIO	NO ACREDITA	INDICACIÓN AUTOMÁTICA DE DESBALANCE DEL ROTOR	EL DETECTOR ELECTRÓNICO DE DESDEQUILIBRIO APAGA EL EQUIPO SI DETECTA UN DESDEQUILIBRIO	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAMIENTO DEL MOTOR
1.12	FÁCIL CAMBIO DE ROTOR.	CAMBIO DE ROTOR SENCILLO	IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL ROTOR NO CUMPLE	CAMBIA LOS ROTORES ES RÁPIDO O SIMPLE	ROTOR DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD DE FÁCIL CAMBIO	FÁCIL CAMBIO DE ROTOR	EL ROTOR ES FÁCIL DE CAMBIAR
1.13	SELECCIÓN DE VELOCIDAD CON RPM O FUERZA	COMUTACIÓN VISUALIZACIÓN RPM/RCF	POSIBLE CONFIGURAR RPM / CFC	NO ACREDITA	RPM/RCF CONVERSION	OPCIÓN DE PROGRAMACIÓN COMO VELOCIDAD O RCF	OPCIÓN DE PROGRAMACIÓN COMO VELOCIDAD O RCF
1.14	FABRICADO DE ACUERDO A REGULACIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA O PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO ISO 13485.	INCLUYE ISO 13485	ISO 13485	EC60601-1-2, ISO, CE NO ACREDITA LO SOLICITADO	ISO 13485	ISO 13485	ISO 13485
1.15	NIVEL DE RUIDO NO MAYOR DE 60 DB A MÁXIMA VELOCIDAD, MEDIDO A UN METRO DE DISTANCIA RESPECTO DEL EQUIPO.	48 DB(A) NO ACREDITA QUE EL NIVEL DE RUIDO A UN METRO DE DISTANCIA	NIVEL DE RUIDO ≤ 60 DB NO ACREDITA QUE LA MEDICIÓN SEA A UN METRO	NO ACREDITA	≤ 55 NO ACREDITA QUE LA MEDICIÓN SEA A UN METRO	< 60 DB NO ACREDITA QUE LA MEDICIÓN SEA A UN METRO	EL NIVEL DE RUIDO ES NO MAYOR A 60 DB A MÁXIMA VELOCIDAD A UN METRO DE DISTANCIA RESPECTO AL EQUIPO.
1.16	TECLADO PROTEGIDO CON MEMBRANA A PRUEBA DE LÍQUIDOS.	NO ACREDITA	TECLAOS HERMÉTICOS A PRUEBA DE AGUA PRESENTA BOTONES TIPO MEMBRANA TOTALMENTE HERMÉTICO	NO ACREDITA	CON MEMBRANA QUE PROTEGE A PRUEBA DE LÍQUIDOS	TECLADO PROTEGIDO CON MEMBRANA A PRUEBA DE LÍQUIDOS	TECLADO PROTEGIDO CON MEMBRANA A PRUEBA DE LÍQUIDOS.
2.00	ACCESORIOS:						
2.01	UN (01) ROTOR OSCILANTE O BASCULANTE CON CONTENEDORES Y SISTEMA DE SEGURIDAD.	ROTOR OSCILANTE DE 4 POSICIONES	ROTOR OSCILANTE DE 4 POSICIONES	NO ACREDITA	ROTOR OSCILANTE CON CONTENEDOR Y SISTEMA DE SEGURIDAD	TECLADO PROTEGIDO CON MEMBRANA A PRUEBA DE LÍQUIDOS	ADAPTADORES CON TAPAS TRANSPARENTES HERMETICAMENTE SELLADAS PARA BRINDAR PROTECCIÓN CONTRA NUESTRAS PATÓGENAS O PELIGROSAS EN CASO DE ROTURA DEL TUBO.
2.02	CUATRO (04) ADAPTADORES DE UNA POSICIÓN PARA TUBOS DE 50 ML.	CAPACIDAD EN ML: 50 ML CANTIDAD: 4	4 ADAPTADORES PARA TUBOS DE 50 ML	H-0450	ROTOR OSCILANTE 4x5-50ML	SET DE CUATRO INSERTOS	ROTOR OSCILANTE SET DE 4 INSERTOS 1X50 ML
2.03	ROTOR DE ÁNGULO FIJO CON CAPACIDAD PARA PROCESAR COMO MÍNIMO 24 TUBOS DE 15 ML.	ROTOR ANGULAR, 8 POSICIONES 32 TUBOS DE 15 ML SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	ROTOR ANGULAR PARA TUBOS DE 15 ML	NO ACREDITA	ROTOR FIJO 24x15ML	ROTOR DE 30 TUBOS DE 15 ML	ROTOR ANGULAR 30x15 ML
2.04	UNA FUNDA PROTECTORA DE POLVO.		CANTIDAD DE TUBOS: 24	DECLARACIÓN JURADA	NO ACREDITA	UNA FUNDA PROTECTORA DE POLVO	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA
2.05	DOS (02) GRADILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE ALOJAR 10 O MAS TUBOS DE ENSAYO.	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	NO ACREDITA	DECLARACIÓN JURADA	NO ACREDITA	DOS (02) GRADILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE ALOJAR 10 O MAS TUBOS DE ENSAYO	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA
3.00	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:						
3.01	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220 V/AC O RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR.	220 - 240 V	230 VOLTIOS	NO ACREDITA	AC 220V/110V	SUMINISTRO DE ENERGÍA DE 230V	230 V
3.02	FRECUENCIA 60 HZ, MONOFÁSICO.	50 - 60 HZ / 1 FASE	50 - 60 HZ	NO ACREDITA	60 HZ, MONOFÁSICO	FRECUENCIA 60 HZ, MONOFÁSICO.	50 - 60 HZ / MONOFÁSICO
3.03	CABLE DE PODER VULCANIZADO Y ENCHUFE CON PUESTA A TIERRA.	NO ACREDITA	NO ACREDITA QUE SEA MONOFÁSICO	DECLARACIÓN JURADA	NO ACREDITA	EL EQUIPO VIENE CON UN CABLE DE ALIMENTACIÓN CON ENCHUFE TIPO EUROPEO CON CONECTORES A TIERRA NO ACREDITA QUE SEA VULCANIZADO	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA

4.00 | **GARANTIA Y MANTENIMIENTO:**

	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	FICHA DE PRESERVACIÓN	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA
4.00	DOS (02) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y FALLAS NO ATTRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL BIEN.	NO ACREDITA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA
4.01	PROGRAMA Y ELEGUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FRECUENCIA ANUAL DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.	NO ACREDITA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA
4.02	CAPACITACION Y OTROS:				
5.00	CAPACITACIÓN TEÓRICA PRACTICA CON UN MÍNIMO DE 03 HORAS AL PERSONAL USUARIO.	NO ACREDITA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA
5.01	CAPACITACIÓN TEÓRICA PRACTICA CON MÍNIMO DE 1.5 HORAS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	NO ACREDITA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA
5.02	APLICACIÓN DE PRUEBAS RESPECTIVAS QUE GARANTIZEN LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO.	NO ACREDITA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA
5.03	MANUAL DE USUARIO O INSTRUCTIVO ORIGINAL DE FABRICA EN IDIOMA EN ESPAÑOL.	NO ACREDITA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA
5.04	COLOCACIÓN DE IDENTIFICACIÓN GRABADA EN PLACA METÁLICA, LOS DATOS DE LA EMPRESA, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, FECHA DE INSTALACIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA.	NO ACREDITA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA
5.05	ENTREGA DEL BIEN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BENEFICIARIO.	NO ACREDITA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA	SUSTENTO CON DECLARACIÓN JURADA
5.06	Además, presentaran la siguiente documentación:				
a)	* REGISTRO SANITARIO de los bienes y accesorios que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite; para el caso de los bienes que no lo requieren, se deberá adjuntar la DECLARACIÓN JURADA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N° 11 DE LAS ET).	Presento Sustrito con anexo N° 11	Presento Sustrito con anexo N° 11	Presento Sustrito con anexo N° 11	Presento Sustrito con anexo N° 11
b)	* Declaración Jurada de servicio de Post-Venta para acreditar el punto 6 de las ET. * Declaración Jurada de Garantía Comercial para acreditar el punto 8 de las ET. (CON UN PERIODO NO MENOR A DOS (02) AÑOS SEGUN ET)	Presento Sustrito con anexo N° 4	Presento Sustrito con anexo N° 4	Presento Sustrito con anexo N° 4	Presento Sustrito con anexo N° 4
c)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	No se aplica para este caso	No se aplica para este caso	No se aplica para este caso	No se aplica para este caso
d)	El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Presento Formato N°06	Presento Formato N°06	Presento Formato N°06	Presento Formato N°06