

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

En las especificaciones técnicas descritas para el ítem 2 Bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema buffy coat, solicitan lo siguiente: CARACTERÍSTICAS: ¿ para sistema de fraccionamiento con buffy coat depletado.

Entendemos que la entidad usa la metodología de buffy coat para la obtención de plaquetas, por ende, el nombre adecuado tal como lo describe la guía de la comunidad europea para el paquete globular es: concentrado de glóbulos rojos, buffy coat removido en solución aditiva; esta técnica permite alcanzar recuentos de leucocitos residuales (leucorreducción):  $< 1.2 \times 10^9$  por unidad. Por otro lado, el término leucodepletado, es una denominación que se debe emplear sólo para unidades filtradas.

Por lo expuesto solicitamos al comité precisar si se aceptará la denominación: buffy coat removido (leucorreducción).

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas en ninguno de sus extremos; por ser la norma de aplicación obligatoria; por lo que deben ceñirse a ello

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

Tomando en cuenta que la temperatura de la zona es alta, más aún en los meses de verano, sugerimos precisar las condiciones de almacenamiento que deben cumplir los productos, las mismas que deben permitir temperaturas mayores a 30°C, garantizando así que las bolsas conserven sus propiedades pese a que puedan estar expuestas a altas temperaturas.

Por lo expuesto, solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria precise lo siguiente: Temperatura de conservación o almacenamiento de las bolsas: mayor a 30°C.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas por lo que los postores deben ceñirse a lo solicitado en las bases. El uso de las especificaciones técnicas es obligatorio en todos sus extremos, no se debe agregar ni suprimir características. Pronunciamiento N° 151-2021/OSCE-DGR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

Con respecto a la BOLSA COLECTORA, debemos mencionar que la configuración que está diseñada para trabajar de manera exclusiva la metodología de buffy coat con equipo de fraccionamiento, es la top and bottom; no hacer esta precisión supondría que la entidad acepte también las bolsas top and top, configuración que ha sido diseñada para trabajar metodología convencional ¿plasma rico en plaquetas¿, pero que también se le puede acondicionar para trabajar metodología buffy coat, pero con algunas deficiencias, como la menor reducción de leucocitos y el menor volumen de plasma y paquete globular de los productos finales.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección que en coordinación con el área usuaria precise que las bolsas deben ser TOP AND BOTTOM.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas en ninguno de sus extremos ; por lo que los postores deben ceñirse a lo solicitado en las bases. El uso de las especificaciones técnicas es obligatorio en todos sus extremos, no se debe agregar ni suprimir características (Pronunciamiento N° 151-2021/OSCE-DGR)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

En las especificaciones técnicas descritas, solicitan lo siguiente:

CARACTERÍSTICAS: Bolsa cuádruple de extracción por 450 ml (tolerancia +/- 45 ml).

Entendemos que el volumen de extracción de la bolsa colectora debe ser de 450 mL +/- 45 mL, es decir debe permitir la colecta de 405 ml hasta 495 ml de sangre total; sólo si la unidad colectada está en este rango de volumen habrá una adecuada correlación entre la sangre colectada y el anticoagulante de la bolsa principal, tal como se detalla en el manual de la comunidad europea, el manual de la AABB y el manual de la sociedad español de transfusión de sangre. En caso se colecte un volumen menor al rango mínimo, la unidad estaría ¿sobre diluida¿ y no sería idónea para la transfusión, pues no se logrará incrementar la hemoglobina en el valor que se espera; si el volumen colectado es mayor al rango superior, habría exceso de sangre con relación al anticoagulante y es posible que haya formación de coágulos.

Por los fundamentos expuestos, solicitamos al comité que en coordinación con el área usuaria precisen, que la bolsa colectora debe permitir el volumen de extracción de 450 ml (tolerancia +/- 45 ml) de sangre total.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta y aclara que en la presentación de las especificaciones técnicas precisa: ¿Bolsa Cuádruple de Extracción por 450 ml (tolerancia +- 45 ml), las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas en ninguno de sus extremos ; por lo que los postores deben ceñirse a lo solicitado en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

En las especificaciones técnicas, con respecto al equipo principal: EQUIPO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO, solicitan:

TIPO: Equipo automatizado

Solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria sirva precisar las funciones mínimas que debe realizar el equipo, con la finalidad de que los postores tengamos certeza de que performance de equipo debemos ofertar.

En ese orden de ideas, solicitamos al comité de selección que sirva precisar que el fraccionador debe realizar, sin la intervención del usuario, las siguientes funciones como mínimo: rotura de cánulas, fraccionamiento, eliminación de aire de plasma y de las plaquetas, pesado y sellado los hemocomponentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas en ninguno de sus extremos; por lo que los postores deben ceñirse a lo solicitado en las bases. El uso de las especificaciones técnicas es obligatorio en todos sus extremos, no se debe agregar ni suprimir características. Pronunciamiento N° 151-2021/OSCE-DGR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

En las especificaciones técnicas, con respecto al equipo principal: EQUIPO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO, solicitan:

Metodología: Separación por Compresión controlada por mecanismo óptico.

Luego, en características solicitan: Unidad Compresora con Sensor(es) Óptico(s)...

Entendemos que ambas descripciones hacen alusión al sistema de prensas del equipo de fraccionamiento, el cual debe estar controlado por mecanismo óptico, pues en su estructura tiene sensores ópticos; estas prensas se encargan de ejercer presión o compresión sobre las unidades a fraccionar.

Dado que en la actualidad los equipos no requieren de accesorios adicionales para su funcionamiento, estando el mecanismo de compresión dentro del equipo; solicitamos al comité que, en coordinación con el área usuaria, precisen que el fraccionador puede funcionar por cualquier mecanismo de compresión, siempre y cuando no requiera de accesorios externos. Esta precisión permitirá al área usuaria optimizar su ambiente de trabajo, pues un accesorio externo ocupa espacio, genera ruido y requiere de pasos adicionales para su encendido y apagado.

**Acápite de las bases : Sección: Específico**

**Numeral: III**

**Literal: 3.1**

**Página: 42**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas en ninguno de sus extremos; por lo que los postores deben ceñirse a lo solicitado en las bases. El uso de las especificaciones técnicas es obligatorio en todos sus extremos, no se debe agregar ni suprimir características. Pronunciamiento N° 151-2021/OSCE-DGR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

En las especificaciones técnicas, con respecto al equipo principal: EQUIPO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO, solicitan:

PERFORMANCE: ¿con leucoreduccion minima del 90%.

Debemos precisar que el porcentaje de leucorreducción varía por cada unidad, pues depende de la concentración inicial de leucocitos de la unidad; dicho esto, lo que se debe solicitar es el cumplimiento del estándar internacional de la ¿European Committee¿ para concentrado de glóbulos rojos, buffy coat removido en solución aditiva; garantizando recuentos de leucocitos residuales (leucorreducción):  $< 1,2 \times 10^9$  por unidad.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos amablemente al comité precise que se puede acreditar la leucorreducción con el cumplimiento del estándar internacional:

Recuento de leucocitos residuales (leucorreducción):  $< 1,2 \times 10^9$  por unidad.

Así mismo, solicitamos precisar que el cumplimiento de la performance es para el fraccionador en conjunto con la bolsa colectora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas en ninguno de sus extremos; por lo que los postores deben ceñirse a lo solicitado en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

En las especificaciones técnicas, con respecto al equipo principal: EQUIPO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO, solicitan:

9. Soporte Técnico: Personal de Ingeniería: certificado por el fabricante con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.

Entendemos que cuando se hace referencia al término ¿certificado por el fabricante¿, también comprende a la denominación, fabricante legal o dueño de la marca, es decir, el personal de ingeniería deberá contar con certificado por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca.

Por lo expuesto, solicitamos que se acepte que toda documentación solicitada (manuales, catálogos, certificados, entre otros) sea emitida por el fabricante o dueño de la marca, para fomentar la pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que en la pág. 26 de las bases estándar en el capítulo 3 requerimiento se menciona: ¿el personal de ingeniería y/o soporte técnico podrá ser acreditado por el fabricante y/o filial y/o sucursal y/o fabricante legal y/o distribuidor exclusivo del fabricante con autorización para entrenamiento de usuarios finales, bajo las condiciones que permitan el cumplimiento de calidad¿.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

Para la obtención de los hemocomponentes y para lograr que estos cumplan con los estándares de calidad descritos en los manuales de control de calidad, se requiere el uso en conjunto del bien objeto de la convocatoria (BOLSA CUÁDRUPLE DE EXTRACCIÓN DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT) y del equipo en cesión de uso (EQUIPO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO).

Las bolsas y los fraccionadores deben pertenecer al mismo fabricante y/o dueño de marca, de esa manera se garantizará la compatibilidad entre ambos. Por lo general los fraccionadores se actualizan y desarrollan para su uso con una marca de bolsas en específico; pues cada marca de bolsas tiene características específicas de dimensión, composición, textura, longitud de tubuladuras, opacidad, entre otros; entonces, la verificación y estandarización de los fraccionadores se hace en base a esas características; permitiendo establecer la sensibilidad de los sensores, el tiempo de sellado de las tubuladuras, tara de los pesos, entre otros parámetros.

Trabajar una marca de bolsas con un equipo fraccionador de otro fabricante, implica adecuar ambos sistemas, para que sean compatibles. Por otro lado, debemos mencionar que en la actualidad varios bancos de sangre ya comparan sus resultados de control de calidad con otros bancos de sangre del extranjero, agrupándose según la marca de bolsa y equipo ofertado, a esto se lo conoce como grupo par; trabajar con una marca de bolsas y con fraccionadores de otra marca hará difícil su inclusión en un grupo par, por la cantidad limitada de participantes.

Por todo lo expuesto, con la finalidad de garantizar la compatibilidad entre las bolsas colectoras y los fraccionadores, sugerimos al comité hacer la siguiente precisión:

Se precisa que el bien objeto de la convocatoria (Bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema buffy coat) y el equipo en cesión de uso (EQUIPO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO) deben pertenecer al mismo fabricante y/o dueño de marca.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** --      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que las Bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema buffycoat y el equipo en cesión de uso (EQUIPO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO) pueden ser de diferentes marcas siempre y cuando se asegure la compatibilidad de uso entre las bolsas cuádruple de extracción de sangre y el equipo para fracionamiento sanguineo a través de folletos, carta aclaratoria del fabricante del equipo u otro, lo cual se añadira en la integracion de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

las Bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema buffycoat y el equipo en cesión de uso (EQUIPO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO) pueden ser de diferentes marcas siempre y cuando se asegure la compatibilidad de uso entre las bolsas cuádruple de extracción de sangre y el equipo para fracionamiento sanguineo a través de folletos, carta aclaratoria del fabricante del equipo u otro

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

En los accesorios descritos en la página 42 solicitan lo siguiente

(02) Selladores de tubuladuras

Por otro lado, debemos mencionar que como parte de las características del fraccionador mencionadas en la ficha técnica se describe lo siguiente: Sellador eléctrico accesorio por calor o radiofrecuencia.

Entendemos que el detalle en cantidad y tipo, para con el sellador, se precisa en el listado de accesorios, correspondiendo a la misma necesidad.

Con el fin de evitar confusiones de los postores, sugerimos precisar lo siguiente: (02) SELLADORES ELÉCTRICOS POR CALOR O RADIOFRECUENCIA FIJOS O DE MESA

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que el área usuaria solicita 02 selladores de tubuladura de mesa independientemente de la metodología que oferte para fomentar mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

En los accesorios descritos en la página 42 solicitan lo siguiente:

-01 Caja transportadora de unidades de sangre con capacidad para 20 bolsas.

Debido a que cada fabricante tiene diferentes presentaciones y capacidades, solicitamos ampliar esta característica a 20 como mínimo con el fin de no limitar la pluralidad de postores y sugerimos realizar la siguiente precisión:

-01 Caja transportadora de unidades de sangre con capacidad para 20 bolsas como mínimo

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 3.1**

**Página: 42**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que en la etapa de integración de las bases se ampliara la característica a 20 como mínimo con el fin de no limitar la pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se ampliara la característica a 20 como mínimo con el fin de no limitar la pluralidad de postores.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

En los accesorios descritos en la página 42 solicitan lo siguiente

(02) Pinzas

Entendemos que la necesidad del área usuaria es contar con pinzas rodillos para cebar las tubuladuras, estos accesorios son conocidos como stripper.

Por lo expuesto sugerimos realizar la siguiente precisión:

-(02) Pinzas rodillos o stripper.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que en la etapa de integración de las bases se agregara el área usuaria solicita 02 Pinzas rodillos o stripper.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

02 Pinzas rodillos o stripper.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

En las especificaciones técnicas del software y Hardware de gestión de banco de sangre. (ITEM 2) solicitan lo siguiente:

i)software integrado con capacidad de datos centralizada compatible con ambiente Windows ¿

Entendemos que existe un error de tipeo involuntario toda vez que en el estudio de mercado software y Hardware de gestión de banco de sangre se consideró para ITEM: Analizador de Quimioluminiscencia Grande para Banco de sangre

Solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria sirva a corregir el número de ITEM correspondiendo al ITEM 1

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que el ítem 2 pasó a ser ítem 1 y el ítem 3 paso a ser ítem 2 en las bases. El ítem 1 del RTM no forma parte de este proceso por no haber pluralidad de postores (PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL ÍTEM N° 2 TAMIZAJE E ITEM N° 3 BOLSAS CUÁDRUPLES PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA BUFFY COAT; POR LO QUE SOLO SE CONSIDERA LOS E.C.U. PARA LOS ITEMS 2 Y 3. ITEM 1 INMUNOHEMATOLOGIA NO HAY PLURALIDAD DE POSTORES E ITEM 4 NO HUBO COTIZACIONES)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

En las especificaciones técnicas del software y Hardware de gestión de banco de sangre. (ITEM 2) solicitan lo siguiente

ii) Hadware (mínimo)

Entendemos que existe un error de tipeo involuntario toda vez que en el estudio de mercado los equipos descritos en el primer cuadro eran solicitados para el ITEM de inmunohematología y los equipos descritos en el segundo cuadro eran solicitados para ITEM: Analizador de Quimioluminiscencia Grande para Banco de sangre.

Por tanto, para evitar confusiones entre los postores, solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria suprimir el primer cuadro y precisar que el segundo cuadro corresponde al ITEM 1 Analizador de Quimioluminiscencia Grande para Banco de sangre.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que el ítem 2 pasó a ser ítem 1 y el ítem 3 paso a ser ítem 2 en las bases. El ítem 1 del RTM no forma parte de este proceso por no haber pluralidad de postores.  
Solo se considerará el segundo cuadro correspondiente al analizador de Quimioluminiscencia grande para banco de sangre

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Fecha de envío : 18/05/2023

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 01: SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE CON E.C.U. PARA BANCO DE SANGRE DEL H IV AHM DE LA RAICA.

Al revisar los FACTORES DE EVALUACIÓN en el apartado de MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS indica lo siguiente: ¿Reactivo de HIV Ag/AB tenga la capacidad de detección del ANTIGENO P24 para el virus de la Inmunodeficiencia Humana SEPARADO de la detección de anticuerpos lo que genera un aumento en la especificidad al momento de la detección del marcador.¿

Al respecto, debemos mencionar que el simple hecho de que el reactivo detecte por SEPARADO el Antígeno y Anticuerpos NO ASEGURA que pueda incrementar la sensibilidad o especificidad de un ensayo. En el banco de Sangre debe preponderar una mayor Sensibilidad Analítica de esta manera asegurar la detección de la menor concentración de Anticuerpos u Antígenos en la muestra de los donantes.

Todos los reactivos de tamizaje para VIH Ag/Ab de las diversas marcas son probados con patrones internacionales del Ag P24 para la evaluación de su límite de detección (sensibilidad analítica media) y el resultado se encuentra declarado en los insertos.

Cabe señalar que el Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado que: ¿(¿) cabe precisar que la innovación o mejora propuesta debe implicar realmente un aspecto adicional que enriquece el bien o servicio ofertado con relación al estándar mínimo referido en las especificaciones técnicas de las bases. Además, las mejoras no deben generar costo adicional para la Entidad. Así pues, este colegiado ha indicado que se conoce como mejora a ¿todo aquello que ofrezca el postor para mejorar la calidad y/o oportunidad del servicio o de sus entregables, en adición a los requisitos mínimos expuestos en las Bases Administrativas del servicio¿ siendo así las mejoras técnicas deben agregar valor y estar relacionadas con el objeto de este.

Por ende solicitamos al comité de selección:

Otorgar los 05 puntos a aquel reactivo de HIV Ag/AB que tenga la siguiente capacidad:

Una Sensibilidad Analítica Media: menor o igual a 0.48 UI/ml para el patrón del Ag p24 del VIH-1 NIBSC (The National Institute for Biological Standard san Control) Ó menor o igual a 13.1 pg/ml para el patron del Ag p24 del VIH AFSSADS (L'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: -- Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que el que se considerara la mejora: Item 1

1. Reactivo de HIV Ag/AB tenga la capacidad de detección del ANTÍGENO P 24 para el virus de la Inmunodeficiencia Humana separado de la detección de anticuerpos lo que genera un aumento en la especificidad al momento de la detección del marcador

O

Aquel reactivo de HIV Ag/AB que tenga la siguiente capacidad:

Una Sensibilidad Analítica Media: menor o igual a 0.48 UI/ml para el patrón del Ag p24 del VIH-1 NIBSC (The National Institutefor Biological Standard san Control) Ó menor o igual a 13.1 pg/ml para el patron del Ag p24 del VIH AFSSADS (L'agencefrançaise de sécuritésanitaire des produits de santé). ( 10 PUNTOS).

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

---

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

1. Reactivo de HIV Ag/AB tenga la capacidad de detección del ANTÍGENO P 24 para el virus de la Inmunodeficiencia Humana separado de la detección de anticuerpos lo que genera un aumento en la especificidad al momento de la detección del marcador

O

Aquel reactivo de HIV Ag/AB que tenga la siguiente capacidad:

Una Sensibilidad Analítica Media: menor o igual a 0.48 UI/ml para el patrón del Ag p24 del VIH-1 NIBSC (The National Institute for Biological Standard and Control) Ó menor o igual a 13.1 pg/ml para el patrón del Ag p24 del VIH AFSSADS (L'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé). ( 10 PUNTOS).



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ÍTEM 01: SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE CON E.C.U. PARA BANCO DE SANGRE DEL H IV AHM DE LA RAICA.

Con relación al plazo del ítem 1; se ha precisado que el plazo máximo es de diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra; sin embargo este plazo resulta insuficiente, considerando las condiciones actuales de la cadena logística (demora en las importaciones); aunado a la entrega del equipo en cesión de uso, su instalación y puesta en funcionamiento y este plazo de entrega solo beneficiaría al actual proveedor, puesto que ya cuenta con equipos instalados; por lo que SOLICITAMOS al comité de selección sirva ampliar el plazo de la PRIMERA ENTREGA a veinte (20) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, de esta forma fomente la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, el objeto de la convocatoria del presente proceso de compra es para poder continuar con la atención de donantes de sangre de toda la Red Asistencial Ica, por lo que al postergar a más días el plazo de entrega se ocasionaría quejas y reclamos de los pacientes asegurados y de los profesionales solicitantes de transfusiones., por lo cual debe ceñirse a lo solicitado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

- ÍTEM 01: SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE CON E.C.U. PARA BANCO DE SANGRE DEL H IV AHM DE LA RAICA.
- ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

Con relación a las ENTREGAS SUCESIVAS para ambos ítems, se ha considerado que el plazo de estas será contabilizado solo con el transcurso del tiempo; no obstante esto no es lo idóneo, debido a que afecta la correcta ejecución contractual, por las siguientes razones:

1. Los bienes deben ser recibidos por el responsable del almacén de la entidad, quién solicita para el internamiento la respectiva orden de compra, considerando que con dicho documento puede verificar correctamente el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
2. Para poder efectuar el seguimiento del pago, así como los demás documentos en la etapa de ejecución contractual, resulta necesario contar la orden de compra.
3. De conformidad con el numeral 142.1 del artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. Por tanto, la norma de contrataciones del Estado permita que la ejecución contractual sea con la orden de compra.
4. Considerando el cronograma de entregas, las entregas se efectuarán en 2 ejercicios presupuestales; por lo que existe la posibilidad de que se generen 2 órdenes de compra.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección, que establezca que EL PLAZO DE LAS ENTREGAS SUCESIVAS SERÁ DE CINCO (05) DÍAS CALENDARIO CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. (Se genera una orden de compra para cada una de las entregas)

Ello en el marco de lo establecido en la página 32 de las bases administrativas. (las entregas serán formalizadas en las correspondientes órdenes de compra)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que el Los plazos de entrega para los insumos de laboratorio debe realizarse en función del plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas (Plazo máximo de 10 días calendarios de la recepción de la orden de compra (1era entrega), siendo el Plazo de la segunda Entrega a los 60 días después de la primera entrega, la tercera entrega a los 90 días después de la segunda entrega y así sucesivamente hasta completar el número de entregas requeridas; al girar la orden de compra se describirá las fechas de las entregas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 01: SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE CON E.C.U. PARA BANCO DE SANGRE DEL H IV AHM DE LA RAICA.

Con relación a la exigencia del REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO.

Entendemos que esta exigencia solo es aplicable para los REACTIVOS PRINCIPALES objeto de la convocatoria (numeral 1.2 del Capítulo I).

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.2      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que en las bases indica : ¿Los postores deberán presentar Registro Sanitario del dispositivo médico (reactivo de laboratorio) objeto de la convocatoria y del equipo en cesión de uso ofertado¿.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

Con relación a la exigencia del REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO.

Entendemos que la exigencia solo es aplicable a la BOLSA COLECTORA y el EQUIPO PRINCIPAL EN CESIÓN DE USO.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que en las bases indica : ¿Los postores deberán presentar Registro Sanitario del dispositivo médico (reactivo de laboratorio) objeto de la convocatoria y del equipo en cesión de uso ofertado¿.

En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredite que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de Intranet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

Con relación a la exigencia CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.

Entendemos que la exigencia solo es aplicable a la BOLSA COLECTORA Y EL EQUIPO PRINCIPAL EN CESIÓN DE USO.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que en las bases indica: Los postores deberán presentar el CBPM del dispositivo médico (reactivo de laboratorio) objeto de la convocatoria y del equipo en cesión de uso ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 01: SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE CON E.C.U. PARA BANCO DE SANGRE DEL H IV AHM DE LA RAICA.

Con relación a la exigencia CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.

Entendemos que la exigencia solo es aplicable a la REACTIVOS PRINCIPALES Y AL EQUIPO EN CESIÓN DE USO.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** II    **Literal:** 2.2    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que en las bases indica: Los postores deberán presentar el CBPM del dispositivo médico (reactivo de laboratorio) objeto de la convocatoria y del equipo en cesión de uso ofertado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 01: SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE CON E.C.U. PARA BANCO DE SANGRE DEL H IV AHM DE LA RAICA.

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

Con relación al CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO TERMINADO Y/O PROTOCOLO DE ANALISIS DEL PRODUCTO, debemos señalar que el documento requerido podrá tener otra denominación conforme a los formatos establecidos por cada uno de los fabricantes, considerando que la mayoría de los productos que se comercializan en el mercado nacional tienen diferente denominación según país de origen; no obstante, ello no cambia ni altera la finalidad de estos que es garantizar la calidad del producto, para lo cual se dejará constancia de los análisis a los que, por disposición del fabricante, han sido sometidos todos los componentes del respectivo producto con los y resultados obtenidos en dicho análisis, el cual deberá encontrarse firmado por el profesional responsable del control de calidad, más aún cuando estos son presentados ante DIGEMID sin ninguna observaciones o cuestionamiento con relación a la denominación.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección ACEPTAR también la denominación CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, quedando la exigencia conforme al siguiente detalle:

CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO TERMINADO Y/O PROTOCOLO DE ANALISIS DEL PRODUCTO Y/O CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      Numeral: II      Literal: 2.2      Página: 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta: Los postores deberán presentar el certificado de análisis u otro documento con denominación de acuerdo al país de origen, en donde debe consignar cuando menos la siguiente información: nombre del producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis, las especificaciones técnicas y resultados analíticos obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio que lo emite.

Cuando las técnicas analíticas del producto terminado no se encuentren en ninguna de las normas de calidad internacional de referencia, se aceptará las técnicas analíticas propias del fabricante que se encuentren autorizadas como tal. (Art.31° del D.S. N°016-2011-SA).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aceptará la presentación de: Certificado de análisis u otro documento con denominación de acuerdo al país de origen.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 01: SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE CON E.C.U. PARA BANCO DE SANGRE DEL H IV AHM DE LA RAICA.

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

Con relación al CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO TERMINADO Y/O PROTOCOLO DE ANALISIS DEL PRODUCTO Y/O CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO.

Entendemos que aceptará que el CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO TERMINADO Y/O PROTOCOLO DE ANALISIS DEL PRODUCTO Y/O CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO, emitidos por el fabricante (extranjero) con la información que éstos declaren en el mismo y en sus propios formatos, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** II

**Literal:** 2.2

**Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta Los postores deberán presentar el certificado de análisis u otro documento con denominación de acuerdo al país de origen y aclara que Se aceptará la presentación del Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) emitidos en el formato de cada fabricante, incluyendo los emitidos electrónicamente o con firma electrónica

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Con relación a la exigencia: FOLLETERÍA/MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO.

Advertimos cierta incongruencia en las características y/o especificaciones técnicas de los bienes sujetos a su acreditación en la oferta, toda vez, que en la página 19 se indica que se deberá INDICAR: descripción de presentación del producto y modo de uso del producto ofertado, lo cual se contrapone a lo indicado en la página 20.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva SUPRIMIR lo indicado en la página 19 que permita una lectura y comprensión correcta de las características y/o especificaciones técnicas sujetas a su acreditación de la oferta, considerando que las únicas características sujetas a su acreditación son las consignadas en la página 20.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que Los proveedores deberán sustentar con folletería /manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple), cartas aclaratorias y/o documentos emitidos por el fabricante, dueño de marca y/o filial de las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje): REACTIVO: Presentación, metodología, muestra biológica y uso. EQUIPO EN CESION DE USO: Tipo, metodología, performance, características, muestra y modo de operación.

ITEM 2 Insumo (Bolsas cuádruple): INSUMO: Presentación, características, accesorio y uso. EQUIPO EN CESION DE USO: Tipo, metodología, performance, características, muestra y modo de operación.

Todas las demás especificaciones técnicas pueden ser sustentadas con la presentación del Anexo 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

Con relación a la exigencia: FOLLETERÍA/MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO.

Con relación a los documentos que servirán para acreditar a las especificaciones técnicas de los reactivos, bolsas colectoras y los equipos en cesión de uso (ambos ítems), solicitamos al comité de selección sirva PRECISAR en las bases integradas que los documentos serán los siguientes, de manera indistinta:

¿Con folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o insertos o brochure o cartas aclaratorias o cartas emitidas por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o subsidiaria¿

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.2      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que deben ceñirse a lo solicitado en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

Con relación a las exigencias:

1. HOJA DE PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS EN CESIÓN DE USO (Anexo-D)
2. HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y VIGENCIA MÍNIMA (Anexo-E)

Solicitamos al comité de selección SIRVA PRECISAR en los referidos anexos solo las características técnicas que se encontraran sujetas a su acreditación en la oferta \* (REACTIVO, BOLSAS Y EQUIPOS EN CESIÓN DE USO), conforme a la disposición establecida en las bases estándar aprobadas por el OSCE: Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento.

\*se incluye fecha de fabricación, procesamiento, soporte técnico, entre otros, que no corresponden.

Lo cual resultaría excesivo, toda vez que, dicho anexo no indica la acreditación de especificaciones técnicas, pues, se requiere datos meramente informativos de los reactivos, bolsas, equipos en cesión de uso, según corresponda - PRONUNCIAMIENTO N° 064-2023/OSCE-DGR

**Acápites de las bases :** Sección: Específico

**Numeral:** II

**Literal:** 2.2

**Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que la fecha de fabricación es opcional y su no presentación no descalificara al postor, por lo que deben ceñirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

Con relación a la DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA, INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO (ANEXO ¿ G), solicitamos al comité de selección sirva SUPRIMIR dicha exigencia, toda vez, que no resulta razonable exigir información que ya se encuentra en otro documento (DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA), considerando que el plazo de entrega, instalación del equipo se encuentra comprendido dentro del plazo de la PRIMERA ENTREGA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** II

**Literal:** 2.2

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta, se suprimirá.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

Con relación al requisito contemplado en el literal m) de II numeral 2.3 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, solicitamos al comité de selección SUPRIMA éste, toda vez, que ese mismo requisito ya se encuentra requerido para la admisión de la oferta; encontrándose así en el expediente de contratación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.3      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y aclara que se suprimirá de los documentos requeridos para la admisión de la oferta; ya que tendrán que presentarlo para el perfeccionamiento del contrato el postor ganador de la buena pro.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección que suprima el literal s señalado en la página 23, a fin de brindar información clara en todas las etapas del proceso de contratación, ambos documentos permiten acreditar la antigüedad de los equipos en cesión de uso al internamiento de los bienes; precisando que el literal s) tiene contenido ambiguo conforme se desprende de la redacción ya que se contrapone al pronunciamiento indicado (dice presentación obligatoria a la firma del contrato)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.3      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que se suprimirá.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

Con relación al ROTULADO:

Entendemos que el rotulo será al ENVASE MEDIATO, considerando que no se puede alterar el producto (aspectos físicos, químicos y físicos).

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que en las bases menciona : El Logotipo de los envases de los productos, independientemente de sus dimensiones deberán tener impreso la siguiente descripción, preferentemente de color negro: ..Aplicable solo al envase mediato.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección PRECISAR claramente el lugar de entregas de los bienes conforman a los ítems integrantes del presente procedimiento de selección:

ÍTEM 01: SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE CON E.C.U. PARA BANCO DE SANGRE DEL H IV AHM DE LA RAICA.

ÍTEM 02: BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA BUFFY COAT

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que en las bases menciona : Las entregas de los Reactivos de Banco de sangre se realizarán en el Almacén Central de la RAICA sito en Calle Los algarrobos s/n Urbanización San José-Ica (la dirección se consignará en la respectiva orden de compra). El horario para la recepción de los bienes es de lunes a viernes 8:00 a 14:00 horas. La Red Asistencial Ica no está obligada a recibir bienes fuera de la fecha y horarios establecidos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**

Con relación al CRONOGRAMA DE ENTREGAS, la entidad ha distribuido las cantidades por meses (referenciales); no obstante, que existen diversas formas de presentación de los productos de acuerdo a cada fabricante y que estos no necesariamente coinciden con las cantidades establecidas, solicitamos al comité de selección INCORPORÉ dentro de los requisitos para el contrato (numeral 2.3 ¿ Requisitos para perfeccionar el contrato); que en caso corresponda, el postor adjudicado podrá presentar un CRONOGRAMA DE ENTREGAS conforme a la forma de presentación del producto, SIN VARIAR LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA..

Ello en el marco de lo establecido en la página 32 de las bases administrativas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y en la etapa de integración de las bases: De corresponder, se podrá presentar un CRONOGRAMA DE ENTREGAS conforme a la forma de presentación del producto, SIN VARIAR LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De corresponder, se podrá presentar un CRONOGRAMA DE ENTREGAS conforme a la forma de presentación del producto, SIN VARIAR LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:07:51

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

Con relación al factor de evaluación: PLAZO DE ENTREGA, sobre la base de nuestra consulta y su esperada aceptación; se deberá reformular este factor de evaluación conforme al siguiente detalle:

PRIMERA ENTREGA a veinte (20) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

De 05 hasta 10 días calendario: 10 puntos  
De 11 hasta 15 días calendario: 05 puntos  
De 16 hasta 19 días calendario: 03 puntos

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** B      **Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que deben ceñirse a las bases, considerando que son reactivos de uso de area critica no se podría exceder los 10 dias calanderarios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

Con relación al PLAZO DE ENTREGA, (factor de evaluación; entendemos que este SOLO APLICA a la primera entrega.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: IV

**Literal:** B

**Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que para la primera entrega debe realizarse en función del plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas (Plazo máximo de 10 días calendarios (1era entrega).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:07:51

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección SIRVA SUPRIMIR el anexo N° 10, por no corresponder al objeto de la convocatoria (LICITACIÓN PÚBLICA), según ítems cuyo valor estimado no corresponde a una AS (entendemos por el monto facturado solicitado en cada uno de los ítems)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: ANEXO

**Literal:** 10

**Página:** 73

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y en la etapa de integración de las bases; se suprimirá.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 09:11:02

**Consulta:** Nro. 36

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 01: SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE CON E.C.U. PARA BANCO DE SANGRE DEL H IV AHM DE LA RAICA.

Para los reactivos de Tamizaje, solicitan: Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

Con el fin de promover la mayor participación de postores, le solicitamos que en caso al momento de la entrega alguno de los productos no cumpla con la vigencia solicitada, se acepte carta de compromiso de canje. Con ello la entidad no se verá afectada, puesto que el proveedor ganador de la Buena Pro garantizará que la entidad no tenga vencimientos que le afecten, puesto que estará obligado a canjear los productos.

(VER PÁGINA 38 Y 39)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que no se puede modificar las especificaciones técnicas del petitorio de Patología Clínica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	12:56:08

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

De la lectura del primer párrafo se entiende que lo señalado corresponde a la primera entrega y en ese sentido, se observa lo siguiente:

"... (Plazo máximo de 10 días calendarios de la recepción de la orden de compra (1era entrega))"

Sin embargo, luego señala lo siguiente:

"... contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra"

CONSULTA N° 1: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria podría precisar que el plazo de entrega se debe computar a partir del día siguiente de la recepción o notificación de la orden de compra y no desde la recepción de la orden de compra?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: / Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y en la etapa de integración de las bases se modificará: (Plazo máximo de 10 días calendarios de la recepción o notificación de la orden de compra (1era entrega),

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	12:56:08

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En el literal e) del numeral 2.2.1.1 se lista una serie de documentos que se deben de presentar aparte de la Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3), por lo que, en concordancia con lo señalado en las Bases Estandarizadas, no se puede requerir otros documentos adicionales a los ya listados, debiendo entenderse que, para las demás especificaciones técnicas y requerimientos señalados en el Capítulo III, se entenderá acreditado y cumplido a través de la Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) requerida en el literal d) del numeral 2.2.1.1

CONSULTA N° 2: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria podría indicar si nuestra apreciación es correcta por lo que no se requerirá de otros documentos para acreditar el cumplimiento de especificaciones técnicas de los reactivos, equipos, accesorios u otros requeridos en el Capítulo III de las Bases, que no hayan sido requeridos a través del literal e) y por tanto se entenderá acreditado solo a través del Anexo N° 3?

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que no se necesitara otros documentos para acreditar el cumplimiento de especificaciones técnicas de los reactivos, equipos, accesorios u otros requeridos en el Capítulo III de las Bases, que no hayan sido requeridos a través del literal e) y por tanto se entenderá acreditado solo a través del Anexo N° 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20470358484

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

Fecha de envío : 19/05/2023

Hora de envío : 12:56:08

**Consulta:** Nro. 39

**Consulta/Observación:**

Con relación al Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis, no se observa que se haya considerado aceptar este documento de acuerdo al formato propio del fabricante y con el contenido que en dicho documento haya consignado el fabricante, incluyendo el hecho de que estos documentos puedan ser emitidos electrónicamente y/o cuenten con firmas electrónicas.

CONSULTA N° 3: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria podría indicar si se aceptará los Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis en el formato propio del fabricante y con el contenido que hayan considerado, incluyendo que sean emitidos electrónicamente y/o con firma electrónica, tomando en cuenta que estos documentos son los que se han empleado para la obtención del respectivo registro sanitario?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: e      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y en la integración de las bases se aceptara los Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis en el formato propio del fabricante, incluyendo el hecho de que estos documentos puedan ser emitidos electrónicamente y/o cuenten con firmas electrónicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aceptara los Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis en el formato propio del fabricante, incluyendo el hecho de que estos documentos puedan ser emitidos electrónicamente y/o cuenten con firmas electrónicas.



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20470358484

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

Fecha de envío : 19/05/2023

Hora de envío : 12:56:08

**Consulta:** Nro. 40

**Consulta/Observación:**

Con relación al Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, de la lectura se desprende que dicho requerimiento corresponde solo al reactivo y al equipo pero no para los accesorios.

CONSULTA N° 4: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria podría indicar si nuestra apreciación es correcta?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: e      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y se aclara que Los postores deberán presentar Registro Sanitario del dispositivo médico (reactivo de laboratorio) objeto de la convocatoria y del equipo en cesión de uso ofertado y no para los accesorios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Y no para los accesorios

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20470358484

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

Fecha de envío : 19/05/2023

Hora de envío : 12:56:08

**Consulta:** Nro. 41

**Consulta/Observación:**

Con relación al Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis se señala que la presentación es del producto, por lo que se entiende que no corresponde a los accesorios.

CONSULTA N° 5: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, podría indicar si nuestra apreciación es correcta?

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** e      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y se aclara que Los certificados de análisis o Protocolo de Análisis es del dispositivo médico (reactivo de laboratorio) y no de los accesorios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	12:56:08

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Con relación a la Folletería, en su segundo párrafo se menciona que "la información de las condiciones de uso que aparecen en el instructivo de uso es información complementaria", por lo que no queda claro si para acreditar el extremo de la especificación técnica referida al uso, bastará con lo que señale el inserto (en caso lo mencione expresamente) o si deberá ser acreditado a través de otros documento como es el caso de una carta aclaratoria emitida por el fabricante de los reactivos en el que señale el uso para el cual está diseñado dicho reactivo.

CONSULTA N° 6: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, podría aclarar este aspecto y en todo caso, aceptará carta emitida por el fabricante para aquellas especificaciones técnicas que no son señaladas de forma literal en la folletería, estando entre ellas el "uso", siendo esto concordante con lo señalado en el cuarto párrafo cuando se menciona:

"Para acreditar las especificaciones técnicas se aceptará la carta emitida por el fabricante. en caso de que la totalidad de la información requerida no se encuentre en la folleteria, manuales e insertos."?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no se acoge la consulta y se aclara Para acreditar las especificaciones técnicas se aceptará la carta emitida por el fabricante. en caso de que la totalidad de la información requerida no se encuentre en la folletería, manuales e insertos.

Los proveedores deberán sustentar con folletería /manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple), cartas aclaratorias y/o documentos emitidos por el fabricante, dueño de marca y/o filial de las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje): REACTIVO: Presentación, metodología, muestra biológica y uso. EQUIPO EN CESION DE USO: Tipo, metodología, performance, características, muestra y modo de operación.

ITEM 2 Insumo (Bolsas cuádruple): INSUMO: Presentación, características, accesorio y uso. EQUIPO EN CESION DE USO: Tipo, metodología, performance, características, muestra y modo de operación. Todas las demás especificaciones técnicas pueden ser sustentadas con la presentación del Anexo 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20470358484

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

Fecha de envío : 19/05/2023

Hora de envío : 12:56:08

**Consulta:** Nro. 43

**Consulta/Observación:**

Dentro del listado de documentos se ha incluido la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o vicios (Anexo - F), sin embargo, en el literal m) del numeral 2.3 referido a los documentos que se deben de presentar para perfeccionamiento de contrato, se realiza también este mismo requerimiento, siendo esto último lo más adecuado y aplica para el postor que obtuviese la Buena Pro.

En esa línea, se entendería que ha existido un error tipográfico, por lo que se debiera suprimir el requerimiento de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o vicios (Anexo - F) como documento de admisibilidad, manteniendo su requerimiento como documento para perfeccionamiento de contrato.

CONSULTA N° 7: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, podría indicar si nuestra apreciación es correcta y se suprimirá este documento de la lista de documentos para la admisibilidad, manteniéndose como documento para perfeccionamiento de contrato?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** e      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que en la integración de bases se suprimirá el requerimiento de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o vicios (Anexo - F) como documento de admisibilidad, manteniendo su requerimiento como documento para perfeccionamiento de contrato.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se suprimirá el requerimiento de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o vicios (Anexo - F) como documento de admisibilidad, manteniendo su requerimiento como documento para perfeccionamiento de contrato.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20470358484

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

Fecha de envío : 19/05/2023

Hora de envío : 12:56:08

**Consulta:** Nro. 44

**Consulta/Observación:**

Dentro de los documentos para perfeccionamiento de contrato, se observa que el documento requerido en el literal p) también es requerido en el literal s), por lo que se habría generado una duplicidad de documentos.

CONSULTA N° 8: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, suprimirá uno de los literales, p) o s), por tratarse de lo mismo?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.3      **Literal:** p      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que suprimirá literal s).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
suprimirá literal s).

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	12:56:08

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En el punto ii) del literal a) consignado en el numeral 7.2 del Requerimiento, en su segundo párrafo se señala lo siguiente: "Para acreditar que los controles son productos de óptima calidad,..."

De la lectura se desprende que se estaría solicitando en este punto que se acredite los controles, sin embargo, estos forman parte de los accesorios y no han sido requeridos para su acreditación dentro de lo señalado en el literal e) del numeral 2.2.1.1.

En esa línea se entendería entonces que el requerimiento de la folletería para acreditar se tendría que presentar durante la ejecución contractual y por tanto, solo por el contratista.

CONSULTA N° 9: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, podría indicar si nuestra apreciación es correcta?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: / Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara se acreditará con el anexo 3, no se solicita documentación adicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	12:56:08

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En literal b) del numeral 7.4 del requerimiento se señala que "el logotipo de los envases de los productos, independientemente de sus dimensiones deberán tener imp0reso la siguiente descripción, ..."

Sin embargo, se debe señalar que la impresión requerida solo podría darse en los envases mediatos, esto con la finalidad de que el producto no se vea afectado en su calidad si se pretende que se imprima en los envases inmediatos.

CONSULTA N° 10: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, aceptará que la impresión requerida como logotipo deba ser solo en los envases mediatos para evitar la afectación de la calidad del producto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: / Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que en las bases menciona : El Logotipo de los envases de los productos, independientemente de sus dimensiones deberán tener impreso la siguiente descripción, preferentemente de color negro: ..Aplicable solo al envase mediato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20470358484

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

Fecha de envío : 19/05/2023

Hora de envío : 12:56:08

**Consulta:** Nro. 47

**Consulta/Observación:**

En el literal b) del numeral 8.5 del requerimiento se consigna lo siguiente:

"Las entregas serán según cronograma, se podrán realizar de acuerdo a la presentación del reactivo ofertado siempre que no afecte la totalidad de lo solicitado"

De la lectura de dicho texto se desprende que, las cantidades señaladas en el cronograma (Anexo A) serían referenciales y que, el postor que obtenga la buena pro, para el perfeccionamiento del contrato, podrá presentar un cronograma ajustado a la presentación o unidad mínima de despacho del producto ofertado, debiendo necesariamente ofertar la totalidad de lo requerido.

CONSULTA N° 11: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, podría indicar si nuestra apreciación es correcta?

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** /      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que se se podrán realizar de acuerdo a la presentación del reactivo ofertado siempre que no afecte la totalidad de lo solicitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20470358484

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICO UAL S.A.C.

Fecha de envío : 19/05/2023

Hora de envío : 12:56:08

**Consulta:** Nro. 48

**Consulta/Observación:**

En el Anexo D del requerimiento referido a la Hoja de Presentación de los Equipos Cedidos en Cesión en Uso, se observa al final de la tabla un especio referido a "Especificaciones Técnicas", sin embargo, no se ha precisado cuáles serían las especificaciones técnicas a ser consignadas, tomando en cuenta que la Oficina Técnica de EsSalud ha señalado que no todo lo consignado en el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica corresponde a una Especificación Técnica, como por ejemplo los accesorios, soporte técnico, consumibles, calibradores, controles, etc.

CONSULTA N° 12: ¿El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, podría precisar si las especificaciones técnicas a ser consignadas correspondería a las especificaciones técnicas que son materia de acreditación a efecto de que este documento sea concordante con los demás documentos señalados o requeridos en las bases?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** /      **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que Los proveedores deberán sustentar con folletería /manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple), cartas aclaratorias y/o documentos emitidos por el fabricante, dueño de marca y/o filial de las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje): REACTIVO: Presentación, metodología, muestra biológica y uso. EQUIPO EN CESION DE USO: Tipo, metodología, performance, características, muestra y modo de operación.

ITEM 2 Insumo (Bolsas cuádruple): INSUMO: Presentación, características, accesorio y uso. EQUIPO EN CESION DE USO: Tipo, metodología, performance, características, muestra y modo de operación.

Todas las demás especificaciones técnicas pueden ser sustentadas con la presentación del Anexo 3.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20470358484	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	Hora de envío :	12:56:08

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

En el Anexo G referido a la Declaración Jurada de Plazo de Entregas de Instalación del Equipo en Cesión de Uso, en la tercera fila del cuadro se observa lo siguiente:  
"Instalación del Software de Interfaz y Sistema de Código de Barras: ... días luego de la puesta en funcionamiento del equipo"  
Sin embargo, de la lectura del requerimiento se puede observar que, en la página 27 se ha señalado que la interfaz se encuentra supeditada a la activación del módulo del Banco de Sangre en el ESSI, en ese sentido, existiría un imposible referido al plazo de instalación de la interfaz debido a que este se encuentra supeditado a la activación del módulo con el cual se realizaría la interfaz.

CONSULTA N° 13: ¿El comité de selección en coordinación con el área usuaria, tomando en cuenta lo señalado, podría modificar el plazo de la instalación de la interfaz, consignándola en "días luego de la activación del módulo del Banco de Sangre en el ESSI"?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: / Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que  
El Módulo de Banco de Sangre en el ESSI continúa en revisión y modificación, por lo que será considerado como opcional; en caso se active dicho módulo durante el desarrollo contractual del proceso el postor ganador tiene que instalar el hardware y software de interface, por ello lo mencionado en el anexo G no es obligatorio mientras no esté activado el modulo en mención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:13:55

**Consulta: Nro. 50**

**Consulta/Observación:**

Pág. 42 EETT. Para el equipo automatizado para fraccionamiento sanguíneo solicitan: Performance: 2 o más procedimientos por hora por equipo, con leucorreducción mínima del 90%. Al respecto debemos mencionar que los equipos automatizados para fraccionamiento sanguíneo no realizan la leucorreducción de hemocomponentes, lo que realizan es el fraccionamiento de una unidad de sangre total centrifugada, removiendo o retirando el buffy coat, consecuentemente la disminución de los leucocitos "leucorreducción". De acuerdo a la literatura, como por ejemplo el libro, Leucorreducción universal de productos sanguíneos Revisión Sistemática de la Literatura y Evaluación Económica de La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (pág.24) al remover el buffy coat se consigue una eficacia de reducción de leucocitos de hasta 90%, por lo que solicitamos que en coordinación con el área usuaria se aclare, que el sistema de bolsas y equipo de fraccionamiento que cumpla con remover leucocitos hasta 90% cumpliría con la performance solicitada.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3

Página: 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas por lo que los postores deben ceñirse a lo solicitado en las bases. El uso de las especificaciones técnicas es obligatorio en todos sus extremos, no se debe agregar ni suprimir características. Pronunciamiento N° 151-2021/OSCE-DGR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:13:55

**Consulta: Nro. 51**

**Consulta/Observación:**

Pág. 42 para el equipo automatizado para fraccionamiento sanguíneo solicitan: Performance: 2 o más procedimientos por hora por equipo, con leucorreducción mínima del 90%. Al respecto debemos mencionar que los equipos automatizados para fraccionamiento sanguíneo no realizan la leucorreducción de hemocomponentes, lo que realizan es el fraccionamiento de una unidad de sangre total centrifugada, removiendo o retirando el buffy coat, consecuentemente la disminución de los leucocitos "leucorreducción". De acuerdo a la literatura, como por ejemplo el libro, Leucorreducción universal de productos sanguíneos Revisión Sistemática de la Literatura y Evaluación Económica de la La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (pág.24) al remover el buffy coat se consigue una eficacia de reducción de leucocitos de hasta 90%, por lo que solicitamos que en coordinación con el área usuaria SE RETIRE EL TEXTO con leucorreducción mínima del 90%.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas por lo que los postores deben ceñirse a lo solicitado en las bases. El uso de las especificaciones técnicas es obligatorio en todos sus extremos, no se debe agregar ni suprimir características. Pronunciamiento N° 151-2021/OSCE-DGR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20155695901

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Fecha de envío : 19/05/2023

Hora de envío : 21:13:55

**Consulta:** Nro. 52

**Consulta/Observación:**

Pág. 42 para el equipo automatizado para fraccionamiento sanguíneo solicitan: Performance: 2 o más procedimientos por hora por equipo, con leucorreducción mínima del 90%. Al respecto debemos mencionar que los equipos automatizados para fraccionamiento sanguíneo no realizan la leucorreducción de hemocomponentes, lo que realizan es el fraccionamiento de una unidad de sangre total centrifugada, removiendo o retirando el buffy coat, consecuentemente la disminución de los leucocitos "leucorreducción". De acuerdo a la literatura, como por ejemplo el libro, Leucorreducción universal de productos sanguíneos Revisión Sistemática de la Literatura y Evaluación Económica de La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (pág.24) al remover el buffy coat se consigue una eficacia de reducción de leucocitos de hasta 90%. Como parámetro de calidad para el paquete globular buffy coat removido en solución aditiva, las normas internacionales como el Consejo Europeo, la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS), etc. indican que el recuento de leucocitos debe ser  $<1,2 \times 10^9$  por cada unidad. Por lo tanto, solicitamos al comité especial que en coordinación con el área usuaria aclare que el sistema de bolsa y equipo que cumpla con disminuir el número de leucocitos de hasta 90% y/u obtener un recuento de leucocitos de  $<1,2 \times 10^9$  para cada unidad de paquete globular buffy coat removido en solución aditiva, cumpliría con la performance solicitada.

**Acápites de las bases :** Sección: Específico      Numeral: 3      Literal: 3      Página: 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas por lo que los postores deben ceñirse a lo solicitado en las bases. El uso de las especificaciones técnicas es obligatorio en todos sus extremos, no se debe agregar ni suprimir características. Pronunciamiento N° 151-2021/OSCE-DGR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:13:55

**Consulta: Nro. 53**

**Consulta/Observación:**

Pág 42 para el equipo automatizado para fraccionamiento sanguíneo. Considerando que en una primera fase de fraccionamiento se obtienen paquete globular y plasma; luego en un segundo fraccionamiento plaquetas, entendemos que el fraccionador de hemocomponentes debe tener como mínimo 03 balanzas incorporadas (no accesorios, no periféricos, no externos) para el pesado del plasma y paquete globular en una primera fase y plaquetas en una segunda fase. Solicitamos al comité especial en consulta con el área usuaria nos indique si nuestra apreciación es la correcta.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3

Página: 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que el equipo a presentar podrá contar con accesorios, externos o periféricos siempre que cumplan con la metodología y características de las especificaciones técnicas del petitorio y que sea un equipo automatizado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:13:55

**Consulta: Nro. 54**

**Consulta/Observación:**

Pág. 53 Mejoras a las especificaciones técnicas ITEM 2. Solicitan como mejora tecnológica: Unidad externa conectada mecánica y electrónicamente al fraccionador, para pesar y agitar el concentrado de hematíes con la solución aditiva. Al respecto debemos señalar que esta característica NO FORMO parte del estudio de mercado, para que todos los potenciales participantes decidan su participación considerando que sólo lo cumple el equipo para fraccionamiento de la marca Macopharma, distribuido por la empresa Diagnóstica Peruana, por lo que se estaría otorgando la ventaja de 10 puntos sobre otros potenciales postores. En ese orden de ideas observamos las bases integradas y solicitamos se anule la mejora tecnológica solicitada y se redistribuya dicho puntaje para un trato justo e igualitario de potenciales postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** IV

**Literal:** 2

**Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta, en la integración de bases se eliminará la mejora a las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 y se redistribuirá dicho puntaje.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se eliminará la mejora a las especificaciones técnicas del Ítem N° 2 y se redistribuirá dicho puntaje.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:13:55

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Página 20, Para el ITEM 2 Insumo (Bolsas cuádruple) solicitan se sustente: INSUMO: Presentación, características, accesorio y uso. EQUIPO EN CESION DE USO: Tipo, metodología, performance, características, muestra y modo de operación. Todas las demás especificaciones técnicas pueden ser sustentadas con la presentación del Anexo 3. Al respecto solicitamos que el tiempo de vigencia mínima para la bolsa colectora quede sustentado con la declaración jurada del Anexo 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que Los proveedores deberán sustentar con folletería /manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple), cartas aclaratorias y/o documentos emitidos por el fabricante, dueño de marca y/o filial de las siguientes especificaciones técnicas:  
ITEM 2 Insumo (Bolsas cuádruple): INSUMO: Presentación (Bolsa Cuádruple de Extracción por 450 ml (tolerancia +- 45 ml) para Sistema de Fraccionamiento Sanguíneo con BuffyCoatdepletado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega) , características, accesorio y uso. EQUIPO EN CESION DE USO: Tipo, metodología, performance, características, muestra y modo de operación.

Todas las demás especificaciones técnicas pueden ser sustentadas con la presentación del Anexo 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:13:55

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Página 20, Para el ITEM 2 Insumo (Bolsas cuádruple) solicitan se sustente: INSUMO: Presentación, características, accesorio y uso. EQUIPO EN CESION DE USO: Tipo, metodología, performance, características, muestra y modo de operación. Todas las demás especificaciones técnicas pueden ser sustentadas con la presentación del Anexo 3. Al respecto solicitamos se retire el sustento de accesorios de la bolsa colectora de sangre para no confundir a los potenciales postores o se indique claramente que accesorios deben ser sustentados.

Para el Item 2 Bolsa colectora de sangre solicitan un equipo automatizado, entendemos que el equipo automatizado debe ser un equipo compacto con balanzas incorporadas (no modulares, No accesorios, no periféricos), Solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria aclaren si nuestra entender es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que:

¿ Página 20, Para el ITEM 2 Insumo (Bolsas cuádruple) solicitan se sustente: INSUMO: Presentación, características, accesorio y uso. EQUIPO EN CESION DE USO: Tipo, metodología, performance, características, muestra y modo de operación. Todas las demás especificaciones técnicas pueden ser sustentadas con la presentación del Anexo 3. . Al respecto acoge la consulta y se retirara el sustento de accesorios de la bolsa colectora de sangre para no confundir a los potenciales postores.

¿ Para el Item 2 Bolsa colectora de sangre solicitan un equipo automatizado, entendemos que el equipo automatizado debe ser un equipo compacto con balanzas incorporadas (no modulares, No accesorios, no periféricos), al respecto no se acoge la consulta El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que el equipo a presentar podrá contar con accesorios, externos o periféricos siempre que cumplan con la metodología y características de las especiaciones técnicas del petitorio y que sea un equipo automatizado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:45:30

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Se describe: ¿Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo máximo de diez (10) días calendarios de la recepción de la orden de compra (1era entrega)¿. Considerando la naturaleza de la convocatoria y que la instalación de equipos ¿ software son procedimiento cuyo desarrollo debe de ser minucioso, además que puede involucrar la importación de alguno de ellos, se solicita al comité técnico, pueda ampliar el plazo de entrega a un máximo de 30 días calendarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que el Los plazos de entrega para los insumos de laboratorio debe realizarse en función del plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas (Plazo máximo de 10 días calendarios de la recepción de la orden de compra (1era entrega), siendo el Plazo de la segunda Entrega a los 60 días después de la primera entrega, la tercera entrega a los 90 días después de la segunda entrega y así sucesivamente hasta completar el número de entregas requeridas; al girar la orden de compra se describirá las fechas de las entregas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:45:30

**Consulta:** Nro. 58

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO II, NUMERAL 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OFERTA, LITERAL E DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR ¿ PÁG 19

Ítem CERTIFICADOS DE ANÁLISIS DEL PRODUCTO TERMINADO (PROTOCOLO DE ANÁLISIS) se menciona en el párrafo: ¿Se tendrá en consideración el plazo de 12 meses¿. Debido a que los certificados de análisis son emitidos por cada lote de reactivo y que estos últimos son hecho en base a materiales de fuente biológica, siendo un tipo de material que no permiten fechas de expira de 12 meses o más, se realiza amablemente la consulta de aceptar que la fecha indicada en cada uno de los certificados de análisis sea de un plazo de 4 meses a más, mencionando, asimismo, que para cada lote de reactivo que sea entregado a la institución según los plazos establecidos en el contrato contarán con sus respectivos certificados de análisis cumpliéndose también que el plazo sea de 4 meses a más.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.2.1.1      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que deben ceñirse a lo solicitado en las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:45:30

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

CAPÍTULO II, NUMERAL 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO ¿ pág 22

En el literal n se solicita Constancia de Registro de Plan de vigilancia prevención y control de COVID-19 en el trabajo emitida por el Ministerio de salud - Instituto Nacional de Salud CENSOPAS O CORREO enviado al MINSA en donde se adjunta el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo del proveedor ofertante. Tomando en cuenta que el Gobierno nacional oficializó el fin de estado de emergencia por COVID 19 en octubre del 2022 a través del Decreto Supremo n° 130-2022-PCM, se solicita amablemente al comité técnico que este literal no sea considerado como parte de la documentación a brindar para el perfeccionamiento del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y se eliminará de los requisitos para perfeccionar el contrato. El Gobierno nacional oficializó el fin de estado de emergencia por COVID 19 en octubre del 2022 a través del Decreto Supremo n° 130-2022-PCM,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:45:30

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL 7.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ¿ pág 25 y 26

En el ítem ii) Sobre los ACCESORIOS adicionales como calibradores, controles, complementos y otros, se menciona características que permitan la correcta trazabilidad y evitar confusiones y/o errores que no solo involucren mayor cantidad de tiempo al momento de realizarlos si no que se disminuya el riesgo de ocasionar un resultado incorrecto. En ese sentido, y considerando la relevancia de estos materiales, y aún más el los reactivos con los que se tamizarán las muestras de los donantes, se solicita al comité técnico precisar que tanto reactivo, calibrador y control sean líquidos y listos para usar y así evitar cualquier factor de error preanalítico, errores que son mencionados, además, en diversos artículos como el publicado por la AACC ¿The Modern way of Quality Control Procedures in Laboratory Medicine¿ en mayo del 2022.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y se aclara que Los Reactivos solicitados deben ser de la misma marca del ítem, con la finalidad de demostrar la trazabilidad del material ofertado y además para evitar confusiones y/o errores, mayor tiempo al momento de realizar los controles y calibraciones y por consiguiente la demora en la emisión de los resultados; debiendo ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:45:30

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:  
CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUBNUMERAL 7.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ¿ pág 25 y 26

En el ítem ii) Sobre los ACCESORIOS adicionales como calibradores, controles, complementos y otros, se menciona que para la acreditación de controles sean productos de óptima calidad, deberán de presentar folletería. Se solicita al comité técnico que precise que la interpretación cualitativa (NEGATIVO-POSITIVO) de inserto del control debe de coincidir con interpretación declarada por el fabricante del reactivo (inserto del reactivo).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y se aclara que con respecto a que los accesorios adicionales como calibradores, controles, complementos y otros no se han solicitado folletería de presentación obligatoria, solo se sustentará con la presentación del Anexo N° 3.  
Con respecto ala interpretación cualitativa (NEGATIVO-POSITIVO) de inserto del control, los postores podrán presentar de acuerdo a la metodología ofertada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:45:30

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXO A ÍTEM 2 ¿ pág 38, 39 y 40

Para los 7 productos solicitados del ítem 2, en especificaciones técnicas se detalla PRESENTACIÓN: tiempo de expiración no menor de seis meses a partir de la fecha de entrega. Considerando que lo requerido son hecho en base a materiales de fuente biológica, siendo este último un tipo de material que no permiten fechas de expira de 12 meses o más, se realiza amablemente la consulta de aceptar que la consulta de que la fecha de expiración sea no menor a 4 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas por lo que los postores deben ceñirse a lo solicitado en las bases. El uso de las especificaciones técnicas es obligatorio en todos sus extremos, no se debe agregar ni suprimir características. Pronunciamiento N° 151-2021/OSCE-DGR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:45:30

**Consulta:** Nro. 63

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXO A ITEM 2 ¿ pág 38

Para el producto nominado TAMIZAJE BS ANTICUERPO ANTI HIV 1-2 Y ANTÍGENO P24 (COMBO), entendemos que la detección del Anticuerpo HIV 1-2 y antígeno P24 es de suma importancia para el tamizaje todos de los bancos de sangre a nivel mundial y sabiendo que los controles nos ayudan a evaluar el desempeño creemos importante que se aclare de manera precisa si los controles dependientes deben ser individuales y por separado para HIV1, HIV2, HIV p24 y control negativo con la finalidad de poder identificar cada una de las variantes de HIV y antígeno p24.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas y se aceptara según la metodología de cada fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:45:30

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:  
CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXO A ITEM 2 EQUIPO DE BANCO DE SANGRE ¿  
pág 38

En PERFORMANCE se indica resultado de un perfil de prueba de tamizaje en un tiempo menor o igual a 90 minutos. Al ser el área de tamizaje una en que se reciben solicitudes de emergencia (como, por ejemplo, solicitud de plaquetas), se solicita al comité técnico acoja nuestra consulta de un tiempo menor o igual a 45 minutos para la emisión de los resultados completos de un perfil.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, las especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica de EsSalud no pueden ser modificadas por lo que los postores deben ceñirse a lo solicitado en las bases. El uso de las especificaciones técnicas es obligatorio en todos sus extremos, no se debe agregar ni suprimir características. Pronunciamiento N° 151-2021/OSCE-DGR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:45:30

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXO A ITEM 2 EQUIPO DE BANCO DE SANGRE ¿ pág 38

En CARACTERÍSTICAS se indica ¿lector de código de barras o sistema similar para reactivos¿, manifestamos la importancia de que el lector en mención se encuentre incorporado al interior del equipo para la detección de cualquier error al momento de colocar los reactivos. En ese sentido, se solicita al Comité técnico precisar que la identificación del reactivo sea al interior del equipo y no con algún lector que se encuentre al exterior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que lector de código de barras puede ser incorporado o externo con la finalidad de fomentar la pluralidad de posteros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:49:47

**Consulta:** Nro. 66

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN, LITERAL B PLAZO DE ENTREGA ¿ pág 52

En él se menciona que el plazo de entrega del producto ofertado, el cual incluye según la nota adjunta instalación y puesta en funcionamiento, debiera ser menor a 10 días para poder ser acreedores del puntaje adicional. Considerando que los productos a ofertar en este proceso y los equipos en cesión en uso solicitados deben de cumplir con un límite de fecha de expiración y/o años de antigüedad, además de todo el equipamiento para establecer el sistema informático que las bases solicita; el poder cubrir a cabalidad involucra procesos de importación, coordinaciones con la entidad, y traslados de Lima a Ica que como, tal nos ha demostrado los últimos eventos sociales, podría complicarse. En todo este contexto y con la finalidad de no otorgar ventajas al actual proveedor que se encuentra instalado en la institución, en pro de una competencia justa para los nuevos postores, se solicita modificar de manera razonable el plazo de entrega a menos de 30 días calendario.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: IV

**Literal:** B

**Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, por lo que los postores deben ceñirse a lo solicitado en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:49:47

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN, LITERAL I MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¿ pág 53

Podemos notar que las características mencionadas para el ítem 1 corresponden a la naturaleza de los productos solicitados en el ítem 2 (del cuadro de requerimiento - tamizaje), así como las del ítem 2, corresponden a las del ítem 3 (bolsas cuádruples de extracción de sangre). Se realiza la consulta al comité técnico si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: I Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que el ítem 1 corresponde a los reactivos de tamizaje y el ítem 2 corresponden a las bolsas cuádruples de extracción de sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 21:49:47

**Consulta:** Nro. 68

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN, LITERAL I MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¿ pág 53

Para el ítem 1 ¿ número 1 se señala como mejora la capacidad de detección del ANTÍGENOP24 para el HIV separado de la detección de anticuerpos, la finalidad, un aumento de especificidad. Esta característica involucra que para el cumplimiento del ítem TAMIZAJE BS ANTICUERPO ANTI HIV 1-2 Y ANTÍGENO P24 (COMBO) se utilice 2 reactivos y no 1, aumentando un proceso más que controlar y gestionar, con ello mayor tiempo, sin mencionar que para el resultado final (con el que el usuario final califica la muestra como reactiva o no reactiva) involucraría un procedimiento de cálculo adicional y con ello un factor más de incertidumbre (estadística). En ese sentido, y alineados con el objeto final de la mejora, solicitamos al comité técnico se incluya en reemplazo de este la no interferencia de biotina en los ensayos ofertados, ya que es un elemento que, está demostrado en diferentes estudios, puede generar reacciones cruzadas y con ello la disminución de la especificidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: IV

**Literal:** I

**Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y se aclara que en la integracion de bases se considerará como mejora a las especificaciones tecnicas:

Item 1

1.Reactivo de HIV Ag/AB tenga la capacidad de detección del ANTÍGENO P 24 para el virus de la Inmunodeficiencia Humana separado de la detección de anticuerpos lo que genera un aumento en la especificidad al momento de la detección del marcador O Aquel reactivo de HIV Ag/AB que tenga la siguiente capacidad: Una Sensibilidad Analítica Media: menor o igual a 0.48 UI/ml para el patrón del Ag p24 del VIH-1 NIBSC (The National Institute for Biological Standard san Control) Ó menor o igual a 13.1 pg/ml para el patron del Ag p24 del VIH AFSSADS (L'agence française de sécuritésanitaire des produits de santé). ( 10 PUNTOS).

Los Reactivos solicitados deben ser de la misma marca del ítem, con la finalidad de demostrar la trazabilidad del material ofertado y además para evitar confusiones y/o errores, mayor tiempo al momento de realizar los controles y calibraciones y por consiguiente la demora en la emisión de los resultados; debiendo ceñirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20155695901

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Fecha de envío : 19/05/2023

Hora de envío : 22:02:46

**Consulta:** Nro. 69

**Consulta/Observación:**

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN, LITERAL I MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¿ pág 53

Sobre el ítem 1 ¿ número 2, recordar que las mejoras tecnológicas no deben estar dirigidas a una marca en específica, dado que se estaría direccionando el presente procedimiento de selección, en ese sentido observamos que la mejora en mención está dirigida específicamente a la marca COBAS, comercializada por la empresa Productos ROCHE, dándoles un adicional de 5 puntos en el reactivo de HIV y 5 puntos en el reactivo de Trypanosomacruzi (Chagas) , lo cual desde ya le otorga una ventaja sobre los otros postores, que cumplen los requerimientos mínimo del petitorio nacional, e incluso puede ofrecer mejoras tecnológicas que realmente son mejoras dentro de los procedimientos del Banco de Sangre. En ese orden y en referente a la mejora de emplear antígenos recombinantes derivados de la proteína flagelar y cruzipaina para Tamizaje BS anti Trypanosomacruzi (Chagas), con la finalidad de detectar las fases crónicas de la enfermedad y las tres fases morfológicas del parásito, esta característica no constituye una mejora que se pueda considerar en los procedimientos de Banco de Sangre, dado que la finalidad en el uso de las pruebas serológicas no es diagnóstico sino de tamizaje, lo cual dicha característica no tiene un impacto relevante para el presente procedimiento de selección.

Solicitamos amablemente al comité especial en consulta con el área usuaria, indicar si nuestra apreciación es la correcta y en pro de una competencia justa, descartar dentro de los factores de evaluación la mejora número 2

**Acápito de las bases :** Sección: Específico

**Numeral:** IV

**Literal:** 1

**Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y en la etapa de integración de bases eliminará:

Sobre el ítem 1 número 2,

2. Reactivo de Tamizaje BS anti Trypanosomacruzi (Chagas): emplea antígenos recombinantes derivados de la proteína flagelar y cruzipaina, con la finalidad de detectar las fases crónicas de la enfermedad y las tres fases morfológicas del parásito. (5 PUNTOS).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Sobre el ítem 1 número 2,

2. Reactivo de Tamizaje BS anti Trypanosomacruzi (Chagas): emplea antígenos recombinantes derivados de la proteína flagelar y cruzipaina, con la finalidad de detectar las fases crónicas de la enfermedad y las tres fases morfológicas del parásito. (5 PUNTOS).

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:05:50

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje):  
1.9 Plazo de entrega:

Es una conducta reiterativa por parte de las Entidades no aceptar en los almacenes los productos si es que la propia administración de la entidad no ha notificado al contratista la orden de compra. Se han presentado casos en los que el contratista se apersona en los almacenes de la Entidad dentro del plazo estricto establecido en el contrato y las bases del procedimiento recibiendo la negativa del personal de almacén de recibir el producto, toda vez que el contratista no cuenta con la orden de compra. Debemos indicar que la negativa de recepcionar los productos sin orden de compra, documento que es emitido por la propia entidad, conlleva a que el contratista deba presentar ampliaciones de plazo y tenga que asumir el costo de la distribución y transporte de la entrega fallida. Por ende, solicitamos que el plazo de entrega del producto se compute desde la notificación formal de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: a Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas de la orden de compra (1era entrega) será contados a partir del día siguiente de la recepción o notificación de la orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:05:50

**Consulta:** Nro. 71

**Consulta/Observación:**

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje):

7. Características y condiciones de los bienes a contratar:

7.2 Características Técnicas de los reactivos:

ii) Sobre los accesorios adicionales como calibradores, controles y complementos y otros de acuerdo a la metodología que permitan la realización completa de la prueba:

En este extremo e las bases señalan que los reactivos solicitados deben ser de la misma marca del ítem.

Solicitamos amablemente al comité de selección aceptar que los reactivos solicitados deban estar descritos acorde a cómo figuran en los registros sanitarios.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7.2      **Literal:** a      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y se aclara que los reactivos solicitados deben estar descritos acorde a cómo figuran en los registros sanitarios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 23:05:50

**Consulta:** Nro. 72

**Consulta/Observación:**

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje):

De acuerdo a lo solicitado en el capítulo de mejoras indican:

Item 1

1. Reactivo de HIV Ag/AB tenga la capacidad de detección del ANTÍGENO P 24 para el virus de la Inmunodeficiencia Humana separado de la detección de anticuerpos lo que genera un aumento en la especificidad al momento de la detección del marcador. ( 5 PUNTOS).

Se solicita amablemente al comité de selección que puedan considerar que la capacidad de detección del antígeno P 24 no sea separada de la detección de anticuerpos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: capituloIV

**Literal:** i

**Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y en la integración de bases, se consierará las Mejoras a las Especificaciones Técnicas:

Item 1

1. Reactivo de HIV Ag/AB tenga la capacidad de detección del ANTÍGENO P 24 para el virus de la Inmunodeficiencia Humana separado o no separado de la detección de anticuerpos lo que genera un aumento en la especificidad al momento de la detección del marcador O Aquel reactivo de HIV Ag/AB que tenga la siguiente capacidad: Una Sensibilidad Analítica Media: menor o igual a 0.48 UI/ml para el patrón del Ag p24 del VIH-1 NIBSC (The National Institute for Biological Standard san Control) Ó menor o igual a 13.1 pg/ml para el patron del Ag p24 del VIH AFSSADS (L'agence française de sécuritésanitaire des produits de santé). ( 10 PUNTOS).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Mejoras a las Especificaciones Técnicas:

Item 1

1. Reactivo de HIV Ag/AB tenga la capacidad de detección del ANTÍGENO P 24 para el virus de la Inmunodeficiencia Humana separado o no separado de la detección de anticuerpos lo que genera un aumento en la especificidad al momento de la detección del marcador O Aquel reactivo de HIV Ag/AB que tenga la siguiente capacidad: Una Sensibilidad Analítica Media: menor o igual a 0.48 UI/ml para el patrón del Ag p24 del VIH-1 NIBSC (The National Institute for Biological Standard san Control) Ó menor o igual a 13.1 pg/ml para el patron del Ag p24 del VIH AFSSADS (L'agence française de sécuritésanitaire des produits de santé). ( 10 PUNTOS).

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:05:50

**Consulta:** Nro. 73

**Consulta/Observación:**

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje):  
1.9 Plazo de entrega

A nuestro entender el plazo de entrega de los reactivos sera de acuerdo a lo siguiente:

Para la primera entrega: El plazo máximo de diez (10) días calendarios o Plazo de entrega ofertado (Otros factores de evaluación), el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas, contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

Para la segunda entrega: El plazo máximo de diez (10) días calendarios o Plazo de entrega ofertado (Otros factores de evaluación), el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas, contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra. Se realizará a los 60 días después de la Primera Entrega.

Para la tercera entrega: El plazo máximo de diez (10) días calendarios o Plazo de entrega ofertado (Otros factores de evaluación), el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas, contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra. Se realizará a los 90 días de la segunda entrega.

Para la cuarta entrega: El plazo máximo de diez (10) días calendarios o Plazo de entrega ofertado (Otros factores de evaluación), el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas, contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra. Se realizará a los 90 días de la Tercera entrega.

Solicitamos amablemente confirmar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.9      **Literal:** a      **Página:** 15  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que el  
Los plazos de entrega para los insumos de laboratorio debe realizarse en función del plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas (Plazo máximo de 10 días calendarios de la recepción de la orden de compra (1era entrega), siendo el Plazo de la segunda Entrega a los 60 días después de la primera entrega, tercera entrega a los 90 días después de la segunda entrega y así sucesivamente hasta completar el número de entregas requeridas; al girar la orden de compra se describirá las fechas de las entregas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 23:05:50

**Consulta:** Nro. 74

**Consulta/Observación:**

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje):

1.9 Plazo de entrega

A nuestro entender el plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y accesorios, no podrá exceder de los 10 (diez) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra. Este plazo incluye entrega de insumos, accesorios, consumibles, la instalación de los equipos en calidad en cesión en uso (la operatividad del equipo) y la respectiva capacitación en el manejo de los equipos al área usuaria.

Solicitamos amablemente confirmar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 1.9

**Literal:** a

**Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que el plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y accesorios, no podrá exceder de los 10 (diez) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la recepción o notificación de la orden de compra. Este plazo incluye entrega de insumos, accesorios, consumibles, la instalación de los equipos en calidad en cesión en uso (la operatividad del equipo) y la respectiva capacitación en el manejo de los equipos al área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 23:05:50

**Consulta:** Nro. 75

**Consulta/Observación:**

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje):

e) Documentación adicional que el postor debe presentar:

Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario

Los postores deberán presentar Registro Sanitario del dispositivo médico (reactivo de laboratorio) objeto de la convocatoria y del Equipo en Cesión de uso ofertado.

Como es de conocimiento los equipos en cesión en uso No requieren Registro sanitario.

Solicitamos amablemente al comite especial puedan permitir que los postores presentemos en la presentación de ofertas el listado publicado por DIGEMID en su página de Intranet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado. para el Equipo en Cesión de uso ofertado

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

**Literal:** e

**Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que en la página 18 de las bases e) Documentación adicional que el postor debe presentar Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario se describe caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredite que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de Intranet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:05:50

**Consulta:** Nro. 76

**Consulta/Observación:**

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje):

e) Documentación adicional que el postor debe presentar:

Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis).

Solicitamos amablemente al comite especial aceptar los Certificados de análisis tal cual son emitidos por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo, incluyendo los emitidos electrónicamente o con firma electrónica.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** e      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que en la integración de las bases se añadirá en las bases: Se aceptará los Certificados de análisis tal cual son emitidos por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo, incluyendo los emitidos electrónicamente o con firma electrónica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aceptará los Certificados de análisis tal cual son emitidos por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo, incluyendo los emitidos electrónicamente o con firma electrónica.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 23:05:50

**Consulta:** Nro. 77

**Consulta/Observación:**

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje):

e) Documentación adicional que el postor debe presentar:

Hoja de presentación de los equipos cedidos en cesión de uso. (Anexo -D).

A nuestro entender en el anexo D se debe consignar SOLO aquellas especificaciones técnicas que se acreditaran con folletería /manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple), cartas aclaratorias y/o documentos emitidos por el fabricante, dueño de marca y/o filial y que son las siguientes:

EQUIPO EN CESION DE USO: Tipo, metodología, performance, características, muestra y modo de operación

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

**Literal:** e

**Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que el proveedor deberá detallar en el anexo D todo lo solicitado en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 23:05:50

**Consulta: Nro. 78**

**Consulta/Observación:**

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje):

e) Documentación adicional que el postor debe presentar:

Declaración Jurada de Presentación del Producto y Vigencia Mínima (Anexo - E).

En las bases para el Anexo E Declaración Jurada de Presentación del Producto y Vigencia Mínima se necesita completar alguna información.

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar que el llenado del Anexo E debe ser de acuerdo a lo autorizado por Digemid en lo que corresponda."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

**Literal:** e

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta: el llenado del Anexo E debe ser de acuerdo a lo autorizado por Digemid en lo que corresponda

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:05:50

**Consulta:** Nro. 79

**Consulta/Observación:**

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje):

e) Documentación adicional que el postor debe presentar:

Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o vicios (Anexo - F)

En el PRONUNCIAMIENTO N° 082-2022/OSCE-DGR señala lo siguiente:

En aplicación del Principio de Libertad de Concurrencia, las entidades deben de promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias, encontrándose prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; como, por ejemplo, exigir que en la oferta los postores entreguen certificaciones y carta de compromiso de entrega de insumos, pese a que, estos no tienen la certeza de ganar la buena pro.

Solicitamos amablemente al comite especial suprimir este literal de los Documentos para la admisión de la oferta e incluirlos en el numeral 2.3 Requisitos para perfeccionar el contrato correspondiente al Capítulo II de las Sección Específica de las Bases Integradas.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** e      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y en la integración de bases se suprimirá éste literal de los documentos para la admisión de la oferta y se solicitará para el perfeccionamiento del contrato.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá éste literal de los documentos para la admisión de la oferta y se solicitará para el perfeccionamiento del contrato.



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 23:05:50

**Consulta:** Nro. 80

**Consulta/Observación:**

ITEM 1 REACTIVO (Tamizaje):

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar si el plazo de entrega del equipo en cesión en uso es el mismo plazo de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y accesorios, es decir no podrá exceder de los 10 (diez) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 1.9

Literal: a

Página: 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que el plazo de entrega del equipo en cesión en uso es el mismo plazo de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y accesorios, es decir no podrá exceder de los 10 (diez) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la recepción o notificación de la orden de compra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:05:50

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

7. Características y condiciones de los bienes a contratar:  
7.1 Descripción y cantidad de los bienes

b) Equipos en cesión en uso, en este extremo de las bases señalan al ítem N° 2 al analizador de quioluminiscencia grande para banco de sangre.

Solicitamos amablemente al comité especial revisar lo señalado en el párrafo precedente porque en el numeral 1.2 objeto de la convocatoria señalan que el ítem N° 1 corresponde a los reactivos para Banco de Sangre

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: b Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que el ítem 2 pasó a ser ítem 1 y el ítem 3 paso a ser ítem 2 en las bases. El ítem 1 del RTM no forma parte de este proceso por no haber pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 23:05:50

**Consulta:** Nro. 82

**Consulta/Observación:**

Solicitamos amablemente al comite especial cual es el numero de item que corresponde a los reactivos y equipos en cesión en uso para Banco de sangre

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.2      **Literal:** a      **Página:** 1.2

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que:

ITEM 1 REACTIVO de Tamizaje

ITEM 2 Insumo - Bolsas cuádruple

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-ESSALUD/RAICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE BANCO DE SANGRE CON EQUIPOS EN CESIÓN EN USO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNÁNDEZ MENDOZA DE LA RAICA

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 19/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 23:05:50

**Consulta:** Nro. 83

**Consulta/Observación:**

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar que el anexo H se hara uso en la instalación y puesta de operación y funcionamiento del equipo

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** a      **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que el anexo H se hará uso en la instalación y puesta de operación y funcionamiento del equipo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null