

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DISAMAR/LOGISTI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P PAITA /BIEN PP 0135

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DESCRIPCION Y CANTIDADES DE LOS BIENES
ITEM 1: EQUIPAMIENTO MEDICO

OBSERVAMOS QUE HAY INCONGRUENCIA CON RESPECTO AL 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA DONDE DESCRIBEN ITEM SEPARADO PARA CADA EQUIPO CONVOCADO. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL DIVIDIR CADA ITEM CON LA FINALIDAD TENER MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: 5.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL ÁREA USUARIA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL NÚMERAL 37.1, LA ENTIDAD PUEDE EFECTUAR CONTRATACIONES POR PAQUETE, AGRUPANDO EN EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, VARIOS BIENES, SERVICIOS EN GENERAL O CONSULTORIAS DISTINTOS, PERO VINCULADOS ENTRE (¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DISAMAR/LOGISTI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P PAITA /BIEN PP 0135

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sub ítem 1.5: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS
ANALISIS DE ARRITMIAS, SEGMENTO ST Y SEGMENTO QT/QTc

OBSERVAMOS QUE NO INDICAN LA CANTIDAD DE ARRITMIAS DEBERIA DETECTAR COMO MINIMO EL EQUIPO POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL ACEPTAR LO SIGUIENTE:
ANALISIS O DETECCION DE 15 ARRITMIAS O MAS , SEGMENTO ST Y/O SEGMENTO QT/QTc

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: 5.2 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se acoge su observación, con la finalidad de tener mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DISAMAR/LOGISTI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P PAITA /BIEN PP 0135

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sub ítem 1.5: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS
MEMORIA DE HASTA 1200 HORAS

OBSERVAMOS QUE EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO ESTA DIRECCIONADO UNA DETERMINADA MARCA EN EL MERCADO, POR TAL MOTIVO Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL ACEPTAR LO SIGUIENTE:
MEMORIA DE TENDENCIA GRAFICAS O NUMERICAS DE HASTA 168 HORAS O MAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: 5.2 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, sea acoge su observación, debiendo de tomar en cuenta como mínimo, 144 hrs. con la finalidad de tener mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DISAMAR/LOGISTI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P PAITA /BIEN PP 0135

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/08/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:37:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Sub ítem 1.5: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS
TRANSFERENCIA DE DATOS POR USB

SOLICITAMOS AL COMITÉ ESPECIAL ACEPTAR LA TRANSFERENCIA O DESCARGA DE DATOS A TRAVEZ DEL PUERTO USB PARA DE ESTA MANERA PODER GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP 3 Literal: 5.2 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, sea acoge su observación, con la finalidad de tener mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DISAMAR/LOGISTI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P PAITA /BIEN PP 0135

Ruc/código : 20101337261	Fecha de envío : 10/08/2023
Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.	Hora de envío : 15:37:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Sub ítem 1.5: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS
RESOLUCION 800X600PIXELES

SOLICITAMOS AL COMITÉ AMPLIAR EL RANGO DE RESOLUCION DE 800 X 600 PIXELES A MAS PARA DE ESTA MANERA PODER GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP 3 **Literal:** 5.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, sea acoge su observación, con la finalidad de tener mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DISAMAR/LOGISTI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P PAITA /BIEN PP 0135

Ruc/código : 20101337261	Fecha de envío : 10/08/2023
Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.	Hora de envío : 15:37:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Sub ítem 1.5: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS
DURACION DE LA BATERIA: 4 HORAS (2500 mAh) 8 HORAS (5000 mAh)

OBSERVAMOS QUE EN LA SIGUIENTE ESPECIFICACION INDICAN 2 TIEMPOS DE DURACION DE LA BATERIA, POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS CONSIDERAR COMO TIEMPO DE DURACION DE LA BATERIA DE 4 HORAS O

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP 3 **Literal:** 5.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se acoge su observación, con la finalidad de tener mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DISAMAR/LOGISTI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P PAITA /BIEN PP 0135

Ruc/código : 20392893343	Fecha de envío : 11/08/2023
Nombre o Razón social : INSUMOS HOSPITALARIOS S.A.C.	Hora de envío : 16:12:21

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM 1, SUB ITEM 1.1, CALENTADOR CORPORAL, EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICA LO SIGUENTE: UNIDAD DE CONTROL COMBINADA CON CONTROL REGULABLE DE TEMPERATURA ENTRE 32 A 44 GRADOS C, CON UNA EXACTITUD DE 0.1 GRADOS CELSIUS; SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN TENGA A BIEN CONSIDERAR QUE EL RANGO DE TEMPERATURA SE ESTABLEZCA DENTRO DEL RANGO DE 32 A 44 GRADOS CELSIUS, A FIN DE GARANTIZAR LA MAYOR PARTICIPACION Y PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NINGUNO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, no se acoge su observación, debido a que se debe considerar la exactitud por seguridad del paciente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DISAMAR/LOGISTI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P PAITA /BIEN PP 0135

Ruc/código :	20392893343	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	INSUMOS HOSPITALARIOS S.A.C.	Hora de envío :	16:12:21

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM 1, SUB ITEM 1.1 CALENTADOR CORPORAL EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE SOLICITA CALENTAMIENTO DE LA MANTA POR MEDIO DE CONVECCIÓN DE AIRE, LIBRE DE RIESGO ELÉCTRICO. SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION NO TENER EN CUENTA EL TERMINO LIBRE DE RIESGO ELCTRICO YA QUE ESPECIFICA CALENTAMIENTO POR MEDIO DE AIRE PARA GARANTIZAR LA MAYOR PARTICIPACION DE

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NINGUNO

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, no se acoge su observación, debe ceñirse a lo descrito en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DISAMAR/LOGISTI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P PAITA /BIEN PP 0135

Ruc/código : 20392893343	Fecha de envío : 11/08/2023
Nombre o Razón social : INSUMOS HOSPITALARIOS S.A.C.	Hora de envío : 16:12:21

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM 1, SUB ITEM 1.1, CALENTADOR CORPORAL
EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE CONSIDERA TIEMPO DE CALEFACCION DE LA MANTA, A VALOR DE TEMPERATURA PROGRAMADA DE 7 A 10 MINUTOS COMO MAXIMO DE MANERA ESCALONADA Y CON SISTEMA DE SOSTENIMIENTO DE TEMPERATURA POR SERVOCONTROL; SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN CONSIDERAR EL PARAMETRO LIBRE EL TIEMPO DE TEMPERATURA A FIN DE GARANTIZAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, no se acoge su observación, debe ceñirse a lo descrito en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Nomenclatura : LP-SM-1-2023-DISAMAR/LOGISTI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO MENOR PARA EL PROYECTO DEL SEGUNDO BUQUE MULTIPROPÓSITO B.A.P PAITA /BIEN PP 0135

Ruc/código :	20392893343	Fecha de envío :	11/08/2023
Nombre o Razón social :	INSUMOS HOSPITALARIOS S.A.C.	Hora de envío :	16:12:21

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ITEM 1, SUB ITEM 1.3 MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO BASICO
EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICA LO SIGUIENTE: PANTALLA TACTIL TFT DE 12.1 PULGADAS; SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN AMPLIAR EL RANGO DE EXTENSION DESDE 9 PULGADAS A FIN DE GARANTIZAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, no se acoge su observación, debe ceñirse a lo descrito en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null