

FORMATO N° 13

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

1 NÚMERO DE ACTA

001-2025-AS N°014-2025-HNDM-1

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, el distrito de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima, a los 28 días del mes de mayo del año 2025, en el ambiente de la Unidad de Programación de la Oficina de Logística, a las 17:00 horas, el Organismo encargado de las Contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N°014-2025-HNDM-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE SETS DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA CABEZA Y CUELLO - PROYECTO DE INVERSION CUI N° 2297121, a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación., de acuerdo a lo siguiente:

ETAPAS

FECHAS DE LAS SESIONES

HORA DE LAS SESIONES

	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
- Para la admisión:	28/04/2025	28/05/2025	08:00	17:00
- Para la evaluación:	28/04/2025	28/05/2025	08:00	17:00
- Para la calificación:	28/04/2025	28/05/2025	08:00	17:00
- Para el otorgamiento de la buena pro y/o Desierto:	28/04/2025	28/05/2025	08:00	17:00

3 SOBRE EL QUÓRUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

HERNAN OMAR SAAVEDRA RENGIFO

DEPENDENCIA

OFICINA DE LOGISTICA

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo a la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE, se registraron a través de dicho sistema, los siguientes participantes:

N°	RUC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	ESTADO
1	20377339461	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	20/03/2025	Válido
2	20502426339	LIMAMED S.A.C.	26/03/2025	Válido
3	20513433442	CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/03/2025	Válido
4	20518686250	LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC	20/03/2025	Válido
5	20520987186	CARDIOMED DEL PERU SAC	24/03/2025	Válido
6	20535807851	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	20/03/2025	Válido
7	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20/03/2025	Válido
8	20601571065	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	20/03/2025	Válido
9	20601895103	FERTA MEDICA S.A.C.	21/03/2025	Válido
10	20604470383	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	20/03/2025	Válido
11	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	20/04/2025	Válido
12	20605853553	BOSON TEC S.A.C.	24/03/2025	Válido
13	20607919331	DREMED PERU S.A.C.	15/04/2025	Válido
14	20610815341	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	24/03/2025	Válido

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En la fecha señalada en el cronograma de la ficha de selección publicada en el SEACE, presentaron sus ofertas a través de dicho sistema, los siguientes postores:

1	LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC
2	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.
3	LIMAMED S.A.C.
4	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C

6 ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo con la revisión efectuada, el Organismo Encargado de las Contrataciones del procedimiento de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el acápite "Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases, a fin de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas o Términos de referencia, según corresponda.

6.1 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC	NO CUMPLE CON EL REQUISITO E) HOJA DE PRESENTACION DEL EQUIPO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGÚN LO DETALLADO EN EL CUADRO 1 DE ADMISION DE OFERTAS
2	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	NO CUMPLE CON EL REQUISITO E) HOJA DE PRESENTACION DEL EQUIPO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGÚN LO DETALLADO EN EL CUADRO 1 DE ADMISION DE OFERTAS
3	LIMAMED S.A.C.	NO CUMPLE CON EL REQUISITO E) HOJA DE PRESENTACION DEL EQUIPO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGÚN LO DETALLADO EN EL CUADRO 1 DE ADMISION DE OFERTAS
4	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	NO CUMPLE CON EL REQUISITO E) HOJA DE PRESENTACION DEL EQUIPO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS (SEGÚN LO DETALLADO EN EL CUADRO 1 DE ADMISION DE OFERTAS

6.2 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	---	---

7 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	---
		TOTAL	---

7.2 ORDEN DE PRELACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

Nº DE ORDEN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	---	---

8 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el Comité de seleccion determinó si el postor que obtuvo el primer con los requisitos de calificación detallados en las bases:

8.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó a los postores que cumplen con los requisitos de calificación detallados en las Bases:

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
		EXPERIENCIA DE LA ESPECIALIDAD		
		EXPERIENCIA		
		CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
		FORMACION ACADEMICA		
		EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
		CAPACITACION		

8.2 DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó que los siguientes postores fueron descalificados al no cumplir los requisitos de calificación especificados en las Bases, por las razones expuestas a continuación:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	---	---	---

9 DECLARACION DE DESIERTO

De acuerdo a los resultados obtenidos, el siguiente postor obtiene la buena pro:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	MONTO ADJUDICADO
1	---	---

10 ACUERDO ADOPTADO

El Organo Encargado de las Contrataciones, por UNANIMIDAD se declara DESIERTO, por lo tanto se dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.:

11

HERNAN OMAR SAAVEDRA RENGIFO
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

CUADRO N° 1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2025-HNDM-1

ADQUISICIÓN DE SETS DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA CABEZA Y CUELLO - PROYECTO DE INVERSION CUI N° 2297121

CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS

CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS					
ITEM	DESCRIPCION	LIFETEC S.A.C.	JK MEDICAL EIRL	EMPRESA	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C.
1	A) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	B) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	C) DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	D) DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL NUMERAL 3.1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E) HOJA DE PRESENTACION DEL EQUIPO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS (ANEXO 3)	SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL/ EETT SUSTENTAR A01 AL A09 B01 AL B46	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se Observa:</p> <p>A02 ACABADO MATE: Se observa que el postor indica que los instrumentales quirurgicos tienen un acabado satinado mate a la rueda. La característica técnica solicitada que el acabado del instrumental sea mate esto para efectos de evitar el reflejo de luz dentro del acto quirurgico, el satinado-mate no cumple con esta característica.</p> <p>B02 UN (01) MANGO DE BISTURI N°3 DE 12.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con mango de bisturo de 12.5 cm lo cual es mayor a lo solicitado en las especificaciones técnicas, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico.</p> <p>B007 UNA (01) TIJERA POTTS 40° DE 19.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con tijera pots de 19 cm, solo en angulos de 25°, 45° y 60°, lo cual es mayor a la angulacion solicitada, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se Observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE, AUTOCALVAVE: Se observa que el postor sustenta el cumplimiento de la presente característica técnica para el instrumental de la marca REBSTOCK, GIMMI, GEISTER, FENTEX Y BAHADIR, mas no se precisa que los componentes de marca NACIONAL cuenten con la mencionada características técnica.</p> <p>B32 UNA (01) CIZALLA BOHELER DE 15 CM: Se observa que el postor sustenta el cumplimiento de la presente característica técnica, sin embargo, se puede observar que la pinza propuesta no es del tipo cizalla si no del tipo gubias (es decir no de corte).</p> <p>B33 UN (01) ESPECULO NASAL KILLIAN DE 13.5: Se observa que el postor indica que cuenta con especulo nasal KILLIAN de 140mm (14cm) lo cual es mayor a lo solicitado, en este caso se requiere que los tamaños sean exactos a lo requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico.</p> <p>B45 UNA (01) PINZA PARA ALAMBRE CON MANGO DORADO DE 14.0 CM: Se observa que en el folio 56 solo se muestra una imagen referencial del bien y en folio 57, se interpreta (la descripción es en otro idioma) que el bien ofertado es de 130mm (13.0cm) lo cual es menor a lo solicitado, en este caso se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se Observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE Y AUTOCALVABLE: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la característica técnica A08, y tambien se indica algunas características del instrumental ofertado, mas no se precisa que el material del bien ofertado sea reusable y autoclavable.</p> <p>A06 CON ALEACION SEGUN DENOMINACION DIN CORRESPONDE: ACERO INOXIDABLE SEGUN LAS NORMAS, ACERO 1.4117, ACERO 1.4021, ACERO 1.4305.: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la característica técnica A08, y tambien se indica algunas características del instrumental ofertado, y que se cuenta unicamente con DIN 1.4021, mas no con el resto de las normas requeridas relacionadas al material de los bienes ofertados.</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se Observa:</p> <p>B40 (UN (01) DISECTOR DE AMIGDALA HENKE DE HURD DE 22.0 CM O UN (01) DISECTOR DE AMIGDALA HURD DE 22.5CM)</p> <p>-Se observa en el folio 56: que el postor indica Dselector Hurd FA 311-22 es de 22cm.</p> <p>-Sin embargo en el folio 57: El Postor mediante Una Carta Aclaratoria indica que cumplirán con la fabricación a medida según lo solicitado para el set instrumental quirurgico para cirugía maxilo facial, Mencionar que en las Bases se solicita que el postor incluya Carta del fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características (maximo 03 especificaciones técnicas), por lo tanto en la carta adjunta no sustenta ni demuestra el cumplimiento de las características del instrumental solicitado.</p> <p>-Cabe Indicar el postor adjunta el Registro Sanitario con la Medida de 22cm, sin embargo en la carta aclaratoria ofrece a entregar Dselector De Amigdaia Hurd De 22.5 Cm, la cual no adjunta El Registro Sanitario correspondiente.</p> <p>-Asimismo, al observar la Carta Aclaratoria esta se encuentra dirigida al Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no sería Valida dicha carta.</p> <p>B06 UNA (01) TIJERA DE IRIS CURVA DE 11.5 CM: Se observa que en el folio 22 se puede interpretar que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>NO CUMPLE</p>
	SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ORBITA OCULAR/ EETT SUSTENTAR A01 AL A09 B01 AL B49	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se Observa:</p> <p>A02 ACABADO MATE: Se observa que el postor indica que los instrumentales quirurgicos tienen un acabado satinado-mate a la rueda. La característica técnica solicitada que el acabado del instrumental sea mate esto para efectos de evitar el reflejo de luz dentro del acto quirurgico, el satinado-mate no cumple con esta característica.</p> <p>B01 UN (01) MANGO DE BISTURI N°3 DE 12.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con mango de bisturo de 12.5 cm lo cual es mayor a lo solicitado en las especificaciones técnicas, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico.</p> <p>B005 UNA (01) TIJERA METZENBAUM RECTA DE 15.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con tijera pots de 14.5cm, lo cual es menor a lo solicitado, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se Observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE, AUTOCALVAVE: Se observa que el postor sustenta el cumplimiento de la presente característica técnica para el instrumental de la marca REBSTOCK, GIMMI, GEISTER, FENTEX Y BAHADIR, mas no se precisa que los componentes de marca NACIONAL cuenten con la mencionada características técnica.</p> <p>B35 UN (01) ESPECULO NASAL KILLIAN DE 13.5: Se observa que el postor indica que cuenta con especulo nasal KILLIAN de 140mm (14cm) lo cual es mayor a lo solicitado, en este caso se requiere que los tamaños sean exactos a lo requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico.</p> <p>B43 UNA (01) PINZA KERRISON ANGULADO HACIA ARRIBA DE 40°, 1MM. DE 18.0 CM: Se observa que en el folio 116 se puede interpretar (la descripción es en otro idioma) el postor cuenta con pinza KERRISON hacia arriba de 40° mas no especifica que dicha angulacion sea de 2mm.</p> <p>B45 UNA (01) ESPATULA WECKER DE 12.5 CM: Se observa que en el folio 118 el postor cuenta con espátula WECKER, sin embargo, no se aprecia que cuente con la medida de 12.5 cm.</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se Observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE Y AUTOCALVABLE: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la característica técnica A08, y tambien se indica algunas características del instrumental ofertado, mas no se precisa que el material del bien ofertado sea reusable y autoclavable.</p> <p>A06 CON ALEACION SEGUN DENOMINACION DIN CORRESPONDE: ACERO INOXIDABLE SEGUN LAS NORMAS, ACERO 1.4117, ACERO 1.4021, ACERO 1.4305.: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la característica técnica A08, y tambien se indica algunas características del instrumental ofertado, y que se cuenta unicamente con DIN 1.4021, mas no con el resto de las normas requeridas relacionadas al material de los bienes ofertados.</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se Observa:</p> <p>B31 UNA (01) GUBIA ARTICULADA CURVA DE 15.5 CM (FOLIO 107-108):</p> <p>-Se observa en el folio 107: que el postor indica que la Pinza Articulada Curva DC-121-15 es de 15cm</p> <p>-Sin embargo en el folio 108: El Postor mediante Una Carta Aclaratoria indica que cumplirán con la fabricación a medida según lo solicitado para Pinza Articulada Curva de 15.5cm, Mencionar que en las Bases se solicita que el postor incluya Carta del fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características (maximo 03 especificaciones técnicas), por lo tanto en la carta adjunta no sustenta ni demuestra el cumplimiento de las características del instrumental solicitado.</p> <p>-Cabe Indicar que el postor adjunta el Registro Sanitario con la medida de 15cm, sin embargo en la carta aclaratoria ofrece a entregar una (01) gubia articulada curva de 15.5 cm código (DC-121-15), la cual no adjunta El Registro Sanitario correspondiente.</p> <p>-Asimismo, al observar la Carta Aclaratoria esta se encuentra dirigida al Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no sería Valida dicha carta.</p> <p>B09 UNA (01) TIJERAS DE IRIS CURVA DE 11.5 CM: Se observa que en el folio 85 se puede interpretar que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>NO CUMPLE</p>

CUADRO N° 1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2025-HNDM-1

ADQUISICIÓN DE SETS DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA CABEZA Y CUELLO - PROYECTO DE INVERSION CUI N° 2297121

CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS

CABERO DE ADMISION DE OFERTAS						
ITEM	DESCRIPCION	LIFETEC S.A.C.	JK MEDICAL EIRL	EMPRESA	LIMAMED S.A.C.	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C.
E) HOJA DE PRESENTACION DEL EQUIPOSUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS (ANEXO 3)	SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA PAROTIDA / EETT SUSTENTAR A01 AL A09 B01 AL B32	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se observa:</p> <p>A02 ACABADO MATE: Se observa que el postor indica que los instrumentales quirurgicos tienen un acabado satinado-mate a la rueda. La característica técnica solicita que el acabado del instrumental sea mate esto para efectos de evitar el reflejo de luz dentro del acto quirurgico, el satinado-mate no cumple con esta característica.</p> <p>B01 UN (01) MANGO DE BISTURI N°3 DE 12.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con mango de bisturo de 12.5 cm lo cual es mayor a lo solicitado en las especificaciones técnicas, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico.</p> <p>B004 DOS (02) TIJERA METZENBAUN CURVA DE 15.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con tijera pots de 14.5cm, lo cual es menor a lo solicitado, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE, AUTOCLAVE: Se observa que el postor sustenta el cumplimiento de la presente característica técnica para el instrumental de la marca REBSTOCK, GIMMI, GEISTER, FENTEX Y BAHADIR, mas no se precisa que los componentes de marca NACIONAL cuenten con la mencionada características técnica.</p> <p>B05 UNA (01) TIJERA DE IRIS CURVA DE 11.5 CM: Se observa que en el folio 138 se puede interpretar (la descripción es en otro idioma) que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>B10 DIEZ (10) PINZA HARTMANN MICRO CURVA DE 10.0 CM: Se observa que en el folio 143 se indica que i postor cuenta con pinza HARTMANN, mas no se precisa que sea tipo micro curva.</p> <p>NO CUMPLE</p>		<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE Y AUTOCLAVABLE: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la característica técnica A08, y tambien se indica algunas características del instrumental ofertado, mas no se precisa que el material del bien ofertado sea reusable y autoclavable.</p> <p>A06 CON ALEACION SEGUN DENOMINACION DIN CORRESPONDE: ACERO INOXIDABLE SEGUN LAS NORMAS, ACERO 1.4117, ACERO 1.4021, ACERO 1.4305.: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la característica técnica A08, y tambien se indica algunas características del instrumental ofertado y que se cuenta unicamente con DIN 1.4021, mas no con el resto de las normas requeridas relacionadas al material de los bienes ofertados.</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se observa:</p> <p>B09 UNA (01) TIJERAS DE IRIS CURVA DE 11.5 CM: Se observa que en el folio 139 se puede interpretar que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>NO CUMPLE</p>
	SET DE INSTRUMENTAL QUIERURGICO PARA CIRUGIA PLASTICA DE CABEZAY CUELLO / EETT SUSTENTAR A01 AL A09 B01 AL B34	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se observa:</p> <p>A02 ACABADO MATE: Se observa que el postor indica que los instrumentales quirurgicos tienen un acabado satinado-mate a la rueda. La característica técnica solicita que el acabado del instrumental sea mate esto para efectos de evitar el reflejo de luz dentro del acto quirurgico, el satinado-mate no cumple con esta característica.</p> <p>B01 UN (01) MANGO DE BISTURI N°3 DE 12.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con mango de bisturo de 12.5 cm lo cual es mayor a lo solicitado en las especificaciones técnicas, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico.</p> <p>B005 DOS (02) TIJERA METZENBAUN CURVA DE 15.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con tijera pots de 14.5cm, lo cual es menor a lo solicitado, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE, AUTOCLAVE: Se observa que el postor sustenta el cumplimiento de la presente característica técnica para el instrumental de la marca REBSTOCK, GIMMI, GEISTER, FENTEX Y BAHADIR, mas no se precisa que los componentes de marca NACIONAL cuenten con la mencionada características técnica.</p> <p>B06 UNA (01) TIJERA DE IRIS CURVA DE 11.5 CM: Se observa que en el folio 184 se puede interpretar (la descripción es en otro idioma) que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>B10 UNA (01) TIJERA ESTRABISMUS RECTA DE 11.0 CM: Se observa que en el folio 188 el postor indica que cuenta con la tijera STRABISMUS de tipo recta, sin embargo, de melda 11.5mm (11.5 cm) lo cual es mayor a lo solicitado, en este caso se requiere que los tamaños sean exactos a lo requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico..</p> <p>NO CUMPLE</p>		<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE Y AUTOCLAVABLE: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la característica técnica A08, y tambien se indica algunas características del instrumental ofertado, mas no se precisa que el material del bien ofertado sea reusable y autoclavable.</p> <p>A06 CON ALEACION SEGUN DENOMINACION DIN CORRESPONDE: ACERO INOXIDABLE SEGUN LAS NORMAS, ACERO 1.4117, ACERO 1.4021, ACERO 1.4305.: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la característica técnica A08, y tambien se indica algunas características del instrumental ofertado y que se cuenta unicamente con DIN 1.4021, mas no con el resto de las normas requeridas relacionadas al material de los bienes ofertados.</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se observa:</p> <p>B06 UNA (01) TIJERAS DE IRIS CURVA DE 11.5 CM: Se observa que en el folio 182 se puede interpretar que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>NO CUMPLE</p>

CUADRO N° 1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2025-HNDM-1

ADQUISICIÓN DE SETS DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA CABEZA Y CUELLO - PROYECTO DE INVERSION CUI N° 2297121

CUADRO DE ADMISIÓN

DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCION	EMPRESA			
		LIFETEC S.A.C.	JK MEDICAL EIRL	LIMAMED S.A.C.	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C.
E) HOJA DE PRESENTACION DEL EQUIPO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS (ANEXO 3)	SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE TIROIDES / EETT SUSTENTAR A01 AL A09 B01 AL B36	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se</p> <p>Observa:</p> <p>A02 ACABADO MATE: Se observa que el postor indica que los instrumentales quirurgicos tienen un acabado satinado-mate a la rueda. La característica técnica solicita que el acabado del instrumental sea mate esto para efectos de evitar el reflejo de luz dentro del acto quirurgico, el satinado-mate no cumple con esta característica.</p> <p>B01 UN (01) MANGO DE BISTURI N°3 DE 12.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con mango de bisturo de 12.5 cm lo cual es mayor a lo solicitado en las especificaciones técnicas, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico.</p> <p>B005 DOS (02) TIJERA METZENBAUN CURVA DE 15.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con tijera potts de 14.5cm, lo cual es menor a lo solicitado, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se</p> <p>Observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE, AUTOCLAVE: Se observa que el postor sustenta el cumplimiento de la presente característica técnica para el instrumental de la marca REBSTOCK, GIMMI, GEISTER, FENTEX Y BAHADIR, mas no se precisa que los componentes de marca NACIONAL cuenten con la mencionada características técnica.</p> <p>B06 DOS (02) TIJERAS METZENBAUN (ESTRABISMO) CURVA DE 14 CM: Se observa que en el folio 232 se puede interpretar (la descripción es en otro idioma) que el postor cuenta con tijera METZENBAUN mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>B07 DOS (02) TIJERA DE IRIS CURVA DE 10.5 CM: Se observa que en el folio 233 se puede interpretar (la descripción es en otro idioma) que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se</p> <p>Observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE Y AUTOCLAVABLE: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la característica técnica A08, y tambien se indica algunas características del instrumental ofertado y que se cuenta unicamente con DIN 1.4021, mas no con el resto de las normas requeridas relacionadas al material de los bienes ofertados.</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se</p> <p>Observa:</p> <p>B07 UNA (01) TIJERAS DE IRIS CURVA DE 10.5 CM: Se observa que en el folio 228 se puede interpretar que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>NO CUMPLE</p>
	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA TRAQUEOSTOMIA / EETT SUSTENTAR A01 AL A09 B01 AL B22	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se</p> <p>Observa:</p> <p>A02 ACABADO MATE: Se observa que el postor indica que los instrumentales quirurgicos tienen un acabado satinado-mate a la rueda. La característica técnica solicita que el acabado del instrumental sea mate esto para efectos de evitar el reflejo de luz dentro del acto quirurgico, el satinado-mate no cumple con esta característica.</p> <p>B01 UN (01) MANGO DE BISTURI N°3 DE 12.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con mango de bisturo de 12.5 cm lo cual es mayor a lo solicitado en las especificaciones técnicas, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico.</p> <p>B005 DOS (02) TIJERA METZENBAUN CURVA DE 15.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con tijera potts de 14.5cm, lo cual es menor a lo solicitado, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se</p> <p>Observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE, AUTOCLAVE: Se observa que el postor sustenta el cumplimiento de la presente característica técnica para el instrumental de la marca REBSTOCK, GIMMI, GEISTER, FENTEX Y BAHADIR, mas no se precisa que los componentes de marca NACIONAL cuenten con la mencionada características técnica.</p> <p>B04 UNA (01) TIJERA DE IRIS CURVA DE 10.5 CM: Se observa que en el folio 278 se puede interpretar (la descripción es en otro idioma) que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se</p> <p>Observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE Y AUTOCLAVABLE: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la característica técnica A08, y tambien se indica algunas características del instrumental ofertado, mas no se precisa que el material del bien ofertado sea reusable y autoclavable.</p> <p>A06 CON ALEACION SEGUN DENOMINACION DIN CORRESPONDE: ACERO INOXIDABLE SEGUN LAS NORMAS, ACERO 1.4117. ACERO 1.4021. ACERO 1.4305: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la característica técnica A08, y tambien se indica algunas características del instrumental ofertado, y que se cuenta unicamente con DIN 1.4021, mas no con el resto de las normas requeridas relacionadas al material de los bienes ofertados.</p> <p>B46 DOS (02) SEPARADOR VOLKMANN 4 GARFO ROMO DE 11.5 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con separador VOLKMANN de 21.5 cm y no se especifica la medida de 11.5 cm, en este caso se requiere que los tamaños sean exactos a lo requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico.</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se</p> <p>Observa:</p> <p>B04 UNA (01) TIJERAS DE IRIS CURVA DE 10.5 CM: Se observa que en el folio 270 se puede interpretar que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>NO CUMPLE</p>

CUADRO N° 1
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2025-HNDM-1
ADQUISICIÓN DE SETS DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA CABEZA Y CUELLO - PROYECTO DE INVERSION CUI N° 2297121

CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCION	LIFETEC S.A.C.	JK MEDICAL EIRL	EMPRESA	LIMAMED S.A.C.	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C.
	E) HOJA DE PRESENTACION DEL EQUIPO/SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS (ANEXO 3)	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se observa:</p> <p>A02 ACABADO MATE: Se observa que el postor indica que los instrumentales quirurgicos tienen un acabado satinado-mate a la rueda. La caracteristica tecnica solicita que el acabado del instrumental sea mate esto para efectos de evitar el reflejo de luz dentro del acto quirurgico, el satinado-mate no cumple con esta caracteristica.</p> <p>B01 UN (01) MANGO DE BISTURI N°3 DE 12.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con mango de bisturo de 12.5 cm lo cual es mayor a lo solicitado en las especificaciones tecnicas, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico.</p> <p>B005 UNA (01) TIJERA METZENBAUM CURVA DE 15.0 CM: Se observa que el postor indica que cuenta con tijera potts de 14.5cm, lo cual es menor a lo solicitado, la cual se requiere que los tamaños sean exactos a los requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE, AUTOCALVE: Se observa que el postor sustenta el cumplimiento de la presente caracteristica tecnica para el instrumental de la marca REBSTOCK, GIMMI, GEISTER, FENTEX Y BAHADIR, mas no se precisa que los componentes de marca NACIONAL cuenten con la mencionada caracteristicas tecnica.</p> <p>B07 UNA (01) TIJERA DE IRIS CURVA DE 12.5 CM: Se observa que en el folio 319 se puede interpretar (la descripcion es en otro idioma) que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>B08 UNA (01) TIJERA DE IRIS RECTA DE 12.5 CM: Se observa que en el folio 319 se puede interpretar (la descripcion es en otro idioma) que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>B34 DOS (02) CURETA COAKLEY FINA CON MANGO GRUESO ANGULADA 30° DE 17.0 CM: Se observa que en el folio 366 el postor oferta la cureta tipo COAKLEY mas no precisa que cuente con la angulacion requerida.</p> <p>B55 DOS (02) CURETA COAKLEY FINA CON MANGO GRUESO ANGULADA 45° DE 17.0 CM: Se observa que en el folio 367 el postor oferta la cureta tipo COAKLEY mas no precisa que cuente con la angulacion requerida.</p> <p>B56 DOS (02) CURETA COAKLEY FINA CON MANGO GRUESO ANGULADA 105° DE 17.0 CM: Se observa que en el folio 368 el postor oferta la cureta tipo COAKLEY mas no precisa que cuente con la angulacion requerida.</p> <p>B64 DOS (02) ESPECULO NASAL KILLIAN DE 13.5 CM: Se observa que en el folio 376 el postor oferta el especulo nasal tipo KILLIAN de medida 140mm (14.0 cm) lo cual es mayor a lo solicitado, en este caso se requiere que los tamaños sean exactos a lo requerido puesto que de ello depende el procedimiento quirurgico que desarrollara el usuario medico.</p> <p>B85 UN (01) MARTILLO COTTLE CON BORDE PLANO Y REDONDO 300 GR DE 19 CM: Se observa que en el folio 397 el postor oferta el martillo tipo COTTLE mas no precisa que cuente con borde plano y el peso de 300 gr, asimismo difiere de la dimension requerida.</p> <p>B86 UN (01) ELEVADOR DE PERIOSTIO FREER MIXTO 4.5MM ROMO Y CORTANTE DE 19.0CM: Se observa que en el folio 398 se interpreta (la descripcion es en otro idioma) el cumplimiento de la caracteristica tecnica, sin embargo, no se cumple con las dimensiones solicitadas.</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se observa:</p> <p>A01 ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE, REUSABLE Y AUTOCALVABLE: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la caracteristica tecnica A08, y tambien se indica algunas caracteristicas del instrumental ofertado, mas no se precisa que el material del bien ofertado sea reusable y autoclavable.</p> <p>A06 CON ALEACION SEGUN DENOMINACION DIN CORRESPONDE: ACERO INOXIDABLE SEGUN LAS NORMAS, ACERO 1.4117, ACERO 1.4021, ACERO 1.4305.: Se observa que el postor presenta un documento remitido por el fabricante REDA INSTRUMENTE GMBH, en donde se señala el compromiso de cumplimiento de la caracteristica tecnica A08, y tambien se indica algunas caracteristicas del instrumental ofertado, y que se cuenta unicamente con DIN 1.4021, mas no con el resto de las normas requeridas relacionadas al material de los bienes ofertados.</p> <p>NO CUMPLE</p>	<p>Segun la evaluacion por la parte tecnica y la OEC se observa:</p> <p>B07 UNA (01) TIJERAS DE IRIS CURVA DE 12.5 CM: Se observa que en el folio 308 se puede interpretar que el postor cuenta con tijera tipo IRIS mas no precisa que sea de tipo curva.</p> <p>NO CUMPLE</p>	
6	F) COPIA REGISTRO SANITARIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE
7	G) DECLARACION JURADA ANEXO 4	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
8	H) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADA	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
9	I) PRECIO OFERTA ANEXO 6	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
	ESTADO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO		NO ADMITIDO	NO ADMITIDO