

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (03) ACELERÓGRAFOS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DEL PROYECTO CUI N°2315060: CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RDRIGUEZ DE MENDOZA, CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.

Ruc/código :	20101279635	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ELECTRONICAS S.A.	Hora de envío :	17:00:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PREGUNTA N°1

¿UPS (02) días?

Dado el escenario poco convencional del tiempo de autonomía de 2 días para el UPS indicado en la licitación, reconfirmar la autonomía requerida del mismo (de ser posible, detallar características).

PREGUNTA N°2

¿Incluye baterías y cargador?

Con respecto a las baterías y el cargador externo, ¿estos serían para el UPS o para el acelerógrafo en sí? Sea cual sea el caso, definir las características de tales elementos.

PREGUNTA N°3

¿Fuente de energía externa 12 VDC; con cargador 220 VAC?

Para el caso de la fuente de energía externa (12 vdc), ¿ésta se usará para la alimentación del acelerógrafo o para cargar las baterías? Definir el tipo, amperaje y potencia requerida para la fuente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara su consulta:

PREGUNTA N°1: por recomendaciones del IGP se confirma la de autonomía de 2 días para el UPS

PREGUNTA N°2

Con respecto a las baterías y el cargador externo, estos serían para el UPS , la bateria tiene 12VDC.

PREGUNTA N°3

Para el caso de la fuente de energía externa (12 vdc), esta se usará para la alimentación del UPS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (03) ACELERÓGRAFOS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DEL PROYECTO CUI N°2315060: CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RDRIGUEZ DE MENDOZA, CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.

Ruc/código :	20101279635	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ELECTRONICAS S.A.	Hora de envío :	17:00:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Entendemos que lo solicitado en el numeral 4.1.4 comprende exclusivamente el traslado a los almacenes de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza, los protocolos de las pruebas realizadas, brindar asistencia técnica sin costo y entrega del certificado de garantía. Favor de confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1.4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara su consulta:
El numeral 4.1.4 comprende el traslado del equipo desde los almacenes del proveedor hasta los almacenes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (03) ACELERÓGRAFOS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DEL PROYECTO CUI N°2315060: CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RDRIGUEZ DE MENDOZA, CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.

Ruc/código :	20101279635	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ELECTRONICAS S.A.	Hora de envío :	17:00:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Sesenta (60) días calendarios a partir de notificada la orden de compra.
Dada la naturaleza del equipo (alta tecnología) y su elaboración en el extranjero, ¿podría ampliarse a 100 días?, considerando dentro de los mismos los tiempos de importación y traslado de los equipos a sus instalaciones. Y de poder ampliarse el plazo, agradeceríamos reajustar las condiciones de calificación por plazo de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de selección aclara su consulta :
El plazo está calculado correctamente y responden a la necesidad del área usuaria, por lo cual el plazo de entrega se mantiene en 60 días calendarios, plazo que fue corroborado con el estudio de mercado previo a la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (03) ACELERÓGRAFOS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DEL PROYECTO CUI N°2315060: CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RDRIGUEZ DE MENDOZA, CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.

Ruc/código :	20101279635	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ELECTRONICAS S.A.	Hora de envío :	17:00:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

DICE: HABILITACIÓN

Requisitos: Acreditar la precalificación por el Instituto Geofísico del Perú.

Acreditación: Presentar copia simple del documento que acredita la precalificación por el Instituto Geofísico del Perú.

PREGUNTA N° 1 ¿A qué documento se refieren cuando indican presentar copia simple del documento que acredita la precalificación del Instituto Geofísico del Perú?

PREGUNTA N°2 ¿Es suficiente con presentar constancias de prestaciones o contratos realizados con el IGP en los últimos 8 años?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de selección aclara su consulta: Habilitación: Se refiere a que si el equipo ofertado por el proveedor no esta incluido en las fichas de evaluación del IGP contemplado en el documento dado por el IGP "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REGISTRADORES ACELEROMÉTRICOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO", de ser así, debe presentarse la ficha de evaluación del IGP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (03) ACELERÓGRAFOS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DEL PROYECTO CUI N°2315060: CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RDRIGUEZ DE MENDOZA, CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.

Ruc/código :	20101279635	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ELECTRONICAS S.A.	Hora de envío :	17:00:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Si bien la capacitación requerida es presencial, ¿podría considerarse recibir la capacitación de manera remota, brindada por los fabricantes del equipo en idioma español, soportada presencialmente por profesional capacitado de parte del proveedor?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara su consulta: La capacitación será exclusivamente presencial, la capacitación remota puede considerarse como una mejora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (03) ACELERÓGRAFOS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DEL PROYECTO CUI N°2315060: CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RDRIGUEZ DE MENDOZA, CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.

Ruc/código :	20555583452	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	19:59:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para el punto de Capacidad de conectividad que indica , puerto ethernet con interface usuario via Web para el control, configuración y descarga de datos., solicitamos atentamente SI aceptaria que el control, configuración y descarga de datos sea mediante Software de Fabricante totalmente gratuito y sin cargos por actualizaciones futuras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara: Por recomendaciones del IGP, solo se aceptan puerto Ethernet con interfaz usuario vía web para el control, configuración y descarga de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (03) ACELERÓGRAFOS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DEL PROYECTO CUI N°2315060: CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RDRIGUEZ DE MENDOZA, CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.

Ruc/código :	20555583452	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	19:59:51

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

De capacidad Legal-Habilitacion se indica: "Acreditar la Precalificación por el Instituto Geofisico del Perú"-Presentar copia simple del documento que acredita la precalificación por el Instituto Geofisico del Perú.
Solicitamos amablemente se permita presentar carta simple de recomendación del IGP hacia nuestra representada considerando que en el pasado inmediato hemos suministrado al IGP equipos similares a los especificados en las bases de este procedimiento y que dan cumplimiento a la norma E030

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara su consulta: Se refiere a que si el equipo ofertado por el proveedor no esta incluido en las fichas de evaluación del IGP contemplado en el documento dado por el IGP "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REGISTRADORES ACELEROMÉTRICOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO", de ser así, debe presentarse la ficha de evaluación del IGP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (03) ACELERÓGRAFOS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DEL PROYECTO CUI N°2315060: CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RDRIGUEZ DE MENDOZA, CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.

Ruc/código :	20555583452	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	19:59:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Favor de acalarar a que se refieren con Asistencia tecnica sin costo y su alcance y si no se contrapone con el numeral 4.2 literal 4.2.2

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.1 Y 4.2 **Literal:** 4.1.4 Y 4. **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara: Se refiere al soporte técnico, capacitación y/o entrenamientos por parte del personal capacitado del proveedor al personal de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (03) ACELERÓGRAFOS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DEL PROYECTO CUI N°2315060: CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RDRIGUEZ DE MENDOZA, CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.

Ruc/código :	20555583452	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	19:59:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos atentamente Favor de aclarar a que se refiere con "Traslado realizado por el departamento de Servicio Técnico del proveedor".

De manera regular las entregas las realiza nuestra compañía de mensajería

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** 4.1.4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara: El numeral 4.1.4 comprende el traslado del equipo desde los almacenes del proveedor hasta los almacenes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (03) ACELERÓGRAFOS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DEL PROYECTO CUI N°2315060: CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RDRIGUEZ DE MENDOZA, CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.

Ruc/código :	20555583452	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	19:59:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
Solicitamos atentamente favor de aclarar cual es el periodo de tiempo en que se realizara el 100% del pago después de otorgada la conformidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.4 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección aclara: Que el pago se procede según lo establecido en el capítulo III, numeral 3.8 de las bases integradas (Pag. 11)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE (03) ACELERÓGRAFOS PARA EL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DEL PROYECTO CUI N°2315060: CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS SISMORESISTENTES Y ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RDRIGUEZ DE MENDOZA, CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS.

Ruc/código :	20555583452	Fecha de envío :	07/05/2024
Nombre o Razón social :	SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	19:59:51

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se indica "Se concideran bienes similares a los siguientes: Simógrafo, monitor de vibraciones, vibrador electrodinámico" Solicitamos amablemente se incluyan como bienes similares a Acelerografo, Acelerometro y Sismometro, lo anterior considerando el caracter de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 y 3.2 Literal: 5.1 y B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara: Se considera como bienes similares: Acelerómetro y Sismómetro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Acelerómetro y Sismómetro