

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACION Y CALIFICACION PARA LA CONTRATACION PARA LA ADQUICION DE 07 UNIDADES DE MICROSCOPIO BINOCULAR, PARA ATENCION DE AFILIADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD PACIFICO SUR.

En Nuevo Chimbote, a los 22 días del mes de agosto del año 2024, en el local de la Oficina de Seguro Integral de Salud, a las 10.00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante FORMATO N°4-AS9-2024 el 12 de julio del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 011-2024-RSPS ADQUISICION DE 07 UNIDADES DE MICROSCOPIO BINOCULAR , PARA ATENCION DE AFILIADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD EN LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR.

SOBRE EL QUORUM DE LOS MIEMBROS PARTICIPANTES:

Presidente	LIC. ADM. ALEJANDRO MARIA ARANDA ROSALES	Titular		Dependencia:	UNIDAD DE LOGISTICA
		Suplente	X		
Primer Miembro	LIC.ENF. ISABEL ZEÑA QUISPE	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
		Suplente			
Segundo Miembro	BLG. DALYS ROSA ZAPATA SAMANAMU DE ALARCO	Titular	X	Dependencia:	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
		Suplente			

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES:

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
1	Proveedor con RUC	10086089063	CABELLO CORAL JULIO ANTONIO
2	Proveedor con RUC	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.
3	Proveedor con RUC	20100329205	H.W.KESSEL S.A.C.
4	Proveedor con RUC	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL
5	Proveedor con RUC	20270485015	IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L
6	Proveedor con RUC	20438551825	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.
7	Proveedor con RUC	20451829913	DBG SOLUCIONES S.A.C
8	Proveedor con RUC	20482547134	TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.
9	Proveedor con RUC	20493132416	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.
10	Proveedor con RUC	20508282398	DIGISCOPE SAC

Handwritten signature and stamp:
 ONI. 31772320

11	Proveedor con RUC	20537118041	ALPETERHOFF & CO S.A.C
12	Proveedor con RUC	20537139120	DELTALAB PERU S.A.C.
13	Proveedor con RUC	20541679627	COORPORACION DEL ROSARIO S.A.C.
14	Proveedor con RUC	20541720287	UNION TECNOLOGICA DEL NORTE S.A.C.
15	Proveedor con RUC	20549591176	SOLUCIONES MEDICAS MACI E.I.R.L.
16	Proveedor con RUC	20550161606	TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A.C.
17	Proveedor con RUC	20556662887	ALYTECH MEDIC S.A.C.
18	Proveedor con RUC	20557788841	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.
19	Proveedor con RUC	20565911920	ASECO PERU S.A.C.
20	Proveedor con RUC	20600989988	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.
21	Proveedor con RUC	20601325153	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.
22	Proveedor con RUC	20605046127	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.
23	Proveedor con RUC	20606384409	CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.
24	Proveedor con RUC	20606507250	CONSATEK MEDICAL S.A.C.
25	Proveedor con RUC	20608422499	PROVEMED S.A.C.
26	Proveedor con RUC	20609406349	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
27	Proveedor con RUC	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.

DETALLE DE LOS POSTORES:

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través del SEACE sus ofertas.

No. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	ADQUISICION DE 7 UNIDADES DE MICROSCOPIO BINOCULARES, PARA ATENCION DE AFILIADOS AL SIS EN LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR.			
20482547134	TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.	09/08/2024	15:57:36	Electronico
20600989988	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	09/08/2024	17:38:27	Electronico
20541679627	COORPORACION DEL ROSARIO S.A.C.	09/08/2024	18:42:03	Electronico
20541720287	UNION TECNOLOGICA DEL NORTE S.A.C.	09/08/2024	21:28:42	Electronico
20608422499	PROVEMED S.A.C.	09/08/2024	22:25:10	Electronico

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten por lo que no se les aplicara los factores de evaluación.

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	1.- ANEXO N.º 6 PROPUESTA ECONOMICA A SUMA ALZADA; el postor presenta dos anexos n° 6 a precios unitarios y a suma alzada en ese sentido la Entidad ha definido que el proceso de selección requiere el sistema de contratación a SUMA ALZADA, por lo que es en la medida en la que se tienen definidas las cantidades, magnitudes y calidades para la adquisición del bien; y en este caso el postor se obliga a cumplir con el integro de los bienes necesarios para cumplir la adquisición que solicita la Entidad, en el plazo y en el monto señalado en su oferta. Por lo que la presente oferta no queda ADMITIDA. Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución N.º 0411-2023-TCE-S4 2.- Así mismo no cumple las Especificaciones Técnicas del área usuaria conforme el anexo cuadro N°001 – adjunto.
2	UNION TECNOLOGICA DEL NORTE S.A.C.	1.- En el ANEXO N°4 DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA, el postor no especifica correctamente si el tiempo de entrega son días calendarios, creando así una incongruencia al comité de selección al momento de formalizar el contrato el cual puede acarrear a

Puc

 01.31/772320

		un arbitraje en caso el portor indique lo contrario. Así mismo el comité no va a deliberar a que se refiere el postor ni interpretar su propuesta. 2.- Así mismo no cumple las Especificaciones Técnicas del área usuaria conforme el anexo cuadro N°001 – adjunto.
3	COORPORACION DEL ROSARIO S.A.C.	1.- No cumple las Especificaciones Técnicas del área usuaria conforme el anexo cuadro N°001 – adjunto.
4	TECNOLOGIA Y MATERIALES PARA LABORATORIOS S.A.C.	1.- No cumple las Especificaciones Técnicas del área usuaria conforme el anexo cuadro N°001 – adjunto.

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACION

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	PROVEMED S.A.C.	UNICO

EVALUACION DE LAS OFERTAS

Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta
PROVEMED S.A.C.	82,600.00

PUNTAJE DE LAS OFERTAS

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	PROVEMED S.A.C.
FACTORES	PUNTAJES
PRECIO	90.00 PUNTOS
GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	10.00 PUNTOS
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJE	100.00 PUNTOS

PUNTAJE FINAL CON BONIFICACION:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PTJE	5 % REMYPE	10% Pro. Col.	PUNTAJE TOTAL
1	PROVEMED S.A.C.	100	5	0	105.00

RESULTADOS DE LA EVALUACION

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	PROVEMED S.A.C. con RUC N° 20608422499	105.00

RESULTADOS DE LA CALIFICACION

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor PROVEMED S.A.C. con RUC N° 20608422499 obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple con los requisitos establecidos en las bases.

[Firma manuscrita]
DHI-31772320

Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE FINAL
1	PROVEMED S.A.C. con RUC N° 20608422499	105.00

ACUERDO ADOPTADO

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DAN CUENTA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL POSTOR PROVEMED S.A.C. con RUC N.º 20608422499 SOBRE PASA EL VALOR ESTIMADO PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, habiendo recibido una propuesta por S/ 82, 600.00 (Ochenta y dos mil seis cientos con 00/100 soles); en ese sentido se va a proceder conforme al Art. 68 del Reglamento de la Ley N.º 30225. NUMERAL "68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud. En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor." Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N.º 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

[Firma]
DNI-31772320

[Firma]
17854669



CUADRO N°001 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL AREA USUARIA

AS-SM-11-2024-RSPS-CS-1


ADQUISICION DE 07 UNIDADES DE MICROSCOPIO NIMOCULAR , PARA ATENCION DE AFILIADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD EN LA JURISDICCION DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR

N°	ESPECIFICACIONES TECNICAS INICIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES INTEGRADAS	NOMBRE O RAZON SOCIAL				
			CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	CORSARIO SAC	UNION TECNOLOGICA DEL NORTE SAC	TECNOLOGICA Y MATERIALES PARA LABOATORIOS SAC	PROVEMED SAC
1	Optica con sistema de corrección de color y al infinito	Óptica con sistema de corrección al infinito	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	Controles de enfoque macro y micrométrico coaxiales dispuestos en ambos lados , de altura fija para	Controles coaxiales macro y micrométrico dispuestos en ambos lados	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	Revólver portaobjetivos cuádruple con inclinación al interior	Revolver porta objetivos cuádruple con inclinación al interior	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	Platina graduada sin cremallera 140 x 135 mm , con desplazamiento en cruz X-Y (75 X 40 mm) accionado por vástago	Tamaño de la platina graduada 145 x 130 mm o mayor, con desplazamiento en cruz X-Y 76 x 52 mm o mayor	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	• NO CUMPLE con las siguientes especificaciones técnicas en la documentación adjunta	SI CUMPLE
5	Pinza sujeta láminas	Pinza sujeta doble láminas como mínimo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6	Escala de vernier en alto contraste	Escala de vernier en alto contraste	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7	Control regulable de intensidad de iluminación	Control regulable de intensidad de iluminación	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8	Tubo de observación binocular 25°/ 20° giratorio 360°	Tubo de observación binocular 25°/20° o 30° giratorio 360°	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
9	Ajuste de distancia interpupilar (48 a 75 mm) y de altura de visión (370 a 410 mm)	Ajuste de distancia interpupilar 50-75 mm como mínimo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE - En la evaluación integral realizada a la oferta por el comité de selección se puede evidenciar en la sustentación de cumplimiento de las especificaciones técnicas (folio 14) ciertas diferencias con respecto a la información brindada por la página web de la marca: https://www.bestscope.net/bs-2052b-biological-microscope/ y además genera incongruencia en la especificación técnica: AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR 50-75 mm COMO MINIMO , ya que en el catálogo de la oferta presentada dice INTERPUPILAR 50-78 mm y en la página web dice : INTERPUPILAR 47 – 78 mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE
10	Tratamiento antifúngico	Tratamiento antifúngico de los objetivos	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
11	Condensador Abbe 0.9/ 1.25 precentrado (Fixed Koehler)	Condensador Abbe 1.25 precentrado	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
12	Lámpara LED , luz blanca de 5600 k , de larga duración	Iluminación lámpara LED, sistema de iluminación Koehler	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
13	2 oculares de campo ancho PL 10 x / 20 mm , ambos enfocables y con ajuste de dioptrías , protectores de goma para portadores de gafas y puntero incluido dentro de un ocular	2 oculares de campo ancho 10x/20 mm, dioptría unilateral como mínimo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
14		Protectores de goma para portadores de gafa y puntero incluido dentro de un ocular	•NO CUMPLE y no se evidencia la siguiente técnica en la documentación adjunta	•NO CUMPLE y no se evidencia la CONDICIÓN de la siguiente técnica en la documentación adjunta a su oferta: PARA PORTADORES DE GAFAS	SI CUMPLE	•NO CUMPLE - no se evidencia la siguiente especificación técnica en la documentación adjunta	SI CUMPLE
15	Objetivo iplan - Achromat 4X/0.10, DT 30.7 mm	Objetivo plan acromático o superior 4x/0.10, DT 12.1 mm	•NO CUMPLE - No sustenta en la documentación adjunta a su oferta las aperturas numéricas de los objetivos (0.10)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	•NO CUMPLE con la técnica requerida de DISTANCIA DE TRABAJO (DT) de cada objetivo, el postor presenta documentación donde se evidencia otra distancia de trabajo (DT) en todos los objetivos	SI CUMPLE
16	Objetivo iplan - Achromat 10X/0.25, DT 17.5 mm	Objetivo plan acromático o superior 10x/0.25, DT 2.1 mm	•NO CUMPLE - No sustenta en la documentación adjunta a su oferta las aperturas numéricas de los objetivos (0.25)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	•NO CUMPLE con la técnica requerida de DISTANCIA DE TRABAJO (DT) de cada objetivo, el postor presenta documentación donde se evidencia otra distancia de trabajo (DT) en todos los objetivos	SI CUMPLE



Handwritten signature and date: 02/02/2024

17	Objetivo iplan - Achromat 40X/0.65, DT 0.66 mm	Objetivo plan acromático o superior 40x/0.65, DT 0.58 mm	<p>•NO CUMPLE - No sustenta en la documentación adjunta a su oferta las aperturas numéricas de los objetivos (0.65)</p> <p>•NO CUMPLE con la técnica requerida (OBJETIVO PLAN ACROMATICO O SUPERIOR 40X/0.65, DT 0.58 mm), donde se evidencia otra distancia de trabajo (DT)</p>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	<p>•NO CUMPLE con la técnica requerida de DISTANCIA DE TRABAJO (DT) de cada objetivo, el postor presenta documentación donde se evidencia otra distancia de trabajo (DT) en todos los objetivos</p>	SI CUMPLE
18	Objetivo iplan - Achromat 100X/1.25, retractil de inmersión DT 0.27 mm	Objetivo plan acromático o superior 100x/1.25, DT 0.19 mm	<p>•NO CUMPLE - No sustenta en la documentación adjunta a su oferta las aperturas numéricas de los objetivos (1.25)</p> <p>•NO CUMPLE - En la evaluación integral realizada a la oferta por el comité de selección se puede evidenciar una incongruencia en la especificación técnica (OBJETIVO PLAN ACROMATICO O SUPERIOR 100X/1.25, DT 0.19 mm), la cual en el folio 18 indica una distancia de trabajo (DT O WD) de 0.1 mm y en el folio 23 una distancia de trabajo de 0.19 mm</p>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	<p>•NO CUMPLE con la técnica requerida de DISTANCIA DE TRABAJO (DT) de cada objetivo, el postor presenta documentación donde se evidencia otra distancia de trabajo (DT) en todos los objetivos</p>	SI CUMPLE
19	Asa agarradera en la parte posterior del estativo que permite alzar el microscopio con facilidad	Agarradera en la parte posterior del estativo que permite alzar el microscopio con facilidad	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
20	Frasco de aceite de inmersión Zeiss	Frasco de aceite de inmersión de acuerdo al fabricante	SI CUMPLE	<p>•NO CUMPLE - En las bases integradas, se especifica que las especificaciones técnicas se tienen que sustentar en: folletos, catálogos y manuales del fabricante. El accesorio (FRASCO DE ACEITE DE INMERSION DE ACUERDO AL FABRICANTE) solo ha sido sustentado en una declaración jurada.</p>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
21	Funda protectora	Funda protectora	SI CUMPLE	<p>• NO CUMPLE - En las bases integradas, se especifica que las especificaciones técnicas se tienen que sustentar en: folletos, catálogos y manuales del fabricante. El accesorio (FUNDA PROTECTORA) solo ha sido sustentado en una declaración jurada.</p>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
22	Manual de instrucciones	Manual de instrucciones	SI CUMPLE	<p>•NO CUMPLE - En las bases integradas, se especifica que las especificaciones técnicas se tienen que sustentar en: folletos, catálogos y manuales del fabricante. El accesorio (MANUAL DE INSTRUCCIONES) solo ha sido sustentado en una declaración jurada.</p>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	RESULTADO		OFERTA NO ADMITIDA	OFERTA NO ADMITIDA	OFERTA NO ADMITIDA	OFERTA NO ADMITIDA	OFERTA ADMITIDA



 PUNTA

 3172320