

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-HAS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN SESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	29/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	19:59:52

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pág. 17 literal g) hacen mención copia a color nítida y legible u original de los documentos técnicos sustentatorios del equipo a sesión de uso. Se adjuntará, catálogos, manuales, folletos carta e fabricante u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos al modelo del equipo que se esta ofertando. En caso de una especificación técnicas que no figure en los catálogos o manuales o folletos podrá especificarlo mediante una declaración jurada firmada por el fabricante o dueño de la marca. Deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. Al respecto es preciso señalar que en ciertas ocasiones la información técnica que sustenta el cumplimiento de las características técnicas de los productos no se encuentra en los catálogos, manuales, folletos, cartas insertos o instructivos del producto sino en los documentos denominados Declaración Jurada del Fabricante Real y/o Fabricante Legal y/o Dueño de la Marca y/o Filial Autorizada. En tal sentido por lo antes expuesto agradeceremos al Comité Especial se sirva aceptar como documento sustentatorio de las características técnicas de los productos y equipos a ofertar la presentación de una Declaración Jurada del Fabricante Real y/o Fabricante Legal y/o Dueño de la Marca y/o Filial Autorizada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, el cual será modificado en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-HAS-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN SESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	29/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	19:59:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el ítem 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta literal h) cuadro comparativo (EQUIPO DE SESION EN USO) entre lo solicitado por la entidad según especificaciones técnicas del Capítulo III de las bases administrativas, y lo ofertado por el postor, evidenciando cumplimiento de dichos requerimientos. (ANEXO ¿ 11), se solicita al comité especial en coordinación con el área usuaria aclarar si el ANEXO solicitado por la entidad es el ANEXO ¿ 12, no existiendo el ANEXO ¿ 11 en las bases administrativas.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 2.2.1.1

Literal: h

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, el cual será modificado en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-HAS-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN SESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	29/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	19:59:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el ítem 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta literal h) cuadro comparativo (EQUIPO DE SESION EN USO) entre lo solicitado por la entidad según especificaciones técnicas del Capítulo III de las bases administrativas, y lo ofertado por el postor, evidenciando cumplimiento de dichos requerimientos. no detallando las características mínimas a sustentar en el cuadro comparativo. En ese sentido, se solicita al comité técnico que precise si los requisitos mínimos a sustentar sean, TIPO METODOLOGÍA, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICAS Y MUESTRA; además, si al ser características específicas del equipo a ofertar, estas puedan ser sustentadas con la presentación de Declaración Jurada del Fabricante Real y/o Fabricante Legal y/o Dueño de la Marca y/o Filial Autorizada con la firma (física o electrónica) correspondiente del emisor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta el cual sera modificada en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-HAS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN SESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	19:06:14

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En cuanto al reactivo de Chagas dice:  
En empaque de 100 pruebas  
Limitar a una unica presentacion limita la participacion de postores, ademas que presentaciones mas pequeñas ayudan a salvaguardar la estabilidad del reactivo  
Solicitamos al comite de seleccion en coordinacion con el usuario AMPLIAR el requemiento a empaque de 50 o 100 determinaciones paa NO IMPEDIR la participacion de postores

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 2 ley de contataciones con el estado inciso a libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación, el cual será modificado en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-HAS-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN SESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	19:06:14

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En cuanto al equipo en cesion en uso dice:  
135 tubos primarios a bordo minimo  
tomando en cuenta que el requerimiento anual es de 1200 pruebas por cada analito, lo cual corresponde entre 3 y 4  
pacientes diariamente, este requerimiento esta sobredimensionado  
Solicitamos al comite de seleccion en coordinacion con el usuario AMPLIE el requeimiento a 40 a mas posiciones de  
muestras para no impedir la participacion de postores y aumentar costos de manera innecesaria

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 ley de contataciones con el estado inciso a libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, ya que la cantidad solicitada no es  
anual, es para dos meses, por lo que se necesita un equipo de mayor capacidad por la afluencia de pacientes, por lo que  
debe regirse a lo que se indica en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-HAS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN SESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	19:06:14

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

En cuanto a la experiencia del postor dice:  
Reactivos para banco de sangre  
Este requerimiento limita la participacion de postores al ser restrictivo, lo cual viola la libertad de concurrencia  
Solicitamos amblemente al comite de seleccion en coordinacion con el usuario AMPLIE el requerimiento a experiencia en banco de sangre y/o inmunologia

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 2 ley de contataciones con el estado inciso a libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, por lo que debe regirse a lo que se indica en las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null