

<b>FORMATO N° 11</b> <b>ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:</b> <b>BIENES</b> <b>(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)</b>																																																																										
<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	ACTA N°04-COMITE DE SELECCION-AS HOMOLOGACION N°03-2024-GERESA/LL-1																																																																								
<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> <p>En, Trujillo, a los 12 días del mes de setiembre del año 2024, en el local de la GERESA LA LIBERTAD, a las 13:40 horas, se reunieron los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN designados mediante FORMATO N°04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – HOMOLOGACIÓN N° 03-2024-GERESA/LL-1 , cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICION DE INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE DE LA IOARR CON CUI N° 2571358 "ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, HEMOGLOBINOMETRO, INCUBADORA DE TRANSPORTE Y INCUBADORA DE TRANSPORTE; EN EL(LA) EESS EL PALLAR - HUAMACHUCO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>																																																																									
<b>3</b>	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> <p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Presidente</td> <td style="width: 30%;">BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS</td> <td style="width: 10%;">Titular</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Dependencia:</td> <td style="width: 20%;">UTF ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro</td> <td>ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ</td> <td>Titular</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Dependencia:</td> <td>OFICINA DE PLANIFICACIÓN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro</td> <td>ING. DAVID LUNA GRANDEZ</td> <td>Titular</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Dependencia:</td> <td>OFICINA DE PLANIFICACIÓN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Presidente	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	Titular		Dependencia:	UTF ABASTECIMIENTO			Suplente	X			Primer Miembro	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN			Suplente				Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN			Suplente																																				
Presidente	BR. JAVIER ALEJANDRO CRUZ LLATAS	Titular		Dependencia:	UTF ABASTECIMIENTO																																																																					
		Suplente	X																																																																							
Primer Miembro	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN																																																																					
		Suplente																																																																								
Segundo Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN																																																																					
		Suplente																																																																								
<b>4</b>	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b> <p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 60%;">Nombre o razón social del participante</th> <th style="width: 35%;">RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ALBUJAR MEDICA S.A.C.</td><td>20130329471</td></tr> <tr><td>2</td><td>MEDELCO SRL</td><td>20208310730</td></tr> <tr><td>3</td><td>TECNI - MED.SYSTEM. S.A.</td><td>20340116055</td></tr> <tr><td>4</td><td>ENRAF MEDICA E.I.R.L.</td><td>20415716754</td></tr> <tr><td>5</td><td>EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>20447790999</td></tr> <tr><td>6</td><td>BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.</td><td>20493132416</td></tr> <tr><td>7</td><td>VITALTEC S.A.C.</td><td>20501645517</td></tr> <tr><td>8</td><td>DRAEGER PERU S.A.C.</td><td>20538597121</td></tr> <tr><td>9</td><td>GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C</td><td>20545804795</td></tr> <tr><td>10</td><td>MEDSTEP PERU S.A.C.</td><td>20553285101</td></tr> <tr><td>11</td><td>R &amp; M ELECTROMEDICA S.R.L.</td><td>20556514004</td></tr> <tr><td>12</td><td>ALMACENES MEDICOS PERUANOS E.I.R.L.</td><td>20557005677</td></tr> <tr><td>13</td><td>VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.</td><td>20601325153</td></tr> <tr><td>14</td><td>ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.</td><td>20602703003</td></tr> <tr><td>15</td><td>VPM PROVEEDORES S.R.L.</td><td>20602922597</td></tr> <tr><td>16</td><td>SAINT INDUSTRY E.I.R.L.</td><td>20603346344</td></tr> <tr><td>17</td><td>CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.</td><td>20603355289</td></tr> <tr><td>18</td><td>GRUPO SILVAMEDIC S.A.C.</td><td>20604160414</td></tr> <tr><td>19</td><td>ALPERU SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA S.A.C.</td><td>20605791744</td></tr> <tr><td>20</td><td>HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.</td><td>20606042044</td></tr> <tr><td>21</td><td>CORPORACION MDS S.A.C.</td><td>20607801275</td></tr> <tr><td>22</td><td>NIMAT MEDICAL S.A.C.</td><td>20608071521</td></tr> </tbody> </table>					N°	Nombre o razón social del participante	RUC	1	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471	2	MEDELCO SRL	20208310730	3	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055	4	ENRAF MEDICA E.I.R.L.	20415716754	5	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20447790999	6	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	20493132416	7	VITALTEC S.A.C.	20501645517	8	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121	9	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795	10	MEDSTEP PERU S.A.C.	20553285101	11	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004	12	ALMACENES MEDICOS PERUANOS E.I.R.L.	20557005677	13	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153	14	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003	15	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597	16	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344	17	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289	18	GRUPO SILVAMEDIC S.A.C.	20604160414	19	ALPERU SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA S.A.C.	20605791744	20	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044	21	CORPORACION MDS S.A.C.	20607801275	22	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521
N°	Nombre o razón social del participante	RUC																																																																								
1	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471																																																																								
2	MEDELCO SRL	20208310730																																																																								
3	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055																																																																								
4	ENRAF MEDICA E.I.R.L.	20415716754																																																																								
5	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20447790999																																																																								
6	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	20493132416																																																																								
7	VITALTEC S.A.C.	20501645517																																																																								
8	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121																																																																								
9	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795																																																																								
10	MEDSTEP PERU S.A.C.	20553285101																																																																								
11	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004																																																																								
12	ALMACENES MEDICOS PERUANOS E.I.R.L.	20557005677																																																																								
13	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20601325153																																																																								
14	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003																																																																								
15	VPM PROVEEDORES S.R.L.	20602922597																																																																								
16	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344																																																																								
17	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289																																																																								
18	GRUPO SILVAMEDIC S.A.C.	20604160414																																																																								
19	ALPERU SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA S.A.C.	20605791744																																																																								
20	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044																																																																								
21	CORPORACION MDS S.A.C.	20607801275																																																																								
22	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521																																																																								
<b>5</b>	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b>																																																																									



<b>FORMATO N° 11</b> <b>ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:</b> <b>BIENES</b> <b>(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)</b>			
En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad sus ofertas en sobre cerrado:			
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	6/09/2024	16:29:22
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	6/09/2024	17:53:29
3	DRAEGER PERU S.A.C.	6/09/2024	18:03:04
4	MEDSTEP PERU S.A.C	6/09/2024	18:03:44
5	NIMAT MEDICAL S.A.C.	6/09/2024	19:58:05
6	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	6/09/2024	23:41:29
<b>6</b>	Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.		
<b>7</b>	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b> De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	
1	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	NO ACREDITA QUE EL ISO 13485 SEA DEL EQUIPO PROPUESTO	
2	NIMAT MEDICAL S.A.C.	NO ACREDITA QUE EL ISO 13485 SEA DEL EQUIPO PROPUESTO	
3	CPB MEDICAL S.A.C.	NO ACREDITA QUE EL ISO 13485 SEA DEL EQUIPO PROPUESTO	
4	DRAEGER PERU S.A.C.	NO CUMPLE, EL CERTIFICADO ES PARA EL MODELO TI-500-1 Y TI-500-1C, PERO EN EL REGISTRO SANITARIO Y FORMATO N° 1, PRESENTAN EL MODELO: TI500 ISOLETTE (TRANSPORT INCUBATOR 500) NO ACREDITA QUE EL ISO 13485 SEA DEL EQUIPO PROPUESTO	
5	MEDSTEP PERU S.A.C.	NO ACREDITA QUE EL ISO 13485 SEA DEL EQUIPO PROPUESTO	
<b>8</b>	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b> De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula	
1	TECNI-MED.SYSTEM. S.A.	INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE	
<b>9</b>	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>		
<b>9.1</b>	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>		
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	TECNI-MED.SYSTEM. S.A.	892,000.00	89.74%
<b>9.2</b>	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b> La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.		
<b>10</b>	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b> COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		



**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**BIENES**  
**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	100 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos


11	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	TECNI-MED.SYSTEM. S.A.	105

**Nota.-** En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

12	<b>CALIFICACIÓN</b>			
	Luego de culminada la evaluación, el <u>COMITÉ DE SELECCIÓN</u> determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:			
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
		A CAPACIDAD LEGAL		
		A.1 HABILITACIÓN	X	
		B EXPERIENCIA DEL POSTOR		
		B.1 FACTURACIÓN	X	
		C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
		C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	
12.3	<b>DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
	La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.			

13	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b>	
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	TECNI-MED.SYSTEM. S.A.

14	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>
	Los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

15	
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO 1							
CUADRO N° 1 - EVALUACIÓN DE OFERTAS AS 04-2024-GRESEA/C5-1-ITEM 1							
	ADmisIÓN DE OFERTA	ALBUJAR MEDICA S.A.C	NIMAT MEDICAL S.A.C.	TECNI-MED-SYSTEM S.A.	CPB MEDICAL S.A.C.	DRAEGER PERU S.A.C	MEDSTEP PERU S.A.C
A.	Documentación de presentación obligatoria Documentos para la admisión de la oferta Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presente ANEXO N° 1	Presente ANEXO N° 1	Presente ANEXO N° 1	Presente ANEXO N° 1	Presente ANEXO N° 1	Presente ANEXO N° 1
a)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento válido, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presente Sustento	Presente Sustento	Presente Sustento	Presente Sustento	Presente Sustento	Presente Sustento
b)		Presente Sustento	Presente Sustento	Presente Sustento	Presente Sustento	Presente Sustento	Presente Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presente ANEXO N° 2	Presente ANEXO N° 2	Presente ANEXO N° 2	Presente ANEXO N° 2	Presente ANEXO N° 2	Presente ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1. del Consorcio. (Anexo N° 3)	Presente ANEXO N° 3	Presente ANEXO N° 3	Presente ANEXO N° 3	Presente ANEXO N° 3	Presente ANEXO N° 3	Presente ANEXO N° 3
e)	El postor debe detallar en el precio su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias.	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION
f)	FORMATO N° 01 "Hoja de Presentación del Equipo / Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas" El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la Entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N° 01 "Hoja de Presentación del Equipo / Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas". Adjuntará copia de la documentación de uso y operación, manual de servicio técnico, folletos, data sheets o brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelos de las partes correspondiente al cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas y suscrites por el representante legal. La propuesta del postor debe indicar el sellado en el formato N° 01, indicando claramente el número de folio(s) que sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada. Para el cumplimiento de la FICHA de Homologación y Anexo Ficha de Homologación que conforma la oferta deberá adjuntar el Modelo de declaración con los datos de los equipos declarados, así como las características técnicas de los mismos, de acuerdo con los requisitos técnicos mencionados, son: 01.02.03.04.05.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16. 17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31 y 32. Para el caso de características técnicas que no se encuentren en manuales, folletos brochure, data sheets y/o catálogo del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características. Se precisa que, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en la Ficha de Homologación y el Anexo Ficha de Homologación que conforma la oferta deberán estar firmados por el representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y en caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin, en caso de persona natural, por éste o su apoderado.	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION
	Certificado de Seguridad Eléctrica: UI, AMM, NPA, IEC, EN, CSA e NTP IEC 60601-1:2010. Equipos Médicos Eléctricos Cualquiera de certificados emitido por institución competente. Los equipos que utilicen energía eléctrica deberán cumplir con lo normado en el Código Nacional de Electricidad (CNE), el Reglamento de Instalaciones eléctricas (RIE) y el Reglamento de Instalaciones eléctricas especiales (RIESE). En la etapa de entrega/recepción de los equipos, el comité de recepción realizará la inspección técnica respectiva.	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	NO CUMPLE EL CERTIFICADO ES PARA EL MODELO SANTANDER FORMATO N° 1 PRESENTAR EL MODELO: 1500 ISOLETTE (TRANSPORT INCUBATOR 500)	PRESENTA DOCUMENTACION
	Copia del Certificado ISO 13485 Medical devices-Quality Management systems requirements for regulatory purposes; o NTP-ISO 13485 Dispositivos Médicos. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos para propósitos regulatorios. 2° Edición, o equivalente. El certificado deberá estar referido (licencia) a uno o más de las siguientes fases productivas: al diseño, desarrollo, fabricación, investigación en el campo del equipo propuesto.	NO ACREDITA QUE EL ISO 13485 SEA DEL EQUIPO PROPUESTO	NO ACREDITA QUE EL ISO 13485 SEA DEL EQUIPO PROPUESTO	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	NO ACREDITA QUE EL ISO 13485 SEA DEL EQUIPO PROPUESTO	NO ACREDITA QUE EL ISO 13485 SEA DEL EQUIPO PROPUESTO
	Copia simple de la Resolución de autorización de registro sanitario o certificado de registro sanitario del bien ofertado, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificaciones (Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios) Vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor y otros, que describa el producto ofertado. En la entrega/recepción de los equipos, el comité de recepción verificará la vigencia, a la fecha de entrega de los equipos, del certificado o registro sanitario emitido por la DIGEMID.	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION
g)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION
h)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dicha obligación. (Anexo N° 5).	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
i)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. Los precios unitarios con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTA DOCUMENTACION
ITEM 1							
1.- INCUBADORA DE TRANSPORTE		MARCA: FANEM, MODELO: IT 15H TS		MARCA: DAVID, MODELO: TI-2000		MARCA: ADVANCED, MODELO: A315H	
ESPECIFICACIONES						MARCA: DRÄGER, MODELO: T1500 ISOLETTE (TRANSPORT INCUBATOR 500)	



1	COCHE	CON RUEDAS Y ALTURA AJUSTABLE.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
2	PUÑOS (RECEPTÁCULO) PARA EL SOPORTE DE INYECCIÓN	LOCALIZADO FUERA DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO HABITUAL DEL EQUIPO O COPIADO DE MATERIAL METÁLICO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
3	ACCESORIOS PARA MANOS E INTUBACIÓN	CON DISEÑO O MÁS BENTANAS O PUERTAS DE ACCESO PARA MANOS Y UNA (O) VENTANA O PUERTA EN LA CABECERA PARA INTUBAR		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE UNIDAD VENTANA O PUERTA EN LA CABECERA PARA INTUBAR	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE UNIDAD VENTANA O PUERTA EN LA CABECERA PARA INTUBAR	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE UNIDAD VENTANA O PUERTA EN LA CABECERA PARA INTUBAR
4	ACCESO PARA TUBOS	PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA, CIRCUITO PACIENTE U OTROS		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE SEA PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE SEA PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE SEA PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA
5	DOBLE PARED O SISTEMA QUE EVITE CAMBIOS DE TEMPERATURA EN EL MEDATO	SI		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
6	NIVEL DE RUIDO	MEJOR A 60 DB		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
CONTROL/MONITOREO DE TEMPERATURA								
7	CONTROL Y MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE AIRE	AJUSTABLE DE 30°C O MENOS A 30° O MÁS		NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE EL MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE AIRE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
8	CONTROL DE MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE PIEL	SI		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
9	LECTURA DIGITAL DE TEMPERATURA	SI		NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE LA LECTURA SEA DIGITAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
10	SEÑALIZADOR DE CARGA DE BATERÍA	SI		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
11	TIPO DE CONTROL	PASIVO O SERVOCONTROLADO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
ALARMAS								
12	DE ALARMA TEMPERATURA (LÍMITE DE SEGURIDAD)	SI		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
13	DE FALLA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN O CIRCULACIÓN DE AIRE	SI		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
14	DE BATERÍA BAJA V/O FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	SI		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
15	DE FALLA DEL SENSOR	SI		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
COMPONENTES (INCORPORADOS O INTEGRADOS A LA INCUBADORA)								
16	ANALIZADOR O MONITOR DE CRECIMIENTO AMBIENTAL (VOR NOTA 1)	SI		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
17	PULSÓMETRO	CON DISEÑO QUE PERMITA RECONSTRUIR EL MOVIMIENTO Y PARA REGISTRAR CON TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN DE SEÑALES O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES CARDÍACAS		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
18	UNIDAD DE RESUSCITACIÓN V/O REANIMACIÓN	UNIM801, CONECTA V/O SISTEMA COMPACTO DE VENTILACIÓN CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN, MECANISMO DE ANEQUEBLENER) Y MANÓMETRO COMO HÍBRIDO, INTEGRADOS O INCORPORADOS EN LA UNIDAD.		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
19	SOPORTE PARA EQUIPO DE INYECCIÓN	SI		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
20	SOPORTE PARA MONITOR	SI		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
21	CLIMIOS DE CRECIMIENTO TIPO E	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE LA VALVULA SEA DE TIPO PH INDIY Y LA SALIDA DE 50 PH. ARMAS EL FOLIO B1 NO ES UNA FICHA TECNICA		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE LA VALVULA SEA DE TIPO PH INDIY Y LA SALIDA DE 50 PH. ARMAS EL FOLIO B1 NO ES UNA FICHA TECNICA
22	CLIMIOS PARA AIRE COMPRESIVO TIPO E	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE LA VALVULA SEA DE TIPO PH INDIY Y LA SALIDA DE 50 PH. ARMAS EL FOLIO B1 NO ES UNA FICHA TECNICA		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE, NO ACREDITA QUE LA VALVULA SEA DE TIPO PH INDIY Y LA SALIDA DE 50 PH. ARMAS EL FOLIO B1 NO ES UNA FICHA TECNICA
23	MECANISMO DE ANEQUEMENO CALENTADOR (VOR NOTA2)	SI		NO CUMPLE, NO INDICA QUE SEA PARA USO CON EL HUMIDIFICADOR CALENTADOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	NO CUMPLE, NO INDICA QUE SEA PARA USO CON EL HUMIDIFICADOR CALENTADOR
24	MANEJO DE CRECIMIENTO	PARA LA UNIDAD DE REANIMACIÓN, DESDE LA RED CENTRAL Y BALÓN DE CRECIMIENTO		CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



[illegible]



[illegible]