

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-INSN-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS DE USO COMÚN - BOLSA DE NUTRICIÓN ENTERAL 500 ML

Ruc/código :	20505719396	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	Q-MEDICAL S.A.C	Hora de envío :	09:29:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:
ÍTEM N° 1 BOLSA DE NUTRICIÓN ENTERAL 500 ML

En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

EMPAQUE
¿ Sellado integro sin rasgados

Consultamos al área usuaria que al solicitar en el EMPAQUE: Sellado integro sin rasgados es lo mismo que GARANTIZAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS, HERMETICIDAD, ESTERILIDAD E INTEGRIDAD DEL PRODUCTO. ¿Es correcto nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria ACLARAN que es correcta su apreciación.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO SE INCORPORA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-INSN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS DE USO COMÚN - BOLSA DE NUTRICIÓN ENTERAL 500 ML

Ruc/código :	20505719396	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	Q-MEDICAL S.A.C	Hora de envío :	09:29:31

Observación: Nro. 2
Consulta/Observación:
ÍTEM N° 1 BOLSA DE NUTRICIÓN ENTERAL 500 ML

En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

MATERIAL
¿ Llave en ¿Y¿: PVC libre de DEHP, transparente; con tapa de cierre Luer Lock, color blanco
En aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas, solicitamos al área usuaria aceptar también que la TAPA DE CIERRE LUER LOCK, COLOR VIOLETA. En caso de no aceptar, sustentar técnicamente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria ACOGE EN PARTE lo solicitado, por lo que también se aceptara que la TAPA DE CIERRE LUER LOCK, sea de COLOR VIOLETA. En tal sentido la característica quedaría de la siguiente manera:

- Llave en "Y" : PVC libre de DEHP, transparente; con tapa de cierre Luer Lock, color blanco o violeta.

Dicha modificación se realizara en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

La característica quedaría de la siguiente manera:

- Llave en "Y" : PVC libre de DEHP, transparente; con tapa de cierre Luer Lock, color blanco o violeta.