

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-INSN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE CATÉTER PERCUTÁNEO DE UN LUMEN Y DOBLE LUMEN PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO BREÑA

Ruc/código :	20380274095	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:11:39

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En la ficha técnica, en el apartado de características del material médico, se menciona lo siguiente: ¿Introduccion: Aguja trifacetada con orificio lateral y catéter pelable 20G, Ø 1.0 mm L. 21 mm¿

Se solicita por favor tengan a bien considerar la ampliación de las medidas del diámetro externo y longitud del introduccion pelable 20G a lo siguiente: ¿ 1.0 mm a 1.1 mm y L. 18 mm a 21mm, esto con el fin de que haya una libre concurrencia y mayor pluralidad de postores.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** EE.TT.    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Hecha la consulta al área usuaria nos indica que:

Se aceptará también las características indicadas en la solicitud de ampliación de las medidas del diámetro externo y longitud de introduccion pelable 20G a lo siguiente: 1.0mm a 1.1 mm y L18mm a 21mm; en aras de que exista mayor participación de postores y pluralidad de ofertas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Introduccion: Aguja trifacetada con orificio lateral y catéter pelable 20G Ø 1,0mm a 1.1 mm L18mm a 21mm