

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nomenclatura :	AS-SM-17-2024-INIA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de cuatro (04) Estación Climática Inteligente (Meteorológica), en el marco de las actividades del proyecto de Inversión con CUI 2449640

Ruc/código :	20602461204	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	DAVIS WEATHER INSTRUMENTS S.A.C. - DWI S.A.C.	Hora de envío :	18:34:37

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Teniendo en consideración que la estación meteorológica alimentará de energía a la totalidad de sensores detallados y que deberá funcionar ininterrumpidamente para la recolección y envío de datos. ¿Se puede optar por implementar el sistema fotovoltaico con un kit de Panel de Solar de 10w, batería y regulador de voltaje en ves de un panel solar con capacidad de 5 W?. Detallado en 4. Descripción detallada de las características del bien (características mínimas).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1. Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el area usuaria el comite de seleccion PRECISA, que si se puede optar por implementar el sistema fotovoltaico con un kit de Panel Solar, batería y regulador de voltaje que tenga capacidad para asegurar el funcionamiento de todos los sensores en simultaneo y de manera ininterrumpida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cuatro (04) Estación Climática Inteligente (Meteorológica), en el marco de las actividades del proyecto de Inversión con CUI 2449640

Ruc/código :	20602461204	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	DAVIS WEATHER INSTRUMENTS S.A.C. - DWI S.A.C.	Hora de envío :	18:34:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Los cuatro puntos donde se instalarán las estaciones meteorológicas cuentan con servicio de internet activo? En caso de ser negativa la respuesta de la pregunta anterior. ¿Cuentan con cobertura de algún operador telefónico local para implementar la comunicación mediante un chip con plan de datos (Tecnología GSM/GPRS) para la colección de datos a un portal web.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el area usuaria el comite de seleccion ACLARA, que Los puntos donde se instalarán las estaciones meteorológicas no cuentan con servicio de internet activo, asimismo si se cuenta con cobertura de al menos un operador telefonico local.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA
Nomenclatura :	AS-SM-17-2024-INIA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de cuatro (04) Estación Climática Inteligente (Meteorológica), en el marco de las actividades del proyecto de Inversión con CUI 2449640

Ruc/código :	20602461204	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	DAVIS WEATHER INSTRUMENTS S.A.C. - DWI S.A.C.	Hora de envío :	18:34:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Según las recomendaciones de la OMM, los sensores y el datalogger deben estar instalados en una estructura fija y libre de obstáculos. ¿El servicio también comprende la instalación de dicha estructura (mástil)? De ser afirmativo, ¿Uds cuentan con las especificaciones técnicas de la estructura de soporte?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1. **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el area usuaria el comite de seleccion ACLARA, según E.E.T.T. no indica el servicio de instalación de estructura (mástil).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de cuatro (04) Estación Climática Inteligente (Meteorológica), en el marco de las actividades del proyecto de Inversión con CUI 2449640

Ruc/código :	20602461204	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	DAVIS WEATHER INSTRUMENTS S.A.C. - DWI S.A.C.	Hora de envío :	18:34:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto a la última especificación técnica del bien. "A que hace referencia el escucho de radiación solar?. Al que se utiliza para proteger el sensor de temperatura y humedad o otro adicional?. Detallar por favor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el area usuaria el comite de seleccion ACLARA, que el escudo de radiación solar, hace referencia al que se utiliza para proteger al sensor de temperatura y humedad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA