

## **CONDICIONES TÉCNICAS**

### **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TALLER DE INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA**

**1. OBJETO.**

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere adquirir Equipos para la implementación de Taller de instrumentación de Analítica que comprende un horno metrológico, termómetro Infrarrojo, modulo para medir presión y un kit bomba de presión neumática para Laboratorio de Refinería Talara.

**2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.**

Los bienes se detallan en el APÉNDICE N° 01.

**3. PLAZO DE ENTREGA.**

- 3.1. Los bienes serán entregados en forma única, máximo a los ciento cincuenta (150) días calendario después de notificada la Orden de Compra. PETROPERÚ podrá reducir el tiempo de entrega, previa coordinación.
- 3.2. La conformidad de la entrega no invalida reclamos posteriores por defectos o vicios ocultos no detectados durante la recepción del bien.
- 3.3. El plazo de reposición por el bien defectuoso o que éste no cumpla con las condiciones inicialmente establecidas, no será mayor de diez (10) días calendario, luego de recibida por el Contratista la solicitud de cambio por parte de PETROPERÚ. Este plazo de entrega no limita el cobro de la penalidad correspondiente.

**4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.**

A Suma Alzada.

**5. EVALUACIÓN.**

Por ítem.

**6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.**

Reservado y en Soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

**7. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.**

**7.1. Lugar de entrega y horario:**

- a) Receptoría de Carga – Refinería Talara Av. G S/N Acceso 1 (Lado Plaza Veja Centro – Talara).
- b) Horario de Atención: lunes a viernes de 7:00 a 11:00 y de 13:00 a 15:00 horas)
- c) Una vez efectuada la entrega física del material, el proveedor deberá coordinar con Receptoría de Carga, para la emisión del Acta de Conformidad del bien.

**7.2. Condiciones de entrega:**

- a) El bien deberá cumplir con las especificaciones técnicas ofertadas por él Contratista.
- b) Para la entrega del bien, el Contratista deberá cumplir con los equipos de protección personal (EPP) e implementos de bioseguridad, así como con lo dispuesto en el numeral 16 de las presentes Condiciones Técnicas.
- c) No se admitirá que el bien muestre signo de uso previo, defectuoso, mal embalado, mal almacenado, mala manipulación, decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc., o cualquier defecto o deterioro observado o detectado sobre el mismo; se precisa que el bien recibido pasa por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuosos, que no cumplan con las especificaciones técnicas; si ese fuera el caso, será devuelto con flete pagadero en destino por cuenta y riesgo del Contratista.

**7.3. Embalaje:**

El bien será presentado correctamente. Deberá entregarse en perfectas condiciones, caso contrario se efectuará el reclamo para su cambio correspondiente.

El proveedor debe respetar los empaques originales, etiquetas de control y marcaje del material realizado por fábrica, los cuales no deberán ser alterados, a fin de verificar la

**8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.**

**8.1. EL CONTRATISTA** deberá cumplir lo siguiente:

- Contar con experiencia mínima de dos (02) contratos de venta de Equipos de Laboratorio, por un monto acumulado mayor a ciento veinte mil soles (s/.120 000.00) realizados en los últimos cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas.
- La cual se acreditará con cualquiera de las siguientes formas:
  - Copia del contrato y su respectiva conformidad en la entrega de los bienes donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la respectiva conformidad de la recepción, no se considerará válido.
  - Copia simple de los comprobantes de pago cancelados (la cancelación será acreditada documental y fehacientemente para lo cual bastará con adjuntar los Boucher de depósito o por parte de la entidad Bancaria o del cliente a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante).
- En la Propuesta técnica debe incluir la carta del fabricante indicando que el postor es representante o distribuidor autorizado de la marca ofertada.

**8.2.** Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas según APÉNDICE N° 01; acreditados con folletos, catálogos, manuales, certificados, brochures u otros documentos con información técnica emitidos por el fabricante.

- Presentar Declaración Jurada de Cumplimiento del Servicio de Instalación y Calibración y de Cumplimiento de Servicio Post venta detallados en el APÉNDICE N°01 (formato en APÉNDICE N°06).

**9. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

Formato de Estructura de Costos (APÉNDICE N° 02).

**10. GARANTÍA.**

Carta de Garantía Comercial, mínima por un (01) año, otorgada por el Contratista con la entrega del bien. La garantía deberá cubrir fallas, defectos de fabricación, problemas de embalaje, cuyo plazo se computará a partir de la conformidad de la recepción de los bienes adquiridos. Asimismo, el Contratista se compromete a realizar los cambios de los bienes a consecuencia de la garantía ofertada, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de recibido la comunicación de PETROPERÚ.

**11. PENALIDADES.**

Si el Contratista incurre en retraso injustificado, en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERÚ S.A, aplicará una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, que debió ejecutarse. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:

**Penalidad diaria =  $(0.10 \times \text{Monto}) / (F \times \text{plazo en días})$**

Donde F tendrá los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días:  $F=0.40$

Para plazos mayores a sesenta (60) días:  $F=0.25$

Esta penalidad será deducida del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto contractual), PETROPERÚ podrá resolver la Orden de Compra por incumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que pueda exigirse.

**12. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.**

**12.1.** PETROPERÚ efectuará pago único en Soles de conformidad con su política de pago, es decir, Independientemente del monto, el plazo de pago a los proveedores en las contrataciones de bienes, servicios y obras será a los sesenta (60) días de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o

## **PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**

final) del bien, servicio u obra recibido por PETROPERÚ.

El comprobante de pago deberá presentarse en Oficina de Gestión Documentaria sito en Prolongación Av. “G” – 2, Edificio Administrativo de Refinación Talara:

- Copia de la Orden de Compra, original de la(s) guía(s) de remisión firmada(s) y sellada(s) por el receptor, así como la copia del documento de Conformidad. Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.
- La impresión del comprobante de pago electrónico deberá ser presentar en Oficina de Gestión Documentaria, según lo indicado en los párrafos precedentes.

Los proveedores pueden remitir sus comprobantes de pagos electrónicos (con las documentaciones solicitadas para el pago) a PETROPERÚ a través de la siguiente casilla de correo electrónico: [mesadepartesevirtual@petroperu.com.pe](mailto:mesadepartesevirtual@petroperu.com.pe).

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad, serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.

**12.2.** El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:

- a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.
- b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

## **13. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.**

La administración de la Orden de Compra estará a cargo de la Jefatura Inventarios y Almacenes y el documento Final de Conformidad (Acta de Conformidad), estará a cargo del Jefe Inventarios y Almacenes de la Gerencia Dpto. Logística; previa aceptación y conformidad del área usuaria.

PETROPERÚ tendrá un plazo de 15 días calendarios para emitir el Acta de Conformidad, después de recibido el bien. Este plazo podrá ser mayor por disponibilidad para la inspección de los bienes.

## **14. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.**

El Contratista se obliga a cumplir con los siguientes requerimientos:

- 14.1.** Cumplir con la Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Anti soborno (APÉNDICE N° 03 (A-B)).
- 14.2.** Cumplir con la Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno (APÉNDICE N° 04).
- 14.3.** Cumplir con la Cláusula del Sistema de Integridad (APÉNDICE N° 05).  
<https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>
- 14.4.** Cumplirá con diligencia y oportunidad la entrega de los bienes, descritos en el APÉNDICE N° 01 (Especificaciones Técnicas).
- 14.5.** Asumir la entrega de bienes por cuenta y riesgo; deberá contar con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales. Así como también ser responsables por los resultados de sus actividades.
- 14.6.** Debe liberar y eximir a PETROPERÚ de la responsabilidad, en cuanto a la falta de cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás Disposiciones Vigentes, por parte del Contratista.
- 14.7.** Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de PETROPERÚ, que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ pueda afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver la Orden de Compra.
- 14.8.** El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud,

## **PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**

además de cumplir con otros Protocolos Sectoriales que le correspondan.

Adicionalmente, todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19.

### **14.9. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:**

- Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19,
- Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas sustancias con ocasión del trabajo,

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista. Así, en el caso específico de presentación de información falsa, PETROPERÚ podrá resolver el contrato.

### **14.10. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida íntegramente por el Contratista.**

## **15. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.**

Resolución de Contrato:

### **a) El contrato podrá resolverse:**

- i) Por mutuo disenso.
- ii) Por terminación anticipada.
- iii) Por caso fortuito o fuerza mayor.

### **b) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:**

- i) El proveedor incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o
- ii) El proveedor haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Condiciones Técnicas; o
- iii) Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o
- iv) Sin expresión de causa.

## **16. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.**

### **16.1. El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad de PETROPERÚ (Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas).**

<sup>1</sup> Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP del 08.04.2021 y comunicado con Circular N° GSUM-2126-2021 del 17.05.2021

### **16.2. El Contratista deberá cumplir con la legislación vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional y protección ambiental como:**

- D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### **16.3. El Contratista deberá implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la entrega de los bienes.**

### **16.4. El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud, además de cumplir con otros Protocolos Sectoriales que le correspondan.**

## **17. ENTREGABLES.**

El Contratista presentará obligatoriamente en la Oficina de Receptoría de Carga, junto con los bienes, los siguientes documentos:

- a. Garantía, según lo indicado en el numeral 10 de las Condiciones Técnicas;

**PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.**

- b. Guía de Remisión Remitente (conteniendo la referencia del bien y la Orden de Compra al que pertenece);
- c. Documentos originales o copia legalizada que acrediten la calidad y que sean trazables con el material suministrado, tales como certificados de calidad, certificados de pruebas y ensayos. Estos certificados deben cumplir con la descripción del bien indicadas en las Especificaciones Técnicas (APÉNDICE N°01).
- d. Manuales: Debe incluir el Manual de Operación del equipo, original y traducido al español, así también debe incluir el Manual de Mantenimiento y número de partes, original y traducido al español de los 4 sub ítems detallados en el APÉNDICE N°01. La documentación, también deben ser entregados en digital (USB).
- e. Garantía de stock de repuestos para el su ítem N°1.1 mínimo 5 años, para el sub ítem N°1.3 mínimo 10 años y para el sub ítem N°1.4 mínimo 10 años.
- f. Asimismo, según corresponda: folletos y otros.

**18. APÉNDICES.**

**18.1.** APÉNDICE N° 01: Descripción del Bien – Especificaciones Técnicas.

**18.2.** APÉNDICE N° 02: Estructura de Costos

**18.3.** APÉNDICE N° 03: Política de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Anti soborno (A-B).

**18.4.** APÉNDICE N° 04: Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno.

**18.5.** APÉNDICE N° 05: Cláusula del Sistema de Integridad.

**18.6.** APÉNDICE N° 06: Declaración Jurada de Cumplimiento

**APENDICE N°01****DESCRIPCIÓN DEL BIEN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ÍTEM 1		EQUIPOS PARA TALLER DE INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA	
SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANT.
1.1	<p><b><u>HORNO METROLOGICO DE -45 A 140 °C</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ El equipo debe ser liviano, pequeño y alcanzar rápidamente los puntos de ajuste de temperatura, sin dejar de ser estables, uniformes y precisos. De alto rendimiento para el entorno industria<ul style="list-style-type: none"><li>- Rango (a 23 °C ambiente).<ul style="list-style-type: none"><li>○ -45 °C to 140 °C.</li><li>○ (-49 °F to 284 °F).</li></ul></li><li>- Precisión de visualización.<ul style="list-style-type: none"><li>○ ±0.1 °C full rango.</li><li>- Tiempo de enfriamiento estimado.<ul style="list-style-type: none"><li>○ 44 min: 23 °C to -45 °C</li><li>○ 19 min: 23 °C to -30 °C</li><li>○ 19 min: 140 °C to 23 °C</li></ul></li><li>- Tiempo de calentamiento estimado.<ul style="list-style-type: none"><li>○ 32 min: 23 °C to 140 °C.</li><li>○ 45 min: -45 °C to 140°C.</li></ul></li><li>- Uniformidad radial.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Estabilidad. ± 0.005°C</li><li>○ Uniformidad radial: ± 0.01°C Full rango</li><li>○ Histéresis: 0.025°C</li><li>○ Profundidad: 6.3 pulgadas (160 mm)</li></ul></li><li>- Alimentación eléctrica.<ul style="list-style-type: none"><li>○ 230 VAC (±10%), 3.15 A</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <p><b>NOTA 1:</b> Los hornos de calibración para trabajo en laboratorio deben estar optimizados para ofrecer una elevada velocidad de trabajo, enfriando hasta -45 °C y calentando hasta 140 °C en intervalos de tiempos cortos, optimizando así el trabajo con los mismos.</p> <p>-</p> <p><b>CORRIENTE ELÉCTRICA DISPONIBLE / ALIMENTACION DEL DISPOSITIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 220V; 50/60 HZ.</li></ul> <p><b>INSTALACION Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El proveedor deberá instalar el equipo en el área asignada por PETROPERU y cumplir con todos los protocolos de prueba del laboratorio.</li></ul>	UN	01

	<p><b>SERVICIO POST VENTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proveedor debe garantizar el funcionamiento del equipo un periodo mínimo de 01 año. Cualquier avería por falla equipo, desgaste prematuro debe ser reparada por proveedor, sin costo alguno para Petroperú.</li> <li>- El proveedor presentara una carta indicando que representa la marca del fabricante.</li> </ul>		
1.2	<p><b>EQUIPO TERMOMETRO INFRARROJO T/PISTOLA -40°C A 650°C</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El equipo debe capaz de medir la temperatura de un objeto sin tocarlo, a partir de la medición del calor en forma de radiación que emite el objeto. Debe contar con emisividad ajustable.</li> <li>- Rango de medición del equipo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ -40 °C a 650 °C (-40 °F a 1200 °F)</li> </ul> </li> <li>- Exactitud del equipo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ &lt; 0 °C: <math>\pm (1,0 \text{ °C} + 0,1 \text{ } ^\circ/1 \text{ °C})</math>.</li> <li>○ &gt; 0 °C: <math>\pm 1 \text{ } \% \text{ o } \pm 1,0 \text{ °C}</math>, lo que sea mayor.</li> <li>○ &lt; 32 °F: <math>\pm (2 \text{ °F } \pm 0,1 \text{ } ^\circ/1 \text{ °F})</math>.</li> <li>○ &gt; 32 °F: <math>\pm 1 \text{ } \% \text{ o } \pm 2 \text{ °F}</math>, lo que sea mayor.</li> </ul> </li> <li>- Intervalo de temperatura IR. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ -40 °C a 650 °C.</li> <li>○ (-40 °F a 1200 °F).</li> </ul> </li> <li>- Repetibilidad. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <math>\pm 0,5 \text{ } \% \text{ de la lectura o } \pm 0,5 \text{ °C (1 °F)}</math>, lo que sea mayor.</li> </ul> </li> <li>- Rango de temperaturas de entrada de la termocupla tipo K. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ -270 °C a 1372 °C (-454 °F a 2501 °F)</li> </ul> </li> <li>- Dimensiones estimadas. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 17,69 cm (6,965 pulg.) Altura x 16,36 cm (6,441 pulg.) Longitud x 5,18 cm (2,039 pulg.) Ancho.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>NOTA1:</b> El equipo debe ser de alto rendimiento para un entorno industrial, el termómetro infrarrojo deberá estar diseñado teniendo en cuenta las necesidades de la industria de procesos. Tener un peso promedio de 0,322 kg (0,7099 lb) y un tamaño reducido, lo que facilitará su transporte</p> <p><b>CORRIENTE ELÉCTRICA DISPONIBLE / ALIMENTACION DEL DISPOSITIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 baterías AA. De 1.5 V cada una.</li> </ul> <p><b>SERVICIO POST VENTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proveedor debe garantizar el funcionamiento del equipo un periodo mínimo de 01 año. Cualquier avería por falla</li> </ul>	UN	01

	<p>equipo, desgaste prematuro debe ser reparada por proveedor, sin costo alguno para Petroperú.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proveedor presentara una carta indicando que representa la marca del fabricante.</li> </ul>		
1.3	<p><b><u>EQUIPO MODULAR PARA MEDIR PRESION-750 P08 MARCA FLUKE, COMPATIBLE CON CALIBRADOR MULTIPROCESO FLUKE 725.</u></b></p> <p>1.1. El equipo debe ser capaz de medir presión manométrica contar con un accesorio de presión y medir la presión con respecto a la presión atmosférica. El módulo debe estar claramente etiquetado según su rango, presión excesiva y compatibilidad de medios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificaciones del módulo de presión manométrica. <ul style="list-style-type: none"> <li>o 0 a 1000 psi (0 a 70 bar).</li> </ul> </li> <li>• Incertidumbre de referencia. <ul style="list-style-type: none"> <li>o <math>\pm 0.025</math> % de incertidumbre de referencia.</li> <li>o Compensación de temperatura de 0 a 50 °C.</li> <li>o Comunicación digital a calibradores, sin pérdidas analógicas o errores.</li> </ul> </li> </ul> <p>1.2. El módulo debe incluir adaptadores métricos NPT (BSP) y M20. Compatible con calibradores y documentadores de procesos multifunción y de presión (que incluyen: calibradores Fluke 754, 752, 726, 725).</p> <p><b>INSTALACION Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proveedor deberá instalar el equipo en el área asignada por PETROPERU y cumplir con todos los protocolos de prueba del laboratorio.</li> </ul> <p><b>SERVICIO POST VENTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proveedor debe garantizar el funcionamiento del equipo un periodo mínimo de 01 año. Cualquier avería por falla equipo, desgaste prematuro debe ser reparada por proveedor, sin costo alguno para Petroperú.</li> <li>- El proveedor presentara una carta indicando que represea la marca del fabricante.</li> </ul>	UN	01
1.4	<p><b><u>EQUIPO KIT BOMBA DE PRESION NEUMATICA DE 600 PSI - 40 BARES.</u></b></p> <p>1.3. El equipo debe ser capaz de generar presiones en los rangos de 600 PSI-40 BAR, el Kit Premium de bomba de presión neumática debe ser resistente y de alta calidad para obtener resultados de las pruebas rápidos y precisos.</p>	UN	01



	<p>Deberá incluir la bomba manual neumática, mangueras y adaptadores de prueba Premium, así como un estuche rígido de protección.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rango de trabajo del equipo. <ul style="list-style-type: none"> <li>o 0 psi a 600 psi / 40 bar.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>NOTA1:</b> El equipo kit de bomba de prueba neumática deberá ser compatible con el calibrador multifunción FLUKE-725, puesto que ya se cuenta en laboratorio de Refinería Talaracón este calibrador.</p> <p><b>NOTA2:</b> El equipo deberá incluir la bomba de prueba, además de las mangueras y adaptadores para conectar al dispositivo de presión a probar.</p> <p><b>INSTALACION Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proveedor deberá instalar el equipo en el área asignada por PETROPERU y cumplir con todos los protocolos de prueba del laboratorio.</li> </ul> <p><b>SERVICIO POST VENTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proveedor debe garantizar el funcionamiento del equipo un periodo mínimo de 01 año. Cualquier avería por falla equipo, desgaste prematuro debe ser reparada por proveedor, sin costo alguno para Petroperú.</li> <li>- El proveedor presentara una carta indicando que representa la marca del fabricante.</li> </ul>		
--	--	--	--

APENDICE N°02**ESTRUCTURA DE COSTOS**

Lugar, .... de.....de 2023

Señores  
 Petróleos del Perú -  
 PETROPERU S.A.  
 Presente. –

**Referencia: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL TALLER DE INSTRUMENTACION ANALITICA**

De nuestra consideración:

La empresa....., con RUC N°. ...., con domicilio legal en ...., debidamente representada por su ..., el señor..., identificado con D.N.I. No. ...., según Poder inscrito en la Partida N° ...., del Registro de Personas Jurídicas de ..., declaramos bajo juramento que, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERÚ y conocer todas las condiciones existentes, alcanzamos nuestra Estructura de Costos, según el siguiente detalle:

ÍTEM 1		EQUIPOS PARA TALLER DE INSTRUMENTACIÓN ANALITICA			
SUB ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANT.	P. UNITARIO	P. PARCIAL
1.1	<b><u>HORNO METROLOGICO DE -45 A 140 °C</u></b>	UN	01		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ El equipo debe ser liviano, pequeño y alcanzar rápidamente los puntos de ajuste de temperatura, sin dejar de ser estables, uniformes y precisos. De alto rendimiento para el entorno industria</li> <li>- Rango (a 23 °C ambiente).</li> <li>○ -45 °C to 140 °C.</li> <li>○ (-49 °F to 284 °F).</li> <li>- Precisión de visualización.</li> <li>○ ±0.1 °C full rango.</li> <li>- Tiempo de enfriamiento estimado.</li> <li>○ 44 min: 23 °C to -45 °C</li> <li>○ 19 min: 23 °C to -30 °C</li> <li>○ 19 min: 140 °C to 23 °C</li> <li>- Tiempo de calentamiento estimado.</li> <li>○ 32 min: 23 °C to 140 °C.</li> <li>○ 45 min: -45 °C to 140°C.</li> <li>- Uniformidad radial.</li> <li>○ Estabilidad. ± 0.005°C</li> <li>○ Uniformidad radial: ± 0.01°C Full rango</li> <li>○ Histéresis: 0.025°C</li> <li>○ Profundidad: 6.3 pulgadas (160 mm)</li> <li>- Alimentación eléctrica.</li> <li>○ 230 VAC (±10%), 3.15 A</li> </ul> <p><b>NOTA1:</b> El equipo debe ser de alto rendimiento para un entorno industrial, el horno de calibración deberá estar diseñado teniendo en cuenta las necesidades de la industria de procesos.</p>				

	<p><b>NOTA2:</b> Los hornos de calibración para trabajo en laboratorio deben estar optimizados para ofrecer una elevada velocidad de trabajo, enfriando hasta -45 °C y calentando hasta 140 °C en intervalos de tiempos cortos, optimizando así el trabajo con los mismos.</p> <p>-</p> <p><b>CORRIENTE ELÉCTRICA DISPONIBLE/ALIMENTACION DEL DISPOSITIVO</b></p> <p>- 220V; 50/60 HZ.</p> <p><b>INSTALACION Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO</b></p> <p>- El proveedor deberá instalar el equipo en el área asignada por PETROPERU y cumplir con todos los protocolos de prueba del laboratorio.</p> <p><b>SERVICIO POST VENTA</b></p> <p>- El proveedor debe garantizar el funcionamiento del equipo por un periodo mínimo de 01 a Cualquier avería por falla del equipo, desgaste prematuro debe ser reparada por el proveed sin costo alguno para Petroperú.</p> <p>- El proveedor presentara una carta indica que representa a la marca del fabricante.</p>				
1.2	<p><b>EQUIPO TERMOMETRO INFRARROJO T/PISTOLA -40°C A 650°C</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El equipo debe capaz de medir la temperatura de un objeto sin tocarlo, a partir de la medición del calor en forma de radiación que emite el objeto. Debe contar con emisividad ajustable.</li> <li>- Rango de medición del equipo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ -40 °C a 650 °C (-40 °F a 1200 °F)</li> </ul> </li> <li>- Exactitud del equipo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ &lt; 0 °C: ± (1,0 °C + 0,1 °/1 °C).</li> <li>○ &gt; 0 °C: ± 1 % o ± 1,0 °C, lo que sea mayor.</li> <li>○ &lt; 32 °F: ± (2 °F ± 0,1 °/1 °F).</li> <li>○ &gt; 32 °F: ± 1 % o ± 2 °F, lo que sea mayor.</li> </ul> </li> <li>- Intervalo de temperatura IR. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ -40 °C a 650 °C.</li> <li>○ (-40 °F a 1200 °F).</li> </ul> </li> <li>- Repetibilidad. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ±0,5 % de la lectura o ±0,5°C (1 °F), lo que sea mayor.</li> </ul> </li> </ul>	UN	01		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rango de temperaturas de entrada de la termocupla tipo K. <ul style="list-style-type: none"> <li>o -270 °C a 1372 °C (-454 °F a 2501 °F)</li> </ul> </li> <li>- Dimensiones estimadas. <ul style="list-style-type: none"> <li>o 17,69 cm (6,965 pulg.) Altura x 16,36 cm (6,441 pulg.) Longitud x 5,18 cm (2,039 pulg.) Ancho.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>NOTA1:</b> El equipo debe ser de alto rendimiento para un entorno industrial, el termómetro infrarrojo deberá estar diseñado teniendo en cuenta las necesidades de la industria de procesos. Tener un peso promedio de 0,322 kg (0,7099 lb) y un tamaño reducido, lo que facilitara su transporte</p> <p><b>CORRIENTE ELÉCTRICA DISPONIBLE ALIMENTACION DEL DISPOSITIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 baterías AA. De 1.5 V cada una.</li> </ul> <p><b>SERVICIO POST VENTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proveedor debe garantizar el funcionamiento del equipo por un periodo mínimo de 01 a Cualquier avería por falla del equipo, desgaste prematuro debe ser reparada por el proveedor sin costo alguno para Petroperú.</li> <li>- El proveedor presentara una carta indica que representa a la marca del fabricante.</li> </ul>				
1.3	<p><b><u>EQUIPO MODULAR PARA MEDIR PRESION-750 P08 MARCA FLUKE, COMPATIBLE CON CALIBRADOR MULTIPROCESO FLUKE 725.</u></b></p> <p>1.4. El equipo debe ser capaz de medir presión manométrica contar con un accesorio de presión y medir la presión con respecto a la presión atmosférica. El módulo debe estar claramente etiquetado según su rango, presión excesiva y compatibilidad de medios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificaciones del módulo de presión manométrica. <ul style="list-style-type: none"> <li>o 0 a 1000 psi (0 a 70 bar).</li> </ul> </li> <li>• Incertidumbre de referencia. <ul style="list-style-type: none"> <li>o ±0.025 % de incertidumbre de referencia.</li> <li>o Compensación de temperatura de 0 a 50 °C.</li> <li>o Comunicación digital a calibradores, sin pérdidas analógicas o errores.</li> </ul> </li> </ul>	UN	01		

	<p>1.5. El módulo debe incluir adaptadores métricos NPT (BSP) y M20. Compatible con calibradores y documentadores de procesos multifunción y de presión (que incluyen: calibradores Fluke 754, 752, 726, 725).</p> <p><b>INSTALACION Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proveedor deberá instalar el equipo en el área asignada por PETROPERU y cumplir con todos los protocolos de prueba del laboratorio.</li> </ul> <p><b>SERVICIO POST VENTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proveedor debe garantizar el funcionamiento del equipo por un periodo mínimo de 01 a Cualquier avería por falla del equipo, desgaste prematuro debe ser reparada por el proveed sin costo alguno para Petroperú.</li> <li>- El proveedor presentara una carta indica que representa a la marca del fabricante.</li> </ul>				
1.4	<p><b><u>EQUIPO KIT BOMBA DE PRESION NEUMATICA DE 600 PSI - 40 BARES.</u></b></p> <p>1.6. El equipo debe ser capaz de generar presiones en los rangos de 600 PSI-40 BAR, el Kit Premium de bomba de presión neumática debe ser resistente y de alta calidad para obtener resultados de las pruebas rápidos y precisos. Deberá incluir la bomba manual neumática, mangueras y adaptadores de prueba Premium, así como un estuche rígido de protección.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rango de trabajo del equipo. <ul style="list-style-type: none"> <li>o -0 PSI a 600 psi/40 bar</li> </ul> </li> </ul> <p><b>NOTA1:</b> El equipo kit de bomba de prueba neumática deberá ser compatible con el calibrador multifunción FLUKE-725, puesto que ya se cuenta en laboratorio de RefineríaTalara.</p>	UN	01		

PETROPERU DEL PERU - PETROPERU S.A.						
	<p><b>NOTA2:</b> El equipo deberá incluir la bomba de prueba, además de las mangueras y adaptadores para conectar al dispositivo de presión a probar.</p> <p><b>INSTALACION Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El proveedor deberá instalar el equipo en el área asignada por PETROPERU y cumplir con todos los protocolos de prueba del laboratorio.</li></ul> <p><b>SERVICIO POST VENTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El proveedor debe garantizar el funcionamiento del equipo por un periodo mínimo de 01 a Cualquier avería por falla del equipo, desgaste prematura debe ser reparada por el proveed sin costo alguno para Petroperú.</li><li>- El proveedor presentara una carta indica que representa a la marca del fabricante.</li></ul>					
					<b>SUB TOTAL</b>	
					<b>IGV</b>	
					<b>TOTALS/</b>	

**Nombre y firma del representante legal**  
**Nombre de la empresa**

**Notas:**

1. El precio debe estar expresado en Soles.
2. El Precio Unitario (P.UNITARIO), deberá contener como máximo dos (02) decimales, además no debe incluir el IGV.

## **APÉNDICE N° 03 - A**



### **POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN ANTISOBORNO**

El Directorio de Petróleos del Perú (en adelante PETROPERÚ S.A.) dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otros; así como prohíbe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estando comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha contra la Corrupción y Antisoborno tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 1977 (FCPA); así como los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno; manteniendo y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley 27693 y su Reglamento; del Sistema de Prevención de Delitos de Corrupción bajo los alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; así como del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; así como cualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERÚ declara que no iniciará relaciones contractuales, laborales ni comerciales, con personas naturales o jurídicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenados, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada, Soborno; en el ámbito nacional o internacional, durante el tiempo que dure la pena impuesta en la sentencia; y/o hubieran aceptado haber cometido tales delitos en dichos ámbitos, durante el lapso de 15 años desde la aceptación, salvo disposición legal en contrario; o, ii) Comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU; o, iii) Han presentado documentación falsa u omisiones en Declaración Jurada entregada a la Empresa, según lo previsto en el Código Penal Peruano, por el lapso de 6 años desde que se produjo el hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza la supervisión de la implementación y el mantenimiento de los referidos Sistemas de Prevención y/o Gestión; debiendo velar porque goce de autoridad, autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones; reportándole el Oficial, de cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la presente Política.

La Empresa promueve y garantiza la implementación y funcionamiento del Procedimiento de Planteamiento de Inquietudes (denominado "*Línea de Integridad*"), mediante consultas o denuncias de buena fe ante hechos o conductas sospechosas; garantizando la confidencialidad de estas, así como la protección ante cualquier tipo de represalias al denunciante.

Los trabajadores y/o terceros o partes interesadas que incumplan cualquiera de las disposiciones de esta Política serán sujetos, previa investigación, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio No. 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.  
LA EMPRESA.





## **POLICY FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM, FELONIES OF CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT**

The Board of Directors of Petróleos del Peru (hereinafter referred to as PETROPERÚ S.A.) dedicated to the refining, distribution and commercialization of fuels and products derived from hydrocarbons, DOES HEREBY reject any act or attempt of Money Laundering and Terrorism Financing; and Corruption, under the form of Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion and others; as well as any act or attempt of bribery by its officials, workers and/or clients, suppliers, partners or related third parties, is committed to ensuring that the Company complies with the laws of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; Anti-Corruption and Anti-Bribery such as the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA); as well as the requirements of the Anti-Bribery Management System; maintaining and ensuring the continuous improvement of the Asset Laundering and Terrorism Financing Prevention System as Liable Party, in accordance with Law 27693 and its Regulations of the Corruption Crimes Prevention System under the scope of Law No. 30424, and amending and regulatory rules; as well as the Anti-bribery Management System in accordance with the Standard ISO 37001: 2016; as well as any other applicable regulations.

In this framework, PETROPERÚ declares that not contractual, labor or commercial relationships with natural or legal persons will be initiated, if they or some of their Partners (with the ownership of 10% or more of shares or participations), Directors or Managers; have been: i) Convicted, through a final judgment, for the crime of Money Laundering, Terrorism Financing, preceding crimes such as Drug Trafficking, Tax or Customs Crimes, Illegal Mining, Corruption or others that generate illegal profits; Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and Aggravated Collusion, Bribery; at the national or international level, for the duration of the punishment imposed in the sentence; and/or if they would have accepted to have committed such crimes in said areas, during the period of 15 years from the acceptance, unless otherwise provided by law; or, ii) if they are included in the OFAC List (Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of America), List of Terrorists of the United Nations Security Council, List related to the Financing of the Proliferation of Arms Mass Destruction issued by the UN Security Council; or, iii) if they have submitted false documentation or omissions in the Affidavit delivered to the Company, as provided in the Peruvian Criminal Code, for a period of 6 years since the event occurred.

The Board of Directors has commissioned the Compliance Officer to, together with the licensed entity; supervise the implementation and maintenance of the aforementioned Prevention and/or Management Systems; being able to ensure that he/she enjoys authority, autonomy, and independence for the exercise of his/her functions; reporting to the Officer, any action, conduct, information or evidence that may violate this Policy.

The Company promotes and guarantees the implementation and operation of the Raising Concerns Procedure (called "Integrity Line"), through inquiries or complaints in good faith regarding suspicious facts or behavior, guaranteeing the confidentiality of these, as well as protection against any type of retaliation to the complainant.

Workers and/or third parties or interested parties who breach any of the provisions of this Policy will be subject, after investigation, to the corresponding administrative, civil, criminal measures and/or contractual actions.

Board Agreement No. 031-2021-PP dated 03.18.2021.  
THE COMPANY.



**APÉNDICE N° 04****“Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno:**

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos ilícitos.
2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.
4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.
6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles, PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.

**APÉNDICE N° 05****CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD**

*"El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.*

*En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.*

*El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: <https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/>"*

APENDICE N°06**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO**

Lugar, ..... de ..... de 2023

Señores:

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. Presente.

—

Referencia: Solicitud de cotización de la adquisición de Equipos para el Taller de Instrumentación Analítica

(Razón Social o Nombre del Postor), con R.U.C. N° ..... , debidamente representada por su Sr. .... , identificado con D.N.I N° ..... , declaramos bajo juramento que cumplimos con lo solicitado en las Condiciones Técnicas en cuanto a la instalación, calibración, y servicio de post venta de la adquisición de los Equipos para el Taller de instrumentación Analítica.

Representante Legal

Razón Social o DNI