

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR.LAMB/GERESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA X 6 PIEZAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20502143973 | Fecha de envío : | 27/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION VALTAKS S.C.R.L. | Hora de envío : | 15:44:59 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Denominación del bien: KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS

ESPECIFICACIONES:

COMPONENTES:

- ¿ 01 Sabana Quirúrgica Estéril Descartable 250 cm x 150 cm Aprox
- ¿ 01 Sabana Quirúrgica Estéril Descartable 200 cm x 150 cm Aprox
- ¿ 01 Campo Quirúrgico (Tipo Sabana) Descartable 100 cm x 120 cm Aprox
- ¿ 01 Mandil Quirúrgico Estéril Descartable Talla; con refuerzo en pecho y magnas con puño de tela RIB de algodón de 7 cm de largo. El mandil talla L (estándar): largo 125 cm x largo de manga 65 cm x parte delantera 80 cm de ancho y espalda 80 cm de ancho. Aprox.
- ¿ 01 Gorro Quirúrgico Estéril Descartable.
- ¿ 01 Bota Cubrecalzado Estéril Descartable.
- ¿ 01 Mascarilla Quirúrgica (Accesorio)

Total: 07 Componentes.

Por favor aclarar, están solicitando un kit de 7 componentes, pero el producto solicitado, objeto de la convocatoria, es un KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS. No guarda cierta relación numérica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base a los principios de LCE de transparencia y equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración correspondiente que el Kit de Ropa Descartable para cirugía es por 6 piezas, las mismas que están detalladas en el presente requerimiento, así mismo también aclara que hay una pieza más que se está incluyendo en el KIT, la misma que se esta solicitando como pieza ADICIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR.LAMB/GERESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA X 6 PIEZAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20502143973 | Fecha de envío : | 27/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION VALTAKS S.C.R.L. | Hora de envío : | 15:44:59 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CARASTERISTICAS TECNICAS

Denominación del bien: KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS

ESPECIFICACIONE:

COMPONENTE:

¿ 01 Mandil Quirúrgico Estéril Descartable Talla; con refuerzo en pecho y mangas con puño de tela RIB de algodón de 7 cm de largo. El mandil talla L (estándar): largo 125 cm x largo de manga 65 cm x parte delantera 80 cm de ancho y espalda 80 cm de ancho. Aprox.

Por favor aclarar si se refiere para el Mandil Quirúrgico Estéril Descartable con refuerzo en pecho y mangas de la misma tela o con tela laminada?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base a los principios de LCE de transparencia y competencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración correspondiente que para el Mandil Quirúrgico Estéril Descartable con refuerzo en pecho y manga, éste refuerzo sea de la misma tela.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR.LAMB/GERESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA X 6 PIEZAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20502143973 | Fecha de envío : | 27/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION VALTAKS S.C.R.L. | Hora de envío : | 15:44:59 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

Denominación del bien: KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS

ESPECIFICACIONES:

COMPONENTE:

¿ 01 Mandil Quirúrgico Estéril Descartable Talla; con refuerzo en pecho y magnas con puño de tela RIB de algodón de 7 cm de largo. El mandil talla L (estándar): largo 125 cm x largo de manga 65 cm x parte delantera 80 cm de ancho y espalda 80 cm de ancho. Aprox.

Por una mayor pluralidad de postores y ofertas, considerar las medidas del mandil puedan considerar una tolerancia de +/- 5 cm todas las medidas. Por lo que consideran la palabra Aprox(imado) a las medidas, podría ser considerado lo solicitud.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base a los principios de LCE de transparencia y libertad de ocurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración correspondiente a si se puede considerar en todas las medidas del Mandil Quirúrgico Estéril Descartable una tolerancia de +/- 5 cm, y se determinó que teniendo en cuenta la Ficha Técnica emitida por Cenares para la adquisición de mandiles en sus diferentes tallas, sólo se puede considerar +/- 5 cm en el largo del mandil mas no en el largo de manga ni el ancho de la parte delantera y espalda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR.LAMB/GERESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA X 6 PIEZAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20502143973 | Fecha de envío : | 27/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION VALTAKS S.C.R.L. | Hora de envío : | 15:44:59 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CARASTERISTICAS TECNICAS

Denominación del bien: KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS

ESPECIFICACIONES:

COMPONENTE:

¿ 01 Bota Cubrecalzado Estéril Descartable.

Por favor aclarar si Gorro Quirúrgico Estéril Descartable solicitado como componente, es para enfermera o para cirujano?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base a los principios de LCE de transparencia y equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA. Bota Cubrecalzado Estéril Descartable y se determinó que sea con borde elástico que permita cubrir y mantenerse firmemente a toda talla de calzado, antideslizante, alta resistencia a la tracción, resistente a la humedad, repelente a fluidos. Para todo personal de Salud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR.LAMB/GERESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA X 6 PIEZAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20502143973 | Fecha de envío : | 27/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION VALTAKS S.C.R.L. | Hora de envío : | 15:44:59 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES:

COMPONENTE:

Denominación del bien: KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS

ESPECIFICACIONES:

COMPONENTES:

¿ 01 Mascarilla Quirúrgica (Accesorio)

Si para la Mascarilla Quirúrgica, que solicitan como componente del kit, considerar que sea con elástico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base a los principios de LCE de transparencia y equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración. respecto a la consulta sobre la Mascarilla Quirúrgica para que se considere que la misma sea con elástico, y se determinó que la Mascarilla Quirúrgica sea con elástico, de alta eficiencia para filtración bacteriana, con una barra moldeable a la parte superior de la mascarilla, de adaptación anatómica a la nariz y boca las mismas que deben estar protegidas para no lesionar la piel ni producir incomodidad, no debe presentar materia extraña, pelusas, piezas faltantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR.LAMB/GERESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA X 6 PIEZAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20502143973 | Fecha de envío : | 27/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION VALTAKS S.C.R.L. | Hora de envío : | 15:44:59 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

INSERTO:

Enviar inserto/ficha técnica para verificación de lo requerido. Debe corresponder de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.

Considerar además del inserto/ficha técnica, la presentación de folletería para verificación de lo requerido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base a los principios de LCE de transparencia y competencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE respecto considerar además de inserto y/o ficha técnica para verificación de lo requerido, la presentación de folletería para verificación de lo requerido y se determinó que tratándose de Dispositivos Médicos si se acepta folletos informativos adicionales sobre los mismos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR.LAMB/GERESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA X 6 PIEZAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20502143973 | Fecha de envío : | 27/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION VALTAKS S.C.R.L. | Hora de envío : | 15:44:59 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

REQUISITO DE CALIFICACION:

1.3 Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte ¿BDPT vigente.

Según la Resolución Ministerial N.º 833-2015-MINSA, indica que es de cumplimiento obligatorio para las droguerías y almacenes especializados que participan a nivel nacional en el proceso de distribución y transporte de productos farmacéuticos, así como de dispositivos médicos que requieran condiciones de temperatura refrigerada y temperatura congelada.

Por lo tanto, se sugiere que se omita ese tipo de requisito de certificación de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte porque no corresponde para los productos de vestuario médico descartable debido a que son dispositivos médicos de bajo riesgo no estéril a temperatura ambiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base a los principios de LCE de transparencia y equidad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación, dado que no aplica en los productos solicitados en el presente proceso de solución no corresponden ser transportados bajo una cadena de frio,cabe resaltar que debe llegar en optima condiciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR.LAMB/GERESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA X 6 PIEZAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20502143973 | Fecha de envío : | 27/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION VALTAKS S.C.R.L. | Hora de envío : | 15:44:59 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Con filtración bacteriana (BFE) y viral (VFE) igual o mayor a 94%, vigente emitido por laboratorio nacional, el cual deberá ser emitido a nombre del fabricante ofertado.

Por una mayor pluralidad de postores, considerar conservar el porcentaje solicitado para mayor participación de postores. El 94% es una buena protección de filtración bacteriana (BFE) y viral (VFE) para los trabajadores de la entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base a los principios de LCE de igualdad de trato y competencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE Se hizo la consulta al área usuaria con respecto a conservar el porcentaje solicitado en las características técnicas del dispositivo médico, se determinó que éste porcentaje se cumplirá para todos los postores ya que está establecido dentro de los requisitos a cumplir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR.LAMB/GERESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA X 6 PIEZAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20502143973 | Fecha de envío : | 27/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION VALTAKS S.C.R.L. | Hora de envío : | 15:44:59 |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

DICE

ENTIDAD CONVOCANTE:

Nombre : GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

RUC Nº : 20163833094

Por favor aclarar al buscar el RUC: En el SEACE GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD. Como consulta RUC: GERENCIA REGIONAL DE SALUD y en las Bases: GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

Para la oferta, tramites, la firma de contrato y documentos contables de ser el caso, cuál se debe considerar para el nombre de la entidad, razón social.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.1 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base a los principios de LCE de transparencia e integridad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE

RUC 20163833094

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR.LAMB/GERESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA X 6 PIEZAS

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605701435 | Fecha de envío : | 27/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | LINAMES S.A.C. | Hora de envío : | 18:01:32 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

De acuerdo al artículo 16º de la Ley de Contrataciones del Estado. El área usuaria, debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, los bienes que se requirieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. Este artículo de la ley esta complementado con el artículo 29º del reglamento que indica las especificaciones técnicas que integran el requerimiento contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratación, y las condiciones en la que debe ejecutar la contratación.

En el CAPITULO III
PARA EL ITEM N° 01: KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS

En los componentes del Kit:
GORRO QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE
¿En las características no indican si es Gorro para cirujano o para enfermera?

CONSULTAMOS AL COMITÉ Se sirva aclarar lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Gorro es para enfermera tipo gusano descartable, con elástico suave y autoajustable, resistente, adaptable a cabello largo y corto, repelente a líquidos y fluidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-GR.LAMB/GERESA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGÍA X 6 PIEZAS

| | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605701435 | Fecha de envío : | 27/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | LINAMES S.A.C. | Hora de envío : | 18:01:32 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III

PARA EL ITEM N° 01: KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS

En las bases no están solicitando características del componente:

BOTA CUBRECALZADO ESTERIL DESCARTABLE

SOLICITAMOS AL COMITÉ SE SIRVA ACLARA SI EL COMPONENTE BOTA CUBRECALZADO ESTERIL DESCARTABLE DEBE DE TENER ELASTICO EN EL TOBILLO O QUE SEA CON SISTEMA DE SUJECIÓN CON 2 AMARRES EN LA PARTE SUPERIOR DE 38 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO

ALTO 29 CM

LARGO 38 CM

DE PUNTA A TALÓN

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: la Bota Cubrecalzado Estéril Descartable debe tener elástico y se determinó que sea con borde elástico que permita cubrir y mantenerse firmemente a toda talla de calzado, antideslizante, alta resistencia a la tracción, resistente a la humedad, repelente a fluidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null