

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código : 20604404291

Fecha de envío : 25/04/2025

Nombre o Razón social : LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:03:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de licitación y del área usuaria:

Junto con saludar cordialmente, y en el marco del proceso licitatorio actualmente en curso, me permito presentar la siguiente consulta respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

En particular, en el punto e) se señala que se debe presentar una declaración jurada mediante el Anexo N°3. Sin embargo, al revisar dicho anexo, se observa que este corresponde únicamente a una declaración de conformidad.

Considero que este formato podría ser insuficiente para acreditar de manera fehaciente el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. Además, puede generar ambigüedades que dificulten una evaluación objetiva, ya que muchas empresas podrían no cumplir efectivamente con lo requerido, sin que ello quede debidamente reflejado en la documentación exigida.

Por lo anterior, sugiero que, al igual que en otros procesos vistos dentro del OSCE, se considere permitir o solicitar expresamente que los oferentes adjunten documentación complementaria que respalde técnica y formalmente su oferta. Por ejemplo:

"ADJUNTAR FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FICHA TÉCNICA Y/O CARTA DEL FABRICANTE, LOS CUALES ACREDITEN DE MANERA FEHACIENTE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN OFERTADO Y PERMITAN CORROBORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS."

Esta práctica, ampliamente utilizada en otros procesos, aporta mayor claridad y respaldo técnico a las propuestas, y facilita una evaluación más precisa y objetiva, sin quitarle la oportunidad de ofertas a varias empresas lo cual es el objetivo de los procesos lanzados mediante la plataforma de contrataciones con el estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: e Página: 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la observación, quedando en las bases de la siguiente manera:

e) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (anexo N°3)

El postor deberá presentar, además de la declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas, una copia simple u original de brochures, catálogos, folletos o instructivos que validen el cumplimiento de las especificaciones y características esenciales del producto, tal como se detalla en la ficha de acreditación de características técnicas esenciales, la cual debe estar debidamente foliadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara en las bases

e) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (anexo N°3)

Entidad convocante :	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Nomenclatura :	AS-SM-6-2025-HNCH-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

El postor deberá presentar, además de la declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas, una copia simple u original de brochures, catálogos, folletos o instructivos que validen el cumplimiento de las especificaciones y características esenciales del producto, tal como se detalla en la ficha de acreditación de características técnicas esenciales, la cual debe estar debidamente foliadas y servirán para acreditar desde A01 hasta A040, así como desde B01 a B13, desde C01 hasta C03, D01 y E01

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:12:00

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con el fin de proporcionar un sustento fehaciente y facilitar la evaluación de las propuestas, es fundamental contar con la documentación necesaria que demuestre, ítem por ítem, el cumplimiento de las características técnicas solicitadas. Por ello, los invitamos a considerar el siguiente aspecto:

e) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Cap III de la presente sección (anexo N°3)

Además de la Declaración Jurada del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deberá adjuntar copia simple u original de brochures, catálogos, folletos o instructivos que acrediten el cumplimiento de las especificaciones y/o características sustanciales o esenciales del producto, tal como se detalla en la ficha de (FICHA DE ACREDITACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESENCIALES, debidamente foliadas.).Asimismo, se aceptará una carta del fabricante para aquellas especificaciones técnicas que no puedan ser sustentadas con la documentación mencionada.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 12
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art2 - Literal a Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la observación, ya que es válida la manera para poder realizar la evaluación correspondiente, quedando en las bases de la siguiente manera:

e) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (anexo N°3)

El postor deberá presentar, además de la declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas, una copia simple u original de brochures, catálogos, folletos o instructivos que validen el cumplimiento de las especificaciones y características esenciales del producto, tal como se detalla en la ficha de acreditación de características técnicas esenciales, la cual debe estar debidamente foliadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se incorporar a las bases

e) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (anexo N°3)

El postor deberá presentar, además de la declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas, una copia simple u original de brochures, catálogos, folletos o instructivos que validen el cumplimiento de las especificaciones y características esenciales del producto, tal como se detalla en la ficha de acreditación de características técnicas esenciales, la cual debe estar debidamente foliadas y servirán para acreditar desde A01 hasta A040, así como desde B01 a B13, desde C01 hasta C03, D01 y E01

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:12:00

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

FRENOS MANUALES EN LAS CUATRO RUEDAS Y FRENOS ELECTRICOS, PERMITIENDO LA CONFIGURACION DE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS A PARTIR DE LA PANTALLA CON UN SOLO TOQUE DESDE TRES UBICACIONES DIFERENTES

Con el propósito de fomentar la diversidad de postores, nos dirigimos al comité evaluador y al área usuaria para señalar que existen modelos de camas que disponen de pedales en las cuatro ruedas, mientras que otros presentan un sistema de frenado centralizado en los laterales o en la parte frontal y cabecera de la cama, los cuales cumplen el objetivo clínico principal del requerimiento: inmovilización rápida y segura de la cama desde distintos accesos operativos. Este sistema ha sido validado en unidades de cuidados intensivos y de hospitalización a nivel internacional, ofreciendo la activación y liberación de freno desde ambos lados de la cama, accesible en segundos.

FRENOS MANUALES EN LAS CUATRO RUEDAS O DE FORMA CENTRALIZADA, Y FRENOS ELÉCTRICOS (OPCIONALES), PERMITIENDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CapIII 5.1 **Literal:** A04 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART 2. C) Principio de Libre Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, SIENDO QUE "Y FRENOS ELECTRICOS, PERMITIENDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS A PARTIR DE LA PANTALLA CON UN SOLO TOQUE DESDE TRES UBICACIONES DIFERENTES." SE CONSIDERARÁ OPCIONAL, dado que no altera el funcionamiento inicial del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar a las beses

"Y FRENOS ELECTRICOS, PERMITIENDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS A PARTIR DE LA PANTALLA CON UN SOLO TOQUE DESDE TRES UBICACIONES DIFERENTES." SE CONSIDERARÁ OPCIONAL

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20521180260	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	OLIMPEX PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:12:00

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

A26 SOPORTE PARA TELEFONO CELULAR Y PUERTO USB PARA CARGAR EL TELEFONO CELULAR DEL PACIENTE

Consideramos pertinente sugerir que este requerimiento sea declarado como opcional, con el fin de fomentar la pluralidad de postores y ampliar la participación de diferentes marcas y soluciones que cumplan con las funciones clínicas esenciales de la cama hospitalaria, sin quedar excluidas por un accesorio no determinante para la atención del paciente.

Por ello, proponemos que la redacción quede de la siguiente manera:

Soporte para teléfono celular y puerto USB para cargar el teléfono del paciente (opcional)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAPIII 5.1 **Literal:** A26 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART 2 C) Principio de Libre Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, a fin de fomentar la mayor cantidad de postore y dado que este tipo de característica no limita el funcionamiento del equipo, se ha determinado acoger parcialmente la observación, por lo que tambien se aceptara :

SOPORTE PARA TELÉFONO CELULAR Y PUERTO USB PARA CARGAR EL TELÉFONO DEL PACIENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AGREGARA A LAS BASES INTEGRADAS :

SOPORTE PARA TELÉFONO CELULAR Y PUERTO USB PARA CARGAR EL TELÉFONO DEL PACIENTE

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

A04 FRENOS MANUALES EN PEDALES EN LAS CUATRO RUEDAS Y FRENOS ELECTRICOS, PERMITIENDO LA CONFIGURACION DE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS A PARTIR DE LA PANTALLA CON UN SOLO TOQUE DESDE TRES UBICACIONES DIFERENTES.

Siendo el propósito la seguridad del paciente y del personal de enfermería, y considerando que cada fabricante puede tener soluciones diferentes para un mismo propósito y a fin de ampliar la cantidad de postores, se solicita ampliar a:

A04 FRENO CENTRAL OPERADO MEDIANTE PEDALES EN LAS CUATRO RUEDAS Y FRENOS ELECTRICOS, PERMITIENDO LA CONFIGURACION DE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS A PARTIR DE LA PANTALLA CON UN SOLO TOQUE DESDE TRES UBICACIONES DIFERENTES O ACTIVACION AUTOMATICA DEL FRENO 60 SEGUNDOS DESPUES DE QUE LA CAMA SE CONECTE O 60 SEGUNDOS DESPUES DE LIBERARLOS SI LA CAMA NO SE MUEVE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, SIENDO QUE "Y FRENOS ELECTRICOS, PERMITIENDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS A PARTIR DE LA PANTALLA CON UN SOLO TOQUE DESDE TRES UBICACIONES DIFERENTES." SE CONSIDERARÁ OPCIONAL, dado que no altera el funcionamiento inicial del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Y FRENOS ELECTRICOS, PERMITIENDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS A PARTIR DE LA PANTALLA CON UN SOLO TOQUE DESDE TRES UBICACIONES DIFERENTES." SE CONSIDERARÁ OPCIONAL

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

A05 ALARMA VISUAL DE FRENOS NO APLICADOS, EN PANTALLA Y BARANDAS
Siendo el propósito la seguridad del paciente y del personal de enfermería, y considerando que cada fabricante puede tener soluciones diferentes para un mismo propósito y a fin de ampliar la cantidad de postores, se solicita ampliar a:
A05 ALARMA SONORA O SEÑAL VISUAL EN PANTALLA DE FRENOS NO APLICADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la observación dado que muchas veces el personal de enfermería asociado a la unidad de cuidados intensivos no requiere de revisar una pantalla sino que a través de las barandas puede ver algún tipo de freno, permitiendo ser observado a distancia, por lo que también se aceptará :

ALARMA VISUAL O SONORA DE FRENOS NO APLICADOS, EN PANTALLA Y BARANDAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE AGREGARA EN LAS BASES INTEGRADAS:

ALARMA VISUAL O SONORA DE FRENOS NO APLICADOS, EN PANTALLA Y BARANDAS

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

A11 ALARMA DE CAMA ADAPTABLE DE 3 ZONAS, QUE PERMITE EL AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD CON BASE EN LA CONFIGURACION DE LAS BARRERAS LATERALES.

A fin de convocar a un mayor número de postores, se solicita modificar a:

A11 ALARMA DE SALIDA DE LA CAMA DE 2 O MAS ZONAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en colaboración con el área usuaria, ha decidido aceptar parcialmente la observación, a fin de ampliar la especificación técnica se ha abierto a la salida de la cama de 2 o más zonas, dado que es una característica esencial para el cuidado del paciente. por lo que tambien se aceptara ::

ALARMA DE SALIDA DE LA CAMA DE 2 O MÁS ZONAS, QUE PERMITE EL AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AGREGARA EN LAS BASES INTEGRADAS:

ALARMA DE SALIDA DE LA CAMA DE 2 O MÁS ZONAS, QUE PERMITE EL AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código : 20502551311

Nombre o Razón social : ENDEL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 20:02:40

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

A12 CON FUNCION ¿IBED WATCH¿, PARA VERIFICACION DEL ESTADO DE LA CAMA, PARA GARANTIZAR QUE ELLA ESTE EN UNA POSICION SEGURA.

A fin de convocar a un mayor número de postores, se solicita modificar a:

A12 CON FUNCION PARA VERIFICACION DEL ESTADO DE LA CAMA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la observación, a fin de contar con una función que permita la verificación de la posición del paciente por lo que tambien se aceptara :

SOLUCION TECNOLOGICA O HERRAMIENTA QUE PERMITA MONITOREAR QUE EL PACIENTE ESTE EN UNA POSICION SEGURASE AGREGARA EN LAS BASES INTEGRADAS:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AGREGARA EN LAS BASES INTEGRADAS:

SOLUCION TECNOLOGICA O HERRAMIENTA QUE PERMITA MONITOREAR QUE EL PACIENTE ESTE EN UNA POSICION SEGURA

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

A12 CON FUNCION ¿IBED WATCH¿, PARA VERIFICACION DEL ESTADO DE LA CAMA, PARA GARANTIZAR QUE ELLA ESTE EN UNA POSICION SEGURA.

A fin de convocar a un mayor número de postores, se solicita modificar a:

A12 CON FUNCION PARA VERIFICACION DEL ESTADO DE LA CAMA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la observación, a fin de contar con una función que permita la verificación de la posición del paciente por lo que tambien se aceptara :

SOLUCION TECNOLOGICA O HERRAMIENTA QUE PERMITA MONITOREAR QUE EL PACIENTE ESTE EN UNA POSICION SEGURA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AGREGARA EN LAS BASES INTEGRADAS:

SOLUCION TECNOLOGICA O HERRAMIENTA QUE PERMITA MONITOREAR QUE EL PACIENTE ESTE EN UNA POSICION SEGURA

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

A14 EXTENSOR DE CAMA INTEGRADO, PERMITIENDO EXTENDER LA CAMA POR OTROS 30 CM, GARANTIZANDO UNA MAYOR FLEXIBILIDAD PARA PACIENTES MAS ALTOS.

Considerando el tamaño de la población peruana y a fin de convocar a un mayor número de postores, se solicita modificar a:

A14 EXTENSOR DE CAMA INTEGRADO, QUE PERMITA EXTENDER LA CAMA 22 CM O MAS, ALCANZANDO UN LARGO TOTAL DE LA PLATAFORMA DE MINIMO 237 CM, PARA COMODIDAD DE LOS PACIENTES MAS ALTOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la observación, dado que esta medida no afecta el funcionamiento del equipo, por lo que tambien se aceptara :

A14 EXTENSOR DE CAMA INTEGRADO, PERMITIENDO EXTENDER LA CAMA MINIMO 22 CM , GARANTIZANDO UNA MAYOR FLEXIBILIDAD PARA PACIENTES MAS ALTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara a las bases

EXTENSOR DE CAMA INTEGRADO, PERMITIENDO EXTENDER LA CAMA MINIMO 22 CM , GARANTIZANDO UNA MAYOR FLEXIBILIDAD PARA PACIENTES MAS ALTOS

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código : 20502551311

Nombre o Razón social : ENDEL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 20:02:40

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

A24 CON BARANDILLAS LATERALES CON 3 POSICIONES

A fin de convocar a un mayor número de postores, incrementar la seguridad del paciente al no dejar las barandillas en posición no segura, se solicita modificar a:

A24 CON BARANDILLAS LATERALES CON 3 POSICIONES (OPCIONAL)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, ACOGE su observacion, Y con el fin de permitir la mayor participación de postores, considerará esta característica como OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar en las bases:

OPCIONAL , para el A24 de las tecnicas

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código : 20502551311

Nombre o Razón social : ENDEL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 20:02:40

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

A27 EQUIPADA CON RUEDAS De 6" PARA FACILITAR EL TRANSPORTE.

Observación: de acuerdo con lo solicitado en B09 modificar:

A27 EQUIPADA CON RUEDAS DE 15 CM (6") PARA FACILITAR EL TRANSPORTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la la observación, dado que en un inicio se pidió 6 pulgadas que en centímetros son 15, por lo que se puede considerar 15 cm como mínimo, dado que no afectará la operatividad del equipo, por lo que tambien se aceptara :

A27 EQUIPADA CON RUEDAS DE MINIMO 15 CM (6 PULGADAS) PARA FACILITAR EL TRANSPORTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara a las bases integradas

A27 EQUIPADA CON RUEDAS DE MINIMO 15 CM (6 PULGADAS) PARA FACILITAR EL TRANSPORTE.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

A35 ARTICULACION GATCH PARA RODILLAS: 0° A 30° (+/-5°)
A fin de ampliar un mayor número de postores, y poder tener una mejora en las prestaciones alcanzando los 38°, se solicita modificar a:
A35 ARTICULACION GATCH PARA RODILLAS: 0° A 30° O MAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina NO acoger la observación, dado que no define un rango y no se necesita una angulación superior a la solicitada inicialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

A38 ALARMA DE SALIDA DE PACIENTE DE ZONA DESIGNADA: SENSIBILIDAD BAJA, SENSIBILIDA MEDIA Y SENSIBILIDAD ALTA.

A fin de ampliar un mayor número de postores, se solicita modificar a:

A38 ALARMA DE SALIDA DE PACIENTE DE ZONA DESIGNADA: SENSIBILIDAD EN ZONA BAJA Y ZONA MEDIA. SENSIBILIDAD ALTA (OPCIONAL).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la observación, a fin de brindar mayores postores, también se aceptará: A38 ALARMA DE SALIDA DE PACIENTE DE ZONA DESIGNADA: SENSIBILIDAD EN ZONA BAJA Y ZONA MEDIA. SENSIBILIDAD ALTA (OPCIONAL).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar en las bases integradas:

OPCIONAL para el A38 de las características

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

A39 INDICACIONES VISUALES DE MONITORIZACION DE ESTADO DE BARANDILLAS
A fin de ampliar un mayor número de postores y al ser rápidamente visible si una barandilla está arriba o abajo, se solicita modificar a:
A39 INDICACIONES VISUALES DE MONITORIZACION DE ESTADO DE BARANDILLAS (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la observación, a fin de brindar mayores postores, también se aceptará: A39 INDICACIONES VISUALES DE MONITORIZACION DE ESTADO DE BARANDILLAS (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar en las bases integradas :
(OPCIONAL) para el A39 de las características

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

A40 ALARMA POSICION BAJA

A fin de convocar a un mayor número de postores, se solicita modificar a:

A40 ALARMA POSICION BAJA (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la observación, a fin de brindar mayores postores, también se aceptará: A40 ALARMA POSICION BAJA (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar a las bases integradas

(OPCIONAL) para el A40 de las características

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

B01 LONGITUD TOTAL 227 CM (SIN EL ACCESORIO EXTENSOR DE LA CAMA) O MAYOR
Considerando el tamaño de la población peruana, no dificultar el traslado de la cama por pasillos y ascensores, y a fin de convocar a un mayor número de postores, se solicita modificar a:
B01 LONGITUD TOTAL 215 CM (SIN EL EXTENSOR DE LA CAMA) O MAS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina NO acoger la observación, dado que si bien existe un promedio de tamaño en la población peruana, se debe entender que no se puede limitar la atención a un paciente por cuestiones de tamaño.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código : 20502551311

Nombre o Razón social : ENDEL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 20:02:40

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

B02 LONGITUD TOTAL 258 CM (CON EL ACCESORIO EXTENSOR DE LA CAMA) O MAYOR

Considerando el tamaño de la población peruana, no dificultar el traslado de la cama por pasillos y ascensores, y a fin de convocar a un mayor número de postores, se solicita modificar a:

B02 LONGITUD TOTAL 237 CM (CON EL EXTENSOR DE LA CAMA) O MAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación a fin de permitir la mayor posibilidad de postores y dado que la longitud sugerida permitel a atención de pacientes de regular tamaño, por lo que también se aceptará: B02 LONGITUD TOTAL 237 CM (CON EL EXTENSOR DE LA CAMA) O MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar en las bases integradas

también se aceptará: B02 LONGITUD TOTAL 237 CM (CON EL EXTENSOR DE LA CAMA) O MAS

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

B05 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE 212 CM X 87 CM O MAYOR

Considerando el tamaño de la población peruana, no dificultar el traslado de la cama por pasillos y ascensores, y a fin de convocar a un mayor número de postores, se solicita modificar a:

B05 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE 208 CM X 86 CM O MAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina NO acoger la observación, dado que si bien existe un promedio de tamaño en la población peruana, se debe entender que no se puede limitar la atención a un paciente por cuestiones de tamaño.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

B06 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE 242 CM X 87 CM O MAYOR
Considerando el tamaño de la población peruana, no dificultar el traslado de la cama por pasillos y ascensores, y a fin de convocar a un mayor número de postores, se solicita modificar a:
B06 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE 230 CM X 86 CM O MAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la consulta, admitiendo que se aceptará SUPERFICIE PARA EL PACIENTE CON EXTENSOR SEGUN CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara en las bases
se aceptará SUPERFICIE PARA EL PACIENTE CON EXTENSOR SEGUN CADA FABRICANTE

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código : 20502551311

Nombre o Razón social : ENDEL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 20:02:40

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

B10 CARGA MAXIMA SEGURA: 240 KG O MAYOR

B11 PESO MAXIMO DEL PACIENTE: 220 KG O MAYOR

La diferencia de carga entre la carga máxima segura (240 KG) y la del peso del paciente (220 KG) es de apenas 20 kilos. Considerando que se trata de una cama UCI que suele soportar 65 kg en equipos, se solicita modificar a:

B11 PESO MAXIMO DEL PACIENTE: 185 KG O MAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina NO acoger la observación, dado que se debe tener la capacidad de atender todo tipo de paciente, sin tener limitaciones por peso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

B13 DIMENSIONES: 212 cm x 87 cm 16 cm O MAYOR.
Considerando que las dimensiones de la plataforma del colchón varían de acuerdo a cada fabricante, se solicita modificar a:
B13 DIMENSIONES DEL COLCHON QUE SE AJUSTEN A LAS MEDIDAS DE LA CAMA CON UNA ALTURA DE 16 CM O MAYOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la observación, en virtud de que el proveedor es libre ofertar el tamaño de cama, por lo tanto va junto al tamaño del colchón, lo que si prima es la altura de la altura, por lo que tambien se aceptara :

DIMENSIONES DEL COLCHON SEGÚN CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se incorporar en las bases integradas

DIMENSIONES DEL COLCHON SEGÚN CADA FABRICANTE.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código : 20502551311

Nombre o Razón social : ENDEL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 20:02:40

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

C01 PORTASUERO DE DOS ETAPAS HAVASU, SENCILLO
HAVASU es marca registrada y eso reduce el número de postores.
Modificar e incluir esta mejora a fin de ampliar el número de postores:
C01 PORTASUEROS TELESCÓPICO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la la observación, debido a que el tipo de portasuerto no interfiere en el funcionamiento del equipo y considerando que la función es la misma, por lo que tambien se aceptara : PORTASUERO DE ALTURA REGULABLE SEGUN CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara a las bases integradas:

se aceptara : PORTASUERO DE ALTURA REGULABLE SEGUN CADA FABRICANTE

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código : 20502551311

Nombre o Razón social : ENDEL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 20:02:40

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

C03 COLCHON CON SOPORTE DE GEL PARA PREVENIR TODAS LAS ETAPAS DE LESIONES POR PRESION

Aclarar si están solicitando un colchón activo, puesto que un colchón pasivo no previene todas las etapas de lesiones por presión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, aclara que la tecnología que ofrezca el postor deba cumplir con las características solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

C03 COLCHON CON SOPORTE DE GEL PARA PREVENIR TODAS LAS ETAPAS DE LESIONES POR PRESION
Considerando que cada fabricante puede tener soluciones diferentes para un mismo propósito y a fin de ampliar la cantidad de postores, se solicita modificar a:
C03 COLCHON ACTIVO CON TECNOLOGIA QUE PREVENGA TODAS LAS ETAPAS DE LAS LESIONES POR PRESION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, aclara que la tecnologia que ofrezca el postor debera cumplir con las características solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20502551311	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ENDEL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:02:40

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

C04 COLCHON QUE AYUDE A LA REDISTRIBUCION DE LA PRESION, EVITE EL CIZALLAMIENTO Y MICROCLIMA. Aclarar si lo que están solicitando es un colchón activo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, aclara que la tecnología que ofrezca el postor debiera cumplir con el ítem solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código : 20502551311

Nombre o Razón social : ENDEL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 20:02:40

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

C04 COLCHON ACTIVO QUE AYUDE A LA REDISTRIBUCION DE LA PRESION, EVITE EL CIZALLAMIENTO Y CONTROLE EL MICROCLIMA.

Mejorar la descripción cambiando a:

C04 COLCHON ACTIVO QUE AYUDE A LA REDISTRIBUCION DE LA PRESION, EVITE EL CIZALLAMIENTO Y CONTROLE EL MICROCLIMA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, aclara que la descripción solicitada es la misma que la mencionada, por lo que no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	22:45:12

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Hola a todos en el comité evaluador y el área usuaria. Queremos resaltar que, para hacer más fácil la evaluación de las propuestas, es súper importante tener toda la documentación que demuestre el cumplimiento de las características técnicas solicitadas. Por eso, les pedimos que tengan en cuenta lo siguiente:

e) Necesitamos una declaración jurada que confirme el cumplimiento de las especificaciones técnicas del numeral 3.1 del Capítulo III de esta sección (anexo N°3). Además de esa declaración, el postor debe incluir una copia simple o un original de brochures, catálogos, folletos o instructivos que respalden que se cumplen las especificaciones y características esenciales del producto, tal como se indica en la ficha de (FICHA DE ACREDITACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESENCIALES, FOLIADO). También aceptaremos una carta del fabricante para aquellas especificaciones técnicas que no se puedan respaldar con la documentación mencionada.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1 Literal: E Página: 12
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la observación, quedando en las bases de la siguiente manera:

e) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (anexo N°3)

El postor deberá presentar, además de la declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas, una copia simple u original de brochures, catálogos, folletos o instructivos que validen el cumplimiento de las especificaciones y características esenciales del producto, tal como se detalla en la ficha de acreditación de características técnicas esenciales, la cual debe estar debidamente foliadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara a las bases integradas

e) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (anexo N°3)

El postor deberá presentar, además de la declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas, una copia simple u original de brochures, catálogos, folletos o instructivos que validen el cumplimiento de las especificaciones y características esenciales del producto, tal como se detalla en la ficha de acreditación de características técnicas esenciales, la cual debe estar debidamente foliadas y servirán para acreditar desde A01 hasta A040, así como desde B01 a B13, desde C01 hasta C03, D01 y E01

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	22:45:12

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Con el objetivo de promover la diversidad de postores, queremos dirigirnos al comité evaluador y al área usuaria para destacar que existen diferentes modelos de camas en el mercado. Algunos cuentan con pedales en las cuatro ruedas, mientras que otros tienen un sistema de frenado centralizado segun criterio de cada fabricante.

Por lo tanto, les sugerimos que consideren el siguiente ítem de la siguiente manera:

Frenos manuales en las cuatro ruedas o de forma centralizada, junto con frenos eléctricos (opcionales), permitiendo la configuración de los frenos según cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A04 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, SIENDO QUE "Y FRENOS ELECTRICOS, PERMITIENDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS A PARTIR DE LA PANTALLA CON UN SOLO TOQUE DESDE TRES UBICACIONES DIFERENTES." SE CONSIDERARÁ OPCIONAL, dado que no altera el funcionamiento inicial del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se incorporara en las bases integradas:

Y FRENOS ELECTRICOS, PERMITIENDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS A PARTIR DE LA PANTALLA CON UN SOLO TOQUE DESDE TRES UBICACIONES DIFERENTES." OPCIONAL

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	22:45:12

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores y ampliar la posibilidad de que diferentes opciones puedan participar, consideramos importante que el soporte para teléfono celular y el puerto USB para cargar el teléfono del paciente sean considerados como opcionales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** A26 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área observación, a fin de fomentar la mayor cantidad de postore y dado que este tipo de característica no limita el funcionamiento del equipo, se ha determinado acoger parcialmente la observación, por lo que tambien se aceptara :

SOPORTE PARA TELÉFONO CELULAR Y PUERTO USB PARA CARGAR EL TELÉFONO DEL PACIENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara a las bases integradas:
SOPORTE PARA TELÉFONO CELULAR Y PUERTO USB PARA CARGAR EL TELÉFONO DEL PACIENTE

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A01 DISEÑO QUE AYUDE A PREVENIR LA ACUMULACIÓN DE LIQUIDO Y DE FACIL LIMPIEZA

Las camas eléctricas de UCI deben de ser lavables en máquina y declaran su nivel de protección con la certificación IPX6 como mínimo de sus componentes eléctricos.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A01 DISEÑO QUE SEA APTO PARA LAVADO EN MÁQUINA Y NIVEL DE PROTECCIÓN IPX6W.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en colaboración con el área usuaria, ha decidido NO ACOGER la consulta, la IPx6 es protección para chorros de agua potentes desde cualquier dirección, algo que nunca se va a dar en un ambiente hospitalario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A03 CON PANTALLA TACTIL LCD, SENSIBLE AL TOQUE, INTUITIVA

Las camas eléctricas tienen distintos tipos de mandos de control con pantalla LCD integradas en las barandas de la cama que varían según cada fabricante, y los comandos varían con botones o teclado de membrana como los más usados.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A03 PANEL DE CONTROL EN BARANDAS CON PANTALLA LCD, Y TECLADO DE MEMBRANA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en colaboración con el área usuaria, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE la consulta, aceptando un PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar a las bases

aceptando un PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A04 FRENOS MANUALES EN PEDALES EN LAS CUATRO RUEDAS Y FRENOS ELECTRICOS, PERMITIENDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS A PARTIR DE LA PANTALLA CON UN SOLO TOQUE DESDE TRES UBICACIONES DIFERENTES.

Las camas eléctricas tienen los frenos centralizados desde las ruedas a través de pedales para un mejor manejo y evitar la contaminación de las manos de los usuarios con la cama.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A04 FRENOS CENTRALIZADOS POR PEDALES DESDE LAS CUATRO (04) RUEDAS DE LA CAMA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, SIENDO QUE "Y FRENOS ELECTRICOS, PERMITIENDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS A PARTIR DE LA PANTALLA CON UN SOLO TOQUE DESDE TRES UBICACIONES DIFERENTES." SE CONSIDERARÁ OPCIONAL, dado que no altera el funcionamiento inicial del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar a las bases integradas

"Y FRENOS ELECTRICOS, PERMITIENDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS DE LAS RUEDAS A PARTIR DE LA PANTALLA CON UN SOLO TOQUE DESDE TRES UBICACIONES DIFERENTES." SE CONSIDERARÁ OPCIONAL

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A05 ALARMA VISUAL DE FRENOS NO APLICADOS, EN PANTALLA Y BARANDAS.

Las camas eléctricas tienen alarmas visuales o audibles de liberación de frenos y esto varía según cada fabricante..

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A05 ALARMA VISUAL O AUDIBLE DE LIBERACIÓN DE FRENOS DE LA CAMA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la consulta dado que muchas veces el personal de enfermería asociado a la unidad de cuidados intensivos no requiere de revisar una pantalla sino que a través de las barandas puede ver algún tipo de freno, permitiendo ser observado a distancia, por lo que tambien se aceptara :

ALARMA VISUAL O SONORA DE FRENOS NO APLICADOS, EN PANTALLA Y BARANDAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar a las bases integradas:

se aceptara : ALARMA VISUAL O SONORA DE FRENOS NO APLICADOS, EN PANTALLA Y BARANDAS

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A07 CON 5TA RUEDA DE DESPLIEGUE AUTOMATICO EN EL CENTRO PARA NAVEGAR POR CURVAS CERRADAS Y PASILLOS ESTRECHOS.

Las camas eléctricas tienen 5ta rueda y su despliegue o instalación varía según fabricante, por lo tanto se debe de ampliar para su consideración.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A07 CON 5TA RUEDA PARA UN MEJOR DESPLAZAMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la consulta, dado que el equipo no será retirado de la unidad de cuidados intensivos con frecuencia, por lo que no afecta el funcionamiento el poder acoger parcialmente esta consulta, quedando en las bases de la siguiente manera:

A07 CON 5TA RUEDA PARA UN MEJOR DESPLAZAMIENTO (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar en las bases

(OPCIONAL) para A07 CON 5TA RUEDA PARA UN MEJOR DESPLAZAMIENTO

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A08 CON BALANZA INTEGRADA, CON CAPACIDAD DE LECTURA DE PESO REAL/GANANCIA/PERDIDA E HISTORICO DEL PACIENTE PARA GARANTIZAR INFORMACIÓN OPORTUNA DEL PACIENTE.

Las camas eléctricas tienen distintas características que varían según cada fabricante, lo que si deben de asegurar es la puesta en 0 o tara, y contar con una pantalla, siendo lo más recomendable su instalación en la parte de la piecera de la cama en una base retráctil para evitar su daño.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A08 CON SISTEMA DE BALANZA INTEGRADA EN MANDO CON PANTALLA INSTALADO EN UNA BASE RETRACTIL DEBAJO DE LA PIECERA DE LA CAMA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en colaboración con el área usuaria, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE la consulta, dado que esta busca limitar la participación de postores bajo una premisa poco práctica y técnica, por lo que se acoge parcialmente la consulta, también se aceptará cama con presentación de balanza integrada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar en las bases

también se aceptará cama con presentación de balanza integrada.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A09 BALANZA CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 40 PESOS.

Esta característica es propia de una marca en específico lo cual no es prioritario y restringe la participación de postores, lo que si es importante es la precisión de medida de 200g o menor.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A09 BALANZA CON PRECISIÓN DE 200G O MENOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en colaboración con el área usuaria, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA, a fin de brindar una precisión en el pesaje del paciente, POR LO QUE TAMBIÉN SE ACEPTARÁ LA PRECISIÓN DE PESAJE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar en las bases

TAMBIÉN SE ACEPTARÁ LA PRECISIÓN DE PESAJE.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A10 CON SISTEMA PARA AGREGAR O QUITAR EQUIPOS ADICIONALES SIN ALTERAR EL PESO ACTUAL DEL PACIENTE.

Esta característica es reconocida como función de AUTO COMPENSACIÓN para poder bloquear el peso del paciente sin que afecte o altere la colocación de accesorios adicionales en la cama, por favor corregir el concepto para evitar su confusión.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A10 CON SISTEMA DE AUTO COMPENSACIÓN EN SISTEMA DE BALANZA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en colaboración con el área usuaria, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE la consulta presentada. puesto que no es precisa como lo solicitado, por lo que también se aceptará la terminología consultada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A11 ALARMA DE CAMA ADAPTABLE DE 3 ZONAS, QUE PERMITE EL AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD CON BASE EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS BARRERAS LATERALES.

Esta característica es propia de una marca en específico lo cual no es prioritario y restringe la participación de postores, por lo que se solicita la consideración de ELIMINARLA o como OPCIONAL.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A11 ALARMA DE CAMA ADAPTABLE DE 3 ZONAS, QUE PERMITE EL AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD CON BASE EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS BARRERAS LATERALES (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en colaboración con el área usuaria, ha decidido aceptar la consulta parcialmente a fin de ampliar la especificación técnica:

A11 ALARMA DE CAMA ADAPTABLE DE 3 ZONAS, QUE PERMITE EL AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD CON BASE EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS BARRERAS LATERALES (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara a las bases

(OPCIONAL) para A11 ALARMA DE CAMA ADAPTABLE DE 3 ZONAS, QUE PERMITE EL AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD CON BASE EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS BARRERAS LATERALES

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

- A12 CON FUNCIÓN ¿IBED WATCH¿, PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA CAMA, PARA GARANTIZAR QUE ELLA ESTÁ EN UNA POSICIÓN SEGURA.
- A23 SOPORTE PARA BOMBAS Y ENCHUFES AUXILIARES, QUE PERMITEN ORGANIZAR Y GESTIONAR LA ENERGÍA DE LOS APARATOS ELECTRÓNICOS PERSONALES Y/O MEDICOS DE SU PACIENTE DIRECTAMENTE DESDE EL PIE DE LA CAMA.
- A24 CON BARANDILLAS LATERALES DE 3 POSICIONES
- A25 CON INDICACIONES INTELIGENTES Y PANEL DE CONTROL DE SEGURIDAD
- A26 SOPORTE PARA TELEFONO CELULAR Y PUERTO USB PARA CARGAR TELEFONO CELULAR DEL PACIENTE
- A38 ALARMAS DE SALIDA DE PACIENTE DE ZONA DESIGNADA: SENSIBILIDAD BAJA, SENSIBILIDAD MEDIA Y SENSIBILIDAD ALTA.
- A39 INDICACIONES VISUALES DE MONITORIZACIÓN DE ESTADO DE BARANDILLAS
- A40 ALARMA POSICIÓN BAJA
- C01 PORTASUERO DE DOS ETAPAS HAVASU¿, SENCILLO

Esta característica es propia de una cama modelo PROCUITY¿, que es una marca registrada y exclusiva, y restringe claramente la participación de postores al ir en contra de los Principios que rigen las contrataciones del Estado, por lo que se solicita la consideración de ELIMINARLA o como OPCIONAL. Además está prohibido el uso de marcas comerciales y registradas en las fichas técnicas.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

- A12 CON FUNCIÓN ¿IBED WATCH¿, PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA CAMA, PARA GARANTIZAR QUE ELLA ESTÁ EN UNA POSICIÓN SEGURA (OPCIONAL)
- A23 SOPORTE PARA BOMBAS Y ENCHUFES AUXILIARES, QUE PERMITEN ORGANIZAR Y GESTIONAR LA ENERGÍA DE LOS APARATOS ELECTRÓNICOS PERSONALES Y/O MEDICOS DE SU PACIENTE DIRECTAMENTE DESDE EL PIE DE LA CAMA. (OPCIONAL)
- A24 CON BARANDILLAS LATERALES DE 3 POSICIONES (OPCIONAL)
- A25 CON INDICACIONES INTELIGENTES Y PANEL DE CONTROL DE SEGURIDAD (OPCIONAL)
- A26 SOPORTE PARA TELEFONO CELULAR Y PUERTO USB PARA CARGAR TELEFONO CELULAR DEL PACIENTE (OPCIONAL)
- A38 ALARMAS DE SALIDA DE PACIENTE DE ZONA DESIGNADA: SENSIBILIDAD BAJA, SENSIBILIDAD MEDIA Y SENSIBILIDAD ALTA. (OPCIONAL)
- A39 INDICACIONES VISUALES DE MONITORIZACIÓN DE ESTADO DE BARANDILLAS (OPCIONAL)
- A40 ALARMA POSICIÓN BAJA (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger la consulta en virtud de otras observaciones y con la finalidad de no limitar a los postores en funciones que pueden ser opcionales y no vitales en el funmcionamiento tanto del cuidado del paciente como funcionamiento dle equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A14 EXTENSOR DE CAMA INTEGRADO, PERMITIENDO EXTENDER LA CAMA POR OTROS 30CM, GARANTIZANDO UNA MAYOR FLEXIBILIDAD PARA PACIENTES MAS ALTOS

Las camas eléctricas tienen distintas características que varían según cada fabricante, como por ejemplo la extensión de la cama que puede ser desde 25cm como ampliación, y esto varía según cada fabricante.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A14 OPCION DE EXTENSIÓN DE CAMA SEGÚN CADA FABRICANTE, INCLUIRÁ COLCHÓN PARA LA EXTENSIÓN.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la la observación ya que tampoco menciona que tipo de solución ofrece como "opción de extensión" si es integrado o suelto, así mismo, dado que esta medida no afecta el funcionamiento del equipo, tambien se aceptaran:

A14 EXTENSOR DE CAMA INTEGRADO, PERMITIENDO EXTENDER LA CAMA MINIMO 22 CM , GARANTIZANDO UNA MAYOR FLEXIBILIDAD PARA PACIENTES MAS ALTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara a las bases
tambien se aceptaran:

A14 EXTENSOR DE CAMA INTEGRADO, PERMITIENDO EXTENDER LA CAMA MINIMO 22 CM , GARANTIZANDO UNA MAYOR FLEXIBILIDAD PARA PACIENTES MAS ALTOS

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A15 INTERFAZ DE LLAMADO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA CON CAPACIDAD DE CONECTARSE AL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL

Esta característica no es de necesidad ya que los pacientes en UCI son pacientes críticos y requieren una observación constante por la cantidad de equipos que se requieren para su sostenimiento, es por ello que esta cualidad no es prioritaria y más bien debe de ser considerada como OPCIONAL.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A15 INTERFAZ DE LLAMADO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA CON CAPACIDAD DE CONECTARSE AL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL (OPCIONAL).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger la observación a fin de brindar mayores pluralidades de postores, por lo que se aceptará

INTERFAZ DE LLAMADO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA CON CAPACIDAD DE CONECTARSE AL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL (OPCIONAL).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara a las bases

OPCIONAL para

INTERFAZ DE LLAMADO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA CON CAPACIDAD DE CONECTARSE AL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A16 TECNOLOGÍA PARA PROTOCOLOS PULMONARES Y DE MOVILIDAD TEMPRANA INCLUYENDO TERAPIA DE ROTACIÓN LATERAL.

Se consulta al comité, que se entiende que se requiere una inclinación lateral de la cama para la izquierda y derecha de 25° como mínimo.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A16 INCLINACIÓN LATERAL DE 25° O MAYOR PARA AMBOS LADOS DE LA CAMA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en colaboración con el área usuaria, se aclara que si se requiere una inclinacion de los laterales, sin embargo en haras de no limitar la pluralidad de postores no se indican los grados de inclinacion. por ello no hay modificacion en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A20 GANCHO FOLEY INTEGRADO.

A21 CON GANCHOS PARA SUJECCIONES INTEGRADOS.

Estos accesorios deben no son una descripción general de la cama, por lo que deben de ser eliminados ya que ya son requeridos en el numeral C01 PORTASUERO.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A20 GANCHO FOLEY INTEGRADO (OPCIONAL)

A21 CON GANCHOS PARA SUJECCIONES INTEGRADOS (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina NO acoger la observación, ya que la descripción es parte del sistema del portasuero aunque se encuentren en numerales distintos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

A27 EQUIPADAS CON RUEDAS DE 6¿ PARA FACILITAR EL TRANSPORTE

Los mejores fabricantes de camas eléctrica utilizan ruedas dobles de 150mm.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

A27 EQUIPADA CON RUEDAS DOBLES DE 150MM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, determina acoger parcialmente la la observación, dado que en un inicio se pidió 6 pulgadas que en centímetros son 15, por lo que se puede considerar 15 cm como mínimo, dado que no afectará la operatividad del equipo, por lo que tambien se aceptara :

A27 EQUIPADA CON RUEDAS DE MINIMO 15 CM (6 PULGADAS) PARA FACILITAR EL TRANSPORTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara en las bases

tambien se aceptara :

A27 EQUIPADA CON RUEDAS DE MINIMO 15 CM (6 PULGADAS) PARA FACILITAR EL TRANSPORTE.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

- A28 POSICION DE SILLA CARDIACA
- A29 CAMA PLANA, COLOCA EL PRODUCTO EN UNA POSICIÓN HORIZONTAL DE 0°
- A30 POSICIÓN FOWLER ARRIBA/ABAJO
- A31 POSICIÓN VASCULAR
- A32 GATCH ARRIBA/ABAJO
- A33 / TRENDELENBURG INVERSO

Se aprecia que utilizan términos de los movimientos propios de la marca que hemos hecho referencia, por lo que solicitamos la consideración de términos más utilizados para los movimientos de las camas.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

- A28 POSICION DE SILLA O ASIENTO
- A29 CAMA PLANA, COLOCA EL PRODUCTO EN UNA POSICIÓN HORIZONTAL DE 0°
- A30 ELEVAR RESPALDO ARRIBA/ABAJO
- A31 INCLINACIÓN LATERAL
- A32 ELEVAR PIERNAS ARRIBA/ABAJO
- A33 / TRENDELENBURG INVERSO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, indica que los términos utilizados son universales, por lo cual no limita la participación del postor, lo que permite una competencia efectiva y competitiva, así mismo, se aceptan varias de los puntos como sugeridos, a fin de ampliar la temrinología de la especificación técnica, sin embargo, la inclinación lateral sugerida en el A31 no cumple la misma función que la posición vascular, por lo que no se admite dicha consulta en ese punto,

- A28 POSICION DE SILLA CARDIACA O ASIENTO
- A29 CAMA PLANA O LEVEL O FUNCIÓN QUE COLOCA EL PRODUCTO EN UNA POSICIÓN HORIZONTAL DE 0°
- A30 POSICIÓN FOWLER O ELEVAR RESPALDO ARRIBA/ABAJO
- A31 POSICIÓN VASCULAR
- A32 GATCH O ELEVAR PIERNAS ARRIBA/ABAJO
- A33 / TRENDELENBURG INVERSO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

- A34 RESPALDO 0° A 65° (±5°)
- A35 ARTICULACIÓN GATCH DE RODILLAS 0° A 30° (±5°)
- A36 TRENDELENBURG/ANTITRENDELENBURG +12° A -12° (±5°)

Se aprecia que utilizan términos de los movimientos propios de la marca que hemos hecho referencia, por lo que solicitamos la consideración de las medidas más utilizados para los movimientos de las camas.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

- A34 RESPALDO 0° A 70° O MAYOR
- A35 ARTICULACIÓN PLANO DE MUSLOS 0° A 40° O MAYOR
- A36 TRENDELENBURG/ANTITRENDELENBURG +16°/-16° O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se decide acoger parcialmente algunas de las consultas, en el caso del A34, A35, dado que los valores solicitados de cambios son menores y no alteran el funcionamiento del equipo, así mismo, en relación al A36 se aclara mejor la posición del ±5°.

- A34 RESPALDO 0° A 65° O MAYOR
- A35 ARTICULACIÓN DE RODILLAS O PLANO DE MUSLOS 0° A 30° O MAYOR
- SE ACLARA EN EL PUNTO A36 , EL RANGO POSITIVO AL + 12 Y EL RANGO NEGATIVO AL -12

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

- B01 LONGITUD TOTAL 227CM (SIN EL ACCESORIO DE EXTENSOR DE LA CAMA) O MAYOR
- B02 LONGITUD TOTAL 258CM (CON EL ACCESORIO DE EXTENSOR DE LA CAMA) O MAYOR
- B03 ANCHO 105CM (CON BARANDILLAS SUBIDAS) O MAYOR
- B04 ANCHO 105CM (CON BARANDILLAS BAJAS) O MAYOR
- B05 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE 212CM X 87CM O MAYOR
- B06 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE CON EXTENSOR 242CM X 87CM O MAYOR
- B07 ALTURA MINIMA 28CM O MAYOR
- B08 ALTURA MAXIMA 75CM O MAYOR
- B10 CARGA MAXIMA SEGURA 240KG O MAYOR
- B11 PESO MAXIMO DE PACIENTE 220KG O MAYOR
- B12 COLCHON DE ESPUMA, ANTIESCARAS CON FUNDA EXTRAIBLE CON BASTIDORES DE CAMA COMPATIBLE
- B13 DIMENSIONES 212CM X 87CM X 16CM O MAYOR

Se aprecia que utilizan términos de los movimientos propios de la marca que hemos hecho referencia, por lo que solicitamos la consideración de las medidas más utilizados para los movimientos de las camas.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

- B01 LONGITUD TOTAL 227CM MAXIMO (SIN EL ACCESORIO DE EXTENSOR DE LA CAMA)
- B02 LONGITUD TOTAL 255CM MAXIMO (CON EL ACCESORIO DE EXTENSOR DE LA CAMA) (OPCIONAL)
- B03 ANCHO 104CM MAXIMO (CON BARANDILLAS SUBIDAS)
- B04 ANCHO 104CM MAXIMO (CON BARANDILLAS BAJAS)
- B05 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE 210CM X 90CM MAXIMO
- B06 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE CON EXTENSOR 245CM X 90CM MAXIMO
- B07 ALTURA MINIMA 45CM O MENOR
- B08 ALTURA MAXIMA 80CM O MAYOR
- B10 CARGA MAXIMA SEGURA 260KG O MAYOR
- B11 PESO MAXIMO DE PACIENTE 250KG O MAYOR
- B12 COLCHON DE ESPUMA CON COMPOSICION VISCOELASTICA CON FUNDA EXTRAIBLE
- B13 DIMENSIONES DEL CAOLCHON SEGÚN CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en colaboración con el área usuaria, ha decidido ACOGER DE MANERA PARCIAL algunas de las observaciones con la finalidad de que no altere lo solicitado inicialmente lo solicitado.

- B01 LONGITUD TOTAL 227CM O MAYOR (SIN EL ACCESORIO DE EXTENSOR DE LA CAMA)
- B02 LONGITUD TOTAL 237CM (CON EL ACCESORIO DE EXTENSOR DE LA CAMA) O MAYOR
- B03 ANCHO 104CM (CON BARANDILLAS SUBIDAS) O MAYOR
- B04 ANCHO 104CM (CON BARANDILLAS BAJAS) O MAYOR
- B05 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE 200CM X 90CM O DIMENSIONES MAYORES
- B06 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE CON EXTENSOR SEGUN CADA FABRICANTE

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

	Específico	III	3.1	22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
B07 ALTURA MINIMA 45CM O MENOR				
B08 ALTURA MAXIMA 75CM O MAYOR				
B10 CARGA DE TRABAJO SEGURA 240KG O MAYOR				
B11 PESO MAXIMO DE PACIENTE 220KG O MAYOR				
B12 COLCHON DE ESPUMA CON COMPOSICION VISCOELASTICA CON FUNDA EXTRAIBLE				
B13 DIMENSIONES DEL COLCHON SEGÚN CADA FABRICANTE.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

- B01 LONGITUD TOTAL 227CM (SIN EL ACCESORIO DE EXTENSOR DE LA CAMA) O MAYOR
- B02 LONGITUD TOTAL 258CM (CON EL ACCESORIO DE EXTENSOR DE LA CAMA) O MAYOR
- B03 ANCHO 105CM (CON BARANDILLAS SUBIDAS) O MAYOR
- B04 ANCHO 105CM (CON BARANDILLAS BAJAS) O MAYOR
- B05 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE 212CM X 87CM O MAYOR
- B06 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE CON EXTENSOR 242CM X 87CM O MAYOR
- B07 ALTURA MINIMA 28CM O MAYOR
- B08 ALTURA MAXIMA 75CM O MAYOR
- B10 CARGA MAXIMA SEGURA 240KG O MAYOR
- B11 PESO MAXIMO DE PACIENTE 220KG O MAYOR
- B12 COLCHON DE ESPUMA, ANTIESCARAS CON FUNDA EXTRAIBLE CON BASTIDORES DE CAMA COMPATIBLE
- B13 DIMENSIONES 212CM X 87CM X 16CM O MAYOR

Se aprecia que utilizan términos de los movimientos propios de la marca que hemos hecho referencia, por lo que solicitamos la consideración de las medidas más utilizados para los movimientos de las camas.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

- B01 LONGITUD TOTAL 227CM MAXIMO (SIN EL ACCESORIO DE EXTENSOR DE LA CAMA)
- B02 LONGITUD TOTAL 255CM MAXIMO (CON EL ACCESORIO DE EXTENSOR DE LA CAMA) (OPCIONAL)
- B03 ANCHO 104CM MAXIMO (CON BARANDILLAS SUBIDAS)
- B04 ANCHO 104CM MAXIMO (CON BARANDILLAS BAJAS)
- B05 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE 210CM X 90CM MAXIMO
- B06 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE CON EXTENSOR 245CM X 90CM MAXIMO
- B07 ALTURA MINIMA 45CM O MENOR
- B08 ALTURA MAXIMA 80CM O MAYOR
- B10 CARGA MAXIMA SEGURA 260KG O MAYOR
- B11 PESO MAXIMO DE PACIENTE 250KG O MAYOR
- B12 COLCHON DE ESPUMA CON COMPOSICION VISCOELASTICA CON FUNDA EXTRAIBLE
- B13 DIMENSIONES DEL CAOLCHON SEGÚN CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en colaboración con el área usuaria, ha decidido ACOGER DE MANERA PARCIAL algunas de las observaciones con la finalidad de que no altere lo solicitado inicialmente lo solicitado.

- B01 LONGITUD TOTAL 227CM O MAYOR (SIN EL ACCESORIO DE EXTENSOR DE LA CAMA)
- LONGITUD TOTAL 237CM (CON EL ACCESORIO DE EXTENSOR DE LA CAMA) O MAYOR
- B03 ANCHO 104CM (CON BARANDILLAS SUBIDAS) O MAYOR
- B04 ANCHO 104CM (CON BARANDILLAS BAJAS) O MAYOR
- B05 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE 200CM X 90CM O DIMENSIONES MAYORES

Entidad convocante :	HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Nomenclatura :	AS-SM-6-2025-HNCH-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

	Específico	III	3.1	22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
B06 SUPERFICIE PARA EL PACIENTE CON EXTENSOR SEGUN CADA FABRICANTE				
B07 ALTURA MINIMA 45CM O MENOR				
B08 ALTURA MAXIMA 75CM O MAYOR				
B10 CARGA DE TRABAJO SEGURA 240KG O MAYOR				
B11 PESO MAXIMO DE PACIENTE 220KG O MAYOR				
B12 COLCHON DE ESPUMA CON COMPOSICION VISCOELASTICA CON FUNDA EXTRAIBLE				
B13 DIMENSIONES DEL COLCHON SEGÚN CADA FABRICANTE.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

- C01 PORTASUERO DE DOS ETAPAS HAVASU¿ SENCILLO
- C02 COLCHON CON SOPORTE DE GEL PARA PREVENIR TODAS LAS ETAPAS DE LESIONES POR PRESION
- C03 COLCHON QUE AYUDE A LA REDISTRIBUCIÓN DE LA PRESIÓN, EVITE EL CIZALLAMIENTO Y MICROCLIMA

Se aprecia que utilizan términos de los movimientos propios de la marca que hemos hecho referencia, por lo que solicitamos la consideración de accesorios correctos y no repetidos.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

- C01 PORTASUERO DE ALTURA REGULABLE
- C02 COLCHON SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORMENTE DESCRITAS
- C03 SOPORTE PARA BALON DE OXIGENO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, indica que los términos utilizados son universales, por lo cual no limita la participación del postor, así mismo, en el caso de C01 se ha realizado el cambio según consultas previas y por otro lado, en referencia al C02 se admite que los postores presenten según su tecnología y en relación al C03 la consulta no tiene ningún tipo de relación con lo solicitado, por lo que no se acoge la consulta en relación a este punto, pero el resto de manera parcial.

- C01 PORTASUERO DE ALTURA REGULABLE SEGUN CADA FABRICANTE.
- C02 COLCHON SEGUN CADA FABRICANTE QUE CUMPLAN LAS CARACTETISTICAS SOLICITADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CAMILLAS CON RUEDAS O ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES (CAMA CAMILLA TIPO UCI) PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20552077637	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	S.G. MASTERLOG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:22

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Antecedentes:

La característica técnica indica:

E01 QUE CUMPLA CON LAS NORMATIVAS ¿

Se aprecia que sustentas con normativas de la marca que hemos hecho referencia, por lo que solicitamos la consideración de la normativa general de Mobiliarios médicos que es IEC 60601-2-52.

Observación:

Por lo expuesto, se observa esta característica técnica y se solicita su modificación:

E01 QUE CUMPLA CON LAS NORMATIVAS IEC 60601-2-52.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Dentro del marco de los Principios que rigen las contrataciones (literal g del artículo 2 de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con el análisis, el comité de selección, en colaboración con el área usuaria, aclara que el postor debiera leer con detalle las solicitudes de los ítems, debido a que el ítem también nombra normativas similares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null