

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 03/11/2023

Hora de envío : 12:55:49

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

solicitamos al comité de selección, aclarar bien las EETT de la pagina 23 a la 34, puesto que no se visualiza bien y se ve borroso.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: -      Página: -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE ACLARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 03/11/2023

Hora de envío : 12:55:49

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

no se visualiza bien el lugar y plazo de entrega, solicitamos al comité de selección que este legible las bases para poder ofertar el producto sin caer en error.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE ACLARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 03/11/2023

Hora de envío : 12:55:49

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

en la especificidad solicitan 98%, solicitamos al comité de selección que el minimo sea de 98% al 100%. Para asi permitir una mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION,se modificara las especificacion enlo siguiente:

- Especificidad 98 a 100%

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 03/11/2023

Hora de envío : 12:55:49

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Respecto al ítem SENSIBILIDA, solicitamos al comité de selección ampliar el rango, considerando un rango de 98% al 100% puesto que es lo más comercializado en el mercado.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** III    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA OBSERVACION, se precisa que lo solicitado se encuentra establecido en las especificaciones técnicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 03/11/2023

Hora de envío : 12:55:49

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

respecto al NIVEL DETECTABLE DE PSA mayor igual al 4 ng/ml , solicitamos al comité de selección ampliar el rango considerando un rango de 3ng/ml a 4ng/ml y asi permitir mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** -      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE A LA OBSERVACION,se modificara las especificaciones en lo siguiente:

¿Nivel detectable de PSA de 3ng/ml. a 4ng/ml.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 03/11/2023

Hora de envío : 12:55:49

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

respecto a la presentación del producto, solicitamos al comité de selección ampliar la presentación , considerando un rango de 25 a 30 determinaciones puesto que es lo mas comercializados en el mercado

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA OBSERVACION, que en las especificaciones tecnicas no se indica un rango especifico del kit con la finalidad de tener pluralidad de postores por ende considerando las presentaciones existentes en el mercado y de acuerdo a las cantidades requeridas segun el ANEXO 3 , no hay perjuicio en la presentacion del kit

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 03/11/2023

Hora de envío : 12:56:16

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

"En el CAPITULO II: DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA, observamos que no están solicitando el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte-BPDTA, el cual en base a la Resolución Ministerial N° 833-2018/MINSA, y sus modificatorias según la Resolución Ministerial N° 1000-2016/MINSA; que se encuentra en vigencia desde el 02 de enero del presente año, donde señala lo siguiente:

""Como conjunto de norma mínima obligatoria que establecen los requisitos y procedimiento operativos que deben cumplir los establecimientos que se dedican a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, distribución, dispensación y expendio de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y productos sanitarios, con el fin de garantizar el mantenimiento de la calidad, integridad, características y condiciones óptimas de los mismos durante el transporte de un lugar a otro.""

Según indican en la bases dichos productos van a ser usados en personas, en la cual el área usuaria debe velar por la integridad de las mismas, garantizando de esta manera que los productos lleguen desde los almacenes del postor hasta el almacén de la Entidad convocante, en óptimas condiciones conservando la calidad, integridad, características y condiciones del producto.

Por lo expuesto líneas arriba solicitamos al digno COMITE DE SELECCION, integrar como documento obligatorio el CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE emitido por DIGEMID a nombre del postor, y en caso de consorcio al menos uno de los consorciados debe presentar a su nombre dicha certificación."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225, Art.28 numeral 28.2 Literal a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE A LA OBSERVACION con lo solicitado, los bienes materia de la convocatoria no requiere condiciones de temperatura controladas (refrigerado o congelado) de acuerdo a la Modificatoria con RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1000-2016/MINSA, en artículo N°2 establece que el Certificado BPDYT es requerido para medicamentos y dispositivos medicos que requieren temperatura especiales

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:55

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Plazo de entrega

Las entregas posteriores según anexo nº 3

El anexo nº 3 es ilegible, no se puede visualizar cuantas entregas son, las cantidades de cada entrega y la frecuencia de cada entrega (mensual, bimensual, trimstral, etc) siendo esta información muy importante para poder plantear alguna consulta al respecto, esperando que este aspecto no incida o impida la participación de potenciales postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE ACLARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:55

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Importante

La presentación de los documentos señalados en el numeral 5.1 (cuando corresponda) aplica al momento de la validación técnica y al momento del internamiento

Solicitamos al comité en consulta, PRECISE que debemos entender ¿cuando corresponda¿ y también determinar en que momento se realiza la ¿validación técnica¿, si es al expediente presentado o de forma posterior a la buena pro.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** i    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA OBSERVACION,se precisa que la validacion tecnica se realiza en la evaluacion y calificacion de las ofertas y al momento de internamiento del bien.ademas precisar que existen insumos que no requieren registro sanitario por ende en ese caso u otro similar no corresponde la presentasion del requisito o documento acreditable.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	18:57:55

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Características técnicas

Toda esta sección es ILEGIBLE, dejando en indefensión a los postores sobre algún aspecto contenido en esta sección, solicitando tomar en cuenta este aspecto sobretodo que postores potenciales podrían no participar por no cumplir alguna regulación de las especificaciones técnicas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 3.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE ACLARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

---

Ruc/código : 20546950396

Nombre o Razón social : GRUPO D Y S S.R.L.

Fecha de envío : 06/11/2023

Hora de envío : 20:51:00

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, solicitamos que a partir del CAPITULO III de las Bases se realice un re-escaneo de todas las paginas, pues muchos de los textos son ilegibles debido a que se encuentran borrosos, lo cual podría ocasionar confusiones a los postores al momento de presentar la oferta

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** -      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE ACLARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20546950396

Nombre o Razón social : GRUPO D Y S S.R.L.

Fecha de envío : 06/11/2023

Hora de envío : 20:51:00

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, solicitamos se amplíe el plazo de entrega a partir de la segunda entrega, siendo que este sea de 55 días contados a partir de la fecha de emitida la primera orden de compra, con el fin de brindarle a los postores el suficiente tiempo para poder entregarle el total de la mercadería con la vigencia solicitada y asegurando la calidad y el buen estado de los productos

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.8      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, se modificara las especificaciones tecnicas en lo siguiente:

-La segunda entrega se realizará a los sesenta (60) días calendarios del mes programado, según cronograma Anexo N°3 habiéndose notificado la orden de compra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código : 20546950396

Nombre o Razón social : GRUPO D Y S S.R.L.

Fecha de envío : 06/11/2023

Hora de envío : 20:51:00

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité, observamos que en las Especificaciones Técnicas del producto, no se especifica la forma de presentación de este, por lo que solicitamos al Comité, que la presentación del producto sea en caja x 40 unidades, garantizando la integridad del producto para su transporte y almacenamiento

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** -    **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA LA OBSERVACION, que en las especificaciones tecnicas no se indica un rango especifico del kit con la finalidad de tener pluralidad de postores por ende considerando las presentaciones existentes en el mercado y de acuerdo a las cantidades requeridas segun el ANEXO 3 , no hay perjuicio en la presentacion del kit

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-56-2023-DIRIS LS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE PRUEBA RÁPIDA PARA ANTIGENO PROSTÁTICO PSA ESPECIFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRIS LIMA SUR

Ruc/código :	20393025868	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DISE EIRL	Hora de envío :	20:54:38

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Saludos Cordiales, con respecto al cronograma de entregas y los plazos establecidos, solicitamos que la Entidad acepte ofrecer un plazo de 60 días calendarios para la 2°Entrega, con el fin de que los postores puedan contar con el suficiente tiempo para realizar el despacho debido a las grandes cantidades solicitadas entre periodos de tiempo muy cortos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.8 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION,se modificara las especificaciones tecnicas en lo siguiente:  
-La segunda entrega se realizará a los siete (60) días calendarios del mes programado, según cronograma Anexo N°3 habiéndose notificado la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null