

Proceso de Selección	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2024-GRA-IREN-SUR
Objeto	ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 25 PARAMETROS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE PATOLOGIA CLINICA DEL IREN SUR
Acta	RECEPCIÓN, APERTURA DE PROPUESTAS, EVALUACIÓN Y BUENA PRO

En Arequipa hoy 12 de junio del 2024, siendo las 09:00 horas del día se reunieron en las instalaciones del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN-SUR), en la oficina de logística, el comité de selección nombrado mediante Resolución Gerencial N°095-2024-GRA-GRS-GR-IRENSUR-G integrador por:

COMITE DE SELECCIÓN	DR. JUAN JOSE DIAZ ROSSEL Presidente del Comité
	DR. FREDY AGUILAR PUMA Primer Miembro
	SRA. JOYSSY MALU MOTTA CHAVEZ Segundo Miembro

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

El presidente del comité de selección en presencia de todos los miembros comenzó a la apertura electrónica del sobre de las empresas debidamente inscrita como participante en el presente proceso

Nro.	RUC	Nombre o Razón Social	SE PRESENTO
1	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	SI SE PRESENTO
2	20501887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	SI SE PRESENTO
3	20505110651	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	NO SE PRESENTO
4	20524590876	MEDIDEN S.A.C.	NO SE PRESENTO
5	20524800510	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	NO SE PRESENTO
6	20537139120	DELTALAB PERU S.A.C.	NO SE PRESENTO
7	20549445439	VIKMAR S.A.C.	NO SE PRESENTO
8	20601224250	SIGMALAB S.A.C.	NO SE PRESENTO
9	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	NO SE PRESENTO
10	20611172461	ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L.	NO SE PRESENTO

El presidente del comité de selección procede a la apertura de las propuestas presentadas vía electrónica a través de la plataforma del SEACE 3.00 y se verifica el contenido de la propuesta

N°	POSTOR	N° COPIAS	FOLIOS
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	1 COPIA	208 FOLIOS
2	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	1 COPIA	156 FOLIOS

El comité de selección procedió a revisar los documentos de presentación obligatoria de cada uno de los postores siendo el siguiente resultado:

ITEM N°001 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 25 PARAMETROS

N°	Postor	ÍTEM	Documentos de presentación obligatoria	Cumple los EE.TT.	Admitido
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	1	SI	SI	SI
2	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	1	SI	NO	NO

La propuesta presentada por el postor **DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.**, no cumple con las especificaciones técnicas de las Bases Integradas solicitadas en la página 22 **características: Volumen de aspiración 160 ul o 165 ul o menos en modo tubo abierto**, según la propuesta presentada en el folio 049 **Volumen de aspiración: 165 L**, por lo tanto, los miembros del comité de selección **NO ADMITE** la propuesta presentada por el postor **DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.**

Después de la revisión de los documentos de presentación obligatoria y de las especificaciones técnicas siendo este el resultado de las propuestas admitidas:

N°	POSTOR	ITEM	ADMITIDO
01	SISTEMAS ANALITICOS SRL	01	SI
02	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	01	NO

FACTOR DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

El comité de selección procedió a efectuar la calificación de las propuestas de los postores debidamente admitidos:

ITEM N°001 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 25 PARAMETROS

N°	POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR	CALIFICA
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	SI	SI

VERIFICACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (VALOR ESTIMADO)

El comité de selección verifica el valor estimado de cada uno de los ítems de la propuesta económica de los postores que fueron admitidos:

ITEM N°001 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 25 PARAMETROS

N°	POSTOR	VALOR REFERENCIAL	PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA	ADMITIDO
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	68,400.00	68,194.80	SI

FACTOR DE EVALUACIÓN

Se procedió a efectuar la verificación del valor estimado del ítem de la propuesta económica del postor que fue admitido.

ITEM N°001 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 25 PARAMETROS

N°	POSTOR	PUNTAJE ECONÓMICO	ORDEN DE PRELACIÓN
1	SISTEMAS ANALITICOS SRL	100.00	1

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Conforme al resultado obtenido, se otorga la buena pro al postor ganador que ha cumplido con todos los requerimientos solicitados.

ITEM N°001 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 25 PARAMETROS

POSTOR GANADOR	MONTO
SISTEMAS ANALITICOS SRL	68,194.80

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

CONCLUSIÓN

Siendo las 10:45 horas del mismo día, se procedió a cerrar la presente acta, suscribiéndola los miembros del Comité de selección.

DR. JUAN JOSE DIAZ ROSSEL
Presidente del Comité de selección
AS N°012-2024-GRA-IREN SUR

DR. FREDY AGUILAR PUMA
PRIMER MIEMBRO

SRA. JOYSSY MALU MOTTA CHAVEZ
SEGUNDO MIEMBRO