

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20451829913

Nombre o Razón social : DBG SOLUCIONES S.A.C

Fecha de envío : 18/05/2023

Hora de envío : 15:39:26

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

Solicitan: A08 Dos (02) paneles de control de parámetros de corte: uno (01) en el equipo que permita visualizar el espesor de corte y número de cortes y uno (01) separado del equipo que pueda ubicarse en la derecha o izquierda, o una (01) panel frontal desmontable o despegable que permita visualizar el espesor de corte y número de cortes y que pueda ubicarse a la derecha o a la izquierda del equipo. Solicitamos amablemente al comité a fin de fomentar la pluralidad de marcas, aceptar también como alternativa panel frontal : pantalla táctil inteligente, fácil de operar de 5" (12.7cm) que es una tecnología mucho más moderna de lo que están requiriendo y esto permite visualizar con más legibilidad el número de cortes y el espesor de corte. Siendo el requerimiento: A08 Dos (02) paneles de control de parámetros de corte: uno (01) en el equipo que permita visualizar el espesor de corte y número de cortes y uno (01) separado del equipo que pueda ubicarse en la derecha o izquierda, o un (01) panel frontal desmontable o despegable que permita visualizar el espesor de corte y número de cortes y que pueda ubicarse a la derecha o a la izquierda del equipo, o Panel frontal pantalla táctil inteligente, fácil de operar de 5", que permita visualizar el número de cortes y el espesor de corte.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Las especificaciones técnicas han sido homologadas por la entidad, las cuales fueron elaboradas por los profesionales de las áreas usuarias de las redes asistenciales y del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación -IETSI, las mismas que han sido consideradas en el estudio de mercado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20100162238

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.

Hora de envío : 17:19:02

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

E n l a s b a s e s s o l i c i t a n A07 Pinzas(s) con ajuste para muestras estandar: muestras en casete (CASSETTE) Universal de Inclusion y opcionalmente portabloques con sistema de enfriamiento ANTECEDENTE

Las pinzas con ajuste para muestras estandar pueden ser para CASSETTES o para BLOQUES de PARAFINA. Las pinzas con sistema de enfriamiento son utilizadas en zonas de mucho calor como es el caso del Piura y Tumbes, la selva y donde no se tienen sistemas de aire acondicionado CONSULTA

Se consulta al comité de selección si lo que estan solicitando es una pinza con ajuste estandar para cassettes de diferentes marcas del mercado, dejando como opcional la pinza para bloques de parafina con sistema de enfriamiento puesto que la pinza con sistema de enfriamiento es un accesorio adicional que suma precio en el equipo si realmente no se va a utilizar

**Acápite de las bases : Sección: Especifico**

**Numeral: III**

**Literal: 3.1**

**Página: 96**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que se solicita pinza(s) con ajuste para muestra estándar: Muestras en casete (cassette) Universal y es opcional el portabloques, con sistema de enfriamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20100162238

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT  
COMPANY DEL PERU S.A.

Hora de envío : 17:19:02

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan: Dos (02) portacuchillas que permita el uso de hojas (navajas) descartables de perfil alto y bajo. A N T E C E D E N T E Antiguamente los microtomos utilizaban portacuchillas independientes, uno para perfil alto y otro para perfil bajo. Sin embargo actualmente los microtomos actuales incluyen en su portafolio portacuchillas que permiten trabajar tanto c u c h i l l a s d e p e r f i l b a j o y a l t o . CONSULTA. Solicitamos al Comité Especial si aceptará solo 01 portacuchillas cuando este mismo permita el trabajo tanto con cuchillas de perfil alto y bajo

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. Las especificaciones técnicas han sido homologadas por la entidad, las cuales fueron elaboradas por los profesionales de las áreas usuarias de las redes asistenciales y del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, las mismas que han sido consideradas en el estudio de mercado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Se solicita presentar adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, información técnica del fabricante (folletos, catálogos, manuales, hojas técnicas, brochure, carta) del equipo principal, componentes y/o accesorios para sustentar que los bienes ofertados cumplen con los requerimientos solicitados por ESSALUD. Considerando que alguna data puede encontrarse en idioma original del fabricante

C O N S U L T A  
Podrá entregarse el documento original en el idioma del fabricante acompañado de traducción simple en español

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, para el sustento técnico de las especificaciones técnicas los participantes pueden presentar el documento original en el idioma del fabricante del equipo ofertado acompañado de la traducción simple al español, en esta debe consignar el nombre completo del traductor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para el sustento técnico de las especificaciones técnicas los participantes pueden presentar el documento original en el idioma del fabricante del equipo ofertado acompañado de la traducción simple al español, en esta debe consignar el nombre completo del traductor.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:19:02

Consulta: Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Se solicita presentar adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, información técnica del fabricante (folletos, catálogos, manuales, hojas técnicas, brochure, carta) del equipo principal, componentes y/o accesorios para sustentar que los bienes ofertados cumplen con los requerimientos solicitados por ESSALUD. Considerando que alguna data puede encontrarse en idioma original del fabricante. ANTECEDENTE Essalud en el comun denominador de sus procesos acepta CARTA DEL FABRICANTE para sustento de los puntos no encontrados en catalogos o manuales

C O N S U L T A  
Consultamos al Comité Especial si existe un máximo de 05 puntos a permitirse sustentarse en la Carta del Fabricante para los puntos de cumplimiento no encontrados de catalogos del fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, para el cumplimiento de las especificaciones técnicas el proveedor deberá presentar información técnica del fabricante (folletos, catálogos, manuales, hojas técnicas, brochure, carta), por lo tanto si puede presentar carta del fabricante del equipo para el sustento de las especificaciones técnicas que no se encuentran en los (folletos, catálogos, manuales, hojas técnicas, brochure).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:19:02

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

No se indica nada en relacion a la velocidad de alimentacion de la muestra motorizado. Se  
ANTECEDENTE pueden manejar Velocidades de alimentacion de la muestra en forma lenta 75 / 150 / 300 / 600 ¿m / s. y rapida hasta 3,000 ¿m / s CONSULTA  
Deberá el equipo permitir el Avance/retorno motorizado de la muestra en forma lenta en al menos 02 velocidades y en forma rapida en el oreden de 1800 o 3000 ¿m / s

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 96

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto se aclara que, en el numeral A17 de la ficha técnica del IETSI lo requerido es el siguiente: Velocidad de corte o seccionamiento motorizado: De 10 mm/s o menos a 300 mm/s o mas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20100162238

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT  
COMPANY DEL PERU S.A.

Hora de envío : 17:19:02

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

No se indica nada en relacion a la proteccion de la muestra  
C O N S U L T A :  
Requeriran 2 posiciones de memoria de avance de la muestra y retraccion variable para la proteccion de la muestra

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 96

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto se aclara que en el numeral A09 de las Especificaciones Técnicas del IETSI, lo requerido es el siguiente: Con sistema de retracción de la muestra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20606088630

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION SINAPSYS S.A.C.

Hora de envío : 17:49:05

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

A04. CUATRO (04) MODOS DE CORTE MANUAL BASCULANTE, CORTE MOTORIZADO CONTINUO (MULTIPLE), CORTE MOTORIZADO SIMPLE Y CORTE MOTORIZADO PASO A PASO (INTERVALOS), COMO MINIMO.

Se CONSULTA al comité de selección si podrán ACEPTAR lo siguiente:

Solicitamos de manera amable al comité especial, considerar alternativamente funciones del equipo que permitan al usuario obtener las ventajas de operar un equipo automatico, tales como Desbaste, Corte de avance rapido, Retroceso rapido, Retraccion automatica, ademas de opcion de cambiar de modo automatico a manual.

Por lo tanto solicitamos se pueda ampliar las especificaciones a:

A04. CORTE MANUAL BASCULANTE, CORTE MOTORIZADO CONTINUO (MULTIPLE), CORTE MOTORIZADO SIMPLE Y CORTE MOTORIZADO PASO A PASO (INTERVALOS), O ALTERNATIVAMENTE CORTE DE AVANCE RAPIDO, RETROCESO RAPIDO, RETRACCION AUTOMATICA, OPCION DE CAMBIO DE MODO AUTOMATICO A MANUAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: APENDICE G Página: 96

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. Las especificaciones técnicas han sido homologadas por la entidad, las cuales fueron elaboradas por los profesionales de las áreas usuarias de las redes asistenciales y del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, las mismas que han sido consideradas en el estudio de mercado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20606088630

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION SINAPSYS S.A.C.

Hora de envío : 17:49:05

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

A08. DOS PANELES DE CONTROL DE PARAMETROS DE CORTE: UNO (01), SEPARADO DEL EQUIPO, DE INCLINACIÓN AJUSTABLE Y QUE PUEDA UBICARSE A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA DEL EQUIPO O UN (01) PANEL FRONTAL DESMONTABLE O DESPEGABLE QUE PERMITA VISUALIZAR EL ESPESOR DE CORTE Y EL NUMERO DE CORTES, DE INCLINACIÓN AJUSTABLE Y QUE PUEDA UBICARSE A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA DEL EQUIPO

Se CONSULTA al comité de selección si podrán ACEPTAR lo siguiente:

Nuestro equipo cuenta con 01 (un) Panel de control fijo o integrado al micrótopo, además de 01 (un) panel de control adicional externo. Solicitamos de manera amable al comité especial, aclarar si dicha característica esta dentro de los solicitado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** APENDICE G **Página:** 96

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que en el punto número A08 lo requerido es el siguiente: Dos (02) paneles de control de parámetros de corte: Uno (01) en el equipo que permita visualizar el espesor de corte y el número de cortes y uno (01) separado del equipo que pueda ubicarse a la derecha o izquierda del equipo o un (01) panel frontal desmontable o desplegable que permita visualizar el espesor de corte y el número de cortes y que pueda ubicarse a la derecha o a la izquierda del equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	17:49:05

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

B05. VELOCIDAD DE CORTE MOTORIZADO: DE 10 mm/s O MENOS A 300 mm/s O MÁS.

Solicitamos de manera amable al comité especial, aceptar como alternativa Ajuste de velocidad de 1,500 um/s a 3,500 um/s, toda vez que el rango de velocidad es dependiente de cada fabricante y oscila en rangos o medidas similares. Por lo tanto, para una mayor pluralidad de postores de diferentes marcas y modelos, solicitamos amablemente ampliar las especificaciones a:

¿ B05. VELOCIDAD DE CORTE MOTORIZADO: DE 10 mm/s O MENOS A 300 mm/s O MÁS. ALTERNATIVAMENTE SE ACEPTARA AJSUTE DE VELOCIDAD DE 1,500 UM/S A 3,500 UM/S A MAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: APENDICE G Página: 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Las especificaciones técnicas han sido homologadas por la entidad, las cuales fueron elaboradas por los profesionales de las áreas usuarias de las redes asistenciales y del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, las mismas que han sido consideradas en el estudio de mercado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:52:55

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En el apéndice D se indica que el plazo de entrega será de 45 días calendarios.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que el plazo de entrega será contabilizado a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: III **Literal:** APENDICE D **Página:** 414

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, se aclara que de acuerdo a las condiciones generales establecidas en el literal 9.2., se determina que el plazo máximo de entrega se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:52:55

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En la página 17 de las Bases se indica que se debe adjuntar la siguiente documentación para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

-Folletos, catálogos, manuales, hojas técnicas, brochure, carta.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que al indicar que se podrá adjuntar carta, se refieren a que se podrá adjuntar CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE para acreditar fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** II

**Literal:** e)

**Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, se puede sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mediante carta emitida por el fabricante del equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:52:55

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

En el numeral 2.5 Perfeccionamiento de contrato, no se visualiza el horario de atención de la oficina de Mesa de Partes, en ese sentido, solicitamos al Comité de Selección establecer el horario de atención a fin de que el postor ganador de la buena pro tenga conocimiento del horario establecido con la finalidad de presentar la documentación requerida.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.5      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta su consulta, el horario de atención es de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- El postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida Mesa de Partes del ESSALUD, sito en Jr. Domingo Cueto N° 120, Jesús María Lima, EN EL HORARIO DE 08:00 AM A 16:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:52:55

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que todos los FORMATOS del 1 al 16 son formatos para considerarse para la etapa de ejecución contractual.

Solicitamos ACLARAR la presente consulta.  
(VER PAGINAS 439 AL 424)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** FORMATOS      **Página:** 439

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se calara que son los formatos que se presentaran para su trámite después de la firma del contrato, según las condiciones generales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:52:55

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Solicitan:

Desplazamiento (avance/retroceso) y corte: Motorizado y manual.

Como es de conocimiento, el desplazamiento de avance/retroceso en los micrótomos de rotación automáticos (bien objeto de la convocatoria) es motorizado, es decir, el mecanismo es alimentado por un motor eléctrico. En ese sentido los fabricantes tienen distintas formas de activar este mecanismo motorizado, entre las formas más usadas son botones de activación en el panel de control (Diapath, entre otros), ruedas (Thermo) o manivelas electrónicas (Leica).

Para el caso del corte, tiene un mecanismo mecánico y eléctrico que le permite realizar el movimiento de la manivela de corte a través de un mecanismo motorizado y por un mecanismo manual o mecánico.

En conclusión, para el caso del desplazamiento (avance/retroceso) este siempre es motorizado y puede ser activado a través de distintos mecanismos de manera manual (Presionando un botón, girando una rueda o manivela).

De lo expuesto solicitamos aceptar un equipo que realice el desplazamiento (avance/retroceso) motorizado y este pueda ser activado de manera manual a través de botones, ruedas o manivelas. Sin modificar la especificación establecida en el IETSI y cumpliendo con la finalidad de la especificación.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** A02      **Página:** 406

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto en el numeral A02, lo requerido es el siguiente: Desplazamiento (avance/retroceso) y corte: Motorizado y Manual.

Se aclara que, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, ha determinado los requerimientos técnicos mínimos de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias, por lo tanto, el equipo ofertado tiene que cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas solicitados en la ficha técnica. El cual no limita la participación del participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20501887286

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Fecha de envío : 18/05/2023

Hora de envío : 17:52:55

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Solicitan:

Dos (02) paneles de control de parámetros de corte: Uno (01) en el equipo que permita visualizar el espesor de corte y el número de cortes y uno (01) separado del equipo que pueda ubicarse a la derecha o izquierda del equipo o un (01) panel frontal desmontable o desplegable que permita visualizar el espesor de corte y el número de cortes y que pueda ubicarse a la derecha o a la izquierda del equipo.

En el mercado encontramos micrótomos que tienen un panel de control integrado en el equipo que permiten visualizar el espesor de cortes, mas no el número de cortes. Pero a su vez muestran parámetros más importantes como el modo de corte, posición del portamuestras y el estado del bloqueo de la manivela. La información del número de cortes es mostrado en el panel de control separado o externo.

De lo expuesto solicitamos aceptar como un equipo con un (01) panel de control en el equipo que permita visualizar el espesor de corte y/o el número de cortes y uno (01) separado que pueda ubicarse a la derecha o a la izquierda del equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** A08

**Página:** 406

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. Las especificaciones técnicas han sido homologadas por la entidad, las cuales fueron elaboradas por los profesionales de las áreas usuarias de las redes asistenciales y del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, las mismas que han sido consideradas en el estudio de mercado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 18/05/2023

Hora de envío : 18:20:53

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

"En las bases del presente requerimiento solicitan: CUATRO (04) MODOS DE CORTE: CORTE MANUAL BASCULANTE, CORTE MOTORIZADO CONTINUO (MULTIPLE), CORTE MOTORIZADO SIMPLE Y CORTE MOTORIZADO PASO A PASO (INTERVALOS), COMO MINIMO.

A nuestro entender el modo de CORTE MOTORIZADO PASO A PASO, tiene como principio el avance de la muestra mediante la pulsación sostenida de los botones de avanza/para.

Teniendo esta premisa, hay microtomos en el mercado que son totalmente automatizados, por cual NO REQUIERE la opción de mantener pulsado un botón o pedal para poder mantener el movimiento del porta muestra para el corte, dado que dentro de las mejoras tecnológicas que actualmente se encuentran en el mundo, se puede configurar diferentes pasos que hacen de este modo de corte solicitado pueda hacerse de manera automática.

Teniendo esta mejora tecnológica como base, solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria pueda aceptar y modificar la especificación técnica a: ¿TRES (03) MODOS DE CORTE: CORTE MANUAL BASCULANTE, CORTE MOTORIZADO CONTINUO (MULTIPLE), CORTE MOTORIZADO SIMPLE O CORTE MOTORIZADO PASO A PASO , COMO MINIMO¿, Permitiendo así la pluralidad de postores y cumpliendo con lo citado en el Artículo 16 del Texto unico ordenado de la ley de contrataciones con el estado, ya que de lo contrario se vulneraria lo estipulado en el artículo 2.a de la misma ley.

"

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: III

**Literal:** 3.1

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. Las especificaciones técnicas han sido homologadas por la entidad, las cuales fueron elaboradas por los profesionales de las áreas usuarias de las redes asistenciales y del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, las mismas que han sido consideradas en el estudio de mercado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:20:53

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

"En las bases del presente requerimiento solicitan: Dos (02) portacuchillas que permita el uso de hojas (navajas) de perfil alto y bajo.

Considerando que en el mercado hay microtomos TOTALMENTE automatizados y electronicos con un portacuchillas que ofrecen la versatilidad de aceptar tanto cuchillas de perfil alto como perfil bajo; solicitamos amablemente al comité evaluador tener en cuenta lo indicado y aceptar modificar la especificación a: ""Portacuchilla o dos (02) portacuchillas que permita el uso de hojas (navajas) de perfil alto y bajo"". Permitiendo así la pluralidad de postores y cumpliendo con lo citado en el Artículo 16 del Texto unico ordenado de la ley de contrataciones con el estado, ya que de lo contrario se vulneraria lo estipulado en el articulo 2.a de la misma ley."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Las especificaciones técnicas han sido homologadas por la entidad, las cuales fueron elaboradas por los profesionales de las áreas usuarias de las redes asistenciales y del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, las mismas que han sido consideradas en el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20553853355

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:20:53

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

"En las bases del presente requerimiento solicitan: Dos (02) paneles de control de parametros de corte: Uno (01) en el equipo que permita visualizar el espesor de corte y el numero de cortes y uno (01) separado del equipo que pueda ubicarse a la derecha o izquierda del equipo o un (01) panel frontal desmontable o despegable que permita visualizar el espesor de corte y el numero de cortes y que pueda ubicarse a la derecha o a la izquierda del equipo.

Considerando que en el mercado hay microtomos TOTALMENTE automatizados y electronicos que ofrecen características que benefician al usuario para su comodidad, solicitamos amablemente al comité evaluador tener en cuenta las mejoras tecnologicas y modificar lo solicitado a ""Dos (02) paneles de control de parametros de corte: Uno (01) en el equipo que permita visualizar el espesor de corte y el numero de cortes y uno (01) separado del equipo con tecnología Bluetooth, que pueda ubicarse a la derecha o izquierda del equipo"". Permitiendo así la pluralidad de postores y cumpliendo con lo citado en el Artículo 16 del Texto unico ordenado de la ley de contrataciones con el estado, ya que de lo contrario se vulneraria lo estipulado en el articulo 2.a de la misma ley."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El numeral A02, lo requerido es el siguiente: Dos (02) paneles de control de parámetros de corte: Uno (01) en el equipo que permita visualizar el espesor de corte y el número de cortes y uno (01) separado del equipo que pueda ubicarse a la derecha o izquierda del equipo o un (01) panel frontal desmontable o despegable que permita visualizar el espesor de corte y el número de cortes y que pueda ubicarse a la derecha o a la izquierda del equipo.

Se aclara que en la Especificación Técnica esta considera uno (01) panel de control de parámetros de corte separado del equipo que pueda ubicarse a la derecha o izquierda del equipo, por lo tanto, los proveedores pueden ofertar la conexión de acuerdo a cada fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20553853355

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:20:53

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

En las bases del presente requerimiento solicitan: " Motorizacion del corte por medio de pedal y a traves de la unidad de control". Solicitamos amablemente al comité evaluador modificar lo solicitado a: " Motorizacion del corte a traves de la unidad de control en el equipo y del panel de control separado del equipo y opcionalmente por medio de pedal ". Permitiendo así la pluralidad de postores y cumpliendo con lo citado en el Artículo 16 del Texto unico ordenado de la ley de contrataciones con el estado, ya que de lo contrario se vulneraria lo estipulado en el articulo 2.a de la misma ley.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. Las especificaciones técnicas han sido homologadas por la entidad, las cuales fueron elaboradas por los profesionales de las áreas usuarias de las redes asistenciales y del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, las mismas que han sido consideradas en el estudio de mercado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20553853355

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:20:53

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

En las bases del presente requerimiento solicitan: " PEDAL DE ACTIVACION". Solicitamos amablemente al comité evaluador modificar lo solicitado a: " PEDAL DE ACTIVACIÓN SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE". Considerando que la función del pedal varía depende del diseño de cada fabricante, donde este accesorio puede ser usado como parada de emergencia al momento de pulsarlo. Permitiendo así la pluralidad de postores y cumpliendo con lo citado en el Artículo 16 del Texto unico ordenado de la ley de contrataciones con el estado, ya que de lo contrario se vulneraría lo estipulado en el artículo 2.a de la misma ley.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. Las especificaciones técnicas han sido homologadas por la entidad, las cuales fueron elaboradas por los profesionales de las áreas usuarias de las redes asistenciales y del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI, las mismas que han sido consideradas en el estudio de mercado. El cual no limita la participación del participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE DOS (02) MICROTOMOS DE ROTACION AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA DE LA RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ruc/código : 20553853355

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Hora de envío : 19:02:57

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

Observación:

Según el Apéndice F, el cual establece el monto que los postores deben acreditar como experiencia (pag.43), indica lo siguiente:

"Se debe acreditar S/. 100,000.00 soles en Microtomo de rotación automático, y como bienes similares, Microtomo en general, equipos usados en el servicio de anatomía patológica"

Es necesario precisar que lo requerido por las bases es muy específico a tal punto que son muy pocos postores que podrían cumplir con dicho requerimiento, por lo que podría limitar la participación de otros postores.

En ese sentido, se solicita al comité de selección que en coordinación con el área usuaria, acepte que la experiencia del postor pueda ser acreditada con la venta de equipos usados en el servicio de anatomía patológica, con la finalidad de contar con mayor participación de postores.

**Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 3.1**

**Página: 43**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, al respecto se aclara que los equipos para acreditar la experiencia del postor se encuentran en el Apéndice F de las bases, los cuales son:

MICROTOMO EN GENERAL,  
EQUIPOS USADOS EN EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLOGÍA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null