

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20605701435

Nombre o Razón social : LINAMES S.A.C.

Fecha de envío : 05/09/2024

Hora de envío : 15:53:38

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM N° 1 : KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 15 PIEZAS

ITEM N° 2 : KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS

En las bases no están solicitando el método de esterilización.

De acuerdo a la normativa vigente y a las Bases estandarizadas publicadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), LAS Buenas Prácticas de Manufacturas es un requerimiento obligatorio.

Sobre el particular debemos indicar que el Art. 128 del BPM el método de esterilización por óxido de etileno debe utilizarse cuando ni un método de esterilización es viable para este producto donde su componente principal es la Gasa. Que absorbe este gas y no lo deja escapar con facilidad

Ya que en el mercado para el producto ITEM N° 1 : KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 15 PIEZAS, ITEM N° 2 : KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS, existe otro método de esterilización que es: Vapor presurizado, por lo que no se puede utilizar el Óxido de Etileno.

Volvemos a repetir lo que indica las Buenas Prácticas de Manufacturas que el Óxido de Etileno debe Utilizarse cuando ni un método es viable para este producto.

El BPM indica esta salvedad es porque es algo muy importante para la salud y la vida del personal profesional como sus pacientes: el Óxido de Etileno tiene efectos nocivos contra la salud al ser un irritante cutáneo y de las mucosas y en contacto con la piel pueden causar enrojecimiento, piel seca, sensación de quemarse, dolor etc., y si entra en contacto con los ojos pueden provocar enrojecimiento, dolor y visión borrosa, pudiendo causar asimismo efectos cancerígenos y mutativos al contacto con seres humanos.

OBSERVAMOS LAS BASES

Para cumplir con la ley de contrataciones del estado en su Art. 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, que a la letra dice: Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expedientes técnico deben formularse de forma objetiva y precisa y el Art. 128 de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) que indica que el método de esterilización por óxido de etileno debe utilizarse cuando ni un método es viable y existiendo en el mercado el método de esterilización viable como el Vapor presurizado.

Pedimos se cumpla con la normativa vigente y se incorpore en las bases el método de esterilización y este sea a VAPOR PRESURIZADO, (método no tóxico ni nocivo para la salud).

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 16 de la LCE, Art. 128 del BPM.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría no acogen la observación y aclaran que el tipo de esterilización es por ETO lo cual es utilizado en el área médica desde hace más de 60 años y es un método de esterilización recomendado como ideal para aquellos elementos que no pueden esterilizarse con las técnicas tradicionales de calor y/o vapor.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO
Nomenclatura :	AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	15:53:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM N° 1 : KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 15 PIEZAS

ITEM N° 2 : KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS

En las bases están solicitando en el:

Material:

Tela no tejida de polipropileno SMS Trasminada¿..

Tal vez por un error de tipeo DICE: TRASMINADA y DEBE DECIR: TRILAMINAR.

CONSULTA:

Solicitamos al Comité sírvase aclarar lo solicitado

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 16 de la LCE, Art. 128 del BPM.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría se acoge la consulta por error de tipeo se considero trasminada. Siendo lo correcto TRILAMINAR, lo cual se va considerar en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TRILAMINAR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	15:53:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM N° 1 : KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 15 PIEZAS

ITEM N° 2 : KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS

CONSULTA:

Solicitamos al Comité sírvase aclarar lo siguiente:

¿Si será el envoltorio adicional de papel crepado o de la misma tela?

¿Sino necesita cual de los componentes se formará como envoltorio y de qué medida?

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 16 de la LCE, Art. 128 del BPM.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría aclaran que en las Bases Estandar indica sobre de papel grado médico con polipropileno (Peel Open), fácil de abrir y/o doble empaque de papel crepado, dentro de un sobre de papel grado médico todo en una bolsa de polietileno, exento de partículas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes. Indicador interno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	15:53:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM N° 1 : KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 15 PIEZAS

En las bases están indicando 02 SABANA QUIRURGICAS DE 150 cm x 2.0 m, con pegamento fijador.

CONSULTA:

Solicitamos al comité de selección que nos indiquen:

- ¿El duplo en que lado ira?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 16 de la LCE, Art. 128 del BPM.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría se aclara que el duplo ira al medio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	15:53:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM N° 1 : KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 15 PIEZAS

En las bases están solicitando 01 poncho abdominal adulto 2.40 cm x 1.80 cm con bolsillo y pegamento fijador

CONSULTA:

Solicitamos al comité de selección que nos indiquen:

- ¿El duplo será alrededor de la fenestra?
- ¿Cuál será el tamaño de la fenestra?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 16 de la LCE, Art. 128 del BPM.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría se deja a criterio y que se sea el mas usual para las cirugías

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para los Kits de Ropa de 15 piezas y 6 piezas, no están solicitando entre las características de condición biológica estéril el método de esterilización, sería recomendable por vapor presurizado.
Es recomendable para este tipo de material que solicitan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo principios de vigencia tecnológica y competencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría no acogen la consulta y aclaran que el tipo de esterilización es por ETO lo cual es utilizado en el área médica desde hace más de 60 años y es un método de esterilización recomendado como ideal para aquellos elementos que no pueden esterilizarse con las técnicas tradicionales de calor y/o vapor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En los Kits de ropa de 15 piezas más tres toallas adicionales para secado de mano, solicitan en sus componentes: 4 mandil, 2 sabanas, 1 funda de mayo, 1 poncho abdominal, 5 campos simples y 1 campo con envoltorio.

Suman 14 componentes, más las tres toallas adicionales, serían 17 piezas.

Hubo un error en la numeración del kit? Falta un componente?

Por favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de transparencia y equidad de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría se aclara la consulta respecto a los componentes del kit de ropa de 15 piezas que constan de: 04 mandiles quirúrgicos con toalla de mano talla L, 2 sabanas quirúrgicas, 1 Funda de mayo, 1 poncho abdominal adulto con bolsillo, 05 campos esteriles adhesivos, 1 campo envoltorio con esfuerzo, 1 sobremesa plastificado y/o con refuerzo de sms de 60 gr. siendo un total de 15 piezas + 3 toallas adicionales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En los Kits de ropa de 15 piezas, solicitan mandil quirúrgico L

No solicitan medidas del mandil L, dimensiones, mayormente suelen ser recomendable de largo 120 cm x ancho 155 cm, mangas 60x32 +/-5%

Podría confirmar las medidas del mandil para cada kit.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de transparencia y, eficacia y eficiencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría se acoge la consulta respecto mandil quirurgico talla L y se confirma las medidas propuestas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En los Kits de ropa de 6 piezas, solicitan mandil talla estándar.

No solicitan medidas, si es mandil talla L como el kit de 15 piezas, dimensiones, mayormente suelen ser recomendable de largo 120 cm x ancho 155 cm, mangas 60x32 +/-5%

Podría confirmar las medidas del mandil talla estándar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base a los principios de transparencia y competencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría aclara la consulta respecto mandil quirurgico talla estandar. Largo: 105 +/- 5 cm y Ancho: 60 +/- 5 cm y largo de manga 50 a 60 - cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En los Kits de ropa de 15 piezas, solicitan 2 sabanas quirúrgicas con pegamento fijador para la piel

No especifica las medidas del ancho del Pegamento fijador (cinta adhesiva para la piel) de cada sabana.

Confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de vigencia tecnológico y competencia de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría se deja a criterio y que se sea el mas usual para las cirugías

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En los Kits de ropa de 15 piezas, solicitan funda de mayo con refuerzo de plástico

Consulta se refiere el refuerzo puede ser de la misma tela. ¿Qué medida tendrá el refuerzo?

Confirmar respuestas a las 2 consultas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de vigencia tecnológica y competencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría se aclara la 1era consulta el refuerzo puede ser de la misma tela y la medida se deja a criterio lo mas usuales para cirugía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En los Kits de ropa de 15 piezas, solicitan poncho abdominal con bolsillo y pegamento fijador.

No especifica la cantidad y medidas del bolsillo.

No especifica las medidas del Adhesivo (Pegamento fijador para la piel). ¿Con qué medida cada adhesivo que va en el poncho?

Confirmar respuestas a las 2 consultas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de la vigencia tecnológica y competencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría se aclara QUE SE ENCUENTRA ESTABLECIDAS EN LAS Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicita para Kits de ropa de 15 piezas, solicitan 5 campos con adhesivos.

No especifica las medidas de cada Adhesivo. Confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principios de transparencia y vigencia tecnológica de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría deja a criterio de cada postor. de acuerdo al fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicita para Kits de ropa de 15 piezas, solicitan 1 campo con envoltorio con refuerzo.

Refuerzo será de la misma tela? Confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de transparencia y vigencia tecnológica de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría se confirma que el refuerzo sea de la misma tela del campo envoltorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

REQUISITO DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Experiencia en ventas en ventas iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de material, insumos, instrumental y accesorio médico, quirúrgico, odontológico en general.

Sugerimos que debía ser considerado solo las ventas realizadas en hospitales, clínicas y centros especializados, por la experiencia que requiere en este tipo de materiales estériles y mayor transparencia en la comercialización del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de transparencia y vigencia tecnológica de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría no acogen la consulta y ceñirse a las Bases. a fin de promover pluralidad de postores y marcas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20502143973	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION VALTAKS S.C.R.L.	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

DOCUMENTO PARA LA ADMISION DE OFERTA

e) Documento adicional que el postor debe presentar:

¿ Brouchers o catalogos o folletería o instructivos (copia simple u original)

Adicionalmente a la Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor adjuntará copia simple u original de brochure o Catálogos o folletos o instructivos, para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o instructivos, para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características sustanciales o esenciales del bien requerido, detalladas en el Formato N° 4 ¿ RTM (Ficha de Presentación del Producto ofertado). Original o copia simple de la folletería/manual de instrucciones de uso o inserto.

En las bases no está claro sobre el Formato N° 4.

No se encuentra el documento en las bases.

Debe presentarse en la oferta o el formato N° 4 son las fichas técnicas de los Kits se encuentran en las páginas 23 y 24?

Además, si se presenta el formato dicho, el postor igual deberá presentar el broucher o catálogos o folletos o instructivos, para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas o ya no es necesario?

Por favor aclarar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bajo principios de transparencia y, eficacia y eficiencia de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria aclara que el postor debe presentar Adicionalmente a la Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor adjuntará copia simple u original de brochure o Catálogos o folletos o instructivos, para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o instructivos, para acreditar el cumplimiento de las especificaciones y/o características sustanciales o esenciales del bien requerido, detalladas en el Formato N° 4 ¿ RTM (Ficha de Presentación del Producto ofertado). Original o copia simple de la folletería/manual de instrucciones de uso o inserto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	21:24:20

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

En las características técnicas del KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 15 PIEZAS está conformado por los siguientes componentes:

- Cuatro (04) mandil quirúrgico talla L
- Dos (02) sabanas quirúrgicas de 150 cm x 2.0 m con pegamento fijador
- Una (01) funda de mayo 50cm x 1.10 cm, con refuerzo de plástico
- Un (01) poncho abdominal adulto 2.40 cm x 1.8 cm, con bolsillo y pegamento fijador.
- Cinco (05) campos simples estériles adhesivos 90cm x 90cm.
- Un (01) campo con envoltorio con refuerzo

Se observa que no esta detallado las especificaciones técnicas de cada componente que conforma el kit, estan solicitando MANDIL QUIRURGICO TALLA L, por lo que se solicitan las medidas de dicho componente. Se solicita al comité y área usuaria agregar en las bases integradas las medidas y características de cada componente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría aclara la observación respecto mandil quirurgico talla L. Largo: 120 cm x Ancho 155 cm, mangas 60 x 32 +/- 5cm. Se incluíra en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	21:24:20

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Consulta

Se sugiere al comité de selección se considere: VFE EFICIENCIA DE FILTRACIÓN VIRAL AL 99%, a cada componente que conforma los kits, esto debido a que los productos serán destinados para atención de pacientes y procedimientos quirúrgicos, se sugiere se tome en consideración que los productos cuenten con una FILTRACION VIRAL AL 99%. En virtud de lo expuesto y en salvaguardar la salud de los usuarios del bien contratado solicitamos se incluya de la siguiente manera:

Con EFICIENCIA DE FILTRACIÓN VIRAL al 99% y debe estar acreditada a través de un certificado VFE, dicho certificado debe ser emitido por un tercer laboratorio acreditado para este tipo de evaluaciones y debe estar a nombre del fabricante del bien ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría aclara que se acoge la consulta. Que los productos cuenten con una FILTRACION VIRAL AL 99%. Que se incluya en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	21:24:20

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

El soborno es uno de las formas de corrupción más habituales en el mundo de los negocios. Las empresas y otro tipo de organizaciones pueden y deben contribuir a la lucha a través del compromiso decidido de sus líderes para establecer una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento y de lucha contra el soborno y la corrupción. La norma ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno ofrece a las organizaciones una serie de medidas que podrán adoptar, de forma proporcional y razonable, para prevenir, detectar y gestionar conductas delictivas de soborno cumpliendo con la legislación y con otros compromisos adquiridos de forma voluntaria. Se solicita al comité agregar como FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACION DE LOS BIENES SOLICITADOS el siguiente certificado:
- Certificación ISO 37001: 2016 del Sistema de gestión Antisoborno a nombre del postor.
y así poder prevenir cualquier conducta de soborno.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: IV Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	21:24:20

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

En las características técnicas del KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 6 PIEZAS está conformado por los siguientes componentes:

- 01 sabana quirúrgica estéril descartable 250Cm x 150cm
- 01 sabana quirúrgica estéril descartable 200cm x 150cm
- 01 campo quirúrgico (tipo sabana) estéril descartable 100cm x 120cm (solera)
- 01 mandil quirúrgico estéril Descartable talla estándar
- 01 gorro de cirujano estéril descartable
- 01 bota Cubre calzado estéril descartable
- 01 mascarilla quirúrgica (accesorio)

Se observa que no está detallado las especificaciones técnicas de cada componente que conforma el kit, estan solicitando MANDIL QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA ESTÁNDAR, por lo que se solicitan las medidas de dicho componente.

Se solicita al comité y área usuaria agregar en las bases integradas las medidas y características de cada componente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría aclara la observación respecto Mandil quirurgico talla estandar. Largo: 105 +/- 5 cm y Ancho: 60 +/- 5 cm y largo de manga 50 a 60 - cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	21:24:20

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

El objeto del proceso es ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO,

Los kits esta conformado por sus componentes la cual estan detallados en las bases del proceso, se observa que ninguno de los componentes cuenta con especificaciones técnicas de cada uno.

Se solicita al comité y área usuaria agregar en las bases integradas especificaciones técnicas de cada componente de los kits

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría se aclara QUE SE ENCUENTRA EN LAS Bases pagina 23 y 24.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	21:24:20

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Consulta.
En la descripción de cada kit se solicita lo siguiente ¿Fibra Repelente a líquidos y fluidos¿. Se solicita al comité de selección y área usuaria se sirva aclarar a que tipos de líquidos y fluidos hace referencia y que tipo de pruebas serán sometidas para corroborar que se cumplan esta característica solicitada indicar la metodología analítica que será utilizada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaria se aclara la consulta los fluidos como sangre, secreciones y gotas de pflugger cargadas de microorganismos patógenos que son expulsadas por oro y nasofaringe. La Metodologia utilizada es ASTM F1671/F1671M-13: Método de prueba estándar para la resistencia de los materiales utilizados en la ropa de protección a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre utilizando la penetración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	21:24:20

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el punto 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, B: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD están solicitando acreditar la experiencia: a bienes similares los siguientes:

Se consideran bienes similares a los siguientes; venta de material, insumos, instrumental y accesorio médico, quirúrgico, odontológico en general.

Se detallan material, insumos, instrumental y accesorio médico, quirúrgico, odontología en general.
Se solicita al comité agregar en las bases integradas como bienes similares: MANDIL DESCARTABLE, CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE, CAMPO DESCARTABLE, SABANA DESCARTABLE, ya que dichos bienes se consideran similar al objeto de la convocatoria, con la finalidad de no limitar la participacion de postores y así detallar más específico la solicitud.

En virtud de cumplir con los principios que rigen las contrataciones del estado y salvaguarda del articulo 2 literal a) último párrafo de la LCE 30225, sobre la libertad de concurrencia de proveedores, igualdad de trato, dado que no se pueden proporcionar vía los procedimientos ventajas o privilegios a un proveedor determinado y por transparencia, todo con la finalidad de favorecer la mayor concurrencia más amplia de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL CMOMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE CONSIDERA MANDIL DESCARTABLE, CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE, CAMPO DESCARTABLE, SABANA DESCARTABLE PARA ACREDITA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ.DE DISPOSITIVO MEDICO (KIT DE ROPA QUIRURGICA X 15 Y 6 PIEZAS), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20338022850	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	DROCSA S.A.C.	Hora de envío :	21:24:20

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se observa que no detallan características de cada componente de los kits

Se solicita agregar las especificaciones de cada componente y que cuenta CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA MAYOR O IGUAL a 90%. Se sugieren al comité de selección en virtud de brindar un correcto nivel de bioseguridad a los profesionales de salud. Se sugiere al comité incluir EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA MAYOR O IGUAL A 99% y que dicha filtración sea acreditada a través de un Certificado BFE, lo cual es emitido por entidades nacionales e internacionales acreditadas para este tipo de evaluaciones. En virtud de lo expuesto y en salvaguardar la salud de los usuarios del bien contratado solicitamos se incluya de la siguiente manera:

Con EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA EFB mayor o igual al 99% y debe estar acreditada a través de un Certificado BFE, dicho Certificado debe ser emitido por un tercer laboratorio acreditado para este tipo de evaluaciones y debe estar a nombre del fabricante del bien ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría aclara que se acoge la consulta. Que los productos cuenten con una FILTRACION VIRAL AL 99%. Que se incluya en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null