

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/01/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE LOS KITS PARA RECuento DE LINFOCITOS (2 ÍTEMS)					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	5000079					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	25					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad:					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 521-2022-DP-CENARES/MINSA		Fecha de recepción	2/03/2022	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	24/03/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	29/04/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	3/06/2022	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	17/08/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la sexta versión	24/08/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		X		NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		X		NO	
		Documento de aprobación de la estandarización		Resolución Directoral N° 070-2021-CENARES-MINSA		Fecha de aprobación	11/03/2021
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el DEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2	1	1	Correo Electronico	14/03/2022	-	-	
Se solicitó al área usuaria detallar los alcances de las prestaciones accesorias (plazo de ejecución, forma de pago, penalidades en caso de corresponder, características y condiciones de los servicios)							
2	7	-	-	-	7	Memorandum N°3473-2022-DA-CENARES/MINSA	1/04/2022
El proveedor ha observado las características de equipo en cesión en uso Citómetro de flujo de alta producción: FACSanto II: 1) Rendimiento, 2) Modo de operación y 3) Longitud de onda. Asimismo, sobre el Citómetro de flujo de alta producción: FACSLyric: 4) Rendimiento y sobre el Citómetro de flujo de alta producción: FACSVia: 5) Rendimiento. Por último observó las 6) especificaciones técnicas de los accesorios y el 7) cronograma de entrega de los bienes requeridos.							



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2	4				4	Memorandum N°D000687-2022-DA-CENARES/MINSA	1/03/2022
El proveedor ha observado los siguientes puntos: 1) Cuadro de Consumibles / KIT COMPLETO DE RECUEÑO DE LINFOCITOS CD4/CD8 - CITOMETRO FASCSCOUNT y DISTRIBUCIÓN DE ACCESORIOS, 2) Acta de Conformidad de Instalación, Prueba y funcionamiento del Equipo, 3) y 4) Plazo de Entrega							
2	1	1	Correo Electronico y Memorandum N°D001864-2022-DA-CENARES/MINSA	18/08/2022 19/08/2022 respectivamente	-		
Se solicitó al área usuaria retirar el término Pipeta repetidora y actualizar la Especificación Técnica.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2	1	1	Memorandum N°765-2022-DP-CENARES/MINSA	24/03/2022			
El área usuaria indica que la cesión de uso no implica la transferencia de la propiedad del bien a la entidad; por ello, el contratista debe garantizar que el equipo otorgado en cesión de uso funcione en óptimas condiciones durante el periodo de uso, es así que la "cesión en uso" debe garantizar a todo costo la ejecución de los mantenimientos (preventivos y/o correctivos), constituyéndose así parte integrante del servicio de "cesión en uso". Razón por el cual se está precisando dicha afirmación en las características del equipo en las especificaciones técnicas (SEGUNDA VERSION)							
2	7				7	Memorandum N°1107-2022-DP-CENARES/MINSA	29/04/2022
El área usuaria ha acogido parcialmente las consultas y observaciones realizadas por el proveedor. La observación 1), 3), 4) y 5) son acogidas y precisadas en las especificaciones técnicas. Las observaciones 2), 6) y 7) no son aceptadas y las especificaciones técnicas se mantienen en dicho extremo, para lo cual remite las especificaciones técnicas actualizadas (TERCEPA VERSION).							
2	4				4	Memorandum N°D000181-2022-DP-CENARES/MINSA	17/08/2022
El área usuaria ha acogido las observaciones 1,2 y 3 realizadas por el proveedor y parcialmente la observación 4, por lo cual actualizó las especificaciones técnicas (QUINTA VERSION).							
2	1	1	Memorandum N°D000255-2022-DP-CENARES/MINSA	24/08/2022			
El área usuaria procedió a retirar la frase "(Micropipeta, pipeta repetidora, agitador)" del numeral 5.3. de la especificación técnica (SEXTA VERSION)							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
2	<p>Mediante Memorandum N°765-2022-DP-CENARES/MINSA, de fecha 24/03/2022, el área usuaria indica que la cesión de uso no implica la transferencia de la propiedad del bien a la entidad; por ello, el contratista debe garantizar que el equipo otorgado en cesión de uso funcione en óptimas condiciones durante el periodo de uso, es así que la "cesión en uso" debe garantizar a todo costo la ejecución de los mantenimientos (preventivos y/o correctivos), constituyéndose así parte integrante del servicio de "cesión en uso". Razón por el cual se está precisando dicha afirmación en las características del equipo en las especificaciones técnicas (SEGUNDA VERSION).</p> <p>Mediante Memorandum N°1107-2022-DP-CENARES/MINSA, de fecha 29/04/2022, el área usuaria ha acogido parcialmente las consultas y observaciones realizadas por el proveedor. La observación 1), 3), 4) y 5) son acogidas y precisadas en las especificaciones técnicas. Las observaciones 2), 6) y 7) no son aceptadas y las especificaciones técnicas se mantienen en dicho extremo, para lo cual remite las especificaciones técnicas actualizadas (TERCERA VERSION).</p> <p>Mediante Memorandum N°1520-2022-DP-CENARES/MINSA, de fecha 03/06/2022, el área usuaria actualiza las especificaciones técnicas (CUARTA VERSION), en los extremos de cantidades.</p> <p>Mediante Memorandum N°D000181-2022-DP-CENARES/MINSA, de fecha 17/08/2022, el área usuaria ha acogido las observaciones 1,2 y 3 realizadas por el proveedor y parcialmente la observación 4, por lo cual actualizó las especificaciones técnicas (QUINTA VERSION).</p> <p>Mediante Memorandum N°D000255-2022-DP-CENARES/MINSA, de fecha 24/08/2022, el área usuaria procedió a retirar la frase "(Micropipeta, pipeta repetidora, agitador)" del numeral 5.3. de la especificación técnica (SEXTA VERSION).</p>						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/03/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/11/2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X			
De acuerdo a la información obtenida en la indagación de mercado, se ha determinado la existencia de un solo postor potencial en capacidad de cumplir con el requerimiento de la entidad.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X			
Con Resolución Directoral N°170-2021-CENARES/MINSA, se aprobó la Estandarización del "KIT PARA RECUEÑO DE LINFOCITOS CD4, CD8, CD3 X 50 DETERMINACIONES"							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X			
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar:							

207

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	<div style="text-align: center;"> MINISTERIO DE SALUD Centro Nacional de Asesoramiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES Ejecutivo Adjunto Dirección de Adquisiciones</div> <div style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			

