

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-HRDT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	SUMINISTRO DE OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINAL CON TANQUE CRIOGENICO EN CESIÓN DE USO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO POR UN PERIODO DE 365 DIAS CALENDARIOS (12 MESES)

Ruc/código : 20382072023

Fecha de envío : 09/05/2025

Nombre o Razón social : AIR PRODUCTS PERU S.A.

Hora de envío : 16:30:46

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

4. DEL TANQUE ESTACIONARIO:

La entidad indica en las bases que ¿¿Instalar 01 tanque criogénico estacionario, que será la fuente de suministro primario el cual se constituye de un tanque desde 18,000 m3 a más¿¿, solicitamos a la entidad modificar lo siguiente ¿¿Instalar 01 tanque criogénico estacionario, que será la fuente de suministro primario el cual se constituye de un tanque desde 16,000 m3 a más¿¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 4

Literal: 4

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

A fin de fomentar la pluralidad de postores, y teniendo en cuenta que no afecta la funcionalidad del bien a requerir, SE ACOGE, quedando de la siguiente manera:

Instalar 01 tanque criogénico estacionario, que será la fuente de suministro primario el cual se constituye de un tanque desde 16,000 m3 a más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Instalar 01 tanque criogénico estacionario, que será la fuente de suministro primario el cual se constituye de un tanque desde 16,000 m3 a más.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINAL CON TANQUE CRIOGENICO EN CESIÓN DE USO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO POR UN PERIODO DE 365 DIAS CALENDARIOS (12 MESES)

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	16:30:46

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

7. MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO:

La entidad indica en las bases que ¿¿a fin de deslindar responsabilidades producto de desgaste en las instalaciones propias de oxígeno (como mínimo 1 vez al año)¿¿, solicitamos a la entidad modificar en las bases integradas este texto por el siguiente para mayor claridad ¿¿a fin de deslindar responsabilidades producto de desgaste en las instalaciones propias de oxígeno (hacer mantenimiento como mínimo 1 vez al año a los equipos entregados en comodato)¿¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que que el mantenimiento es 1 vez al año, por lo tanto se ACOGE LA OBSERVACION, quedando de la siguiente manera:

...a fin de deslindar responsabilidades producto de desgaste en las instalaciones propias de oxígeno (hacer mantenimiento como mínimo 1 vez al año a los equipos entregados en comodato).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...a fin de deslindar responsabilidades producto de desgaste en las instalaciones propias de oxígeno (hacer mantenimiento como mínimo 1 vez al año a los equipos entregados en comodato).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HRDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINAL CON TANQUE CRIOGENICO EN CESIÓN DE USO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO POR UN PERIODO DE 365 DIAS CALENDARIOS (12 MESES)

Ruc/código :	20382072023	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AIR PRODUCTS PERU S.A.	Hora de envío :	16:30:46

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:
Solicitamos a la entidad incluir en las bases integradas que el Horario de recepción del oxígeno líquido medicinal se realizará de lunes a domingo las 24 horas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, quedando de la siguiente manera:
Horario de recepción del oxígeno líquido medicinal se realizará de lunes a domingo las 24 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:
¿.Horario de recepción del oxígeno líquido medicinal se realizará de lunes a domingo las 24 horas.