

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)
Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-2-2023-IAFAS-EP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO) DE CONTRASTE PARA LA IAFAS EP

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:49:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pag 18 .35,48,61.74

Certificado de análisis u otro documento equivalente del dispositivo

Solicitamos al Comité, aceptar para acreditar las características del producto, presentar carta del fabricante, declaración jurada, manual de instrucciones de uso o folletería.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: H **Página: 18**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara y es necesario poner en su conocimiento lo siguiente; que conforme lo indicado en el Art 89 RLCE literal b) que a la letra dice "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)
Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-2-2023-IAFAS-EP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO) DE CONTRASTE PARA LA IAFAS EP

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:49:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Pag 18, 36,49,62 y 75

Certificado de análisis u otro documento equivalente especificando las características específicas solicitadas en la ficha de homologación. numeral 2.1.1.

Solicitamos al Comité, aceptar carta declaratoria del fabricante como documento técnico que permite certificar el cumplimiento de las características solicitadas en el numeral 2.1 de la ficha técnica.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** H **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara y es necesario poner en su conocimiento lo siguiente; que conforme lo indicado en el Art 89 RLCE literal b) que a la letra dice "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)
Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-2-2023-IAFAS-EP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO) DE CONTRASTE PARA LA IAFAS EP

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:49:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Pag 32, 45,58 y 71

Ficha de homologación

Del control de calidad

...el dispositivo médico estará sujeto al control de calidad....

Solicitamos al Comité aclarar si los productos adjudicados están sujetos a control de calidad previo a su entrega.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara y es necesario poner en su conocimiento lo siguiente; que conforme lo indicado en el Art 89 RLCE literal b) que a la letra dice "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)
Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-2-2023-IAFAS-EP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO) DE CONTRASTE PARA LA IAFAS EP

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:49:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Código de color Rosa (opaco o translúcido)

Solicitamos al Comité, aceptar el color rosado de acuerdo a lo aprobado en el registro sanitario.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: B **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara y es necesario poner en su conocimiento lo siguiente; que conforme lo indicado en el Art 89 RLCE literal b) que a la letra dice "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : IAFAS DEL EJERCITO DEL PERU (FOSPEME)
Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-2-2023-IAFAS-EP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO (CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO) DE CONTRASTE PARA LA IAFAS EP

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	11/07/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:49:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Presentación de muestras

Solicitamos al Comité indicar la fecha, hora y lugar de presentación de muestras

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité aclara su consulta y se realizara en la integracion de bases lo siguiente:

Dirección, Lugar exacto y horario para la presentación de las muestras: Av. FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N ¿ DPTO ABASTECIMIENTO DE LA IAFAS EP (DENTRO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL), en horario desde 08:00 hasta las 16:00 horas el mismo día programado para la presentación de ofertas, la misma que es informada en la plataforma electrónica del SEACE, adjuntando la guía de remisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null