

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 13/09/2024

Hora de envío : 13:10:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

consultamos si los reactivos, controles, calibradores y equipo pueden ser del mismo fabricante y/o marca así tener un sistema homogéneo que garantiza el correcto funcionamiento del equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 4.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria mediante NOTA N° 371-SHHyBS-DPC-GADyT-HNASS-G-RAS-ESSALUD-2024. SE ACLARA Y SE PRECISA que, los reactivos, controles, calibradores y equipo sí pueden ser del mismo fabricante y/o marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 19:15:18 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según lo solicitado en la pagina 14 , en 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA, descripción : Hemograma automatizado diferencial 3 estirpes kit, por el principio de pluralidad de postor, solicitamos gentilmente considerar equipo de 3 o de 5 estirpes con el fin de mejora tecnológica, al ampliar el numero de parámetros contribuye a una mejor evaluación en los resultados de los pacientes , en el cual pueden ser detectados otras patologías a tiempo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria mediante NOTA N° 371-SHHyBS-DPC-GADyT-HNASS-G-RAS-ESSALUD-2024. SE ACLARA Y SE PRECISA que, no se acoge la consulta. El requerimiento de un ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DE 3 ESTIRPES responde a la necesidad del área usuaria, Banco de Sangre, de evaluar postulantes sanos a donación de sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Bien
ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 19:15:18 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Según lo solicitado en la pagina 26 , en 4.2.3 CONDICIONES DE REQUERIMIENTOS MINIMOS en CANTIDAD : ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE 3 ESTIRPES , producto: Hemograma automatizado diferencial 3 estirpes kit , de acuerdo a lo solicitado requieren un equipo de 3 estirpes , por el principio de pluralidad de postores, solicitamos gentilmente considerar equipo de 3 o de 5 estirpes y con el fin de mejora tecnológica al ampliar el numero de parámetros contribuye a una mejor evaluación en los resultados de los pacientes, en el cual pueden ser detectados otras patologías a tiempo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 4.2.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria mediante NOTA N° 371-SHHyBS-DPC-GADyT-HNASS-G-RAS-ESSALUD-2024. SE ACLARA Y SE PRECISA que, no se acoge la consulta. El requerimiento de un ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DE 3 ESTIRPES responde a la necesidad del área usuaria, Banco de Sangre, de evaluar postulantes sanos a donación de sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20468787360 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C | Hora de envío : | 19:15:18 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo solicitado en PLAZO DE ENTREGA la primera entrega seria 15 días calendario contados al día siguiente de la orden de compra , solicitamos gentilmente al comité de selección considerar 20 días calendario en la primera entrega después de notificada la orden de compra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria mediante NOTA N° 371-SHHyBS-DPC-GADyT-HNASS-G-RAS-ESSALUD-2024. SE ACLARA Y SE PRECISA que, no se acoge la consulta. El plazo de entrega se determinado en función de las necesidades del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 19:54:31 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección sirva SUPRIMIR del numeral 2.4 requisitos para el perfeccionamiento del contrato, literal i) DETALLE DE PRECIOS UNITARIO DEL PRECIO OFERTADO, considerando que el sistema de contratación previsto es PRECIO UNITARIOS; siendo así, en la oferta ya se precisará esa información.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.4 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y SE PRECISA que, se suprimirá el literal i) del punto 2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO del Capítulo II, debido a que, el sistema de Contratación a convocar es a PRECIOS UNITARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 19:54:31 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

La entidad ha previsto lo siguiente: ¿(¿) considerar que el documento de respuesta a la consulta técnica realizada por DIGEMID no podrá tener una antigüedad mayor a un (01) año¿

Al respecto, DIGEMID en su página web ha indicado: ¿se informa que es potestad de los administrados o usuarios llevar a cabo consultas técnicas respecto a sujeción de registro sanitario de productos que potencialmente podrían estar sujetos a otorgamiento de registro sanitario. ASIMISMO, SE LE COMUNICA QUE LOS OFICIOS DE RESPUESTA A CONSULTAS TÉCNICAS NO PRESENTAN PERIODO DE VIGENCIA.¿; siendo así, SOLICITAMOS que la antigüedad del documento de respuesta NO TENGAN UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 3 AÑOS, a fin de que la exigencia sea razonable y proporcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y SE PRECISA que, DIGEMID actualiza cada año la lista de productos que no requieren registro sanitario para ser comercializados en nuestro país. Por ello, solicitamos que el documento de respuesta a la consulta técnica realizada a DIGEMID no podrá tener una antigüedad mayor a un (01) año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 19:54:31 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la página 40 de las bases se indica: que se aceptará CERTIFICADO DE ANALISIS DEL REACTIVO emitido por el fabricante, de acuerdo con su PROPIA METODOLOGÍA Y EN SU FORMATO propio¿, ENTENDEMOS que se hace referencia que se aceptará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis, emitidos por el fabricante (extranjero) CON LA INFORMACIÓN QUE ÉSTOS DECLAREN EN EL MISMO Y EN SUS PROPIOS FORMATOS.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria mediante NOTA N° 371-SHHyBS-DPC-GADyT-HNASS-G-RAS-ESSALUD-2024. SE ACLARA Y SE PRECISA que, se aceptará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis, emitidos por el fabricante (extranjero) con la información que estos declaren en el mismo y en sus propios formatos, siempre que consigne la información mínima detallada en: 5. DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA, 5.1 DEL MATERIAL, REACTIVO O INSUMO DE LABORAOTORIO, b) Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 19:54:31 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con relación a los documentos que servirán para acreditar las características técnicas del REACTIVO Y DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO, será con: FOLLETOS O INSERTOS O INSTRUCTIVOS O CATÁLOGOS, O MANUALES O BROCHURES O CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE, FABRICANTE LEGAL O DUEÑO DE LA MARCA DE MANERA INDISTINTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria mediante NOTA N° 371-SHHyBS-DPC-GADyT-HNASS-G-RAS-ESSALUD-2024. SE ACLARA Y SE PRECISA que, la acreditación de las características técnicas del reactivo y del equipo en cesión de uso será tal como indica: 5. DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA, 5.2 DEL POSTOR, d) Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple). Se incorporará en las Bases Integradas como documentos para la admisión de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las Bases Integradas en el acápite e), del punto 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS, CAPITULO II, LO SIGUIENTE:

(¿)

4.Folletería/Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple).

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 19:54:31 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con relación al ANEXO D; solicitamos al comité de selección que ACLARÉ que en dicho anexo solo se incorporará las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUJETAS A SU ACREDITACIÓN EN LA OFERTA PARA EL EQUIPO EN CESIÓN DE USO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y SE PRECISA que, el Anexo D, es un formato estandar, por lo que deberá registrar la información requerida en dicho anexo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 19:54:31 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección sirva SUPRIMIR la PRIMERA NOTA, relacionada a la antigüedad del equipo, toda vez, que esta no debe ser acreditada en la oferta; ADEMÁS, la póliza de importación, toda vez, que ello contraviene la Directiva N° 004-GG-ESSALUD-2009 ¿ Normas del proceso para el suministro de bienes vinculados a equipos de laboratorio entregados en cesión en uso al Seguro Social de Salud (ESSALUD), se indica que el equipo entregado en cesión de uso por el proveedor, con dichos documentos, por tanto, las exigencias se deberán presentar internamiento de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y SE PRECISA que, la consulta formulada no precisa a que punto en específico o numeral se refiere. Sin embargo, es preciso señalar que, deberán cumplir lo estipulado en la DIRECTIVA N° 004-GG-ESSALUD-2009 - Normas del proceso para el Suministro de Bienes vinculados a Equipos de Laboratorio entregados en Cesión en Uso al Seguro Social de Salud (ESSALUD).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 19:54:31 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección sirva señalar los ANEXOS del requerimiento (CAPITULO III), que deberán presentarse a la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y SE PRECISA que, además de lo indicado en el punto 2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO del Capítulo II, también deberán presentar lo señalado en el este punto. Ahora bien, con relación a los anexos del requerimiento, deberán presentarlo de acuerdo a lo señalado en el punto 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS del Capítulo II.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Bien
ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 19:54:31 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
En Características de Prueba de HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESRTIRPES KIT, solicitan: ¿Hemograma con determinación de 3 estirpes¿, al respecto consultamos se acepte también analizadores que puedan ofertar mas de 3 estirpes, aceptando reactivos de 5 estirpes. Solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Según lo indicado por el área usuaria mediante NOTA N° 371-SHHyBS-DPC-GADyT-HNASS-G-RAS-ESSALUD-2024. SE ACLARA Y SE PRECISA que, no se acoge la consulta. El requerimiento de un ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DE 3 ESTIRPES responde a la necesidad del área usuaria, Banco de Sangre, de evaluar postulantes sanos a donación de sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 19:54:31 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En Características solicitan: ¿Hemograma con determinación de 3 estirpes leucocitarias: Neutrófilos, linfocitos y otros¿, al respecto entendemos que al indicar ¿otros¿, estos podrían ser Basófilos, eosinófilos, monocito u otro de acuerdo al analizador a ofertar. Solicitamos se ACLARE y acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria mediante NOTA N° 371-SHHyBS-DPC-GADyT-HNASS-G-RAS-ESSALUD-2024. SE ACLARA Y SE PRECISA que, en Características: ¿Hemograma con determinación de 3 estirpes leucocitarias: Neutrófilos, linfocitos y otros¿, al indicar ¿otros¿, estos podrían ser basófilos, eosinófilos, monocitos u otros, de acuerdo con el analizador a ofertar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 19:54:31 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan ANALIZADOR HEMATOLOGICO DIFERENCIAL DE 3 ESTIRPES, al respecto consultamos si también se podría ofertar analizadores que realicen adicional a las 3 estirpes la diferenciación de 2 estirpes. Solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria mediante NOTA N° 371-SHHyBS-DPC-GADyT-HNASS-G-RAS-ESSALUD-2024. SE ACLARA Y SE PRECISA que, no se acoge la consulta. El requerimiento de un ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DE 3 ESTIRPES responde a la necesidad del área usuaria, Banco de Sangre, de evaluar postulantes sanos a donación de sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 19:54:31 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En relación al Kit de HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESRTIRPES KIT, consultamos se ACLARE que se requiere una presentación de no mas de 3 reactivos, los cuales deberá ser Solución diluyente, lisante y de limpieza, reactivos con conservación a temperatura ambiente, NO refrigerado Solicitamos PRECISE, esto con el fin de evitar controversias durante una posterior etapa contractual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria mediante NOTA N° 371-SHHyBS-DPC-GADyT-HNASS-G-RAS-ESSALUD-2024. SE ACLARA Y SE PRECISA que, no se acoge la consulta. El bien ofertado debe ajustarse a las especificaciones técnicas del IETSI para ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DIFERENCIAL DE 3 ESTIRPES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES KIT CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL PARA EL PERIODO DE VENTICUATRO (24) MESES

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 19:54:31 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En relación a Control Interno consultamos si este deberá contar con capacidad de Reporte de Control Interno interlaboratorial para todos los parámetros a ofertar, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin que la entidad cumpla con las exigencias de la Resolución Ministerial N° 627-2008 MINSA, en la que indica que los laboratorios deberán contar con Control de Calidad Interno Interlaboratorial o Control de Calidad interlaboratorial de tercera opinión, Por lo expuesto solicitamos se precise con el fin de evitar confusiones durante la fase contractual.

Así mismo consultamos que esta característica deberá acreditarse a través de la presentación de un reporte de control interno interlaboratorial de un cliente local (territorio nacional) que demuestre grupo par mayor de 50 participante

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria mediante NOTA N° 371-SHHyBS-DPC-GADyT-HNASS-G-RAS-ESSALUD-2024. SE ACLARA Y SE PRECISA que, no se acoge la consulta. El bien ofertado debe ajustarse a las especificaciones técnicas del IETSI para ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DIFERENCIAL DE 3 ESTIRPES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null