

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código : 20462793791

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Fecha de envío : 10/06/2024

Hora de envío : 17:48:27

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Capítulo III

I. Especificaciones Técnicas.

4. Objetivo de la Contratación.

Estimada Entidad, conforme a lo señalado en el capítulo III y en las especificaciones técnicas, los bienes adquiridos en la presente licitación serán destinados al hospital de EsSalud en la provincia de Cajamarca, solicitamos confirmar i) cuáles son los requisitos técnicos para la instalación de los equipos, ii) en la actualidad, la infraestructura del hospital y/o área donde se instalarán los equipos se encuentran debidamente habilitadas para la instalación de los equipos adquiridos.

Por otra parte, solicitamos confirmar si es que los trabajos de preinstalación estarán a cargo del proveedor que resulte adjudicado. De aplicar estos trabajos de preinstalación, solicitamos detallarlos en las bases.

Finalmente, de no ser el caso, solicitamos se aclare la modalidad a ser considerada por la Entidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 4

Página: 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N° 30225, Artículo 2; c) Transparencia; f) Eficacia y Eficiencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE:

LOS REQUISITOS TECNICOS Y/O CONDICIONES DE PREINSTALACION DE LAS MAQUINAS DE HEMODIALISIS CON UNA BOMBA DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO SE ENCUENTRAN DEFINIDAS EN EL ANEXO VI: CONDICIONES DE PREINTALACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES. EN DICHO ANEXO SE PUEDE VERIFICAR LAS ACTIVIDADES A SER EJECUTADOS POR ESSALUD Y POR EL EQUIPADOR. ASI MISMO , MENCIONAR QUE EL HOSPITAL DE CAJAMARCA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION. EL AVANCE DE LA EJECUCION SE ESTÁ REALIZANDO SEGÚN LO PLANIFICADO EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20462793791	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:48:27

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Capítulo III

I. Especificaciones Técnicas.

5.11. Lugar y Plazo de Ejecución de la Prestación.

Estimada Entidad, el plazo de entrega para la presente licitación es de 90 días, en tal sentido, solicitamos nos puedan confirmar si el hospital donde se ejecutará el contrato, ubicado en la ciudad de Cajamarca, a la fecha de emisión de esta consulta se encuentra en funcionamiento, y de ser así, solicitamos nos confirmen si se encuentra con la atención de pacientes renales.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5.11    **Página:** 64

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley Nº 30225, Artículo 2; c) Transparencia; f) Eficacia y Eficiencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE:

EL NUEVO HOSPITAL DE CAJAMARCA ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN. AUN NO HAY ATENCIÓN DE LOS PACIENTES RENALES. ASIMISMO, EL AVANCE DE LA EJECUCION SE ESTÁ REALIZANDO SEGÚN LO PLANIFICADO EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20462793791	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:48:27

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Capítulo III

I. Especificaciones Técnicas.

4. Objetivo de la Contratación.

Estimada Entidad, según la indagación realizada, el Hospital de la Región Cajamarca no se encuentra en funcionamiento, toda vez que a la fecha se encuentra en proceso de construcción. Solicitamos:

- i) Nos confirmen en cuanto tiempo se finalizará la obra para que el hospital pueda recepcionar los equipos, a fin de que se pueda concluir de manera exitosa el objeto del contrato (entrega e instalación, puesta en marca y capacitación en el plazo de 90 días señalados en las bases)
- ii) Nos confirmen de qué manera se dará la conformidad para lo indicado como ¿LLAVE EN MANO¿ a fin de que el postor que resulte como ganador pueda asegurar el pago de la factura dentro del plazo correspondiente en el contrato y las bases y tomando en cuenta la no conclusión de la obra y que el plazo de ejecución del contrato es de 90 días calendario.

Dicho lo anterior, solicitamos a la Entidad puedan evaluar el plazo en el que estará completa la infraestructura hospitalaria y los ambientes donde se ejecutara el objeto del contrato y de acuerdo con estos plazos, modificar el plazo de entrega de las máquinas.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 47**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley Nº 30225, Artículo 2; c) Transparencia; f) Eficacia y Eficiencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE:

- i) LA GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD VIENE EVALUANDO TODOS LOS RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, REVISANDO LAS BRECHAS Y/O INDICADORES DE LO EJECUTADO VERSUS LO PROGRAMADO. A LA FECHA EL NUEVO HOSPITAL DE CAJAMARCA CONTINÚA EN CONSTRUCCIÓN. EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN SE VIENE DESARROLLANDO DENTRO DE LO PROYECTADO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.
- ii) EN CASO DE NO CONCLUIRSE LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO DENTRO DEL TIEMPO PLANIFICADO, ESSALUD COMUNICARÁ EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DEL EQUIPO Y LOS PAGOS AL PROVEEDOR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20462793791	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:48:27

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Capítulo III

I. Especificaciones Técnicas.

5.2.1.

Estimada Entidad, según indagación del Hospital de la Región Cajamarca, se encuentra en proceso de construcción y estaría culminando su construcción para el año 2025; siendo indeterminado hasta la fecha de remisión de estas consultas; por consiguiente, se entiende que la sala de Hemodiálisis se encuentra en proceso de habilitación. Por lo expuesto, solicitamos amablemente:

i) Las condiciones de ejecución se realicen por etapas, siendo la primera la entrega de los equipos en el almacén de la entidad contratante, a través de la emisión de la Orden de Compra (OC) correspondiente y el pago del precio de los equipos. Posteriormente se ejecute una segunda etapa, una vez finalizada y habilitadas las obras, correspondientes al traslado, instalación y capacitación.

Solicitamos esta consideración por experiencia con Redes de EsSalud, que, por su misma situación de no contar con la infraestructura completa, resulta perjudicial tanto para los pacientes como para los postores ya que la entidad no puede brindar la conformidad hasta que no se instalen los equipos, inclusive teniendo en algunas ocasiones que reponer el equipo en su totalidad por un mal almacenamiento.

Finalmente, solicitamos que la entidad evalúe y replantee los plazos correctos en los que el hospital se encontrará habilitado para su funcionamiento y se amplie de los 90 días calendarios al plazo que se defina en la evaluación.

**Acápate de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5.2.1    **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N° 30225, Artículo 2; c) Transparencia; f) Eficacia y Eficiencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE:

LA GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD ESTÁ EN CONSTANTE MONITOREO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE CAJAMARCA. EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN SE VIENE DESARROLLANDO DENTRO DE LO PROYECTADO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20462793791	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:48:27

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Capítulo III

I. Especificaciones Técnicas.

5.2.6.

Estimada Entidad, conforme a lo indicado en el numeral 5.2.6. respecto a la coordinación de la visita, solicitamos que se nos pueda brindar los contactos telefónicos y email para poder agendar la visita.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5.2.6    **Página:** 49

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N° 30225, Artículo 2; c) Transparencia; f) Eficacia y Eficiencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE:

PARA LA VISITA AL NUEVO HOSPITAL DE CAJAMARCA., SE TENDRÁ QUE REALIZAR LAS COORDINACIONES CON LA SUB GERENCIA DE OBRAS, TELÉFONO 265-6000 ANEXO 2369.

CORREO : CEABE.SGAYEC.P53@ESSALUD.GOB.PE, TELÉFONO 265-6000 ANEXO 2044

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20462793791	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:48:27

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Capítulo III

I. Especificaciones Técnicas.

5.11. Lugar y Plazo de Ejecución de la Prestación.

Estimada Entidad, según lo indicado en el ANEXO III, el plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento es de 90 días calendarios, no obstante:

- i) No queda claro si estos días se contabilizan a partir de la firma de contrato o a la emisión de una Orden de Compra. Solicitamos se indique de manera clara.
- ii) Solicitamos que el plazo se contemple desde la emisión de la orden de compra y siempre que se cumpla una visita previa a la Entidad, a fin de que los postores puedan asegurar que los ambientes hospitalarios se encuentren debidamente finalizados y se tenga certeza los requisitos técnicos para el cumplimiento del objeto del contrato.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5.11    **Página:** 64

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N° 30225, Artículo 2; c) Transparencia; f) Eficacia y Eficiencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- SE PRECISA QUE:
- i) EN EL NUMERAL 5.11 "LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN" DE LAS CONDICIONES GENERALES DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES, SE ESTABLECE QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN SE EMPIEZA A CONTABILIZAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
  - ii) QUEDA EN CONSIDERACIÓN DEL POSTOR ADJUDICADO, LA VISITA DE LOS AMBIENTES HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20462793791	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:48:27

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Capítulo III

I. Especificaciones Técnicas.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

REFERENTE A ESTA SOLICITUD:

C02: DEBE CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE UN PREFILTRO ATRAPADOR DE ENDOTOXINAS:

SUSTENTO: En las modernas terapias renales sustitutivas la calidad y pureza del líquido de diálisis es de vital importancia principalmente por los grandes volúmenes de líquido de diálisis que entran en contacto con la sangre del paciente en cada tratamiento a través de las membranas semipermeables. Teniendo en cuenta los beneficios y en atención al Principio de Vigencia Tecnológica, el cual dispone que los bienes a adquirir deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos por lo que los pre filtros atrapador de endotoxinas deben asegurar una producción de líquido de diálisis ultrapuro durante todo el tratamiento para la seguridad del paciente y evitar reacciones adversas agudas y provocar complicaciones a largo plazo. Para lograr la producción del líquido de diálisis libre de endotoxinas este sistema solicitado dentro de las especificaciones técnicas del equipo de hemodiálisis debe contar con un software de la verificación de la integridad filtro atrapador de endotoxinas mediante un TEST antes de cada tratamiento por las razones antes expuesto.

En atención a lo señalado y con la finalidad de generar la concurrencia que le permita la Entidad obtener la oferta más ventajosa solicitamos ampliar este requerimiento por ser muy importante para la seguridad del paciente y debe decir:

DEBE CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE UN PREFILTRO ATRAPADOR DE ENDOTOXINAS Y PRUEBA DE INTEGRIDAD DEL PRE FILTRO DE ENDOTOXINAS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley N° 30225, Artículo 2; g) Vigencia Tecnológica.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE:

LA MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA, CUENTA CON UN SISTEMA QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE UN PREFILTRO ATRAPADOR DE ENDOTOXINAS, LA MANERA DE VERIFICAR LA SATURACIÓN Y LA INTEGRIDAD DEL PREFILTRO OBEDECE AL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE CADA FABRICANTE, POR LO TANTO, NO PROCEDE ATENDER LO SOLICITADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20504312403	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:35:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el CUADRO DE SERVICIOS CONEXOS EQUIPAMIENTO BIOMEDICO, el plazo de 90 días calendarios comprende la entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

En ese sentido, ¿podría confirmar que el plazo de entrega de 90 días calendario NO incluye la capacitación? asimismo, ¿podría confirmar que la fecha de la capacitación se determinará cabo previa coordinación con el contratista?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

LOS NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO COMPRENDE LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CON LA VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN. LA CAPACITACIÓN ES POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO. LOS PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN Y CAPACITACIÓN SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN EL NUMERAL 5.5, 5.6 Y 5.7 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:15:05

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

1.9 Plazo de Entrega. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 90 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

SEGÚN EL ANEXO IV: CUADRO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA RED ASISTENCIAL DE CAJAMARCA, SE INDICA UNA DIRECCIÓN DEL ALMACEN DEL HOSPITAL II CAJAMARCA PARA LA ENTREGA Y OTRA DIRECCIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO DE CAJAMARCA. SE CONSULTA SI EL PLAZO DE ENTREGA DE 90 DIAS SE REFIERE A LA ENTREGA EN EL HOSPITAL II CAJAMARCA Ó EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO DE CAJAMARCA?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO SE REFIERE A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN EL NUEVO HOSPITAL DE CAJAMARCA. LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL SE EMPIEZA A CONTABILIZAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:15:05

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

1.9 Plazo de Entrega. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 90 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

EN CASO NO SE CONCLUYA CON LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NUEVA DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO DE CAJAMARCA DENTRO DEL PLAZO DE ENTREGA, CUENTA EL HOSPITAL II DE CAJAMARCA CON INSTALACIONES DE AGUA TRATADA PARA LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS, A FIN DE QUE EL COMITÉ DE RECEPCIÓN PUEDA REALIZAR LA CONFORMIDAD DE ENTREGA (ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

EN EL NUEVO HOSPITAL DE CAJAMARCA SE HA CONSIDERADO LOS REQUISITOS TÉCNICOS ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN PARA REALIZAR UN ADECUADO PROTOCOLO DE PRUEBAS Y DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA. ASIMISMO, EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN SE VIENE DESARROLLANDO DENTRO DE LO PROYECTADO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:15:05

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

e)

HOJA DE PRESENTACION DE PRODUCTO: para la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos, los proveedores deberán adjuntar documentación técnica emitida por el (los) fabricante(s) como catálogos, folletería, brochures, datasheet, carta u otro documento del fabricante, debiendo indicar y señalar en la Hoja de Presentación de Producto el literal de la especificación técnica objeto de sustento, que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del equipo principal, componentes y/o accesorios, que se indican a continuación. Para cuyo efecto deberán presentar la Hoja de Presentación del Producto, según el modelo indicado en el Anexo V. OBLIGATORIO.

Para el Ítem 01 - MAQUINA DE HEMODIALISIS CON UNA BOMBA", deberá acreditar como mínimo el cumplimiento de las características de los numerales: de A02, A04, A06, A07, B01, B06, B07, B10, B13, B16,B18,B19, D01 y D02

SE CONSULTA SI LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (ANEXO V) DEBE DETALLAR LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO BIOMÉDICO Y SUS PERIFÉRICOS QUE SE OFERTARÁN?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1.e Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

COMO SE MUESTRA EN EL FORMATO DEL ANEXO V (HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO), SE REQUIERE ESPECIFICAR LA DENOMINACION DEL EQUIPO, MARCA, MODELO, AÑO DE FABRICACIÓN, PAIS DE ORIGEN, CANTIDAD DE EQUIPOS, VIGENCIA DE GARANTIA, PLAZO DE EJECUCIÓN.

EN ESTE MISMO FORMATO, SE DEBE COLOCAR TODOS LOS LITERALES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LOS COMPONENTES O PERIFERICOS OFERTADOS E INDICAR SI CUMPLE O NO CON DICHAS ESPECIFICACIONES.

ASIMISMO, SE DEBERÁ ACREDITAR COMO MÍNIMO LAS ESPECIFACACIONES SEÑALADAS EN EL NUMERAL 5.3.1 DE LAS CONDICIONES DE ADQUISICIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:15:05

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

e)

HOJA DE PRESENTACION DE PRODUCTO: para la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos, los proveedores deberán adjuntar documentación técnica emitida por el (los) fabricante(s) como catálogos, folletería, brochures, datasheet, carta u otro documento del fabricante, debiendo indicar y señalar en la Hoja de Presentación de Producto el literal de la especificación técnica objeto de sustento, que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del equipo principal, componentes y/o accesorios, que se indican a continuación. Para cuyo efecto deberán presentar la Hoja de Presentación del Producto, según el modelo indicado en el Anexo V. OBLIGATORIO.

Para el Ítem 01 - MAQUINA DE HEMODIALISIS CON UNA BOMBA", deberá acreditar como mínimo el cumplimiento de las características de los numerales: de A02, A04, A06, A07, B01, B06, B07, B10, B13, B16,B18,B19, D01 y D02 SOLO SE DEBE ACREDITAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS A02, A04, A06, A07, B01, B06, B07, B10, B13 B16, B18, B19, D01 Y D02? QUE PARÁMETROS SE HA CONSIDERADO PARA NO SOLICITAR EL SUSTENTO DE LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1.e Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

EL NUMERAL 5.2.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE ADQUISICIÓN CITA:

"EL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO Y SUS COMPONENTES PERIFÉRICOS OFERTADOS DEBEN CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS A LAS PRESENTES CONDICIONES"

ASIMISMO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS SE TRATA DE LA FICHA TÉCNICA DEL IETSI. EN ESE SENTIDO, EL EQUIPO OFERTADO TIENE QUE CUMPLIR CON TODO LO INDICADO EN DICHAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

SIN EMBARGO, SEGÚN LO INDICADO EN EL NUMERAL 5.3 "REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE PROPUESTAS" SE DEBERÁ ACREDITAR COMO MINIMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS NUMERALES MENCIONADOS (A02, A04, A06...).

FINALMENTE, CABE SEÑALAR QUE AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN, EL POSTOR ADJUDICADO DEBERÁ DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN SU TOTALIDAD DE LA FICHA TECNICA, EXCEPTUANDO LOS PUNTOS FACULTATIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:15:05

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

5.2.6 A fin de que el contratista pueda elaborar una adecuada oferta técnica y económica, podrá realizar una visita a las instalaciones del Establecimiento de Salud de destino, previa coordinación con la Sub Gerencia de Equipamiento y Componentes Complementarios de la Gerencia de Ejecución de Proyectos  
QUIEN ES LA PERSONA DE CONTACTO A FIN DE COORDINAR LA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Ó LOS AVANCES EN LA INFRAESTRUCTURA Y TRABAJOS DE PREINSTALACION?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: sn Literal: 5.2.6 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:  
PARA LA VISITA AL NUEVO HOSPITAL DE CAJAMARCA., SE TENDRÁ QUE REALIZAR LAS COORDINACIONES CON LA SUB GERENCIA DE OBRAS, TELÉFONO 265-6000 ANEXO 2369.  
CORREO : CEABE.SGAYEC.AD2@ESSALUD.GOB.PE, TELÉFONO 265-6000 / 265-7000 ANEXO 2044

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:15:05

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

CONDICIONES DE PRE-INSTALACION

C01 ESSALUD SIMINISTRARA UN PUNTO DE AGUA TRATADA CON PUNTO DE ALIMENTACION DE 3/4" PARA CADA EQUIPO DE HEMODIALISIS VER DEATLLE EN EL PLANO PR-1

SIENDO EL COMPROMISO DE ESSALUD EL SUMINISTRAR EL PUNTO DE AGUA TRATADA CON PUNTO DE ALIMENTACION DE 3/4" PARA CADA EQUIPO DE HEMODIÁLISIS, SE TIENE CONTEMPLADO QUE ESTE PUNTO DE AGUA TRATADA ESTARÁ LISTO PARA LA FECHA DE ENTREGA DE LAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** ANEXO VI      **Literal:** C01      **Página:** 97

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE:

A LA FECHA EL NUEVO HOSPITAL DE CAJAMARCA CONTINUA EN CONSTRUCCIÓN, EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE VIENE DESARROLLANDO DENTRO DE LO PROYECTADO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION. PARA LA FECHA DE ENTREGA DE LAS MAQUINAS DE HEMODIALISIS, LOS TRABAJOS DE SUMINISTRADORES DEL AGUA TRATADA YA DEBE HABER CONCLUIDO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:15:05

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

CONFORMIDAD DEL BIEN

5.2.1 Essalud ha dispuesto la adquisición de equipamiento biomédico, sus componentes periféricas y accesorios, lo que deberá incluir lo siguiente: I) Suministro y entrega de equipamiento biomédico y sus componentes periféricas, que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas de Essalud y la oferta técnica del contratista, no se aceptarán entregas parciales de estos bienes

SE REALIZA LA SIGUIENTE CONSULTA: EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS (MAQUINAS DE HEMODIÁLISIS), COMPONENTES PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS, PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES A CARGO DEL COMITÉ SE COMPARARÁ CON LA OFERTA TÉCNICA QUE SÓLO INCLUYA DECLARACIONES JURADAS Ó DEBERÁ DETALLAR QUE COMPONENTES, ACCESORIOS E INSUMOS ESTÁ

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** SN      **Literal:** 5.2.1      **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE:

EL POSTOR ES LIBRE DE PRESENTAR SU MEJOR OFERTA, INCLUYENDO EL DETALLE DE LOS COMPONENTES DE LA MAQUINA DE HEMODIALISIS Y SUS ACCESORIOS.

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE:

EL COMITÉ DE RECEPCION DE EQUIPAMIENTO VERIFICARA EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO CON RELACION A LA OFERTA ADJUDICADA, EL CUAL INCLUYE LA REVISION DE LA TOTALIDAD DE CARACTERISTICAS DEL EQUIPO SOLICITADO SEGUN RTM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-16-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO MAQUINA DE HEMODIÁLISIS CON UNA BOMBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N. 2284956.

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:15:05

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

NORMATIVIDAD (FACULTATIVO) ISO 9001: 2008 " Sistema de gestión de la calidad,

Req ISO 13485: 2003 "Dispositivos médicos-sistemas de gestión

Con respecto a la ISO 9001, la versión vigente es ISO 9001:2015 . Con respecto a la ISO 13485, la versión vigente es ISO 13485:2016. Se solicita corregir

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: sn Literal: SN Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

EN LA ESPECIFICACION SE SEÑALA COMO NORMATIVA FACULTATIVA, LO QUE SIGNIFICA QUE ES OPCIONAL Y NO ES OBLIGATORIO. EL POSTOR SE ENCUENTRA EN LA LIBERTAD DE PRESENTAR O NO LA CERTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null